								EVALUACION TECNICA									EVALUACION CLINICA			EVALUACION ECONOMICA						INDICE		
EQUIPO	MARCA	MODELO	SERIE	UBICACIÓN	OTRO	ESTADO	GRUPO	Disponibilidad de soporte de consumibles (Años)	Ha tenido eventos adversos asociados	Vida útil contable (Años)	Fecha de fabricación (Utilizado para el calculo de la edad)	Edad del equipo (Años)	Relación entre la edad del equipo y la vida útil contable	Mantenimiento correctivos en el último año	Proveedor de soporte técnico (no incluye repuestos)	Disponibilidad de soporte de repuestos (Años)	Porcentaje de operabilidad del equipo. Que tanto usa las funciones que ofrece el equipo?	Grado de satisfacción con el equipo	Cobertura de necesidades actuales	Precio Adquisición	Costo Mtto/Año	Relación	TOTAL EVALUACION TECNICA	TOTAL EVALUACION CLINICA	TOTAL EVALUACION ECONOMICA	VALOR	CONCEPTO	RECOMENDACIÓN
ASPIRADOR DE SECRECIONES	SUCTION UNIT	7E-D	N.R	AMBULANCIA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	De 1 a 4 años	No	8	1/3/2016	10	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 674.000	$ 134.800	0,20	25,0065	3,24	0,25	28,4965	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
ASPIRADOR DE SECRECIONES	PULMO MED	7E-A	YU22120143	AMBULANCIA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	De 1 a 4 años	No	8	1/3/2016	10	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 1.500.000	$ 300.000	0,20	25,0065	3,24	0,25	28,4965	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
ASPIRADOR DE SECRECIONES	CA-MI	NEW ASPIRET	176885	AMBULANCIA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	De 1 a 4 años	No	8	1/3/2016	10	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 1.200.000	$ 240.000	0,20	24,1065	3,24	0,25	27,5965	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
DEA	AED	AED100	DEF301029	AMBULANCIA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Tratamiento Y Soporte Vital	De 1 a 4 años	No	9	27/4/2015	11	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Media: Entre el 31% y el 75%	$ 2.200.000	$ 440.000	0,20	24,1065	12,06	0,25	36,4165	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
DEA	HEARTSINE	SAMARITAN 360P	23890149281L23	AMBULANCIA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Tratamiento Y Soporte Vital	De 1 a 4 años	No	9	27/4/2015	11	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Media: Entre el 31% y el 75%	$ 3.200.000	$ 640.000	0,20	24,1065	12,06	0,25	36,4165	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
GLUCOMETRO	VIVACHEK ECO	VGM02	302500037BD	AMBULANCIA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Diagnostico	De 1 a 4 años	No	5	17/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 178.500	$ 35.700	0,20	28,674	3,24	0,25	32,164	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
GLUCOMETRO	VIVACHEK ECO	VGM02	312A00005A9	AMBULANCIA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Diagnostico	De 1 a 4 años	No	5	17/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 178.500	$ 35.700	0,20	28,674	3,24	0,25	32,164	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	STAR800E	E7220916093	AMBULANCIA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	No requiere consumibles	No	2	3/3/2022	4	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 4.937.310	$ 987.462	0,20	24,1065	0,3	0,25	24,6565	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	X8	261586-M23819040095	AMBULANCIA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	No requiere consumibles	No	9	10/12/2015	11	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 7.399.999	$ 1.480.000	0,20	24,1065	0,3	0,25	24,6565	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
TENSIOMETRO	MCO	CE0197	N.R	AMBULANCIA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Diagnostico	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 94.900	$ 18.980	0,20	24,1065	21,06	0,25	45,4165	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TENSIOMETRO	VALCRI	344	BK230626A	AMBULANCIA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Diagnostico	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 94.900	$ 18.980	0,20	24,1065	21,06	0,25	45,4165	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TENSIÓMETRO	GMD	CE0123	N.R	AMBULANCIA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Diagnostico	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 94.900	$ 18.980	0,20	24,1065	21,06	0,25	45,4165	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TENSIOMETRO PEDIATRICO	TENSO MED	CE0123	N.R	AMBULANCIA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Diagnostico	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 94.900	$ 18.980	0,20	24,1065	21,06	0,25	45,4165	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TENSIOMETRO PEDIATRICO	BOKANG	BK2001	263700	AMBULANCIA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Diagnostico	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 94.900	$ 18.980	0,20	24,1065	21,06	0,25	45,4165	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
ASPIRADOR DE SECRECIONES	MEDI PUMP	1130-067	099400001309	ATENCIÓN DEL PARTO	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	De 1 a 4 años	No	8	1/3/2016	10	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 674.000	$ 134.800	0,20	25,0065	3,24	0,25	28,4965	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
ASPIRADOR DE SECRECIONES	ELECTRIC SUCTION	YX930D	N.R	ATENCIÓN DEL PARTO	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	De 1 a 4 años	No	8	1/3/2016	10	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 800.000	$ 160.000	0,20	25,0065	3,24	0,25	28,4965	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
BALANZA PEDIATRICA	HEALTH O METER	553KL	553001737B	ATENCIÓN DEL PARTO	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	10	3/7/2014	12	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 1.438.200	$ 287.640	0,20	24,1065	21,06	0,25	45,4165	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
CAMA ELECTRICA	LOS PINOS	972	510711	ATENCIÓN DEL PARTO	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	5	10/12/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 4.105.500	$ 821.100	0,20	28,674	0,3	0,25	29,224	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
CAMA ELECTRICA	MAFET	TIMOTION	202106241001	ATENCIÓN DEL PARTO	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	5	10/12/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 4.105.500	$ 821.100	0,20	28,674	0,3	0,25	29,224	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
ECOGRAFO	PHILIPS	CLEARVUE350	OTD02021410101386?A2	ATENCIÓN DEL PARTO	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Imágenes Diagnosticas	No requiere consumibles	No	2	3/3/2022	4	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 77.945.000	$ 15.589.000	0,20	24,1065	3,24	0,25	27,5965	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
ELECTROCARDIOGRAFO	COMEN	H3	H3210918027	ATENCIÓN DEL PARTO	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	2	3/3/2022	4	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 3.403.400	$ 680.680	0,20	24,1065	3,24	0,25	27,5965	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
INCUBADORA NEONATAL	DAVID	TI-2000	A368AKJ2022	ATENCIÓN DEL PARTO	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	No requiere consumibles	No	2	3/3/2022	4	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 28.417.200	$ 5.683.440	0,20	24,1065	3,24	0,25	27,5965	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
LAMPARA CIELITICA	WELCH ALLYN	G5900	1608290	ATENCIÓN DEL PARTO	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	5	23/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 19.992.000	$ 3.998.400	0,20	24,1065	3,24	0,25	27,5965	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	STAR8000E	E7210607045	ATENCIÓN DEL PARTO	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	No requiere consumibles	No	2	3/3/2022	4	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 4.937.310	$ 987.462	0,20	24,1065	0,3	0,25	24,6565	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
MONITOR FETAL	EDAN	CADENCE II	CADII30306CSS03OFS	ATENCIÓN DEL PARTO	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	No requiere consumibles	No	2	3/3/2022	4	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 7.259.000	$ 1.451.800	0,20	18,33075	3,24	0,25	21,82075	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
MONITOR FETAL	COMEN	C22	KH210926027	ATENCIÓN DEL PARTO	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	No requiere consumibles	No	2	3/3/2022	4	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 7.259.000	$ 1.451.800	0,20	18,33075	3,24	0,25	21,82075	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	HTC	HTC-2	HTC214987	ATENCIÓN DEL PARTO	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 147.900	$ 29.580	0,20	28,674	21,06	0,25	49,984	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
UNIDAD DE CALOR RADIANTE	NINGBO DAVID	HKN-90	21101102026	ATENCIÓN DEL PARTO	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	No requiere consumibles	No	2	3/3/2022	4	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 24.510.000	$ 4.902.000	0,20	24,1065	3,24	0,25	27,5965	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
BALANZA	HEALTH O METER	160KQ	16000014991	CONSULTA EXTERNA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	10	3/7/2014	12	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 1.438.200	$ 287.640	0,20	24,1065	21,06	0,25	45,4165	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
BALANZA	SECA	874	100000000102667	CONSULTA EXTERNA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	5	23/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 2.975.000	$ 595.000	0,20	24,1065	21,06	0,25	45,4165	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
BALANZA	SECA	354	83543191708D2	CONSULTA EXTERNA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	5	23/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 1.011.500	$ 202.300	0,20	24,1065	21,06	0,25	45,4165	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
BALANZA	GMD	GMD-BD-1522	120113155241	CONSULTA EXTERNA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	5	23/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 1.011.500	$ 202.300	0,20	18,33075	21,06	0,25	39,64075	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
BALANZA	SECA	874	100000000102048	CONSULTA EXTERNA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	5	23/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 2.975.000	$ 595.000	0,20	24,1065	21,06	0,25	45,4165	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
BALANZA PEDIATRICA	SECA	354	83543191709E5	CONSULTA EXTERNA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	5	23/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 1.011.500	$ 202.300	0,20	24,1065	21,06	0,25	45,4165	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
BALANZA PEDIATRICA	SECA	354	83543191704?8	CONSULTA EXTERNA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	5	23/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 1.011.500	$ 202.300	0,20	24,1065	21,06	0,25	45,4165	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
BALANZA PEDIATRICA	SECA	354	83543191707?1	CONSULTA EXTERNA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	5	23/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 1.011.500	$ 202.300	0,20	24,1065	21,06	0,25	45,4165	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
EQUIPO DE ÓRGANOS	WELCH ALLYN	727	N.R	CONSULTA EXTERNA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	9	14/4/2015	11	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 3.360.500	$ 672.100	0,20	18,33075	0,3	0,25	18,88075	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	11710	N.R	CONSULTA EXTERNA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	9	14/4/2015	11	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 3.360.500	$ 672.100	0,20	24,1065	0,3	0,25	24,6565	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.

EQUIPO DE ÓRGANOS DE PARED	AOC	N.R	N.R	CONSULTA EXTERNA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	9	14/4/2015	11	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 3.190.808	$ 638.162	0,20	24,1065	0,3	0,25	24,6565	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
EQUIPO DE ÓRGANOS PARED	WELCH ALLYN	11710	N.R	CONSULTA EXTERNA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	9	14/4/2015	11	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 3.360.500	$ 672.100	0,20	24,1065	0,3	0,25	24,6565	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
LAMPARA DE EXAMEN	KRAMER	N.R	N.R	CONSULTA EXTERNA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	5	23/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 234.800	$ 46.960	0,20	15,921	3,24	0,25	19,411	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
TENSIOMETRO	ALPK2	SPHYGNOMANOMETER	346604	CONSULTA EXTERNA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Diagnostico	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 100.200,00	$ 20.040	0,20	24,1065	21,06	0,25	45,4165	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TENSIOMETRO	WELCH ALLYN	N.R	160519205559	CONSULTA EXTERNA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Diagnostico	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 94.900	$ 18.980	0,20	24,1065	21,06	0,25	45,4165	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	C80297	141127163755	CONSULTA EXTERNA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Diagnostico	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 522.971	$ 104.594	0,20	24,1065	21,06	0,25	45,4165	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	C80297	SN141118041485	CONSULTA EXTERNA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Diagnostico	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 522.971	$ 104.594	0,20	24,1065	21,06	0,25	45,4165	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	N.R	141128070415	CONSULTA EXTERNA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Diagnostico	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 522.971	$ 104.594	0,20	24,1065	21,06	0,25	45,4165	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	C80297	141128063515	CONSULTA EXTERNA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Diagnostico	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 522.971	$ 104.594	0,20	24,1065	21,06	0,25	45,4165	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TENSIOMETRO DE PARED	AOC	21184458	141128063515	CONSULTA EXTERNA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Diagnostico	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 522.971	$ 104.594	0,20	24,1065	21,06	0,25	45,4165	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TENSIOMETRO PEDIATRICO	WELCH ALLYN	C80297	120113155241	CONSULTA EXTERNA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Diagnostico	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 106.600	$ 21.320	0,20	24,1065	21,06	0,25	45,4165	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
AUTOCLAVE	AUTOMAT	2400	2400-0497	ESTERILIZACIÓN	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	11	26/4/2013	13	1,00	Hasta 2	Otro proveedor	Entre 5 y 7 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 6.032.000	$ 1.206.400	0,20	22,41	21,06	0,25	43,72	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
AUTOCLAVE	AUTOMAT	2400	2400-0171	ESTERILIZACIÓN	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	11	26/4/2013	13	1,00	Hasta 2	Otro proveedor	Entre 5 y 7 años	Más del 60%	Bajo: Menos del 30%	Baja: Menos del 30%	$ 6.032.000	$ 1.206.400	0,20	22,41	24,06	0,25	46,72	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
INCUBADORA BIOLOGICOS	CRISTOFOLI	MINI INCUBADORA	L655718	ESTERILIZACIÓN	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	De 1 a 4 años	No	6	29/11/2018	8	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 673.540	$ 134.708	0,20	23,562	0,3	0,25	24,112	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
TERMOHIGROMETRO	HYGRO THERMOMETER	N.R	N.R	ESTERILIZACIÓN	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 119.300	$ 23.860	0,20	28,674	21,06	0,25	49,984	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
NEVERA	CHALLENGER	CR74	140325-0747240111	FARMACIA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	6	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Bajo: Menos del 30%	Baja: Menos del 30%	$ 337.500	$ 67.500	0,20	24,1065	24,06	0,25	48,4165	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TERMOHIGROMETRO	TERMOHIGROMETER	HTC-1	002636	FARMACIA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 147.900	$ 29.580	0,20	21,95325	21,06	0,25	43,26325	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TERMOHIGROMETRO	N.R	N.R	N.R	FARMACIA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 120.000	$ 24.000	0,20	21,95325	21,06	0,25	43,26325	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TERMOMETRO DIGITAL	KEX GERMANY	RT-803E	N.R	FARMACIA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 32.500	$ 6.500	0,20	28,674	21,06	0,25	49,984	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
CAMA ELECTRICA	MAFET	TIMOTION	202106240383	HOSPITALIZACIÓN	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	5	10/12/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 4.105.500	$ 821.100	0,20	28,674	0,3	0,25	29,224	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
CAMA ELECTRICA	MAFET	TIMOTION	202106240927	HOSPITALIZACIÓN	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	5	10/12/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 4.105.500	$ 821.100	0,20	28,674	0,3	0,25	29,224	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
CAMA ELECTRICA	MAFET	TIMOTION	202106240792	HOSPITALIZACIÓN	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	5	10/12/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 4.105.500	$ 821.100	0,20	28,674	0,3	0,25	29,224	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
CAMA ELECTRICA	MAFET	TIMOTION	202106241018	HOSPITALIZACIÓN	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	5	10/12/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 4.105.500	$ 821.100	0,20	28,674	0,3	0,25	29,224	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
CONCENTRADOR DE OXIGENO	LONG FIAN	JAY-SAW	MZ15263798	HOSPITALIZACIÓN	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Terapia Y Rehabilitación	No requiere consumibles	No	3	17/12/2021	5	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 2.796.500	$ 559.300	0,20	24,1065	0,3	0,25	24,6565	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
AGITADOR MAZINI	ROTOMIX	MS0825	766950365318	LABORATORIO CLINICO	ESE CENTRO 2 - UAS ROSAS	Malo	Laboratorio Clínico	No tiene soporte de consumibles	3 o más	12	7/4/2012	12	1,00	Mas de 8	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Menos del 30%	Bajo: Menos del 30%	Baja: Menos del 30%	$ 1.040.000	$ 208.000	0,20	39,625	30	0,25	70,075	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
BAÑO SEROLOGICO	SCIENTIFIC	DK-8A	10314011	LABORATORIO CLINICO	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Malo	Laboratorio Clínico	No requiere consumibles	No	12	7/4/2012	14	1,00	Hasta 2	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Bajo: Menos del 30%	Baja: Menos del 30%	$ 1.470.000	$ 294.000	0,20	26,9775	24,06	0,25	51,2875	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
BAÑO SEROLOGICO	INDULAB	T-1	14345	LABORATORIO CLINICO	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Laboratorio Clínico	No requiere consumibles	3 o más	12	7/4/2012	14	1,00	Entre 3 y 7	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Bajo: Menos del 30%	Baja: Menos del 30%	$ 2.759.800	$ 551.960	0,20	30,4425	27	0,25	57,6925	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
CENTRIFUGA	INDULAB	004-S	15155	LABORATORIO CLINICO	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Laboratorio Clínico	No requiere consumibles	No	5	17/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 8.211.000	$ 1.642.200	0,20	24,1065	0,3	0,25	24,6565	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
CENTRIFUGA	INDULAB	04-Special	16381	LABORATORIO CLINICO	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Laboratorio Clínico	No requiere consumibles	No	5	17/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 8.211.000	$ 1.642.200	0,20	24,1065	0,3	0,25	24,6565	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
CUENTA CELULAS	CLAY ADAMS	N.R	N.R	LABORATORIO CLINICO	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Malo	Laboratorio Clínico	No requiere consumibles	3 o más	12	7/4/2012	14	1,00	Mas de 8	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Menos del 30%	Bajo: Menos del 30%	Baja: Menos del 30%	$ 520.000	$ 104.000	0,20	38,475	30	0,25	68,725	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
CUENTA CELULAS	K.GEMMY	DBC-9	814288	LABORATORIO CLINICO	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Malo	Laboratorio Clínico	No requiere consumibles	3 o más	12	7/4/2012	14	1,00	Mas de 8	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Menos del 30%	Bajo: Menos del 30%	Baja: Menos del 30%	$ 520.000	$ 104.000	0,20	38,475	30	0,25	68,725	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
EQUIPO DE HEMATOLOGIA	MINDRAY	BC-2800	RP-69117841	LABORATORIO CLINICO	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Laboratorio Clínico	De 1 a 4 años	3 o más	12	7/4/2012	14	1,00	Hasta 2	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Menos del 30%	Bajo: Menos del 30%	Baja: Menos del 30%	$ 650.000	$ 130.000	0,20	31,545	30	0,25	61,795	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
EQUIPO DE QUIMICA	MINDRAY	BS-230	YY-29003840	LABORATORIO CLINICO	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Laboratorio Clínico	De 1 a 4 años	No	2	28/12/2022	4	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 61.300.000	$ 12.260.000	0,20	24,1065	0,3	0,25	24,6565	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
GLUCOMETRO	OKMETER	MATCH II	DB6I039568	LABORATORIO CLINICO	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Diagnostico	De 1 a 4 años	No	5	17/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 178.500	$ 35.700	0,20	28,674	3,24	0,25	32,164	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
GLUCOMETRO	ROCHE	ACCU-CHEK PERFORMA	55307010472	LABORATORIO CLINICO	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Diagnostico	De 1 a 4 años	No	5	17/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 178.500	$ 35.700	0,20	24,876	3,24	0,25	28,366	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
HORNO DE SECADO	DRIER BOX	OV-9073A	203857	LABORATORIO CLINICO	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Laboratorio Clínico	No requiere consumibles	No	2	28/12/2022	4	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 8.595.000	$ 1.719.000	0,20	24,1065	0,3	0,25	24,6565	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
MICROCENTRIFUGA	INDULAB	CT1D	14117	LABORATORIO CLINICO	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Laboratorio Clínico	No requiere consumibles	No	10	21/11/2014	12	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Media: Entre el 31% y el 75%	$ 4.584.300	$ 916.860	0,20	18,33075	12,06	0,25	30,64075	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
MICROPIPETA	BOECO	100-1000µL	8077089	LABORATORIO CLINICO	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Laboratorio Clínico	De 1 a 4 años	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 343.800	$ 68.760	0,20	25,0065	21,06	0,25	46,3165	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
MICROPIPETA	HUMAN	10 µl	03H98672	LABORATORIO CLINICO	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Laboratorio Clínico	De 1 a 4 años	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 195.000	$ 39.000	0,20	25,0065	21,06	0,25	46,3165	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
MICROPIPETA	ACCUMAX PRO	S-50µL	KI597344	LABORATORIO CLINICO	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Malo	Laboratorio Clínico	De 1 a 4 años	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Bajo: Menos del 30%	Baja: Menos del 30%	$ 195.000	$ 39.000	0,20	24,1065	24,06	0,25	48,4165	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
MICROPIPETA	SCITECHER	20- 200µL	SA6161212	LABORATORIO CLINICO	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Laboratorio Clínico	De 1 a 4 años	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 195.000	$ 39.000	0,20	24,1065	21,06	0,25	45,4165	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
MICROSCOPIO	OLYMPUS	CH2	40032	LABORATORIO CLINICO	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Laboratorio Clínico	No requiere consumibles	No	9	25/8/2015	11	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Media: Entre el 31% y el 75%	$ 7.683.300	$ 1.536.660	0,20	24,1065	12,06	0,25	36,4165	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.

MICROSCOPIO	OLYMPUS	CH20	BIMF110	LABORATORIO CLINICO	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Laboratorio Clínico	No requiere consumibles	No	9	25/8/2015	11	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Media: Entre el 31% y el 75%	$ 7.683.300	$ 1.536.660	0,20	24,1065	12,06	0,25	36,4165	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
MICROSCOPIO	OLYMPUS	CX23	5H87249	LABORATORIO CLINICO	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Laboratorio Clínico	No requiere consumibles	No	8	3/1/2016	10	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Media: Entre el 31% y el 75%	10.405.200,00	$ 2.081.040	0,20	24,1065	12,06	0,25	36,4165	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
NEVERA	MABE	RMP420FLCG1	2211147601	LABORATORIO CLINICO	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	6	29/11/2018	8	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Media: Entre el 31% y el 75%	$ 1.500.000	$ 300.000	0,20	24,1065	12,06	0,25	36,4165	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
TERMOHIGROMETRO	HERALD & BARNES	N.R	N.R	LABORATORIO CLINICO	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 120.000	$ 24.000	0,20	28,674	21,06	0,25	49,984	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TERMOHIGROMETRO	HERALD & BARNES	N.R	N.R	LABORATORIO CLINICO	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 120.000	$ 24.000	0,20	28,674	21,06	0,25	49,984	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TERMOHIGROMETRO	HERALD & BARNES	N.R	N.R	LABORATORIO CLINICO	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 120.000	$ 24.000	0,20	28,674	21,06	0,25	49,984	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TERMOMETRO DE NEVERA	ESTRA	N.R	N.R	LABORATORIO CLINICO	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 32.500	$ 6.500	0,20	28,674	21,06	0,25	49,984	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TERMOMETRO DIGITAL	DIGITAL THERMOMETER	N.R	N.R	LABORATORIO CLINICO	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 32.500	$ 6.500	0,20	28,674	21,06	0,25	49,984	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TERMOMETRO DIGITAL	FRIDGE FREEZER	N.R	N.R	LABORATORIO CLINICO	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 32.500	$ 6.500	0,20	28,674	21,06	0,25	49,984	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
AMALGAMADOR	DENTSPLY	WIG L BUG	21924	ODONTOLOGÍA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Diagnostico	De 1 a 4 años	No	5	16/5/2019	7	1,00	Hasta 2	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Media: Entre el 31% y el 75%	$ 3.510.500	$ 702.100	0,20	27,225	12,06	0,25	39,535	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
AMALGAMADOR	DENTSPLY	WIG L BUG	21.883	ODONTOLOGÍA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Diagnostico	De 1 a 4 años	No	5	16/5/2019	7	1,00	Hasta 2	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Media: Entre el 31% y el 75%	$ 3.510.500	$ 702.100	0,20	27,225	12,06	0,25	39,535	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
CAVITRON	WOODPECKER	UDS-P	S2100915PL	ODONTOLOGÍA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Terapia Y Rehabilitación	No requiere consumibles	No	6	29/11/2018	8	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 746.560	$ 149.312	0,20	24,1065	0,3	0,25	24,6565	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
COMPRESOR	N.R	N.R	N.R	ODONTOLOGÍA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	8	1/3/2016	10	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 1.560.000	$ 312.000	0,20	24,1065	0,3	0,25	24,6565	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
COMPRESOR	AIAX	300	1109140	ODONTOLOGÍA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	8	1/3/2016	10	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 1.560.000	$ 312.000	0,20	24,1065	0,3	0,25	24,6565	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
LAMPARA DE FOTOCURADO	SAAB	N.R	KY-L033	ODONTOLOGÍA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Terapia Y Rehabilitación	No requiere consumibles	No	5	17/1/2019	7	1,00	Hasta 2	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Menos del 30%	Bajo: Menos del 30%	Baja: Menos del 30%	$ 380.000	$ 76.000	0,20	20,54925	30	0,25	50,79925	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
LAMPARA DE FOTOCURADO	POWER LUX	N.R	FH20131454	ODONTOLOGÍA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Terapia Y Rehabilitación	No requiere consumibles	No	6	16/3/2018	8	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Media: Entre el 31% y el 75%	$ 980.000	$ 196.000	0,20	18,33075	15	0,25	33,58075	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
LAMPARA DE FOTOCURADO	ONE CURE	B-CURE	L-22503468C	ODONTOLOGÍA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Terapia Y Rehabilitación	No requiere consumibles	No	2	28/12/2022	4	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 1.690.000	$ 338.000	0,20	18,33075	0,3	0,25	18,88075	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
LAMPARA DE FOTOCURADO	WOOPPECKER	O-LIGHT	L-23505877	ODONTOLOGÍA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Terapia Y Rehabilitación	No requiere consumibles	No	2	28/12/2022	4	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 1.690.000	$ 338.000	0,20	24,1065	0,3	0,25	24,6565	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
NEVERA	HACEB	HL65L(N)	N.R	ODONTOLOGÍA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	6	29/11/2018	8	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Media: Entre el 31% y el 75%	$ 1.500.000	$ 300.000	0,20	24,1065	12,06	0,25	36,4165	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
TERMOHIGROMETRO	HTC	HTC-2	1910742232	ODONTOLOGÍA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 147.900	$ 29.580	0,20	21,95325	21,06	0,25	43,26325	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TERMOMETRO DIGITAL	DIGITAL THERMOMETER	N.R	N.R	ODONTOLOGÍA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 32.500	$ 6.500	0,20	28,674	21,06	0,25	49,984	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
UNIDAD ODONTOLOGICA	AIAX	AJ12	120532	ODONTOLOGÍA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Terapia Y Rehabilitación	No requiere consumibles	No	3	17/12/2021	5	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 11.125.000	$ 2.225.000	0,20	24,1065	0,3	0,25	24,6565	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
UNIDAD ODONTOLOGICA	ZIRA	AVANTI CE1639	2106578	ODONTOLOGÍA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Terapia Y Rehabilitación	No requiere consumibles	No	3	17/12/2021	5	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 11.125.000	$ 2.225.000	0,20	24,1065	0,3	0,25	24,6565	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL	TROPY	N.R	3719	ODONTOLOGÍA	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Terapia Y Rehabilitación	No requiere consumibles	No	5	16/5/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 4.236.400	$ 847.280	0,20	24,1065	0,3	0,25	24,6565	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
EQUIPO DE RAYOS X	ELITY 70	7E-D	70M1-2069-110V	RAYOS X	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Imágenes Diagnosticas	No requiere consumibles	No	9	22/4/2015	11	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Bajo: Menos del 30%	Baja: Menos del 30%	$ 119.586.031	$ 23.917.206	0,20	24,1065	27	0,25	51,3565	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a año.
LAMPARA DE EXAMEN	WELCH ALLYN	GS300	N.R	TAMIZACION	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	5	23/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 3.332.000	$ 666.400	0,20	19,782	3,24	0,25	23,272	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
ASPIRADOR SECRECIONES	ELECTRIC SUCTION	YX980D	D3.13	URGENCIAS	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	De 1 a 4 años	No	8	1/3/2016	10	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 800.000	$ 160.000	0,20	24,1065	3,24	0,25	27,5965	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
BALANZA	HEALTH O METER	160 KG QTY.1	1600015127	URGENCIAS	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	10	3/7/2014	12	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 1.438.200	$ 287.640	0,20	18,33075	21,06	0,25	39,64075	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
BALANZA PEDIATRICA	SECA	354	83544319170783	URGENCIAS	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	5	23/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 1.011.500	$ 202.300	0,20	24,1065	21,06	0,25	45,4165	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
CAMA ELECTRICA	MAFET	TIMOTION	202106240425	URGENCIAS	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	5	10/12/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 4.105.500	$ 821.100	0,20	28,674	0,3	0,25	29,224	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
CAMAS ELECTRICA	MAFET	TIMOTION	202106240567	URGENCIAS	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	5	10/12/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 4.105.500	$ 821.100	0,20	28,674	0,3	0,25	29,224	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
CONCENTRADOR DE OXIGENO	LONG FIAN	JAY -SAW	MZ/5263474	URGENCIAS	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Terapia Y Rehabilitación	No requiere consumibles	No	3	17/12/2021	5	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 2.796.500	$ 559.300	0,20	24,1065	0,3	0,25	24,6565	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENE HEART D3	EL-51018705	URGENCIAS	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	De 1 a 4 años	No	9	27/4/2015	11	1,00	Hasta 2	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Media: Entre el 31% y el 75%	$ 22.864.400	$ 4.572.880	0,20	26,9775	9,12	0,25	36,3475	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
DOPPLER	EDAN	SONOTRAX	N.R	URGENCIAS	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	6	19/12/2018	8	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 979.000	$ 195.800	0,20	24,1065	0,3	0,25	24,6565	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	727	N.R	URGENCIAS	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	9	14/4/2015	11	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 3.360.500	$ 672.100	0,20	24,1065	0,3	0,25	24,6565	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	11710	N.R	URGENCIAS	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	9	14/4/2015	11	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 3.360.500	$ 672.100	0,20	24,1065	0,3	0,25	24,6565	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
GLUCÓMETRO	OK METER	MATCH II	DB1G106894	URGENCIAS	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Diagnostico	De 1 a 4 años	No	5	17/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 178.500	$ 35.700	0,20	28,674	3,24	0,25	32,164	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
LAMPARA DE EXAMEN	WELCH ALLYN	GS300	N.R	URGENCIAS	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	5	23/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 3.332.000	$ 666.400	0,20	19,782	3,24	0,25	23,272	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N.R	URGENCIAS	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	De 1 a 4 años	No	3	3/3/2021	5	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 2.895.000	$ 579.000	0,20	24,1065	3,24	0,25	27,5965	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.

LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60814	732094250114	URGENCIAS	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	De 1 a 4 años	No	3	3/3/2021	5	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 2.895.000	$ 579.000	0,20	25,0065	3,24	0,25	28,4965	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M50	333123-M13707020018	URGENCIAS	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	No requiere consumibles	No	9	10/12/2015	11	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 7.399.999	$ 1.480.000	0,20	24,1065	0,3	0,25	24,6565	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M88	301204-K12100120012-01	URGENCIAS	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	No requiere consumibles	No	9	10/12/2015	11	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 7.399.999	$ 1.480.000	0,20	24,1065	0,3	0,25	24,6565	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
NEBULIZADOR	PULMO-AIDE	5650D	04126581	URGENCIAS	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Terapia Y Rehabilitación	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 234.000	$ 46.800	0,20	24,1065	24	0,25	48,3565	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
NEBULIZADOR	PULMO-AIDE	5650D	D2584518	URGENCIAS	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Terapia Y Rehabilitación	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 234.000	$ 46.800	0,20	24,1065	24	0,25	48,3565	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
NEBULIZADOR	PULMO-AIDE	6550D	D2102377	URGENCIAS	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Terapia Y Rehabilitación	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 234.000	$ 46.800	0,20	24,1065	24	0,25	48,3565	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
NEVERA	HACEB	N.R	N.R	URGENCIAS	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	6	29/11/2018	8	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Media: Entre el 31% y el 75%	$ 1.500.000	$ 300.000	0,20	24,1065	12,06	0,25	36,4165	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M21600760012	URGENCIAS	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	3	17/12/2021	5	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 1.450.000	$ 46.800	0,20	24,1065	0,3	0,25	24,6565	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
TENSIOMETRO DE PARED	ADC	CE1434	21184454	URGENCIAS	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Diagnostico	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 522.971	$ 104.594	0,20	18,33075	21,06	0,25	39,64075	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
TENSIOMETRO PEDESTAL	WELCH ALLYN	CE0297	180214062995	URGENCIAS	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Diagnostico	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 522.971	$ 104.594	0,20	18,33075	21,06	0,25	39,64075	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
TERMOHIGROMETRO	HTC	HTC-1	N.R	URGENCIAS	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 147.900	$ 29.580	0,20	28,674	21,06	0,25	49,984	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	TERMOHIGROMETER	H-8	SN0003	URGENCIAS	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 120.000	$ 24.000	0,20	28,674	21,06	0,25	49,984	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TERMOMETRO	DIGITAL THERMOMETER	HTC-1	2636	URGENCIAS	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 147.900	$ 29.580	0,20	28,674	21,06	0,25	49,984	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TERMOMETRO DIGITAL	KEX-GERMANY	RT-803E	N.R	URGENCIAS	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 32.500	$ 6.500	0,20	23,562	21,06	0,25	44,872	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
CONGELADOR	CHALLENGER	CV430	16430413161	VACUNACIÓN	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	5	8/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 3.575.228	$ 715.046	0,20	24,1065	0,3	0,25	24,6565	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
DATALOGGER	ELITECH	GSP-6	EPG21810225	VACUNACIÓN	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	5	16/5/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 245.900	$ 49.180	0,20	28,674	0,3	0,25	29,224	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
REFRIGRADOR	VESTFROST	MK304	20074515627	VACUNACIÓN	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	3 o más	12	4/7/2012	14	1,00	Entre 3 y 7	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Bajo: Menos del 30%	Baja: Menos del 30%	$ 9.802.000	$ 1.960.400	0,20	30,4425	24,06	0,25	54,7525	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
REFRIGRADOR	HAIER	HBC-260	BEG9SEAS00QEM820043	VACUNACIÓN	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	12	4/7/2012	14	1,00	Hasta 2	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Media: Entre el 31% y el 75%	$ 9.802.000	$ 1.960.400	0,20	26,9775	12,06	0,25	39,2875	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	HTC	HTC-2	150902662	VACUNACIÓN	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 147.900	$ 29.580	0,20	28,674	21,06	0,25	49,984	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TERMOMETRO DE NEVERA	VICI	TM-803	NS20304589	VACUNACIÓN	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 32.500	$ 6.500	0,20	28,674	21,06	0,25	49,984	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TERMOMETRO DIGITAL	D. THERMOMETER	N.R	N.R	VACUNACIÓN	UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD ROSAS	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 32.500	$ 6.500	0,20	28,674	21,06	0,25	49,984	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
ASPIRADOR DE SECRECIONES	APEX	SPARMAX	202925	AMBULANCIAS	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	De 1 a 4 años	No	8	1/3/2016	10	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 990.000	$ 198.000	0,20	21,726	3,24	0,25	25,216	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
DEA	MINDRAY	BENEHEART D1	FQ-08051216	AMBULANCIAS	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	De 1 a 4 años	No	3	3/3/2021	5	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 8.650.000	$ 1.730.000	0,20	21,726	0,3	0,25	22,276	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
GLUCOMETRO	OK METER MATCH II	OK-1B	DB16106896	AMBULANCIAS	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Diagnostico	De 1 a 4 años	No	5	17/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 178.500	$ 35.700	0,20	24,876	3,24	0,25	28,366	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	IM50	333123-M15804070065-01	AMBULANCIAS	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	No requiere consumibles	No	9	10/12/2015	11	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 7.399.999	$ 1.480.000	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
TENSIÓMETRO	GMD	N.R	12406700	AMBULANCIAS	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Regular	Diagnostico	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 94.900	$ 18.980	0,20	15,921	21,06	0,25	37,231	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
TENSIÓMETRO PEDIATRICO	ALPK2	N.R	N.R	AMBULANCIAS	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Regular	Diagnostico	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 106.600	$ 21.320	0,20	15,921	21,06	0,25	37,231	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
BALANZA	SECA	813	881333418O213	CONSULTA EXTERNA	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	5	23/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Bajo: Menos del 30%	Baja: Menos del 30%	$ 2.975.000	$ 595.000	0,20	15,921	24,06	0,25	40,231	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
BALANZA	SECA	874	10000000339628	CONSULTA EXTERNA	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	5	23/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Bajo: Menos del 30%	Baja: Menos del 30%	$ 2.975.000	$ 595.000	0,20	15,921	24,06	0,25	40,231	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
BALANZA PEDIATRICA	SECA	354	835408517O892	CONSULTA EXTERNA	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	5	23/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 1.011.500	$ 202.300	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
ELECTROCARDIOGRAFO	COMEN	H3	H3210918028	CONSULTA EXTERNA	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	2	3/3/2022	4	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 3.403.400	$ 680.680	0,20	15,921	3,24	0,25	19,411	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	727	N.R	CONSULTA EXTERNA	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	9	14/4/2015	11	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 3.360.500	$ 672.100	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	GS 777	408282	CONSULTA EXTERNA	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	9	14/4/2015	11	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 3.360.500	$ 672.100	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	ADC	DIAGNOSTIX ADSTATION	100266	CONSULTA EXTERNA	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	9	14/4/2015	11	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 3.360.500	$ 672.100	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	ADC	DIAGNOSTIX ADSTATION	100308	CONSULTA EXTERNA	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	9	14/4/2015	11	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 3.360.500	$ 672.100	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
GLUCOMETRO	OKMETER	MATCH II	DB16106896	CONSULTA EXTERNA	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Diagnostico	De 1 a 4 años	No	5	17/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 178.500	$ 35.700	0,20	24,876	3,24	0,25	28,366	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
LAMPARA DE EXAMEN	WELCH ALLYN	GS300	N.R	CONSULTA EXTERNA	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	5	23/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 3.332.000	$ 666.400	0,20	15,921	3,24	0,25	19,411	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
TENSIOMETRO DE PARED	ADC	SPHYGMOMANOMETER	21184545	CONSULTA EXTERNA	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Regular	Diagnostico	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 522.971	$ 104.594	0,20	15,921	21,06	0,25	37,231	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
TENSIOMETRO DIGITAL	RIESTER	RI CHAMPION N	04000379	CONSULTA EXTERNA	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Regular	Diagnostico	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 522.971	$ 104.594	0,20	15,921	21,06	0,25	37,231	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.

TENSIOMETRO PEDIATRICO	BOKANG	CE0197	200602	CONSULTA EXTERNA	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Regular	Diagnostico	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 106.600	$ 21.320	0,20	15,921	21,06	0,25	37,231	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
AUTOCLAVE	AUTOMAT	2400	2400-0497	ESTERILIZACIÓN	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	2	26/4/2022	4	1,00	Hasta 2	Otro proveedor	Entre 5 y 7 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 6.032.000	$ 1.206.400	0,20	14,596	0,3	0,25	15,148	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
INCUBADORA DE BIOLOGICOS	CRISTOFOLI	MINIINCUBADORA	L655718	ESTERILIZACIÓN	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	De 1 a 4 años	No	6	29/11/2018	8	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 673.540	$ 134.708	0,20	24,876	0,3	0,25	25,426	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
TERMOHIGROMETRO	HYGRO-THERMOMETER	DIGITAL	L6AF1206	ESTERILIZACIÓN	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 119.300	$ 23.860	0,20	19,071	21,06	0,25	40,381	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
NEVERA	HACEB	CR074	131223	FARMACIA	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 1.500.000	$ 300.000	0,20	15,921	21,06	0,25	37,231	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
TERMOHIGROMETRO	HYGRO-THERMOMETER	H-B	SN006	FARMACIA	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 119.300	$ 23.860	0,20	19,071	21,06	0,25	40,381	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TERMOMETRO	HIGROTERMOMETER	N.R	N.R	FARMACIA	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 32.500	$ 6.500	0,20	19,071	21,06	0,25	40,381	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
ASPIRADOR DE SECRECIONES	DALTON	TWIN CYLINDER-IP	202925	HOSPITALIZACIÓN OBSTETRICIA	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	De 1 a 4 años	No	8	1/3/2016	10	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 1.200.000	$ 240.000	0,20	21,726	3,24	0,25	25,216	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
BALANZA PEDIATRICA	SECA	354	3541317009	HOSPITALIZACIÓN OBSTETRICIA	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	5	23/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 1.011.500	$ 202.300	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
CAMA DE ATENCIÓN DE PARTOS	DOMETAL	LINEA IXYS 3522CE	0000000863	HOSPITALIZACIÓN OBSTETRICIA	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	7	11/12/2017	9	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Alta: Mas del 75%	$ 13.500.000	$ 2.700.000	0,20	15,921	6,18	0,25	22,351	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
CAMA ELECTRICA	MAFET	N.R	N.R	HOSPITALIZACIÓN OBSTETRICIA	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	5	10/12/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 4.105.500	$ 821.100	0,20	19,071	0,3	0,25	19,621	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
CONCENTRADOR DE OXIGENO	OBELS	JAY-SAW	M2JS5263959	HOSPITALIZACIÓN OBSTETRICIA	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Terapia Y Rehabilitación	No requiere consumibles	No	3	17/12/2021	5	1,00							$ 1	$ 0	0,20	5,751	0,3	0,25	6,301	Tecnología NO requiere evaluación ni renovación en los próximos dos años	El equipo se encuentra en óptimas condiciones. Se recomienda volver a evaluar en un periodo de 2 años.
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	3044150-M14201940027	HOSPITALIZACIÓN OBSTETRICIA	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	6	19/12/2018	8	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 979.000	$ 195.800	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
INCUBADORA NEONATAL	NINGBO DAVID MEDICAL	TI-2000	A368AK12026	HOSPITALIZACIÓN OBSTETRICIA	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	No requiere consumibles	No	2	3/3/2022	4	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 28.417.200	$ 5.683.440	0,20	15,921	3,24	0,25	19,411	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
LAMPARA PIELITICA	WELCH ALLYN	GS900	10020116111651	HOSPITALIZACIÓN OBSTETRICIA	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	3	17/12/2021	5	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 14.860.129	$ 2.972.026	0,20	15,921	3,24	0,25	19,411	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
LARINGOSCOPIO	ADC	N.R	N.R	HOSPITALIZACIÓN OBSTETRICIA	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	De 1 a 4 años	No	3	3/3/2021	5	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 2.895.000	$ 579.000	0,20	21,726	3,24	0,25	25,216	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M8	301301-M14201270026	HOSPITALIZACIÓN OBSTETRICIA	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	No requiere consumibles	No	9	10/12/2015	11	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 7.399.999	$ 1.480.000	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
MONITOR FETAL	EDAN	F3	330120-M14101690013	HOSPITALIZACIÓN OBSTETRICIA	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	No requiere consumibles	No	2	3/3/2022	4	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 7.259.000	$ 1.451.800	0,20	15,921	3,24	0,25	19,411	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
MONITOR FETAL	COMEN	C22	KH21092602B	HOSPITALIZACIÓN OBSTETRICIA	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	No requiere consumibles	No	2	3/3/2022	4	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 7.259.000	$ 1.451.800	0,20	15,921	3,24	0,25	19,411	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
NEVERA	CHALLENGER	CR074	140325-0747240011	HOSPITALIZACIÓN OBSTETRICIA	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	6	29/11/2018	8	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Bajo: Menos del 30%	Baja: Menos del 30%	$ 337.500	$ 67.500	0,20	15,921	24,06	0,25	40,231	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TERMOHIGROMETRO	HTC-2	N.R	15014675	HOSPITALIZACIÓN OBSTETRICIA	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 147.900	$ 29.580	0,20	19,071	21,06	0,25	40,381	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año
TERMOMETRO DIGITAL	KEX GERMANY	RT-803	N.R	HOSPITALIZACIÓN OBSTETRICIA	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 32.500	$ 6.500	0,20	19,071	21,06	0,25	40,381	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
UNIDAD DE CALOR RADIANTE	NINGBO DAVID MEDICAL	HKN-9010	22140401036	HOSPITALIZACIÓN OBSTETRICIA	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	No requiere consumibles	No	2	3/3/2022	4	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 24.510.000	$ 4.902.000	0,20	15,921	3,24	0,25	19,411	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
AGITADOR MAZINI	LAB ROTATOR	DSR2100V	83101892	LABORATORIO CLINICO	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Malo	Laboratorio Clínico	No requiere consumibles	3 o más	12	7/4/2012	12	1,00	Entre 3 y 7	No existe soporte técnico	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Bajo: Menos del 30%	Baja: Menos del 30%	$ 2.080.000	$ 416.000	0,20	30,69	27	0,25	57,94	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
BAÑO SEROLOGICO	MEMMERT	WB7	12950288	LABORATORIO CLINICO	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Regular	Laboratorio Clínico	No requiere consumibles	No	10	3/7/2014	12	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Alta: Mas del 75%	$ 2.769.820	$ 553.964	0,20	15,921	6,18	0,25	22,351	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
CENTRIFUGA	INDULAB	04-SPECIAL	16373	LABORATORIO CLINICO	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Laboratorio Clínico	No requiere consumibles	No	6	19/12/2018	8	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Media: Entre el 31% y el 75%	$ 8.211.000	$ 1.642.200	0,20	15,921	12,06	0,25	28,231	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
CUENTA CELULAS	CLAY ADAMS	LAB COUNTER	N.R	LABORATORIO CLINICO	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Malo	Laboratorio Clínico	No requiere consumibles	3 o más	12	7/4/2012	12	1,00	Entre 3 y 7	No existe soporte técnico	No tiene soporte de repuestos	Menos del 30%	Bajo: Menos del 30%	Baja: Menos del 30%	$ 726.840	$ 145.368	0,20	33,84	30	0,25	64,09	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año
EQUIPO DE QUIMICA	BIOSYSTEMS	BT5-350	801755299	LABORATORIO CLINICO	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Laboratorio Clínico	De 1 a 4 años	No	6	19/12/2018	8	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 27.965.000	$ 5.593.000	0,20	21,726	0,3	0,25	22,276	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
GLUCOMETRO	OK METER	MATCH II	DBGU039553	LABORATORIO CLINICO	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Diagnostico	De 1 a 4 años	No	5	17/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 178.500	$ 35.700	0,20	24,876	3,24	0,25	28,366	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
HORNO DE SECADO	ICAM	N.R	N.R	LABORATORIO CLINICO	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Malo	Laboratorio Clínico	No requiere consumibles	3 o más	12	7/4/2012	12	1,00	Mas de 8	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Menos del 30%	Bajo: Menos del 30%	Baja: Menos del 30%	$ 1.282.500	$ 256.500	0,20	28,395	30	0,25	58,645	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año
MICROCENTRIFUGA	INDULAB	CT1-D	14-508	LABORATORIO CLINICO	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Laboratorio Clínico	De 1 a 4 años	No	8	3/1/2016	10	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 3.957.500	$ 791.500	0,20	21,726	0,3	0,25	22,276	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
MICROPIPETA	BRAND	10-100 µl	10E29056	LABORATORIO CLINICO	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Regular	Laboratorio Clínico	De 1 a 4 años	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 357.048	$ 71.410	0,20	24,876	21,06	0,25	46,186	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
MICROPIPETA	BOECO	100-1000µL	11032700	LABORATORIO CLINICO	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Regular	Laboratorio Clínico	De 1 a 4 años	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 357.048	$ 71.410	0,20	24,876	21,06	0,25	46,186	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
MICROPIPETA	BOECO	10-100 µl	RGB10774	LABORATORIO CLINICO	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Regular	Laboratorio Clínico	De 1 a 4 años	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 357.048	$ 71.410	0,20	24,876	21,06	0,25	46,186	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
MICROSCOPIO	OLYMPUS	CX123	5H8724420X08	LABORATORIO CLINICO	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Laboratorio Clínico	No requiere consumibles	No	8	3/1/2016	10	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Media: Entre el 31% y el 75%	$ 10.405.200,00	$ 2.081.040	0,20	15,921	12,06	0,25	28,231	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
MICROSCOPIO	OLYMPUS	CH2	4M0120	LABORATORIO CLINICO	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Laboratorio Clínico	No requiere consumibles	No	8	3/1/2016	10	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Media: Entre el 31% y el 75%	$ 10.405.200,00	$ 2.081.040	0,20	15,921	12,06	0,25	28,231	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
NEVERA	HACEB	NSIBERIA-310-SE-M1-11-R2	92262	LABORATORIO CLINICO	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 1.500.000	$ 300.000	0,20	15,921	21,06	0,25	37,231	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
TERMOHIGROMETRO	HTC-2	N.R	15014680	LABORATORIO CLINICO	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 147.900	$ 29.580	0,20	19,071	21,06	0,25	40,381	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TERMOHIGROMETRO	HYGRO-THERMOMETER	N.R	N.R	LABORATORIO CLINICO	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Media: Entre el 31% y el 75%	$ 119.300	$ 23.860	0,20	19,071	12,06	0,25	31,381	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
TERMOHIGROMETRO	N.R	N.R	N.R	LABORATORIO CLINICO	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Media: Entre el 31% y el 75%	$ 119.300	$ 23.860	0,20	19,071	12,06	0,25	31,381	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.

TERMOMETRO DIGITAL	KEX GERMANY	RT-803E	N.R	LABORATORIO CLINICO	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 32.500	$ 6.500	0,20	19,071	21,06	0,25	40,381	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TERMOMETRO DIGITAL	FRIDGE FREEZER	N.R	00012	LABORATORIO CLINICO	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 32.500	$ 6.500	0,20	19,071	21,06	0,25	40,381	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TERMOMETRO DIGITAL	KEX GERMANY	RT-803E	SN00012	LABORATORIO CLINICO	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 32.500	$ 6.500	0,20	19,071	21,06	0,25	40,381	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
AMALGAMADOR	MILLENIUM	2000	AAA890	ODONTOLOGÍA	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Diagnostico	De 1 a 4 años	No	5	16/5/2019	7	1,00	Hasta 2	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Media: Entre el 31% y el 75%	Media: Entre el 31% y el 75%	$ 3.510.500	$ 702.100	0,20	23,553	12,06	0,25	35,863	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
AMALGAMADOR	DENTSPLY	WIG-L-BUG	20847	ODONTOLOGÍA	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Diagnostico	De 1 a 4 años	No	5	16/5/2019	7	1,00	Hasta 2	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Media: Entre el 31% y el 75%	$ 3.510.500	$ 702.100	0,20	23,553	12,06	0,25	35,863	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
CAVITRON	ULTRA MAG	N.R	NE12104176	ODONTOLOGÍA	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Terapia Y Rehabilitación	No requiere consumibles	No	6	29/11/2018	8	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 746.560	$ 149.312	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
COMPRESOR	AIAX	AIA200	1408043	ODONTOLOGÍA	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	8	1/3/2016	10	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 1.560.000	$ 312.000	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
LAMPARA DE FOTOCURADO	GOSPA	LED	HL70905715	ODONTOLOGÍA	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Regular	Terapia Y Rehabilitación	No requiere consumibles	No	6	16/3/2018	8	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Media: Entre el 31% y el 75%	$ 980.000	$ 196.000	0,20	15,921	12,06	0,25	28,231	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
LAMPARA DE FOTOCURADO	SUNLITE	1275	127022	ODONTOLOGÍA	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Regular	Terapia Y Rehabilitación	No requiere consumibles	No	6	16/3/2018	8	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Media: Entre el 31% y el 75%	$ 910.000	$ 182.000	0,20	15,921	12,06	0,25	28,231	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
NEVERA	N.R	N.R	N.R	ODONTOLOGÍA	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 1.500.000	$ 300.000	0,20	15,921	21,06	0,25	37,231	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
TERMOHIGROMETRO	HTC	HTC-2	15014678	ODONTOLOGÍA	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 147.900	$ 29.580	0,20	19,071	21,06	0,25	40,381	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
UNIDAD ODONTOLOGICA	ZIRA	CE1639	2106562	ODONTOLOGÍA	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Terapia Y Rehabilitación	No requiere consumibles	No	3	17/12/2021	5	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 11.125.000	$ 2.225.000	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL	TROPY	N.R	N.R	ODONTOLOGÍA	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Terapia Y Rehabilitación	No requiere consumibles	No	5	16/5/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 4.236.400	$ 847.280	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	STAR8000E	E7210607043	URGENCIAS	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	No requiere consumibles	No	2	3/3/2022	4	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 4.937.310	$ 987.462	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
ASPIRADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1130D	0B9400002708	URGENCIAS	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	De 1 a 4 años	No	8	1/3/2016	10	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 1.200.000	$ 240.000	0,20	21,726	3,24	0,25	25,216	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
BALANZA	SECA	874	10000000339615	URGENCIAS	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	5	23/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Bajo: Menos del 30%	Baja: Menos del 30%	$ 2.975.000	$ 595.000	0,20	15,921	24,06	0,25	40,231	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
COCENTRADOR DE OXIGENO	DEVILBISS	525OS	F65522205	URGENCIAS	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Terapia Y Rehabilitación	No requiere consumibles	No	3	17/12/2021	5	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 2.796.500	$ 559.300	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
DEFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEARTH D3	ELS8022010	URGENCIAS	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	De 1 a 4 años	No	9	27/4/2015	11	1,00	Hasta 2	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Media: Entre el 31% y el 75%	$ 22.864.400	$ 4.572.880	0,20	23,553	9,12	0,25	32,923	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX II	STAII 108123091	URGENCIAS	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	6	19/12/2018	8	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 979.000	$ 195.800	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE-3	309025-M12101230041	URGENCIAS	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	10	17/2/2014	12	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 4.458.700	$ 891.740	0,20	15,921	3,24	0,25	19,411	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
EQUIPO DE ORGANOS	WELCH ALLYN	727	N.R	URGENCIAS	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	9	14/4/2015	11	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 3.360.500	$ 672.100	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
GLUCOMETRO	OK MIETERMATCH II	OK-18	DB16208606	URGENCIAS	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Diagnostico	De 1 a 4 años	No	5	17/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 178.500	$ 35.700	0,20	24,876	3,24	0,25	28,366	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
GLUCOMETRO	OK MIETERMATCH II	OK-18	DB16106893	URGENCIAS	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Diagnostico	De 1 a 4 años	No	5	17/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 178.500	$ 35.700	0,20	24,876	3,24	0,25	28,366	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
LAMPARA DE EXAMEN	WELCH ALLYN	GS 300	N.R	URGENCIAS	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	5	23/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 3.332.000	$ 666.400	0,20	15,921	3,24	0,25	19,411	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
LARINGOSCOPIO	ADC	N.R	N.R	URGENCIAS	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	De 1 a 4 años	No	3	3/3/2021	5	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 2.895.000	$ 579.000	0,20	21,726	3,24	0,25	25,216	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N.R	URGENCIAS	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	De 1 a 4 años	No	3	3/3/2021	5	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 2.895.000	$ 579.000	0,20	21,726	3,24	0,25	25,216	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
NEBULIZADOR	PULMO AIDE	N056500	D2994164	URGENCIAS	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Regular	Terapia Y Rehabilitación	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 234.000	$ 46.800	0,20	15,921	24	0,25	40,171	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
NEGATOSCOPIO	N.R	N.R	N.R	URGENCIAS	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Regular	Terapia Y Rehabilitación	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Baja: Menos del 30%	$ 358.520	$ 71.704	0,20	19,071	21,06	0,25	40,381	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
PULSOXIMETRO	EDAN	H100B	360101-M21600760001	URGENCIAS	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	12	4/7/2012	14	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 1.450.000	$ 290.000	0,20	15,921	3,24	0,25	19,411	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
TENSIOMETRO PEDESTAL	WELCH ALLYN	CE 0297	170622112945	URGENCIAS	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Regular	Diagnostico	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 106.600	$ 21.320	0,20	19,071	21,06	0,25	40,381	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TENSIOMETRO PEDIATRICO	SPHIGNOMANOMETER	N.R	395160	URGENCIAS	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Regular	Diagnostico	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 106.600	$ 21.320	0,20	15,921	21,06	0,25	37,231	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
TERMOHIGROMETRO	HTC	HTC-2	15014677	URGENCIAS	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 147.900	$ 29.580	0,20	19,071	21,06	0,25	40,381	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TERMOHIGROMETRO	HTC	HTC-2	560224802717	URGENCIAS	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 147.900	$ 29.580	0,20	19,071	21,06	0,25	40,381	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
DATALOGGER	ELITECH	GSP-6	EFG218102044	VACUNACION	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	5	16/5/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 245.900	$ 49.180	0,20	19,071	0,3	0,25	19,621	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
NEVERA	CHALLENGER	CV430	210717-4304130095	VACUNACION	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	6	29/11/2018	8	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Bajo: Menos del 30%	Baja: Menos del 30%	$ 337.500	$ 67.500	0,20	15,921	24,06	0,25	40,231	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
NEVERA	VESTFROST	MK304	20095085297	VACUNACION	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	12	4/6/2012	12	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Baja: Menos del 30%	$ 10.179.000	$ 2.035.800	0,20	15,921	18,12	0,25	34,291	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
TERMOHIGROMETRO	HTC	HTC-2	15014681	VACUNACION	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	12	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 147.900	$ 29.580	0,20	19,071	21,06	0,25	40,381	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TERMOMETRO	KEX GERMANY	RT-803E	N.R	VACUNACION	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	12	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 32.500	$ 6.500	0,20	19,071	21,06	0,25	40,381	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TERMOMETRO	FRIDGE FREEZER	N.R	N.R	VACUNACION	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	12	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 32.500	$ 6.500	0,20	19,071	21,06	0,25	40,381	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TERMOMETRO	CADENA DE FRIO	N.R	N.R	VACUNACION	ESE CENTRO 2 - UAS PAISPAMBA	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	12	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 32.500	$ 6.500	0,20	19,071	21,06	0,25	40,381	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.

ASPIRADOR DE SECRECIONES	PULMOMED	7E-A	00031	AMBULANCIA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	De 1 a 4 años	No	8	1/3/2016	10	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 1.500.000	$ 300.000	0,20	21,726	3,24	0,25	25,216	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
ASPIRADOR DE SECRECIONES	PULMOMED	7E-A	YU22120144	AMBULANCIA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	De 1 a 4 años	No	8	1/3/2016	10	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 1.500.000	$ 300.000	0,20	21,726	3,24	0,25	25,216	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
DEA	MINDRAY	BENEHEAR D1	FQ-08051210	AMBULANCIA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	De 1 a 4 años	No	3	3/3/2021	5	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 8.650.000	$ 1.730.000	0,20	21,726	0,3	0,25	22,276	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
DEA	AED	AED100	DEF301010	AMBULANCIA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Regular	Tratamiento Y Soporte Vital	De 1 a 4 años	No	3	3/3/2021	5	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Media: Entre el 31% y el 75%	$ 2.200.000	$ 440.000	0,20	21,726	12,06	0,25	34,036	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
GLUCOMETRO	OK METER MATCH II	OK-1G	D8GJ069576	AMBULANCIA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Diagnostico	De 1 a 4 años	No	5	17/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 178.500	$ 35.700	0,20	24,876	3,24	0,25	28,366	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
GLUCOMETRO	VIVACHEK ECO	VIEM02	302500037AE	AMBULANCIA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Diagnostico	De 1 a 4 años	No	5	17/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 178.500	$ 35.700	0,20	24,876	3,24	0,25	28,366	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
MONITOR DE SIGNOS VITALES	EDAN	M50	333123-M1202900064-01	AMBULANCIA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	No requiere consumibles	No	9	10/12/2015	11	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 7.399.999	$ 1.480.000	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
MONITOR DE SIGNOS VITALES	COMEN	STAR8000E	E7220916054	AMBULANCIA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	No requiere consumibles	No	2	3/3/2022	4	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 4.937.310	$ 987.462	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
TENSIOMETRO	LENZ	N.R	2023060862	AMBULANCIA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Regular	Diagnostico	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 94.900	$ 18.980	0,20	15,921	21,06	0,25	37,231	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
TENSIOMETRO	MCD	N.R	N.R	AMBULANCIA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Regular	Diagnostico	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 94.900	$ 18.980	0,20	15,921	21,06	0,25	37,231	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
TENSIOMETRO PEDIATRICO	LORD	CE0123	1065406	AMBULANCIA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Regular	Diagnostico	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	98.550,00	$ 19.710	0,20	15,921	21,06	0,25	37,231	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
TENSIOMETRO PEDIATRICO	TENSOMED	SPHYGMOMANOMETER	N.R	AMBULANCIA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Regular	Diagnostico	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 94.900	$ 18.980	0,20	15,921	21,06	0,25	37,231	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
BALANZA	SECA	813	8813330171993	CONSULTA EXTERNA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	5	23/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Baja: Menos del 30%	$ 2.975.000	$ 595.000	0,20	15,921	18,12	0,25	34,291	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
BALANZA	SECA	813	8813336192728	CONSULTA EXTERNA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	5	23/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Baja: Menos del 30%	$ 2.975.000	$ 595.000	0,20	15,921	18,12	0,25	34,291	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
BALANZA	SECA	874	100000368589	CONSULTA EXTERNA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	5	23/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Baja: Menos del 30%	$ 2.975.000	$ 595.000	0,20	15,921	18,12	0,25	34,291	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
BALANZA	HEALTH O METER	M160KLQTY.1	1620003298	CONSULTA EXTERNA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	10	3/7/2014	12	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Baja: Menos del 30%	$ 1.438.200	$ 287.640	0,20	15,921	18,12	0,25	34,291	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
BALANZA PEDIATRICA	SECA	354	8354343180229	CONSULTA EXTERNA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	5	23/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 1.011.500	$ 202.300	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
BALANZA PEDIATRICA	SECA	354	8354222170689	CONSULTA EXTERNA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	5	23/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 1.011.500	$ 202.300	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
BALANZA PEDIATRICA	SECA	354	8354343180429	CONSULTA EXTERNA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	5	23/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 1.011.500	$ 202.300	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
BASCULA	HEALTH O METER	N.R	8000200747	CONSULTA EXTERNA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	10	3/7/2014	12	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 1.438.200	$ 287.640	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
BASCULA	SECA	813	8813336192562 8	CONSULTA EXTERNA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	5	23/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 2.975.000	$ 595.000	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
BASCULA PEDIATRICA	DETECTO	ACS-208-YE	4231711220259	CONSULTA EXTERNA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	5	23/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 488.000	$ 97.600	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	304133-M1330012001 5	CONSULTA EXTERNA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	6	19/12/2018	8	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 979.000	$ 195.800	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
EQ. ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	77710	N.R	CONSULTA EXTERNA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	9	14/4/2015	11	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 3.360.500	$ 672.100	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	11710	N.R	CONSULTA EXTERNA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	9	14/4/2015	11	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 3.360.500	$ 672.100	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	ADC	N.R	N.R	CONSULTA EXTERNA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	9	14/4/2015	11	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 3.360.500	$ 672.100	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
TENSIOMETRO	ALPK2	SPHYGNOMANOMETER	NR	CONSULTA EXTERNA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Regular	Diagnostico	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	100.200,00	$ 20.040	0,20	15,921	21,06	0,25	37,231	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
TENSIOMETRO	GMD	N.R	18205807	CONSULTA EXTERNA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Regular	Diagnostico	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 94.900	$ 18.980	0,20	15,921	21,06	0,25	37,231	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	LIFETIME	141128041795	CONSULTA EXTERNA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Regular	Diagnostico	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 522.971	$ 104.594	0,20	15,921	21,06	0,25	37,231	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
TENSIOMETRO DE PARED	ADC	CE1434	21184455	CONSULTA EXTERNA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Regular	Diagnostico	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 522.971	$ 104.594	0,20	15,921	21,06	0,25	37,231	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
TENSIOMETRO DE PARED	RIESTER	N.R	201240807	CONSULTA EXTERNA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Regular	Diagnostico	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 522.971	$ 104.594	0,20	15,921	21,06	0,25	37,231	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	CE0297	141128051525	CONSULTA EXTERNA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Regular	Diagnostico	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 522.971	$ 104.594	0,20	15,921	21,06	0,25	37,231	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
TENSIOMETRO PEDIATRICO	WELCH ALLYN	N.R	151029121027	CONSULTA EXTERNA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Regular	Diagnostico	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 106.600	$ 21.320	0,20	15,921	21,06	0,25	37,231	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
AUTOCLAVE	AUTOMAT	3000	3000-0870	ESTERILIZACIÓN	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	11	26/4/2013	13	1,00	Hasta 2	Otro proveedor	Entre 5 y 7 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 6.032.000	$ 1.206.400	0,20	14,598	21,06	0,25	35,908	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
AUTOCLAVE	AUTOMAT	2400	24000488	ESTERILIZACIÓN	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	11	26/4/2013	13	1,00	Hasta 2	Otro proveedor	Entre 5 y 7 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 6.032.000	$ 1.206.400	0,20	14,598	21,06	0,25	35,908	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
INCUBADORA BIOLOGICOS	CRISTOFOLI	MINI INCUBADORA	L655718	ESTERILIZACIÓN	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	De 1 a 4 años	No	6	29/11/2018	8	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 673.540	$ 134.708	0,20	24,876	0,3	0,25	25,426	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.

TERMOHIGROMETRO	GREEN MAY	HTC-2	GM171429	ESTERILIZACIÓN	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 120.000	$ 24.000	0,20	19,071	21,06	0,25	40,381	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
NEVERA	CHALLENGER	CR074	N.R	FARMACIA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	6	29/11/2018	8	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Bajo: Menos del 30%	Baja: Menos del 30%	$ 337.500	$ 67.500	0,20	15,921	24,06	0,25	40,231	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TERMOMETRO	KEX GERMANY	RT-800E	N.R	FARMACIA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 32.500	$ 6.500	0,20	19,071	21,06	0,25	40,381	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TERMOMETRO	ALLA FRANCE	FRIDGE FREEZER	N.R	FARMACIA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 32.500	$ 6.500	0,20	19,071	21,06	0,25	40,381	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
ASPIRADOR DE SECRECIONES	JMAG	YX930D	8914001	HOSPITALIZACIÓN OBSTETRICA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	De 1 a 4 años	No	8	1/3/2016	10	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 1.500.000	$ 300.000	0,20	21,726	3,24	0,25	25,216	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
BALANZA PEDIATRICA	HEALTH O METER	522KL	5220003443	HOSPITALIZACIÓN OBSTETRICA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	10	3/7/2014	12	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 1.438.200	$ 287.640	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
CAMA ELECTRICA	DOMETAL	185-23	0000053052	HOSPITALIZACIÓN OBSTETRICA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	5	10/12/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 4.105.500	$ 821.100	0,20	19,071	0,3	0,25	19,621	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
INCUBADORA NEONATAL	NINGBO DAVID	TI-2000	A36BAKJ12027	HOSPITALIZACIÓN OBSTETRICA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	No requiere consumibles	No	2	3/3/2022	4	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 28.417.200	$ 5.683.440	0,20	15,921	3,24	0,25	19,411	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
LAMPARA DE EXAMEN	WELCH ALLYN	GS-900	N.R	HOSPITALIZACIÓN OBSTETRICA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	5	23/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 3.332.000	$ 666.400	0,20	15,921	3,24	0,25	19,411	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	N.R	N.R	HOSPITALIZACIÓN OBSTETRICA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	De 1 a 4 años	No	3	3/3/2021	5	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 2.895.000	$ 579.000	0,20	21,726	3,24	0,25	25,216	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
MONITOR FETAL	EDAN	F3	460379-M1891520002	HOSPITALIZACIÓN OBSTETRICA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	No requiere consumibles	No	2	3/3/2022	4	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 7.259.000	$ 1.451.800	0,20	15,921	3,24	0,25	19,411	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
TERMOHIGROMETRO	HTC	HTC-2	HTC214990	HOSPITALIZACIÓN OBSTETRICA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 147.900	$ 29.580	0,20	19,071	21,06	0,25	40,381	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
UNIDAD DE CALOR RADIANTE	NINGBO DAVID MEDICAL	HKN-93B	24160501001	HOSPITALIZACIÓN OBSTETRICA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	No requiere consumibles	No	2	3/3/2022	4	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 24.510.000	$ 4.902.000	0,20	15,921	3,24	0,25	19,411	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
AGITADOR MAZINI	INDULAB	TA09	14509	LABORATORIO CLINICO	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Regular	Laboratorio Clínico	No requiere consumibles	3 o más	8	1/3/2016	10	1,00	Entre 3 y 7	No existe soporte técnico	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Bajo: Menos del 30%	Baja: Menos del 30%	$ 1.540.000	$ 308.000	0,20	30,69	27	0,25	57,94	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
BAÑO SEROLOGICO	INDULAB	010C	14016	LABORATORIO CLINICO	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Regular	Laboratorio Clínico	No requiere consumibles	No	10	3/7/2014	12	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Media: Entre el 31% y el 75%	$ 2.769.820	$ 553.964	0,20	15,921	15	0,25	31,171	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
CENTRIFUGA	INDULAB	04-SPECIAL	16369	LABORATORIO CLINICO	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Laboratorio Clínico	No requiere consumibles	No	6	19/12/2018	8	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Media: Entre el 31% y el 75%	$ 8.211.000	$ 1.642.200	0,20	15,921	12,06	0,25	28,231	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
CENTRIFUGA	INDULAB	004-S	15271	LABORATORIO CLINICO	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Laboratorio Clínico	No requiere consumibles	No	6	19/12/2018	8	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Media: Entre el 31% y el 75%	$ 8.211.000	$ 1.642.200	0,20	15,921	12,06	0,25	28,231	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
CUENTA CELULAS	N.R	N.R	134237	LABORATORIO CLINICO	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Malo	Laboratorio Clínico	No requiere consumibles	3 o más	12	7/4/2012	12	1,00	Entre 3 y 7	Otro proveedor	tiene soporte de repue	Menos del 30%	Bajo: Menos del 30%	Baja: Menos del 30%	$ 520.000	$ 104.000	0,20	29,34	30	0,25	59,59	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
EQUIPO DE QUIMICA	ELITECH GROUP	MICROLAB 300	1843022	LABORATORIO CLINICO	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Laboratorio Clínico	De 1 a 4 años	No	6	19/12/2018	8	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 27.965.000	$ 5.593.000	0,20	21,726	0,3	0,25	22,276	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
GLUCOMETRO	OK METER MATCH II	OK-1G	DB16106895	LABORATORIO CLINICO	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Diagnostico	De 1 a 4 años	No	5	17/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 178.500	$ 35.700	0,20	24,876	3,24	0,25	28,366	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
GLUCOMETRO	OK METER MATCH II	OK-1G	DB16197279	LABORATORIO CLINICO	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Diagnostico	De 1 a 4 años	No	5	17/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 178.500	$ 35.700	0,20	24,876	3,24	0,25	28,366	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
HORNO DE SECADO	EQ	N.R	N.R	LABORATORIO CLINICO	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Malo	Laboratorio Clínico	No requiere consumibles	3 o más	12	7/4/2012	12	1,00	Mas de 8	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Menos del 30%	Bajo: Menos del 30%	Baja: Menos del 30%	$ 1.835.000	$ 367.000	0,20	31,545	30	0,25	61,795	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
LECTOR DE ORINA	DIRUI	H100	N1800100H05845E	LABORATORIO CLINICO	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Laboratorio Clínico	De 1 a 4 años	No	6	19/12/2018	8	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 5.533.500	$ 1.106.700	0,20	21,726	3,24	0,25	25,216	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
MICROCENTRIFUGA	INDULAB	CT1D	14017	LABORATORIO CLINICO	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Laboratorio Clínico	No requiere consumibles	No	10	21/11/2014	12	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Media: Entre el 31% y el 75%	$ 4.584.300	$ 916.860	0,20	15,921	9,12	0,25	25,291	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
MICROPIPETA	HUMAPETTE	1000 uL	FQ13427	LABORATORIO CLINICO	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Malo	Laboratorio Clínico	De 1 a 4 años	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Bajo: Menos del 30%	Baja: Menos del 30%	$ 196.000	$ 39.200	0,20	24,876	24,06	0,25	49,186	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
MICROPIPETA	BOECO	S-50µL	9003597	LABORATORIO CLINICO	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Regular	Laboratorio Clínico	De 1 a 4 años	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 343.820	$ 68.764	0,20	24,876	21,06	0,25	46,186	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
MICROPIPETA	BOECO	100-1000µL	11032699	LABORATORIO CLINICO	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Regular	Laboratorio Clínico	De 1 a 4 años	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 343.800	$ 68.760	0,20	24,876	21,06	0,25	46,186	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
MICROSCOPIO	OLYMPUS	CX23LED	4G86771	LABORATORIO CLINICO	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Laboratorio Clínico	No requiere consumibles	No	8	3/1/2018	10	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Media: Entre el 31% y el 75%	$ 10.405.200,00	$ 2.081.040	0,20	15,921	12,06	0,25	28,231	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
NEVERA	HACEB	N SIBERIA 310 SE MI TI R2	9002262	LABORATORIO CLINICO	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 1.500.000	$ 300.000	0,20	15,921	21,06	0,25	37,231	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
NEVERA	HACEB	NE-8	D95036759	LABORATORIO CLINICO	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	6	29/11/2018	8	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Media: Entre el 31% y el 75%	$ 1.500.000	$ 300.000	0,20	15,921	12,06	0,25	28,231	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
TERMOHIGROMETRO	HTC	HTC-2	HTC214990	LABORATORIO CLINICO	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 147.900	$ 29.580	0,20	19,071	21,06	0,25	40,381	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TERMOMETRO DIGITAL	FRIDGE FREEZER	N.R	N.R	LABORATORIO CLINICO	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 32.500	$ 6.500	0,20	19,071	21,06	0,25	40,381	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
AMALGAMADOR	CRESCENT	WIGL-L-BUG	21889	ODONTOLOGIA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Diagnostico	De 1 a 4 años	No	5	16/5/2019	7	1,00	Hasta 2	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Media: Entre el 31% y el 75%	$ 3.510.500	$ 702.100	0,20	23,553	12,06	0,25	35,863	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
AMALGAMADOR	MILLENIUM	2000USA	AAA1428	ODONTOLOGIA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Diagnostico	De 1 a 4 años	No	5	16/5/2019	7	1,00	Hasta 2	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Media: Entre el 31% y el 75%	$ 3.510.500	$ 702.100	0,20	23,553	12,06	0,25	35,863	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
CAVITRON	ULTRASONIC SCALER	AS	AS110920-25	ODONTOLOGIA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Terapia Y Rehabilitación	No requiere consumibles	No	6	29/11/2018	8	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 746.560	$ 149.312	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
COMPRESOR	DYNAIR	N.R	N.R	ODONTOLOGIA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	8	1/3/2016	10	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 1.560.000	$ 312.000	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
LAMPARA DE FOTOCURADO	SUNLITE	1275	N.R	ODONTOLOGIA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Regular	Terapia Y Rehabilitación	No requiere consumibles	No	6	16/3/2018	8	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Media: Entre el 31% y el 75%	$ 910.000	$ 182.000	0,20	15,921	12,06	0,25	28,231	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
LAMPARA DE FOTOCURADO	SUNLITE	1275	127006	ODONTOLOGIA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Terapia Y Rehabilitación	No requiere consumibles	No	6	16/3/2018	8	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 910.000	$ 182.000	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
LAMPARA DE FOTOCURADO	WOODPECKER	N.R	L2255819I	ODONTOLOGIA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Terapia Y Rehabilitación	No requiere consumibles	No	2	28/12/2022	4	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 1.690.000	$ 338.000	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.

NEGATOSCOPIO	N.R	N.R	N.R	ODONTOLOGIA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Regular	Terapia Y Rehabilitación	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 358.520	$ 71.704	0,20	19,071	3,24	0,25	22,561	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
RAYOS X PERIAPICAL	FIAD	INTRAOS70	0803074	ODONTOLOGIA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Regular	Imágenes Diagnosticas	No requiere consumibles	3 o más	12	4/7/2012	12	1,00	Entre 3 y 7	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Media: Entre el 31% y el 75%	$ 7.305.000	$ 1.461.000	0,20	26,19	15	0,25	41,44	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TERMOHIGROMETRO	HTC	HTC-2	140816793	ODONTOLOGIA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 147.900	$ 29.580	0,20	19,071	21,06	0,25	40,381	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
UNIDAD ODONTOLOGICA	ZIRA	AVANTI	2106566	ODONTOLOGIA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Terapia Y Rehabilitación	No requiere consumibles	No	3	17/12/2021	5	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 11.125.000	$ 2.225.000	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
UNIDAD ODONTOLOGICA	ARDENT	ELECTRICA	N.R	ODONTOLOGIA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Terapia Y Rehabilitación	No requiere consumibles	No	5	21/10/2019	7	1,00	Hasta 2	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 6.500.000	$ 1.300.000	0,20	17,748	0,3	0,25	18,298	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL	TROPHY	2660CE35-111	81302668424	ODONTOLOGIA	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Terapia Y Rehabilitación	No requiere consumibles	No	5	16/5/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 4.236.400	$ 847.280	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
LAMPARA DE EXAMEN	WELCH ALLYN	GS 300	N.R	TAMIZACIÓN	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	5	23/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 3.332.000	$ 666.400	0,20	15,921	3,24	0,25	19,411	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
THERMOHIGROMETRO	HYGRO-THERMOMETER	N.R	N.R	TAMIZACIÓN	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 120.000	$ 24.000	0,20	19,071	21,06	0,25	40,381	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
BALANZA	SECA	874	10000010368589	URGENCIAS	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	5	23/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Baja: Menos del 30%	$ 2.975.000	$ 595.000	0,20	15,921	18,12	0,25	34,291	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
CAMA	MAFET	TIMOTION	202106240995	URGENCIAS	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	5	10/12/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 4.105.500	$ 821.100	0,20	19,071	0,3	0,25	19,621	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
CAMA	MAFET	TIMOTION	202106241144	URGENCIAS	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	5	10/12/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 4.105.500	$ 821.100	0,20	19,071	0,3	0,25	19,621	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
CAMA	MUBI	DOMETAL	N.R	URGENCIAS	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	5	10/12/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 4.105.500	$ 821.100	0,20	19,071	0,3	0,25	19,621	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
CONCENTRADOR DE OXIGENO	LONG FIAN	JAY-SAW	MZ55 263999	URGENCIAS	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Terapia Y Rehabilitación	No requiere consumibles	No	3	17/12/2021	5	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 2.796.500	$ 559.300	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
CONCENTRADOR DE OXIGENO	LONG FIAN	JAY-SAW	MZ55 264037	URGENCIAS	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Terapia Y Rehabilitación	No requiere consumibles	No	3	17/12/2021	5	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 2.796.500	$ 559.300	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	N.R	URGENCIAS	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	6	19/12/2018	8	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 979.000	$ 195.800	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
ELECTROCARDIOGRAFO	COMEN	H3	H3210918018	URGENCIAS	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	2	3/3/2022	4	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 3.403.400	$ 680.680	0,20	15,921	3,24	0,25	19,411	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
GLUCOMETRO	OK METER MATCH II	OK-1G	DB1G132709	URGENCIAS	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Diagnostico	De 1 a 4 años	No	5	17/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 178.500	$ 35.700	0,20	24,876	3,24	0,25	28,366	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
GLUCOMETRO	OK METER MATCH II	OK-1G	DB16132692	URGENCIAS	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Diagnostico	De 1 a 4 años	No	5	17/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 178.500	$ 35.700	0,20	24,876	3,24	0,25	28,366	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
GLUCOMETRO	OK METER MATCH II	OK-1G	DBG1069579	URGENCIAS	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Diagnostico	De 1 a 4 años	No	5	17/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 178.500	$ 35.700	0,20	24,876	3,24	0,25	28,366	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
LAMPARA DE EXAMEN	RIUCHEN	N.R	N.R	URGENCIAS	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	5	23/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 234.800	$ 46.960	0,20	15,921	3,24	0,25	19,411	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
MONITOR DE SIGNOS VITALES	BLT	M700	M009E010275	URGENCIAS	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	No requiere consumibles	No	2	3/3/2022	4	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 4.937.310	$ 987.462	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
PULSOXIMETRO	EDAN	H100	360101-M21600760026	URGENCIAS	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	12	4/7/2012	14	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 1.450.000	$ 290.000	0,20	15,921	3,24	0,25	19,411	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
PULSOXIMETRO	GLOBAMEDICS	GL3200	(21)10)2106000411	URGENCIAS	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	4	8/7/2020	6	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 183.000	$ 36.600	0,20	15,921	3,24	0,25	19,411	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
PULSOXIMETRO	GLOBAMEDICS	GL3200	(21)10)2106000413	URGENCIAS	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	4	8/7/2020	6	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 183.000	$ 36.600	0,20	15,921	3,24	0,25	19,411	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
TENSIOMETRO	GMD	N.R	N.R	URGENCIAS	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Regular	Diagnostico	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 94.900	$ 18.980	0,20	15,921	21,06	0,25	37,231	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
TENSIOMETRO	ALPK2	524511	N.A	URGENCIAS	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Regular	Diagnostico	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	100.200,00	$ 20.040	0,20	15,921	21,06	0,25	37,231	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
TENSIOMETRO PEDIATRICO	BOKANG	N.R	200556	URGENCIAS	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Regular	Diagnostico	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 94.900	$ 18.980	0,20	15,921	21,06	0,25	37,231	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	HTC	HTC-2	15014688	URGENCIAS	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 147.900	$ 29.580	0,20	19,071	21,06	0,25	40,381	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
ASPIRADOR DE SECRECIONES	JE	JE-200-11	N.R	URGENCIAS	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	De 1 a 4 años	No	8	1/3/2016	10	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 1.500.000	$ 300.000	0,20	21,726	3,24	0,25	25,216	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
BALANZA	SECA	N.R	8813330171994	URGENCIAS	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	5	23/1/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Baja: Menos del 30%	$ 2.975.000	$ 595.000	0,20	15,921	18,12	0,25	34,291	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ-78000407	URGENCIAS	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	De 1 a 4 años	No	9	27/4/2015	11	1,00	Hasta 2	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Media: Entre el 31% y el 75%	$ 22.864.400	$ 4.572.880	0,20	23,553	9,12	0,25	32,923	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
DOPPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	304133-M13300120015	URGENCIAS	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	6	19/12/2018	8	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 979.000	$ 195.800	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
ELECTROCARDIOGRAFO	EDAN	SE-12	SE1232311137770	URGENCIAS	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	10	17/2/2014	12	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 4.458.700	$ 891.740	0,20	15,921	3,24	0,25	19,411	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	WELCH ALLYN	77710	N.R	URGENCIAS	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Diagnostico	No requiere consumibles	No	9	14/4/2015	11	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 3.360.500	$ 672.100	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
LAMPARA DE EXAMEN	RIUCHENG	N.R	N.R	URGENCIAS	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Regular	Terapia Y Rehabilitación	No requiere consumibles	No	5	17/1/2019	7	1,00	Hasta 2	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Menos del 30%	Bajo: Menos del 30%	Baja: Menos del 30%	$ 380.000	$ 4.572.880	0,20	17,748	30	0,25	47,998	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
LARINGOSCOPIO	WELCH ALLYN	60813	N.R	URGENCIAS	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Tratamiento Y Soporte Vital	De 1 a 4 años	No	3	3/3/2021	5	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 2.895.000	$ 579.000	0,20	21,726	3,24	0,25	25,216	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
NEBULIZADOR	PULMOAIDE	5650D	D4055685	URGENCIAS	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Regular	Terapia Y Rehabilitación	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Entre el 30% y el 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 234.000	$ 46.800	0,20	15,921	24	0,25	40,171	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TENSIOMETRO DE PARED	ALPK2	N.R	N.R	URGENCIAS	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Regular	Diagnostico	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 522.971	$ 104.594	0,20	15,921	21,06	0,25	37,231	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.

TENSIOMETRO DE PARED	WELCH ALLYN	CE 0297	150724105825	URGENCIAS	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Regular	Diagnostico	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 522.971	$ 104.594	0,20	15,921	21,06	0,25	37,231	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
TERMOHIGROMETRO DIGITAL	HTC	HTC-2	150114679	URGENCIAS	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 147.900	$ 29.580	0,20	19,071	21,06	0,25	40,381	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
DATALOGGER	ELITECH	GSP-6	N.R	VACUNACIÓN	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	5	16/5/2019	7	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 245.900	$ 49.180	0,20	19,071	0,3	0,25	19,621	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
NEVERA	MABE	RML230KACS	1.740.606.099	VACUNACIÓN	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	6	29/11/2018	6	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Alto: Mas del 75%	Alta: Mas del 75%	$ 1.500.000	$ 300.000	0,20	15,921	0,3	0,25	16,471	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
NEVERA	VESTFROST	MK304	20074515603	VACUNACIÓN	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	12	4/8/2012	12	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 10.179.000	$ 2.035.800	0,20	15,921	21,06	0,25	37,231	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
NEVERA	HAIER	HBC-260	BE0G9SEAS00QEM820008	VACUNACIÓN	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	12	4/8/2012	12	1,00	Ninguno	Otro proveedor	Entre 1 y 4 años	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 10.179.000	$ 2.035.800	0,20	15,921	21,06	0,25	37,231	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones aceptables de funcionamiento pero requiere constante seguimiento y evaluación.
TERMOHIGROMETRO	HTC-2	N.R	15014887	VACUNACIÓN	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 147.900	$ 29.580	0,20	19,071	21,06	0,25	40,381	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TERMOHIGROMETRO	HERLAD & BARNES	LOT 222	N.R	VACUNACIÓN	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Regular	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 120.000	$ 24.000	0,20	19,071	21,06	0,25	40,381	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TERMOMETRO	VICI	TM-803	15014980	VACUNACIÓN	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 32.500	$ 6.500	0,20	19,071	21,06	0,25	40,381	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
TERMOMETRO	DIGITAL THERMOMETER	N.R	N.R	VACUNACIÓN	ESE CENTRO DOS - UAS LA SIERRA	Bueno	Apoyo Y Uso Industrial Hospitalario	No requiere consumibles	No	16	7/4/2008	18	1,00	Ninguno	Otro proveedor	No tiene soporte de repuestos	Más del 60%	Medio: Entre el 31% y el 75%	Baja: Menos del 30%	$ 32.500	$ 6.500	0,20	19,071	21,06	0,25	40,381	Renovación de tecnología a la brevedad (Plazo inferior a un año)	El equipo puede mantenerse en el servicio, sin embargo se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.
												1216	1,00							$ 1	$ 1	1,00	5,796	0,3	25	31,096	Evaluar tecnología en un año	El equipo se encuentra en condiciones

Elaborado por

Milena Andrea Delgado
Ingeniera Biomedica
E.S.E CENTRO 2

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |