MANIZALES, 12/08/2026
CT-SP - 1390 - 2026 *1*

SEÑORES
DIEGO FERNANDO CARDONA OLMOS
IBAGUE

Asunto: COTIZACIÓN

Por medio de la presente nos permitimos cotizar el valor del siguiente repuesto y el servicio instalación para el equipo instalado en su Institución.

DR100e Digital

DESCRIPCION	*CANTIDAD*	*VALOR UNITARIO*	*VALOR TOTAL*	*IVA 19%*	*VALOR TOTAL CON IVA*	*OBSERVACIONES*
INVERTER ASSEMBLY	*1*	*$ 15.698.000*	*$ 15.698.000*	*$ 2.982.620*	*$ 18.680.620*	
SERVICIO DE INSTALACION	*2*	*$ 530.000*	*$ 1.060.000*	*$ 201.400*	*$ 1.261.400*	
VALOR TOTAL CON IVA					$ 19.942.020	

PARAMETROS DE NEGOCIACIÓN

1. FORMA DE PAGO Contado

2. VALIDEZ DE OFERTA 30 Días Calendario.

3. ENTIDADES BANCARIAS Consignación a la Cuenta de Ahorros Banco BBVA 502002587 / Cuenta Corriente Banco de Bogotá No. 609-00443-7 / Banco de Occidente cuenta Corriente No. 042-003574 / Bancolombia cuenta Corriente 8060022395-5

Condiciones de Garantía:

RX S.A. certifica que los consumibles (chasis, folios, baterías) cuentan con garantía únicamente por defectos de fábrica. Esta no será válida en casos de uso indebido o manejo inadecuado.
Para repuestos, la garantía tiene una vigencia de 3 meses desde el día de entrega, siempre que los repuestos hayan sido instalados exclusivamente por el personal de ingeniería certificado de RX S.A. En caso de ser instalados por personal no autorizado, la garantía quedará anulada.

Es importante que para la aprobación de cualquier garantía se proceda de la siguiente manera:

1. Abrir un caso formal para evaluación.
2. El equipo será revisado por personal certificado de RX S.A., quien realizará el diagnóstico correspondiente.

Entrega:

La entrega de los productos estará sujeta a la disponibilidad en bodega de RX S.A., según las siguientes condiciones:

Con existencias: La entrega se realizará en un plazo de 3 a 5 días hábiles contados a partir de la facturación.
Sin existencias : La entrega se efectuará en un plazo de 45 a 60 días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Compra.

Observaciones:

Es importante resaltar que nuestra empresa cuenta con personal altamente calificado y que somos distribuidores oficiales en equipos y repuestos AGFA haciendo que la respuesta a sus peticiones sea más rápido y confiable.

Cordialmente;

CRISTIAN CAMILO CORREA
INGENIERO MASTER
RX SA
312 8316281
ingeniero_sp4@rxsa.net

Gmail **Biomedico <mttobiomedicohsvp@gmail.com>**

Cotizacion Repuesto DR100e Digital - Hospital de San Vicente de Paul de Santa Rosa de cabal

Cristian Camilo Correa Delgado <ingeniero_sp4@rxsa.net> 13 de agosto de 2026 a las 12:23 p.m.
Para: Biomedico <mttobiomedicohsvp@gmail.com>
CC: Camilo Andrés Verjel Trigos <coordinador_sp@rxsa.net>, Luis Eduardo Florez Lesmes <ingeniero_sp15@rxsa.net>, Monica Garzon <asistentesp@rxsa.net>

Buenos días

Ingeniero en atención a su solicitud, con gusto le remitimos la cotización del repuesto, la cual incluye el valor del repuesto y el valor correspondiente a la mano de obra de instalación. Es importante precisarle las condiciones bajo las cuales se realiza esta cotización:

Nuestra empresa no realizó el diagnóstico del equipo que originó la necesidad de este repuesto, y tampoco tenemos información sobre la procedencia o el estado de mantenimiento previo del mismo. Por lo anterior, si bien incluimos el servicio de instalación, **RX SA no asume responsabilidad por el funcionamiento del equipo después de la instalación**, en la medida en que la falla o necesidad del repuesto fue determinada por un diagnóstico externo a nuestra compañía, sobre el cual no tenemos control ni verificación previa.

Nuestra responsabilidad se limita a que la instalación del repuesto suministrado conforme a las especificaciones técnicas del fabricante. Cualquier falla asociada a un diagnóstico incorrecto, a la procedencia o calidad del repuesto original solicitado, o a condiciones preexistentes del equipo no diagnosticadas por nuestro personal, queda fuera del alcance de esta garantía.

NOTA: El modulo viene completo.

Quedamos atentos a sus comentarios.

"Los invitamos por favor a registrar sus solicitudes de servicio en el correo de soporte@rxsa.net con la finalidad de centralizar y dar respuesta oportuna a sus requerimientos, indicando equipo, serial, inconveniente presentado y en lo posible adjuntar fotos del error que se esta presentando. Muchas gracias."

Cordialmente,

La tranquilidad de estar en una buena compañía

CAMILO CORREA
Ingeniero de Servicios Profesionales.
Zona Eje Cafetero – COLOMBIA
(+57) 3128316281
www.rxsa.com.co

Este mensaje y sus anexos está destinado para el uso individual o la entidad a la cual esta direccionado y puede contener información que no es pública, de uso privado. Si no es el destinatario se le informa que el uso, difusión o copiado de esta información está prohibido. Si ha recibido este mensaje por error elimínelo y notifíquenos. Este mensaje fue revisado con software antivirus, pero es de su responsabilidad al recibirlo.

¡Antes de imprimir este correo electrónico, considere el medio ambiente!

De: Biomedico <mttobiomedicohsvp@gmail.com>
Enviado: jueves, 13 de agosto de 2026 9:17 a. m.
Para: Cristian Camilo Correa Delgado <ingeniero_sp4@rxsa.net>
Asunto: Re: Cotizacion Repuesto DR100e Digital - Hospital de San Vicente de Paul de Santa Rosa de cabal

[Texto citado oculto]

CT-SP 1390DIEGO FERNANDO CARDONA OLMOS 1-1.pdf
1357K

	REVISION Y ANALISIS DE COTIZACIONES PARA LA CONTRATACION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS	Código:	FOR-0046-009
		Versión:	02

OBJETO A CONTRATAR	Adquisición de una (1) tarjeta electrónica Inverter Assembly o tarjeta BBU placa fuente para el equipo de Rayos X portátil, destinada a la reposición del componente electrónico requerido para garantizar el correcto funcionamiento, operación segura y continuidad del servicio de diagnóstico por imágenes de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl.						
DEPENDENCIA SOLICITANTE	IMÁGENES						
SOLICITUD DE COTIZACION NRO.		FECHA:	DIA: 15 MES: 09 AÑO: 2026	PRESENTADAS EN COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACION REALIZADO	MES : 09 AÑO:2026		
PROVEEDORES A LOS CUALES SE ENVIO SOLICITUD DE COTIZACION:	CLINILAB, ELECTROMEDICA SAS, ELECTRONITECH, INGENERIA HOSPITALARIA, TOP MEDICAL SYSTEMS, CMR COMPAÑÍA MEXICANA DE RADIOLOGIA, AJOVECO SAS, PHILIPS COLOMBIANA S.A.S, C MEDICAL SAS, TECMEDICA ,GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE, PROMEDCO, RX SA Y RX VITAL SAS					NRO. PRVEEDORES	12
PROVEEDORES QUE RESPONDIERON A LA SOLICITUD DE COTIZACION	TECMEDICA Y RX SA					NRO. PRVEEDORES	2

El **HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL** agradece a los Proveedores que presentaron cotización para la contratación del bien, obra o servicio requerido, para lo cual se resalta que la escogencia de la cotización se realiza buscando obtener compras eficientes de mayor valor por dinero; motivo por el cual **INVITA** a todos los Proveedores a responder a las solicitudes de cotización con bienes, obras y servicios de marca reconocida, de la mejor calidad y con precios del mercado competitivos

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

DESCRIPCIÓN DEL BIEN OBRA O SERVICIOS A CONTRATAR	CANTIDAD	COTIZACION N° 1 TECMEDICA		COTIZACION N° 2 RX SA		COTIZACION N° 3						VALOR PROMEDIO UNIDAD	PROMEDIO TOTAL
		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
TARJETA RAYOS X PORTATIL	1	$ 23.850.000	$ 23.850.000	$ 19.942.020	$ 19.942.020							$ 21.896.010	$ 21.896.010
TOTAL		$ 23.850.000	$ 23.850.000	$ 19.942.020	$ 19.942.020	$ -	$ -					$ 14.597.340	$ 14.597.340

ANALISIS Y CONSIDERACIONES

Cotización N° 1 (TECMEDICA): Presenta un valor total de $23.850.000. Ofrece una propuesta integral que, al no manifestar salvedades de exclusión, se alinea con las garantías estándar de funcionalidad exigidas por la organización.

Cotización N° 2 (RX SA): Presenta un valor total de $19.942.020. Aunque es la oferta económica más baja (un 16.39% menor), introduce una cláusula de exclusión de responsabilidad crítica. **El proveedor aclara expresamente que no se hace responsable por el funcionamiento del equipo de rayos X posterior a la instalación, limitando su garantía únicamente a la colocación física del repuesto.**

Si bien la firma RX SA presenta la oferta económica más baja por valor de $19.942.020, en su propuesta establece una cláusula de exclusión de responsabilidad que limita su garantía únicamente a la instalación del repuesto, eximiéndose del funcionamiento final del equipo debido a que el diagnóstico fue externo. Esta condición representa un alto riesgo técnico y financiero para la entidad. Por lo tanto, se concluye que la oferta de TECMEDICA ($23.850.000) resulta ser la más favorable integralmente (o se solicita su aclaración sobre garantías), ya que aceptar los términos de RX SA podría derivar en un detrimento patrimonial si el equipo persiste con fallas tras la intervención.

PERSONA RESPONSABLE DE LA REVISION Y ANALISIS

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	FECHA DE ELABORACION
Juan Sebastian Tabares Pineda	Ingeniero biomedico		15/09/2026