| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 16 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 | | |
| Fecha: 12-03-2021 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA | |
| Versión: 5 | | |

**GS-2026** **DIRAN**

Bogotá D.C, 22 de septiembre de 2026

Señor Brigadier general
WILLIAM CASTAÑO RAMOS
Director Antinarcóticos
Aeropuerto el dorado entrada No. 6 CATAM
Bogotá D.C

**ASUNTO:** informe de supervisión de contrato mínima cuantía No. 02-2-10048-26
**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO _X_ O FINAL ___**

**Periodo del informe de supervisión**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Desde** | **22/08/2026** | **Hasta** | **22/09/2026** |

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014"*, y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**

- Mediante Comunicación oficial No. GS-2026-117686-DIRAN del 09/07/2026, el señor MY YERSON FALCAO VIVEROS MUÑOZ, obrando en calidad de jefe de grupo de contratos, nombró como supervisor de orden de compra del asunto al señor ST. JOEL LEONARDO ORTIZ VEGA.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** mensual.
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 01

**Información del contrato u orden de compra**

| | |
|---|---|
| **Contrato mínima cuantía No.** | 02-2-10048-26 |
| **Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra** | ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE ENFERMERÍA DESTINADOS A LAS COMPAÑÍAS ANTINARCÓTICOS JUNGLA, PARA SU UTILIZACIÓN EN LAS OPERACIONES DE LUCHA CONTRA EL SISTEMA DE DROGAS ILÍCITAS ADELANTADAS POR LA DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS DE LA POLICÍA NACIONAL. |
| **Contratista** | CEMINSUMOS S.A.S |
| **Representante legal** | MARLEN YANETH GOMEZ SANCHEZ |
| **Valor inicial del contrato u orden de compra** | SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA MIL SESENTA Y UN PESOS ($75.170.061,00). MONEDA LEGAL COLOMBIANA INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY. |
| **Valor adiciones del contrato u orden de compra** | No aplica |
| **Valor total del contrato u orden de compra** | SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA MIL SESENTA Y UN PESOS ($75.170.061,00). MONEDA LEGAL COLOMBIANA INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY. |
| **Plazo de ejecución inicial** | El plazo de ejecución del contrato será a partir de la aprobación de la garantía única, y hasta el 31 de agosto de 2026, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas y requisitos exigidos.<br><br>NOTA: De ser necesario realizar prórroga se debe solicitar con quince (15) días calendario de anticipación al vencimiento del plazo de ejecución, de acuerdo a la normatividad vigente, ante el señor director de Antinarcóticos. |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra** | 22/07/2026 |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)** | 31/08/2026 |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | No aplica |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | No aplica |
| **Adiciones** | No aplica |
| **Modificatorios** | No aplica |
| **Prorrogas** | 01/09/2026 a 15/09/2026 |
| **Otros** | No aplica |

## 1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

**1.1 Acciones adelantadas:**

• El día 28 de julio de 2026, mediante correo electrónico el señor supervisor del contrato envía a la empresa contratista CEMINSUMOS S.A.S, la comunicación para la supervisión y coordinación del contrato mínima cuantía No. 02-2-10048-26 cuyo objeto es la adquisición elementos de enfermería destinados a las compañías antinarcóticos jungla, para su utilización en las operaciones de lucha contra el sistema de drogas ilícitas adelantadas por la dirección de antinarcóticos de la policía nacional. Durante la reunión se trataron los temas relacionados con el suministro de los elementos de enfermería objeto del contrato, abordando aspectos como las especificaciones técnicas requeridas, las fechas y el lugar de entrega, así como los demás requisitos necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas. Los participantes revisaron cada uno de los aspectos mencionados, con el fin de unificar criterios, resolver inquietudes y definir los compromisos necesarios para asegurar la correcta ejecución del Contrato de Mínima Cuantía No. 02-2-10048-26, de conformidad con las condiciones pactadas, se reunieron de manera virtual a través Microsoft Teams, la señora **Marlen Yaneth Gómez Sánchez,** en calidad de Representante Legal de la empresa COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS MEDICOQUIRÚRGICOS DE ODONTOLOGÍA Y LABORATORIO CLÍNICO NEIVA SAS – CEMINSUMOS S.A.S, el señor Subteniente **Joel Leonardo Ortiz Vega** en calidad de Supervisor del contrato por la POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS y los intendentes **Robinson Guerrero González** e **Iván García Jiménez**, enfermeros pertenecientes a las compañías Jungla.

• El día 06 de agosto del presente año por medio de llamada telefónica se toma contacto con la representante legal de la empresa, quien ha expresado que la consecución de los elementos requeridos se está adelantando de manera satisfactoria. En el marco de este seguimiento, se ha verificado que los productos a adquirir cumplan con las especificaciones técnicas requeridas. De igual manera, se ha reiterado a la representante legal la importancia de garantizar que los productos correspondan a los elementos y características estipulados en el contrato.

• El día 12 del mes de agosto del 2026, se recibe el contrato al señor subteniente Joel leonardo Ortiz Vega por motivo de que sale a disfrutar de sus respectivas vacaciones, quedando como encargado el suscrito subteniente Jhon Fredy Santacruz Portura, quedando enterado de todos los avances y novedades del contrato.

• El día 13 de agosto del presente año se llevó a cabo una reunión de manera virtual, a través de la plataforma Microsoft Teams, con el propósito de verificar el avance del proceso de adquisición de los elementos a cargo de la empresa contratista. Durante la reunión, la señora Marlen Gómez manifestó que, a la fecha, la empresa cuenta con aproximadamente el 80 % de los elementos requeridos para el suministro, mientras que el 20 % restante se encuentra actualmente en proceso de fabricación. Entre los elementos pendientes se encuentran el torniquete táctico o de emergencia, la venda triangular multiusos y la férula de primeros auxilios maleable. De igual manera, la señora Marlen Gómez informó que tiene previsto realizar la entrega de la totalidad de los elementos requeridos, a más tardar, el día 25 de agosto del presente año.

• Siendo el día 19 de agosto del 2026 se llevó a cabo comunicación telefónica con la represente legal de la empresa ceminsumos con el objeto de verificar el estado y avance del contrato, donde La contratista informa que a la fecha el contrato registra un avance del 90% de la consecución de los elementos, quedando pendiente por entregar un (01) elemento el cual están importando “torniquete táctico o de emergencia”, se le requiere de manera enfática dar estricto cumplimiento al plazo de entrega, previsto para el 31 de agosto de 2026, comprometiéndose la representante a realizar la entrega total de los elementos a más tardar el día 26 de agosto del presente año.

• El día 20 de agosto de 2026 se realizó una llamada telefónica con los señores Intendentes Robinson Guerrero e Iván García, enfermeros de las compañías Jungla, con el propósito de verificar las especificaciones técnicas de los elementos que, de acuerdo con lo manifestado por la representante de la empresa contratista, serán suministrados. Durante la verificación se evidenció que el elemento denominado “glucómetro digital” no cumplía

inicialmente con las especificaciones técnicas requeridas. En razón de lo anterior, se estableció comunicación telefónica con la representante legal de la empresa contratista, señora Marlen Gómez, a quien se informó la situación identificada. La representante legal manifestó que el elemento será suministrado cumpliendo con las especificaciones técnicas las cuales funcionan a traves de una aplicación que es compatible con los sistemas “Android y iOS”, se comprometió a garantizar que la totalidad de los elementos a entregar cumplan con los requisitos y especificaciones previamente definidos.

• El 27 de agosto de 2026 se dejó constancia de la verificación física de la totalidad de los elementos correspondientes al objeto del contrato. Una vez efectuada la revisión integral de los bienes presentados para su entrega por parte de la empresa CEMINSUMOS, se verificó el cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas para cada uno de los ítems, evidenciándose novedad exclusivamente respecto al ítem número 8, denominado "Glucómetro pantalla digital" (cantidad: 240 unidades), el cual no cumple con la totalidad de las especificaciones técnicas exigidas, por cuanto no cuenta con tecnología Bluetooth ni es compatible con los sistemas operativos Android e iOS, requisitos indispensables para su recibo.
En consecuencia, se informó al señor Humberto Torres, representante y asesor de CEMINSUMOS, que, al no encontrarse acreditado el cumplimiento del cien por ciento (100 %) de la totalidad de los elementos objeto de entrega, correspondía proceder al retiro de la totalidad de estos y a su posterior presentación una vez subsanada la novedad evidenciada. No obstante, el señor Humberto Torres, actuando de manera libre y voluntaria en representación de la empresa, manifestó expresamente su voluntad de dejar temporalmente en las instalaciones de la Policía Nacional, bajo la calidad de almacenamiento y custodia material, los demás elementos presentados —previamente verificados en su totalidad y sin novedad alguna—, retirando únicamente las 240 unidades correspondientes al ítem número 8 (Glucómetro pantalla digital), con el propósito de efectuar las correcciones necesarias y presentarlas nuevamente para su respectiva verificación. Se deja expresamente establecido que dicho almacenamiento temporal no constituye recibo a satisfacción, aceptación definitiva, aprobación del cumplimiento contractual, transferencia de propiedad, ni certificación de ejecución total o parcial del contrato, toda vez que el recibo a satisfacción se encuentra condicionado a la verificación y al cumplimiento integral del cien por ciento (100 %) de las obligaciones y especificaciones técnicas establecidas para la totalidad de los elementos del contrato. Asimismo, el señor Humberto Torres manifestó conocer y aceptar de manera expresa que los elementos permanecen almacenados en las instalaciones de la Policía Nacional exclusivamente por solicitud y voluntad propia de la empresa, y no por disposición, aceptación o conveniencia de la entidad, mientras se subsana la novedad correspondiente al ítem número 8.

• El día 28 de agosto de 2026, se remitió a través de correo electrónico a la empresa CEMINSUMOS S.A.S., dirigido a la señora Marlen Yaneth Gómez Sánchez en calidad de representante legal, el Requerimiento Formal para entrega y cumplimiento integral plazo máximo 31 de agosto de 2026, suscrito por el Subteniente Jhon Fredy Santacruz Portura, supervisor del Contrato No. 02-2-10048-26. En dicha comunicación se puso en conocimiento de la contratista la novedad evidenciada el 27 de agosto de 2026 respecto al ítem No. 8 Glucómetro pantalla digital (240 unidades), correspondiente a la referencia CareSens N Eco, la cual no acreditó el cumplimiento integral de la característica técnica de conectividad Bluetooth exigida contractualmente. En el documento se requirió formalmente a la empresa para que, a más tardar el 31 de agosto de 2026 fecha que corresponde al plazo máximo de ejecución contractual, presentara y entregara la totalidad de las unidades del ítem No. 8 dando cumplimiento integral a las especificaciones técnicas establecidas y advirtiendo que, de no subsanarse la novedad dentro del término indicado, la supervisión procedería a documentar los hechos y ponerlos en conocimiento de la instancia competente para las actuaciones administrativas y contractuales a que haya lugar.

• El día 31 de agosto de 2026, fecha de vencimiento del plazo de ejecución, la señora Marlen Yaneth Gómez Sánchez, representante legal de CEMINSUMOS S. A. S., radicó ante la Dirección de Antinarcóticos solicitud formal de prórroga de quince (15) días calendario al Contrato No. 02-2-10048-26, invocando razones de fuerza mayor de carácter técnico y logístico relacionadas con la novedad del ítem No. 8 Glucómetro Pantalla Digital, notificada por la supervisión mediante correo electrónico del 29 de agosto de 2026 por incumplimiento de la especificación de conectividad Bluetooth. La supervisión del contrato, a cargo del Subteniente Jhon Fredy

Santacruz Portura, dejó constancia de las gestiones adelantadas para obtener respuesta oportuna de la contratista incluyendo llamada telefónica, mensaje de voz por WhatsApp y remisión del oficio de requerimiento formal y emitió concepto de viabilidad para autorizar la prórroga solicitada, considerando que se trata de un elemento indispensable para la dotación de primeros auxilios de las Compañías Antinarcóticos Jungla. En consecuencia, el Brigadier General William Castaño Ramos, Director de Antinarcóticos, suscribió con la contratista el Modificatorio No. 01, mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución del contrato hasta el 15 de septiembre de 2026, manteniendo sin variación el valor total del contrato ($75.170.061,00), con el fin de que CEMINSUMOS S. A. S. realizara la entrega a satisfacción del ítem No. 8, conforme a la ficha técnica exigida por la entidad.

• El día 4 de septiembre de 2026 se llevó a cabo una reunión con la empresa contratista CEMINSUMOS S. A. S., representada por la señora Marlen Yaneth Gómez Sánchez, con el propósito de abordar la novedad pendiente respecto al ítem No. 8 — Glucómetro pantalla digital. Por parte de la Policía Nacional asistieron el señor Mayor Cristian Cedano, comandante encargado de CAJUN Nacional; el señor Capitán Cristian Erazo; y el señor Subteniente Darwin Alejandro Giraldo Restrepo, en representación del área jurídica. Durante la reunión se puso en conocimiento de la contratista la novedad evidenciada en la ficha técnica del glucómetro suministrado, la cual no acreditaba el cumplimiento integral de las especificaciones exigidas contractualmente. Frente a lo anterior, la representante legal de CEMINSUMOS S. A. S. se comprometió a solucionar la novedad presentada a la mayor brevedad posible, manifestando su disposición para culminar la ejecución del contrato en buenos términos y dar solución oportuna al inconveniente identificado.

• El día 9 de septiembre de 2026 la empresa contratista realizó la entrega de los glucómetros correspondientes al ítem No. 8. En la verificación se constató que el elemento cumple con la descripción general establecida en el contrato; no obstante, se evidenció un inconveniente relacionado con la compatibilidad de los sistemas operativos Android e iOS, toda vez que, si bien el dispositivo es compatible con dichos sistemas, en algunas regiones de Colombia dicha compatibilidad no se garantiza plenamente. Asimismo, se informó que las tirillas correspondientes al glucómetro serían entregadas el día 10 de septiembre de 2026, razón por la cual el recibo a satisfacción del ítem No. 8 quedó condicionado a la entrega de la totalidad de los elementos faltantes, sin que a la fecha se haya efectuado el recibido definitivo. En dicha jornada, los glucómetros fueron dejados en el almacén de intendencia de la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN); sin embargo, se le expuso de manera expresa a la representante legal, señora Marlen Gómez, que dichos elementos no quedaban bajo la custodia de la supervisión del contrato ni de la entidad, toda vez que en las instalaciones de intendencia ingresan y se almacenan numerosos elementos, existiendo la posibilidad de que las cajas del glucómetro resulten afectadas o averiadas en dicho proceso, sin que la Policía Nacional asumiera responsabilidad alguna al respecto. Frente a esta advertencia, la señora Marlen Gómez manifestó estar de acuerdo, indicando que no había inconveniente y que los elementos podían permanecer almacenados en dicho lugar.

• El día 10 de septiembre de 2026 se recibió la totalidad de los elementos correspondientes al Contrato No. 02-2-10048-26, incluidas las tirillas reactivas pendientes de entrega, completándose así el cien por ciento (100 %) de los ítems objeto del contrato sin novedad. Con esta entrega, la contratista CEMINSUMOS S. A. S. dio cumplimiento a la totalidad de las cantidades y especificaciones técnicas exigidas contractualmente, incluido el ítem No. 8 — Glucómetro Pantalla Digital, correspondiente a la referencia GlucoQuick Diamond GD50, marca Zutrics. En la verificación del dispositivo se constató que este cuenta con tecnología Bluetooth y que, conforme a la información consignada en su empaque, es compatible con los sistemas operativos Android e iOS, cumpliendo así con la totalidad de las características técnicas exigidas en el Anexo No. 1 del contrato. No obstante, durante la verificación práctica se identificó que la aplicación móvil "Zutrics", requerida para la transferencia de datos vía Bluetooth, no se encuentra disponible actualmente en la App Store para la región de Colombia, situación que limita su descarga desde dispositivos con sistema operativo iOS en el territorio nacional, pese a que el fabricante certifica dicha compatibilidad en el empaque del producto.
Esta situación se documenta como una observación de disponibilidad regional, y no como un incumplimiento técnico del ítem, por las siguientes razones:

- El dispositivo cumple, a nivel de diseño y especificación técnica, con la totalidad de las características exigidas (Bluetooth y compatibilidad dual Android/iOS), conforme lo certifica el fabricante en el empaque.
- La limitación identificada no es atribuible a una deficiencia del producto ni a un incumplimiento imputable a la contratista, sino a una restricción de distribución regional impuesta por la plataforma de la App Store de Apple, ajena al control técnico o contractual de CEMINSUMOS S. A. S.

La función principal del dispositivo — la medición de glucosa en sangre — no se ve afectada por esta limitación, y la transferencia de datos vía Bluetooth permanece operativa a través de sistemas Android.

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| 1. Cumplir con el objeto contractual. | N/A | Contrato en ejecución |
| 2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. | N/A | Contrato en ejecución |
| 3. Responder en los plazos que la **DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS** establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. | N/A | Contrato en ejecución |
| 4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. | N/A | Contrato en ejecución |
| 5. Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la **DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS** o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única. | N/A | Contrato en ejecución |
| 6. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. | N/A | Contrato en ejecución |
| 7. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la **DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS** - **POLICÍA NACIONAL** y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. | N/A | Contrato en ejecución |
| 8. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. | N/A | Contrato en ejecución |
| 9. Restituir a la **DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS** - **POLICÍA NACIONAL** los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado. | N/A | Contrato en ejecución |
| 10. CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación. | N/A | Contrato en ejecución |

diego.ricon diego.ricon diego.ricon

| | | |
|---|---|---|
| 11. Incluir todas aquellas obligaciones que el contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. (Resolución 03049 del 2014, *"Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional"*, actualizada, modificada y complementada por las Resoluciones Nos. 00090 del 2018 apéndice 1 y apéndice 2 del 2020). | N/A | Contrato en ejecución |
| 12. Se tendrá en cuenta la Circular Externa 042 del 26 de diciembre de 2023 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA – SIIF NACIÓN del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, donde se expide la reglamentación para el Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito. | N/A | Contrato en ejecución |
| 13. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. | N/A | Contrato en ejecución |
| 14. El supervisor del contrato verificará que el contratista publique la factura electrónica, factura y/o documento equivalente del contrato en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, la publicación electrónica deberá hacerse en la fecha de su expedición, o a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes (Art. 2.2.1.1.1.7.1 Decreto 1082 de 2015). | N/A | Contrato en ejecución |

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO | | | |
|---|---|---|---|
| **ELEMENTO** | **DESCRIPCIÓN** | **CUMPLIÓ** | **OBSERVACIONES** |
| **CINTA MÉDICA** | Cinta médica diseñada para la fijación segura y confiable de vendajes, apósitos, catéteres y suministros médicos sobre la piel. Proporciona adhesión adecuada sin causar daño cutáneo. | SI | N/A |
| | Material base: Papel microporoso / tela no tejida / plástico médico (según referencia). | SI | N/A |
| | Adhesivo: Hipoalergénico, de grado médico. | SI | N/A |
| | Dimensiones: Rollo de 2 pulgadas por 10 yardas. | SI | N/A |
| | Color: Blanco o piel. | SI | N/A |
| | Permeabilidad: Transpirable (según tipo). | SI | N/A |
| | Elasticidad: No elástica o semi-elástica (según referencia). | SI | N/A |
| | Esterilidad: No estéril. | SI | N/A |
| | Empaque: Individual, con instrucciones de uso, cierre hermético. | SI | N/A |
| | Uso: Externo. | SI | N/A |
| | Corte: Fácil de cortar manualmente o con tijeras. | SI | N/A |
| | Compatibilidad: Compatible con gasas, apósitos, férulas y otros insumos médicos. | SI | N/A |
| | Empaque: Caja | SI | N/A |
| **ELEMENTO** | **DESCRIPCIÓN** | **CUMPLIÓ** | **OBSERVACIONES** |
| **PAR DE GUANTES DESECHABLES DE PVC – GARANTIZAN HIGIENE PARA** | Elemento de protección personal diseñado para garantizar condiciones de higiene y barrera básica entre el rescatista y el paciente durante procedimientos de atención de emergencia, primeros auxilios y tareas de apoyo sanitario. Uso único. | SI | N/A |
| | Material: Policloruro de vinilo (PVC / vinilo). | SI | N/A |
| | Polvo: Sin polvo. | SI | N/A |

diego.ricon diego.ricon diego.ricon

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EL RESCATISTA Y EL PACIENTE** | Textura: Lisa. | SI | N/A |
| | Color: Transparente o azul (según referencia). | SI | N/A |
| | Ambidiestros: Sí. | SI | N/A |
| | Esterilidad: No estériles. | SI | N/A |
| | Uso: Desechable, un solo uso. | SI | N/A |
| | Tallas: L. | SI | N/A |
| | Resistencia: Adecuada para procedimientos no invasivos | SI | N/A |
| | Ajuste: Anatómico. | SI | N/A |
| | Empaque: Caja. | SI | N/A |
| **ELEMENTO** | **DESCRIPCIÓN** | **CUMPLIÓ** | **OBSERVACIONES** |
| **MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS** | Documento educativo que brinda una guía paso a paso para actuar de forma segura y oportuna ante situaciones de emergencia, accidentes y eventos críticos, orientado a personal operativo, brigadas, rescatistas y comunidad en general. | SI | N/A |
| | Tipo: Material educativo / informativo. | SI | N/A |
| | Categoría: Guía técnica de emergencia. | SI | N/A |
| | Contenido técnico mínimo: Evaluación inicial de la escena. | SI | N/A |
| | Activación del sistema de emergencias. | SI | N/A |
| | Soporte vital básico (SVB). | SI | N/A |
| | Control de hemorragias. | SI | N/A |
| | Manejo inicial de heridas, fracturas y quemaduras. | SI | N/A |
| | Atención básica en asfixia, shock y convulsiones. | SI | N/A |
| | Inmovilización y transporte básico. | SI | N/A |
| | Principios de bioseguridad. | SI | N/A |
| | Atención en desastres y múltiples víctimas. | SI | N/A |
| | Especificaciones técnicas: Formato: Impreso. | SI | N/A |
| | Idioma: Español. | SI | N/A |
| | Diseño: Didáctico, con ilustraciones y esquemas. | SI | N/A |
| | Encuadernación: Grapado, anillado o rústico. | SI | N/A |
| | Papel (si es físico): Resistente, legible. | SI | N/A |
| | Tamaño: Carta o A6 “148*105mm” (portátil). | SI | N/A |
| | Actualización: Alineado con protocolos vigentes Organización Mundial de la Salud (OMS) – Primeros auxilios, Guías de la American Heart Association (AHA) y la Cruz Roja Americana 2025. | SI | N/A |
| | Redacción técnica sugerida para ficha técnica: | SI | N/A |
| | Tamaño: Formato bolsillo A6 (10,5 × 14,8 cm). | SI | N/A |
| | Formato: Compacto, apto para transporte en botiquines e IFAK. | SI | N/A |
| | Diseño: Texto legible, impresión a doble cara, encuadernación resistente. | SI | N/A |
| **ELEMENTO** | **DESCRIPCIÓN** | **CUMPLIÓ** | **OBSERVACIONES** |
| **TCCC CARD – TARJETA TÁCTICA PARA DOCUMENTAR PROCEDIMIENTOS MÉDICOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO** | Tarjeta táctica diseñada para documentar procedimientos médicos críticos realizados en escenarios de alto riesgo, permitiendo el registro rápido y estandarizado de información clínica durante la atención inicial del herido, conforme a los principios del Tactical Combat Casualty Care (TCCC). | SI | N/A |
| | Tipo: Elemento auxiliar de documentación médica. | SI | N/A |
| | Categoría: Registro clínico táctico. | SI | N/A |
| | Material: Papel sintético impermeable / polímero plástico flexible. | SI | N/A |
| | Resistencia: Al agua / A fluidos corporales / Al desgarro. | SI | N/A |

diego.ricon diego.ricon diego.ricon

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Formato: Tarjeta plegable o plana. | SI | N/A |
| | Dimensiones: Estándar: aprox. 15 × 10 cm. | SI | N/A |
| | Formato bolsillo, compatible con IFAK. | SI | N/A |
| | Color: Blanco o beige con impresión de alto contraste. | SI | N/A |
| | Sistema de escritura: Compatible con marcador permanente. | SI | N/A |
| | Idioma: Español o bilingüe (según referencia). | SI | N/A |
| | Contenido técnico:<br>✓ Identificación del paciente.<br>✓ Fecha y hora de atención.<br>✓ Evaluación inicial (MARCH).<br>✓ Control de hemorragias.<br>✓ Uso de torniquetes (hora de aplicación).<br>✓ Manejo de vía aérea y respiración.<br>✓ Medicación administrada.<br>✓ Observaciones clínicas.<br>✓ Datos del rescatista. | SI | N/A |
| | Facilita la continuidad de la atención médica. | SI | N/A |
| | Reduce errores de comunicación clínica. | SI | N/A |
| | Permite documentación en condiciones extremas. | SI | N/A |
| | Compatible con protocolos TCCC y APH | SI | N/A |
| | Operaciones tácticas. | SI | N/A |
| | Atención prehospitalaria en combate. | SI | N/A |
| | Rescate en zonas de alto riesgo. | SI | N/A |
| | Desastres y múltiples víctimas. | SI | N/A |
| **ELEMENTO** | **DESCRIPCIÓN** | **CUMPLIÓ** | **OBSERVACIONES** |
| **MASCARA FACIAL EN PVC O SILICONA MEDICA TRANSPARENTE** | Máscara para Reanimación Cardiopulmonar (RCP) Dispositivo diseñado para proporcionar una barrera de protección entre el rescatista y el paciente durante la realización de maniobras de reanimación cardiopulmonar, reduciendo el riesgo de transmisión de fluidos y agentes contaminantes. | SI | N/A |
| | Máscara facial en PVC o silicona médica transparente. | SI | N/A |
| | Válvula unidireccional (anti-retorno). | SI | N/A |
| | Filtro protector (según presentación). | SI | N/A |
| | Transparente para control visual del paciente. | SI | N/A |
| | Libre de látex. | SI | N/A |
| | Tamaño: 125 x 105 mm | SI | N/A |
| | Estuche en plástico resistente al agua | SI | N/A |
| **ELEMENTO** | **DESCRIPCIÓN** | **CUMPLIÓ** | **OBSERVACIONES** |
| **MARCADOR TÁCTICO PERMANENTE / MARCADOR PARA EMERGENCIAS** | Instrumento de escritura diseñado para registrar información crítica durante la atención de emergencias. | SI | N/A |
| | Material del cuerpo: Plástico ABS de alta resistencia o aluminio. | SI | N/A |
| | Tipo de tinta: Permanente, secado rápido. | SI | N/A |
| | Color de tinta: Negro (estándar). | SI | N/A |
| | Punta: Media o fina (1.0 – 1.5 mm). | SI | N/A |
| | Resistencia: Al agua / Al sudor / fluidos corporales. | SI | N/A |
| | Visibilidad: Escritura legible sobre piel, guantes, cintas, vendajes y empaques. | SI | N/A |
| | Sistema de sujeción: Clip, cordón o anillo táctico, con tapa. | SI | N/A |
| | Funcionamiento: Manual. | SI | N/A |
| | Dimensiones: Compactas, aptas para IFAK. | SI | N/A |
| | Compatible con protocolos TCCC y APH | SI | N/A |
| | Empaque: Caja por 12 unidades | SI | N/A |
| **ELEMENTO** | **DESCRIPCIÓN** | **CUMPLIÓ** | **OBSERVACIONES** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MANTA ESPECIAL TÉRMICA COMPACTA** | Medidas: 213 cm × 152 cm (Talla XL). | SI | N/A |
| | Peso: Ultraliviana, aproximadamente entre 50 y 80 gramos. | SI | N/A |
| | Fabricada en película térmica metálica de poliéster aluminizado de alta reflectividad. | SI | N/A |
| | Tecnología multicapa, diseñada para reflejar y retener hasta el 90 % del calor corporal. | SI | N/A |
| | Superficie interna altamente reflectiva, que reduce la pérdida de temperatura corporal por conducción, convección y radiación. | SI | N/A |
| | Material flexible, no poroso y de rápida adaptación al cuerpo, permitiendo su uso como envoltura térmica, cobertor o saco improvisado. | SI | N/A |
| | No estéril, apta para uso de emergencia y supervivencia. | SI | N/A |
| | Superficie exterior en material impermeable, resistente al viento, la lluvia y la humedad. | SI | N/A |
| | Alta resistencia a la intemperie, adecuada para climas fríos, húmedos y de selva. | SI | N/A |
| | Colores disponibles: Plateado reflectivo - Dorado reflectivo | SI | N/A |
| | La alta reflectividad exterior contribuye a la visibilidad y señalización en operaciones de rescate. | SI | N/A |
| | Estuche individual compacto, fabricado en nailon Ripstop, de alta resistencia al desgarro | SI | N/A |
| | Sistema de cierre con cremallera, que protege el contenido contra polvo, humedad y suciedad. | SI | N/A |
| | Incluye mosquetón, facilitando su fijación a mochilas tácticas, chalecos, botiquines o equipos operacionales. | SI | N/A |
| | Diseño plegable que optimiza el espacio y facilita el transporte en operaciones prolongadas | SI | N/A |
| | Empaque individual compacto. | SI | N/A |
| | Plegable. | SI | N/A |
| | No estéril - Sellado y resistente a la humedad. | SI | N/A |
| | Apto para almacenamiento prolongado en botiquines de emergencia institucionales. | SI | N/A |
| **ELEMENTO** | **DESCRIPCIÓN** | **CUMPLIÓ** | **OBSERVACIONES** |
| **GLUCÓMETRO PANTALLA DIGITAL** | Tipo de medición: Glucosa en sangre capilar | SI | N/A |
| | Tecnología: Electroquímica / Biosensor. | SI | N/A |
| | Pantalla: Digital LCD de alto contraste. | SI | N/A |
| | Rango de medición: 20 – 600 mg/dL (aprox.). | SI | N/A |
| | Tiempo de lectura: 5 a 10 segundos. | SI | N/A |
| | Volumen de muestra: 0,5 – 1,0 µL | SI | N/A |
| | Unidades de medida: mg/dL y/o mmol/L. | SI | N/A |
| | Memoria interna: Almacenamiento 450 resultados (según modelo). | SI | N/A |
| | Calibración: Automática o por código. | SI | N/A |
| | Fuente de energía: Batería tipo botón o AAA. | SI | N/A |
| | Apagado automático: Sí | SI | N/A |
| | Sistemas operativos compatibles: Android, iOS. | SI | N/A |
| | Bluetooth: si | SI | N/A |
| | Caja de tirilla: 50 unidades. | SI | N/A |
| | Caja de lancetas: 50 unidades. | SI | N/A |
| | Color del glucómetro: negro. | SI | N/A |
| | Color del estuche del glucómetro: negro. | SI | N/A |
| | Baterías incluidas: sí. | SI | N/A |
| **ELEMENTO** | **DESCRIPCIÓN** | **CUMPLIÓ** | **OBSERVACIONES** |

diego.ricon diego.ricon diego.ricon

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TIRAS ADHESIVAS PARA CIERRE DE HERIDAS / CIERRE DE LACERACIONES ASISTIDO** | Material: Tela no tejida microporosa, hipoalergénica y transpirable, con adhesivo acrílico sensible a la presión. | SI | N/A |
| | Esterilidad: Producto estéril, empaque individual sellado. | SI | N/A |
| | Diseño: Tiras con sistema de tensión (tipo "Zip Stitch") o tiras simples (tipo mariposa) para aplicar tensión uniforme. | SI | N/A |
| | Dimensiones: Variedad de tamaños (ej. 3x75mm, 6x100mm, etc.) para distintas longitudes de herida. | SI | N/A |
| | Presentación: Cajas de 20 paquetes individuales (según tamaño). | SI | N/A |
| **ELEMENTO** | **DESCRIPCIÓN** | **CUMPLIÓ** | **OBSERVACIONES** |
| **TORNIQUETE TÁCTICO O DE EMERGENCIA** | Tipo: Dispositivo de control de hemorragias / Torniquete de emergencia. | SI | N/A |
| | Uso: Atención prehospitalaria, trauma, IFAK (Individual First Aid Kit), rescate. | SI | N/A |
| | Clasificación de riesgo: Dispositivo médico (generalmente Clase I/II según contacto y función, sujeto a clasificación sanitaria). | SI | N/A |
| | Material principal: Correa: Nylon de alta resistencia (≥ 1,27 cm de ancho recomendado). | SI | N/A |
| | Hebilla y mecanismos de cierre: Metal reforzado resistente al desgaste. | SI | N/A |
| | Varilla de torsión o sistema de ajuste: Material rígido (polímero o aleación ligera). | SI | N/A |
| | Longitud de la correa: Ajustable, apta para extremidades de diverso diámetro | SI | N/A |
| | Ancho de la correa: ≥ 1,27 cm (estándar táctico para torniquetes de trauma) | SI | N/A |
| | Mecanismo de apriete: Barra de torsión / sistema de rueda o trinquete con fijación segura. | SI | N/A |
| | Color: Alta visibilidad negro para fácil localización. | SI | N/A |
| | Peso: Ligero, portátil (aprox. 100–200 g según referencia) | SI | N/A |
| | Empaque: Individual, con instrucciones de uso. | SI | N/A |
| **ELEMENTO** | **DESCRIPCIÓN** | **CUMPLIÓ** | **OBSERVACIONES** |
| **TIJERAS DE EMERGENCIA / TIJERAS TRAUMA** | Uso: Atención prehospitalaria, rescate y primeros auxilios. | SI | N/A |
| | Longitud total: 16 cm (aproximadamente). | SI | N/A |
| | Material de las hojas: Acero inoxidable de alta resistencia, que proporciona durabilidad y corte eficiente sin corrosión. | SI | N/A |
| | Material del mango: Mango ergonómico, diseñado para agarre seguro y cómodo, facilitando su uso incluso con guantes puestos.<br>Punta: Punta roma o redondeada, que minimiza el riesgo de lesiones accidentales al paciente durante el corte cerca de la piel. | SI | N/A |
| | Hojas serradas: Permiten un corte firme en tejidos, telas y vendajes sin deslizamiento. | SI | N/A |
| | Color: Generalmente negro o metálico según proveedor. | SI | N/A |
| | Peso aproximado: Ligero, apto para portar en botiquines o IFAK sin añadir carga significativa. | SI | N/A |
| | Diseño seguro: Punta roma para minimizar daños accidentales en el paciente o rescatista. | SI | N/A |
| **ELEMENTO** | **DESCRIPCIÓN** | **CUMPLIÓ** | **OBSERVACIONES** |
| **VENDA DE TRAUMA** | Dispositivo médico para control de hemorragias | SI | N/A |
| | Ancho de la venda: 4 pulgadas (=10 cm). | SI | N/A |

diego.ricon diego.ricon diego.ricon

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ISRAELÍ 4" (4 PULGADAS)** | Tipo de apósito: Compresivo, altamente absorbente. | SI | N/A |
| | Material de la venda: Tejido elástico de alta resistencia. | SI | N/A |
| | Material del apósito: Almohadilla absorbente de grado médico. | SI | N/A |
| | Sistema de presión: Barra/aplicador de presión integrado. | SI | N/A |
| | Sistema de fijación: Cierre seguro tipo gancho o clip. | SI | N/A |
| | Esterilidad: Estéril. | SI | N/A |
| | Uso: Un solo uso, desechable. | SI | N/A |
| | Empaque: Empaque individual estéril, sellado y rotulado conforme a la normatividad vigente. | SI | N/A |
| | Dispositivo médico conforme a estándares internacionales para atención de trauma. | SI | N/A |
| **ELEMENTO** | **DESCRIPCIÓN** | **CUMPLIÓ** | **OBSERVACIONES** |
| **VENDA TRIANGULAR MULTIUSOS** | Uso multifuncional en atención de emergencias, permitiendo su utilización como cabestrillo, vendaje de sujeción, inmovilización provisional y fijación de apósitos. | SI | N/A |
| | Material: Algodón o mezcla textil (algodón/poliéster) de alta resistencia. | SI | N/A |
| | Forma: Triangular. | SI | N/A |
| | Dimensiones estándar: | SI | N/A |
| | Base: Aproximadamente 90–100 cm | SI | N/A |
| | Lados: Aproximadamente 60–70 cm. | SI | N/A |
| | Color: Blanco o natural (según proveedor). | SI | N/A |
| | Textura: Suave, no irritante para la piel. | SI | N/A |
| | Elasticidad: No elástica. | SI | N/A |
| | Esterilidad: No estéril. | SI | N/A |
| | Empaque: Individual, sellado, con instrucciones de uso. | SI | N/A |
| | Reutilización: Reutilizable (previa limpieza y desinfección). | SI | N/A |
| **ELEMENTO** | **DESCRIPCIÓN** | **CUMPLIÓ** | **OBSERVACIONES** |
| **VENDA PBT** | Sirve de base para fijar materiales absorbentes o protectores mayores, aportando facilidad de manejo en situaciones de atención clínica o prehospitalaria. | SI | N/A |
| | Tamaño: Longitud: 8 cm - Ancho: 4 cm. | SI | N/A |
| | Material: Venda de tejido no tejido PBT (Poliéster + Poliamida + Polietileno Tereftalato). | SI | N/A |
| | Textura superficial: Suave, no irritante para la piel. | SI | N/A |
| | Permeabilidad: Transpirable, permite intercambio gaseoso cutáneo. | SI | N/A |
| | Elasticidad: Flexibilidad ligera para adaptación anatómica. | SI | N/A |
| | Esterilidad: No estéril. | SI | N/A |
| | Uso único: Sí, desechable. | SI | N/A |
| | Empaque: Individual, hermético con instrucciones de uso. | SI | N/A |
| **ELEMENTO** | **DESCRIPCIÓN** | **CUMPLIÓ** | **OBSERVACIONES** |
| **FÉRULA DE PRIMEROS AUXILIOS MALEABLE** | Compatibilidad: Apta para extremidades superiores e inferiores. | SI | N/A |
| | Largo: 90 cm aproximadamente. | SI | N/A |
| | Ancho: Aproximadamente 10–12 cm. | SI | N/A |
| | Peso: 160 gramos. | SI | N/A |
| | Núcleo de aluminio delgado y flexible | SI | N/A |
| | Revestimiento de espuma de celda cerrada (EVA o poliuretano). | SI | N/A |

diego.ricon diego.ricon diego.ricon

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Superficie impermeable, fácil de limpiar y desinfectar. | SI | N/A |
| | Permite inmovilización rápida y eficaz. | SI | N/A |
| | Se adapta a diferentes anatomías y tipos de lesión. | SI | N/A |
| | Ligera y fácil de transportar. | SI | N/A |
| | Compatible con vendas y sistemas de fijación. | SI | N/A |
| | Fracturas cerradas. | SI | N/A |
| | Esguinces y luxaciones. | SI | N/A |
| | Lesiones traumáticas en extremidades. | SI | N/A |
| | Férula individual. | SI | N/A |
| | Empaque individual no estéril, sellado y rotulado. | SI | N/A |

| **REQUERIMIENTOS PARA LA ENTREGA** | | |
|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **CUMPLIÓ** | **OBSERVACIONES** |
| La ejecución del contrato se deberá realizar en FORMA TOTAL en los términos establecidos por la Dirección de Antinarcóticos de acuerdo con el presente estudio previo. | SI | No se realizó la entrega total de los elementos dentro del plazo estipulado, debido a una novedad con uno (1) de ellos, la cual fue subsanada diez (10) días después del plazo de ejecución. |
| Cumpliendo con las especificaciones técnicas estipuladas para el presente proceso. | SI | N/A |
| La entrega se realizará en coordinación con el supervisor designado para el contrato. | SI | N/A |
| La entrega se deberá hacer en forma física, por parte de la firma contratista al supervisor del contrato, formalizándose mediante acta de entrega debidamente firmada por las partes que intervienen en el acto. | SI | N/A |
| Verificando el cumplimiento a todos los ítems contemplados en el contrato y acompañados de la factura comercial, el certificado de aportes parafiscales y los demás documentos requeridos por la Dirección de Antinarcóticos. | SI | Problema con la factura, a esperas de corrección. |
| Deberá cumplir con todas las especificaciones técnicas mínimas descritas, sin representar un sobrecosto para la entidad. | SI | N/A |
| **LUGAR DE ENTREGA** será en el almacén de intendencia de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional en la ciudad de Bogotá, ubicado en la Avenida el Dorado No. 98 - 50 de Bogotá D.C**.** | SI | N/A |

**1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA**

Se presentó una novedad en el ítem No. 8, correspondiente al glucómetro de pantalla digital, toda vez que el elemento inicialmente entregado no cumplía con la totalidad de las especificaciones técnicas exigidas, al no contar con tecnología Bluetooth ni ser compatible con los sistemas operativos Android e iOS.
En razón de lo anterior, la señora Marlen Yaneth Gómez Sánchez, representante legal de CEMINSUMOS S. A. S., radicó ante la Dirección de Antinarcóticos una solicitud formal de prórroga por quince (15) días calendario, con el fin de subsanar la novedad presentada.
El día 10 de septiembre de 2026 se verificó la subsanación de la novedad mediante la entrega del glucómetro digital, constatándose que el elemento cuenta con tecnología Bluetooth y que, de acuerdo con la información consignada en su empaque, es compatible con los sistemas operativos Android e iOS. En consecuencia, se verificó el cumplimiento de la totalidad de las especificaciones técnicas exigidas para el ítem.

diego.ricon diego.ricon diego.ricon

**8. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:**

Se recibió la totalidad de los elementos correspondientes al Contrato No. 02-2-10048-26, completándose así el cien por ciento (100%) de los ítems objeto del contrato sin novedad. Con esta entrega, la contratista CEMINSUMOS S. A. S. dio cumplimiento a la totalidad de las cantidades y especificaciones técnicas exigidas contractualmente.

**9. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:**

La Dirección de Antinarcóticos pagará al contratista el 100% de la factura entregada de conformidad con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato y acompañado de los demás documentos requeridos. El pago se realizará en moneda legal colombiana con plena verificación del supervisor del contrato, dentro de los sesenta (60) días posteriores a la presentación de la factura de acuerdo a lo establecido en la Directiva presidencial 09 del 17/09/2020 *"Lineamientos para el pago a los proveedores del estado"* y Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020 "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, acompañada de la certificación de aportes parafiscales vigente (en los casos que aplique), el recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, Copia de entrada al almacén del bien y/o servicio objeto del contrato (si aplica), previo el cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes a que haya lugar, ajeno a esto al cumplimiento del contrato de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y plan anual de caja, previo el cumplimiento del objeto contractual y cumplidos los demás trámites Administrativos y Fiscales vigentes al que haya lugar.

Se tendrá en cuenta la Circular Externa 042 del 26 de diciembre de 2023 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA - SIIF NACIÓN del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, donde se expide la reglamentación para el Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y Notas Crédito.

Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 - Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web.

Así las cosas, las entidades ejecutoras del PGN, al realizar el registro de la obligación o del egreso de una caja menor, el sistema identificará si el tercero beneficiario de la misma es sujeto a facturar electrónicamente, y al verificarlo solicitará la consulta y vinculación de la(s) factura(s) electrónica(s) de venta en estado "Aprobada" (s) por el supervisor y/o tácitamente, según lo define la norma, para continuar con el proceso de pago.

Para este proceso se han identificado los siguientes actores y esquemas para el de tramite al interior de las entidades ejecutoras PGN:"

Los pagos se efectuarán una vez la Dirección del Tesoro Nacional sitúe los correspondientes recursos, previo el cumplimiento del objeto contractual y cumplidos los demás trámites administrativos y fiscales vigentes a que haya lugar.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Dirección de Antinarcóticos, se obliga a cancelar la factura al mes siguiente, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Si los documentos recibidos son devueltos por la Dirección de Antinarcóticos, por inconsistencias, como la falta de información, mal diligenciado o son entregadas con posterioridad para el pago en el mes de diciembre de 2024, la Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos constituirá la factura en cuentas por pagar y realizará el pago una vez la Dirección del Tesoro Nacional ubique los recursos para el pago de las cuentas por pagar del año 2025, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el trámite documental solicitado. Lo anterior no acarreará ningún pago de intereses y se constituirá como un riesgo asumido por el contratista.

**PARÁGRAFO TERCERO:** El valor total de la factura deberá ser presentado en pesos colombianos discriminado los valores en forma individual de los bienes y/o servicios a adquirir (en los casos que aplique), incluyendo descuentos, impuestos o cualquier otro aspecto que pudiera afectarlos, de modo que los mismos constituyan precios finales y no puedan ser objeto de modificaciones. En cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 y el numeral 10 del Artículo 4° de la Ley 80 de 1993.

**Nota:** El supervisor del contrato verificará que el contratista publique la factura electrónica, factura y/o documento equivalente del contrato en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, la publicación electrónica deberá hacerse en la fecha de su expedición, o a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes. (Art. 2.2.1.1.1.7.1. Decreto 1082 de 2015).

**4.1. Ejecución Financiera y Pagos:**

| **a. Balance general de pagos y entregas** | | |
|---|---|---|
| | **Valor en pesos** | **% del valor del contrato u orden de compra** |
| Valor total del contrato u orden de compra | $75.170.061.00 | 100% |
| Valor total de las entregas | $0 | 0% |
| Valor total facturado | $0 | 0% |
| Valor facturado pendiente de pago | $0 | 0% |
| Valor pagado | $0 | 0% |
| Valor pendiente de entrega | $75.170.061.00 | 100% |

**FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA**

**(valor de los bienes o servicios entregados por el contratista / valor total del contrato u orden compra) *100 = porcentaje de bienes o servicios entregados por el contratista)**

($0/ $75.170.061.00) = 0*100 = 0% por aproximación equivaldría al 0%.

**FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS PENDIENTES DE SER ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA**

**(Valor total del contrato u orden compra - valor de los bienes o servicios entregados por el contratista) / (Valor total del contrato u orden compra) * 100 = porcentaje de bienes o servicios pendientes de ser entregados por el contratista.**

($75.170.061.00 - $0) = ($75.170.061.00) / $75.170.061.00) = (1) *100 =100 %

**b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado** (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

| No. de acta o constancia de recibido | Valor recibido | Fecha de recibido | Valor facturado | No. factura | Valor pagado | Valor deducciones | No. orden de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

**4.2 Entrada de Bienes:** SI

**10. RECOMENDACIONES**

N/A

**11. CONCLUSIONES**

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

| | | |
|---|---|---|
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales | **SI X** | Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros). |
| | **NO** ___ | En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas. |

Atentamente,

Firma_____

ST. **JHON FREDY SANTACRUZ PORTURA**
Comandante equipo compañía antinarcóticos jungla
Supervisor contrato mínima cuantía No. 02-2-10048-26
Correo electrónico: Jhon.santacruzp@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3209324647