JOHANNA
RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMEDICA • TP. 68244-270507 STD
INV. RH-201409-451

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS
SEDE SASAIMA

AÑO	MES	SERVICIO				
		ENFERMERIA	TERAPIA FISICA	HOGAR HERMANAS	NUTRICION	MEDICAMENTOS
2025	ENERO					
	FEBRERO					
	MARZO					
	ABRIL	1ER MANTENIMIENTO	1ER MANTENIMIENTO	1ER MANTENIMIENTO	1ER MANTENIMIENTO	1ER MANTENIMIENTO
	MAYO					
	JUNIO					
	JULIO					
	AGOSTO					
	SEPTIEMBRE					
	OCTUBRE	2DO MANTENIMIENTO	2DO MANTENIMIENTO	2DO MANTENIMIENTO	2DO MANTENIMIENTO	2DO MANTENIMIENTO
	NOVIEMBRE					
	DICIEMBRE					

CALLE 8 # 11-01 FUNZA-CUNDINAMARCA CEL: 3232311557 CORREO: johanin18@hotmail.com

JOHANNA
RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMEDICA • TP. 68244-270507 STD
INV. RH-201409-451

Sasaima - Cundinamarca, 27 de Octubre de 2025.

Señores:
DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Hogar San José
Sasaima

Durante el día 27 de Octubre del presente año, se ejecutó la visita programada de mantenimiento biomédico, al Hogar San José, donde se realizaron las siguientes actividades:

- Ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Reportes del mantenimiento realizado.

EQUIPOS:

	ÁREAS				
	ENFERMERÍA	**NUTRICIÓN**	**MEDICAMENTOS**	**TERAPIA FÍSICA**	**DESECHOS**
EQUIPOS	13	3	2	11	2
	TOTAL EQUIPOS: 31				

REPORTES:

ÁREA	EQUIPOS	MARCA	MODELO	SERIE	CORRECTIVO / PROX VISITA
ENFERMERIA	TENSIOMETRO ANEROIDE	KAWE	A3	5505119	
	TENSIOMETRO ANEROIDE	ADVANCE	S/M	S/S	
	FONENDOSCOPIO DOBLE	ADVANCE	DOBLE SERVICIO/MORADO	N/A	
	FONENDOSCOPIO DOBLE	GMD	GMD 30-ROSA	N/A	SE REALIZA CAMBIO DE OLIVAS
	FONENDOSCOPIO DOBLE	GMD	GMD 30-NEGRO	N/A	
	OXIMETRO DE PULSO	CHOICEMMED	MD300C29	204964712020	SIN TAPA DE BATERIA
	OXIMETRO DE PULSO	CHOICEMMED	MD300C29	204964712019	SIN TAPA DE BATERIA
	EQUIPO DE ORGANO	RIESTER	S/M	S/S	
	BASCULA ELECTRONICA	BBG	150 KG	20240813-073	
	BASCULA DE PISO ELECTRONICA	BBG	LOGISTIC-S	2080102	
	TERMOMETRO DE PUNZON	WALFRONT	WT-1	N/A	
	MONITOR DE TRANSPORTE	EDAN	X8	261586-M24402270120	
	BASCULA ELECTRONICA	T3803	300 KG	S/S	

NUTRICIÒN	GRMERA DIGITAL	BADECOL	EK8810H	S/S	SE EVIDENCIA DISPLAY DAÑADO, SE RECOMIENDA CAMBIO
	TERMOMETRO DE PUNZON	TFA DOSTMANN	D-97877/BLANCO	S/S	
	TERMOMETRO DE PUNZON	TFA DOSTMANN	D-97877/BLANCO	S/S	SE ENCUENTRA SIN TABA DE BATERIA, LECTURA INESTABLE, SE RECOMIENDA CAMBIO.
MEDICAMENTOS	TERMOHIGROMETRO	Digital T&H	HTC-2	21015845073	
	NEVERA	HYUNDAI	HYRF67S	340-62322201-8730-10A0225	
TERAPIA FISICA	CAMINADORA	PRO-FORM	PFTL39511.2	DD931R00066	
	CAMINADORA	PRO-FORM	PFTL39511.2	DD931R00098	
	BICICLETA DE REMO	EL PUNTO	S/M	S/S	
	BAÑO DE PARAFIA	THERA BAND	24050	98 06281	
	BICICLETA ELIPTICA	EL PUNTO	S/M	115502000	
	ELECTROESTIMULADOR	MULTISTIM FOUR	EMS	11-151	
	BICICLETA DE REMO	EL PUNTO	S/M	S/S	
	HIDROCOLECTOR	NACIONAL	S/M	S/S	
	ULTRASONIDO	HTM	SONID COMPACT	42262	
	LAMPARA CUELO DE CISNE	NACIONAL	S/M	S/S	
	NEBULIZADOR	YUWELL	407A	YU21100499	
DESECHOS	BASCULA ELECTRICA	ELECTRONIC SCALE	150 KG	89165956	SE EVIDENCIA NIVEL DE PLATAFORMA DAÑADO.
	BASCULA ELETRONICA	BBG	LM33	2080477	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Equipos - Mantenimiento:



JOHANNA
RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMEDICA • TP. 68244-270507 STD
INV. RH-201409-451

Sasaima, Cund.: Cra 4 # 6-21 / CEL: 323 2311557 / CORREO: johanin 18@hotmail.com

JOHANNA
RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMEDICA • TP. 68244-270507 STD
INV. RH-201409-451

Todo lo presentado en el anterior informe, esta soportado por documentación digital, que será entregada al Hogar, el cual será almacenado en su respectiva carpeta para el área de Archivo.

Gracias por la atención prestada.

Atentamente,

JOHANNA R

Ing. Johana Rodríguez Romero
Departamento de Ingeniería

Sasaima, Cund.: Cra 4 # 6-21 / CEL: 323 2311557 / CORREO: johanin 18@hotmail.com

JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMÉDICA
TP. 68244-270507 STD / INV. RH-201409-451

REPORTE DE SERVICIO 2411

CIUDAD:	SASAIMA
ENTIDAD:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

FECHA		
DIA	MES	AÑO
27	10	2025

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	GRAMERA DIGITAL	**MODELO:**	EK8810H
MARCA:	BADECOL	**INVENTARIO:**	EQM084
SERIE:	S/S	**UBICACIÓN:**	NUTRICION

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	VISITA CORTESIA		TRASLADO DE EQUIPO	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		ACTUALIZACION		INSTALACION/ENTREGA	
GARANTIA		CAPACITACION			

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG		VERIFICACION IMPRESIÓN		PRUEBA DE FUGAS	
VERIFICACION SPO2		VERIFICAION TRADUCTORES		PRUEBA SIMULADOR	
VERIFICACION NIBP		VERIFICACION KVA Y MAS		PRESION TEMPERATURA	
VERIFICACION TEMPERATURA		VERIFICACION TECLADO	X	LUBRICACION	
VERIFICAICON AIRE/SKIN		VERIFICACION CONECTORES		CALIBRACION	
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA		VERIFICACION ACCESORIOS		REPARACION	
VERIFICACION RED ELECTRICA		MANTENIMIENTO NEUMATICO		INSPECCION FISICA	X
VERIFICACION CON BATERIA	X	MANTENIMIENTO ELECTRICO		LIMPIEZA GENERAL	X
VERIFICACION PALETAS		MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO		AJUSTES	
VERIFICACION CO2		MANTENIMIENTO GENERAL		TEST DE FUNCIONAMIENTO	X

REPUESTOS INSTALADOS		REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION	**CANT.**	**DESCRIPCION**	**CANT.**
//	//	//	//
//	//	//	//
//	//	//	//
//	//	//	//

OBSERVACIONES

Se realiza verificacion de pantalla y galgas. Se evidencia display dañado, recomedacion sacar de funcionamiento.

	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO	X	EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R
REALIZO

RECIBE

CALLE 8 # 11-1 FUNZA-CUNDINAMARCA CEL: 323 2311557 CORREO: johanin18@Hotmail.com

JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMÉDICA
TP. 68244-270507 STD / INV. RH-201409-451

REPORTE DE SERVICIO 2412

CIUDAD:	SASAIMA
ENTIDAD:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

FECHA		
DIA	MES	AÑO
27	10	2025

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	BASCULA ELECTRONICA	**MODELO:**	150KG
MARCA:	BBG	**INVENTARIO:**	S/I
SERIE:	20240813-073	**UBICACIÓN:**	ENFERMERIA

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	VISITA CORTESIA		TRASLADO DE EQUIPO	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		ACTUALIZACION		INSTALACION/ENTREGA	
GARANTIA		CAPACITACION			

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG		VERIFICACION IMPRESIÓN		PRUEBA DE FUGAS	
VERIFICACION SPO2		VERIFICAION TRADUCTORES		PRUEBA SIMULADOR	
VERIFICACION NIBP		VERIFICACION KVA Y MAS		PRESION TEMPERATURA	
VERIFICACION TEMPERATURA		VERIFICACION TECLADO	X	LUBRICACION	
VERIFICAICON AIRE/SKIN		VERIFICACION CONECTORES		CALIBRACION	
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA		VERIFICACION ACCESORIOS		REPARACION	
VERIFICACION RED ELECTRICA		MANTENIMIENTO NEUMATICO		INSPECCION FISICA	X
VERIFICACION CON BATERIA	X	MANTENIMIENTO ELECTRICO		LIMPIEZA GENERAL	X
VERIFICACION PALETAS		MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO		AJUSTES	
VERIFICACION CO2		MANTENIMIENTO GENERAL		TEST DE FUNCIONAMIENTO	X

REPUESTOS INSTALADOS		REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION	**CANT.**	**DESCRIPCION**	**CANT.**
//	//	//	//
//	//	//	//
//	//	//	//
//	//	//	//

OBSERVACIONES

Se realiza verificacion de teclado, galgas y test de funcionamiento con pesa patron de 10 kg . Apto para su uso en el servicio.

X	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO		EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R

REALIZO

RECIBE

CALLE 8 # 11-1 FUNZA-CUNDINAMARCA CEL: 323 2311557 CORREO: johanin18@Hotmail.com

JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMÉDICA
TP. 68244-270507 STD / INV. RH-201409-451

REPORTE DE SERVICIO 2413

CIUDAD:	SASAIMA
ENTIDAD:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

FECHA		
DIA	MES	AÑO
27	10	2025

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	BASCULA ELECTRONICA	**MODELO:**	150 KG
MARCA:	ELECTRONIC SCALE	**INVENTARIO:**	N/A
SERIE:	89165956	**UBICACIÓN:**	DESECHO

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	VISITA CORTESIA		TRASLADO DE EQUIPO	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		ACTUALIZACION		INSTALACION/ENTREGA	
GARANTIA		CAPACITACION			

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG		VERIFICACION IMPRESIÓN		PRUEBA DE FUGAS	
VERIFICACION SPO2		VERIFICAION TRADUCTORES		PRUEBA SIMULADOR	
VERIFICACION NIBP		VERIFICACION KVA Y MAS		PRESION TEMPERATURA	
VERIFICACION TEMPERATURA		VERIFICACION TECLADO	X	LUBRICACION	
VERIFICAICON AIRE/SKIN		VERIFICACION CONECTORES		CALIBRACION	
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA		VERIFICACION ACCESORIOS		REPARACION	
VERIFICACION RED ELECTRICA	X	MANTENIMIENTO NEUMATICO		INSPECCION FISICA	X
VERIFICACION CON BATERIA	X	MANTENIMIENTO ELECTRICO		LIMPIEZA GENERAL	X
VERIFICACION PALETAS		MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO		AJUSTES	
VERIFICACION CO2		MANTENIMIENTO GENERAL		TEST DE FUNCIONAMIENTO	X

REPUESTOS INSTALADOS		REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION	CANT.	DESCRIPCION	CANT.
//	//	//	//
//	//	//	//
//	//	//	//
//	//	//	//

OBSERVACIONES

Se realiza verificacion de teclado, galgas ,cargador ac y test de funcionamiento con pesa patron de 10 kg. Apto para su uso en el servicio.
Se evidencia nivel de plataforma en mal estado.

X	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO		EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R
REALIZO

RECIBE

CALLE 8 # 11-1 FUNZA-CUNDINAMARCA CEL: 323 2311557 CORREO: johanin18@Hotmail.com

JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMÉDICA
TP. 68244-270507 STD / INV. RH-201409-451

REPORTE DE SERVICIO 2414

CIUDAD:	SASAIMA
ENTIDAD:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

FECHA		
DIA	MES	AÑO
27	10	2025

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	BASCULA ELECTRONICA	**MODELO:**	LOGISTIC-S
MARCA:	BBG	**INVENTARIO:**	N/A
SERIE:	2080102	**UBICACIÓN:**	ENFERMERIA

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	VISITA CORTESIA		TRASLADO DE EQUIPO	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		ACTUALIZACION		INSTALACION/ENTREGA	
GARANTIA		CAPACITACION			

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG		VERIFICACION IMPRESIÓN		PRUEBA DE FUGAS	
VERIFICACION SPO2		VERIFICAION TRADUCTORES		PRUEBA SIMULADOR	
VERIFICACION NIBP		VERIFICACION KVA Y MAS		PRESION TEMPERATURA	
VERIFICACION TEMPERATURA		VERIFICACION TECLADO	X	LUBRICACION	
VERIFICAICON AIRE/SKIN		VERIFICACION CONECTORES		CALIBRACION	
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA		VERIFICACION ACCESORIOS		REPARACION	
VERIFICACION RED ELECTRICA	X	MANTENIMIENTO NEUMATICO		INSPECCION FISICA	X
VERIFICACION CON BATERIA	X	MANTENIMIENTO ELECTRICO		LIMPIEZA GENERAL	X
VERIFICACION PALETAS		MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO		AJUSTES	
VERIFICACION CO2		MANTENIMIENTO GENERAL		TEST DE FUNCIONAMIENTO	X

REPUESTOS INSTALADOS		REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION	**CANT.**	**DESCRIPCION**	**CANT.**
//	//	//	//
//	//	//	//
//	//	//	//
//	//	//	//

OBSERVACIONES

Se realiza verificacion de teclado, galgas ,cargador ac y test de funcionamiento con pesa patron de 10 kg. Apto para su uso en el servicio.

X	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO		EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R

REALIZO

RECIBE

CALLE 8 # 11-1 FUNZA-CUNDINAMARCA CEL: 323 2311557 CORREO: johanin18@Hotmail.com

JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMÉDICA
TP. 68244-270507 STD / INV. RH-201409-451

REPORTE DE SERVICIO 2415

CIUDAD:	SASAIMA
ENTIDAD:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

FECHA		
DIA	MES	AÑO
27	10	2025

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	TERMOMETRO DE PUNZON DIGITAL	**MODELO:**	WT-1
MARCA:	WALFRONT	**INVENTARIO:**	S/I
SERIE:	S/S	**UBICACIÓN:**	ENFERMERIA

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	VISITA CORTESIA		TRASLADO DE EQUIPO	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		ACTUALIZACION		INSTALACION/ENTREGA	
GARANTIA		CAPACITACION			

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG		VERIFICACION IMPRESIÓN		PRUEBA DE FUGAS	
VERIFICACION SPO2		VERIFICAION TRADUCTORES		PRUEBA SIMULADOR	
VERIFICACION NIBP		VERIFICACION KVA Y MAS		PRESION TEMPERATURA	
VERIFICACION TEMPERATURA	X	VERIFICACION TECLADO	X	LUBRICACION	
VERIFICAICON AIRE/SKIN		VERIFICACION CONECTORES		CALIBRACION	
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA		VERIFICACION ACCESORIOS		REPARACION	
VERIFICACION RED ELECTRICA		MANTENIMIENTO NEUMATICO		INSPECCION FISICA	X
VERIFICACION CON BATERIA	X	MANTENIMIENTO ELECTRICO		LIMPIEZA GENERAL	X
VERIFICACION PALETAS		MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO		AJUSTES	
VERIFICACION CO2		MANTENIMIENTO GENERAL		TEST DE FUNCIONAMIENTO	X

REPUESTOS INSTALADOS		REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION	**CANT.**	**DESCRIPCION**	**CANT.**
//	//	//	//
//	//	//	//
//	//	//	//
//	//	//	//

OBSERVACIONES

Se realiza verificacion de estado de bateria y pruebas de temperatura, verificacion de estado de sonda .

Equipo apto para su uso en el servicio.

X	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO		EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R

REALIZO

RECIBE

CALLE 8 # 11-1 FUNZA-CUNDINAMARCA CEL: 323 2311557 CORREO: johanin18@Hotmail.com

JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMÉDICA
TP. 68244-270507 STD / INV. RH-201409-451

REPORTE DE SERVICIO 2416

CIUDAD:	SASAIMA
ENTIDAD:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

FECHA		
DIA	MES	AÑO
27	10	2025

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	BASCULA ELETRONICA	**MODELO:**	LM33
MARCA:	BBG	**INVENTARIO:**	N/A
SERIE:	2080477	**UBICACIÓN:**	DESECHO

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	VISITA CORTESIA		TRASLADO DE EQUIPO	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		ACTUALIZACION		INSTALACION/ENTREGA	
GARANTIA		CAPACITACION			

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG		VERIFICACION IMPRESIÓN		PRUEBA DE FUGAS	
VERIFICACION SPO2		VERIFICAION TRADUCTORES		PRUEBA SIMULADOR	
VERIFICACION NIBP		VERIFICACION KVA Y MAS		PRESION TEMPERATURA	
VERIFICACION TEMPERATURA		VERIFICACION TECLADO	X	LUBRICACION	
VERIFICAICON AIRE/SKIN		VERIFICACION CONECTORES		CALIBRACION	
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA		VERIFICACION ACCESORIOS		REPARACION	
VERIFICACION RED ELECTRICA		MANTENIMIENTO NEUMATICO		INSPECCION FISICA	X
VERIFICACION CON BATERIA	X	MANTENIMIENTO ELECTRICO		LIMPIEZA GENERAL	X
VERIFICACION PALETAS		MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO		AJUSTES	
VERIFICACION CO2		MANTENIMIENTO GENERAL		TEST DE FUNCIONAMIENTO	X

REPUESTOS INSTALADOS		REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION	**CANT.**	**DESCRIPCION**	**CANT.**
//	//	//	//
//	//	//	//
//	//	//	//
//	//	//	//

OBSERVACIONES

Se realiza verificacion de teclado, galgas y test de funcionamiento con pesa patron de 10 kg. Apto para su uso en el servicio.

X	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO		EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R
REALIZO

RECIBE

CALLE 8 # 11-1 FUNZA-CUNDINAMARCA CEL: 323 2311557 CORREO: johanin18@Hotmail.com

JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMÉDICA
TP. 68244-270507 STD / INV. RH-201409-451

REPORTE DE SERVICIO 2417

CIUDAD:	SASAIMA
ENTIDAD:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

FECHA		
DIA	MES	AÑO
27	10	2025

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	TERMOMETRO DE PUNZON	**MODELO:**	D-97877/BLANCO
MARCA:	TFA DOSTMANN	**INVENTARIO:**	S/I
SERIE:	S/S	**UBICACIÓN:**	NUTRICION

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	VISITA CORTESIA		TRASLADO DE EQUIPO	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		ACTUALIZACION		INSTALACION/ENTREGA	
GARANTIA		CAPACITACION			

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG		VERIFICACION IMPRESIÓN		PRUEBA DE FUGAS	
VERIFICACION SPO2		VERIFICAION TRADUCTORES		PRUEBA SIMULADOR	
VERIFICACION NIBP		VERIFICACION KVA Y MAS		PRESION TEMPERATURA	
VERIFICACION TEMPERATURA	X	VERIFICACION TECLADO	X	LUBRICACION	
VERIFICAICON AIRE/SKIN		VERIFICACION CONECTORES		CALIBRACION	
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA		VERIFICACION ACCESORIOS		REPARACION	
VERIFICACION RED ELECTRICA		MANTENIMIENTO NEUMATICO		INSPECCION FISICA	X
VERIFICACION CON BATERIA	X	MANTENIMIENTO ELECTRICO		LIMPIEZA GENERAL	X
VERIFICACION PALETAS		MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO		AJUSTES	
VERIFICACION CO2		MANTENIMIENTO GENERAL		TEST DE FUNCIONAMIENTO	X

REPUESTOS INSTALADOS		REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION	**CANT.**	**DESCRIPCION**	**CANT.**
//	//	//	//
//	//	//	//
//	//	//	//
//	//	//	//

OBSERVACIONES

Se realiza verificacion de estado de bateria y prueba de temperatura, verificacion de estado de sonda. Apto para su uso en el servicio.

X	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO		EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R
REALIZO

RECIBE

CALLE 8 # 11-1 FUNZA-CUNDINAMARCA CEL: 323 2311557 CORREO: johanin18@Hotmail.com

JOHANNA RODRIGUEZ ROMERO
ING. BIOMÉDICA
TP. 68244-270507 STD / INV. RH-201409-451

REPORTE DE SERVICIO 2418

CIUDAD:	SASAIMA
ENTIDAD:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

FECHA		
DIA	MES	AÑO
27	10	2025

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	TERMOMETRO DE PUNZON	**MODELO:**	D-97877/BLANCO
MARCA:	TFA DOSTMANN	**INVENTARIO:**	S/I
SERIE:	S/S	**UBICACIÓN:**	NUTRICION

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X	VISITA CORTESIA		TRASLADO DE EQUIPO	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		ACTUALIZACION		INSTALACION/ENTREGA	
GARANTIA		CAPACITACION			

TRABAJOS REALIZADOS

VERIFICACION ECG		VERIFICACION IMPRESIÓN		PRUEBA DE FUGAS	
VERIFICACION SPO2		VERIFICAION TRADUCTORES		PRUEBA SIMULADOR	
VERIFICACION NIBP		VERIFICACION KVA Y MAS		PRESION TEMPERATURA	
VERIFICACION TEMPERATURA	X	VERIFICACION TECLADO	X	LUBRICACION	
VERIFICAICON AIRE/SKIN		VERIFICACION CONECTORES		CALIBRACION	
VERIFICACION CARGA Y DESCARGA		VERIFICACION ACCESORIOS		REPARACION	
VERIFICACION RED ELECTRICA	X	MANTENIMIENTO NEUMATICO		INSPECCION FISICA	X
VERIFICACION CON BATERIA		MANTENIMIENTO ELECTRICO		LIMPIEZA GENERAL	X
VERIFICACION PALETAS		MANTENIMIENTO HIDRAULICO/MECANICO		AJUSTES	
VERIFICACION CO2		MANTENIMIENTO GENERAL		TEST DE FUNCIONAMIENTO	X

REPUESTOS INSTALADOS		REPUESTOS PROX MANTENIMIENTO	
DESCRIPCION	CANT.	DESCRIPCION	CANT.
//	//	//	//
//	//	//	//
//	//	//	//
//	//	//	//

OBSERVACIONES

Se evidencia sin tapa posterior de bateria, lectura inestable. Se recomienda cambio

	EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO	X	EQUIPO FUERA DE SERVICIO

JOHANNA R
REALIZO

RECIBE

CALLE 8 # 11-1 FUNZA-CUNDINAMARCA CEL: 323 2311557 CORREO: johanin18@Hotmail.com