## 1. Información general

| | |
|---|---|
| Nombre comercial | Catéter de Reinserción Enteer™ |
| Marca / Fabricante | Micro Therapeutics, Inc d/b/a ev3 |
| Número de registro INVIMA | |
| Clasificación del riesgo | |
| Código GMDN | |

## 2. Descripción del producto



El cateter de reinsercion Enteer facilita la colocacion, el apoyo, la dirección y el control para el acceso de una guía a regiones discretas de la vasculatura periférica a través de la luz de la guía central o a través de uno de los dos puertos laterales (identificados con marcadores radiopacos). Los tubos late

## 3. Especificaciones

| | |
|---|---|
| Aplicaciones | • El catéter de protección embolica Spider FXestá indicado para la prevención de embolías distales, en intervenciones de carótidas, puentes safenos en arterias coronarias y vasos periféricos en uso con TurboHawk. |
| Presentación del producto | • Caja x 1 unidad.<br>• Estéril y para un solo uso. |
| Almacenamiento | • El catéter de protección embolica Spider FX debe almacenarse en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. No conserve los catéteres en lugares en los que queden directamente expuestos a disolventes orgánicos, radiación ionizante o luz ultravioleta. |
| Referencias | Código de barras |
| | SPD2-030-190<br>SPD2-030-320<br>SPD2-040-190<br>SPD2-040-320<br>SPD2-050-190<br>SPD2-050-320<br>SPD2-060-190<br>SPD2-060-320 |

SPD2-070-190
SPD2-070-320
SPD2-US-030-320
SPD2-US-040-320
SPD2-US-050-190
SPD2-US-050-320
SPD2-US-060-190
SPD2-US-060-320
SPD2-US-070-190
SPD2-US-070-320