178461. Información General	
	
Producto (Según Registro Sanitario)	CATÉTER / CATÉTER - GUÍA VASCULAR
Nombre Comercial	Catéter REACT™
Marcas	MEDTRONIC, EV3, REACT™
Fabricante Legal	Micro Therapeutics, Inc. D/B/A EV3 Neurovascular
Número de Registro Sanitario	INVIMA 2020DM-0021692
Fecha de expiración del Registro Sanitario	02 de Junio de 2030
Clasificación del riesgo	III
Código GMDN	17846
2. Especificaciones	
Composición	TROGAMID®, DYNAFLEX®, React 68: Grilamid, Pebax, React 71: Poliamida, Poliolefina, Poliuretano, PTFE, Nitinol, Platino/Iridio, Solución Surmodics
Presentación Comercial	Caja x 1 unidad.
Condiciones de Almacenamiento	Conserve en un lugar seco y fresco.
Método de esterilización	Óxido de Etileno
Vida Útil	2 Años
Referencias	REACT-71 /REACT-68
3. Descripción del Producto	
Indicaciones de Uso	Los Catéteres REACT™ están indicados para la Introducción de Dispositivos Intervencionistas y de Diagnóstico en la Vasculatura Periférica y en la Neurovasculatura. Los Catéteres REACT™ también están indicados para la eliminación y aspiración de Embolos y

	Trombos de vasos sanguíneos seleccionados del sistema arterial, incluída la Neurovasculatura.

DESCRIPCION GENERAL

El catéter es un catéter compuesto de rigidez variable, flexible y de una sola luz. El cuerpo del catéter tiene un revestimiento hidrófilo para reducir el rozamiento durante su uso. El cuerpo del catéter es visible bajo fluoroscopia. Las dimensiones del catéter se indican en la etiqueta individual del dispositivo. El catéter se introduce a través de un catéter guía o de un introductor femoral hasta la vasculatura intracraneal y se monta sobre una guía neurovascular o un microcatéter. El extremo proximal del catéter tiene un adaptador luer para permitir el acoplamiento de accesorios y la infusión de líquidos a través del sistema. El catéter se suministra estéril y apirógeno y es válido para un solo uso.

NOTA: PARA LA CORRECTA UTILIZACION DEL DISPOSITIVO POR FAVOR LEER EL INSERTO DEL PRODUCTO

Originado por: Nombre: Sandra Bibiana Riaño Almanza Cargo: Sr. Product Specialist	Fecha: Nov/2020	Aprobado por:	Fecha:
Revisado por: Nombre: Cargo:	Fecha:	Nombre: Cargo:	