1. Información general

Nombre comercial	Catéter de Reinserción Enteer™
Marca / Fabricante	Micro Therapeutics, Inc d/b/a ev3
Número de registro INVIMA	
Clasificación del riesgo	
Código GMDN	

2. Descripción del producto



El cateter de reinsercion Enteer facilita la colocacion, el apoyo, la dirección y el control para el acceso de una guía a regiones discretas de la vasculatura periférica a través de la luz de la guía central o a través de uno de los dos puertos laterales (identificados con marcadores radiopacos). Los tubos late

3. Especificaciones

Aplicaciones	• El catéter de protección embolica Spider FXestá indicado para la prevención de embolías distales, en intervenciones de carótidas, puentes safenos en arterias coronarias y vasos periféricos en uso con TurboHawk.
Presentación del producto	• Caja x 1 unidad. • Estéril y para un solo uso.
Almacenamiento	• El catéter de protección embolica Spider FX debe almacenarse en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. No conserve los catéteres en lugares en los que queden directamente expuestos a disolventes orgánicos, radiación ionizante o luz ultravioleta.
Referencias	Código de barras
	SPD2-030-190 SPD2-030-320 SPD2-040-190 SPD2-040-320 SPD2-050-190 SPD2-050-320 SPD2-060-190 SPD2-060-320

SPD2-070-190
SPD2-070-320
SPD2-US-030-320
SPD2-US-040-320
SPD2-US-050-190
SPD2-US-050-320
SPD2-US-060-190
SPD2-US-060-320
SPD2-US-070-190
SPD2-US-070-320