MICROCATÉTER MARKSMAN

1. Información General



Producto (Según Registro Sanitario)	CATETER MARKSMAN EV3
Nombre Comercial	Micro Catéter Markman
Marcas	EV3
Fabricante Legal	Micro Therapeutics, Inc. d/b/a ev3 Neurovascular
Número de Registro Sanitario	INVIMA 2020DM-0005714-R1
Fecha de expiración del Registro Sanitario	1 de Abril de 2030
Clasificación del riesgo	III
Código GMDN	17846

2. Especificaciones

Composición	Cubo de policarbonato adhesivo de acrilato UV, zona de liberación de tensión: santoprene (elastómero termoplástico), cuerpo de tubo de PTFE politetrafluoretileno, tubo de pebax Alambre de acero inoxidable, refuerzo metálico aleación platino, iridio, marcador distal aleación de platino iridio, recubierta Hidrofilica PVP/PVA (polivinil pirrilidona, polivinil acetato.
Presentación Comercial	Caja x 1 Unidad
Condiciones de Almacenamiento	Conserve el micro catéter en un lugar seco entre los 10° y 32°C.
Método de esterilización	Óxido de etileno
Vida Útil	3 Años
Referencias	

Referencias	Descripción
FA -55105-1015	Microcateter 2.8 Fr/3.2Fr DI0.027" 105cm. MARKSMAN
FA- 55135- 1030	Microcateter 2.8 Fr/3.2Fr DI0.027" 135cm
FA- 55150-1030	Microcateter 2.8 Fr/3.2Fr DIA.027" 150cm
FA-55160-1030	Microcateter 2.8 Fr/3.2Fr DIA.027" 160cm

3. Descripción del Producto

Indicaciones de Uso	Micro catéter de soporte diseñado para la liberación de dispositivos médicos y la navegación en vasculatura neuro y periférico.

DESCRIPCION

- Estructura del micro catéter es una malla trenzada de acero inoxidable, policarbonato y PTFE
- Cubierta Hidrofilica en el extremo distal.
- Diámetro interno 0.027”
- Una (1) marca radiopaca distal en platino.
- Longitudes en 105, 135 y 150cm
- Presentación Cónico de diámetro externo Proximal de 3.2Fr y Distal de 2.8Fr.

NOTA: PARA LA CORRECTA UTILIZACION DEL DISPOSITIVO POR FAVOR LEER EL INSERTO DEL PRODUCTO

Actualizado por: Nombre: Francy Jaramillo Cargo: Sales Rep IV NV	Fecha: 01-08-21		
Aprobado por: Nombre: Catalina Acosta Cargo: Marketing Manager	Fecha: 01-08-21		