
Medtronic

Dispositivo Artisse Ficha Técnica

Información General	
Nombre según Registro Sanitario	Dispositivo Intrasacular Artisse
Nombre comercial	Dispositivo Intrasacular Artisse
Marca	Artisse Medtronic
Fabricante	Micro Therapeutics, Inc d/b/a ev3
Número de registro INVIMA	INVIMA 2025DM-0031385
Clasificación del riesgo	III
Indicación	El dispositivo intra sacular Artisse™ está indicado para la embolización endovascular de aneurismas intracraneales saculares.
Descripción del producto	 1. Diseño de celdas cerradas distensible. 2. Trenzado de alambre de doble capa (Con tubo relleno estirado) con 72 filamentos, de níquel-titanio (Nitinol) y núcleo de platino. 3. Dos marcadores de aleación de platino-iridio radiopacos. 4. Configuración acampanada, auto expansible. 5. Diferentes tamaños de acuerdo al aneurisma a tratar. 6. El implante se monta en un cable de empuje de Nitinol de 183 cm de longitud 7. Compatible con micro catéter con ID 0.021" Recomendado Rebar 18. 8. **La liberación** del dispositivo Artisse del sistema de empuje es electrolítica 9. Requiere la utilización de un sistema de liberación formado por un mando con pulsador y dos cables que deberán ir unidos uno a una aguja 20 o 22G pinchada sobre la piel del paciente, y otro a la guía empujadora del dispositivo Artisse, conectado en la zona proximal del pusher.
Presentación del Producto	Caja por 1 unidad

Almacenamiento	Conserve en un lugar seco y fresco.
Referencias	ISF-045-030 ISF-045-040 ISF-050-030 ISF-050-040 ISF-055-030 ISF-060-030 ISF-060-040 ISF-065-030 ISF-065-040 ISF-070-040 ISF-075-040 ISF-075-050 ISF-080-040 ISF-080-050
Sistema de Liberación referencia:	ISD-5-PK (caja por 5 unidades)
Realizado por: Alba Tovar Sr. Clinical Specialist Supervisor	Fecha:19 noviembre/25