Medtronic

Ficha Técnica Dispositivo de Desprendimiento Artisse DDA

Información General	
Nombre según Registro Sanitario	Dispositivo de desprendimiento Artisse™ (DDA)
Nombre comercial	Dispositivo de desprendimiento Artisse™ (DDA)
Marca	
Fabricante	MICRO THERAPEUTICS, INC. DBA EV3 NEUROVASCULAR
Número de registro INVIMA	INVIMA 2025DM-0031385
Clasificación del riesgo	III
Indicación	Liberación del dispositivo El dispositivo intra sacular Artisse™ está indicado para la embolización endovascular de aneurismas intracraneales saculares.
Descripción del producto	**Sistema de liberación** formado por un mando con pulsador y dos cables que deberán ir unidos uno a una aguja 20 o 22G pinchada sobre la zona del hombro del paciente, y otro a la guía empujadora del dispositivo Artisse, conectado en la zona proximal del pusher. **Materiales** Clips de alambre ánodo y cátodo Hoja de contacto: cobre berilio según QQ-C-533 y acero inoxidable. Cable de conexión del paciente aislamiento: PVC (cloruro de polivinilo) Filamentos: Cobre estañado Botones indicadores Poliéster Autotex v87 v207 textura terciopelo Batería de 3V – 1500 mAh Litio/Dióxido de Manganeso.
Presentación del Producto	Caja x 5 unidades
Almacenamiento	Conserve en un lugar seco y fresco.
Sistema de Liberación referencia:	ISD-5-PK
Realizado por: Alba Tovar Sr. Clinical Specialist Supervisor	Fecha: 19 de noviembre/2025