Termómetros de alimentos	
Nombre del equipo	Termómetro digital 1
Tipo de equipo	Termómetro digital
Marca	***TP300***
Modelo	NR
Ubicación	Servicio de alimentación
Código interno o placa ID	Mun09
Responsable del equipo	Manipuladoras de alimentos
Fecha de ingreso	2024
Instrucciones de uso	Verificar el estado de las baterías. Verifique el display. Introduzca el termómetro en el alimento o producto a calcular la temperatura. Déjelo por unos minutos. Haga la lectura de la pantalla
Datos técnicos	**precisión: ± 1 ° C o ± 1 ° F**
Sensibilidad	0.1
Capacidad	**-50 ° C a + 300 ° C o-58 ° F a 572 ° F**
Anexos	Manual de instrucciones

TRAZABILIDAD DE CALIBRACIÓN:

N°	Fecha	Resultado	Observaciones
1	**21/8/2024**	**CUMPLE**	**281903**
2			

INSPECCIÓN Y VERIFICACIONES INTERMEDIAS:

N°	Fecha	Resultado
1	**25/2/26**	**VERIFICACIÓN INTERMEDIA-CUMPLE**