Bogotá D. C, 06 de octubre de 2026

ADENDA No. 01

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA No. 068-MDN-COGFM-DIGSA-DISAN-ARC-2026

OBJETO: SUMINISTRO A TODO COSTO DE INSUMOS Y MATERIAL ODONTOLOGICO A NIVEL NACIONAL PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD NAVAL DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CATALOGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR.

Que, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas y antes de la adjudicación del contrato.

Que, en atención a las observaciones realizadas al proceso selección abreviada – subasta inversa No. 068-MDN-COGFM-DIGSA-DISAN-ARC-2026, se hace necesario modificar parcialmente el numeral 3 - REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES, el Anexo No. 2 – Especificaciones Técnicas y el Formulario No. 11 – Cumplimiento de Especificaciones Técnicas, los cuales hacen parte integral del pliego definitivo de condiciones del citado proceso.

Que, en virtud de lo expuesto, la Dirección de Sanidad de la Armada Nacional procede a:

ADENDAR:

PRIMERO: MODIFICAR parcialmente el ítem 3. REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES del pliego de condiciones definitivo del proceso de selección abreviada – subasta inversa No. 068-MDN-COGFM-DIGSA-DISAN-ARC-2026, en relación al indicador de liquidez y cobertura de intereses, así:

INDICADOR	INDICADORES REQUERIDOS
Indicador de liquidez	Mayor o igual a 1.0
Endeudamiento	<= 70%
Cobertura de Intereses	Mayor o igual a 0,60
Rentabilidad del Patrimonio	>= 4%
Rentabilidad del activo	>= 2%

SEGUNDO: MODIFICAR el Anexo No. 2 **-** Especificaciones Técnicas y el Formulario No. 11 – Cumplimiento de Especificaciones Técnicas del proceso de selección abreviada Subasta Inversa No. 068-MDN-COGFM-DIGSA-DISAN-ARC-2026, de la siguiente manera:

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS

GRUPO N°1 OPERATORIA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD

1	**ÁCIDO FOSFÓRICO AL 35% al 37%**	**AGENTE GRABADOR PARA ESMALTE Y DENTINA. GEL FÁCILMENTE CONTROLABLE QUE FLUYE SEGÚN LA DIRECCIÓN DE LA APLICACIÓN, NO POR LA GRAVEDAD. CREA MICROPOROS EN LA SUPERFICIE DEL ESMALTE Y REMUEVE LA CAPA DE SARRO DENTINARIO DESBLOQUEANDO LOS TÚBULOS. ES VITAL PARA LA RETENCIÓN MECÁNICA DE LA RESTAURACIÓN. NO INTERFIERE CON LA ADHESIÓN GEL TIXOTRÓPICO**	**JERINGA 12 GRAMOS**	**1**	**UN**
2	**ADHESIVO RESINA COMPUESTA UNIVERSAL**	**ADHESIVO UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZABLE UTILIZADO EN TECNICA DE GRABADO TOTAL, AUTOGRABADO O GRABADO SELECTIVO, A BASE DE ETANOL O A BASE DE AGUA Y ETANOL. VISCOSIDAD ÓPTIMA. PARA LA ADHESIÓN INDIRECTA Y DIRECTA CON SILANO DE SILICA. PROPORCIONA ALTAS FUERZAS DE ADHESIÓN EN ESMALTE Y DENTINA Y MAYOR ESTABILIDAD FRENTE A LA HUMEDAD PROPORCIONADA. PARA ADHESIÓN QUÍMICA A ZIRCONIO, METAL, RESINA, CERÁMICA. NO REQUIERE AGITARSE.**	**FRASCO 4 a 6 ml**	**1**	**UN**
3	**CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO CEMENTANTE**	**POLIALQUENOATO DE VIDRIO CONVENCIONAL TIPO I RADIOPACO, PARTICULA GRANULADA DE CONSISTENCIA CREMOSA Y SUAVE, FACIL MEZCLA Y MANEJO, CON LIBERACIÓN DE FLUOR. SOLUBILIDAD INFERIOR AL 0,1 %, ADHESIÓN QUÍMICA, BIOCOMPATIBLE, MINIMO ESPESOR DE VCAPA, INDICADO PARA CEMENTAR INCRUSTACIONES INLAYS Y ONLAYS METÁLICOS, CORONAS Y PUENTES METAL-CERÁMICOS, BANDAS DE ORTODONCIA, QUE NO PERMITA LA FILTRACIÓN Y SEA RESISTENTYE A LA TRACCIÓN Y COMPRESIÓN.**	**KIT (FCO POLVO X 15 GR. Y FCO LÍQUIDO ENTRE 6 ML)**	**1**	**UN**
4	**CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO LINER CAVITARIO**	**LINER O FORRO CAVITARIO INDICACIONES RECUBRIMIENTO PULPAR INDIRECTO, LIBERACION SOSTENIDA DE FLUOR, BIOCOMPATIBLE NO REQUIERE PRETRATAMIENTO DE LA DENTINA, ALTA ADHERENCIA A LA DENTINA CON ACIDO POLIALQUENOICO PARA LA BAJA SENSIBILIDAD POST-OPERATORIA AYUDA A REDUCIR EFECTO DE CONTRACCION DE POLIMETIZACION FOTOCURADO DISPENSACION PASTA LIQUIDO**	**CLICKER O DISPENSADOR 10 GR**	**1**	**UN**
5	**CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO BASE INTERMEDIA Y RECONSTRUCTOR**	**IONOMERO DE VIDRIO MODIFICADO CON RESINA MULTIPRPÓSITO. MÓDULO DE ELASTICIDAD SIMILAR A LA DENTINA LO QUE LO HACE EL SUSTITUTO DENTINAL IDEAL. TIPO II: DE TRIPLE CURADO MICROENCAPSULADO QUE PERMITE COLOCACION EN BLOQUE. INSOLUBILIDAD POR**	**FCO POLVO X 5 GR/ LIQUIDO 2.5 ML / PRIMER 2 ML**	**1**	**UN**

		SU COPOLIMERO DE ACIDO POLICARBOXILICO MODIFICADO EN GRUPOS METACRILATOS, ALTA RESISTENCIA A LA FRACTURA , RADIOPACO			
6	CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO BASE INTERMEDIA Y RECONSTRUCTOR (A1, A2, A3)	IONOMERO DE VIDRIO RESTAURADOR FOTOPOLIMERIZABLE MODIFICADO CON RESINA, CON NANORELLENO ADHESIVA, ACIDO POLIALQUENOICO MODIFICADO CON METACRILIADO, NANORELLENO DE 5NM A 25NM. MULTIPROPOSITO RECONSTRUCTOR, BASE INTERMEDIA, CARGA DE 69% RESISTENTE	DISPENSADOR PASTA-PASTA CLICKER 12G, SISTEMA COMPLETO (PRIMER)	1	UN
7	CEPILLOS PARA PULIR RESINAS	CEPILLOS CON FIBRAS IMPREGNADAS DE CARBURO DE SILICIO PARA PULIR/BRILLAR RESTAURACIONES EN RESINA Y CERÁMICAS, PARA BAJA VELOCIDAD, PULIDO DE SUPERFICIES OCLUSALES, SUPERFICIES CERVICALES Y ZONAS INTERPROXIMALES. (COPA REGULAR, PUNTA)	UNIDAD	1	UN
8	IONOMERO DE VIDRIO RECONSTRUCTOR CONVENCIONAL	IONÓMERO DE VIDRIO AUTOPOLIMERIZABLE, PARTIUCLA GRANULADA FACIL MEZCLA CON LIBERACIÓN DE FLÚOR, ADHESIÓN QUÍMICA, BIOCOMPATIBLE, RADIOOPACO, PARA RECONSTRUCCIÓN DE MUÑONES Y APLICACIONES RESTAURADORAS. TECNICA A.R.T	POLVO 12,5 GRAMOS; LIQUIDO 8,5ML	1	UN
9	PUNTAS SILICONADAS PARA PULIR RESINA	PUNTAS PARA PULIR PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD, CON PARTE ACTIVA DE DIFERENTES FORMAS (LLAMA PEQUEÑA, COPA, DISCO) Y TRES GRADOS DE ABRASIÓN (VERDE, AMARILLA, BLANCA)	UNIDAD	1	UN
10	RESINA UNIVERSAL VARIEDAD DE COLORES DIENTES CLAROS (A1, B1, B2, C1, D2) PARA ANTERIORES Y POSTERIORES	RESTAURADOR UNIVERSAL DE NANOPARTICULA PARA DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, RELLENO SILICE DE 20NM NO AGLOMERADO NO CONGLOMERADO,RELLENO DE CIRCONIO 4NM A 11NM NO AGLOMERADO NO CONGLOMERADO PESO 78,5% VOLUMEN 63,3% BAJA CONTRACCIÓN VOLUMÉTRICA 1,73% bis-GMA UDMA,TEGDMA, PEGDMA	JERINGA X 4 GRS	1	UN
11	RESINA UNIVERSAL VARIEDAD DE COLORES DIENTES NATURALES (A2, A3, C2, D3, D4) PARA ANTERIORES Y POSTERIORES	RESTAURADOR UNIVERSAL DE NANOPARTICULA PARA DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, RELLENO SILICE DE 20NM NO AGLOMERADO NO CONGLOMERADO,RELLENO DE CIRCONIO 4NM A 11NM NO AGLOMERADO NO CONGLOMERADO PESO 78,5% VOLUMEN 63,3% BAJA CONTRACCIÓN VOLUMÉTRICA 1,73% bis-GMA UDMA,TEGDMA, PEGDMA	JERINGA X 4 GRS	1	UN

12	**RESINA UNIVERSAL VARIEDAD DE COLORES DIENTES OSCUROS (A3.5, A4, B3, C3, C4) PARA ANTERIORES Y POSTERIORES**	**RESTAURADOR UNIVERSAL DE NANOPARTICULA PARA DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, RELLENO SILICE DE 20NM NO AGLOMERADO NO CONGLOMERADO,RELLENO DE CIRCONIO 4NM A 11NM NO AGLOMERADO NO CONGLOMERADO PESO 78,5% VOLUMEN 63,3% BAJA CONTRACCIÓN VOLUMÉTRICA 1,73% bis-GMA UDMA,TEGDMA, PEGDMA**	**JERINGA X 4 GRS**	**1**	**UN**
13	**RESINA A1**	**RESINA DE FOTOCURADO ZIRCONIO / SILICE PARTICULAS NANOHIBRIDAS O NANORELLENO CON TAMAÑO DE PARTICULAR ENTRE 0.04nm A 700nm, RESISTENCIA AL DESGASTE SIMILAR AL ESMALTE. CONTRACCION ENTRE 1.2% HASTA 2.0% FUERZA COMPRESIVA SUPERIOAR A 360MPA, VOLUMEN ENTRE 60% AL 68%**	**JERINGA X 3GRS O 4 GRS**	**1**	**UN**
14	**RESINA A2**	**RESINA DE FOTOCURADO ZIRCONIO / SILICE PARTICULAS NANOHIBRIDAS O NANORELLENO CON TAMAÑO DE PARTICULAR ENTRE 0.04nm A 700nm, RESISTENCIA AL DESGASTE SIMILAR AL ESMALTE. CONTRACCION ENTRE 1.2% HASTA 2.0% FUERZA COMPRESIVA SUPERIOAR A 360MPA, VOLUMEN ENTRE 60% AL 68%**	**JERINGA X 3GRS O 4 GRS**	**1**	**UN**
15	**RESINA A3**	**RESINA DE FOTOCURADO ZIRCONIO / SILICE PARTICULAS NANOHIBRIDAS O NANORELLENO CON TAMAÑO DE PARTICULAR ENTRE 0.04nm A 700nm, RESISTENCIA AL DESGASTE SIMILAR AL ESMALTE. CONTRACCION ENTRE 1.2% HASTA 2.0% FUERZA COMPRESIVA SUPERIOAR A 360MPA, VOLUMEN ENTRE 60% AL 68%**	**JERINGA X 3GRS O 4 GRS**	**1**	**UN**
16	**RESINA PARA POSTERIORES COLOR A2**	**RESINA PARA POSTERIORES DE RELLENO EN BLOQUE EXCELENTE FUERZA Y DESGASTE BAJO, ESTRÉS MINIMO LO CUAL PROPORCIONA UNA PROFUNDIDAD DE POLIMERIZACIÓN DE 5MM EXCELENTE RETENCIÓN DEL PULIDO, TAMBIEN IDEAL PARA RESTAURACIONES EN ANTERIORES, CON COMBINACIÓN DE SILICE NO AGLOMERADO/NO AGREGADO DE 20NM, ZIRCONIA AGLOMERADA NO AGREGADA DE 4 A 11NM. RELLENO DE TRIFLORURO DE ITERBIO. AUDMA - AFM PESO DE 76.5% 58.4% VOLUMEN**	**JERINGA X 4 GRS**	**1**	**UN**

17	**RESINA PARA POSTERIORES COLOR A3**	**RESINA PARA POSTERIORES DE RELLENO EN BLOQUE, EXCELENTE FUERZA Y DESGASTE BAJO, ESTRÉS MINIMO LO CUAL PROPORCIONA UNA PROFUNDIDAD DE POLIMERIZACIÓN DE 5MM, EXCELENTE RETENCIÓN DEL PULIDO, TAMBIEN IDEAL PARA RESTAURACIONES EN ANTERIORES, CON COMBINACIÓN DE SILICE NO AGLOMERADO/NO AGREGADO DE 20NM, ZIRCONIA AGLOMERADA NO AGREGADA DE 4 A 11NM. RELLENO DE TRIFLORURO DE ITERBIO. AUDMA - AFM PESO DE 76.5% 58.4% VOLUMEN**	**JERINGA X 4 GRS**	**1**	**UN**
18	**RESINA JERINGA FLUIDA A 3**	**COMPOSITE FLUIDO FOTOPOLIMERIZABLE, RADIOPACO, DE BAJA VISCOSIDAD BASE DE METACRILATO O TRIFLUORURO DE ITERBIO CON, TAMAÑO DE PARTÍCULA PROMEDIO ENTRE 0,1 A 5 MICRONES, 20NM CON UNA DISTRIBUCIÓN DE PARTÍCULAS TIXOTRÓPICO, ENTRE 65% A 68% DE RELLENO PUEDE UTILIZARSE EN ANTERIORES, POSTERIORES**	**JERINGA DE 1 A 3 GRS**	**1**	**UN**
19	**RESINA JERINGA FLUIDA A2**	**COMPOSITE FLUIDO FOTOPOLIMERIZABLE, RADIOPACO, DE BAJA VISCOSIDAD BASE DE METACRILATO O TRIFLUORURO DE ITERBIO CON, TAMAÑO DE PARTÍCULA PROMEDIO ENTRE 0,1 A 5 MICRONES, 20NM CON UNA DISTRIBUCIÓN DE PARTÍCULAS TIXOTRÓPICO, ENTRE 65% A 68% DE RELLENO PUEDE UTILIZARSE EN ANTERIORES, POSTERIORES**	**JERINGA DE 1 A 3 GRS**	**1**	**UN**
20	**RESINA JERINGA FLUIDA PARA POSTERIORES**	**RESINA FLUIDA DE BAJA VISCOCIDAD RESINA DE PROCRILATO RELLENO COMBINACIÓN DE TRICLORURO DE ITERBIO TAMAÑO DE PARTICULA 0,1 A 0,5 MICRONES ZIRCONIO/SILICE 64,5% PESO 42,5% POR VOLUMEN PROFUNDIDAD DE 4mm**	**JERINGA DE 1 A 3 GRS**	**1**	**UN**
21	**SELLANTES DE FOTOCURADO**	**SELLANTE DE FOSETAS Y FISURAS TIXOTRÓPICO, RELLENO ENTRE 6% O 53%, RADIOPACO, CON BASE DE METACRILATO COLOR BLANCO CON BAJO TIEMPO DE FOTOPOLIMERIZACION BAJA VISCOSIDAD CON LIBERACIÓN DE FLÚOR Y ALTA ADHESIÓN AL ESMALTE. HIDROFÍLICO E HIDROFÓBICO. FLUORESCENTE**	**JERINGA 1.2ML A 20.ML / FRASCO X 6 A 8 ML**	**1**	**UN**
22	**FRESA DIAMANTE OPERATORIA DENTAL REDONDA**	**FRESAS DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, DIAMANTES DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE, FUERTEMENTE FIJADOS EN EL LECHO DE NÍQUEL, DE DESPRENDIMIENTO RETARDADO, DURACIÓN EXTENDIDA. ALTA EFICIENCIA DE DESGASTE, GARANTÍA DE CALIDAD SEGÚN**	**UNIDAD**	**1**	**UN**

		ISO. GALVANIZADO, DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO: Fresa DE 19mm de largo de forma redonda desde grano grueso hasta grano extrafino con diámetro mayor desde 1mm a 2.3mm.			
23	**FRESA DIAMANTE OPERATORIA DENTAL FLAMA**	**FRESAS DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, DIAMANTES DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE, FUERTEMENTE FIJADOS EN EL LECHO DE NÍQUEL, DE DESPRENDIMIENTO RETARDADO, DURACIÓN EXTENDIDA. ALTA EFICIENCIA DE DESGASTE, GARANTÍA DE CALIDAD SEGÚN ISO. GALVANIZADO, DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO: Fresa de 19mm de largo de forma flama en punta grano desde grueso hasta extrafino con diámetro mayor desde 1.0mm hasta 1.8mm.**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
24	**FRESA DIAMANTE OPERATORIA DENTAL PERA LARGA PUNTA REDONDA**	**FRESAS DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, DIAMANTES DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE, FUERTEMENTE FIJADOS EN EL LECHO DE NÍQUEL, DE DESPRENDIMIENTO RETARDADO, DURACIÓN EXTENDIDA. ALTA EFICIENCIA DE DESGASTE, GARANTÍA DE CALIDAD SEGÚN ISO. GALVANIZADO, DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO: Fresa de 19mm de largo de forma de pera larga punta redondeada desde grano grueso hasta grano extrafino desde 0.5 a 1.6 mm de diámetro mayor**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
25	**FRESA DIAMANTE OPERATORIA DENTAL PUNTO DE CONTACTO**	**FRESAS DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, DIAMANTES DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE, FUERTEMENTE FIJADOS EN EL LECHO DE NÍQUEL, DE DESPRENDIMIENTO RETARDADO, DURACIÓN EXTENDIDA. ALTA EFICIENCIA DE DESGASTE, GARANTÍA DE CALIDAD SEGÚN ISO. GALVANIZADO, DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO: Fresa de 19mm de largo de forma cónica puntiaguda delgada desde grano extrafino hasta grano medio desde 0.5mm hasta 1 mm de diámetro mayor**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
26	**FRESA DIAMANTE OPERATORIA DENTAL CONICA PUNTA REDONDA**	**FRESAS DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, DIAMANTES DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE, FUERTEMENTE FIJADOS EN EL LECHO DE NÍQUEL, DE DESPRENDIMIENTO RETARDADO, DURACIÓN EXTENDIDA. ALTA EFICIENCIA DE DESGASTE, GARANTÍA DE CALIDAD SEGÚN ISO. GALVANIZADO, DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO: Fresa de 19mm de largo de forma cónica larga punta redondeada desde grano grueso hasta grano extrafino de 1.0 mm a 1.8mm de diámetro mayor**	**UNIDAD**	**1**	**UN**

27	**FRESA PARA PULIR RESINA LLAMA**	**FRESAS DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, DIAMANTES DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE, FUERTEMENTE FIJADOS EN EL LECHO DE NÍQUEL, DE DESPRENDIMIENTO RETARDADO, DURACIÓN EXTENDIDA. ALTA EFICIENCIA DE DESGASTE, GARANTÍA DE CALIDAD SEGÚN ISO. GALVANIZADO, DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO: Fresa de 19mm de largo de forma llama en punta grano extrafino desde 0.20 mm hasta 1.8 mm de diámetro mayor**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
28	**FRESA PARA PULIR RESINA CONICA PUNTA REDONDA**	**FRESAS DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, DIAMANTES DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE, FUERTEMENTE FIJADOS EN EL LECHO DE NÍQUEL, DE DESPRENDIMIENTO RETARDADO, DURACIÓN EXTENDIDA. ALTA EFICIENCIA DE DESGASTE, GARANTÍA DE CALIDAD SEGÚN ISO. GALVANIZADO, DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO. Fresa de 19mm de largo de forma llama en punta grano extrafino desde 0.20 mm hasta 1.8 mm de diámetro mayor**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
29	**FRESA TRANSMETALICAS**	**FRESA PARA PIEZA DE ALTA VELOCIDAD, CÓNICA DENTADO ESPECIAL BORDE REDONDEADO PARA CORTE DE METALES. Cónica punta redondeada**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
30	**FRESAS PIMPOLLO TUNGSTENO**	**FRESA EN TUNGSTENO TALLO LARGO PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD, LA PARTE ACTIVA VIENE CON DENTADO SIMPLE O CRUZADO, INDICADA PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS EN APARATOLOGÍA Y PRÓTESIS ACRÍLICAS, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. EN FORMA DE PERA Y CONICA.**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
31	**FRESA 169L PARA TALLA INTERPROXIMAL**	**FRESA DE CARBURO (EN HOJAS) PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, INDICADA PARA LA PREPARACIÓN DENTAL PARA COLOCACIÓN DE CORONAS DE ACERO, RESISTENTE A LA CORROSIÓN.**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
32	**FRESA 170L PARA TALLA INTERPROXIMAL**	**FRESA DE CARBURO (EN HOJAS) PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, INDICADA PARA LA PREPARACIÓN DENTAL PARA COLOCACIÓN DE CORONAS DE ACERO, RESISTENTE A LA CORROSIÓN.**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
33	**TIRA DE LIJADO METALICA**	**TIRAS METÁLICAS ABRASIVAS DELGADAS, FLEXIBLES, PARA PULIDOS ÍNTER PROXIMALES DISPONIBLE EN GRANO FINO Y EXTRAFINO DE 4MM DE ANCHO.**	**SOBRE X 12 UNIDADES**	**1**	**UN**
34	**LIJAS DE PAPEL ABRASIVAS DE PULIR RESINA**	**TIRA DELGADA Y FLEXIBLE DE POLYESTER DE ALTA RESISTENCIA, CAPACIDAD DE EFECTUAR EXCELENTE ACABAMIENTO PROPORCIONANDO SUPERFICIE LISA Y BRILLANTE DE LAS RESTAURA CIONES EN RESINA COMPUESTA. ADECUADAS**	**CAJA X 100 UNIDADES**	**1**	**UN**

		TAMBIEN A LOS TRABAJOS DE ACABADO Y PULIDO DE LAS SUPERFICIES INTERPROXIMALES.			
35	**PIEDRA MONTADA VERDE**	**PIEDRAS MONTADAS PARA MICROMOTOR EN DIFERENTES FORMAS**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
36	**PIEDRA MONTADA ROSADA**	**PIEDRAS MONTADAS PARA MICROMOTOR EN DIFERENTES FORMAS**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
37	**PIEDRA MONTADA BLANCA**	**PIEDRAS MONTADAS PARA MICROMOTOR EN DIFERENTES FORMAS**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
38	**PIEDRAS PULIR RESINA**	**PIEDRAS BLANCAS ARKANSAS PARA PULIR RESINAS EN DIFERENTES FORMAS CILÍNDRICA LLAMA PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
39	**CEMENTO PARA PROVISIONALES**	**CEMENTO TEMPORAL SIN EUGENOL QUE NO INHIBE LA POLIMERIZACION DEL ACRILICO, DE FACIL REMOSION**	**BASE X 30 A 56 GRS/CATALIZADOR X 13ML A 20 ML o 13 GR A 20GR**	**1**	**UN**
40	**TIRAS DE MYLAR**	**PELÍCULA DE POLICARBONATO COLOR TRANSPARENTE. NO TÓXICO. USO EN PROCEDIMIENTOS DENTALES DONDE SE REQUIERA LA FORMACIÓN DE MATRICES.**	**SOBRE X 50 ó CAJA X 50**	**1**	**UN**
41	**VASOS DAPEN**	**RECIPIENTE DE VIDRIO DE BORDES ROMOS, PARA CONTENER DIVERSOS MATERIALES ABRASIVOS.**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
42	**YESO PIEDRA TIPO III**	**SULFATO DE CALCIO SEMIHIDRATADO, FRAGUADO RÁPIDO ACUERDO NORMA ADA (NO. 25).**	**BOLSA X 1 LB**	**1**	**UN**
43	**YESO TIPO IV EXTRADURO**	**SULFATO DE CALCIO SEMIHIDRATADO, ALTA REPRODUCCIÓN, YESO DENTAL DE ALTA RESISTENCIA, MÍNIMA EXPANSIÓN DE FRAGUADO.**	**BOLSA X 1LB**	**1**	**UN**
44	**FOSFATO DE ZINC POLVO LIQUIDO**	**CEMENTO DE FOSFATO DE ZINC TIPO 1 INDICADO PARA LA CEMENTACIÓN FINAL DE RESTAURACIONES TERMINADAS ASÍ COMO PARA BASE Y OBTURACIÓN TEMPORAL**	**FRASCO LIQUIDO X 15 CC + POLVO X 32 GRAMOS**	**1**	**UN**
45	**ACRILICO AUTOCURADO POLIMERO POLVO COLOR TRANSPARENTE**	**POLÍMERO EN COLORES VITA, INDICADA PARA REPARAR Y ELABORAR DIENTES TEMPORALES, CORONAS Y PUENTES PROVISIONALES.**	**FRASCO X 60 GRS**	**1**	**UN**
46	**ACRILICO AUTOCURADO POLIMERO POLVO COLOR A3**	**POLÍMERO EN COLORES VITA, INDICADA PARA REPARAR Y ELABORAR DIENTES TEMPORALES, CORONAS Y PUENTES PROVISIONALES.**	**FRASCO X 60 GRS**	**1**	**UN**
47	**ACRILICO AUTOCURADO POLIMERO POLVO COLOR A2**	**POLÍMERO EN COLORES VITA, INDICADA PARA REPARAR Y ELABORAR DIENTES TEMPORALES, CORONAS Y PUENTES PROVISIONALES.**	**FRASCO X 60 GRS**	**1**	**UN**
48	**HIDROXIDO DE CALCIO EN JERINGA**	**PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO AL 35% BLANCA, DE TEXTURA CREMOSA, EFECTO ANTIBACTERIANO. Ph DE 12,5, INOLORA, LIBRE DE GRUMOS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, RADIOPACA. ESTIMULA**	**JERINGA X 1.2 ML A 2.0ML o 1.2GR a 2.0GR.**	**1**	**UN**

		FORMACIÓN DE DENTINA SECUNDARIA			
49	**BARNIZ DE FLUOR**	**BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5% NO ACIDULADO, CON TRIFOSFATO DE CALCIO (LIBERA FLÚOR, FOSFATO CALCIO); CONTIENE XILITOL. PROPIEDAD DE MIGRAR A LA SUPERFICIE DENTAL, INCLUYENDO ESPACIOS DIFICILES DE ALCANZAR. REMINERALIZA EL ESMALTE DE LOS DIENTES. ES TOLERANTE A LA HUMEDAD Y A LA SALIVA Y SE ACTIVA CON ESTA.**	**UNIDAD MONODOSIS**	**1**	**UN**
50	**BARNIZ DE FLUOR**	**BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO A BASE DE AGUA AL 2,1% CON PH NEUTRO, FOSFATO DE CALCIO MONODOSIS 0,5 ML TRANSPARENTE RESULTADOS EN 15 MINUTOS.**	**UNIDAD MONODOSIS**	**1**	**UN**
51	**FLUOR EN BARNIZ**	**BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5% QUE CONTIENE 22.600 PPM DE FLÚOR EN UNA BASE DE RESINA, USO PARA OBTURACION DE TUBULOS DENTINALES,TRATAMIENTO DE LA HIPERSENSIBILIDAD DENTINAL (1 ML CONTIENE 50 MG DE FLUORURO DE SODIO+ OTROS INGREDIENTES: COLOFONIA, ALCOHOL, GOMA LACA, MÁSTICA, SACARINA, AROMA, CERA BLANCA DE ABEJA), FACIL DE APLICAR SE ADHIERE FACIL EN PRESENCIA DE SALIVA.**	**TUBO X 10 ml**	**1**	**UN**
52	**DISCOS PULIDORES DE RESINA**	**GRANO SURTIDOS (GRUESTO, MEDIO, FINO EXTRA FINO) PARA TERMINAR, PULIR Y BRILLAR RESINAS IMPREGANDOS CON ÓXIDO DE ALUMINIO,PAPEL , Y REFUERZO DE URETANO CURADO.**	**CAJA X 120**	**1**	**UN**
53	**COPAS DE CAUCHO MANGO METALICO**	**COPAS DE CAUCHO MANGO METALICO**	**CAJA X 100 a 144 unidades**	**1**	**UN**
54	**HILO RETRACTOR**	**FABRICADO CON ALGODÓN AL 100% Y TEJIDO CON MILES DE LAZOS DIMINUTOS FORMANDO LARGAS CADENAS ENTRELAZADAS. EXTREMOS DEL HILO QUE NO SE DESHILACHAN; LOS HILOS SON FÁCILES DE EMPACAR Y PERMANECEN EN EL SITIO DESEADO MUCHO MEJOR QUE EL HILO RETORCIDO O TRENZADO; EL TEJIDO DISEÑADO CONFIERE AL HILO UNA PARTICULAR CAPACIDAD DE ABSORCIÓN; SU MATERIAL ESPECIAL EJERCE UNA PRESIÓN ELÁSTICA SOBRE LA CRESTA GINGIVAL, SE COMPRIME AL SER EMPACADO Y POSTERIORMENTE SE EXPANDE PARA UNA RETRACCIÓN ÓPTIMA DE LOS TEJIDOS EN 1-3 MINUTOS. NO SE ENREDA EN LAS FRESAS DE DIAMANTE. LA REGLA IMPRESA EN LA ETIQUETA PERMITE MEDIR EL HILO CON FACILIDAD**	**FRASCO X 244cm**	**1**	**UN**

55	PAPEL DE ARTICULAR	PAPEL PARA REGISTRO DE CONTACTOS INTEROCLUSALES, DE DOS COLORES (ROJO, AZUL).	CAJA X 10 a 15 CUADERNILLOS	1	UN
56	PAPEL DE ARTICULAR	Papel para registro de contactos interoclusales, grosor entre 20 y 22 micras, ultra fino de alta deformación plástica, capacidad para no distorsionar la mordida, fabricado en película plástica, doble cara en color negro y rojo	CAJA X 280 tiras precortadas sueltas ó CAJA POR 5 CUADERNILLOS DE 50 TIRAS	1	UN

GRUPO N°2 ENDODONCIA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	AGUA OXIGENADA	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO AL 30%, FRASCO PLÁSTICO, USO ODONTOLÓGICO	FCO X 10 ML	1	UN
2	AGUJA PARA IRRIGAR CONDUCTOS RADICULARES	PUNTA MUY FINA, TOTALMENTE DE PLÁSTICO, DE 25 MM DE LONGITUD CON DIAMETRO DE Ø 0,35 MM - 0,48MM, PARA LA IRRIGACIÓN, LA APLICACIÓN, LA ASPIRACIÓN Y REBAJADO CON AIRE COMPRIMIDO.	CAJA X 20 o 50 UNDS	1	UN
3	CEMENTO DE OBTURACION TEMPORAL SIN EUGENOL	MATERIAL DE OBTURACIÓN POR ENDURECIMIENTO QUÍMICO, RADIO-OPACO, DE COLOR SIMILAR AL DIENTE, PARA OBTURACIÓN PROVISIONAL DE CAVIDADES DENTALES. COMPOSICIÓN: OXIDO DE ZINC, SULFATO DE ZINC-HIDRATO, SULFATO DE CALCIO-HEMIHIDRATO, TIERRA DE DIATOMEAS, RESINA EVA,FLUORURO, LIBRE DE EUGENOL.	FRASCO POR 38 GRS	1	UN
4	CEMENTO PARA OBTURACION DE CONDUCTOS RADICULAR	PRESENTACIÓN EN DOS TUBOS (BASE CATALIZADOR). A BASE DE RESINA EPOXICA, SELLADOR DE CONDUCTOS RADICULARES.	KIT DE 4 ML (BASE) , 4ML CATALIZADOR)	1	UN
5	SPRAY REFRIGERANTE	SPRAY REFRIGERANTE CON EXTENSIÓN PARA DIRECCIONAR, NO CFCS, MENOS DE 50°C. PARA PRUEBAS DE VITALIDAD PULPAR.	FRASCO SPRAY X 200 ML	1	UN
6	CONOS GUTAPERCHA 1A SERIE	ESTANDARIZADOS SEGÚN ISO 6877 Y SEGÚN COLOR DE LA LIMA CORRESPONDIENTE, BIOCOMPATIBLES, RADIOPACOS, FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACIÓN. UTILIZADOS PARA OBTURACIÓN DE CANALES RADICULARES A BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINC Y COLORANTE ORGÁNICO (TODO	CAJA X 6 TUBOS / COMPARTIMENTOS ó CAJA X 120 UNIDADES	1	UN

		EL CONO DEL COLOR DE LA LIMA LIMA O PINTADOS EN EXTREMOS), CALIBRADOS EN CONICIDAD .02-.06			
7	**CONOS GUTAPERCHA NO. 20**	**ESTANDARIZADOS SEGÚN ISO 6877 Y SEGÚN COLOR DE LA LIMA CORRESPONDIENTE, BIOCOMPATIBLES, RADIOPACOS, FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACIÓN. UTILIZADOS PARA OBTURACIÓN DE CANALES RADICULARES A BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINC Y COLORANTE ORGÁNICO (TODO EL CONO DEL COLOR DE LA LIMA LIMA O PINTADOS EN EXTREMOS), CALIBRADOS EN CONICIDAD .02-.06**	**CAJA X 6 TUBOS / COMPARTIMENTOS ó CAJA X 120 UNIDADES**	**1**	**UN**
8	**CONOS GUTAPERCHA NO. 25**	**ESTANDARIZADOS SEGÚN ISO 6877 Y SEGÚN COLOR DE LA LIMA CORRESPONDIENTE, BIOCOMPATIBLES, RADIOPACOS, FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACIÓN. UTILIZADOS PARA OBTURACIÓN DE CANALES RADICULARES A BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINC Y COLORANTE ORGÁNICO (TODO EL CONO DEL COLOR DE LA LIMA LIMA O PINTADOS EN EXTREMOS), CALIBRADOS EN CONICIDAD .02-.06**	**CAJA X 6 TUBOS / COMPARTIMENTOS ó CAJA X 120 UNIDADES**	**1**	**UN**
9	**CONOS GUTAPERCHA 2A SERIE**	**ESTANDARIZADOS SEGÚN ISO 6877 Y SEGÚN COLOR DE LA LIMA CORRESPONDIENTE, BIOCOMPATIBLES, RADIOPACOS, FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACIÓN. UTILIZADOS PARA OBTURACIÓN DE CANALES RADICULARES A BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINC Y COLORANTE ORGÁNICO (TODO EL CONO DEL COLOR DE LA LIMA LIMA O PINTADOS EN EXTREMOS), CALIBRADOS EN CONICIDAD .02-.06**	**CAJA X 6 TUBOS / COMPARTIMENTOS ó CAJA X 120 UNIDADES**	**1**	**UN**
10	**CONOS GUTAPERCHA 30**	**ESTANDARIZADOS SEGÚN ISO 6877 Y SEGÚN COLOR DE LA LIMA CORRESPONDIENTE, BIOCOMPATIBLES, RADIOPACOS, FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACIÓN. UTILIZADOS PARA OBTURACIÓN DE CANALES RADICULARES A BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINC Y COLORANTE ORGÁNICO (TODO EL CONO DEL COLOR DE LA LIMA LIMA O PINTADOS EN EXTREMOS), CALIBRADOS EN CONICIDAD .02-.06**	**CAJA X 6 TUBOS / COMPARTIMENTOS ó CAJA X 120 UNIDADES**	**1**	**UN**
11	**CONOS GUTAPERCHA 35**	**ESTANDARIZADOS SEGÚN ISO 6877 Y SEGÚN COLOR DE LA LIMA CORRESPONDIENTE, BIOCOMPATIBLES, RADIOPACOS, FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACIÓN. UTILIZADOS**	**CAJA X 6 TUBOS / COMPARTIMENTOS ó CAJA X 120 UNIDADES**	**1**	**UN**

		PARA OBTURACIÓN DE CANALES RADICULARES A BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINC Y COLORANTE ORGÁNICO (TODO EL CONO DEL COLOR DE LA LIMA LIMA O PINTADOS EN EXTREMOS), CALIBRADOS EN CONICIDAD .02-.06			
12	**CONOS GUTAPERCHA 40**	**ESTANDARIZADOS SEGÚN ISO 6877 Y SEGÚN COLOR DE LA LIMA CORRESPONDIENTE, BIOCOMPATIBLES, RADIOPACOS, FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACIÓN. UTILIZADOS PARA OBTURACIÓN DE CANALES RADICULARES A BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINC Y COLORANTE ORGÁNICO (TODO EL CONO DEL COLOR DE LA LIMA LIMA O PINTADOS EN EXTREMOS), CALIBRADOS EN CONICIDAD .02-.06**	**CAJA X 6 TUBOS / COMPARTIMENTOS ó CAJA X 120 UNIDADES**	**1**	**UN**
13	**CONOS GUTAPERCHA 45**	**ESTANDARIZADOS SEGÚN ISO 6877 Y SEGÚN COLOR DE LA LIMA CORRESPONDIENTE, BIOCOMPATIBLES, RADIOPACOS, FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACIÓN. UTILIZADOS PARA OBTURACIÓN DE CANALES RADICULARES A BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINC Y COLORANTE ORGÁNICO (TODO EL CONO DEL COLOR DE LA LIMA LIMA O PINTADOS EN EXTREMOS), CALIBRADOS EN CONICIDAD .02-.06**	**CAJA X 6 TUBOS / COMPARTIMENTOS ó CAJA X 120 UNIDADES**	**1**	**UN**
14	**CONOS GUTAPERCHA NO. 15**	**ESTANDARIZADOS SEGÚN ISO 6877 Y SEGÚN COLOR DE LA LIMA CORRESPONDIENTE, BIOCOMPATIBLES, RADIOPACOS, FLEXIBLES CON UN GRADO DE RIGIDEZ QUE NO PERMITA DEFORMACIÓN. UTILIZADOS PARA OBTURACIÓN DE CANALES RADICULARES A BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINC Y COLORANTE ORGÁNICO (TODO EL CONO DEL COLOR DE LA LIMA LIMA O PINTADOS EN EXTREMOS), CALIBRADOS EN CONICIDAD .02-.06**	**CAJA X 6 TUBOS / COMPARTIMENTOS ó CAJA X 120 UNIDADES**	**1**	**UN**
15	**CONOS PAPEL 1A SERIE**	**ESTANDARIZADOS EN FORMA Y COLOR SEGÚN LIMAS, EMPAQUE RÍGIDO QUE NO PERMITA CONTAMINACIÓN DEL CONTENIDO.**	**CAJA 200 UNDS**	**1**	**UN**
16	**CONOS PAPEL 2A SERIE**	**ESTANDARIZADOS EN FORMA Y COLOR SEGÚN LIMAS, EMPAQUE RÍGIDO QUE NO PERMITA CONTAMINACIÓN DEL CONTENIDO.**	**CAJA 200 UNDS**	**1**	**UN**
17	**EDTA + PERÓXIDO DE UREA**	**10 % DE UREA, 15% ÁCIDO TETRA ACÉTICO DE ETILENDIAMINO (EDTA).**	**JERINGA X 3 A 9 GRS APROX**	**1**	**UN**
18	**ESPACIADORES MANUALES A25**	**Espaciador manual para conductos radiculares, fabricado en acero inoxidable de grado médico o quirúrgico de alta resistencia, con acabado de superficie pulida, punta cónica/cilíndrica delgada para condensación lateral, mango metálico o ergonómico que**	**UNIDAD**	**1**	**UN**

		garantice sujeción digital estable, apto para procesos de esterilización en autoclave.			
19	**GLUTARALDEHIDO MOMIFICANTE AL 2%**	**MOMIFICANTEPULPAR, ANTISÉPTICO, DESINFECTANTE Y HEMOSTÁTICO.**	**FRASCO X 7 ML**	**1**	**UN**
20	**GRAPAS MOLARES PARCIALMENTE ERUPCIONADOS NO. 14A**	**GRAPA PARA AISALMIENTO ABSOLUTO CON TELA DE CAUCHO, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRURGICO DE ALTA RESISTENCIA, MEMORIA ELASTICA CON RECUPERACION DE SU FORMAW ORIGINAL DESPUES DE LA APERTURA Y COLOCACION. SUPERFICIE LISA, LIBRE DE POROSIDADES. BORDES ANATOMICOS Y PUNTAS DE FIJACION PULIDAS CON ADECUADA RETENCION CERVICAL. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. PARA DIENTES TEMPORALES Y PERMANENTES.**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
21	**GRAPAS No. 00**	**GRAPA PARA AISALMIENTO ABSOLUTO CON TELA DE CAUCHO, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRURGICO DE ALTA RESISTENCIA, MEMORIA ELASTICA CON RECUPERACION DE SU FORMAW ORIGINAL DESPUES DE LA APERTURA Y COLOCACION. SUPERFICIE LISA, LIBRE DE POROSIDADES. BORDES ANATOMICOS Y PUNTAS DE FIJACION PULIDAS CON ADECUADA RETENCION CERVICAL. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. PARA DIENTES TEMPORALES Y PERMANENTES.**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
22	**GRAPAS No.8**	**GRAPA PARA AISALMIENTO ABSOLUTO CON TELA DE CAUCHO, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRURGICO DE ALTA RESISTENCIA, MEMORIA ELASTICA CON RECUPERACION DE SU FORMAW ORIGINAL DESPUES DE LA APERTURA Y COLOCACION. SUPERFICIE LISA, LIBRE DE POROSIDADES. BORDES ANATOMICOS Y PUNTAS DE FIJACION PULIDAS CON ADECUADA RETENCION CERVICAL. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. PARA DIENTES TEMPORALES Y PERMANENTES.**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
23	**GRAPAS No.9**	**GRAPA PARA AISALMIENTO ABSOLUTO CON TELA DE CAUCHO, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE GRADO QUIRURGICO DE ALTA RESISTENCIA, MEMORIA ELASTICA CON RECUPERACION DE SU FORMAW ORIGINAL DESPUES DE LA APERTURA Y COLOCACION. SUPERFICIE LISA, LIBRE DE POROSIDADES. BORDES ANATOMICOS Y PUNTAS DE FIJACION PULIDAS CON ADECUADA RETENCION CERVICAL. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. PARA DIENTES TEMPORALES Y PERMANENTES.**	**UNIDAD**	**1**	**UN**

24	**HIDRÓXIDO DE CALCIO**	**HIDRÓXIDO DE CALCIO PURO EN POLVO BLANCO FINO , INOLORO,LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS.**	**FCO X 10 GRS**	**1**	**UN**
25	**HIDROXIDO DE CALCIO PASTA ACIDO RESISTENTE**	**HIDROXIDO DE CALCIO E HIDROAPATITA DE CALCIO. MATERIAL BIOACTIVO DE RECUBRIMEINTO PULPAR DIRECTO E INDIRECTO, LINER O BASE. PROMUEVE LA FORMACIÓN DE DENTINA REPARATIVA. RADIOPACO, FOTOACTIVO. APLICACIÓN CONTROLADA Y PRECISA, SIN NECESIDAD DE MEZCLA. ÁCIDO RESISTENTE, NO SE DISUELVE CON EL TIEMPO.**	**JERINGA X 1,64 GRS**	**1**	**UN**
26	**LIMAS DE 1A SERIE X 25 MMFLEXOFILE**	**LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE PRE ESTERILIZADAS DE FABRICA DIN 1.4310, ELECTRO-PULIDO, PERTENECIENTE A LA CLASIFICACIÓN AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NÍQUEL, APROX.). SERIE ISO CONTENIDO: BLISTER CON 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA, PUEDEN SER INDIVIDUALES O SURTIDO.**	**BLISTER X 6 UNIDADES**	**1**	**UN**
27	**LIMAS DE 1A SERIE X 31 MM FLEXOFILE**	**LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE PRE ESTERILIZADAS DE FABRICA DIN 1.4310, ELECTRO-PULIDO, PERTENECIENTE A LA CLASIFICACIÓN AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NÍQUEL, APROX.). SERIE ISO CONTENIDO: BLISTER CON 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA, PUEDEN SER INDIVIDUALES O SURTIDO.**	**BLISTER X 6 UNIDADES**	**1**	**UN**
28	**LIMAS DE 2A SERIE X 25 MM FLEXOFILE**	**LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE PRE ESTERILIZADAS DE FABRICA DIN 1.4310, ELECTRO-PULIDO, PERTENECIENTE A LA CLASIFICACIÓN AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NÍQUEL, APROX.). SERIE ISO CONTENIDO: BLISTER CON 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA, PUEDEN SER INDIVIDUALES O SURTIDO.**	**BLISTER X 6 UNIDADES**	**1**	**UN**
29	**LIMAS NO. 15 X 21MM TIPO FLEXOFILE**	**LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE PRE ESTERILIZADAS DE FABRICA DIN 1.4310, ELECTRO-PULIDO, PERTENECIENTE A LA CLASIFICACIÓN AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NÍQUEL, APROX.). SERIE ISO CONTENIDO: BLISTER CON 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA, PUEDEN SER INDIVIDUALES O SURTIDO.**	**BLISTER X 6 UNIDADES**	**1**	**UN**
30	**LIMAS NO. 15 X 25 MM TIPO FLEXOFILE**	**LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE PRE ESTERILIZADAS DE FABRICA DIN 1.4310, ELECTRO-PULIDO, PERTENECIENTE A LA CLASIFICACIÓN AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NÍQUEL, APROX.). SERIE ISO CONTENIDO: BLISTER CON 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA, PUEDEN SER INDIVIDUALES O SURTIDO.**	**BLISTER X 6 UNIDADES**	**1**	**UN**

31	**LIMAS NO. 20 X 21 MM TIPO FLEXOFILE**	**LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE PRE ESTERILIZADAS DE FABRICA DIN 1.4310, ELECTRO-PULIDO, PERTENECIENTE A LA CLASIFICACIÓN AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NÍQUEL, APROX.). SERIE ISO CONTENIDO: BLISTER CON 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA, PUEDEN SER INDIVIDUALES O SURTIDO.**	**BLISTER X 6 UNIDADES**	**1**	**UN**
32	**LIMAS NO. 20 X 25 MM TIPO FLEXOFILE**	**LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE PRE ESTERILIZADAS DE FABRICA DIN 1.4310, ELECTRO-PULIDO, PERTENECIENTE A LA CLASIFICACIÓN AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NÍQUEL, APROX.). SERIE ISO CONTENIDO: BLISTER CON 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA, PUEDEN SER INDIVIDUALES O SURTIDO.**	**BLISTER X 6 UNIDADES**	**1**	**UN**
33	**LIMAS NO. 25 X 25 MM TIPO FLEXOFILE**	**LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE PRE ESTERILIZADAS DE FABRICA DIN 1.4310, ELECTRO-PULIDO, PERTENECIENTE A LA CLASIFICACIÓN AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NÍQUEL, APROX.). SERIE ISO CONTENIDO: BLISTER CON 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA, PUEDEN SER INDIVIDUALES O SURTIDO.**	**BLISTER X 6 UNIDADES**	**1**	**UN**
34	**LIMAS NO. 30 X 25 MM TIPO FLEXOFILE**	**LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE PRE ESTERILIZADAS DE FABRICA DIN 1.4310, ELECTRO-PULIDO, PERTENECIENTE A LA CLASIFICACIÓN AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NÍQUEL, APROX.). SERIE ISO CONTENIDO: BLISTER CON 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA, PUEDEN SER INDIVIDUALES O SURTIDO.**	**BLISTER X 6 UNIDADES**	**1**	**UN**
35	**LIMAS NO. 35 X 25 MM TIPO FLEXOFILE**	**LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE PRE ESTERILIZADAS DE FABRICA DIN 1.4310, ELECTRO-PULIDO, PERTENECIENTE A LA CLASIFICACIÓN AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NÍQUEL, APROX.). SERIE ISO CONTENIDO: BLISTER CON 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA, PUEDEN SER INDIVIDUALES O SURTIDO.**	**BLISTER X 6 UNIDADES**	**1**	**UN**
36	**LIMAS NO. 40 X 25 MM TIPO FLEXOFILE**	**LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE PRE ESTERILIZADAS DE FABRICA DIN 1.4310, ELECTRO-PULIDO, PERTENECIENTE A LA CLASIFICACIÓN AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NÍQUEL, APROX.). SERIE ISO CONTENIDO: BLISTER CON 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA, PUEDEN SER INDIVIDUALES O SURTIDO.**	**BLISTER X 6 UNIDADES**	**1**	**UN**
37	**LIMAS PRESERIE NO.10 X 25 MM**	**LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE PRE ESTERILIZADAS DE FABRICA DIN 1.4310, ELECTRO-PULIDO, PERTENECIENTE A LA CLASIFICACIÓN AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NÍQUEL, APROX.). SERIE ISO CONTENIDO: BLISTER CON 6 LIMAS CON**	**BLISTER X 6 UNIDADES**	**1**	**UN**

		TOPES DE SILICONA, PUEDEN SER INDIVIDUALES O SURTIDO.			
38	**LIMAS PRESERIE NO.10 X 31 MM**	**LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE PRE ESTERILIZADAS DE FABRICA DIN 1.4310, ELECTRO-PULIDO, PERTENECIENTE A LA CLASIFICACIÓN AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NÍQUEL, APROX.). SERIE ISO CONTENIDO: BLISTER CON 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA, PUEDEN SER INDIVIDUALES O SURTIDO.**	**BLISTER X 6 UNIDADES**	**1**	**UN**
39	**LIMAS PRESERIE NO. 6 X 25 MM**	**LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE PRE ESTERILIZADAS DE FABRICA DIN 1.4310, ELECTRO-PULIDO, PERTENECIENTE A LA CLASIFICACIÓN AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NÍQUEL, APROX.). SERIE ISO CONTENIDO: BLISTER CON 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA, PUEDEN SER INDIVIDUALES O SURTIDO.**	**BLISTER X 6 UNIDADES**	**1**	**UN**
40	**LIMAS PRESERIE NO. 8 X 25 MM**	**LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE PRE ESTERILIZADAS DE FABRICA DIN 1.4310, ELECTRO-PULIDO, PERTENECIENTE A LA CLASIFICACIÓN AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NÍQUEL, APROX.). SERIE ISO CONTENIDO: BLISTER CON 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA, PUEDEN SER INDIVIDUALES O SURTIDO.**	**BLISTER X 6 UNIDADES**	**1**	**UN**
41	**LIMAS PRESERIE NO. 8 X 31 MM**	**LIMA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE PRE ESTERILIZADAS DE FABRICA DIN 1.4310, ELECTRO-PULIDO, PERTENECIENTE A LA CLASIFICACIÓN AISI 302 (CON 17% DE CROMO Y 8% DE NÍQUEL, APROX.). SERIE ISO CONTENIDO: BLISTER CON 6 LIMAS CON TOPES DE SILICONA, PUEDEN SER INDIVIDUALES O SURTIDO.**	**BLISTER X 6 UNIDADES**	**1**	**UN**
42	**LIMAS ROTATORIAS NIQUEL TITANIO EN 31 MM**	**USO: INSTRUMENTACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES, LIMA ÚNICA CON MOVIMIENTO RECIPROCANTE. LIMAS DE SECCION EN FORMA DE PARALELOGRAMO ALTERNANDO UNO O DOS PUNTOS DE CORTE EN TODA SU PARTE ACTIVA, CO CANTIDADES VARIABLES Y ANGULO HELICOIDAL CONSTANTE.**	**BLISTER SURTIDO POR CUATRO LIMAS SMALL. PRIMARY, MÉDIUM, LARGE.**	**1**	**UN**
43	**LIMAS ROTATORIAS NIQUEL TITANIO EN 25 MM**	**USO: INSTRUMENTACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES, LIMA ÚNICA CON MOVIMIENTO RECIPROCANTE. LIMAS DE SECCION EN FORMA DE PARALELOGRAMO ALTERNANDO UNO O DOS PUNTOS DE CORTE EN TODA SU PARTE ACTIVA, CO CANTIDADES VARIABLES Y ANGULO HELICOIDAL CONSTANTE.**	**BLISTER SURTIDO POR CUATRO LIMAS SMALL. PRIMARY, MÉDIUM, LARGE.**	**1**	**UN**

44	**LIMA ROTATORIA NIQUEL TITANIO DE 25 MM**	**USO: INSTRUMENTACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES, LIMA ÚNICA CON MOVIMIENTO RECIPROCANTE. LIMAS DE SECCION EN FORMA DE PARALELOGRAMO ALTERNANDO UNO O DOS PUNTOS DE CORTE EN TODA SU PARTE ACTIVA, CO CANTIDADES VARIABLES Y ANGULO HELICOIDAL CONSTANTE.**	**BLISTER PORTRES LIMAS SMALL**	**1**	**UN**
45	**LIMA ROTATORIA NIQUEL TITANIO DE 25 MM**	**USO: INSTRUMENTACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES, LIMA ÚNICA CON MOVIMIENTO RECIPROCANTE. LIMAS DE SECCION EN FORMA DE PARALELOGRAMO ALTERNANDO UNO O DOS PUNTOS DE CORTE EN TODA SU PARTE ACTIVA, CO CANTIDADES VARIABLES Y ANGULO HELICOIDAL CONSTANTE.**	**BLISTER PORTRES LIMAS PRIMARI**	**1**	**UN**
46	**OXIDO DE ZINC**	**CEMENTO TEMPORAL RADIOPACO - POLVO UTILIZADO PARA LA PREPARACIÓN DEL EUGENOLATO CUANDO SE COMBINA CON EL EUGENOL. POLVO MUY FINO, IMPALPABLE, DE COLOR BLANCO O LIGERAMENTE AMARILLO, INODORO. LIBRE DE GRÁNULOS Y DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS. INGREDIENTE ACTIVO ÓXIDO DE ZINC.**	**FRASCO X 175 GRS**	**1**	**UN**
47	**PERÓXIDO DE HIDROGENO AL 35%**	**USO ENDODONTICO PARA BLANQUEAMIENTO DE DIENTES NO VITALES. ESTABILIDAD DE 3 A 5 DÍAS DENTRO DE CÁMARA PULPAR**	**JERINGA X 1,2 ML A 2,0 ML**	**1**	**UN**
48	**TIRA NERVIOS SURTIDOS**	**INSTRUMENTOS FILETEADOS, FABRICADOS DE ACERO INOXIDABLE, MODELO DIN 1.4197, CON 13% DE CROMO, INDICADOS PARA LA REMOCIÓN DEL TEJIDO PULPAR. SE PRESENTA EN BLISTERS CONTENIENDO 10 UNIDADES SURTIDAS EN TAMAÑOS XXXXF (UNA UNIDAD), XXXF (UNA UNIDAD), XXF (DOS UNIDADES), XF (DOS UNIDADES), F (DOS UNIDADES), M (UNA UNIDAD), C (UNA UNIDAD) TENIENDO 21 MM DE LARGO**	**BLISTER X 10 UND**	**1**	**UN**
49	**XYLOL**	**DISOLVENTE DE GUTAPERCHA Y TEJIDO, FRASCO OSCURO DE VIDRIO**	**FRASCO 15 A 20 ML**	**1**	**UN**
50	**ESPACIADOR MANUAL PARA CONDUCTOS N°30**	**INSTRUMENTO EN ACERO INOXIDABLE AUTOCLAVABLE PARA ESPACIAR GUTAPERCHA, PARTE ACTIVA DE 25 A 30MM.**	**UNIDAD**	**1**	**UN**

51	**CONOS DE GUTAPERCHA**	**CONOS DE GUTAPERCHA DE CONICIDAD VARIABLE ,COLOR DEL MISMO TAMAÑO DE LAS LIMAS, QUE ENCAJEN DE FORMA PREDECIBLE EN LOS CONDUCTOS PREPARADOS CON WAVE ONE GOLD.**	**CAJA POR 60 UNIDADES COMOS DE GUTAPERCHA SMALL**	**1**	**UN**
52	**CONOS DE GUTAPERCHA**	**CONOS DE GUTAPERCHA DE CONICIDAD VARIABLE ,COLOR DEL MISMO TAMAÑO DE LAS LIMAS, QUE ENCAJEN DE FORMA PREDECIBLE EN LOS CONDUCTOS PREPARADOS CON WAVE ONE GOLD.**	**CAJA POR 60 UNIDADES COMOS DE GUTAPERCHA PRIMARY**	**1**	**UN**
53	**CONOS DE GUTAPERCHA**	**CONOS DE GUTAPERCHA DE CONICIDAD VARIABLE ,COLOR DEL MISMO TAMAÑO DE LAS LIMAS, QUE ENCAJEN DE FORMA PREDECIBLE EN LOS CONDUCTOS PREPARADOS CON WAVE ONE GOLD.**	**CAJA POR 60 UNIDADES COMOS DE GUTAPERCHA MÉDIUM**	**1**	**UN**
54	**CONOS DE GUTAPERCHA**	**CONOS DE GUTAPERCHA DE CONICIDAD VARIABLE ,COLOR DEL MISMO TAMAÑO DE LAS LIMAS, QUE ENCAJEN DE FORMA PREDECIBLE EN LOS CONDUCTOS PREPARADOS CON WAVE ONE GOLD.**	**CAJA POR 60 UNIDADES CONOS SURTIDO SMALL, PRIMARY, MÉDIUM, LARGE.**	**1**	**UN**
55	**FRESA ENDOZECRIA**	**FRESA CÓNICA DE CARBURO CON TERMINACIÓN DE SEGURIDAD PARA PIEZA DE ALTA VELOCIDAD, SIN CORTE EN LA PUNTA. PRECISAMENTE ESTA ZONA DE NO CORTE PERMITE SU COLOCACIÓN SOBRE LA PARED PULPAR SIN RIESGO DE PERFORACIÓN. LAS HOJAS DE CORTE LATERAL DE LA FRESA E ENDO Z SE UTILIZAN PARA ALISAR Y REFINAR LAS PAREDES AXIALES INTERNAS DE CAVIDADES.**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
56	**FRESAS GATES NO. 1**	**FRESAS PARA PREPARACIÓN DE ACCESO AL CONDUCTO RADICULAR Y DESOBTURACIÓN DEL CONDUCTO. EN LAS MEDIDAS, 28MM Y 32MM (CON UNA DE HASTA 19MM). POSEE 3 FILOS Y PUNTA INACTIVA.**	**CAJA X 6 UNIDADES**	**1**	**UN**
57	**FRESAS GATES NO. 2**	**FRESAS PARA PREPARACIÓN DE ACCESO AL CONDUCTO RADICULAR Y DESOBTURACIÓN DEL CONDUCTO. EN LAS MEDIDAS, 28MM Y 32MM (CON UNA DE HASTA 19MM). POSEE 3 FILOS Y PUNTA INACTIVA.**	**CAJA X 6 UNIDADES**	**1**	**UN**

58	**FRESA PESSO NO. 1**	**FRESA DE PESSO 1, PARA ENSANCHAR EL TERCIO CORONAL DEL CONDUCTO RADICULAR, DE ACERO INOXIDABLE EN LAS MEDIDAS 28MM Y 32MM (CON UNA HASTA DE 19MM) POSEE 4 FILOS EN LA PUNTA INACTIVA.**	**CAJA X 6 UNIDADES**	**1**	**UN**
59	**TELA DE CAUCHO 6X6**	**LÁTEX DE CAUCHO NATURAL, PURO, EXCLUSIVO DE USO ODONTOLÓGICO, BAJO EN POLVO O LIBRE DE POLVO COMO BARRERA EN LOS PROCEDIMIENTOS OPERATORIOS, GROSOR MEDIO: 0.18-0.23 MM .**	**CAJA X 36 UND**	**1**	**UN**
60	**TELA DE CAUCHO 5X5**	**FABRICADO DE LÁTEX REFINADO, ELONGACIÓN HASTA 800% SIN DESGARRE, BAJO EN POLVO; DE TRES ESPESORES (MEDIANO). COLORES VERDE Y/O AZUL.**	**CAJA X 52 UND**	**1**	**UN**
61	**ARCO DE YOUNG ADULTO**	**INSTRUMENTO PARA SUJETAR Y COLOCAR LOS DIQUES DE GOMA EN LA TÉCNICA DE AISLAMIENTO DE CAMPO.**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
62	**EYECTORES DE CONDUCTOS**	**DISPOSITIVO DE SUCCION DE LIQUIDOS O FLUIDOS EN ACERO INOXIDABLE ESTERILIZABLE**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
63	**LENTULOS SURTIDOS**	**INSTRUMENTO ROTATORIO LONGITUD DE 25MM. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE O ALEACIÓN DE NÍQUEL-TITANIO (NITI). PRESENTACIÓN EN CAJA POR CUATRO (4) UNIDADES SURTIDAS EN CALIBRES COMERCIALES DEL Nº 1 AL Nº 4 CON CÓDIGO DE COLOR ESTANDARIZADO (ROJO, AZUL, VERDE, NEGRO) O SU EQUIVALENTE DIMENSIONAL EN NORMA INTERNACIONAL ISO (25, 30, 35, 40)**	**CAJA X 4**	**1**	**UN**
64	**TRIÓXIDO MINERAL AGREGADO**	**MATERIAL DE OBTURACIÓN RETRÓGRADA , DE USO ENDODÓNTICO, COMPUESTO DE ALUMINIO, SILICATO, OXIDO TRICÁLCICO Y ÓXIDO DE SILICATO.**	**SOBRE X 1GRAMO SOBRE COLOR BLANCO O 2 SOBRES DE 0.5 GRAMOS**	**1**	**UN**
65	**BIODENTINA POLVO A BASE DE SILICATO TRICÁLCICO**	**SOLUCIÓN DE CLORURO DE CALCIO Y EXCIPIENTES. INDICADO PARA REPARACIÓN ENDODÓNTICA Y PROCEDIMIENTOS RESTAURATIVOS.**	**CAJA CON 5 CÁPSULAS Y/O 5 PIPETAS**	**1**	**UN**
66	**CONDENSADOR DE MACHUT No 1-2-3-4 METALICO**	**INSTRUMENTO METALICO PARA CONDENSAR Y CORTAR LA GUTAPERCHA**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
67	**LIMAS HEDSTROM NO. 15 -40 25 MM**	**ESTANDARIZADOS EN FORMA Y COLOR SEGÚN LIMAS, EMPAQUE RÍGIDO QUE NO PERMITA CONTAMINACIÓN DEL CONTENIDO, ELECTROPULIDO.**	**CAJA X 6 UNIDADES Y/O BLISTER X 6**	**1**	**UN**

GRUPO N°3 INSUMOS VARIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	MICROAPLICADOR	APLICADOR DE FÁCIL MANEJO QUE PERMITA TRANSFERIR CANTIDADES PEQUEÑAS DE MATERIALES LIQUIDOS. QUE PERMITA DOBLARSE EN EL EXTREMO. EN 2 TAMAÑOS DE LA EXTREMIDAD: MEDIO Y PEQUEÑO.	PAQUETE X 100	1	UN
2	BABEROS DESECHABLES	UN CAPA DE PAPEL DE ALTA ABSORCIÓN ACOPLADO Y GROFADO, CON UNA PELÍCULA DE POLIETILENO IMPERMEABLE.PRE CORTADO, CON TIRAS PARA ATAR EN EL MISMO MATERIAL DELBABERO. MEDIDAS 610X530 MM. ALTAMENTE ASÉPTICO, EVITA LA ACUMULACIÓN DE FOCOS BACTERIANOS, NO SE RASGA Y NO PRODUCE ALERGIAS. IMPERMEABLE, RESISTENTE A LÍQUIDOS.	CAJA CON ROLLO X 80 UNIDADES	1	UN
3	BANDA PORTAMATRIZ ANCHA	MATERIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA REALIZAR SEPARACIONES INTERPROXIMALES. TAMAÑO 1/4	ROLLO X 3 MT	1	UN
4	BANDA PORTAMATRIZ DELGADA	MATERIAL EN ACERO INOXIDABLE PARA REALIZAR SEPARACIONES INTERPROXIMALES. TAMAÑO 3/16	ROLLO X 3 MT	1	UN
5	CARETA VISOR DE PROTECCIÓN	PROTECTOR FACIAL PARA EL ÁREA DE LA SALUD. SOPORTE FRONTAL PLÁSTICO, NO NASAL, CON CORDON ELÁSTICO AJUSTABLE TRASERO. PESO LIVIANO (NO DESECHABLE). CARETA CON 10 REPUESTOS. PERMITE USO DE GAFAS. SU ESTRUCTURA SUPERIOR PERMITE SUFICIENTE FLUJO DE AIRE LOGRANDO CON ELLO EVITAR EMPAÑAMIENTO.	UNIDAD	1	UN
6	CEPILLO PARA PROFILAXIS MANGO METALICO	CEPILLO DESECHABLE METÁLICO O PLÁSTICO DE EMPATE UNIVERSAL PARA CONTRÁNGULO CON PARTE ACTIVA CONFORMADA POR CERDAS SUAVES Y HOMOGÉNEAS	CAJA X 100 A 144 UND	1	UN

7	CEPILLOS PARA LAVAR INSTRUMENTAL	CEPILLO CON CERDAS EN NYLON EN LINEA RECTA CON AGARRE EN DOBLE EXTREMO PARA AJUSTAR EN MANO	UNIDAD	1	UN
8	CUÑAS DE MADERA SURTIDAS	ACCESORIO DESECHABLE DE MADERA PARA PROCEDIMIENTOS DE OPERATORIA PARA ADOSAR MATRICES AL DIENTE	CAJA O PAQUETE X 100 A 120 UNIDADES	1	UN
9	ENHEBRADORES	PLÁSTICO, DESECHABLE, USO ODONTOLÓGICO	PAQUETE DE 20 A 30 UND	1	UN
10	ENJUAGUE ORAL CON CLOHREXIDINA	SOLUCION ANTISÉPTICA BUCAL DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 0.12% . LISTA PARA USO. AMPLIO ESPECTRO MICROBIANO, CONTROL DE PLACA BACTERIANA	FCO DE 900 ml A 2000 ml CON TAPA O VALVULA DOSIFICADORA	1	UN
11	ESPONJAS HEMOSTATICA PARA POSTEXODONCIAS	ESPONJA ESTERIL DE USO QUIRURGICO PARA FAVORECER HEMOSTASIA LOCAL DE ORIGEN ANIMAL, VEGETAL O SINTETICO, BIOCOMPATIBLE, ABSORBIBLE, EFECTO DE DEPÓSITO DE LARGA DURACIÓN	FRASCO X 50 UNIDADES ó CAJA X 50 UNIDADES (10X10X10)	1	UN
12	ESPONJAS DE GASA PARA EXODONCIA	ESPONJAS NO TEJIDAS, CON ABSORBENCIA MAXIMA PARA SITIOS QUIRURGICOS DE EXTRACCION DE CAVIDAD ORAL.	PAQUETE X 200 GASAS	1	UN
13	OXIDO DE ZINC	POVO BLANCO QUIMICAMENTE PUEO, CONCENTRACION DEL 99%. APROPIADO PARA PREPARAR CEMENTOS DE OBTURACIÓN COMO EUGENOLATO.	FRASCO X 175G	1	UN
14	EUGENOL	ES UNA SOLUCIÓN ANESTÉSICA, ANALGÉSICA Y ANTISÉPTICA, APROPIADA PARA PREPARAR CEMENTOS DE OBTURACIÓN COMO EUGENOLATO CON OXIDO DE ZINC Y CEMENTO DE ENDODONCIA .	FRASCO X 15 ML	1	UN
15	EYECTORES DE SALIVA	ADITAMENTO CILÍNDRICO EN PLÁSTICO CON REFUERZO METÁLICO COBRIZADO, MALEABLE, CON EMPATE UNIVERSAL A LA UNIDAD ODONTOLÓGICA Y EXTREMO ACTIVO EN FORMA DE BOQUILLA SUAVE ATRAUMÁTICA Y CON ORIFICIOS AMPLIOS	PAQUETE X 100	1	UN

16	**GAFAS TRANSPARENTES**	**PARA PROTECCIÓN OCULAR ANTIEMPAÑANTE, ANTIARAÑAZO, DE POLICARBONATO, TRANSPARENTE.**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
17	**HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%**	**HIPOCLORITO DE SODIO PARA IRRIGACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES USO ENDODÓNTICO.**	**FRASCO X GALON IGUAL A 1000 CC**	**1**	**UN**
18	**ARTICAINA 4% CON EPINEFRINA**	**ANESTÉSICO LOCAL INYECTABLE. CADA CÁRPULA DE 1.8 ML CONTIENE LIDOCAÍNA CLORHIDRATO AL 4% CON EPINEFRINA AL 1:100.000, ESTÉRIL.**	**CAJA X 50 CÁRPULAS DE 1.8 ML**	**1**	**UN**
19	**LIDOCAINA 2% CON EPINEFRINA**	**ANESTÉSICO LOCAL INYECTABLE. CADA CÁRPULA DE 1.8 ML CONTIENE LIDOCAÍNA CLORHIDRATO AL 2% CON EPINEFRINA AL 1:80.000, ESTÉRIL.**	**CAJA X 50 CÁRPULAS DE 1.8 ML**	**1**	**UN**
20	**MEPIVACAINA 3% SIN EPINEFRINA**	**ANESTÉSICO LOCAL INYECTABLE. CADA CÁRPULA DE 1.8 ML, CONTIENE MEPIVACAINA CLOHIDRATO 0, 054 G ESTÉRIL**	**CAJA X 50 CÁRPULAS DE 1.8 ML**	**1**	**UN**
21	**LOSETA DE VIDRIO**	**EXTREMOS Y BORDES ROMOS, GROSOR DE 7 MM a 10 MM**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
22	**PASTA PARA PROFILAXIS**	**PASTA PARA PROFILAXIS , PASTA SUAVE, DE BASE HIDROSOLUBLE.**	**TUBO X 50 GR**	**1**	**UN**
23	**PIEDRA POMEZ**	**POLVO DE PIEDRA PÓMEZ UTILIZADA EN LIMPIEZAS DENTALES**	**BOLSA X LIBRA**	**1**	**UN**
24	**PUNTAS PARA CAVITRON (TIPO DE INSERTO DE 25 KHZ**	**PUNTA METÁLICA CUYA PARTE ACTIVA VIENE DE DIFERENTE ESPECIFICACIÓN, MANGO PLÁSTICO, ACOPLE A DISPOSITIVO DEL ULTRASONIDO O CAVITRÓN, FSI-10 AUTOCLAVABLE CON IRRIGACIÓN INTERNA.**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
25	**REVELADOR DE PLACA BACTERIANA**	**LIQUIDO CON SUSTANCIA QUE TIÑE LA PLACA BACTERIANA (ERITROSINA)**	**FRASCO X 10 ML**	**1**	**UN**
26	**SEDA DENTAL**	**SEDA DENTAL SIN SABOR QUE PERMITA LA LIMPIEZA ADECUADA EN ESPACIOS INTERPROXIMALES.**	**ROLLO X 400 MTS**	**1**	**UN**
27	**PORTAMATRIZ**	**INSTRUMENTO METALICO EN CUYA PARTE ACTIVA SE COLOCA LA BANDA MATRIZ PARA PODER SER ACOPLADA AL DIENTE.**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
28	**ESPEJOS DE BOCA CON MANGO**	**ESPEJO N°5 Y MANGO PARA BOCA EN ACERO QUIRURGICO AUTOCLAVABLE. LUNA CON REVESTIMIENTO DE RODIO, SUPERFICIE**	**UNIDAD**	**1**	**UN**

		FRONTAL, REDONDO Y ANGULACION 30°, CON ROSCA UNIVERSAL. MANGO ERGONOMICO Y TEXTURIZADO, CON ROSCA UNIVERSAL.			
29	**ESPEJO DE BOCA SIN MANGO**	**LUNA DE ESPEJO PARA BOCA N° 5 EN ACERO QUIRURGICO AUTOCLAVABLE CON REVESTIMIENTO DE RODIO. SUPERFICIE FRONTAL, REDONDO. ANGULACION 30°. CON ROSCA UNIVERSAL.**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
30	**EXPLORADOR DOBLE EXTREMO**	**INTRUMENTO METÁLICO, CON PUNTA AGUDA PARA DETERMINAR REBLANDECIMIENTO DEL TEJIDO DENTAL.**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
31	**CUCHARILLA DOBLE EXTREMO**	**INSTRUMENTO METÁLICO DE DOBLE EXTREMO, LA HOJA EN FORMA DE SEMICIRCULO CON BORDE CORTANTE, CON CONVEXIDAD EXTERNA Y CONCAVIDAD INTERNA SEMEJANDO UNA CUCHARA.**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
32	**PINZA ALGODONERA**	**INSTRUMENTO METÁLICO ANGULADO CON CARA INTERNA ESTRIADA TRANSVERSALMENTE PARA MEJOR AGARRE**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
33	**CURETAS GRACEY 3/4**	**MANGO ERGONÓMICO ANCHO, HOJAS CON UN SOLO BORDE CORTANTE Y 70 GRADOS DE ANGULACIÓN PARA ALISADO RADICULAR PARA ALISADO RADICULAR EN INCISIVOS Y CANINOS DE LA REGIÓN ANTERIOR**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
34	**CURETAS GRACEY 7/8**	**MANGO ERGONÓMICO ANCHO, HOJAS CON UN SOLO BORDE CORTANTE Y 70 GRADOS DE ANGULACIÓN PARA ALISADO RADICULAR EN SUPERFICIES BUCAL Y LINGUAL.**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
35	**CURETAS GRACEY 11/12**	**MANGO ERGONÓMICO ANCHO, HOJAS CON UN SOLO BORDE CORTANTE Y 70 GRADOS DE ANGULACIÓN PARA ALISADO RADICULAR PARA ALISADO RADICULAR EN SUPERFICIES MESIALES EN POSTERIORES.**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
36	**CURETAS GRACEY 13/14**	**MANGO ERGONÓMICO ANCHO, HOJAS CON UN SOLO BORDE CORTANTE Y 70 GRADOS DE ANGULACIÓN PARA ALISADO RADICULAR PARA ALISADO RADICULAR EN SUPERFICIES DISTALES EN POSTERIORES.**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
37	**RETRACTOR MINESSOTA 14 a 15 cm**	**SEPARADOR DE MEJILLA, LENGUA O COLGAJOS DE LONGITUD DE 15 CM,**	**UNIDAD**	**1**	**UN**

		DOBLE EXTEMO UNO ANCHO Y OTRO FINO			
38	**CURETA DE LUCAS**	**CURETA ALVEOLAR TIPO LUCAS O EQUIVALENTE FUNCIONAL, DOBLE EXTREMA, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, LONGITUD ENTRE 16 Y 18 CM. MANGO ANATOMICO CON SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE.**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
39	**TIJERAS DE TEJIDOS**	**INSTRUMENTO QUIRURGICO PARA CORTE Y DISECCION DE TEJIDOS BLANDOS FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE RESISTENTE A LA CORROSIÓN, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, DISEÑO RECTO, HOJAS FINAS DE ALTA PRECISIÓN, LONGITUD TOTAL ENTRE 11CM A 15CM**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
40	**JERINGA CARPULE**	**INSTRUMENTO PARA LA ADMINISTRACION DE ANESTESIA LOCAL MEDIANTE CARTUCHOS ODONTOLOGICOS ESTANDAR DE 1.8ML, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE RESISTENTE A LA CORROSION, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVABLE, SISTEMA ASPIRANTE TIPO ARPON, COMPATIBLE CON AGUJAS ODONTOLOGICAS CORTAS Y LARGAS DE ROSCA UNIVERSAL. DISEÑO ERGONOMICO QUE PERMITA CONTROL Y ESTABILIDAD**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
41	**PINZA MOSQUITO CURVA**	**INSTRUMENTO QUIRURGICO DE HEMOSTASIA PARA PINZAMIENTO DE VASOS SANGUINEOS PEQUEÑOS Y TEJIDOS DELICADOS FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, DISEÑO CURVO , PARTE ACTIVA FINA CON ESTRIAS TRANSVERSALES COMPELTAS, SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE CREMALLERA LONGITUD DE 12CM A 14CM.**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
42	**PINZA MOSQUITO RECTA**	**INSTRUMENTO QUIRURGICO DE HEMOSTASIA PARA PINZAMIENTO DE VASOS SANGUINEOS PEQUEÑOS Y TEJIDOS DELICADOS FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, DISEÑO**	**UNIDAD**	**1**	**UN**

		RECTO, PARTE ACTIVA FINA CON ESTRIAS TRANSVERSALES COMPELTAS, SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE CREMALLERA LONGITUD DE 12CM A 14CM.			
43	PORTAAGUJAS TIPO MAYO-HEGAR	INSTRUMENTO PARA SUJECIÓN Y MANIPULACION DE AGUJAS DE SUTURA FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, MORDAZAS RECTAS CON ESTRIADO INTERNO PARA AGARRE SEGURO, SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE CREMALLERA, DISEÑO ERGONOMICO, LONGITUD DE 14CM A 16CM.	UNIDAD	1	UN
44	SONDA CAROLINE	INSTRUMENTO EN ACERO INOXIDABLE ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, PUNTA ROMA ATRAUMATICA, GRADUACION MILIMETRICA CONTINUA DE 1 A 15MM. MANGO ERGONOMMICO ANTIDESLIZANTE	UNIDAD	1	UN
45	ELEVADOR BANDERA	INSTRUMENTO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO DE ALTA CALIDAD Y ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE VERSION DERECHO E IZQUIERDO CARACTERIZADO POR PUNTA TRIANGULAR ANGULADA Y AFILADA, MANGO ERGONOMICO.	UNIDAD	1	UN
46	CASTROVIEJO	PORTAGUJAS CASTROVIEJO CURVO, ELABORACION EN ACERO INOXIDABLE QUIRURGICO O CON INSERTOS DE CARBURO EN TUNGSTENOS EN LA PUNTA COMPATIBLES CON AGUJAS 4-0, 5-0,6-0, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE.	UNIDAD	1	UN
47	HEMOSTATICO	GEL DE SULFATO FERRICO AL 20 % O CLORURO DE ALUMINIO AL 25% PARA CONTROL DE PEQUEÑOS SANGRADOS DURANTE PROCESOS OPERATORIOS DENTALES	JERINGA 1.2 ML -12 a 39.6 GRAMOS	1	UN
48	CANULA QUIRURGICA PLÁSTICA	CANULAS MOLDEADAS UNIVERSALES PARA ASPIRADOR QUIRURGICO, ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE PLASTICAS	UNIDAD	1	UN
49	PUNTA PARA JERINGA TRIPLE	PUNTA PARA IRRIGACIÓN DE UNIDAD ODONTOLÓGICA, UNIVERSAL ESTERILIZABLE, ACOPLE	UNIDAD	1	UN

		UNIVERSAL ACERO INOXIDABLE UND			
50	**AGUJAS CORTAS DESECHABLES CALIBRE NO.30**	**PUNTA TRIBISELADA Y SILICONADA, ATRAUMÁTICA, ACOPLE HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, CALIBRE 30 ENTRE 12 A 25 MM, EMPATE UNIVERSAL CON JERINGA CARPULE.**	**CAJA X 100 UND**	**1**	**UN**
51	**AGUJAS LARGAS DESECHABLES CALIBRE NO. 27**	**PUNTA TRIBISELADA Y SILICONADA, ATRAUMÁTICA, ACOPLE HERMÉTICO, EMPAQUE INDIVIDUAL, CALIBRE 27 ENTRE 30 Y 41 MM, EMPATE UNIVERSAL CON LA JERINGA CARPULE.**	**CAJA X 100 UND**	**1**	**UN**
52	**ALGODÓN ODONTOLOGICO TACOS**	**ROLLOS 100% ALGODÓN, PARA USO ODONTOLÓGICO, INSOLUBLE EN LOS FLUIDOS ORGÁNICOS,BUENA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE FLUIDOS BUCALES**	**PAQUETE X 1000 UNIDADES**	**1**	**UN**
53	**ANESTESIA TOPICA SPRAY**	**LIDOCAÍNA BASE DE 10 GR. CON VÁLVULA DOSIFICADORA Y CÁNULA DE APLICACIÓN. ANESTÉSICO LOCAL DE SUPERFICIE PARA PIEL Y MUCOSAS.**	**FRASCO X 80 GRS**	**1**	**UN**
54	**FRESA ZECRIA**	**FRESA DE CARBURO DE TUNGSTENO QUIRÚRGICA, CORTE LATERAL Y CUENTA CON 6 HOJAS DE CORTE HELICOIDALES. UTILIZADA PARA SECCIONAR DIENTES.**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
55	**FRESAS QUIRURGICAS TALLO LARGO REF 701**	**FRESA DE CARBURO - TUNGSTENO DE TALLO LARGO PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD – PIEZA RECTA, RESISTENTE A LA CORROSIÓN. REFERENCIA**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
56	**FRESAS QUIRURGICAS TALLO LARGO REF. 702**	**FRESA CARBURO - TUNGSTENO DE TALLO LARGO PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD RESISTENTE A LA CORROSIÓN.**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
57	**FRESAS QUIRURGICAS TALLO LARGO REF 703**	**FRESA DE CARBURO - TUSGSTENO DE TALLO LARGO PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD, RESISTENTE A LA CORROSIÓN.**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
58	**FRESAS QUIRURGICAS TALLO LARGO REF 8**	**FRESA DE CARBURO - TUSGSTENO DE TALLO LARGO PARA PIEZA DE BAJA VELOCIDAD, RESISTENTE A LA CORROSIÓN.**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
59	**ACEITE SPRAY PIEZA DE MANO**	**ACEITE LUBRICANTE EN SPRAY PARA PIEZA DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD CON AGENTE DE PROPULSIÓN INDIVIDUAL NO CONTAMINANTE, CON**	**FCO X 500-550 ML**	**1**	**UN**

		PROPELENTE ECOLÓGICO.			
60	**ALCOHOL INDUSTRIAL**	**ALCOHOLES DESDE 80% HASTA 90%.**	**BOT X 720 A 750 ML**	**1**	**UN**
61	**PUNTAS PARA SCALER**	**EN ACERO INOXIDABLE MEDICO O ALEACION DE TITANIO, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, COMPATIBLE CON EQUIPOS ULTRASONICOS FROGET. REFERENCIAS: G1-S/GD1 – G4-S/GD4**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
62	**PUNTAS PARA SCALER**	**EN ACERO INOXIDABLE MEDICO O ALEACION DE TITANIO, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, COMPATIBLE CON EQUIPOS ULTRASONICOS WOODPECKER. REFERENCIAS: G1 - G2 - G4 - P4 - P5 - PD1T - ED1T.**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
63	**PUNTAS PARA SCALER**	**EN ACERO INOXIDABLE MEDICO O ALEACION DE TITANIO, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, COMPATIBLE CON EQUIPOS ULTRASONICOS NSK. REFERENCIAS: PUNTAS: G1 - G4-G6 - G8**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
64	**PUNTAS PARA SCALER**	**EN ACERO INOXIDABLE MEDICO O ALEACION DE TITANIO, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, COMPATIBLE CON EQUIPOS NSK NEUMATICO. REFERENCIAS: PUNTAS: S1 - S2 - S3**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
65	**PUNTAS PARA SCALER**	**EN ACERO INOXIDABLE MEDICO O ALEACION DE TITANIO, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, COMPATIBLE CON EQUIPOS ULTRASONICOS DTE ULTRASONIC D5. REFERENCIAS: PUNTAS: GD1 Y GD1T, PD1 Y PD1T**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
66	**PETROLATO**	**PURO, SUAVE, BARRERA PROTECTORA CONTRA AGENTES IRRITANTES**	**FRASCO X ENTRE 100 Y 105 GR APROX**	**1**	**UN**
67	**ACRILICO AUTOCURADO LIQUIDO**	**METIL METACRILATO**	**FRASCO X 250 ML**	**1**	**UN**
68	**KIT FRESAS PARA PERIODONCIA**	**FRESAS DIAMANTADAS DE PERIODONCIA, PARA ODONTOPLASTIA Y PULIDO RADICULAR MECÁNICOS**	**KIT**	**1**	**UN**

69	**SUTURA**	**SUTURA QUIRÚRGICA, ESTÉRIL, ABSORBIBLE, SINTÉTICA, COMPUESTA POR UN COPOLÍMERO HECHO DE 90% DE GLICOLIDA Y 10% DE L-LACTIDA, MULTIFILAMENTO Y RECUBIERTA 4-0 Y 5-0 DE 45CM A 70 CM AGUJA 3/8 DE CIRCULO DE LONGITUD 16MM A 19 MM.**	**CAJA x 12 UNIDADES**	**1**	**UN**
70	**SUTURA**	**SUTURA QUIRURGICA NO ABSORBIBLE, SINTETICA, MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, ESTERIL MONTADO EN AGUJA ATRAUMATICA DE ACERI INOXIDABLE. MUY RESISTENTE 4-0 o 5-0. LONGITUD DE HEBRA DE 45 A 90 CMA. AGUJA CURVA 3/8 DE CIRCULO DE LONGITUD 16MM A 19 MM.**	**CAJA X 12 UNIDADES**	**1**	**UN**
71	**ABREBOCAS CON PROTECTOR DE LENGUA**	**FABRICADO EN SILICONA DE DIFERENTES DENSIDAD Y CLASIFICADO POR COLORES QUE MANTIENE ABIERTA LA BOCA DEL PACIENTE DURANTE UN PERÍODO DE TIEMPO PROLONGADO SIN CAUSAR INCOMODIDAD. CON UN PROTECTOR DE LENGUA INTERCAMBIABLE PREVIENE QUE LA LENGUA O UN CIERRE IMPREVISTO DE LA BOCA CAUSEN CONTAMINACIÓN. PROTEGE LA LENGUA DE LOS INSTRUMENTOS ROTATORIOS. AUTOCLAVABLE**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
72	**CEMENTO QUIRURGICO**	**BASE Y CATALIZADOR, PASTA PARA PROTECCION POSTQUIRURGICO, FACIL DE MOLDEAR, ESTABLE, SUAVE, COHESIVO, DE UNA DUREZA ELASTICA SIN EUGENOL NI ASBESTO**	**KIT X BASE DE 90 GRS Y CATALIZADOR POR 90 GRS**	**1**	**UN**
73	**FIJADOR RADIOGRAFICO**	**FIJADOR PARA EL PROCESO DE REVELADO MANUAL DE PELÍCULA DE RAYOS X DENTAL**	**FRASCO 450ML a 500ML**	**1**	**UN**
74	**REVELADOR RADIOGRAFICO**	**REVELADOR RADIOGRÁFICO PARA EL PROCESO DE REVELADO MANUAL DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS.**	**FRASCO 450ML a 500ML**	**1**	**UN**
75	**PELICULAS PERIAPICALES PEDIATRICAS**	**PELÍCULA INTRAORAL EN ENVASE INDIVIDUAL DE VINILO**	**CAJA X 100**	**1**	**UN**
76	**PELICULAS PERIAPICALES ADULTO**	**PELÍCULA INTRAORAL EN ENVASE INDIVIDUAL DE VINILO**	**CAJA X 150**	**1**	**UN**
77	**FUNDA O PROTECTOR PARA RADIOVISOGRAFO**	**FORRO O CUBIERTA PLASTICA DESECHABLE PARA RADIOVISOGRAFO**	**CAJA X 200 UNIDADES**	**1**	**UN**

78	**CORTAFRIO**	**INSTRUMENTO PARA CORTE PRECISO Y SEGURO DE BANDAS Y ARCOS EN ALAMBRE METALICO DENTRO O FUERA DE LA CAVIDAD, SOPORTANDO CALIBRES HASTA 1,3MM (APARATOS DE ORTOPEDIA - ORTODONCIA) EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD, PUNTAS CON MAYOR DUREZA Y DURABILIDAD CON INSERCIONES DE CARBURO DE TUNGSTENO O PUNTAS DE ACERO ENDURECIDO, AUTOCLAVABLE. LONGITUD ESTANDAR ENTRE 13 Y 16 CM. ERGONOMICO**	**UNIDAD**	**1**	**UN**

GRUPO 4 HIGIENE ORAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	**CEPILLO DENTAL ADULTO**	**CERDAS TEXTURA MEDIA MANGO ERGONÓMICO ANTIDESLIZANTE PUNTA DIAMANTE CON 4 LÍNEAS DE CERDAS**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
2	**CREMA DENTAL**	**MARCA RECONOCIDA. CONTENIDO DE 30 -75 GRAMOS, POR RECOMENDACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD LA PASTA DENTAL CON UN CONTENIDO DE ENTRE 1000 A 1500 PPM (PARTES POR MILLÓN) DE FLÚOR.**	**UNIDAD**	**1**	**UN**
3	**BOLSAS INDIVIDUALES TRANSPARENTES**	**BOLSAS PLASTICAS DE POLIPROPILENO TRANSPARENTES DE ALTA DENSIDAD, LIBRE DE BPA, SELLADO A PRESION O DESLIZANTE DE 15 CM DE ANCHO POR 23 CM DE ALTO, CON LOGO IMPRESO EN PAPEL ADHESIVO PEGADO EN BOLSA.**	**UNIDAD**	**1**	**UN**

DOCUMENTOS TÉCNICOS MINIMOS REQUERIDOS

CERTIFICADO DE REGISTRO INVIMA, PARA LOS ITEMS QUE ASÍ LO REQUIERAN. CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA Y DE BUENAS PRÁCTICAS DE	1. INVIMA:
	ADEMÁS DE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL, EL OFERENTE DEBE ADJUNTAR EL INVIMA, INDICANDO A QUE ÍTEM, GRUPO Y FOLIO PERTENECE SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS. LA ACREDITACIÓN SANITARIA SERÁ EVALUADA CONFORME AL RÉGIMEN NORMATIVO APLICABLE A CADA TIPO DE PRODUCTO Y PERMITIR QUE, CUANDO DETERMINANDO PRODUCTO NO REQUIERA REGISTRO SANITARIO, EL OFERENTE PUEDA ACREDITARLO MEDIANTE CONCEPTO, CERTIFICACIÓN, CONSULTA OFICIAL O DOCUMENTO EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD SANITARIA COMPETENTE, AUN CUANDO DICHO PRODUCTO NO SE ENCUENTRE EXPRESAMENTE RELACIONADO EN EL LISTADO DE EXCEPCIONES DEL ANEXO TÉCNICO.

<table>
<tr><td>ALMACENA-MIENTO</td><td>
<table>
<tr><td>Cuando el Registro Sanitario se encuentre en trámite de renovación o modificación, se debe anexar la copia de las respectivas autorizaciones y la carta emitida por el INVIMA que certifica que el registro se encuentra en trámite, conforme lo establecen los artículos 17 y 18 del Decreto 677 de 1995, así como la copia del Registro Sanitario vencido.</td></tr>
<tr><td>No se tendrán en cuenta los documentos de solicitud de renovación que estén radicados por fuera de los términos establecidos en el Decreto 677 de 1995.</td></tr>
<tr><td>Excepciones:</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>PRODUCTOS QUE NO REQUIEREN REGISTRO INVIMA:</td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>PRODUCTO</td><td>PRESENT.</td><td>DESCRIPCIÓN</td></tr>
<tr><td>ABREBOCAS POLICARBONATO</td><td>UND</td><td>PARA SEPARAR MEJILLAS, RESISTENTE A LA FRACTURA, BORDES ATRAUMÁTICOS, DE DIFERENTES TAMAÑOS (S,M,L)</td></tr>
<tr><td>CUÑAS DE MADERA</td><td>CAJA O PAQUETE X 100 A 120</td><td>EN CAJA DIVIDIDA POR TAMAÑOS DIFERENCIADOS POR EL COLOR</td></tr>
<tr><td>ALCOHOL INDUSTRIAL</td><td>BOT X 720 A 750 ML</td><td>ALCOHOLES DESDE 80% HASTA 90% PARA USO EN MECHERO.</td></tr>
<tr><td>LOSETAS DE VIDRIO</td><td>UND</td><td>EXTREMOS Y BORDES ROMOS, GROSOR MÍNIMO 7MM.</td></tr>
<tr><td>EYECTOR DE CONDUCTOS</td><td>UND</td><td>PARA USO ENDODONTICO, EN ACERO INOXIDABLE.</td></tr>
<tr><td>CEPILLOS PARA LAVAR INSTRUMENTAL</td><td>UND</td><td>CEPILLO PLASTICO CON MANGO CON AGARRE, DE CERDAS DURAS.</td></tr>
<tr><td>COPAS DE CAUCHO</td><td>UND</td><td>COPA PARA PROFILAXIS DENTAL DESECHABLE, DE EMPATE UNIVERSAL PARA CONTRAANGULO CON PARTE ACTIVA EN CAUCHO.</td></tr>
<tr><td>CEPILLO DENTAL</td><td>UND</td><td>CERDAS TEXTURA MEDIA</td></tr>
<tr><td>GAFAS TRANSPARENTES</td><td>UND</td><td>GAFAS PARA PROTECCIÓN OCULAR DE POLICARBONATO TRANSPARENTE</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>2. BPM:</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>El Representante Legal deberá manifestar por escrito que cuenta con los CERTIFICADOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURAS vigentes de los todos ítem(s) que oferta cuando aplique, de acuerdo con la naturaleza del producto y el régimen sanitario correspondiente.</td></tr>
<tr><td>3. BPA:</td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td>El Representante Legal deberá manifestar por escrito que cuenta con el CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO vigentes de los todos ítem(s) que oferta, cuando aplique, de acuerdo con la naturaleza del producto y el régimen sanitario correspondiente.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">CATÁLOGOS DE LOS PRODUCTOS:</td></tr>
<tr><td colspan="2">CATÁLOGO ORIGINAL EXPEDIDO POR LA CASA FABRICANTE O FOTOCOPIA CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MATERIAL, INDICANDO A QUE ÍTEM Y GRUPO PERTENECE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS, TAMBIEN PODRAN ACREDITARSE MEDIANTE CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA, MANUAL, DECLARACIÓN TÉCNICA, CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE O CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO EN COLOMBIA, SIEMPRE QUE CORRESPONDAN INEQUIVOCAMENTE A LA MISMA MARCA Y REFERENCIA OFERTADA.</td></tr>
<tr><td colspan="2">FECHAS DE VENCIMIENTO:</td></tr>
<tr><td colspan="2">LOS MATERIALES E INSUMOS OBJETO DEL CONTRATO DEBERÁN CONTAR, AL MOMENTO DE SU ENTREGA EN EL ESTABLECIMIENTO, CON UNA FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A DIEZ Y OCHO (18) MESES, SALVO AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SUS CONDICIONES DE FABRICACIÓN CUENTEN CON UNA VIDA ÚTIL TOTAL INFERIOR, SITUACIÓN QUE DEBERÁ SER ACREDITADA MEDIANTE DOCUMENTACIÓN DEL FABRICANTE.</td></tr>
<tr><td colspan="2">ROTACIÓN DE LOS PRODUCTOS:</td></tr>
<tr><td colspan="2">PARA EFECTOS DE LA ROTACIÓN DE PRODUCTOS PRÓXIMOS A VENCER, LA ENTIDAD DEBERÁ INFORMAR AL CONTRATISTA MEDIANTE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO POR ESCRITO CON UNA ANTICIPACIÓN MÍNIMA DE CUATRO (04) MESES RESPECTO DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PRODUCTO, INDICANDO PRODUCTO, LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO Y CANTIDAD OBJETO DE ROTACIÓN, LA ROTACIÓN PROCEDERÁ SIEMPRE QUE LOS PRODUCTOS SE ENCUENTREN SIN USO, EN SU EMPAQUE ORIGINAL, DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS, CON ADECUADA TRAZABILIDAD, COSTOS LOGISTICOS DE ENVIO TANTO DEVOLUCIÓN COMO REPOSICION SERAN ASUMIDOS POR EL PROVEEDOR</td></tr>
</table>

TERCERO: Modificar el cronograma del proceso de selección abreviada – subasta inversa No. 068 MDN-COGFM-DIGSA-DISAN-ARC-2026**,** a partir del plazo máximo para la expedición de adendas.

CUARTO: Los demás acápites de la invitación del proceso de selección abreviada Subasta Inversa No. 068-MDN-COGFM-DIGSA-DISAN-ARC-2026, que no son objeto de la modificación permanecerán vigentes en todas sus partes.

Se expide en Bogotá a los 06 días del mes de octubre de 2026.

FIRMADO SECOP II