

Eje
Salud Laboral S.A.S

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO	ELECTROCARDIOGRAFO			UBICACIÓN	CONSULTORIO 1		
MARCA	EDAN	MODELO	SE-3	SERIE	309025M13B04770030	Nº ACTIVO	EBM-09

CLASIFICACION

CLASIFICACION POR RIESGO				**CLASE**	**II**	**TIPO**	**B**
REGISTRO INVIMA				**2009DM-0003284**			
FECHA DE ADQUISICION	D 07 M 02 A 2014			FECHA DE INSTALACION	D 14 M 02 A 2014		
COMPRA	X	DONACION	----------	COMODATO	----------	REPOTENCIACION	--------
FABRICANTE		EDAN INTRUMENTS ING		GARANTIA	----------		
MANUAL DE OPERADOR	SI X NO --------	IDIOMAS CUSTODIA	ESP-INGLES GERENCIA	MANUAL DE SERVICIO	SI ------- NO X	IDIOMAS CUSTODIA	---------- ----------

DESCRIPCION DEL EQUIPO

FUNCION QUE CUMPLE/PROCESO QUE REALIZA	REALIZAR UN ANALISIS DE LA FRECIENCIA CARDIOPULMONAR CON EL FIN DE VERIFICAR E IDENTIFICAR POSIBLES AFECCIONES CARDIACAS
SUGERENCIAS DE USO Y DE MANIPULACION	REALIZAR LA TOMA DIAGNOSTICA EN MODO BATERIA, AJUSTAR PARAMETROS DEL PACIENTE, AJUSTAR LE MODO DE LA TOMA YA SEA MANUAL O AUTOMATICO, SOLICITAR TOTAL INMOVILIDAD DEL PACIENTE, VERIFICAR ENCENDIDO DE LOS FILTROS

DATOS TECNICOS

VOLTAJE	110/220V	FRECUENCIA	50/60 HZ	RANGO DE MEDICION	0 - 190 BPM
CORRIENTE	0.4 A	POTENCIA	35VA	VARIABLES	BPM (PULSACIONES POR MINUTO)

COMONENTES Y/O ACCESORIOS

CABLE ECG DE 12 DERIVACIONES, CABLE DE PODER, 6 ELECTRODOS TIPO PERA

PROCESOS LIMPIEZA, DESINFECCION Y ESTERILIZACION

LIMPIEZA	SI	X	NO	----	DESINFECCION	SI	X	NO	-------	ESTERILIZACION	SI	----		NO	X

GESTION DEL RIESGO

PROBABILIDADES DE EVENTOS ADVERSOS	ACCIONES PREVENTIVAS
EL EQUIPO NO ENCIENDE	VERIFICA SWITCH DE ENCENDIDO, VERIFICAR DESCARGA DE BATERIA
EL EQUIPO GENERA INTERFERENCIA	VERIFICAR CONEXIÓN DE DERIVACIONES REVISAR ACTIVACION DE FILTROS
EL EQUIPO SOLO TOMA 3 DERIVACIONES	VERIFICAR MODO(MANUAL - AUTOMATICO)