

Eje
Salud Laboral S.A.S

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO	PULSOXIMETRO			UBICACIÓN	CONSULTORIO 1		
MARCA	CHOICEMMED	MODELO	MD300C2	SERIE	213764504036	Nº ACTIVO	EBM-06

CLASIFICACION

CLASIFICACION POR RIESGO						**CLASE**	**II**		**TIPO**	**B**	
REGISTRO INVIMA						**2011EBC-0007243**					
FECHA DE ADQUISICION	D -------	M -----	A ----------			FECHA DE INSTALACION	D -------	M -----	A -----		
COMPRA	----------	DONACION	----------			COMODATO	----------	REPOTENCIACION	--------		
FABRICANTE	----------					GARANTIA	----------				
MANUAL DE OPERADOR	SI	X	IDIOMAS	----------		MANUAL DE SERVICIO	SI	-------	IDIOMAS	----------	
	NO	----------	CUSTODIA	----------			NO	X	CUSTODIA	----------	

DESCRIPCION DEL EQUIPO

FUNCION QUE CUMPLE/PROCESO QUE REALIZA	MEDICION DE PORCENTAJE DE CONCENTRACION DE OXIGENO EN LA SANGRE
SUGERENCIAS DE USO Y DE MANIPULACION	REALIZAR LA MEDIDA EN AREA DE BUENA PERFUSION SANGUINEA, GENERAR BUEN CONTACTO CON LA ZONA DE LA MEDICION

DATOS TECNICOS

VOLTAJE	3v	FRECUENCIA	----------	RANGO DE MEDICION	0-99
CORRIENTE	----------	POTENCIA	----------	VARIABLES	SPO2 - FC

COMONENTES Y/O ACCESORIOS

PROCESOS LIMPIEZA, DESINFECCION Y ESTERILIZACION

LIMPIEZA	SI	X	NO	---	DESINFECCION	SI	X	NO	-------	ESTERILIZACION	SI	---	NO	X

GESTION DEL RIESGO

PROBABILIDADES DE EVENTOS ADVERSOS	ACCIONES PREVENTIVAS
EL EQUIPO NO ENCIENDE	VERIFICACON ESTADO DE PILAS
NO TOMA SATURACION	POSIBLE DAÑO DEL SENSOR
	SENSOR UBICADO DE FORMA ERRONEA