

Eje
Salud Laboral S.A.S

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO	VISIOMETRO			UBICACIÓN	CONSULTORIO 1		
MARCA	TITMUS OPTICAL	MODELO	TITMUS II	SERIE	01588	Nº ACTIVO	EBM-08

CLASIFICACION

CLASIFICACION POR RIESGO							**CLASE**				**TIPO**		
REGISTRO INVIMA													
FECHA DE ADQUISICION		D	-------	M	09	A 2015	FECHA DE INSTALACION	D	------	M	10	A	2015
COMPRA	MULTIMEDICAS		DONACION	----------			COMODATO	----------			REPOTENCIACION		X
FABRICANTE			TITMUS OPTICAL INC				GARANTIA	3 MESES					
MANUAL DE	SI	--------	IDIOMAS	----------			MANUAL DE	SI	-------		IDIOMAS		----------
OPERADOR	NO	X	CUSTODIA	----------			SERVICIO	NO	X		CUSTODIA		----------

DESCRIPCION DEL EQUIPO

FUNCION QUE CUMPLE/PROCESO QUE REALIZA	REALIZA UNAS PRUEBAS DE LA VISION CON RESPECTO A UNOS PATRONES PICTORICOS EN DONDE LA SELECCIÓN DE CADA UNO SEGÚN EL PACIENTE PUEDE DIAGNOSTICAR EL ESTADO DE LA PERCEPCION OPTICA
SUGERENCIAS DE USO Y DE MANIPULACION	UBICAR BIEN AL PACIENTE EN EL OBJETIVO DEL VISIOMETRO REALIZAR RESET EN PARA INICIO DEL EXAMEN REALIZAR UNA MANIPULACION ADECUADA DEL CONTROL ALAMBRICO

DATOS TECNICOS

VOLTAJE	24VAC	FRECUENCIA	60HZ	RANGO DE MEDICION	----------
CORRIENTE	40A	POTENCIA	960	VARIABLES	----------

COMONENTES Y/O ACCESORIOS

CONTROL ALAMBRICO DE OPCIONES

PROCESOS LIMPIEZA, DESINFECCION Y ESTERILIZACION

LIMPIEZA	SI	X	NO	----------	DESINFECCION	SI	----------	NO	X	ESTERILIZACION	SI	----	NO	X

GESTION DEL RIESGO

PROBABILIDADES DE EVENTOS ADVERSOS	ACCIONES PREVENTIVAS
EL EQUIPO NO ENCIENDE	REVISAR CONEXIÓN A LA ENERGIA
EL USUARIO VE CON POCA LUZ	REVISAR OPCION DE RETROILUMINACION
EL CONTROL NO FUNCIONA	REVISAR CONECTOR DE CABLE PLANO