

Eje
Salud Laboral S.A.S

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS							
EQUIPO	EQUIPO DE ORGANOS			UBICACIÓN	CONSULTORIO 2		
MARCA	LORD	MODELO	----------	SERIE	----------	Nº ACTIVO	EBM-13

CLASIFICACION							
CLASIFICACION POR RIESGO				CLASE	II	TIPO	A
REGISTRO INVIMA				2013DM-0010078			
FECHA DE ADQUISICION	D -------	M ---	A 2023	FECHA DE INSTALACION	D ------	M -----	A 2023
COMPRA	X	DONACION	----------	COMODATO	----------	REPOTENCIACION	--------
FABRICANTE		----------		GARANTIA	----------		
MANUAL DE OPERADOR	SI -------- / NO X	IDIOMAS	----------	MANUAL DE SERVICIO	SI ------- / NO X	IDIOMAS	----------
		CUSTODIA	----------			CUSTODIA	----------

DESCRIPCION DEL EQUIPO	
FUNCION QUE CUMPLE/PROCESO QUE REALIZA	SON UNA SERIE DE EQUIPOS DE MANO LOS CUALES PROPORCIONAN CARACTERISTICAS ADECUADAS PARA LA EXAMINACION DE LOS ORGANOS DE LOS SENTIDOS
SUGERENCIAS DE USO Y DE MANIPULACION	VERIFICAR ESTADO DE LAS BATERIA Y QUE LUMINOSIDAD DEL EQUIPO SEA LA SUFICIENTE PARA EL EXAMEN, VERIFICAR QUE LOS LENTES ESTEN LIMPIOS PARA UNA MEJOR OBSERVACION.

DATOS TECNICOS					
VOLTAJE	3 V	FRECUENCIA	----------	RANGO DE MEDICION	----------
CORRIENTE	----------	POTENCIA	----------	VARIABLES	Luminosidad, enfoque

COMONENTES Y/O ACCESORIOS
Especulos

PROCESOS LIMPIEZA, DESINFECCION Y ESTERILIZACION													
LIMPIEZA	SI	X	NO ----	DESINFECCION	SI	X	NO -------	ESTERILIZACION	SI	----	NO	X

GESTION DEL RIESGO	
PROBABILIDADES DE EVENTOS ADVERSOS	ACCIONES PREVENTIVAS
EL EQUIPO NO ENCIENDE	VERIFICAR BATERIAS VERIFICAR BOMBILLO DEL EQUIPO PUNTOS DE CONTACTO DE VOLTAJE