

Eje
Salud Laboral S.A.S

## HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO | TENSIOMETRO | | | UBICACIÓN | CONSULTORIO 2 | | |
| MARCA | LORD | MODELO | ---------- | SERIE | 1082965 | Nº ACTIVO | EBM-10 |

## CLASIFICACION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CLASIFICACION POR RIESGO** | | | | **CLASE** | **II** | **TIPO** | **B** |
| **REGISTRO INVIMA** | | | | **2009DM-0004179** | | | |
| FECHA DE ADQUISICION | D 15 M 12 A 2016 | | | FECHA DE INSTALACION | D 15 M 12 A 2016 | | |
| COMPRA | X | DONACION | ---------- | COMODATO | ---------- | REPOTENCIACION | -------- |
| FABRICANTE | | ---------- | | GARANTIA | MULTIMEDICAS | | |
| MANUAL DE | SI -------- | IDIOMAS | ---------- | MANUAL DE | SI ------- | IDIOMAS | ---------- |
| OPERADOR | NO X | CUSTODIA | ---------- | SERVICIO | NO X | CUSTODIA | ---------- |

## DESCRIPCION DEL EQUIPO

| | |
|---|---|
| FUNCION QUE CUMPLE/PROCESO QUE REALIZA | MIDE DE FORMA NO INVASIVA LA PRESION SANGUINEA |
| SUGERENCIAS DE USO Y DE MANIPULACION | PONER EL BRAZALETE BIEN AJUSTADO ANTES DE EMPEZAR A INSUFLAR COMO MINIMO UN DEDO DE SEPARACION ENTRE EL BRAZO Y EL BRAZALETE, AJUSTAR EL BRAZALETE CON RESPECTO A LA LINEA ARTERIAL. |

## DATOS TECNICOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLTAJE | ---------- | FRECUENCIA | ---------- | RANGO DE MEDICION | 0 - 300 |
| CORRIENTE | ---------- | POTENCIA | ---------- | VARIABLES | mmHg |

## COMONENTES Y/O ACCESORIOS

## PROCESOS LIMPIEZA, DESINFECCION Y ESTERILIZACION

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIMPIEZA | SI | X | NO | ---- | DESINFECCION | SI | X | NO | -------- | ESTERILIZACION | SI | --- | NO X |

## GESTION DEL RIESGO

| PROBABILIDADES DE EVENTOS ADVERSOS | ACCIONES PREVENTIVAS |
|---|---|
| LA TOMA DE LA PRESION NO ES CORRECTA | EL BRAZALETE ESTA DEMASIADO DESAJUSTADO<br>HAY UNA FUGA EN LA CAMARA<br>EL MANOMETRO POSEE UN DESAJUSTE CON RESPECTO A 0<br>FUGAS EN LA MANGUERA O ACOPLES |