

Eje
Salud Laboral S.A.S

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO	BASCULA DE PISO			UBICACIÓN	CONSULTORIO 3		
MARCA	GMD	MODELO	GMD-BD-1522	SERIE	2017112703498	Nº ACTIVO	EBM-17

CLASIFICACION

CLASIFICACION POR RIESGO	**CLASE**	**II**	**TIPO**	**A**
REGISTRO INVIMA				

FECHA DE ADQUISICION	D M 08 A 2018			FECHA DE INSTALACION	D M 08 A 2018		
COMPRA	X	DONACION	----------	COMODATO	----------	REPOTENCIACION	----------
FABRICANTE	GMD			GARANTIA	6 MESES (MULTIMEDICAS)		
MANUAL DE	SI --------	IDIOMAS	----------	MANUAL DE	SI -------	IDIOMAS	----------
OPERADOR	NO X	CUSTODIA	----------	SERVICIO	NO X	CUSTODIA	----------

DESCRIPCION DEL EQUIPO

FUNCION QUE CUMPLE/PROCESO QUE REALIZA	GENERAR VALOR DEL PESO EN KG DEL PACIENTE
SUGERENCIAS DE USO Y DE MANIPULACION	VERIFICAR INICIO DEL PROCESO EN CERO, VERIFICAR NIVELACION Y CENTRALIZACION DEL PACIENTE SOBRE EL EQUIPO, SOLICITAR QUIETUD DEL PACIENTE DURANTE LA TOMA DE LA MEDIDA.

DATOS TECNICOS

VOLTAJE	3 V	FRECUENCIA	----------	RANGO DE MEDICION	0 - 180KG
CORRIENTE	----------	POTENCIA	----------	VARIABLES	PESO Kg, LB, ST

COMONENTES Y/O ACCESORIOS

PROCESOS LIMPIEZA, DESINFECCION Y ESTERILIZACION

LIMPIEZA	SI	X	NO	----	DESINFECCION	SI	----------	NO	X	ESTERILIZACION	SI	---	NO	X

GESTION DEL RIESGO

PROBABILIDADES DE EVENTOS ADVERSOS	ACCIONES PREVENTIVAS
NO SE GENERA EL PESO CORECTO	AJUSTAR EL CERO VERIFICAR NIVELACION DE LA PESA REVISAR ALGUN ELEMENTO QUE APORTE PESO EXTRA