

Eje
Salud Laboral S.A.S

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO	AUDIOMETRO			UBICACIÓN	FONOAUDIOLOGIA		
MARCA	INTERACUSTIC	MODELO	AS608	SERIE	0910463	Nº ACTIVO	EBM-21

CLASIFICACION

CLASIFICACION POR RIESGO	**CLASE**	**II**	**TIPO**	**A**
REGISTRO INVIMA	**2010DM-0005556**			

FECHA DE ADQUISICION	D 07 M 11 A 2013			FECHA DE INSTALACION	D 07 M 11 A 2013		
COMPRA	x	DONACION	----------	COMODATO	----------	REPOTENCIACION	--------
FABRICANTE		INTERACUSTIC		GARANTIA	1 AÑO (METROAKUSTIC)		
MANUAL DE OPERADOR	SI X / NO --------	IDIOMAS	INGLES	MANUAL DE SERVICIO	SI X / NO -------	IDIOMAS	VARIOS
		CUSTODIA	GERENCIA			CUSTODIA	----------

DESCRIPCION DEL EQUIPO

FUNCION QUE CUMPLE/PROCESO QUE REALIZA	SE UTILIZA PARA REALIZAR TEST AUDIOMETRICOS COMPLETOS Y ESPECIFICOS PERMITE DETERMINAR EL NIVEL AUDITIVO DE UN PACIENTE EN CADA UNO DE SUS OIDOS
SUGERENCIAS DE USO Y DE MANIPULACION	EL PACIENTE DEBE ESTAR EN UNA CABINA SELLADA DE TAL FORMA QUE NOS PERMITA UN AISLAMIENTO DEL SONIDO EXTERIOR, SE DEBE PEDIR CONCENTRACION TOTAL DEL PACIENTE, REVISAR QUE LOS AIDIFONOS ESTEN PUESTOS CORRECTAMENTE.

DATOS TECNICOS

VOLTAJE	5 V	FRECUENCIA	----------	RANGO DE MEDICION	125 - 8000, 70-100
CORRIENTE	----------	POTENCIA	----------	VARIABLES	HZ, Db

COMONENTES Y/O ACCESORIOS

AURICULARES PARA CAMARA, CABLE USB.

PROCESOS LIMPIEZA, DESINFECCION Y ESTERILIZACION

LIMPIEZA	SI	X	NO	----	DESINFECCION	SI	X	NO	-------	ESTERILIZACION	SI	----	NO	X

GESTION DEL RIESGO

PROBABILIDADES DE EVENTOS ADVERSOS	ACCIONES PREVENTIVAS
EL EQUIPO NO ENCIENDE	VERIFICAR ESTADO DE BATERIAS OCONEXION USB
EL TONO NO CORRESPONDE AL OIDO INDICADO	VERIFICAR POSICION DE AURICULARES
NO SE GENERA SONIDO	VERIFICAR CONECTORES DE AURICULARES.