

Eje
Salud Laboral S.A.S

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMEDICOS

EQUIPO	NEVERA			UBICACIÓN	LABORATORIO		
MARCA	CHALLENGER	MODELO	CR074	SERIE	WM07-1300150-1-2	Nº ACTIVO	EBM-37
REGISTRO INVIMA	----------			CERTIFICADO IMPORTACION	----------		

CLASIFICACION

CLASIFICACION POR RIESGO				CLASE	II	TIPO	A
FECHA DE ADQUISICION	D	M	06 A 2024	FECHA DE INSTALACION	D	M	06 A 2024
COMPRA	----------	DONACION	X	COMODATO	----------	REPOTENCIACION	--------
FABRICANTE	----------			GARANTIA	----------		
MANUAL DE OPERADOR	SI -------- NO --------	IDIOMAS	---------- CUSTODIA ----------	MANUAL DE SERVICIO	SI ------- NO -------	IDIOMAS	---------- CUSTODIA ----------

DESCRIPCION DEL EQUIPO

FUNCION QUE CUMPLE/PROCESO QUE REALIZA	REFRIGERACION TEMPORAL A TEMPERATURA CONTROLADA PARA MUESTRAS DE LABORATORIO
SUGERENCIAS DE USO Y DE MANIPULACION	MANTENER EL EQUIPO CONECTADO PERMANENTEMENTE, MANTENER LA TEMPERATURA EN UN RANGO DE 2 A 10 GRADOS CELCIUS, REALIZAR LIMPIEZA PERIODICA, EL EQUIPO DEBE ESTAR MONITOREADO POR TERMOHIGROMETRO CON REGISTRO DE VARIACION DE TEMPERATURA.

DATOS TECNICOS

VOLTAJE	110V	FRECUENCIA	60 HZ	RANGO DE MEDICION	MIN-MAX
CORRIENTE	4,2 A	POTENCIA	460 W	VARIABLES	----------

COMONENTES Y/O ACCESORIOS

PROCESOS LIMPIEZA, DESINFECCION Y ESTERILIZACION

LIMPIEZA	SI	X	NO	----	DESINFECCION	SI	X	NO	-------	ESTERILIZACION	SI	----		NO	--------

GESTION DEL RIESGO

PROBABILIDADES DE EVENTOS ADVERSOS	ACCIONES PREVENTIVAS
LA NEVERA NO GENERA FRIO	REVISAR CONEXIÓN DE ENERGIA REVISAR NIVEL DE TEMPERATURA REVISAR POSICION DE SENSOR DE TERMOHIGROMETRO