MetrOmega
SU EQUIPO CONFIABLE

Informe Técnico
5312

INSTRUMENTO:	CABINA DE BIOSEGURIDAD	**EMPRESA:**	ITM
FABRICANTE:	THERMO SCIENTIFIC	**UBICACIÓN:**	CUARTO DE CULTIVOS NO INFECC.
MODELO:	1385	**RANGO DE MEDICIÓN:**	NO APLICA
SERIE:	300235707	**RESOLUCIÓN:**	NO APLICA
CÓDIGO:	LCB001	**FECHA:**	2026-08-03

RECEPCIÓN DEL EQUIPO:



- *El equipo se recibe en condiciones físicas óptimas, no se observan signos de maltrato o mala operación.*


EJECUCION:

- *Se realizó limpieza del exterior e interior del equipo.*






- *Se verificó el voltaje de alimentación:*





- *Revisión estado del panel de operación y pantalla indicadora.*





- *Se verificó voltaje de toma corrientes dentro de la cabina.*





- *Se verificó corriente del motor- ventilador*






- *Se verificó sistema de poleas de la ventana (guillotina)*






- *Se verificó el sistema de iluminación de luz blanca*





- *Se verificó y revisó tarjeta electrónica de la cabina.*








- *Observación de buen estado de los filtros HEPA.*





MetrOmega
SU EQUIPO CONFIABLE

RECOMENDACIONES:


- *Realizar limpieza cuando se utilice el equipo.*

OBSERVACIONES:

- *El equipo se deja operando dentro de especificaciones técnicas.*

Todos nuestros servicios están enfocados hacia la satisfacción total de los clientes, si esta labor no cumple con todos sus requerimientos, siéntase totalmente libre de comunicarnos su necesidad o sugerencia.

Cordialmente,



Livistong Saa
Servicio Técnico
METROMEGA S.A.S.