MetrOmega
SU EQUIPO CONFIABLE

Informe Técnico
5313

INSTRUMENTO:	CABINA DE BIOSEGURIDAD	**EMPRESA:**	ITM
FABRICANTE:	THERMO SCIENTIFIC	**UBICACIÓN:**	ZONA DE ENSAYOS
MODELO:	1375	**RANGO DE MEDICIÓN:**	NO APLICA
SERIE:	300448763	**RESOLUCIÓN:**	NO APLICA
CÓDIGO:	NO INDICA	**FECHA:**	2026-08-03

RECEPCIÓN DEL EQUIPO:



- *El equipo se recibe en condiciones físicas óptimas, no se observan signos de maltrato o mala operación.*


EJECUCION:

- *Se realizó limpieza del exterior e interior del equipo.*





- *Se verificó el voltaje de alimentación:*





- *Revisión estado del panel de operación y pantalla indicadora.*





- *Se verificó voltaje de toma corrientes dentro de la cabina.*





- *Se verificó corriente del motor- ventilador*






- *Se verificó sistema de poleas de la ventana (guillotina)*






- *Se verificó el sistema de iluminación de luz blanca*





MetrOmega
SU EQUIPO CONFIABLE

- *Se verificó y revisó tarjeta electrónica de la cabina.*


- *Observación de buen estado de los filtros HEPA.*




RECOMENDACIONES:

- *Realizar limpieza cuando se utilice el equipo.*

OBSERVACIONES:

- *El equipo se deja operando dentro de especificaciones técnicas.*

Todos nuestros servicios están enfocados hacia la satisfacción total de los clientes, si esta labor no cumple con todos sus requerimientos, siéntase totalmente libre de comunicarnos su necesidad o sugerencia.

Cordialmente,

Livistong Saa
Servicio Técnico
METROMEGA S.A.S.