MANTENIMIENTO LECTORES DE MICROPLACAS #89

Argiro Mejia

04 sep, 2026 15:26

Equipos y Laboratorio de Colombia SAS

6044480388

Carrera 57 #74 - 04 bodega 117 / Colombia-Antioquia-Itagüi

Fecha:	04 sep, 2026
Consecutivo:	MLP-089
Equipo:	Lector de microplacas
Modelo:	Varioskan LUX
Ref:	VL000D0
Serial:	302-81289
Inventario:	R-LCB 007
Ubicación:	Laboratorio de ciencias biomedicas
Solicitante:	INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO
Estado Inicial del Equipo	Equipo se encuentra condiciones funcionales, se observa polvo al interior.

Foto Equipo



Foto Label



Actividades realizadas

Elementos seleccionados de una lista de 13 elementos

- Verificacion mecánico visual del equipo y accesorios
- Verificacion de funcionamiento y configuracion vía Skanit
- Prueba de auto chequeo y descarga de resultados
- Desensamble del equipo
- Verificacion del estado de sistemas eléctricos y mecánicos del equipo
- Limpieza partes internas del equipo
- Limpieza y lubricación de sistema mecánico del equipo
- Verificacion y limpieza de partes ópticas
- Verificacion y limpieza de ruletas de filtros
- Ensamble del equipo
- Limpieza externa del equipo
- Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento pos mantenimiento
- Verificacion de configuracion vía Skanit pos mantenimiento

Voltaje F-N	119,8
Voltaje F-T	119,8
Voltaje T-N	0,2
Voltaje DC	NA

Foto Proceso




Foto Proceso




Foto Final



Observaciones	Equipo se entrega en buenas condiciones de funcionamiento.
Responsable del servicio	Argiro Mejia
RECIBE	Esneyder Arias



Firma



Recibe