Salud / Instituto Nacional de Salud	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	Fecha: 2026
	FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO DE EQUIPOS	

Grupo Equipos de Laboratorio y Producción	EQUIPO:	AUTOCLAVES

Ítem	N° METROLÓGICO	N° INVENTARIO	EQUIPO	MARCA	MODELO	N° SERIE	DIRECCIÓN	UBICACIÓN	MAGNITUD A CONTROLAR	ESPECIFICACIONES A CONTRATAR	CANTIDAD DE RUTINAS	SERVICIO
1	35722	35722	ESTERILIZADOR A VAPOR	BAUMER	2046.1398.20	B0110-263P-NB3	DP	BIO - BIOTERIO	PRESIÓN Y TEMPERATURA	**CALIFICACIONES** **CALIFICACIÓN DE OPERACIÓN** • Ciclo Solidos 121°C 20 min esterilización (3 ciclos) Test Bowie & Dick **CALIFICACIÓN DESEMPEÑO** • Ciclo Sólidos (3 ciclos) 121°C 30 min esterilización (3 ciclos) • Ciclo Cadáveres (3 ciclos) 121°C 30 min esterilización (3 ciclos) • Ciclo Líquidos (3 ciclos) 121°C 20 min esterilización (3 ciclos) **CALIBRACIONES** **TEMPERATURA** • Sensor de Temperatura tipo PT-100 Código 899731 para un (1) punto 121°C • Sensor de Temperatura tipo PT-100 (Cámara externa) Código 901875 para un (1) punto 121°C	Dos (2) rutinas de Mantenimiento Preventivo con Verificación Metrológica.	Mantenimiento Preventivo Incluida Verificación Metrológica
											Una (1) rutina de calificación operacional	Calificación Operacional (OQ)
											Tres (3) rutinas de calificación de desempeño	Calificación de Desempeño (PQ)
											Tres (2) rutinas de calibración	Calibración In Situ