



OBJETO	SUMINISTRAR EL OXÍGENO MEDICINAL, ALQUILAR LOS EQUIPOS FIJOS Y PORTÁTILES DE OXIGENOTERAPIA PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA DEL SENA.
---------------	--

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR

ÍTEM	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	CONCENTRADOR DE OXIGENO	Agua destilada por 500 ml, 5 bolsas al mes, humidificador y cánula nasal, su cambio se realizará en los casos previstos en las Condiciones de Prestación del servicio, (cambio de insumo trimestral). - Cilindro de respaldo trimestral con humidificador y cánula nasal con manómetro, acorde a las necesidades. - Cilindro de transporte para pacientes con consumos superiores a 18 horas que incluye cuatro recargas mensuales, cánula y Humidificador, con manómetro. - Carro de transporte para cilindro de transporte. -Succionador de secreciones, que incluyen los desechables del equipo, tienda de traqueotomía acorde a las necesidades del paciente. - Capacitación al paciente del manejo del equipo.	7	UN
2	ALQUILER EQUIPO DE CPAP	Agua destilada por 500 ml, 3 bolsas al mes. -Mascara convencional (o siliconada en caso necesario) y manguera con puerto de Oxígeno. - Cambio de máscaras en los casos previstos en las condiciones de	8	UN



		prestación del servicio. -Capacitación al paciente del manejo del equipo.		
3	ALQUILER EQUIPO DE CPAP MAS OXIGENO	CPAP con tarjeta de lectura para pacientes que lo requieran. -Mascara convencional (o siliconada en caso necesario) y manguera con puerto de OXÍGENO. -Cambio de máscaras en los casos previstos en las condiciones de prestación del servicio. -OXÍGENO por Cilindro con manómetro y/o concentrador. -Agua destilada por 500 ml, 3 bolsas al mes. -Cilindro de respaldo trimestral con humidificador y cánula nasal con manómetro acorde a las necesidades. -Cilindro de transporte con manómetro para pacientes con consumos superiores a 18 horas que incluye cuatro recargas mensuales, cánula y Humidificador. -Regulador y Carro de transporte para cilindro de transporte. -Capacitación al paciente del manejo del equipo.	2	UN
4	ALQUILER EQUIPO BIPAP SIN OXIGENO	Mascaras convencional (o siliconada en caso necesario). - Agua destilada por 500 ml, 3 bolsas al mes, humidificador y cánula nasal convencional, su cambio se realizará en los casos previstos en las Condiciones de Prestación del servicio. - Capacitación al paciente del manejo del equipo	2	UN
5	ALQUILER EQUIPO BIPAP MAS OXÍGENO	BIPAP con tarjeta de lectura para pacientes que lo requieran. - Mascaras convencional (o siliconada en caso necesario) y manguera con puerto de OXÍGENO. -Cambio de máscaras en los casos previstos en las condiciones de prestación del servicio. -OXÍGENO por Cilindro con manómetro y/o concentrador. - Agua destilada por 500 ml, 3 bolsas al mes.	1	UN



		-Cilindro de respaldo trimestral con humidificador y cánula nasal con manómetro acorde a las necesidades. -Cilindro de transporte con manómetro para pacientes con consumos superiores a 18 horas que incluye cuatro recargas mensuales, cánula y Humidificador. -Regulador y Carro de transporte para cilindro de Condiciones de Prestación del servicio.	
--	--	--	--

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES/SERVICIOS/OBRAS

En caso de que se requiera un servicio con urgencia vital que no se encuentre detallado en las especificaciones técnicas y el prestador cuente con la habilitación, deberá garantizarlo; para los servicios no ofertados deberá iniciarse el proceso de referencia y contrarreferencia con la Entidad.

Para la ejecución del objeto contractual se deberá incluir en el suministro integral de oxígeno medicinal domiciliario los siguientes elementos:

1. ELEMENTOS INCLUIDOS
Cilindro de 6,5 M3 con manómetro y flujómetro. Cilindro de 3 M3 con manómetro y flujómetro. Cilindro de 1 M3 con manómetro y flujómetro Cilindro de 0,5 M3 con manómetro y flujómetro
Cilindro de 400 lts con manómetro y flujómetro, arnés o carro de transporte
Cilindro de 600 lts con manómetro y flujómetro, arnés o carro de transporte
Concentrador de oxígeno que debe incluir: Una bala de soporte de 3 mts cúbicos, y certificado de prueba del equipo y la concentración de oxígeno que suministra, debe ser mayor al 95%.
Ventilador de presión positiva no invasiva C-PAP dependiendo si el CPAP se incluye
Succionador de secreciones
Oximetría de pulso y sensor para adulto.
Oximetría de pulso y sensor para pediátrico. Ventilador de presión positiva de doble nivel BIPAP.
Mini flujómetro
Recarga bala de cilindro de 6 M3 Recarga bala de cilindro de 3 M3
Recarga bala de cilindro de 1 M3 Recarga bala de cilindro de 0,5 M3



Recarga bala de cilindro de 400 litros
Recarga bala de cilindro de 600 litros
Mantenimiento de equipos de Oxigenoterapia tales como CPAP
2. PRODUCTOS DESECHABLES
-Cánula nasal adulto
-Cánula nasal Pediátrica
Cánula nasal prematuro
-Humidificador
-Agua destilada, bolsa de 500 mililitros
-Máscara y arnés para los equipos de CPAP y BPAP de tres tallas de gel y silicona con conector de oxígeno.
-Puerto de Exhalación (dispositivo)
-Elementos desechables para los equipos de succión de secreciones.
-Máscara y arnés para los equipos de CPAP y BPAP de tres tallas de gel y silicona con conector de oxígeno.
-Puerto de Exhalación (dispositivo)
-Elementos desechables para los equipos de succión de secreciones.