

 POLSERMIN & CIA LTDA NIT: 900.232417-8	PROPUESTA TECNICO - ECONOMICA		
	COD.: CM-RG-002	VERSION: 01	VIGENCIA 31/05/2011

Sogamoso, mayo 28 de 2026

COTIZACIÓN No. 2026-05-00123

Señores:

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

Atención: **EDISON JOSE PENARANDA TOSCANO**

Gestor T1 G10- Grupo de Seguridad y Salvamento Minero

REF: COTIZACIÓN CALIBRACIÓN TECNICA Y CERTIFICADA PARA ALCOHOLIMETROS

NOTA: Los valores de la presente cotización puede incluir el costo de algunos repuestos y accesorios que son requeridos para el correcto funcionamiento de los alcoholímetros .

De igual manera, los equipos que tienen cotización de solamente calibración, pueden cambiar sustancialmente su condición y costo al momento del procedimiento de calibración, requiriendo el cambio de sensores por fin de vida útil. Lo anterior, teniendo en cuenta el tiempo de servicio y fecha de fabricación de los alcoholímetros

Si la reparación no es aprobada, se efectuara un cobro de \$ 2,5 SMDLV iva incluido por concepto de revisión

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO:	Contado
PLAZO DE ENTREGA:	8 – 15 días hábiles a la orden de servicio
IMPUESTOS:	IVA 19% incluido en los precios
VALIDEZ DE LA OFERTA:	2 días
GARANTIAS:	Son otorgadas por cada marca

Cuentas activas

BANCO BOGOTA

Cuenta corriente número 596304402 a nombre de POLSERMIN & CIA LTDA

BANCOLOMBIA

Cuenta de ahorros número 358-000241-19 a nombre de POLSERMIN & CIA LTDA

 POLSERMIN & CIA LTDA NIT: 900.232417-8	PROPUESTA TECNICO - ECONOMICA			
	COD.: CM-RG-002	VERSION: 01	VIGENCIA 31/05/2011	

ITEM	DESCRIPCION	CAT	V/ UNIT COP	V/TOTAL COP
1	ALCOHOLÍMETRO AT8900			
1.1	CALIBRACIÓN TECNICA Y CERTIFICADA PARA ALCOHOLIMETROS, El proceso de calibración se lleva a cabo utilizando las concentraciones establecidas y acreditadas a continuación, conforme a lo estipulado en nuestro procedimiento interno P-GL-02V.9 2024-08-21, el cual garantiza precisión, trazabilidad y cumplimiento con los más altos estándares de calidad. Puntos a calibrar (3) puntos incluyendo la verificación del punto cero (0 mg de etanol/100 mL de sangre equivalente. La calibración incluye: Documentación técnica completa, certificado de calibración con incertidumbre asociada, cumplimiento normativo, esencial para auditorías, licencias y operatividad legal, ajuste (cuando aplique) limpieza básica del equipo. Nota: Si desea un punto específico que se encuentren acreditado en nuestro alcance por favor infórmenos para ajustar su cotización.	9	388.000	3.492.000
	ALCOHOLÍMETRO ALERT J5			
1.2	CALIBRACIÓN TECNICA Y CERTIFICADA PARA ALCOHOLIMETROS, El proceso de calibración se lleva a cabo utilizando las concentraciones establecidas y acreditadas a continuación, conforme a lo estipulado en nuestro procedimiento interno P-GL-02V.9 2024-08-21, el cual garantiza precisión, trazabilidad y cumplimiento con los más altos estándares de calidad. Puntos a calibrar (5) puntos incluyendo el punto de verificación 0 mg de etanol/100mL de sangre equivalente. La calibración incluye: Documentación técnica completa, certificado de calibración con incertidumbre asociada, cumplimiento normativo, esencial para auditorías, licencias y operatividad legal, ajuste (cuando	11	490.000	5.390.000

 POLSERMIN & CIA LTDA NIT: 900.232417-8	PROPUESTA TECNICO - ECONOMICA			
	COD.: CM-RG-002	VERSION: 01	VIGENCIA 31/05/2011	

	aplique) limpieza básica del equipo. Nota: Si desea un punto específico que se encuentren acreditado en nuestro alcance por favor infórmenos para ajustar su cotización.			
		Subtotal \$	8.882.000	
		IVA \$	1.687.580	
		Total \$	10.569.580	

Cordialmente

DAIRA VARGAS

POLSERMIN & CIA LTDA

CALLE 15 No. 16 A 95 SOGAMOSO-COLOMBIA

TEL/FAX. (57 - 8) 7715506 M +57-3204944887/3204943698

e-mail: polsermin@hotmail.com / s.preciado@polsermin.com.co

cliente@polsermin.com.co

www.polsermin.com.co