

|                                                                                                   |                                  |             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|
| <br>CORANTIOQUIA | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL -SGI |             |               |
|                                                                                                   | ADENDA                           |             |               |
|                                                                                                   | CÓDIGO: F-PGC-74                 | VERSIÓN: 03 | PÁGINA 1 DE 2 |

## Proceso de Selección – MINIMA CUANTÍA N° -110-MC2609-4

No. 1

20 octubre de 2026:

El día 15 de octubre de 2026 se publicó la invitación del proceso de selección de Mínima Cuantía N° 110-MC2609-4 de 2026, cuyo objeto consiste en: *“Suministrar el servicio de calibración de los equipos de medición de contaminación acústica que hacen parte del sistema de calidad del aire de CORANTIOQUIA”*.

La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, recibió observaciones a la invitación por parte de la empresa INTECCON, las cuales fueron analizadas y consideradas por la Entidad, por lo tanto, se encuentra necesario modificar las especificaciones técnicas de la invitación así:

Las modificaciones contenidas en la presente Adenda forman parte integral de la invitación y en consecuencia deberán ser tenidas en cuenta por los Proponentes para la formulación de las Propuestas.

1. Modificar el numeral 3.2. Los puntos de calibración del Anemómetro Marca Kestrell quedarán así

|                               |                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Puntos de calibración:</i> | <i>Velocidad del viento</i><br>1.5, 3 y 5 m/s<br><i>Presión barométrica</i><br>Mínimo 3 puntos que cubran el rango entre 700hPa y 1018 hPa |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2. Modificar el numeral 1. De la ficha técnica, formato F-PGC-50, relacionada con el Anemómetro Marca Kestrell en el mismo sentido, el cual quedará así:

|                               |                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Puntos de calibración:</i> | <i>Velocidad del viento</i><br>1.5, 3 y 5 m/s<br><i>Presión barométrica</i><br>Mínimo 3 puntos que cubran el rango entre 700hPa y 1018 hPa |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: [www.corantioquia.gov.co](http://www.corantioquia.gov.co). Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

|                                                                                                   |                                  |             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|
| <br>CORANTIOQUIA | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL -SGI |             |               |
|                                                                                                   | ADENDA                           |             |               |
|                                                                                                   | CÓDIGO: F-PGC-74                 | VERSIÓN: 03 | PÁGINA 2 DE 2 |

Los demás aspectos de la invitación del proceso de Mínima Cuantía N° 110-MC2609-4, no se modifican.

La presente adenda se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) el día 20 de octubre de 2026, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.



JUAN FERNANDO GAVIRIA S  
Subdirector de Gestión Ambiental (e)

Elaboró y revisó: Comité Asesor y evaluador

Asesora jurídica: Ana Lucia Castañeda Garcia *Ana Lucia Castañeda G.*

Asesor Técnico: Carlos Alberto Gaviria B



Fecha de Elaboración: 20/10/2026

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: [www.corantioquia.gov.co](http://www.corantioquia.gov.co). Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

