INBIMED S.A.S.
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO Y SUMINISTRO

Cartago, 22 de septiembre de 2026

Doctora:
GLORIA ANGELICA BUSTAMANTE CARDENAS
Hospital Santa lucia E.S.E
El Dovio (Valle del Cauca)

Referencia: ***CUARTO INFORME DE MANTENIMIENTO***

Cordial Saludo,

Se presenta a Usted el ***INFORME*** de mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos de Hospital Santa Lucia del Municipio del Dovio realizo en el presente año, correspondiente a los meses de **agosto-septiembre**

La información que se presenta a continuación corresponde a las falencias que se encontraron en el mes, si se dio solución o la alternativa que se tiene y que se encuentra pendiente por mejorar en cuanto al funcionamiento de los equipos biomédicos.

ÁREA DE CONSULTA EXTERNA
SECCIÓN ODONTOLOGÍA

- Autoclave, se realiza la limpieza de la cámara, se requiere cambio de bandejas y de porta bandeja, por presentar deterioro físico
- Cavitron marca BOBCAT, se cambian orín de las puntas del Cavitron activo (2020-0678)
- Unidad higiene oral, se realiza corrección de fugas de agua y aire
- Unidad No 2 (2020-0405) se cambia válvula reguladora de paso de agua, y se cambia acople rápido del Cavitron. Se deja habilitada saluda NO3 para ser utilizada como scaler, se corrige fuga de aire modulo eyectores, se observan fisuras en el tapizado. Se cambia acople de la pieza de alta y empaque trasero.
- Unidad odontológica 2020-0648 se cambia holder automático de scaler se cambió jeringa triple auxiliar, se realizada adecuación de mangueras, se corrigió fugas de agua de la salida NO 3, se destapo obstrucción del tubo de desagüe, se realiza limpieza de superficie.

Carrera 5 Nte. No. 18-13 Cartago - Valle
Tel: 209 4646 Cels: 316 255 8068 - 316 271 2491
e-mail: inbimed@yahoo.com.co

ÁREA DE CONSULTA EXTERNA
SECCION: SERVICIO AUXILIAR DE DIAGNOSTICO
UBICACIÓN: LABORATORIO

- Centrifuga con activo 2013-0021 se da de baja
- Microscopio marca olimpus, presenta oculares con rayas.

ÁREA DE SALA DE PARTO
SECCION: SALA DE OBSERVACION

- Aspirador de secreciones 2020*-0227 se realiza lubricación de sistema mecánico, quedando en óptimas condiciones de funcionamiento.
-

ÁREA DE URGENCIAS
UBICACIÓN: TODAS LAS UBICACIONES DE URGENCIAS

- Bascula marca SEA del consultorio, se realiza ajuste en los sensores de presión, y queda en óptimas condiciones de funcionamiento.
- Desfibrilador marca MINDRAY modelo BENE HEART 3, pendiente cambio de tarjeta para corregir error de autodiagnóstico.
- Dopler del consultorio médico, se realiza adecuación de cable del transductor
- Monitor de signos, 2020-0567 se cambia brazalete completo y se realizan pruebas de funcionamiento, quedando en óptimas condiciones.
- Monitor se dignos BTL -9899 se coloca sensor de oximetria quedando habilitado.
- Monitor se signos marca EDAN, pendiente el cambio de pantalla por presentar varias rayas.
- Tensiómetro del consultorio medico se realiza adecuación de la manguera espiral,

ÁREA DE URGENCIAS
UBICACIÓN: ABULANCIA

- Tensiómetro aneroide 1008634, se cambia cámara doble vía
- DEA presenta parches con fecha de vencimiento cumplida

ÁREA DE CONSULTA EXTERNA
SECCION: VACUNACION

- Los equipos se encuentran en óptimas condiciones de funcionamiento.

ÁREA DE HOSPITALIZACION
SECCION: ESTACION DE ENFERMERIA

- Electrocardiógrafo se realiza ajuste de parametros quedando en optimas condciones de funcionamiento.

ÁREA DE CONSULTA EXTERNA
SECCIÓN: MEDICINA GENERAL
UBICACIÓN: TODOS LOS CONSULTORIOS.

- Equipo de órganos del consultorio No1, pendiente el cambio de cables eléctrico para mejorar su aspecto físico.
- Monitor de signos, pendiente adaptar brazalete grande y pediátrico.

NOTA:
Pendiente la entrega de oxímetro habilitado con el cambio de sensor de oximetría pediátrica.
Se entregan dos reguladores nuevos para cilindro grande y el otro para portátil

Agradeciéndole la atención que se sirva prestar a la presente y esperando haber cumplido con todas las expectativas y quedando atentos a cualquier inquietud

Cordialmente,

INBIMED S.A.S.
NIT. 800071573-1
Tel: 2094646

ELIZABETH GIRALDO ACEVEDO
Representante Legal de INBIMED SAS

Copia Archivo