BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS	F3.G8.PP	28/01/2025
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

Balanza Pesa Alimentos _X_ Balanza Pesa Personas ___ Balanza Pesa Bebés ____

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO Y CLASE	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección-Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
NO APLICA	RANGER	EK3252	BA-CDI - 01	CDI APROBI Cra 109 # 137 - 45 Bogota	YURY VARGAS AUX. SERVICIOS GENERALES

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	FECHA	RESULTADO	No.	FECHA	RESULTADO	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
F-LC-20	29/10/2018	CUMPLE	LM-IP - 2162	11/07/2022	CUMPLE	11/07/2026

DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO		DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN		FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max)	6 Kg	Juego de pesas clase	2 Kg 5 Kg	3/08/2026	3/11/2026
Carga mínima (Min)	20 G	Número de Certificado		RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACION INTERMEDIA	
División de escala (e / d)	1 G			INGRID MARCELA ORTIZ S.	
Repetibilidad (indicación en manual)	SIN INFORMACION	INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON Laboratorio ENGAR-Fecha de calibración 08/09/2022 2Kg-5Kg y 20 Kg: M1			
Error Máximo Permitido (EMP)	SIN INFORMACION				

PRUEBAS

EXCENTRICIDAD

CARGA EN PRUEBA: 2KG

Punto	Indicación	Diferencia
1	1.9	0
2	2	0
3	2	0
4	1.9	0
5	2	0
Error máximo obtenido en la prueba		0.1
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	CUMPLE	

REPETIBILIDAD

CARGA EN PRUEBA: 5 KG

No. Medición	Indicación	Diferencia
1	4.9	0
2	4.9	0
3	5	0
4	5	0
5	5	0
Error máximo obtenido en la prueba		0.1
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	CUMPLE	


EXACTITUD

CARGA EN PRUEBA: 2KG - 5 KG

Punto	Indicación	Diferencia
1	2	0
2	2	0
3	4.9	0
4	5	0
5	5	0
Error máximo obtenido en la prueba		0.1
Error mínimo obtenido en la prueba		0
RESULTADO	CUMPLE	

RESULTADO: Cumple o no cumple

GUIA EXCENTRICIDAD



Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaria por fuera del error máximo permitido

OBSERVACIONES:	NINGUNA
Firma del responsable de realizar la Verificación Intermedia:	

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.