
BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE TERMOMETROS**	**F2.G8.PP**	**28/01/2025**
		Versión 5	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: **Pública**	

No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS	MARCA	MODELO	SERIAL	UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad)	RESPONSABLE DEL EQUIPO
NO APLICA	KEX GERMANY	**SH-127**	**TM-CDI-01**	CDI APROBI Cra 109 # 137 - 45 Bogota	YURY VARGAS AUX. SERVICIOS GENERALES

CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE)			CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)			
No.	**FECHA**	**RESULTADO**	**No.**	**FECHA**	**RESULTADO**	**FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN**
T - 1719	21/04/2017	Cumple	LT-TC - 24185	4/10/2024	**CUMPLE**	
			TC-33178	16/10/2025	**CUMPLE**	**16/10/2026**

FECHA DE VERIFICACION	T referencia (Punto de Hielo y/o Punto de Ebullición	T medida	Error (Treferencia - T medida)	RESULTADO	RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACIÓN INTERMEDIA
12/12/2025	**Punto de Hielo**	**0.0**	**0.0 +/-1.0**	**CUMPLE**	**Ingrid Marcela Ortiz**		**1/03/2026**
9/02/2026	**Punto de Hielo**	**0.0**	**0.0 +/-1.0**	**CUMPLE**	**Ingrid Marcela Ortiz**		**9/05/2026**
4/05/2026	**Punto de Hielo**	**0.0**	**0.0 +/-1.0**	**CUMPLE**	**Ingrid Marcela Ortiz**		**4/08/2026**
3/08/2026	**Punto de Hielo**	**0.0**	**0.0 +/-1.0**	**CUMPLE**	**Ingrid Marcela Ortiz**		**3/11/2026**

RESULTADO: Cumple o no cumple

FIRMA DEL RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN INTERMEDIA: 

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.