4. ELEMENTOS MINIMOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE BIENESTAR INTEGRAL

ASOCIADO ASOCIACIÓN BENEFACTORA DE NIÑOAS ASOBEN

NOMBRE DEL JARDÍN VILLA MARY | CONVENIO 9753-2026

DIRECCIÓN CALLE 67 A 100 B 25

COBERTURA	M 0	C 0	P 59	PJ 68	J 0	TOTAL 127

4.2 VIGILANCIA NUTRICIONAL

No.	NOMBRE DEL ELEMENTO	CARACTERISTICAS	DETALLE CANTIDAD	CANTIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Infantómetro para niños y niñas menores de dos años	Precisión de 1 mm capacidad de 100 a 120 cm, material de fabricación: resistente, liviano y no deformable. Sistema rodante, no inestable cinta métrica metálica, ubicada a uno o ambos lados y no en la mitad del equipo. Garantizar 90 grados espaldar, con una base de 25 cm de ancho y pieza móvil rodante, que le permita a la niña o niño acostarse. No se recomienda el uso de infantómetro en materiales susceptibles a dilatación en diferentes ambientes. (Temperatura)	Una unidad en buen estado.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2	Tallímetro para niños y niñas mayores de dos años	En material resistente liviano y no deformable. Capacidad de dos (2) metros, sensibilidad 1mm. se recomienda una base de 25 cm de ancho. No se recomienda el uso del tallímetro con balanzas mecánicas. alcance / rango de medición: 20 205 cms. sensibilidad / división: 1 mm unidad de marcación: cm. error permitido: 2mm desarmable y desmontable, con base o plataforma que brinde estabilidad y tope móvil. de fácil transporte. con cinta métrica elaborada en el mismo material del elemento. material fabricado en ABS de grado médico. sin fijación a la pared. montaje rápido y sencillo. se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.	Una unidad en buen estado.	1 unidad	CUMPLE	Tallímetro: Marca Avanutri, modelo AVA-312.
3	Pesabebé	Capacidad: 20 25 kilos. Precisión: 10 a 20 g. Mecanismo: electrónica, digital o de brazo mecánica. Para Jardines Infantiles con niñas y niños menores de dos años.	Una unidad en buen estado.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4	Balanza de pie	Capacidad: 120 a 150 kg. Precisión: ideal 50 gr, máximo 100gr. Mecanismo: Digital o mecánica con único uso para peso no para medir talla (sin metro). Debe contar con plataforma amplia, no deben utilizarse balanzas de baño (mecánicas, de resorte, con sensibilidad de 500 gr), porque los datos no son confiables para el seguimiento nutricional. Nota: la balanza debe ser tipo médico.	Una unidad en buen estado.	1 unidad	NO CUMPLE	Balanza de pie: Marca Health o meter Professional, modelo 800KL. NOTA: La balanza de pie, es adquirida el 11 de agosto de 2025, no cuenta con certificado de calibración vigente, por lo cual se requiere gestionar dicho soporte conforme a lo establecido en el Anexo Técnico.

El presente documento certifica que los elementos anteriormente descritos se encuentran disponibles para el inicio de la prestación del servicio a las niñas y los niños.

Fecha de diligenciamiento: 1 de octubre del 2026

En constancia Firman:





N	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN**
NOMBRE: Liliana Arquez Fernández	**NOMBRE: Isabella Guerrero Castañeda**
N° DE DOCUMENTO: 101426747	**N° DE DOCUMENTO: 1018494817**
CARGO: Responsable del Jardín Infantil	**CARGO: Apoyo a la supervisión**