ADENDA MODIFICATORIA
INVITACIÓN PUBLICA No. 036-MC-2026

La Institución Universitaria de Roldanillo- UNINTEP, conforme a lo previsto en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 del 2015, procede a expedir la presente adenda modificatoria a la Invitación Pública del proceso de Selección de Mínima Cuantía No 036-MC-2026 previas las siguientes consideraciones:

Que UNINTEP adelanta el Proceso de Selección de Mínima Cuantía No 032-MC-2026, cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MICROSCOPÍA, INCUBACIÓN Y MEDIOS DE CULTIVO PARA MICROBIOLOGÍA EN LABORATORIO DE INSEMINACIÓN, DESTINADOS AL MEJORAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO ACADÉMICO DE UNINTEP "AGROINTEP".

Que, de conformidad con las observaciones presentadas en el marco del presente proceso, la Entidad se permite modificar la Invitación Pública, específicamente el **numeral 7. Criterios Técnicos y Económicos,** en lo correspondiente al ítem «Incubadora digital», del proceso No. 035-MC-2026, el cual quedará de la siguiente manera:

7. CRITERIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS

DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANT	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	IMAGEN DE REFERENCIA
Microscopio con pantalla	UNIDAD	3	Sistema Óptico y Objetivos: * Cabezal binocular profesional (preferiblemente tipo Seidentopf) con inclinación ergonómica y ajuste de distancia interpupilar. ● Revólver cuádruple equipado con objetivos de alta resolución para las siguientes configuraciones: 4X, 10X, 40X (seco) y 100X (inmersión en aceite). Sistema de Visualización Digital: ● Pantalla HD integrada montada directamente sobre el cabezal del equipo, que permita la visualización nítida y fluida de las muestras en tiempo real, optimizando la ergonomía y el trabajo colaborativo en el laboratorio. Sistema de Iluminación: ● Iluminación transmitida mediante tecnología LED de luz blanca, de alta intensidad, bajo consumo y larga vida útil	

DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANT	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	IMAGEN DE REFERENCIA
			(que no genere transferencia térmica a las muestras). Control Lumínico y Contraste: **a)** Condensador de alta calidad regulable (tipo Abbe o equivalente) con diafragma de iris integrado para un control preciso del contraste y la resolución del haz de luz. Mecánica y Enfoque: ● Platina mecánica de doble capa con mandos coaxiales para el movimiento de precisión en ejes X-Y. ● Sistema de enfoque coaxial macrométrico y micrométrico bilateral con embrague de seguridad.	
INCUBADORA DIGITAL, 60 Lts, CONVECCION FORZADA, CAMARA UTIL EN ACERO, 49X30X41 cm, HASTA 90ºC, UNIFORMIDAD +/- 1ºC A 37ºC, SENSOR PT100	UNIDAD	1	● Capacidad: mayor o igual 60 Lts ● Material: Acero Inoxidable Rango de Temperatura: 5°C hasta 90°C. ● Voltaje: 110-115 (V.C.A) Nota: Las dimensiones internas de la cámara útil podrán variar en proporción al volumen ofertado, siempre que el equipo cumpla con el rango de temperatura hasta 90◦C90◦C, uniformidad de ±1◦C±1◦C a 37◦C37◦C, sensor PT100, sistema de convección forzada y cámara en acero inoxidable.	
Agar Manitol Salado	500 gr	1	● Composición (g/l): ● Sodio Cloruro: 75,0 ● D(-)-Manita: 10,0 ● Extracto de Carne: 1,0 ● Digerido Pancreático de Caseína: 5,0 ● Digerido Péptico de Tejido Animal: 5,0 ● Rojo de Fenol: 0,025 ● Agar: 15,0 ● pH: 7,4±0,2	
Agar Macconkey	500 gr	1	● Composición (g/l): ● Lactosa: 10,0 ● Peptonas (carne y caseína): 3,0 ● Sales Biliares: 1,5 ● Peptona de Gelatina: 17,0 ● Rojo Neutro: 0,03 ● Sodio Cloruro: 5,0 ● Violeta Cristal: 0,001 ● Agar: 13,5 ● pH: 7,1±0,2	

De igual manera, se realiza la modificación correspondiente al **ANEXO 2 – OFERTA ECONÓMICA**, el cual será adjuntado junto con el documento.

ORIGINAL FIRMADO
GERMÁN COLONIA ALCALDE
Rector

Elaboró: Ana Marcela Gómez H.– Oficina de Contratación
Revisó: Asesoría Jurídica – Juan David Hurtado Cuero
COEM ABOGADOS S.A.S.
NIT: 901.410.953-1