Alcaldia Municipal de Envigado	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 1 de 1

COPIA CONTROLADA

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
Catéter Intravenoso 24G Amarillo

CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO	
CLASIFICACION UNSPSC	TIPO DE BIEN O SERVICIO
42142600	Jeringas y accesorios

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Catéter Intravenoso 24G Amarillo

UNIDAD DE MEDIDA
Caja por 50 (1)

DESCRIPCIÓN GENERAL
Gauge (mm) pulgadas (mm) gauge (mm) (conector) NIC 2425R EJ 24 G (0,55 mm) 1" (25 mm) 26 G (0,45 mm) 22,4 ml/min Amarillo El catéter debe ser flexible con conexión Luer-Lock y radiopaco, en el interior debe contener una aguja, que actúa como guía interna permitiendo al catéter introducirse preferiblemente en un vaso sanguíneo o cavidad del organismo. Con fecha de mínimo un año de vencimiento

GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA
SEIS MESES DESPUES DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA
FELIPE POSADA MUÑOZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
