| | | | |
|---|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD | **SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA GESTIÓN DE CALIDAD** | **Código Documento: 040GCF166**<br>**Fecha de Emisión: 2024-04-29**<br>**Página: 1/1** | |
| Elaboró: Sofía Alvarado | Revisó: Sandra Olivos, Angie Arias | Aprobó: Mary Luz Gómez | Versión: 5 |
| Fecha de elaboración: 2021-07-15 | Fecha de revisión: 2024-04-26 | Fecha de aprobación: 2024-04-29 | |
| **FICHA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN** | | | |

| FECHA | 2026-02-25 | ITEM | 1 |
|---|---|---|---|

**1. NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO**

Kit para cuantificación Qubit RNA HS Assay

**2. UNIDAD DE MEDIDA**

Kit por 500 reacciones o su equivalencia

**3. NORMATIVIDAD APLICABLE**

Registro INVIMA. Resolución 773 de 2021 de aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA). De forma OBLIGATORIA: En caso de ser una sustancia controlada contenida en la Resolución 0001 del 2015 del Consejo Nacional de Estupefacientes, el oferente deberá presentar el Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes-CCITE o autorización extraordinaria, que autorize la comercialización de la sustancia, el cual debe estar vigente al momento de presentar la oferta y al momento de entregar el reactivo.

**4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**Especificaciones y características técnicas mínimas:**

− Kit para cuantificación de material genético compatible con el equipo de fluorometría disponible en el laboratorio.
- Debe incluir tubos de ensayo Qubit para realizar cuantificaciones
- Capacidad de detección.
- Amplio intervalo dinámico.
- Buena tolerancia a contaminantes como sales, disolventes o detergentes.

**Fecha de vencimiento:**

El kit debe encontrarse vigente y su fecha de vencimiento ser superior o igual a 24 meses, teniendo en cuenta el tiempo desde la entrega del ítem al laboratorio. Al momento de la entrega, no se aceptan reactivos con fechas menores a las mencionadas.

**Mantenimientos preventivos y correctivos:**

− No aplica.

**Soporte técnico:**

- Realizar asesoría y entrenamiento en el protocolo definido para el ensayo a los profesionales asignados por la Subdirección LSP.
- Manejo del sistema operativo de los equipos (si aplica)

**Garantía técnica:**

Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha de acuerdo con las especificaciones requeridas y las normas técnicas relacionadas.

**Certificaciones técnicas:**

Certificado de análisis o ficha técnica del reactivo en inglés y/o español (en físico y/o digital) ORIGINAL, donde se especifique como mínimo: el número de lote, fecha de vencimiento.


Copia de la Hoja de seguridad (SDS), en caso de ser idioma inglés incluir una traducción simple al español (En físico y/o digital) ORIGINAL.

**Informes o productos que debe presentar el contratista al supervisor del contrato:**

Los relacionados en el pliego de condiciones generales. Con las certificaciones técnicas antes descrita y el compromiso de cumplimiento de las garantías técnicas de integridad del producto como mínimo igual a la fecha de vencimiento del producto.

De forma OBLIGATORIA: En caso de ser una sustancia controlada contenida en la Resolución 0001 del 2015 del Consejo Nacional de Estupefacientes, el oferente deberá presentar el Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes-CCITE o autorización extraordinaria, que autorize la comercialización de la sustancia, el cual debe estar vigente al momento de presentar la oferta y al momento de entregar el reactivo.

**5. APROBACIONES**

| Proceso | Nombres y apellidos | Área | Firma |
|---|---|---|---|
| Elaboró | Jenny Paola Sanchez Lancheros | Profesional Especializado Vigilancia de Enfermedades |  |
| Aprobó | Sandra Liliana Gomez Bautista | Profesional Especializado - Referente VE |  |
| VoBo Profesional área de metrologia **(Cuando Aplique)** | No Aplica. | No Aplica. | No Aplica. |