	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA GESTIÓN DE CALIDAD	**Código Documento: 040GCF166** **Fecha de Emisión: 2024-04-29** **Página: 1/1**	
Elaboró: Sofía Alvarado	Revisó: Sandra Olivos, Angie Arias	Aprobó: Mary Luz Gómez	Versión: 5
Fecha de elaboración: 2021-07-15	Fecha de revisión: 2024-04-26	Fecha de aprobación: 2024-04-29	
FICHA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN			

FECHA	**2026-01-13**	**ITEM**	**1**

1. NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO

Láminas con resultados de baciloscopias cuantificadas

2. UNIDAD DE MEDIDA

Caja x 10 láminas

3. NORMATIVIDAD APLICABLE

ISO/IEC 17043 "Evaluación de la conformidad - Requisitos generales para los ensayos de aptitud".
El oferente debe garantizar que el proveedor del ensayo de aptitud sea un organismo que demuestre su competencia técnica mediante certificado de acreditación vigente en la norma ISO/IEC 17043 (NTC-ISO/IEC 17043) o la que la modifique, sustituya o adicione y que su alcance cubra el servicio requerido en la presente ficha técnica.

Instituto Nacional de Salud. Guía para la evaluación externa del desempeño de micobacterias en la Red Nacional de Laboratorios; 2025

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones:

*Laminas con resultado de baciloscopias cuantificadas compuesta por:
-Baciloscopia Positivas de:(+++), (++), (+), 1 a 9 /100 campos
-Baciloscopias Negativas
* Las láminas de baciloscopias certificadas deben estar coloreadas con Ziehl Neelsen
-Estas láminas deben tener características con campos microscópicamente útiles de: células, moco, fibras y polimorfonucleares.

SOPORTE TÉCNICO: No aplica

Garantía técnica: Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica de acuerdo con las especificaciones requeridas y las normas técnicas relacionadas

CERTIFICACIONES TÉCNICAS:
Copia del certificado de análisis (COA) o ficha técnica del reactivo en inglés y/o español (en físico y/o digital) ORIGINAL, donde se especifique como mínimo: el número de lote.

INFORMES O PRODUCTOS QUE DEBE PRESENTAR EL CONTRATISTA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO:
Los relacionados en el pliego de condiciones generales. Con las certificaciones técnicas antes descrita y el compromiso de cumplimiento de las garantías técnicas de integridad del producto - Cada caja debe tener adjunto el informe de lectura de las láminas cuantificadas

5. APROBACIONES

Proceso	**Nombres y apellidos**	**Cargo - Área**	**Firma**
Elaboró	Catalina Figueroa	Contratista Vigilancia de Enfermedades - Subdirección de Laboratorio de Salud Pública	Catalina Figueroa
Aprobó	Sandra Liliana Gomez Bautista	Profesional Especializado - Referente VE	Sandra L Gómez
VoBo Profesional área de metrologia **(Cuando Aplique)**	No Aplica.	No Aplica.	No Aplica.