Alcaldia Municipal de Envigado	FICHA TÉCNICA	Código: CC-F-077
		Versión: 001
		Página 1 de 1

COPIA CONTROLADA

DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
Catéter Intravenoso 24G Amarillo
CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO

CLASIFICACION UNSPSC	TIPO DE BIEN O SERVICIO
42142600	Jeringas y accesorios

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
Catéter Intravenoso 24G Amarillo
UNIDAD DE MEDIDA
Caja por 50 (1)
DESCRIPCIÓN GENERAL
24 G (0,55 mm) 1" (25 mm) 26 G (0,45 mm) 22,4 ml/min Amarillo El catéter debe ser flexible con conexión Luer-Lock y radiopaco, en el interior debe contener una aguja, que actúa como guía interna permitiendo al catéter introducirse preferiblemente en un vaso sanguíneo o cavidad del organismo. 24 G (0,55 mm) 1" (25 mm) 26 G (0,45 mm) 22,4 ml/min Amarillo Con fecha de mínimo un año de vencimiento
GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA
SEIS MESES DESPUES DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO
NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA
FELIPE POSADA MUÑOZ
FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
