ADENDA No. 3

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA NO. IDRD-SG-SASI-029-2026.

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS MÉDICOS Y DE PRIMEROS AUXILIOS REQUERIDOS POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015 y en atención a las respuestas emitidas respecto a las observaciones presentadas al pliego de condiciones definitivo del Proceso de Selección Abreviada para la Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes por Subasta Inversa Electrónica No. **IDRD-SG-SASI-029-2026**, procede a modificar el pliego de condiciones y demás documentos del proceso, de la siguiente manera:

PRIMERO. MODIFICAR PARCIALMENTE el numeral **6.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA** de la **FICHA TÉCNICA** del proceso, en el sentido de ajustar las especificaciones de los insumos que se relacionan a continuación en adelante quedarán así:

ITEM 49 – GUANTES ESTERILES:

ÍTEM	NOMBRE DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES ESTIMADAS
49	GUANTES ESTERILES	Guante de Vinilo PVC o látex, De Primera Calidad, De Color Blanco. Esterilizado Por Rayos Gamma. Con El Extremo Del Puño Rebordeado Tamaño: Talla 7 o su equivalencia al tamaño small.	Caja X 100 Unidades	1

ITEM 50 – GUANTES ESTERILES:

ÍTEM	NOMBRE DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES ESTIMADAS
50	GUANTES ESTERILES	Guante de Vinilo PVC o látex, De Primera Calidad, De Color Blanco. Esterilizado Por Rayos Gamma. Con El Extremo Del Puño Rebordeado Tamaño: Talla 8 o su equivalencia al tamaño médium.	Caja X 100 Unidades	3

ITEM 51 – GUANTES ESTERILES:

ÍTEM	NOMBRE DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES ESTIMADAS
51	GUANTES ESTERILES	Guante de Vinilo PVC o látex, De Primera Calidad, De Color Blanco. Esterilizado Por Rayos Gamma. Con El Extremo Del Puño Rebordeado Tamaño: Talla 9 o su equivalencia al tamaño large.	Caja X 100 Unidades	2

ITEM 80 – TUBOS MICRO-HEMATOCRITO AZULES: EN ADELANTE CON LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE ADENDA CORRESPONDERÁ AL ITEM 79 así.

ÍTEM	NOMBRE DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES ESTIMADAS
79	TUBOS MICRO-HEMATOCRITO AZULES	Tubos Hematocrito. vidrio neutro.	Caja (frasco) x 100 unidades	1

ITEM 81 – TUBOS MICROHEMATOCRITOS ROJOS CON HEPARINA: EN ADELANTE CON LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE ADENDA CORRESPONDERÁ AL ITEM 80.

ÍTEM	NOMBRE DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES ESTIMADAS
80	TUBOS MICROHEMATOCRITOS ROJOS CON HEPARINA	Tubos micro hematocrito, vidrio neutro con anticoagulante HEPARINA.	Caja (frasco) x 100 unidades	1

ITEM 97 – RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE PEDIATRICO: EN ADELANTE CON LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE ADENDA CORRESPONDERÁ AL ITEM 95.

ÍTEM	NOMBRE DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES ESTIMADAS
95	RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE PEDIATRICO	El Resucitador Desechable Pediátrico, es una herramienta esencial para la ventilación manual de pacientes pediátricos, desde mínimo 5 kg hasta máximo 33 kg de peso. Con un diseño confiable y funcional, ofrece una ventilación segura y eficaz en situaciones de emergencia. Versión pediátrica: la válvula limitadora de presión está abierta en 40 cmH2O. Volumen de la bolsa (reservorio): 400 ml. Volumen de resucitador: 600ml. Dimensiones: 146 x 100mm. Peso de Resucitador: 410g.	Unidad	40

ITEM 103 – GLUCOMETRO: EN ADELANTE CON LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE ADENDA CORRESPONDERÁ AL ITEM 101.

ÍTEM	NOMBRE DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES ESTIMADAS
101	GLUCOMETRO	Su sistema mide la cantidad de azúcar (glucosa) en sangre total. La prueba de glucosa está basada en la medición de la corriente eléctrica generada por la reacción de glucosa con el reactivo de la tirilla. El medidor mide la corriente, calcula el nivel de glucosa en la sangre, y muestra el resultado. La magnitud de la corriente producida por la reacción depende de la cantidad de glucosa en la muestra de sangre. Medidor de glucosa debe incluir el juego de baterías. Que incluya Estuche Compacto para protegerlo en el transporte. Dispositivo de punción Memorias de pruebas con fecha y hora. Con Manual de Usuario. Guía de consulta rápida. Garantía mayor a 1 año. Incluir caja de Lancetas y caja de tiras para la toma de glucometría. Especificación adicional: Muestra de declaraciones: Capilar / Venoso / Arterial / Neonato: Sí Construcción: de mano Tipo de medidor: el medidor es adecuado para un funcionamiento continuo Tamaño: 77,1 x 48,6 x 15,3 mm (LWH) Peso: Aprox.: 40 g (con pilas) Adicionalmente debe entregar con: 3 cajas de Lancetas y 3 cajas de tiras para la toma de glucometría con amplia vigencia de vencimiento mínimo de un (1) año. 3 juegos de pilas alcalinas para el recambio del equipo.	UNIDAD	46

ITEM 123 – ELECTRODOS SMART PADS II: EN ADELANTE CON LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE ADENDA CORRESPONDERÁ AL ITEM 121.

ÍTEM	NOMBRE DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES ESTIMADAS
121	ELECTRODOS SMART PADS II	Compatibilidad Desfibrilador Philips HeartStart FRx y FR2 Peso aproximado 80 g (incluyendo empaque y conectores) Conexión Preconectados, listos para uso inmediato Vida útil 2 años desde la fecha de fabricación Modo de uso Adhesivos autoadhesivos, colocación torácica estándar Almacenamiento Temperatura ambiente, evitar humedad y exposición directa al sol Presentación Pack de 2 unidades, en sobre sellado Funciones especiales Compatibles con entrenamiento y simulación, sensores de impedancia integrados Certificaciones CE, FDA, ISO 13485	UNIDAD	15

ITEM 146 ESTACIÓN DE BANDAS ELÁSTICAS "TIPO DE THERABAND O EQUIVALENTE: EN ADELANTE CON LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE ADENDA CORRESPONDERÁ AL ITEM 144.

ÍTEM	NOMBRE DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES ESTIMADAS
144	ESTACIÓN DE BANDAS ELÁSTICAS "TIPO DE THERABAND O EQUIVALENTE"	Tubos de resistencia profesional tipo theraband o equivalente hechos de caucho natural con conectores de anillo en D. Colores de referencia: Azul y/o Amarillo y/o Verde y/o Negro y/o Rojo entre otros.	Kit de 4 colores progresivos	3

SEGUNDO. SUPRIMIR el ítem **64 TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOSA,** del numeral **6.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA** de la **FICHA TÉCNICA,** atendiendo que el mismo se encuentra ya contemplado dentro del ítem 188, que corresponde a la numeración de la ficha inicial del mismo numeral, que la Ficha Definitiva modificada con la presente Adenda corresponde al Item 186.

TERCERO. SUPRIMIR el ítem **91 VENDA ELÁSTICA TIPO COBAN O EQUIVALENTE,** del numeral **6.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA** de la **FICHA TÉCNICA,** atendiendo su bajo nivel de consumo, con ocasión a las especificaciones técnicas del presente item en lo relacionado con su tamaño .

CUARTO. MODIFICAR PARCIALMENTE el numeral **8.3. ANÁLISIS DE LAS COTIZACIONES Y/O PRECIOS DE REFERENCIA**, del **ESTUDIO DEL SECTOR** del proceso, en el sentido de ajustar las especificaciones de los insumos que se relacionan a continuación:

ITEM 49 – GUANTES ESTERILES:

ÍTEM	NOMBRE DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES ESTIMADAS
49	GUANTES ESTERILES	Guante de Vinilo PVC o látex, De Primera Calidad, De Color Blanco. Esterilizado Por Rayos Gamma. Con El Extremo Del Puño Rebordeado Tamaño: Talla 7 o su equivalencia al tamaño small.	Caja X 100 Unidades	1

ITEM 50 – GUANTES ESTERILES:

ÍTEM	NOMBRE DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES ESTIMADAS
50	GUANTES ESTERILES	Guante de Vinilo PVC o látex, De Primera Calidad, De Color Blanco. Esterilizado Por Rayos Gamma. Con El Extremo Del Puño Rebordeado Tamaño: Talla 8 o su equivalencia al tamaño médium.	Caja X 100 Unidades	3

ITEM 51 – GUANTES ESTERILES:

ÍTEM	NOMBRE DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES ESTIMADAS
51	GUANTES ESTERILES	Guante de Vinilo PVC o látex, De Primera Calidad, De Color Blanco. Esterilizado Por Rayos Gamma. Con El Extremo Del Puño Rebordeado Tamaño: Talla 9 o su equivalencia al tamaño large.	Caja X 100 Unidades	2

ITEM 80 – TUBOS MICRO-HEMATOCRITO AZULES:

ÍTEM	NOMBRE DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES ESTIMADAS
80	TUBOS MICRO-HEMATOCRITO AZULES	Tubos Hematocrito. vidrio neutro.	Caja (frasco) x 100 unidades	1

ITEM 81 – TUBOS MICROHEMATOCRITOS ROJOS CON HEPARINA:

ÍTEM	NOMBRE DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES ESTIMADAS
81	TUBOS MICROHEMATOCRITOS ROJOS CON HEPARINA	Tubos micro hematocrito, vidrio neutro con anticoagulante HEPARINA.	Caja (frasco) x 100 unidades	1

ITEM 97 – RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE PEDIATRICO:

ÍTEM	NOMBRE DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES ESTIMADAS
97	RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE PEDIATRICO	El Resucitador Desechable Pediátrico, es una herramienta esencial para la ventilación manual de pacientes pediátricos, desde mínimo 5 kg hasta máximo 33 kg de peso. Con un diseño confiable y funcional, ofrece una ventilación segura y eficaz en situaciones de emergencia. Versión pediátrica: la válvula limitadora de presión está abierta en 40 cmH2O. Volumen de la bolsa (reservorio): 400 ml. Volumen de resucitador: 600ml. Dimensiones: 146 x 100mm. Peso de Resucitador: 410g.	Unidad	40

ITEM 103 – GLUCOMETRO:

ÍTEM	NOMBRE DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES ESTIMADAS
103	GLUCOMETRO	Su sistema mide la cantidad de azúcar (glucosa) en sangre total. La prueba de glucosa está basada en la medición de la corriente eléctrica generada por la reacción de glucosa con el reactivo de la tirilla. El medidor mide la corriente, calcula el nivel de glucosa en la sangre, y muestra el resultado. La magnitud de la corriente producida por la reacción depende de la cantidad de glucosa en la muestra de sangre. Medidor de glucosa debe incluir el juego de baterías. Que incluya Estuche Compacto para protegerlo en el transporte. Dispositivo de punción Memorias de pruebas con fecha y hora. Con Manual de Usuario. Guía de consulta rápida. Garantía mayor a 1 año. Incluir caja de Lancetas y caja de tiras para la toma de glucometría. Especificación adicional: Muestra de declaraciones: Capilar / Venoso / Arterial / Neonato: Sí Construcción: de mano Tipo de medidor: el medidor es adecuado para un funcionamiento continuo Tamaño: 77,1 x 48,6 x 15,3 mm (LWH) Peso: Aprox.: 40 g (con pilas) Adicionalmente debe entregar con: 3 cajas de Lancetas y 3 cajas de tiras para la toma de glucometría con amplia vigencia de vencimiento mínimo de un (1) año. 3 juegos de pilas alcalinas para el recambio del equipo.	UNIDAD	46

ITEM 123 – ELECTRODOS SMART PADS II:

ÍTEM	NOMBRE DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES ESTIMADAS
123	ELECTRODOS SMART PADS II	Compatibilidad Desfibrilador Philips HeartStart FRx y FR2 Peso aproximado 80 g (incluyendo empaque y conectores) Conexión Preconectados, listos para uso inmediato Vida útil 2 años desde la fecha de fabricación Modo de uso Adhesivos autoadhesivos, colocación torácica estándar Almacenamiento Temperatura ambiente, evitar humedad y exposición directa al sol Presentación Pack de 2 unidades, en sobre sellado Funciones especiales Compatibles con entrenamiento y simulación, sensores de impedancia integrados Certificaciones CE, FDA, ISO 13485	UNIDAD	15

ITEM 146 ESTACIÓN DE BANDAS ELÁSTICAS "TIPO DE THERABAND O EQUIVALENTE:

ÍTEM	NOMBRE DEL INSUMO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES ESTIMADAS
146	ESTACIÓN DE BANDAS ELÁSTICAS "TIPO DE THERABAND O EQUIVALENTE"	Tubos de resistencia profesional tipo theraband o equivalente hechos de caucho natural con conectores de anillo en D. Colores de referencia: Azul y/o Amarillo y/o Verde y/o Negro y/o Rojo entre otros.	Kit de 4 colores progresivos	3

QUINTO. SUPRIMIR el ítem **64 TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOSA,** del numeral **8.3. ANÁLISIS DE LAS COTIZACIONES Y/O PRECIOS DE REFERENCIA**, del **ESTUDIO DEL SECTOR** del proceso, atendiendo que el mismo se encuentra ya contemplado dentro del ítem 188 del mismo numeral del Estudio de Sector publicado inicialmente en adelante con la presente Adenda corresponde al Item 186. .

SEXTO. SUPRIMIR el ítem **91 VENDA ELÁSTICA TIPO COBAN O EQUIVALENTE,** del numeral **8.3. ANÁLISIS DE LAS COTIZACIONES Y/O PRECIOS DE REFERENCIA** del **ESTUDIO DEL SECTOR,** atendiendo su bajo nivel de consumo.

SÉPTIMO. MODIFICAR el **NUMERAL 8.4 PRESUPUESTO ESTIMADO,** del **ESTUDIO DEL SECTOR** del proceso, el cual quedará de la siguiente manera:

"**8.4 PRESUPUESTO ESTIMADO**

En cumplimiento con lo señalado en el Numeral 4 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y al resultado del anterior análisis, se toma como referencia del valor aproximado de mercado, la sumatoria de precios unitarios corresponde a **VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($26.394.596)** IVA incluido, impuestos de ley y demás costos directos e indirectos, se destaca que este valor es la sumatoria de los precios unitarios, pero no se considera el valor del presupuesto, debido a que la facturación varía según la cantidad de las necesidades durante la ejecución del contrato.

Así mismo, se precisa que el valor de los precios unitarios multiplicados por las cantidades estimadas es de: **TRESCIENTOS TRES MILLONES CIENTO UN MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($303.101.099)**, sin embargo, dada la disponibilidad presupuestal y que las cantidades efectivamente a ejecutar durante el contrato pueden variar, el presupuesto oficial del proceso asciende a **TRESCIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($304.224.504)**, moneda legal Colombia. IVA incluido, impuestos de ley y demás costos directos e indirectos."

OCTAVO. MODIFICAR en la plataforma SECOP II el valor de referencia en la pregunta de la **OFERTA ECONÓMICA INICIAL**, en adelante quedará por el valor de **TRESCIENTOS TRES MILLONES CIENTO UN MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($303.101.099)**, de conformidad a lo indicado en la cláusula anterior.

NOVENO. MODIFICAR el cronograma del Proceso de Selección Abreviada para la Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes por Subasta Inversa Electrónica No. **IDRD-SG-SASI-029-2026**, publicado en la plataforma SECOP II, a fin de garantizar que los interesados cuenten con el tiempo suficiente para la elaboración y presentación de sus ofertas, quedando de la siguiente manera:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Publicación respuestas a las observaciones al pliego de condiciones definitivo.	03 de noviembre de 2026	Plataforma SECOP II: www.colombiacompra.gov.co
Plazo máximo para expedir Adendas	03 de noviembre de 2026 hasta las 7:00 p.m.	Plataforma SECOP II: www.colombiacompra.gov.co
Cierre del proceso y plazo máximo para presentar ofertas	06 de noviembre de 2026 a las 9:00 a.m.	Plataforma SECOP II: www.colombiacompra.gov.co
Informe de presentación de Ofertas	06 de noviembre de 2026 a las 09:30 a.m.	Plataforma SECOP II: www.colombiacompra.gov.co
Plazo máximo para presentar declaración de la existencia o no de situaciones de control	11 de noviembre de 2026 a las 5:00 pm	Plataforma SECOP II: www.colombiacompra.gov.co En el módulo de "Mensajes" del proceso.
Publicación del informe de evaluación de las ofertas	12 de noviembre de 2026	Plataforma SECOP II: www.colombiacompra.gov.co

Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas	Del 13 al 18 de noviembre de 2026	Plataforma SECOP II: www.colombiacompra.gov.co
Publicación de respuestas a las observaciones a la verificación e informe definitivo	23 de noviembre de 2026	Plataforma SECOP II: www.colombiacompra.gov.co
Apertura del sobre económico (Inicio del desarrollo del evento de subasta)	24 de noviembre de 2026 a las 09:00 am	Página web del SECOP II: www.colombiacompra.gov.co
Evento Subasta Inversa Electrónica	24 de noviembre de 2026 a las 03:00 pm	Página web del SECOP II: www.colombiacompra.gov.co
Publicación Acto Administrativo de Adjudicación o declaratoria de desierto	25 de noviembre de 2026	Plataforma SECOP II: www.colombiacompra.gov.co
Perfeccionamiento del contrato	Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación.	Plataforma SECOP II: www.colombiacompra.gov.co
Aprobación de garantías	Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato.	Plataforma SECOP II: www.colombiacompra.gov.co

DÉCIMO. MODIFICAR PARCIALMENTE la **FICHA TÉCNICA** y el **ESTUDIO DEL SECTOR** del proceso, conforme a los ajustes realizados mediante la presente adenda, documentos que hacen parte integral de esta y de los documentos del proceso.

PARÁGRAFO: La numeración de los ítems se modifica con la publicación de la Ficha Técnica, el Estudio de Sector y Anexo 2 del Estudio de Sector adjuntos a la presente adenda, la cual forma parte integral de la misma.

DÉCIMO PRIMERO. MODIFICAR PARCIALMENTE el **FORMATO 9 – OFERTA ECONÓMICA INICIAL,** del Pliego de Condiciones del proceso**,** en lo relacionado con los ítems **49, 50, 51, 80, 81, 97, 103, 123** y **146,** conforme a los ajustes realizados mediante la presente adenda, documento que hace parte integral de esta y de los documentos del proceso. De igual manera se suprimen los ítems **64** y **91.**

PARÁGRAFO: La numeración de los ítems relacionados en el Formato de Oferta Económica se modifican en atención a la publicación de este formato, el cual forma parte integral de la misma.

DÉCIMO SEGUNDO. Las disposiciones que no hayan sido modificadas y/o aclaradas expresamente mediante la presente adenda, continuarán rigiéndose en los mismos términos del pliego de condiciones, sus anexos, formatos y demás documentos.

Se expide en Bogotá D.C., a los tres (03) días del mes de noviembre de 2026.

GABRIEL ERNESTO LAGOS
Secretario General

Proyectó: María Laura Olivella Dangond – Abogada - Subdirección de Contratación
Revisó: Diana Barrera Medina – Abogada - Subdirección de Contratación
Aprobó: Daniela Barrera Pedraza– Subdirectora de Contratación