ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - NIT 900.067.136-6

INFORME DE SUPERVISIÓN
00-2026-IS-1769

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato: **CONTRATO 00-2026-CTT-66**

Fecha de suscripción: 6 de Mayo de 2026 Tipo de contrato: [C1] CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Contratista: [902056122] TECAUTRONICA S.A.S / TECAUTRANICA S.A.S

Representante legal: [1101179287] ANGEL GABRIEL PARDO LANCHEROS

Dirección: DIAGONAL 19A#18-67 BARRIO TIERRA PROMETIDA, BARBOSA (SANTANDER)
Teléfono(s): 3228254032 - Correo electrónico: TECAUTRONICA@GMAIL.COM

Términos del contrato: Desde el 6 de Mayo de 2026 Hasta el 30 de Diciembre de 2026 Duración: 239 Días

Objeto del contrato: PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO PERIFERICOS DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ

DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO

Fecha	Descripción	Valor	% Ejecución	Acumulado
6-May-2026	Apropiación inicial: REGISTRO PRESUPUESTAL 00-2026-RP-225	81,567,000.00	0.00	81,567,000.00
6-May-2026	ACTA DE INICIO: 00-2026-AI-36		0.00	81,567,000.00
30-Jul-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1163 / Documento soporte: FV FEV-4	2,946,053.70	3.61	78,620,946.30
30-Jul-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1164 / Documento soporte: FV 1019	1,975,000.00	6.03	76,645,946.30
30-Jul-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1165 / Documento soporte: FV FEV-6	1,975,000.00	8.45	74,670,946.30
31-Jul-2026	LIQUIDACION DE OBLIGACION PRESUPUESTAL 00-2026-LOB-8	1,975,000.00	0.00	76,645,946.30
10-Ago-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1190 / Documento soporte: FE FVE-2	14,148,000.00	25.80	62,497,946.30
16-Sep-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1436 / Documento soporte: FE FEV-8	14,148,000.00	43.14	48,349,946.30
17-Sep-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1453 / Documento soporte: FE FEV-9	375,000.00	43.60	47,974,946.30
29-Sep-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1527 / Documento soporte: FV FEV-10	4,409,000.00	49.01	43,565,946.30
13-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1586 / Documento soporte: FE FEV-11	375,000.00	49.47	43,190,946.30
28-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1701 / Documento soporte: FV FEV-12	850,000.00	50.51	42,340,946.30
28-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1702 / Documento soporte: FV FEV-13	685,000.00	51.35	41,655,946.30
30-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1725 / Documento soporte: FV FEV-14	375,000.00	51.81	41,280,946.30
10-Nov-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1769 / Documento soporte: FV FEV-15	14,148,000.00	69.16	27,132,946.30

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato: **CONTRATO 00-2026-CTT-66**

Fecha de suscripción: 6 de Mayo de 2026 Tipo de contrato: [C1] CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Contratista: [902056122] TECAUTRONICA S.A.S / TECAUTRANICA S.A.S

Representante legal: [1101179287] ANGEL GABRIEL PARDO LANCHEROS

Dirección: DIAGONAL 19A#18-67 BARRIO TIERRA PROMETIDA, BARBOSA (SANTANDER)
Teléfono(s): 3228254032 - Correo electrónico: TECAUTRONICA@GMAIL.COM

Términos del contrato: Desde el 6 de Mayo de 2026 Hasta el 30 de Diciembre de 2026 Duración: 239 Días

Objeto del contrato: PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO PERIFERICOS DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ

DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO

Fecha	Descripción	Valor	% Ejecución	Acumulado

Valor por ejecutar: 27,132,946.30

DATOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha de elaboración: Martes, 10-Nov-2026 07:30 am Factura: FACTURA DE VENTA FEV-15

Avance técnico

EL contrato se ha ejecutado a cabalidad dando cumplimiento al objeto contratado tal como lo es "PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO PERIFERICOS DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ"
El contratista entrega informe del mantenimiento preventivo y correctivo realizado en la tercera visita a los equipos de la ESE Hospital Regional de Vélez, realizando actividades como:
LIMPIEZA FISICA.
REPARACION DEL EQUIPO Y SUSTITUCION DEL PUERTO USB PARA RESTABLECER SU CONECTIVIDAD.
SUISTITUCION DEL DISIPADOR DE CALOR, UTILIZANDO UN REPUESTO FUNCIONAL RECUPERADO DE UN EQUIPO PREVIAMENTE DADO DE BAJA.
INSTALACION Y ACTIVACION DE MICROSOFT OFFICE.
EVALUACION TECNICA Y DETERMINACION DE BAJA DEBIDO A UN AFALLA QUE IMPIDE CARGAR EL SISTEMA OPERATIVO.
INSTALACION Y ACTIVACION DE NITRO PDF EN LOS EQUIPOS ATENDIDOS.
VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD DE LAS HERRAMIENTAS OFIMATICAS.
REEMPLAZO DE BATERIAS UPS.
En equipos como impresoras, all in one, CPU, servidor en las diferentes áreas de la institución como: vacunación, medicina interna, sistemas, jurídica, farmacia, citas, cartera, archivo, facturación, stand de enfermería cirugía, odontología, consultorios, medicina interna, stand urgencias, stan pediatría, facturación de urgencias, jurídico, psicología, almacén, auxiliar administrativo, asistente gerente, contabilidad y tesorería, etc.
El mantenimiento se realizó en los diferentes dispositivos para que operen en perfectas condiciones y prevenir posibles fallas o problemas a futuro.
Se anexa las evidencias fotográficas de los mantenimientos respectivos y copia de las hojas de vida de los mantenimientos.
Mediante la presente, se avala el pago de la factura electrónica número FEV-15 por valor de $14.148.000,00

Avance financiero

El contrato avanza su ejecución presupuestal en un 69.16% del total asignado.
Se encuentra pendiente por e ejecutar la suma de $27.132.946,30

Comentarios

Hace parte integral de la presente acta, factura electrónica número FEV-15, informe de actividades con registro fotográfico de la visita, pago de seguridad social, certificado de para parafiscales, certificación expedida por la coordinadora de sistemas de la E.S.E. (Ing. Derly Samira Morales).

ARLEY NAYDU PEREZ GALEANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato:	**CONTRATO 00-2026-CTT-66**
Fecha de suscripción:	6 de Mayo de 2026 Tipo de contrato: [C1] CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Contratista:	[902056122] TECAUTRONICA S.A.S / TECAUTRANICA S.A.S
Representante legal:	[1101179287] ANGEL GABRIEL PARDO LANCHEROS
Dirección:	DIAGONAL 19A#18-67 BARRIO TIERRA PROMETIDA, BARBOSA (SANTANDER) Teléfono(s): 3228254032 - Correo electrónico: TECAUTRONICA@GMAIL.COM
Términos del contrato:	Desde el 6 de Mayo de 2026 Hasta el 30 de Diciembre de 2026 Duración: 239 Días
Objeto del contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO PERIFERICOS DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ

DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO

Fecha	Descripción	Valor	% Ejecución	Acumulado

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
bf4346fb105ffc422fc36698acd926f7c3fd1a7293f675b431c875f19a2ad51a53dadb5b82dcabe86e56a40e62e19ba3

Número de Factura: FEV-15
Fecha de Emisión: 03/11/2026
Fecha de Vencimiento: 03/11/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TECAUTRÓNICA S.A.S.
Nombre Comercial: TECAUTRÓNICA S.A.S.
Nit del Emisor: 902056122
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Barbosa
Dirección: DG 19 A 18 67 BRR TIERRA PROMETIDA
Teléfono / Móvil: 3228254032
Correo: tecautronica@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900067136
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Vélez
Dirección: Calle 11 5 114
Teléfono / Móvil: 7565795
Correo: gerencia@esehospitalvelez-santander.gov.co

Detalles de Productos


Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	21	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo.	NIU	131,00	$ 90.756,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.258.924,37	19.00			$ 11.889.075,63

Notas Finales

Linea de negocio:

869
69.10.%
27.132.946,30

Datos Totales



Documento generado el:
03/11/2026 12:49:20
Documento validado por la DIAN:
03/11/2026 12:49:20
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	11889075.63
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	11889075.63
IVA	2258924.37
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	2258924.37
Total neto factura (=)	14148000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 14148000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	11.889.075,63
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	11.889.075,63
IVA	2.258.924,37
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.258.924,37
Total neto factura (=)	14.148.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 14.148.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764111991341 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2028-07-01

TECAUTRONICA
AUTOMATIZACIÓN Y ELECTRÓNICA
NIT. 902.056.122-3

Barbosa, Noviembre de 2026.

SEÑOR (ES)
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ
VELEZ SANTANDER

ASUNTO: MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO

Ref. INFORME GENERAL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

PERIODO DE EJECUCIÓN: TERCER TRIMESTRE DE 2026

1. OBJETIVO

Presentar el informe de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas a la infraestructura tecnológica del Hospital Regional de Vélez S.E.S.E., en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato No. 66 de 2026.

Las actividades estuvieron orientadas a conservar las condiciones operativas de los equipos, prevenir posibles fallas, atender novedades técnicas y contribuir a la continuidad de los procesos administrativos y asistenciales de la institución.

2. ALCANCE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Durante el tercer trimestre de 2026 se realizó mantenimiento preventivo a un total de 131 equipos tecnológicos, distribuidos de la siguiente manera:

TIPO DE EQUIPO	CANTIDAD
COMPUTADORES	118
ESCANERES	13
TOTAL	131

Las actividades estuvieron enfocadas en la conservación de los equipos, la prevención de fallas técnicas y el mantenimiento de condiciones adecuadas para su funcionamiento.

3. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Adicionalmente, se realizaron intervenciones específicas para atender fallas identificadas en diferentes equipos y periféricos de la institución.

ÁREA/EQUIPO	ACTIVIDAD REALIZADA
Vacunación – Impresora	Reparación del equipo y sustitución del puerto USB para restablecer su conectividad.
Citología – Lenovo	Sustitución del disipador de calor, utilizando un repuesto funcional recuperado de un equipo previamente dado de baja.
Fisioterapia – Lenovo All-in-One	Instalación y activación de Microsoft Office.
Equipo de cómputo – Torre Janus	Evaluación técnica y determinación de baja debido a una falla que impide cargar el sistema operativo.

4. MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE SOFTWARE

Como parte de las actividades de soporte y adecuación tecnológica, se realizaron las siguientes acciones:

- Instalación y activación de Microsoft Office en los equipos correspondientes.

- Instalación y activación de Nitro PDF en los equipos atendidos.
- Verificación de disponibilidad de las herramientas ofimáticas.
- Instalación y activación de Microsoft Office en el equipo Lenovo All-in-One del área de Fisioterapia.

Estas actividades tuvieron como propósito garantizar la disponibilidad de herramientas informáticas necesarias para el desarrollo de las labores administrativas y asistenciales.

5. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RESPALDO ELÉCTRICO (UPS)

Se realizó el reemplazo de cuatro (4) baterías correspondientes a sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS).

Esta intervención tuvo como finalidad recuperar las condiciones de respaldo energético de los equipos asociados y contribuir a su protección ante interrupciones del suministro eléctrico.

6. NOVEDADES Y OBSERVACIONES TÉCNICAS

Durante el desarrollo de las actividades se identificaron las siguientes situaciones:

- Equipo Janus: Se determinó su baja debido a que no logra completar el proceso de inicio del sistema operativo, impidiendo su utilización normal.
- Equipo Lenovo de Citología: Se realizó el reemplazo del disipador de calor mediante el aprovechamiento de un componente funcional proveniente de un equipo dado de baja.
- Impresora de Vacunación: Se realizó la reparación correspondiente y el reemplazo del puerto USB para solucionar los inconvenientes de conectividad.

7. CONCLUSIONES

Las actividades desarrolladas durante el tercer trimestre de 2026 permitieron atender los requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica del Hospital Regional de Vélez S.E.S.E., en el marco del Contrato No. 66 de 2026.

Se destaca la ejecución del mantenimiento preventivo de 131 equipos tecnológicos, así como las intervenciones correctivas realizadas en computadores e impresoras, la adecuación de herramientas de software y el reemplazo de componentes de respaldo eléctrico.

Con estas acciones se contribuyó a mejorar las condiciones de funcionamiento, disponibilidad y continuidad operativa de los recursos tecnológicos de la institución.

8. RECOMENDACIONES

- Mantener una programación periódica de mantenimiento preventivo para los equipos de cómputo y periféricos.
- Realizar seguimiento al estado de las baterías de los sistemas UPS y verificar periódicamente su capacidad de respaldo.
- Evaluar los equipos que presenten fallas recurrentes o limitaciones de funcionamiento para determinar su viabilidad de reparación o reemplazo.
- Mantener actualizados los sistemas operativos, controladores y herramientas de software institucionales.

ANGEL GABRIEL PARDO LANCHEROS
TECAUTRÓNICA S.A.S
NIT. 902056122
Representante legal

TECAUTRONICA
AUTOMATIZACIÓN Y ELECTRÓNICA
TELÉFONOS: 302 827 2108 - 322 8254032.
TECAUTRÓNICA@GMAIL.COM

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

Yo, **ANGEL GABRIEL PARDO LANCHEROS**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.101.179.287 de Puente Nacional (Santander),** en calidad de **Representante Legal** de **TECAUTRÓNICA S.A.S**, certifico que:

La empresa se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales correspondientes a sus empleados, incluyendo:

- Salud
- Pensión
- Riesgos Laborales (ARL)
- Caja de Compensación Familiar

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, en el mes de octubre de 2026.

Atentamente,


ANGEL GABRIEL PARDO LANCHEROS
Cargo: Representante legal.
C.C. No. 1.101.179.287

Es tiempo de LaSalud	FORMULARIO ACTA DE EQUIPO		139
		VERSIÓN:	
	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	FECHA:	**31 – 08 – 2026**
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO **X**	M. CORRECTIVO	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR	
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 66 DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO **X**	CPU	PORTATIL	SCANNER	IMPRESORA
	UPS	ESTABILIZADOR	TABLET		
	MARCA **LENOVO** MODELO **C260** UBICACIÓN **CITAS**				
	COD. INVENT.**05239** SERIAL **CS02278691** COLOR **BLANCO**				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO **X**	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA	

TRABAJO REALIZADO				
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	**X**	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA	**X**
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	**X**	OPTIMIZAR SISTEMA	**X**
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	**X**	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	**X**	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	**X**	REPONCHADO DE CABLES RJ45	X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS		Se hace revisión de office y Windows estado (Activado)	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP			
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB			
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS				

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**



FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Dery Sanitza Moreno
C.C. N°:	1.101.758.064
CARGO:	Coor Sistemas



REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA



FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			118
Es tiempo de LaoSalud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	**30 – 10 – 2026**
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO Nº	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO	**X**	M. CORRECTIVO	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 06 DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO	**X**	CPU	PORTATIL	SCANNER IMPRESORA
	UPS		ESTABILIZADOR	TABLET	
	MARCA **LENOVO** MODELO **V510Z** UBICACIÓN **SISTEMAS EQUIPO 1**				
	COD. INVENT. **01953** SERIAL **MP1AURWY** COLOR **NEGRO**				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA		BUENO	**X**	OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

	TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	**X**	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA	**X**
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	**X**	OPTIMIZAR SISTEMA	**X**
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	**X**	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	**X**	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	**X**	REPONCHADO DE CABLES RJ45	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS		Se hace revisión office y Windows estado (Activado)	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP			
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB			
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS				

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. Nº:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Dany Morales
C.C. Nº:	1.101.758.064
CARGO:	coo- sistemas

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			113
Es tiempo de LaSalud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	30/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**			
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X	M. CORRECTIVO	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**			
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**			
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _066__ DE 2026			
EQUIPO:	TODO EN UNO X	CPU	PORTATIL	SCANNER IMPRESORA
	UPS	ESTABILIZADOR	TABLET	
	MARCA__HP__ MODELO _PROONE 400 G6 20___ UBICACIÓN _TECNICO INVENTARIO__			
	COD. INVENT. _2021-04412__ SERIAL _____ COLOR __NEGRO___			
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X	
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X	
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 0	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	**OBSERVACIONES:**	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TECNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Derly Morales
C.C. N°:	1.101 758 069
CARGO:	Coor. Sistemas

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			075
Es tiempo de LaSalud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	30/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO	X	M. CORRECTIVO	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°_066__ DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO	CPU	PORTATIL	X SCANNER	IMPRESORA
		UPS	ESTABILIZADOR	TABLET	
	MARCA__HP__ MODELO _15-R235LA___ UBICACIÓN _TECNICO INVENTARIO___				
	COD. INVENT. _2021-02023_ SERIAL _CND5234ZFX___ COLOR __AZUL-MORADO___				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO	X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO				
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA	X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	X	OPTIMIZAR SISTEMA	X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	X	REPONCHADO DE CABLES RJ45	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS		**OBSERVACIONES:** SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP			
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB			
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS				

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Deivy Montes
C.C. N°:	1017588869.
CARGO:	Coord Sistemas

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			020
Es tiempo de La Salud ESE	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	30/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**			
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X	M. CORRECTIVO	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**			
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**			
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° __066_ DE 2026			
EQUIPO:	TODO EN UNO	CPU X	PORTATIL	SCANNER IMPRESORA
	UPS		ESTABILIZADOR	TABLET
	MARCA__HP_____ MODELO __SFF 400 G9_____ UBICACIÓN ___ASIGNACION CITAS EQUIPO 6_____			
	COD. INVENT. __2021-03410__ SERIAL ___4CE2518G8H___ COLOR ___NEGRO_____			
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X	
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X	
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	**OBSERVACIONES:** SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**



FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Deily morales
C.C. N°:	1101 758 069
CARGO:	coord Sistemas



REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA



FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			0019
Es tiempo de La Salud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	30/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO	X	M. CORRECTIVO	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°_066__ DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO	CPU	X	PORTATIL	SCANNER IMPRESORA
	UPS		ESTABILIZADOR	TABLET	
	MARCA__HP_____ MODELO _SFF 400 G9_____ UBICACIÓN __ASIGNACION CITAS EQUIPO 5___				
	COD. INVENT. ___2021-03412_____ SERIAL _4CE251BG8H_____ COLOR __NEGRO_____				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA		BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	X	REPONCHADO DE CABLES RJ45
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		**OBSERVACIONES:** SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Derly Morales
C.C. N°:	1101758 069
CARGO:	Coor Sistemas

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			0018
Es tiempo de La Salud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	30/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _066__ DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO CPU X PORTATIL SCANNER IMPRESORA UPS ESTABILIZADOR TABLET MARCA __HP____ MODELO __SFF 400 G9_____ UBICACIÓN _ASIGNACION CITAS EQUIPO 4___ COD. INVENT. _2021-03423__ SERIAL ___4CE2518GDB_____ COLOR ___NEGRO____
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO

REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	X	REPONCHADO DE CABLES RJ45
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS		**OBSERVACIONES:** SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO

NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**




FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA/BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)

NOMBRE:	Derly Montes
C.C. N°:	1101758069
CARGO:	Coor. Sistemas



REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA



FIRMA

	FORMULARIO ACTA DE EQUIPO		086
Es tiempo de Las Salud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	30/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO	REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO	X	M. CORRECTIVO	X	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO	E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ				
NIT N°	NIT: 900.067.136-6				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _066__ DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO	X	CPU	PORTATIL	SCANNER	IMPRESORA
	UPS		ESTABILIZADOR	TABLET		
	MARCA__LENOVO__MODELO _AIO 520-22AST__ UBICACIÓN _ESTACION DE ENFERMERIA EQUIPO 3____					
	COD. INVENT. _2021-01968__ SERIAL _MP1ASYKN__ COLOR __BLANCO____					
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA		BUENO	X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO				
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA	X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	X	OPTIMIZAR SISTEMA	X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	X	REPONCHADO DE CABLES RJ45	X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS		**OBSERVACIONES:**	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB			
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS				

RESPONSABLE TECNICO	
NOMBRE:	GIOVANNY BECARIA
C.C. N°:	80804294
CELULAR:	3123213683

FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA/BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO	
NOMBRE:	Derley morales
C.C. N°:	1101 178 29
CARGO:	coor Sistemas

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			022
Es tiempo de LaSalud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	30/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO Nº	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**			
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X	M. CORRECTIVO	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**			
NIT Nº	**NIT: 900.067.136-6**			
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº __066_ DE 2026			
EQUIPO:	TODO EN UNO	CPU X	PORTATIL	SCANNER IMPRESORA
	UPS		ESTABILIZADOR	TABLET
	MARCA __HP____ MODELO __SFF 400 G9___0403013__ UBICACIÓN __ASIGNACION DE CITAS EQUIPO 7_____			
	COD. INVENT. ___2021- 03426_____ SERIAL ___4CE251BG76_____ COLOR _____NEGRO_____			
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA

TRABAJOS REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X	
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X	
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	**OBSERVACIONES:** SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. Nº:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**




FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Dorly Morales.
C.C. Nº:	1101758069
CARGO:	Coor Sistemas



REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA



FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			128
Es tiempo de LaoSalud Cauca	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	30-10-2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO	X	M. CORRECTIVO	X	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066 DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO	X	CPU	PORTATIL	SCANNER	IMPRESORA
	UPS		ESTABILIZADOR	TABLET		
	MARCA **LENOVO** MODELO **C260** UBICACIÓN **ASIGNACION DE CITAS EQUIPO 9**					
	COD. INVENT. **03467** SERIAL **CS0249372** COLOR **BLANCO**					
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA		BUENO	X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO				
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA	X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	X	OPTIMIZAR SISTEMA	X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	X	REPONCHADO DE CABLES RJ45	X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS		**OBSERVACIONES:** SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP			
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB			
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS				

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA BENEFICIARIO DEL SERVICIO (QUIEN RECIBE EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Derly morales.
C.C. N°:	1101 758 009
CARGO:	Coor. Sistemas

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			015
Es tiempo de La Salud Caldas	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	30/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**			
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X	M. CORRECTIVO X	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**			
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**			
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066_DE 2026			
EQUIPO:	TODO EN UNO	CPU X	PORTATIL	SCANNER IMPRESORA
	UPS	ESTABILIZADOR	TABLET	
	MARCA _HP_____ MODELO ___SFF 400 G9____ UBICACIÓN __ASIGNACION CITAS EQUIPO1			
	COD. INVENT. ___2021-03417_____ SERIAL __4CE2518GH1_____ COLOR ____NEGRO__			
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X	
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X	
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	**OBSERVACIONES:** SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY ENRIQUE BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**




FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA/BENEFICIARIO DEL SERVICIO (DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Darly morales
C.C. N°:	1101758069
CARGO:	coor Sistemas



REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA



FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			0017
Es tiempo de La Salud ESE	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	30/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO	X	M. CORRECTIVO	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _066__ DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO	CPU	X	PORTATIL	SCANNER IMPRESORA
	UPS		ESTABILIZADOR	TABLET	
	MARCA __HP_____ MODELO __SFF 400 G9_____ UBICACIÓN __ASIGNACION DE CITAS EQUIPO3_____				
	COD. INVENT. ___2021-03422___ SERIAL ___4CE251BGCP_____ COLOR __NEGRO_____				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO	X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA


TRABAJO REALIZADO:			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	X	REPONCHADO DE CABLES RJ45
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS		**OBSERVACIONES:** SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**




FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Deiy morales
C.C. N°:	1101 758 069
CARGO:	coor sistemas



REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA



FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			0016
Es tiempo de LaoSalud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	30/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**			
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X	M. CORRECTIVO	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**			
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**			
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° __066_ DE 2026			
EQUIPO:	TODO EN UNO CPU X PORTATIL SCANNER IMPRESORA			
	UPS ESTABILIZADOR TABLET			
	MARCA ___HP____ MODELO ___SFF 400 G9_____ UBICACIÓN ____ ASIGNACION CITAS EQUIPO 2_____			
	COD. INVENT. ___2021-03408_____ SERIAL ___4CE251BGFT_____ COLOR ____NEGRO____			
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X		OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA


TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X	
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X	
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	**OBSERVACIONES:** SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**



FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA/BENEFICIARIO DEL SERVICIO (DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Dorit Montes.
C.C. N°:	1101738 069
CARGO:	coor Sistemas



REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA



FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			028
Es tiempo de LaSalud ESE	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	30/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X	M. CORRECTIVO X	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR	
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _66__ DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO X	CPU	PORTATIL	SCANNER	IMPRESORA
	UPS	ESTABILIZADOR	TABLET		
	MARCA _LENOVO_ MODELO _12SD____ UBICACIÓN CALIDAD CONTROL INTERNO GESTIOS AMBIENTAL				
	COD. INVENT. __2021-04597__ SERIAL _MP2AWERB____ COLOR __NEGRO_____				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA	

TRABAJO REALIZADO		
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	**OBSERVACIONES:**
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS		

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**





FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Dany morales
C.C. N°:	1101 [illegible] 669
CARGO:	Coor Sistemas

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA






FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			029
Es tiempo de LaoSalud ESE	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	30/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO Nº	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO	X	M. CORRECTIVO	X	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº _66__ DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO	X	CPU	PORTATIL	SCANNER	IMPRESORA
	UPS		ESTABILIZADOR	TABLET		
	MARCA__LENOCO___ MODELO __12SD_____ UBICACIÓN CALIDAD CONTROL INTERNO GESTIOS AMBIENTAL					
	COD. INVENT. __2021-04598____ SERIAL __MP2AXY4R____ COLOR __NEGRO__					
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA		BUENO	X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA	X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X	
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	**OBSERVACIONES:**	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			


RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. Nº:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**




FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA (BENEFICIARIO) DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO	
NOMBRE:	Dorly Morales
C.C. Nº:	1101758 069
CARGO:	Coor Sistemas

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA



FIRMA



FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			027
Es tiempo de La Salud Esguo	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN: FECHA: CÓDIGO PAGINA:	 30/10/2026

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X	M. CORRECTIVO X	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR	
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _66__ DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO X	CPU	PORTATIL	SCANNER	IMPRESORA
	UPS	ESTABILIZADOR	TABLET		
	MARCA__LENOVO___ MODELO __12SD___ UBICACIÓN: CALIDAD CONTROL INTERNO GESTIOS AMBIENTAL				
	COD. INVENT. __2021-04601__ SERIAL __MP2AWESN___ COLOR ___NEGRO____				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA	

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA	X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X	
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	**OBSERVACIONES:**	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TECNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Deiby Morales
C.C. N°:	1101758 869
CARGO:	Coor Sistemas

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			137
Es tiempo de La Salud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	30-10-2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**			
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X	M. CORRECTIVO	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**			
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**			
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _066__ DE 2026			
EQUIPO:	TODO EN UNO X	CPU	PORTATIL	SCANNER IMPRESORA
	UPS	ESTABILIZADOR	TABLET	
	MARCA__LENOVO___ MODELO __12SD___ UBICACIÓN: TESORERIA - CONTABILIDAD			
	COD. INVENT. __2021-04594__ SERIAL ___MP2AWESL___ COLOR ___NEGRO____			
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X	
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X	
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	**OBSERVACIONES:** SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**




FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Jeidy Constanza Cubillos Pinzón
C.C. N°:	63437623
CARGO:	Contador



REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA



FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			022
Es tiempo de La Salud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	30/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO 3 TERCER TRIMESTRE 2026**
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066 DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO CPU X PORTATIL SCANNER IMPRESORA UPS ESTABILIZADOR TABLET MARCA HP MODELO SFF 400 G9 0403013 UBICACIÓN ASIGNACION DE CITAS EQUIPO 7 COD. INVENT. 2021-03426 SERIAL 4CE251BG76 COLOR NEGRO
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO

REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	X	REPONCHADO DE CABLES RJ45
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS		**OBSERVACIONES:** SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO

NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	80804294
CELULAR:	3123213683

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)

NOMBRE:	Diana Marcela Vasquez B
C.C. N°:	1101175549
CARGO:	Coordinador Costos y Presupuesto

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA

	FORMULARIO ACTA DE EQUIPO		140
Es tiempo de LaSalud ESE	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	30/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO	X	M. CORRECTIVO X	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 66_ DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO X	CPU	PORTATIL	SCANNER	IMPRESORA
	UPS		ESTABILIZADOR	TABLET	
	MARCA __LENOVO__ MODELO _____ UBICACIÓN __TESORERIA CONTABILIDAD____				
	COD. INVENT. __04600__ SERIAL __SNP256MK___ COLOR __NEGRO____				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA	

TRABAJO REALIZADO				
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA	X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	X	OPTIMIZAR SISTEMA	X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	X	REPONCHADO DE CABLES RJ45	X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS		Se hace revisión office y Windows estado (Activo)	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP			
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB			
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS				

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	
C.C. N°:	
CELULAR:	

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Claudia E - Quiroga.
C.C. N°:	63434971
CARGO:	Tecnologa contable.

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA

	FORMULARIO ACTA DE EQUIPO		140
Es tiempo de La Salud ESE	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	30/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO	X	M. CORRECTIVO	X	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 66_ DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO	X	CPU	PORTATIL	SCANNER	IMPRESORA
	UPS		ESTABILIZADOR	TABLET		
	MARCA __LENOVO__ MODELO _____ UBICACIÓN __TESORERIA CONTABILIDAD____					
	COD. INVENT. __04937___ SERIAL ___SNP26PLP____ COLOR __NEGRO____					
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA		BUENO		OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO				
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA	X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	X	OPTIMIZAR SISTEMA	X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	X	REPONCHADO DE CABLES RJ45	X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS		Se hace revisión office y Windows estado (Activo)	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP			
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB			
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS				

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	
C.C. N°:	
CELULAR:	

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Juan José Traslaviña Ariza
C.C. N°:	1096184773
CARGO:	Auxiliar Contable

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA

	FORMULARIO ACTA DE EQUIPO		112
Es tiempo de La Salud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	29/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _066__ DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO CPU x PORTATIL SCANNER IMPRESORA
	UPS ESTABILIZADOR TABLET
	MARCA__HP___ MODELO __SFF 400 G9___ UBICACIÓN __SUBDIRECCION CIENTIFICA APOYO__
	COD. INVENT. __2021-03418___ SERIAL __4CE251BGCK__ COLOR __NEGRO___
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO

REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	**OBSERVACIONES:**
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS		

RESPONSABLE TÉCNICO

NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. Nº:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO, DONDE SE UBICA EL EQUIPO)

NOMBRE:	Laura Fernanda Rodriguez Cepeda
C.C. Nº:	1.107.753.512
CARGO:	Auxiliar de Apoyo
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	Laura Rodriguez FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO

Es tiempo de LaoSalud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	111
		FECHA:	29/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO Nº	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**
NIT Nº	**NIT: 900.067.136-6**
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº _066__ DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO X CPU PORTATIL SCANNER IMPRESORA UPS ESTABILIZADOR TABLET MARCA_LENOVO__ MODELO __12SD__ UBICACIÓN _SUBDIRECCION CIENTIFICA___ COD. INVENT. _2021-04945__ SERIAL _MP2ZL3AX__ COLOR __NEGRO___
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO

REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	**OBSERVACIONES:**
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS		

RESPONSABLE TECNICO

NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. Nº:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)

NOMBRE:	Yeny Rodriguez Valle
C.C. Nº:	32.763.815
CARGO:	Sub Direccion cientifica
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			034
Es tiempo de La Salud ESE	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _66__ DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO X CPU PORTATIL SCANNER IMPRESORA UPS ESTABILIZADOR TABLET MARCA__HP____ MODELO __200 G4 22___ UBICACIÓN __CONSULTA ECTERNA 1 EQUIPO 3___ COD. INVENT. ___2021-03012___ SERIAL _____8CC2035CVZ_____ COLOR __NEGRO____
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS		

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	María camila Villamil H.
C.C. N°:	1101709995
CARGO:	C. Consulta Externa
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	FIRMA

	FORMULARIO ACTA DE EQUIPO		110
Es tiempo de LaoSalud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN: FECHA: CÓDIGO: PÁGINA:	 29/10/2026

REPORTE DE MANTENIMIENTO Nº	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO X M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _066_ DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO X CPU PORTATIL SCANNER IMPRESORA UPS ESTABILIZADOR TABLET MARCA__LENOVO__ MODELO __12SD___ UBICACIÓN __SUBDIRECCION GERENCIA APOYO__ COD. INVENT. __2021-04940__ SERIAL __MP2ZL3BF__ COLOR __NEGRO__
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO

REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	**OBSERVACIONES:**
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS		

RESPONSABLE TÉCNICO

NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. Nº:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)

NOMBRE:	Angela María Mosquera Rincón
C.C. Nº:	52'905.809
CARGO:	Apoyo Administrativo

REVISADO ING SISTEMAS FIRMA

FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			109
Es tiempo de LaSalud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	29/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO X M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _066__ DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO X CPU PORTATIL SCANNER IMPRESORA UPS ESTABILIZADOR TABLET MARCA__LENOVO__ MODELO __V510Z__ UBICACIÓN __SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA___ COD. INVENT. __2021-01910__ SERIAL __MP1AUVUY___ COLOR __NEGRO___
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO

REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO			
	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	**OBSERVACIONES:**
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS		

RESPONSABLE TECNICO


NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**



FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)

NOMBRE:	Arley Naydu Perez Galeano
C.C. N°:	28-034.483
CARGO:	Subdirectora Administrativa y Financiera
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	FIRMA



	FORMULARIO ACTA DE EQUIPO		095
Es tiempo de La Salud Cesar	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN: FECHA: CÓDIGO: PÁGINA:	 29/10/2026

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO	X	M. CORRECTIVO X	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _66__ DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO X	CPU	PORTATIL	SCANNER	IMPRESORA
	UPS	ESTABILIZADOR	TABLET		
	MARCA _LENOVO__ MODELO __12SD____ UBICACIÓN __JURIDICA JEFE___				
	COD. INVENT. __2021-04941___ SERIAL __MP2ZL3B7___ COLOR _NEGRO___				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA	

	TRABAJO REALIZADO	
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	Se hace revisión office y Windows estado (Activado)
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS		

RESPONSABLE TECNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA


RESPONSABLE DEL AREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Nidia Yaneth Mora Cesar
C.C. N°:	37.941.390 Socorro
CARGO:	Coordinadora Area Juridica
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			094
Es tiempo de La Salud ESE	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	29/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**			
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X	M. CORRECTIVO	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**			
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**			
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _66_ DE 2026			
EQUIPO:	TODO EN UNO X	CPU	PORTATIL	SCANNER IMPRESORA
	UPS	ESTABILIZADOR	TABLET	
	MARCA__LENOVO___ MODELO __12SD___ UBICACIÓN _JURIDICA CONTRATACION__			
	COD. INVENT. _2021-04608_ SERIAL _MP2AXY3S___ COLOR _NEGRO__			
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	Se hace revisión office y Windows estado (Activado)
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS		

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**



FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Juan Felipe medina mateus
C.C. N°:	1101760359
CARGO:	Asesor jurídico y contractual
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			093
Es tiempo de LaSalud ESE	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	29/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _66_ DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO X CPU PORTATIL SCANNER IMPRESORA UPS ESTABILIZADOR TABLET MARCA_HP__ MODELO__PRO ONE 400 G6 20__ UBICACIÓN _JURIDICA APOYO___ COD. INVENT._04411_ SERIAL _EF0BB225__ COLOR _NEGRO___
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO

REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	Se hace revisión office y Windows estado (Activado)
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS		

RESPONSABLE TÉCNICO

NOMBRE:	**GIOVSNNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)

NOMBRE:	Camilo Alejandro Moreno Castillo
C.C. N°:	1005487728
CARGO:	Profesional de apoyo - Juridica
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			096
Es tiempo de LaoSalud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	29/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**			
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X	M. CORRECTIVO	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**			
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**			
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _66__ DE 2026			
EQUIPO:	TODO EN UNO X	CPU	PORTATIL	SCANNER IMPRESORA
	UPS	ESTABILIZADOR	TABLET	
	MARCA __LENOVO___ MODELO __12SD__ UBICACIÓN _SECRETARIA GERENCIA__			
	COD. INVENT. __2021-04953__ SERIAL _MP2ZL3B6__ COLOR ___NEGRO____			
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X	
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X	
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESOPA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	Se hace revisión office y Windows estado (Activado)	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TECNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Consuelo Suarez Ariza
C.C. N°:	39528629
CARGO:	Asistente de Gerencia
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	FIRMA

	FORMULARIO ACTA DE EQUIPO		106
Es tiempo de La Salud esaú	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	29/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _66__ DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO CPU X PORTATIL SCANNER IMPRESORA UPS ESTABILIZADOR TABLET MARCA__HP___ MODELO __DX2400___ UBICACIÓN __ODONTOLOGIA EQUIPO 1____ COD. INVENT. __2021-05093__ SERIAL _MXL93605VX__ COLOR __NEGRO___
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO

REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	Se hace revisión office y Windows estado (Activado)
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS		

RESPONSABLE TÉCNICO

NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)

NOMBRE:	
C.C. N°:	5307767
CARGO:	
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	FIRMA

	FORMULARIO ACTA DE EQUIPO		107
Es tiempo de La Salud Cuida	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	29/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO Nº	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**			
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO	X M. CORRECTIVO	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**			
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**			
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº _66__ DE 2026			
EQUIPO:	TODO EN UNO X CPU PORTATIL SCANNER IMPRESORA			
	UPS ESTABILIZADOR TABLET			
	MARCA_LENOVO__ MODELO__C360___ UBICACIÓN _ODONTOLOGIA EQUIPO 2_			
	COD. INVENT. __2021-01733___ SERIAL _VS81854226__ COLOR _BLANCO___			
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO		
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	Se hace revisión office y Windows estado (Activado)
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS		

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. Nº:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Sandra Paola Yepes Leo
C.C. Nº:	53077675
CARGO:	Odontologa
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	FIRMA

	FORMULARIO ACTA DE EQUIPO		108
Es tiempo de LaoSalud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	29/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**			
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X	M. CORRECTIVO	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**			
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**			
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _66__ DE 2026			
EQUIPO:	TODO EN UNO	CPU X	PORTATIL	SCANNER IMPRESORA
	UPS	ESTABILIZADOR	TABLET	
	MARCA __HP___ MODELO __DX2400__ UBICACIÓN __ODONTOLOGIA EQUIPO 3___			
	COD. INVENT. __2021- 01313__ SERIAL __MXL9360SR8___ COLOR __NEGRO__			
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA	X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X	
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	Se hace revisión office y Windows estado (Activado)	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. Nº:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Claudia Patricia Ariza Fontecha
C.C. Nº:	63438430
CARGO:	Higienista oral
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			097
Es tiempo de La Salud Cauca	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	29/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**			
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X	M. CORRECTIVO	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**			
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**			
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _66__ DE 2026			
EQUIPO:	TODO EN UNO X	CPU	PORTATIL	SCANNER IMPRESORA
	UPS	ESTABILIZADOR	TABLET	
	MARCA__LENOVO___ MODELO _C360__ UBICACIÓN ___SIAU EQUIPO 1___			
	COD. INVENT. _2021-01796__ SERIAL ___VS81854738___ COLOR _BLANCO__			
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	Se hace revisión office y Windows estado (Activado)
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS		

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Mary Gamboa Bonilla
C.C. N°:	63633.251
CARGO:	Apoyo SIAU
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			098
Es tiempo de La Salud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	29/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _66_ DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO CPU X PORTATIL SCANNER IMPRESORA UPS ESTABILIZADOR TABLET MARCA _HP_ MODELO _DX 2400_ UBICACIÓN _SIAU EQUIPO 2_ COD. INVENT. _2021-00989_ SERIAL _MXL93605MY_ COLOR _NEGRO_
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO

REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	Se hace revisión office y Windows estado (Activado)
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS		

RESPONSABLE TÉCNICO

NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)

NOMBRE:	Yoly Cambia Benavides
C.C. N°:	63433251
CARGO:	Apoyo SIAU

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA

	FORMULARIO ACTA DE EQUIPO		099
Es tiempo de La Salud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN: FECHA: CÓDIGO: PÁGINA:	 29/10/2026

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO	X	M. CORRECTIVO	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _66__ DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO	CPU	X	PORTATIL	SCANNER IMPRESORA
	UPS		ESTABILIZADOR	TABLET	
	MARCA__HP__ MODELO __SFF 400 G9__ UBICACIÓN __SIAU EQUIPO 3____				
	COD. INVENT. __2021-03425__ SERIAL __4CE251BG8V__ COLOR _NEGRO__				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA		BUENO	X	OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

	TRABAJO REALIZADO		
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA	X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X	
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	Se hace revisión office y Windows estado (Activado)	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

	RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

	RESPONSABLE DEL ÁREA/BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO
NOMBRE:	Duvan Esneyder Diaz Beltran
C.C. N°:	1.191.753.375
CARGO:	Autorizador
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	Duvan Diaz FIRMA

	FORMULARIO ACTA DE EQUIPO		139
Es tiempo de LaSalud ESE	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN: FECHA: CÓDIGO: PÁGINA:	 29/10/2026

REPORTE DE MANTENIMIENTO Nº	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO	X	M. CORRECTIVO	X	M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 66_ DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO X CPU PORTATIL SCANNER IMPRESORA UPS ESTABILIZADOR TABLET MARCA _LRNOVO__ MODELO ___C260___ UBICACIÓN __CITOLOGIA____ COD. INVENT. __01922___ SERIAL ___2CC24GB_____ COLOR ___BLANCO_____				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA		BUENO		OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

	TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA	X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	X	OPTIMIZAR SISTEMA	X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	X	REPONCHADO DE CABLES RJ45	X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS		Se revisa Windows y office estado (Activado) Cambio de disipador de calor	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP			
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB			
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS				

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. Nº:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Leidy Yohana Salas Anza
C.C. Nº:	1101 455209
CARGO:	Enfermera CE
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			023
Es tiempo de LaSalud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	29/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO	X	M. CORRECTIVO	X	M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _66__ DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO	CPU	X	PORTATIL	SCANNER IMPRESORA
	UPS			ESTABILIZADOR	TABLET
	MARCA__HP_____ MODELO __SFF 400 G9_____ UBICACIÓN ___ARCHIVO EQUIPO 1_____				
	COD. INVENT. ___2021-03420_____ SERIAL __4CE251BGDS_____ COLOR __NEGRO_____				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA		BUENO	X	OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO		
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	Se revisa Windows y office estado (Activado)
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS		

RESPONSABLE TECNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA (BENEFICIARIO) DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO	
NOMBRE:	Maria ISabel Chacòn Velasco
C.C. N°:	28115997
CARGO:	Coor. Archivo
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			024
Es tiempo de La Salud Cesar	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	29/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO X M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _66_ DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO CPU PORTATIL SCANNER IMPRESORA UPS ESTABILIZADOR TABLET MARCA__LENOVO_ MODELO _C360_____ UBICACIÓN __ARCHIVO EQUIPO 2_____ COD. INVENT. _2021-01771__ SERIAL ___VS81592578___ COLOR ___BLANCO_____
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO

REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	Se revisa Windows y office estado (Activado)
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS		

RESPONSABLE TÉCNICO


NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**



FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)

NOMBRE:	Maria Isabel Chacón Velasco
C.C. N°:	28115997
CARGO:	Coor. Archivo
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	FIRMA



FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			026
Es tiempo de LaoSalud ESE	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	29/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO X M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _66_ DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO X CPU PORTATIL SCANNER IMPRESORA UPS ESTABILIZADOR TABLET MARCA__LENOVO___ MODELO _C260___ UBICACIÓN _BIOMEDICOS EQUIPO 2___ COD. INVENT. _2021-01750___ SERIAL _CS02270696__ COLOR __BLANCO__
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA	X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X	
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	Se revisa Windows y office estado (Activado)	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DE ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Jorgeo Andres Acuña
C.C. N°:	1101697780
CARGO:	Ingeniero Biomedico.
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	Jorgeo Acuña FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			
Es tiempo de LaoSalud ESE	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	025
		FECHA:	29/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _66_ DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO CPU X PORTATIL SCANNER IMPRESORA UPS ESTABILIZADOR TABLET MARCA_HP___ MODELO _SFF 400 G9___ UBICACIÓN _BIOMEDICOS EQUIPO 1____ COD. INVENT. _2021-03424___ SERIAL _4CE251BG7D____ COLOR _NEGRO____
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO

REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	Se revisa Windows y office estado (Activado)
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS		

RESPONSABLE TÉCNICO

NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)

NOMBRE:	Sergio Andres Acuña
C.C. N°:	1101697780
CARGO:	Ingeniero Biomedico
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	Sergio Acuña FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			103
Es tiempo de LaoSalud ESE	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	29/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO	X	M. CORRECTIVO	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _66__ DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO	X	CPU	PORTATIL	SCANNER IMPRESORA
	UPS		ESTABILIZADOR	TABLET	
	MARCA__LENOVO__ MODELO _12SD____ UBICACIÓN _ALMACEN____				
	COD. INVENT. _04605__ SERIAL MP2AWES6____ COLOR __NEGRO____				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA		BUENO	X	OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA	X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X	
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	Se revisa Windows y office estado (Activado)	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			


RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**



FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Laura Pinzon
C.C. N°:	1007477478
CARGO:	coor. Almacen
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	FIRMA





	FORMULARIO ACTA DE EQUIPO		090
Es tiempo de LaoSalud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	29/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO	X	M. CORRECTIVO X	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _66__ DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO X	CPU	PORTATIL	SCANNER	IMPRESORA
	UPS		ESTABILIZADOR	TABLET	
	MARCA _LENOVO__ MODELO __F0D8__ UBICACIÓN __FARMACIA EQUIPO 1___				
	COD. INVENT. __01171___ SERIAL __YJ00B980___ COLOR __BLANCO___				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA	

TRABAJO REALIZADO		
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	Se revisa Windows y office estado (Activado)
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS		

RESPONSABLE TECNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA


RESPONSABLE DEL AREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Diana E Mateus
C.C. N°:	28160332
CARGO:	Regente farmacia
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			091
Es tiempo de LaSalud ESE	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	29/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO	X	M. CORRECTIVO X	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _66__ DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO X	CPU	PORTATIL	SCANNER	IMPRESORA
	UPS		ESTABILIZADOR	TABLET	
	MARCA __LENOVO____ MODELO _12SD__ UBICACIÓN _FARCIA EQUIPO 2__				
	COD. INVENT. __2021-04948__ SERIAL __MP2ZL3AP____ COLOR __NEGRO___				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA	

TRABAJO REALIZADO		
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	Se revisa Windows y office estado (Activado)
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS		

RESPONSABLE TECNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**



FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Diana E Mateus B
C.C. N°:	28116032
CARGO:	Regente Farmacia
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	FIRMA

	FORMULARIO ACTA DE EQUIPO		092
Es tiempo de La Salud Cauca	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN: FECHA: CÓDIGO: PÁGINA:	 29/10/2026

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO	X	M. CORRECTIVO X	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _66_ DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO X	CPU	PORTATIL	SCANNER	IMPRESORA
	UPS		ESTABILIZADOR	TABLET	
	MARCA _LENOVO__ MODELO __C260___ UBICACIÓN __FARMACIA EQUIPO 3___				
	COD. INVENT. __2021-01172__ SERIAL __CS02493682___ COLOR _NEGRO___				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA	

	TRABAJO REALIZADO	
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER X
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	Se revisa Windows y office estado (Activado)
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS		

	RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

	RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)
NOMBRE:	Diana E Mateos G
C.C. N°:	2317032
CARGO:	Regente Farmacia
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	FIRMA

	FORMULARIO ACTA DE EQUIPO		136
Es tiempo de La Salud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN: FECHA: CÓDIGO: PÁGINA:	 29/10/2026

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO x	M. CORRECTIVO x	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR	
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _66_ DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO x	CPU	PORTATIL	SCANNER	IMPRESORA
	UPS	ESTABILIZADOR	TABLET		
	MARCA __Lenovo__ MODELO __C360__ UBICACIÓN __COORDINACION DE ENFERMERIA__				
	COD. INVENT. _01767_ SERIAL ____VS81854557_____ COLOR __BLANCO__				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA	

	TRABAJO REALIZADO	
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	Se revisa office y Windows estado (Activado)
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS		

	RESPONSABLE TECNICO
NOMBRE:	
C.C. Nº:	
CELULAR:	

FIRMA

	RESPONSABLE DE AREA (RESPONSABLE DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)
NOMBRE:	Karen Eliana Vargas Hernandez
C.C. Nº:	63439846
CARGO:	Enfermera.
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			084
Es tiempo de LaSalud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X	M. CORRECTIVO X	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR	
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _66__ DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO X	CPU	PORTATIL	SCANNER	IMPRESORA
	UPS	ESTABILIZADOR	TABLET		
	MARCA__LENOVO__ MODELO __12 SD__ UBICACIÓN __ESTACION DE ENFERMERIA EQUIPO 1___				
	COD. INVENT. _2021-04949_ SERIAL __MP2ZL3AR__ COLOR _NEGRO____				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA	

TRABAJO REALIZADO		
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	Se hace revisión office (Activado)
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS		

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Marcela Rodriguez
C.C. N°:	1195458882
CARGO:	Enfermera
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	MARCELA RODRÍGUEZ FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			085
Es tiempo de La Salud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO X M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _66__ DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO x CPU PORTATIL SCANNER IMPRESORA UPS ESTABILIZADOR TABLET MARCA __LENOVO___ MODELO __12SC__ UBICACIÓN __ESTACION DE ENFERMERIA EQUIPO 2____ COD. INVENT. __2021-04950__ SERIAL __MP2ZPZV6__ COLOR __NEGRO___
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	Se hace revisión office (Activado)
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS		

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Marcela Rodriguez
C.C. N°:	1195458892
CARGO:	Enfermera
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	MARCELA RODRÍGUEZ FIRMA

	FORMULARIO ACTA DE EQUIPO		086
Es tiempo de La Salud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO Nº	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO X M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº _66__ DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO X CPU PORTATIL SCANNER IMPRESORA UPS ESTABILIZADOR TABLET MARCA__LENOVO__ MODELO _AIO 520-22AST__ UBICACIÓN _ESTACION DE ENFERMERIA EQUIPO 3___ COD. INVENT. __2021-01968__ SERIAL _MP1ASYKN__ COLOR __BLANCO____
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO

REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	Se hace revisión office (Activado)
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS		

RESPONSABLE TECNICO

NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. Nº:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA/BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO

NOMBRE:	Marcela Restrepo
C.C. Nº:	1193458882
CARGO:	Enfermera
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	MARCELA RODRÍGUEZ FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			087
Es tiempo de La Salud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO	X	M. CORRECTIVO X	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _66__ DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO X	CPU	PORTATIL	SCANNER	IMPRESORA
		UPS	ESTABILIZADOR	TABLET	
	MARCA__LENOVO__ MODELO ___SIND ATOS_____ UBICACIÓN _ESTACION DE ENFERMERIA EQUIPO 4__				
	COD. INVENT. __2021-03474__ SERIAL __SIN DATOS___ COLOR __BLANCO___				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA		BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO

REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	Se hace revisión office (Activado)
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS		

RESPONSABLE TECNICO

NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA/BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)

NOMBRE:	MARCELA RODRIGUEZ
C.C. N°:	1095458824
CARGO:	enfermera
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	MARCELA RODRIGUEZ FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			083
Es tiempo de La Salud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE PRIMER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO	X	M. CORRECTIVO	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _66__ DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO	CPU	PORTATIL	SCANNER X	IMPRESORA
		UPS	ESTABILIZADOR	TABLET	
	MARCA __HP____ MODELO __SCANJET PRO 3000 S4__ UBICACIÓN _CONSULTA EXTERNA 2 EQUIPO 4__				
	COD. INVENT. 03429 SERIAL __CN2CAB8020___ COLOR ____BLANCO____				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA	

TRABAJO REALIZADO		
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	OPTIMIZAR SISTEMA
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	MANTENIMIENTO SCANNER X
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	REPONCHADO DE CABLES RJ45
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS		

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Nuria Camila Villamil Herrera
C.C. N°:	1101704445
CARGO:	cord fact consulta externa.

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			082
Es tiempo de La Salud CESTO	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**			
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X	M. CORRECTIVO	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO: **NIT N°**	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ** **NIT: 900.067.136-6**			
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _66__ DE 2026			
EQUIPO:	TODO EN UNO X	CPU	PORTATIL	SCANNER IMPRESORA
	UPS	ESTABILIZADOR	TABLET	
	MARCA__HP___ MODELO __200 G4 22___ UBICACIÓN ___CONSULTA EXTERNA 2 EQUIPO 4____			
	COD. INVENT. ___2021-03015____ SERIAL __8CC2035C0L___ COLOR __NEGRO__			
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X	
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X	
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	Se hace revisión office (Activado)	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**



FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Maria Gonzalez Villamil Alcocer
C.C. N°:	1101 Gratas
CARGO:	C. Ext Consulta Externa.
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			079
Es tiempo de LaOSalud Cauca	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**			
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X	M. CORRECTIVO	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO: NIT N°	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ** **NIT: 900.067.136-6**			
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _66__ DE 2026			
EQUIPO:	TODO EN UNO	CPU	PORTATIL	SCANNER X IMPRESORA
	UPS	ESTABILIZADOR	TABLET	
	MARCA _EPSON__ MODELO __DS 530 II___ UBICACIÓN __CONSULTA EXTERNA 2 EQUIPO 2___			
	COD. INVENT. __2021-04612___ SERIAL __X8Q2148040__ COLOR __BLANCO_____			
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA


TRABAJO REALIZADO		
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	OPTIMIZAR SISTEMA
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	MANTENIMIENTO SCANNER X
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	REPONCHADO DE CABLES RJ45
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS		

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**




FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Mc Camila Villamil Herrera
C.C. N°:	1101759945
CARGO:	C. fact Consulta Ext.



REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA



FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			078
Es tiempo de La Salud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**			
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X	M. CORRECTIVO	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**			
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**			
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _66__ DE 2026			
EQUIPO:	TODO EN UNO X	CPU	PORTATIL	SCANNER IMPRESORA
	UPS	ESTABILIZADOR	TABLET	
	MARCA __LENOVO___ MODELO __12SC_ UBICACIÓN __CONSULTA EXTERNA 2 EQUIPO 2___			
	COD. INVENT. _2021-04935__ SERIAL __MP2ZPZTG___ COLOR ___NEGRO_____			
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X	
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X	
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	Se hace revisión office (Activado)	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO	
NOMBRE:	Ma Vilcmil Herrera
C.C. N°:	1101759995.
CARGO:	C- Fac Consulta Ext
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	Ma Vilcmil FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			081
Es tiempo de LaSalud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO: NIT N°	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ** **NIT: 900.067.136-6**
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _66__ DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO CPU PORTATIL SCANNER X IMPRESORA UPS ESTABILIZADOR TABLET MARCA _EPSON__ MODELO __DS-530 II__ UBICACIÓN ___CONSULTA EXTERNA 2 EQUIPO 3_____ COD. INVENT. _2021-04281__ SERIAL __X8Q2055166__ COLOR ___BLANCO____
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO

REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	OPTIMIZAR SISTEMA
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	MANTENIMIENTO SCANNER X
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	REPONCHADO DE CABLES RJ45
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS X	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS		

RESPONSABLE TÉCNICO

NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)

NOMBRE:	Maria Camila Villamil R.
C.C. N°:	1101759495
CARGO:	C. Fact Consulta Ext.

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			030
Es tiempo de LaoSalud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _66__ DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO X CPU PORTATIL SCANNER IMPRESORA UPS ESTABILIZADOR TABLET MARCA__LENOVO____ MODELO ___V510Z___ UBICACIÓN __CONSULTA EXTERNA 1 EQUIPO 1___ COD. INVENT. __2021-01173___ SERIAL __MP1AUXYP____ COLOR __NEGRO____
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO

REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	Se hace revisión office (Activado)
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS		

RESPONSABLE TECNICO

NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)

NOMBRE:	Maria Camila Villamil Herrera
C.C. N°:	1121594965
CARGO:	Cord. Fact Consulta Ext.
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			077
Es tiempo de LaoSalud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO Nº	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO	X	M. CORRECTIVO	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT Nº	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº _06_ DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO	CPU	PORTATIL	SCANNER X	IMPRESORA
	UPS	ESTABILIZADOR	TABLET		
	MARCA _EPSON__ MODELO __DS 530 II__ UBICACIÓN __CONSULTA EXTERNA 2 EQUIPO 1___				
	COD. INVENT. __2021-04613__ SERIAL __X8Q2148528___ COLOR _BLANCO__				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA	

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	**X**	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO		OPTIMIZAR SISTEMA
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS		CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.		MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS		REPONCHADO DE CABLES RJ45
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS		
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TECNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. Nº:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Maria Camila Villamil M.
C.C. Nº:	1601759995.
CARGO:	Cord. Consulta Externa.
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	Ma Villamil FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			076
Es tiempo de La Salud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO	X	M. CORRECTIVO	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _66__ DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO	X	CPU	PORTATIL	SCANNER IMPRESORA
	UPS		ESTABILIZADOR	TABLET	
	MARCA __LENOVO___ MODELO _12SC___ UBICACIÓN _CONSULTA EXTERNA 2 EQUIPO 1__				
	COD. INVENT. __2021-04939___ SERIAL _MP2ZPZYA___ COLOR ___NEGRO_____				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA		BUENO	X	OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO				
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA	X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	X	OPTIMIZAR SISTEMA	X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	X	REPONCHADO DE CABLES RJ45	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS		Se hace revisión office (Activado)	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP			
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB			
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS				

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	María Camila Villamil M
C.C. N°:	1107594945
CARGO:	C. Ext Consulta Ext.
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	M. Villamil FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			037
Es tiempo de LaSalud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**			
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X	M. CORRECTIVO	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**			
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**			
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°_66__ DE 2026			
EQUIPO:	TODO EN UNO	CPU	PORTATIL	SCANNER X IMPRESORA
	UPS	ESTABILIZADOR	TABLET	
	MARCA__EPSON__ MODELO __DS-530 II___ UBICACIÓN __CONSULTA EXTERNA 1 EQUIPO 4___			
	COD. INVENT. _2021-04614__ SERIAL _X8Q2148520__ COLOR __BLANCO_____			
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO		
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	OPTIMIZAR SISTEMA
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	MANTENIMIENTO SCANNER X
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	REPONCHADO DE CABLES RJ45
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS		

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**



FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Maria Camila Villamil
C.C. N°:	1101759965
CARGO:	C. Fact Consulta Ext



REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA



FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			036
Es tiempo de La Salud Esse	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE PRIMER TRIMESTRE 2026**			
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X	M. CORRECTIVO	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**			
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**			
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° __66_ DE 2026			
EQUIPO:	TODO EN UNO X	CPU	PORTATIL	SCANNER IMPRESORA
	UPS	ESTABILIZADOR	TABLET	
	MARCA __LENOVO__ MODELO ___12SD____ UBICACIÓN __CONSULTA EXTERNA 1 EQUIPO 4___			
	COD. INVENT. __2021-04602__ SERIAL __MP2AWESP___ COLOR __NEGRO___			
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X	
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X	
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	Se hace revisión office (Activado)	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y CESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. Nº:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Ma Isabel Cuenca Villamil M.
C.C. Nº:	1101739945
CARGO:	C- Fact- Consulta Ext.
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	Ma Villamil

FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			133
Es tiempo de LaoSalud Cesar	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO Nº	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº _66__ DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO X CPU PORTATIL SCANNER IMPRESORA UPS ESTABILIZADOR TABLET MARCA__LENOVO__ MODELO _SFF 400 G9_____ UBICACIÓN __CONSULTA EXTERNA 1_____ COD. INVENT. __01271___ SERIAL __CS02270735_____ COLOR __BLANCO_____
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO

REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	Se hace revisión office (Activado)
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS		

RESPONSABLE TÉCNICO

NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. Nº:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DE ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)

NOMBRE:	Maria Camila Villamil H
C.C. Nº:	1019599995
CARGO:	C Fac consulta ext
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	Mª Villamil FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			035
Es tiempo de La Salud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _66__ DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO CPU PORTATIL SCANNER X IMPRESORA UPS ESTABILIZADOR TABLET MARCA_EPSON__ MODELO __DS-530 II__ UBICACIÓN ___CONSULTA EXTERNA 1 EQUIPO 3 _____ COD. INVENT. __2021-04610____ SERIAL __X8Q2148527____ COLOR ___BLANCO_____
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO		
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	OPTIMIZAR SISTEMA
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	MANTENIMIENTO SCANNER X
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	REPONCHADO DE CABLES RJ45
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS		

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Maria Camila Villamil M.
C.C. N°:	1101759995
CARGO:	aux. Fact Consulta Ext.

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			039
Es tiempo de LaeSalud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE PRIMER TRIMESTRE 2026**
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _66_ DE 2026
EQUIPO:	_TODO EN UNO CPU PORTATIL SCANNER X IMPRESORA UPS ESTABILIZADOR TABLET MARCA __EPSON__ MODELO _DS-530 II__ UBICACIÓN __CONSULTA EXTERNA 1 EQUIPO 5_____ COD. INVENT. __2021-04609__ SERIAL __X8Q2148553__ COLOR ___BLANCO_____
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO

REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	OPTIMIZAR SISTEMA
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	MANTENIMIENTO SCANNER X
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	REPONCHADO DE CABLES RJ45
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	

RESPONSABLE TECNICO

NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**



FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)

NOMBRE:	Maria Camila Villamil Herrera
C.C. N°:	1101759945
CARGO:	C. Consulta externa



REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA



FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			038
Es tiempo de LaSalud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _66__ DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO X CPU PORTATIL SCANNER IMPRESORA UPS ESTABILIZADOR TABLET MARCA __HP____ MODELO __PRO ONE 400C 620___ UBICACIÓN __CONSULTA 1 EQUIPO 5___ COD. INVENT. _2021-04403__ SERIAL __8CN1200SYD____ COLOR __NEGRO____
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO

REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	Se hace revisión office (Activado)
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS		

RESPONSABLE TÉCNICO


NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**



FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO

NOMBRE:	Maria Camila Villamil Herrera
C.C. N°:	1017599495
CARGO:	C. Consulta Ext.
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	Mc Villamil FIRMA



FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			033
Es tiempo de LaeSalud esto	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO	X	M. CORRECTIVO	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _66__ DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO	CPU	PORTATIL	SCANNER X	IMPRESORA
	UPS	ESTABILIZADOR	TABLET		
	MARCA_EPSON ___ MODELO _ DS 530 II __ UBICACIÓN __CONSULTA EXTERNA EQUIPO 2___				
	COD. INVENT. __2021-04611_____ SERIAL _X8Q2148010___ COLOR __BLANCO__				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA	

TRABAJO REALIZADO		
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	OPTIMIZAR SISTEMA
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	MANTENIMIENTO SCANNER X
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	REPONCHADO DE CABLES RJ45
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS		

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**




FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Maria Camila Villamil Herrera
C.C. N°:	1017099965
CARGO:	C fact. Consulta Externa



REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA



FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			032
Es tiempo de LaoSalud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE PRIMER TRIMESTRE 2026**
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _66__ DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO X CPU PORTATIL SCANNER IMPRESORA UPS ESTABILIZADOR TABLET MARCA__HP__ MODELO __PRO ONE 400C620__ UBICACIÓN __CONSULTA EXTERNA 1 EQUIPO 2__ COD. INVENT. _2021-04417_ SERIAL __8CN1200624___ COLOR __NEGRO___
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO

REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	Se hace revisión office (Activado)
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS		

RESPONSABLE TÉCNICO

NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA /BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO

NOMBRE:	Maria Camila Villamil M.
C.C. N°:	1017594995
CARGO:	C. Fac consulta Ext.
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	Me Villamil FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			116
Es tiempo de La Salud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	**27 – 10 – 2026**
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO **X**	M. CORRECTIVO **X**	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR	
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 66 DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO	CPU **X**	PORTATIL	SCANNER	IMPRESORA
	UPS	ESTABILIZADOR	TABLET		
	MARCA **HP** MODELO **RP5800** UBICACIÓN **RAYOS X**				
	COD. INVENT. **01593** SERIAL **B2U44EC#ABB** COLOR **NEGRO**				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO **X**	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA	

TRABAJO REALIZADO				
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	**X**	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA	**X**
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	**X**	OPTIMIZAR SISTEMA	**X**
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	**X**	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	**X**	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	**X**	REPONCHADO DE CABLES RJ45	**X**
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS		Se hace revisión office (Activado)	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP			
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB			
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS				

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Claudia Patricia Tayo Perez
C.C. N°:	27.984.491 Barbosa
CARGO:	Atencion Al Usuario

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA

Es tiempo de La Salud Cauca	FORMULARIO ACTA DE EQUIPO		121
	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	**27 – 10 – 2026**
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO	**X**	M. CORRECTIVO	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 66 DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO	**X**	CPU	PORTATIL	SCANNER IMPRESORA
	UPS		ESTABILIZADOR	TABLET	
	MARCA **HP** MODELO UBICACIÓN **PLANIFICACION FAMILIAR**				
	COD. INVENTO **04414** SERIAL **8CN123079Y** COLOR **NEGRO**				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA		BUENO	**X**	OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO				
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	**X**	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA	**X**
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	**X**	OPTIMIZAR SISTEMA	**X**
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	**X**	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	**X**	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	**X**	REPONCHADO DE CABLES RJ45	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS		Se hace revisión office (Activado)	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP			
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB			
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS				

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**312321383**

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Alba Nelly Anza Ortiz
C.C. N°:	65560862
CARGO:	Enfermera

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			058
Es tiempo de La Salud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	**27 – 10 – 2026**
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO Nº	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**						
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO	**X**	M. CORRECTIVO	0	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR	
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**						
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**						
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 66 DE 2026						
EQUIPO:	TODO EN UNO	**X**	CPU		PORTATIL	SCANNER	IMPRESORA
	UPS		ESTABILIZADOR		TABLET		
	MARCA **LENOVO** MODELO **10160** UBICACIÓN **MEDICINA GENERAL CONSULTORIO 3**						
	COD. INVENT. **02151** SERIAL **CS02270761** COLOR **BLANCO**						
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA		BUENO	**X**	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA	

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	**X**	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA **X**
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	**X**	OPTIMIZAR SISTEMA **X**
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	**X**	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	**X**	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	**X**	REPONCHADO DE CABLES RJ45
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS		Se hace revisión office (Activado)
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	
C.C. Nº:	
CELULAR:	

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Yenka Lelegma Anza Patiño
C.C. Nº:	1.101.757.780
CARGO:	Enfermera.

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			105
Es tiempo de La Salud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE SERGER TRIMESTRE 2026**			
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X	M. CORRECTIVO	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**			
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**			
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _66__ DE 2026			
EQUIPO:	TODO EN UNO X	CPU	PORTATIL	SCANNER IMPRESORA
	UPS	ESTABILIZADOR	TABLET	
	MARCA__HP___ MODELO _HP200G422_____ UBICACIÓN __CONSULTORIO 4_____			
	COD. INVENT. __03014__ SERIAL __BCC2035CWH_____ COLOR ___NEGRO_____			
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA	X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X	
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	Se hace revisión office (Activado)	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Yeraldy Zuleyma Arce Patiño
C.C. N°:	1.101.757.780
CARGO:	Enfermera
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	FIRMA

	FORMULARIO ACTA DE EQUIPO		139
Es tiempo de LaoSalud ESE	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO x M. CORRECTIVO M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 66_ DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO x CPU PORTATIL SCANNER IMPRESORA UPS ESTABILIZADOR TABLET MARCA __HP___ MODELO __PRO ONE 400C620____ UBICACIÓN ___MEDICINA GENERAL____ COD. INVENT. ___04416____ SERIAL ___37ABOLS#ABM____ COLOR __NEGRO___
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO

REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS		Se hace revisión office (Activado)
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO

NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. Nº:	**8080429**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)

NOMBRE:	Yeska Suleyma Anza Patiño
C.C. Nº:	N01 757 780
CARGO:	Enfermera

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			102
Es tiempo de La Salud ESE	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**			
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X	M. CORRECTIVO	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**			
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**			
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _66__ DE 2026			
EQUIPO:	TODO EN UNO X	CPU	PORTATIL	SCANNER IMPRESORA
	UPS	ESTABILIZADOR	TABLET	
	MARCA__LENOVO__ MODELO _C360_____ UBICACIÓN _CONSULTORIO 7_____			
	COD. INVENT. __01886__ SERIAL __VS81854793____ COLOR __BLANCO_____			

ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA

	TRABAJO REALIZADO	
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	Se hace revisión de office (Activado)
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS		

	RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

	RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)
NOMBRE:	Yenka Yulenma Ayza Patiño
C.C. N°:	1.101 757 780
CARGO:	Enfermera
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			013
Es tiempo de La Salud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27 – 10 – 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO **X** M. CORRECTIVO **X** M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 06 DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO **X** CPU PORTATIL SCANNER IMPRESORA UPS ESTABILIZADOR TABLET MARCA **LENOVO** MODELO **F0D6** UBICACIÓN **AUXILIAR PIP** COD. INVENT. **00095** SERIAL **MP1F0NHU** COLOR **BLANCO**
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO **X** OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	**X**	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA **X**
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	**X**	OPTIMIZAR SISTEMA **X**
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	**X**	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	**X**	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	**X**	REPONCHADO DE CABLES RJ45 **X**
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS		Se hace revisión de office (Activado)
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TECNICO	
NOMBRE:	
C.C. Nº:	
CELULAR:	

FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Clerica Eulegma Anza Patiño
C.C. Nº:	1.101 757 780
CARGO:	Enfermera

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			042
Es tiempo de LaeSalud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27 – 10 – 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE I TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO	**X**	M. CORRECTIVO	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 06 DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO	**X**	CPU	PORTATIL	SCANNER IMPRESORA
	UPS		ESTABILIZADOR	TABLET	
	MARCA **HP** MODELO **PRO ONE400C620** UBICACIÓN **CONSULTA EXTERNA PIP**				
	COD. INVENT.**04408** SERIAL **37A80LS#ABM** COLOR **NEGRO**				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA		BUENO	**X**	OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

	TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	**X**	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA	**X**
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	**X**	OPTIMIZAR SISTEMA	**X**
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	**X**	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	**X**	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	**X**	REPONCHADO DE CABLES RJ45	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS		Se hace revisión de office (Activado)	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP			
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB			
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS				

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. Nº:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Yesika Yuleyma Ama
C.C. Nº:	1.101 757 780
CARGO:	Enfermera

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			088
Es tiempo de La Salud esse	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO X M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _06__ DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO X CPU PORTATIL SCANNER IMPRESORA UPS ESTABILIZADOR TABLET MARCA__LENOVO___ MODELO__C260___ UBICACIÓN _ESTACIION DE ENFERMERIA 1 EQUIPO 1____ COD. INVENT. __01288___ SERIAL __CS2270768___ COLOR __BLANCO___
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO

REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	Se hace revisión de office (Activarlo)
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS		

RESPONSABLE TECNICO


NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**



FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)

NOMBRE:	Yoselco Zoleyma Anzo Patiño
C.C. N°:	1.101 757 780
CARGO:	Enfermera
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	FIRMA



FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			089
Es tiempo de La Salud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27/08/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO	X	M. CORRECTIVO	X	M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _06_ DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO	X	CPU	PORTATIL	SCANNER IMPRESORA
	UPS		ESTABILIZADOR	TABLET	
	MARCA __LENOVO___ MODELO __F0BB__ UBICACIÓN __ESTACION DE ENFERMERIA EQUIPO 2___				
	COD. INVENT. 04882_ SERIAL __MP15BGW8___ COLOR __BLANCO____				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA		BUENO	X	OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO

REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA	X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X	
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	Se hace revisión de office (Activado)	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TECNICO

NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)

NOMBRE:	Yesika Zuleyma Arca Patiño
C.C. N°:	1.101 757 780
CARGO:	Enfermera
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			101
Es tiempo de LaSalud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**			
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X	M. CORRECTIVO	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**			
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**			
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _06__ DE 2026			
EQUIPO:	TODO EN UNO X	CPU	PORTATIL	SCANNER IMPRESORA
	UPS	ESTABILIZADOR	TABLET	
	MARCA__LENOVO__ MODELO _SFF 400 G9_____ UBICACIÓN _CONSULTORIO 6_____			
	COD. INVENT. __03743___ SERIAL __CS02270721_____ COLOR ___BLANCO_____			
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO		
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	Se hace revisión office (Activado)
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS		

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. Nº:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**



FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Yenka Zuleyma Anza
C.C. Nº:	1.101.707.788
CARGO:	Enfermero
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	FIRMA

	FORMULARIO ACTA DE EQUIPO		120
Es tiempo de La Salud ESE	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN: FECHA: CÓDIGO: PÁCINA:	 27 – 10 – 2026

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO	**X**	M. CORRECTIVO	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 66_ DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO	**X**	CPU	PORTATIL	SCANNER IMPRESORA
	UPS		ESTABILIZADOR	TABLET	
	MARCA **LENOVO** MODELO **C260** UBICACIÓN **SISTEMAS**				
	COD. INVENT. **01353** SERIAL **CS02270727** COLOR **BLANCO**				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA		BUENO	**X**	OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO				
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	**X**	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA	**X**
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	**X**	OPTIMIZAR SISTEMA	**X**
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	**X**	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	**X**	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	**X**	REPONCHADO DE CABLES RJ45	**X**
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS		Se hace revisión office (Activado)	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP			
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB			
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS				

RESPONSABLE TECNICO	
NOMBRE:	
C.C. N°:	
CELULAR:	

FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Yenka Zuleyma Anzo Patiño
C.C. N°:	1.101 757 780
CARGO:	Enfermera

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA


FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			044
Es tiempo de La Salud Cauca	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	**27 – 10 – 2026**
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO	**X**	M. CORRECTIVO	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°66 DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO	**X**	CPU	PORTATIL	SCANNER IMPRESORA
	UPS		ESTABILIZADOR	TABLET	
	MARCA **LENOVO** MODELO **12SD** UBICACIÓN **COORDINACION PIP**				
	COD. INVENT. **04606** SERIAL **MP2AXY4G** COLOR **NEGRO**				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA		BUENO	**X**	OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	**X**	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA **X**
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	**X**	OPTIMIZAR SISTEMA **X**
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	**X**	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	**X**	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	**X**	REPONCHADO DE CABLES RJ45
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS		Se hace revisión office (Activado)
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**312321383**




FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Yenica Zulema Anza Patiño
C.C. N°:	1.101.757.790
CARGO:	Enfermera



REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA



FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			100
Es tiempo de LaoSalud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _66_ DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO X CPU PORTATIL SCANNER IMPRESORA UPS ESTABILIZADOR TABLET MARCA__LENOVO__ MODELO _C260_____ UBICACIÓN __CONSULTORIO 2_____ COD. INVENT. _01189___ SERIAL __CS02270694_____ COLOR ___BLANCO_____
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA	X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X	
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	Se hace revisión office (Activado)	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Yesica Tatiana Anza Patiño
C.C. N°:	1.101.757.780
CARGO:	Enfermera CE.
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			104
Es tiempo de LaSalud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	30/10/2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N° TIPO MANTENIMIENTO:	REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026			
	M. PREVENTIVO X	M. CORRECTIVO	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ			
NIT N°	NIT: 900.067.136-6			
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _066__ DE 2026			
EQUIPO:	TODO EN UNO X	CPU	PORTATIL	SCANNER IMPRESORA
	UPS	ESTABILIZADOR	TABLET	
	MARCA__LENOVO__ MODELO _V510Z_____ UBICACIÓN _GERENCIA_____			
	COD. INVENT. _02122_ SERIAL __MP1A1X34_____ COLOR ___NEGRO_____			
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X	
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X	
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	**OBSERVACIONES:**	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	GIOVANNY BECARIA
C.C. N°:	80804294
CELULAR:	3123213683

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	
C.C. N°:	
CARGO:	

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			
Es tiempo de LaoSalud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	002
		FECHA:	30-10- 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO	X	M. CORRECTIVO	X	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ				
NIT N°	NIT: 900.067.136-6				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066 DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO	X	CPU	PORTATIL	SCANNER	IMPRESORA
	UPS		ESTABILIZADOR	TABLET		
	MARCA LENOVO MODELO 12SD UBICACIÓN COORDINACION DE FACTURACION					
	COD. INVENT 04943 SERIAL MP2ZL3BC COLOR NEGRO					
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA		BUENO	X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS		**OBSERVACIONES:** SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	GIOVANNY BECARIA
C.C. N°:	80804294
CELULAR:	3123213683

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA/BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO	
NOMBRE:	Dely Morales
C.C. N°:	1.101.758.064
CARGO:	coor. admon

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			003
Es tiempo de LaoSalud eseo	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	30-10- 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X	M. CORRECTIVO X	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR	
EMPRESA DESTINO:	E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ				
NIT N°	NIT: 900.067.136-6				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066 DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO X	CPU	PORTATIL	SCANNER	IMPRESORA
	UPS	ESTABILIZADOR	TABLET		
	MARCA **LENOVO** MODELO **12SD** UBICACIÓN **COORDINACION DE FACTURACION**				
	COD. INVENT. **04946** SERIAL **MP22PZN6** COLOR **NEGRO**				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA	

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X	
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X	
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	**OBSERVACIONES:** SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	
C.C. N°:	
CELULAR:	

FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO	
NOMBRE:	Dayly Mendez
C.C. N°:	1067880671
CARGO:	coor sistemas

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			137
Es tiempo de LaoSalud Gestión	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	31 - 10-2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _066_ DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO X CPU PORTATIL SCANNER IMPRESORA UPS ESTABILIZADOR TABLET MARCA_LENOVO__ MODELO _12SD___ UBICACIÓN: TESORERIA - CONTABILIDAD COD. INVENT. _04903_ SERIAL __MP2HSESL___ COLOR ___NEGRO___
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X	
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X	
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	**OBSERVACIONES:**	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	**SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE**	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	
C.C. N°:	1.124458.064
CARGO:	coor Sistemas

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			004
Es tiempo de LaoSalud Cauca	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	30-10- 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X	M. CORRECTIVO X	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR	
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066 DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO X	CPU	PORTATIL	SCANNER	IMPRESORA
	UPS	ESTABILIZADOR	TABLET		
	MARCA HP MODELO PRO ONE400C620 UBICACIÓN COORDINACION DE FACTURACION				
	COD. INVENT 04406 SERIAL 8CN12307810 COLOR NEGRO				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA	

TRABAJO REALIZADO				
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA	X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	X	OPTIMIZAR SISTEMA	X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	X	REPONCHADO DE CABLES RJ45	X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS		**OBSERVACIONES:** SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP			
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB			
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS				

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO:	
NOMBRE:	Daily Montes
C.C. N°:	1.101.758.064
CARGO:	Coor Sistemas

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			005
Es tiempo de La Salud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	30-10 – 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X	M. CORRECTIVO X	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR	
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066 DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO X	CPU	PORTATIL	SCANNER	IMPRESORA
	UPS	ESTABILIZADOR	TABLET		
	MARCA **HP** MODELO **PRO ONE400C620** UBICACIÓN **COORDINACION DE FACTURACION**				
	COD. INVENT **04405** SERIAL **N/A** COLOR **NEGRO**				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA	

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X	
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X	
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	**OBSERVACIONES:**	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TECNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Dely Monroy
C.C. N°:	1160.758.067
CARGO:	coor sistemas

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			006
Es tiempo de LaSalud eseo	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	30-10 – 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO X M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066 DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO X CPU PORTATIL SCANNER IMPRESORA
	UPS ESTABILIZADOR TABLET
	MARCA **LENOVO** MODELO **V510Z** UBICACIÓN **COORDINACION DE FACTURACION**
	COD. INVENT.**01977** SERIAL **MP1AUUC6** COLOR **NEGRO**
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS		**OBSERVACIONES:** SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TECNICO	
NOMBRE:	
C.C. N°:	
CELULAR:	

FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Dayly Montes
C.C. N°:	1.001.758.004
CARGO:	COORDINADORA

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			009
Es tiempo de LaoSalud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	30-10- 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066 DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO X CPU PORTATIL SCANNER IMPRESORA
	UPS ESTABILIZADOR TABLET
	MARCA HP MODELO **PRO ONE400C620** UBICACIÓN **COORDINACION DE FACTURACION**
	COD. INVENT. **04407** SERIAL **N/A** COLOR **NEGRO**
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO

REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	X	REPONCHADO DE CABLES RJ45
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS		**OBSERVACIONES:** SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO

NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE PRESTA EL EQUIPO)

NOMBRE:	Dilly Montes
C.C. N°:	1.161.758.004
CARGO:	Coor Facturacion

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			012
Es tiempo de La Salud ESE	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	30-10 – 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO	X	M. CORRECTIVO	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ				
NIT N°	NIT: 900.067.136-6				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO	CPU	PORTATIL	SCANNER X	IMPRESORA
		UPS	ESTABILIZADOR	TABLET	
	MARCA HP MODELO SCANJET PRO 3000 S4 UBICACIÓN COORDINACION DE FACTURACION				
	COD. INVENT. 03427 SERIAL CN2C9B8008 COLOR BLANCO				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA		BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA	
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	OPTIMIZAR SISTEMA	
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	MANTENIMIENTO SCANNER	X
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	REPONCHADO DE CABLES RJ45	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS	X
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS X CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	**OBSERVACIONES:** SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	GIOVANNY BECARIA
C.C. N°:	80804294
CELULAR:	3123213683

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA BENEFICIARIO DEL SERVICIO O DONDE SE UBICA EL EQUIPO	
NOMBRE:	Dolly Monsalve
C.C. N°:	1.101.758.064
CARGO:	Coor Sistemas

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			011
Es tiempo de La Salud ESE	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	30-10- 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X	M. CORRECTIVO X	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR	
EMPRESA DESTINO:	E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ				
NIT N°	NIT: 900.067.136-6				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066 DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO X	CPU	PORTATIL	SCANNER	IMPRESORA
	UPS	ESTABILIZADOR	TABLET		
	MARCA **LENOVO** MODELO **12SC** UBICACIÓN **COORDINACION DE FACTURACION**				
	COD. INVENT. **04952** SERIAL **MP2ZPZXL** COLOR **NEGRO**				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA	

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X	
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X	
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	**OBSERVACIONES:** SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA BENEFICIARIO DEL SERVICIO (DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Delly Morales
C.C. N°:	1.101.758.064
CARGO:	coor sistemas

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO

Es tiempo de LaoSalud ESE	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	010
		FECHA:	30-10 – 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCERO AÑO 2026
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO x M. CORRECTIVO x M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ
NIT N°	NIT: 900.067.136-6
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066 DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO x CPU PORTATIL SCANNER IMPRESORA UPS ESTABILIZADOR TABLET MARCA LENOVO MODELO V510Z UBICACIÓN COORDINACION DE FACTURACION COD. INVENT.00428 SERIAL MP1A1X2M COLOR NEGRO
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO x OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO

REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	x	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA x
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	x	OPTIMIZAR SISTEMA x
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	x	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	x	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	x	REPONCHADO DE CABLES RJ45 x
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS		**OBSERVACIONES:** SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO

NOMBRE:	
C.C. N°:	
CELULAR:	

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA DE BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO

NOMBRE:	Dolly Moreno
C.C. N°:	1.101.758.004
CARGO:	coor sistem

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

	FORMULARIO ACTA DE EQUIPO		137
Estrategia de Laboratorio ESE	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	31 - 10-2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _066__ DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO X CPU PORTATIL SCANNER IMPRESORA UPS ESTABILIZADOR TABLET MARCA_LENOVO__ MODELO _12SD___ UBICACIÓN: TESORERIA - CONTABILIDAD COD. INVENT. _04938_ SERIAL __MP2AWESL___ COLOR ___NEGRO___
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO

REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA	X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X	
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	**OBSERVACIONES:**	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

DATOS TÉCNICO

NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA INTERVENIDA — SE UBICA EL EQUIPO

NOMBRE:	Darly Morales
C.C. N°:	1.061.758.004
CARGO:	coor sistem

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO

VERSIÓN:	001
FECHA:	30-10-2026
CÓDIGO:	
PÁGINA:	

ACTA DE MANTENIMIENTO REALIZADA EN SITIO
DE EQUIPO INTERVENIDO

REPORTE DE MANTENIMIENTO					
TIPO MANTENIMIENTO	PREVENTIVO	X	CORRECTIVO	X	M. PREDICTIVO / REPROGRAMAR
EMPRESA DESTINO	E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ				
NIT Nº	NIT: 900.067.136-6				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 066 DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO X	CPU	PORTATIL	SCANNER	IMPRESORA
	UPS		ESTABILIZADOR	TABLET	
	MARCA LENOVO	MODELO 12SD	UBICACIÓN COORDINACION DE FACTURACION		
	COD. INVENT. 04947 SERIAL MP22L3AT				
	COLOR NEGRO				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTIA		BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA

REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA	X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	X	OPTIMIZAR SISTEMA	X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	X	REPONCHADO DE CABLES RJ45	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS	X
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS		OBSERVACIONES:	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB			
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS				

NOMBRE:	GIOVANNY BECARIA
C.C. Nº:	80804294
CELULAR:	3123213683

FIRMA

NOMBRE:	Dery Monroy
C.C. Nº:	1.101.758.067
CARGO:	coor Sistem

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO		055
LaSalud Cero	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:
		FECHA: 29 - 10 - 2026
		CÓDIGO:
		PÁGINA:

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**MANTENIMIENTO DE TERCERO INSTALADO**
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO X M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ
NIT N°	NIT: 900.067.136-6
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066 DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO CPU X PORTATIL SCANNER IMPRESORA UPS ESTABILIZADOR TABLET MARCA HP MODELO PRO SFF 400 G9 UBICACIÓN INTERNISTA ADICIONAL COD. INVENT. 03428 SERIAL 4CE251BGHZ COLOR NEGRO
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

MANTENIMIENTO REALIZADO

REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X	
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X	
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	**OBSERVACIONES:**	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO

NOMBRE:	GIOVANNY BECARIA
C.C. N°:	80804294
CELULAR:	312321383

FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA DONDE SE PRESTO EL SERVICIO O QUIEN RECIBE EL EQUIPO

NOMBRE:	Yerko Zuleyma Ama
C.C. N°:	1.101.757 780
CARGO:	Enfermera

REVISADO INGº DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			014
Esenttia LaoSalud Clínica	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	29 - 10 - 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO X M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ
NIT N°	NIT: 900.067.136-6
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066 DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO X CPU PORTATIL SCANNER IMPRESORA UPS ESTABILIZADOR TABLET MARCA **LENOVO** MODELO **10160** UBICACIÓN **CIRUGIA** COD. INVENT. **02208** SERIAL **CS2270763** COLOR **BLANCO**
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS		OBSERVACIONES:
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	GIOVANNY BECARIA
C.C. N°:	80804294
CELULAR:	3123213683

FIRMA

RESPONSABLE DE CARGO DEL USUARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO	
NOMBRE:	Natalia Gonzalez Franco
C.C. N°:	60431049 Velez
CARGO:	Jefe Cirugia

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			041
Es tiempo de LaoSalud Cesar	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	29 - 10 - 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO X M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ
NIT N°	NIT: 900.067.136-6
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066 DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO X CPU PORTATIL SCANNER IMPRESORA
	UPS ESTABILIZADOR TABLET
	MARCA HP MODELO PRO SFF 400 G9 UBICACIÓN CIRUGIA
	COD. INVENT.03421 SERIAL 4CE251BGFK COLOR NEGRO
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X	
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X	
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	**OBSERVACIONES:**	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	GIOVANNY BECARIA
C.C. N°:	80804294
CELULAR:	3123213683

FIRMA

RESPONSABLE POR PARTE DEL BENEFICIARIO DEL SERVICIO (QUIEN RECIBE EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Natalia Gonzalez Franco
C.C. N°:	63537049
CARGO:	Jefe enfermeria

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			040
Es tiempo de LaoSalud Gobierno	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	29 - 10 - 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO X M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066 DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO X CPU PORTATIL SCANNER IMPRESORA UPS ESTABILIZADOR TABLET MARCA **LENOVO** MODELO **12SD** UBICACIÓN **CIRUGIA** COD. INVENT.**04933** SERIAL **MP2ZL3BY** COLOR **NEGRO**
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO

REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	**OBSERVACIONES:**
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS		

RESPONSABLE TÉCNICO

NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)

NOMBRE:	Matilde Gonzalez Blanco
C.C. N°:	63431099
CARGO:	Jefe enfermeria.

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			053
Es tiempo de LaeSalud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	29 - 10 - 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	


REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO X M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066 DE 202.
EQUIPO:	TODO EN UNO CPU X PORTATIL SCANNER IMPRESORA UPS ESTABILIZADOR TABLET MARCA **HP** MODELO **PRO SFF 400 G9** UBICACIÓN **GINECOLOGIA** COD. INVENT. **03416** SERIAL **4CE251BG6X** COLOR **NEGRO**
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO

REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS		**OBSERVACIONES:**
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO


NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**



FIRMA

RESPONSABLE DE LA ÁREA (QUIEN RECIBE EL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)

NOMBRE:	Katerine Sepulveda
C.C. N°:	32887000
CARGO:	Ginecologia.



REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA



FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			068
Es tiempo de La Salud Cauca	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	29 – 10 – 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO Nº	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X	M. CORRECTIVO X	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR	
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT Nº	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066 DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO X	CPU	PORTATIL	SCANNER	IMPRESORA
	UPS	ESTABILIZADOR	TABLET		
	MARCA **HP** MODELO **PRO ONE 400C620** UBICACIÓN **URGENCIAS CONSULTORIO 2**				
	COD. INVENT. **04415** SERIAL **N/A** COLOR **NEGRO**				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA	

TRABAJO REALIZADO				
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X		LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X	
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X		OPTIMIZAR SISTEMA X	
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X		CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X		MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X		REPONCHADO DE CABLES RJ45 X	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS		**OBSERVACIONES:**	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB			
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS				

RESPONSABLE RECIBE	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. Nº:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DE UNIDAD BENEFICIARIO DEL SERVICIO (DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Andrea Juliana Sepúlveda Sanguino
C.C. Nº:	1007436745
CARGO:	Médico general

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA

Dra. Andrea Juliana Sepúlveda S.
Médica General
C.C. 1.007.436.745
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			117
Es tiempo de LaoSalud eSalud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	29 - 10 - 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO	X	M. CORRECTIVO	X	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ				
NIT N°	NIT: 900.067.136-6				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066 DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO	X	CPU	PORTATIL	SCANNER	IMPRESORA
	UPS		ESTABILIZADOR	TABLET		
	MARCA HP MODELO 20064 UBICACIÓN URGENCIAS CONSULTORIO 1					
	COD. INVENT.03011 SERIAL 8CC2035CZJ COLOR NEGRO					
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA		BUENO	X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS		**OBSERVACIONES:**
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TECNICO	
NOMBRE:	GIOVANNY BECARIA
C.C. N°:	80804294
CELULAR:	3123213683

FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA/BENEFICIARIO DEL SERVICIO O DONDE SE VERIFICA EL EQUIPO	
NOMBRE:	Magda Mejia Olarte
C.C. N°:	1101712573
CARGO:	Enfermera

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			045
Es tiempo de LaSalud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	29 - 10 - 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X	M. CORRECTIVO X	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR	
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066 DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO X	CPU	PORTATIL	SCANNER	IMPRESORA
	UPS	ESTABILIZADOR	TABLET		
	MARCA **LENOVO** MODELO **12SC** UBICACIÓN **FACTURACION URGENCIAS**				
	COD. INVENT.**04942** SERIAL **MP2ZPZXN** COLOR **NEGRO**				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA	

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X	
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X	
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	**OBSERVACIONES:**	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TECNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL ARCHIVO/BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO	
NOMBRE:	Iyar Cepeda Hernandez
C.C. N°:	63 437 388
CARGO:	Aux facturacion urgencias

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			046
Es tiempo de LaeSalud ESE	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	29 - 10 - 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO X M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066 DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO X CPU PORTATIL SCANNER IMPRESORA
	UPS ESTABILIZADOR TABLET
	MARCA **LENOVO** MODELO **12SD** UBICACIÓN **FACTURACION URGENCIAS**
	COD. INVENT. **04595** SERIAL **MP2AXY46** COLOR **NEGRO**
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO

REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS		**OBSERVACIONES:**
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO

NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA/BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO

NOMBRE:	Luyar Cepeda Hernandez
C.C. N°:	63437388
CARGO:	Aux facturacion urgencias
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	Luyar Cepeda H.
	FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			047
Es tiempo de LaoSalud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	29 - 10 - 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ
NIT N°	NIT: 900.067.136-6
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066 DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO CPU PORTATIL SCANNER X IMPRESORA
	UPS ESTABILIZADOR TABLET
	MARCA HP MODELO SCANJET PRO 3000 S4 UBICACIÓN FACTURACION URGENCIAS
	COD. INVENT. 03430 SERIAL CN2CAB803Y COLOR BLANCO
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO		
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	OPTIMIZAR SISTEMA
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	MANTENIMIENTO SCANNER X
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	REPONCHADO DE CABLES RJ45
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS X
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS X	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS	CAMBIO DE CAUCHOS	

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	GIOVANNY BECARIA
C.C. N°:	80804294
CELULAR:	3123213683

FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA/BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO	
NOMBRE:	Iwar Cepeda Hernandez
C.C. N°:	63437388
CARGO:	Aux. facturacion urgencias.
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			069
Es tiempo de LaoSalud Cauca	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	29 - 10 - 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO X M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ
NIT N°	NIT: 900.067.136-6
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066 DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO X CPU PORTATIL SCANNER IMPRESORA UPS ESTABILIZADOR TABLET MARCA LENOVO MODELO 12SD UBICACIÓN URGENCIAS COD. INVENT. 04951 SERIAL MP2ZL3C5 COLOR NEGRO
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		OBSERVACIONES: SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	GIOVANNY BECARIA
C.C. N°:	80804294
CELULAR:	3123213683

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO	
NOMBRE:	Magaly Mejia Olaya
C.C. N°:	1101752575
CARGO:	Enfermera
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			070
Es tiempo de LaoSalud eso	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	29 - 10 - 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO Nº	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X	M. CORRECTIVO X	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR	
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT Nº	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 066 DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO X	CPU	PORTATIL	SCANNER	IMPRESORA
	UPS	ESTABILIZADOR	TABLET		
	MARCA **LENOVO** MODELO **12SC** UBICACIÓN **URGENCIAS**				
	COD. INVENT. **04934** SERIAL **MP2ZPZWH** COLOR **NEGRO**				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA	

TRABAJO REALIZADO				
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X		LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X	
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X		OPTIMIZAR SISTEMA X	
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X		CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X		MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X		REPONCHADO DE CABLES RJ45 X	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS		**OBSERVACIONES:**	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB			
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS				

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. Nº:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Magaly Mejía Olarte
C.C. Nº:	1101712595
CARGO:	Enfermera

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA Magaly Mejía O

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			067
Es tiempo de LaSalud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	29 - 10 - 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO X M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066 DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO X CPU PORTATIL SCANNER IMPRESORA
	UPS ESTABILIZADOR TABLET
	MARCA **LENOVO** MODELO **10BD** UBICACIÓN **URGENCIAS CONSULTORIO 1**
	COD. INVENT **00439** SERIAL **S1H049KY** COLOR **NEGRO**
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO

REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS		**OBSERVACIONES:**
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO


NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**




FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA/BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO

NOMBRE:	Andrés Sebastián Cases
C.C. N°:	1005360628
CARGO:	Medico



REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA



FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			066
Es tiempo de La Salud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	29 - 10 - 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO Nº	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO	X	M. CORRECTIVO	X	M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT Nº	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 066 DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO X CPU PORTATIL SCANNER IMPRESORA				
	UPS ESTABILIZADOR TABLET				
	MARCA **LENOVO** MODELO **12SD** UBICACIÓN **REFERENCIA**				
	COD. INVENT. **04596** SERIAL **MP2AXY3V** COLOR **NEGRO**				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA				

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X	
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X	
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	**OBSERVACIONES:**	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. Nº:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**



FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Erin Yoseino Cuello Acuña
C.C. Nº:	63437158.
CARGO:	Auxiliar de enfermeria



REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA



FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			062
Es tiempo de LaSalud Cauca	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	29 - 10 – 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**			
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X	M. CORRECTIVO X	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**			
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**			
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066 DE 2026			
EQUIPO:	TODO EN UNO	CPU X	PORTATIL	SCANNER IMPRESORA
	UPS	ESTABILIZADOR	TABLET	
	MARCA **HP** MODELO **COMPAQ DX2400M** UBICACIÓN **OBSERVACION**			
	COD. INVENT.**0243** SERIAL **MXL93605MZ** COLOR **NEGRO**			
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA


TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X	
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X	
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	**OBSERVACIONES:**	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**



FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	María Fernanda Ramón García
C.C. N°:	1100960298
CARGO:	Enfermera



REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA



FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			021
Es tiempo de La Salud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	29 – 10 - 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° _066__ DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO X CPU PORT003417ATIL SCANNER IMPRESORA UPS ESTABILIZADOR TABLET MARCA__LENOVO__ MODELO __SFF 400 G9_____ UBICACIÓN __ASIGNACION DE CITAS EQUIPO 8_____ COD. INVENT. __2021-01920___ SERIAL __CS02270723_____ COLOR __BLANCO_____
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO

REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		**OBSERVACIONES:** SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO

NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)

NOMBRE:	María Fernanda Ramón García
C.C. N°:	1100969298
CARGO:	Enfermera

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			060
Es tiempo de La Salud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	29 - 10 – 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO Nº	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO	X	M. CORRECTIVO X	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT Nº	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 066 DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO	CPU X	PORTATIL	SCANNER	IMPRESORA
		UPS	ESTABILIZADOR	TABLET	
	MARCA **HP** MODELO **COMPAQ DX2400M** UBICACIÓN **OBSERVACION**				
	COD. INVENT.**1509** SERIAL **VP381LT#ABM** COLOR **NEGRO**				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA		BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X	
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X	
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	**OBSERVACIONES:**	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. Nº:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO	
NOMBRE:	María Fernanda Ramón García
C.C. Nº:	1100969298
CARGO:	Enfermera
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			054
Es tiempo de LaeSalud ESE	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	29 - 10 - 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X	M. CORRECTIVO X	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR	
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066 DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO	CPU X	PORTATIL	SCANNER	IMPRESORA
	UPS	ESTABILIZADOR	TABLET		
	MARCA HP MODELO **PRO SFF 400 G9** UBICACIÓN **INTERNISTA**				
	COD. INVENT. **03414** SERIAL**4CE2518G9V** COLOR **NEGRO**				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA	

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X	
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X	
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA X	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	**OBSERVACIONES:**	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO	
NOMBRE:	Edison Vargas Ariza
C.C. N°:	1101018485
CARGO:	medico Internista
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	FIRMA

Dr. Edison Vargas Ariza
1101018485
Medicina Interna

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			008
Es tiempo de LaoSalud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27 - 10 - 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**			
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X	M. CORRECTIVO X	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**			
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**			
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066 DE 2026			
EQUIPO:	TODO EN UNO X	CPU	PORTATIL	SCANNER IMPRESORA
	UPS	ESTABILIZADOR	TABLET	
	MARCA **HP** MODELO **PRO ONE400C620** UBICACIÓN **GINECOLOGIA**			
	COD. INVENT.**04404** SERIAL **8CN1230780** COLOR **NEGRO**			
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA


TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X	
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X	
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP X	ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	**OBSERVACIONES:**	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**




FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA/BENEFICIARIO DEL SERVICIO (DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	
C.C. N°:	
CARGO:	



REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA



FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			063
Es tiempo de La Salud Cauca	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27 – 10 – 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X	M. CORRECTIVO X	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR	
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066 DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO	CPU X	PORTATIL	SCANNER	IMPRESORA
	UPS	ESTABILIZADOR	TABLET		
	MARCA **HP** MODELO **PRO SFF 400 G9** UBICACIÓN **PEDIATRIA**				
	COD. INVENT.**03415** SERIAL **4CE251BG8R** COLOR **NEGRO**				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA	


TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X	
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X	
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	**OBSERVACIONES:**	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**



FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA BENEFICARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO	
NOMBRE:	
C.C. N°:	
CARGO:	



REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA



FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			059
Es tiempo de LaoSalud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27 - 10 – 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO	X	M. CORRECTIVO	X	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066 DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO	X	CPU	PORTATIL	SCANNER	IMPRESORA
	UPS		ESTABILIZADOR	TABLET		
	MARCA **LENOVO** MODELO **F0D6** UBICACIÓN **NUTRICION**					
	COD. INVENT.**02264** SERIAL **YJ00BCQU** COLOR **BLANCO**					
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA		BUENO	X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS		**OBSERVACIONES:**
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**




FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	
C.C. N°:	
CARGO:	



REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA



FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			064
Es tiempo de La Salud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27 - 10 - 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	REPORTE DE MANTENIMIENTO DE PRIMER TRIMESTRE 2026				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO	X	M. CORRECTIVO	X	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ				
NIT N°	NIT: 900.067.136-6				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066 DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO	X	CPU	PORTATIL	SCANNER	IMPRESORA
	UPS		ESTABILIZADOR	TABLET		
	MARCA **LENOVO** MODELO **10147** UBICACIÓN **PEDIATRIA**					
	COD. INVENT **01883**. SERIAL **VS81573298** COLOR **BLANCO**					
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA		BUENO	X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS		**OBSERVACIONES:**
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TECNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	
C.C. N°:	
CARGO:	

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			065
Es tiempo de La Salud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27 - 10 – 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**			
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X	M. CORRECTIVO X	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**			
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**			
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066 DE 2026			
EQUIPO:	TODO EN UNO X	CPU	PORTATIL	SCANNER IMPRESORA
	UPS	ESTABILIZADOR	TABLET	
	MARCA **LENOVO** MODELO **10160** UBICACIÓN **PSICOLOGIA**			
	COD. INVENT. **02274** SERIAL **CS02270689** COLOR **BLANCO**			
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO				
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X		LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X	
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X		OPTIMIZAR SISTEMA X	
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X		CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X		MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X		REPONCHADO DE CABLES RJ45 X	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS		**OBSERVACIONES:**	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB			
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS				

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	
C.C. N°:	
CARGO:	

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			050
Es tiempo de La Salud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27 - 10 - 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO X M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ
NIT N°	NIT: 900.067.136-6
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066 DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO CPU X PORTATIL SCANNER IMPRESORA UPS ESTABILIZADOR TABLET MARCA **HP** MODELO **PRO SFF 400 G9** UBICACIÓN **FONO AUDIOLOGIA** COD. INVENT. **03409** SERIAL **4CE251BGD1** COLOR **NEGRO**
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO

REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		OBSERVACIONES: SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO


NOMBRE:	GIOVANNY BECARIA
C.C. N°:	80804294
CELULAR:	3123213683




FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO

NOMBRE:	
C.C. N°:	
CARGO:	



REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA



FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			051
Es tiempo de LaSalud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27 - 10 - 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**			
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X	M. CORRECTIVO X	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**			
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**			
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066 DE 2026			
EQUIPO:	TODO EN UNO X	CPU	PORTATIL	SCANNER IMPRESORA
	UPS	ESTABILIZADOR	TABLET	
	MARCA **LENOVO** MODELO **10160** UBICACIÓN **GINECOLOGIA**			
	COD. INVENT. **00419** SERIAL **CS02270701** COLOR **BLANCO**			
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	**OBSERVACIONES:**
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS		

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA/BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO	
NOMBRE:	
C.C. N°:	1.061.758.064
CARGO:	COORDINADORA

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			052
Es tiempo de LaSalud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	24 - 10 - 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	


REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**			
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X	M. CORRECTIVO X	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**			
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**			
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066 DE 2026			
EQUIPO:	TODO EN UNO X	CPU	PORTATIL	SCANNER IMPRESORA
	UPS	ESTABILIZADOR	TABLET	
	MARCA **HP** MODELO **PRO ONE 400C620** UBICACIÓN **GINECOLOGIA**			
	COD. INVENT. **04413** SERIAL **37A80LS#ABM** COLOR **NEGRO**			
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO				
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X		LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X	
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X		OPTIMIZAR SISTEMA X	
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X		CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X		MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X		REPONCHADO DE CABLES RJ45 X	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS		**OBSERVACIONES:**	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB			
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS				

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**



FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA/BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO	
NOMBRE:	Dely Montes
C.C. N°:	1.101.758.064
CARGO:	Coor Sistemas
REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA	 FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			115
Es tiempo de La Salud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27 - 10 - 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO X M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066 DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO X CPU PORTATIL SCANNER IMPRESORA UPS ESTABILIZADOR TABLET MARCA **LENOVO** MODELO **10160** UBICACIÓN **LABORATORIO CLINICO EUIPO 2** COD. INVENT **01924** SERIAL **CS02270709** COLOR **BLANCO**
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO

REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS		**OBSERVACIONES:**
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO

NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**




FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)

NOMBRE:	Astrid Yadira Rodriguez C.
C.C. N°:	23783184
CARGO:	Coordinadora - laboratorio



VISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA



FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			056
Es tiempo de La Salud Cero	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27 - 10 – 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X	M. CORRECTIVO X	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR	
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066 DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO X	CPU	PORTATIL	SCANNER	IMPRESORA
	UPS	ESTABILIZADOR	TABLET		
	MARCA HP MODELO 20-B051LA UBICACIÓN LABORATORIO CLINICO				
	COD. INVENT.00895 SERIAL MXX2450CGK COLOR NEGRO				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA	

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	**OBSERVACIONES:**
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS		

RESPONSABLE TECNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Astrid Yadin Rodriguez C.
C.C. N°:	23783104
CARGO:	Coordinadora - laboratorio

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA


FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			049
Es tiempo de LaSalud ESE	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27 - 10 – 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X	M. CORRECTIVO X	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR	
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066 DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO X	CPU	PORTATIL	SCANNER	IMPRESORA
	UPS	ESTABILIZADOR	TABLET		
	MARCA **LENOVO** MODELO **10160** UBICACIÓN **FISIOTERAPIA**				
	COD. INVENT. **03471** SERIAL **CS0227070** COLOR **BLANCO**				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA	


TRABAJO REALIZADO				
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA	X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	X	OPTIMIZAR SISTEMA	X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	X	REPONCHADO DE CABLES RJ45	X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS		**OBSERVACIONES:**	
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB			
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS				

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**312321383**



FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA/BENEFICIARIO DEL SERVICIO (DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Ximena Ramiret Madiedo
C.C. N°:	63437923
CARGO:	Fisioterapeuta



REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA



FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			048
Es tiempo de La Salud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27 - 10 - 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO X M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ
NIT N°	NIT: 900.067.136-6
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066 DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO CPU X PORTATIL SCANNER IMPRESORA UPS ESTABILIZADOR TABLET MARCA HP MODELO HP Pro SFF 400 G9 UBICACIÓN FISIOTERAPIA COD. INVENT. 03413 SERIAL 4CE2518G8N COLOR NEGRO
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X	
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO X	OPTIMIZAR SISTEMA X	
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X	
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	OBSERVACIONES: SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE	
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	GIOVANNY BECARIA
C.C. N°:	80804294
CELULAR:	3123213683

FIRMA

RESPONSABLE DE ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Ximena Ramirez Madrid
C.C. N°:	63937923
CARGO:	fisioterapeuta

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			132
Es tiempo de La Salud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27 - 10 - 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO X M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ
NIT N°	NIT: 900.067.136-6
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066 DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO X CPU PORTATIL SCANNER IMPRESORA UPS ESTABILIZADOR TABLET MARCA LENOVO MODELO FOD8 UBICACIÓN VACUNACION EQUIPO 4 COD. INVENT.01244 SERIAL YJ00B9JG COLOR BLANCO
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO

REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO. X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP	ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS	**OBSERVACIONES:**
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP	SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB	
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS		

RESPONSABLE TECNICO

NOMBRE:	GIOVANNY BECARIA
C.C. N°:	80804294
CELULAR:	3123213683

RESPONSABLE DEL AREA O BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO

NOMBRE:	Nelany Lamani Rodriguez
C.C. N°:	1097332617
CARGO:	Coordinador PAI

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA

	FORMULARIO ACTA DE EQUIPO		073
Es tiempo de LaoSalud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27 - 10 - 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X M. CORRECTIVO X M. PREDICTIVO REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066 DE 2026
EQUIPO:	TODO EN UNO X CPU PORTATIL SCANNER IMPRESORA UPS ESTABILIZADOR TABLET MARCA HP MODELO PRO ONE 400C620 UBICACIÓN **VACUNACION** COD. INVENT. 04410 SERIAL 8CN1230783 COLOR **NEGRO**
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA BUENO X OPERATIVO OBSOLETO PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO

REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS		**OBSERVACIONES:**
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO

NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**

FIRMA

RESPONSABLE DEL AREA/BENEFICIARIO DEL SERVICIO (QUIEN SOLICITA EL EQUIPO)

NOMBRE:	Melany Lorans Rodriguez
C.C. N°:	1097332817
CARGO:	Coordinador PAI

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA Melany Lorans R

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			071
Es tiempo de La Salud Cauca	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27 - 10 – 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO Nº	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO	X	M. CORRECTIVO	X	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT Nº	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 066 DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO	X	CPU		PORTATIL	SCANNER	IMPRESORA
	UPS		ESTABILIZADOR		TABLET		
	MARCA **HP** MODELO **PRO ONE 400C620** UBICACIÓN **VACUNACION**						
	COD. INVENT. **04409** SERIAL **N/A** COLOR **NEGRO**						
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA		BUENO	X	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA

TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	X	OPTIMIZAR SISTEMA X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	X	CONFIGURAR IMPRESORA
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	X	MANTENIMIENTO SCANNER
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	X	REPONCHADO DE CABLES RJ45 X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS		**OBSERVACIONES:**
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP		SE HACE REVISION DE ACTIVACION DE OFFICE
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB		
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS			

RESPONSABLE TÉCNICO	
NOMBRE:	
C.C. Nº:	
CELULAR:	

FIRMA

RESPONSABLE DEL ÁREA (BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO)	
NOMBRE:	Melany Larrans Rodriguez
C.C. Nº:	1099332817
CARGO:	Coordinador PAI

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA Melany Larrans R

FORMULARIO ACTA DE EQUIPO			072
Es tiempo de LaoSalud	REPORTE DE ACTIVIDAD REALIZADA EN SITIO Y/O EQUIPO INTERVENIDO	VERSIÓN:	
		FECHA:	27 - 10 - 2026
		CÓDIGO:	
		PÁGINA:	

REPORTE DE MANTENIMIENTO N°	**REPORTE DE MANTENIMIENTO DE TERCER TRIMESTRE 2026**				
TIPO MANTENIMIENTO:	M. PREVENTIVO X	M. CORRECTIVO X	M. PREDICTIVO	REPOTENCIALIZAR	
EMPRESA DESTINO:	**E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ**				
NIT N°	**NIT: 900.067.136-6**				
CONTRATO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 066 DE 2026				
EQUIPO:	TODO EN UNO	CPU X	PORTATIL	SCANNER	IMPRESORA
	UPS	ESTABILIZADOR	TABLET		
	MARCA **JANUS** MODELO **H510M-A PRO** UBICACIÓN **VACUNACION**				
	COD. INVENT. **03301** SERIAL **221130640420** COLOR **NEGRO**				
ESTADO DEL EQUIPO:	NUEVO EN GARANTÍA	BUENO	OPERATIVO OBSOLETO	PARA BAJA X	

	TRABAJO REALIZADO			
REPORTE TÉCNICO QUE JUSTIFICÓ LA NECESIDAD DEL SERVICIO, ASÍ MISMO LO REALIZADO	LIMPIEZA FÍSICA	X	LIMPIEZA DE TEMPORALES Y PAPELERA	X
	SCANDISK Y DESFRAGMENTAR DISCO	X	OPTIMIZAR SISTEMA	X
	ACTUALIZAR ANTIVIRUS Y ELIMINAR CUARENTENAS	X	CONFIGURAR IMPRESORA	
	DESACTIVAR ACTUALIZACIONES AUTO.	X	MANTENIMIENTO SCANNER	
	DESINSTALAR PROG. NO NECESARIOS	X	REPONCHADO DE CABLES RJ45	X
	REINSTALAR SISTEMA OPERATIVO, BACKUP		ATASCO DE IMPRESORAS	
	RESET DE IMPRESORAS Y LAVADO DE ALMOHADILLAS			
	CAMBIO DE BATERÍA A UPS 12V 7 AMP			
	CAMBIO DE DISCO SSD 512 GB			
REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIZADOS				

	RESPONSABLE TÉCNICO
NOMBRE:	**GIOVANNY BECARIA**
C.C. N°:	**80804294**
CELULAR:	**3123213683**


FIRMA


	RESPONSABLE DEL ÁREA BENEFICIARIO DEL SERVICIO DONDE SE UBICA EL EQUIPO
NOMBRE:	Melany Carrans Rodriguez
C.C. N°:	1097332817
CARGO:	Coordinadora PAI

REVISADO ING. DE SISTEMAS FIRMA

FIRMA Melany Carrans R



























ARCHIVO













HP 280G4 AIO i5-7021BU 8GB/256GB PC
OS: W10P64



LA SUSCRITA COORDINADORA DE SISTEMAS DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ

HACE CONSTAR QUE:

La empresa **TECAUTRONICA S.A.S.**, identificada con NIT **902.056.122-3**, , en el marco del Contrato de Prestación de Servicios No. 66 de 2026, prestó sus servicios a la E.S.E. Hospital Regional de Vélez, realizando el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo, impresoras y escáneres de la institución, correspondiente a la tercera visita del año 2026. Así mismo, durante el mes de septiembre de 2026



DERLY SAMIRA MORALES GONZALEZ
COORDINADORA DE SISTEMAS
SORTE SALUD

ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - NIT 900.067.136-6

INFORME DE SUPERVISIÓN
00-2026-IS-1770

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato: **CONTRATO 00-2026-CTT-66**
Fecha de suscripción: 6 de Mayo de 2026 Tipo de contrato: [C1] CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Contratista: [902056122] TECAUTRONICA S.A.S / TECAUTRANICA S.A.S
Representante legal: [1101179287] ANGEL GABRIEL PARDO LANCHEROS
Dirección: DIAGONAL 19A#18-67 BARRIO TIERRA PROMETIDA, BARBOSA (SANTANDER)
Teléfono(s): 3228254032 - Correo electrónico: TECAUTRONICA@GMAIL.COM
Términos del contrato: Desde el 6 de Mayo de 2026 Hasta el 30 de Diciembre de 2026 Duración: 239 Días
Objeto del contrato: PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO PERIFERICOS DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ

DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO

Fecha	Descripción	Valor	% Ejecución	Acumulado
6-May-2026	Apropiación inicial: REGISTRO PRESUPUESTAL 00-2026-RP-225	81,567,000.00	0.00	81,567,000.00
6-May-2026	ACTA DE INICIO: 00-2026-AI-36		0.00	81,567,000.00
30-Jul-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1163 / Documento soporte: FV FEV-4	2,946,053.70	3.61	78,620,946.30
30-Jul-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1164 / Documento soporte: FV 1019	1,975,000.00	6.03	76,645,946.30
30-Jul-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1165 / Documento soporte: FV FEV-6	1,975,000.00	8.45	74,670,946.30
31-Jul-2026	LIQUIDACION DE OBLIGACION PRESUPUESTAL 00-2026-LOB-8	1,975,000.00	0.00	76,645,946.30
10-Ago-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1190 / Documento soporte: FE FVE-2	14,148,000.00	25.80	62,497,946.30
16-Sep-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1436 / Documento soporte: FE FEV-8	14,148,000.00	43.14	48,349,946.30
17-Sep-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1453 / Documento soporte: FE FEV-9	375,000.00	43.60	47,974,946.30
29-Sep-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1527 / Documento soporte: FV FEV-10	4,409,000.00	49.01	43,565,946.30
13-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1586 / Documento soporte: FE FEV-11	375,000.00	49.47	43,190,946.30
28-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1701 / Documento soporte: FV FEV-12	850,000.00	50.51	42,340,946.30
28-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1702 / Documento soporte: FV FEV-13	685,000.00	51.35	41,655,946.30
30-Oct-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1725 / Documento soporte: FV FEV-14	375,000.00	51.81	41,280,946.30
10-Nov-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1769 / Documento soporte: FV FEV-15	14,148,000.00	69.16	27,132,946.30
10-Nov-2026	INFORME DE SUPERVISIÓN: 00-2026-IS-1770 / Documento soporte: FV FEV-16	284,429.50	69.51	26,848,516.80

DATOS DEL CONTRATO

Número del contrato: **CONTRATO 00-2026-CTT-66**

Fecha de suscripción: 6 de Mayo de 2026 Tipo de contrato: [C1] CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Contratista: [902056122] TECAUTRONICA S.A.S / TECAUTRANICA S.A.S

Representante legal: [1101179287] ANGEL GABRIEL PARDO LANCHEROS

Dirección: DIAGONAL 19A#18-67 BARRIO TIERRA PROMETIDA, BARBOSA (SANTANDER)
Teléfono(s): 3228254032 - Correo electrónico: TECAUTRONICA@GMAIL.COM

Términos del contrato: Desde el 6 de Mayo de 2026 Hasta el 30 de Diciembre de 2026 Duración: 239 Días

Objeto del contrato: PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO PERIFERICOS DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ

DATOS DEL VALOR DEL CONTRATO

Fecha	Descripción	Valor	% Ejecución	Acumulado

Valor por ejecutar: 26,848,516.80

DATOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha de elaboración: Martes, 10-Nov-2026 07:45 am Factura: FACTURA DE VENTA FEV-16

Avance técnico

EL contrato se ha ejecutado a cabalidad dando cumplimiento al objeto contratado tal como lo es "PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO PERIFERICOS DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ"
Durante el periodo correspondiente al mes de noviembre de 2026 el contratista realizó el suministro Bateria 9ah UPS, puerto usb impresoras.
Para efectos de la verificación, se constató el suministro y correspondiente cambio, por parte de la coordinadora de sistemas de la E.S.E. Hospital Regional de Vélez, (Ing. Derly Samira Morales). Quién certifica lo suministrado.
Los productos suministrados por el contratista son recibidos a satisfacción por la Coordinadora de almacén Laura Pinzón, quien a su vez emite certificación la cual hace parte integral de la presente acta de supervisión.
Mediante la presente, se avala el pago de la factura electrónica número FEV-16 por valor de $284.429,50

Avance financiero

El contrato avanza su ejecución presupuestal en un 69.51% del total asignado.
Se encuentra pendiente por e ejecutar la suma de $26.848.516,80

Comentarios

Hace parte integral de la presente acta, entrada almacén No. 1186, factura electrónica número FEV-16, pago de seguridad social, certificado de para parafiscales, certificación expedida por la coordinadora de sistemas de la E.S.E. (Ing. Derly Samira Morales).

ARLEY NAYDU PEREZ GALEANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRATIVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - NIT 900.067.136-6

ENTRADAS DE ALMACEN

00-2026-EA-1202

Fecha del documento: Jueves, 5-Nov-2026 10:15 am Destino de la mercancía:[00] HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - [0007] ALMACEN
Origen del documento: REGISTRO PRESUPUESTAL: 00-2026-RP-225
Proveedor: [902056122-01] TECAUTRONICA S.A.S / TECAUTRANICA S.A.S
Documento soporte: FACTURA DE VENTA FEV-16. Elaboración: 3-Nov-2026. Vencimiento: 3-Dic-2026
Actividad económica: [9511] Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo perif - Tasa: 0.20 %
Observaciones: FAC TECAUTRONICA FEV 16

Artículo	Cum	Cantidad	Despiece	Valor unitario	Subtotal	Descuento	Valor IVA	Valor total
1514900833 - BATERIA 9AH UPS		1.00	1.00	125,966.000	125,966.000	0.00	23,934.00	149,900.00
Presentación: Unidad	Marca: SIN MARCA ASIGNADA	Línea:						
1514900905 - PUERTO USB IMPRESORS		1.00	1.00	113,049.500	113,049.500	0.00	21,480.00	134,529.50
Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	Línea:						

Valores del documento: 239,015.50 0.00 45,414.00 284,429.50

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
65a5db00293004c5e3c0e2ec2679bec09706a2c9f166cc49952db5822566f1cdcc1d04f3116b91e506afcc676d8b4c3b

Número de Factura: FEV-16
Fecha de Emisión: 03/11/2026
Fecha de Vencimiento: 03/11/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TECAUTRÓNICA S.A.S.
Nombre Comercial: TECAUTRÓNICA S.A.S.
Nit del Emisor: 902056122
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Barbosa
Dirección: DG 19 A 18 67 BRR TIERRA PROMETIDA
Teléfono / Móvil: 3228254032
Correo: tecautronica@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900067136
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Vélez
Dirección: Calle 11 5 114
Teléfono / Móvil: 7565795
Correo: gerencia@esehospitalvelez-santander.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	27	Puerto USB Impresors	NIU	1,00	$ 113.050,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.479,50	19.00			$ 113.050,00
2	23	BATERIA 9AH UPS	NIU	1,00	$ 125.966,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.933,61	19.00			$ 125.966,39

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
03/11/2026 13:00:17
Documento validado por la DIAN:
03/11/2026 13:00:17
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	239016.39
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	239016.39
IVA	45413.11
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	45413.11
Total neto factura (=)	284429.5
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 284429.5

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	239.016,39
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	239.016,39
IVA	45.413,11
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	45.413,11
Total neto factura (=)	284.429,50
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 284.429,50

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764111991341 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2028-07-01

HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ SANTAN
RECEPCION DE FACTURAS
Fecha de Recibido: 03-11-2026
No. de factura: FEV -16
Remitente: Tecnofrancia
Quien recibe: Laura Pinzon
Nota: la recepcion de la factura

ORDEN DE COMPRA

FECHA: 29 OCTUBRE 2026
PROVEEDOR: TECAUTRONICA S.A.S


ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO IVA	IVA	VALOR TOTAL
1	PUERTO USB IMPRESORS	1	$ 113.050,00	$ 21.479,50	19%	$ 134.529,50
2	BATERIA 9AH UPS	1	$ 125.966,39	$ 23.933,61	19%	$ 149.900,00
	TOTAL					**$ 284.429,50**


ARLEY NAYDU PEREZ GALEANO
Subdirección Administrativa y financiera

LAURA YINETH PINZON DUARTE
Coordinadora Almacén

PROVEEDOR: TECAUTRONICA S.A.S

FACTURA: FEV-16





VELEZ 05 NOVIEMBRE 2026

LA SUSCRITA COORDINADORA DE ALMACEN Y LA COORDINADORA DE SISTEMA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ - SANTANDER

HACE CONSTAR

Que Los insumos descritos en la en la factura **FEV -16** de 03 noviembre 2026, suministrada por **TECAUTRONICA S.A.S**, con **NIT 902056122** por valor de **DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($284.429,50)** los cuales fueron recibidos a satisfacción en el área de almacén y el área de sistemas, para suministro en manejo de trabajo en computador, útiles de escritorio y de oficina para las dependencias E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ – SANTANDER.

En constancia firma

LAURA YINETH PINZON DUARTE
Coordinadora Almacén

DERLY SAMIRA MORALES GONZALEZ
Coordinadora Sistemas

LA SUSCRITA COORDINADORA DE SISTEMAS DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ

HACE CONSTAR QUE:

La empresa **TECAUTRONICA S.A.S.**, identificada con NIT **902.056.122-3**, en cumplimiento del **Contrato de Prestación de Servicios No. 66 de 2026**, prestó sus servicios a la **E.S.E. Hospital Regional de Vélez**, realizando el cambio de un puerto USB de una impresora y el reemplazo de una batería de 9 Ah de una UPS.

En constancia, se firma a los nueve **(09) días del mes de Noviembre de 2026.**

DERLY SAMIRA MORALES GONZALEZ
COORDINADORA DE SISTEMAS
SORTE SALUD