BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

Calle 113 N° 7 – 21 Torre A, Piso 15
Edificio Teleport Business Park
PBX: 629 2529
Bogotá D.C.
www.bolsamercantil.com.co

Nombre del Producto/Servicio (SIBOL)	MEDIDOR LASER
Código SIBOL	**43977**
Nombre Comercial del Producto/Servicio (Opcional)	**MEDIDOR LASER**
Calidad	Debe cumplir con las especificaciones descritas en la presente ficha técnica de producto. Comisión Electrotécnica Internacional (International Electrotechnical Commission) IEC 60825-1. Seguridad de los productos láser - Parte 1: Clasificación del equipo y requisitos.
Requisitos Específicos	1 — MEDIDOR LASER ALCANCE 30 MT **ESPECIFICACIONES MÍNIMAS:** Alcance: 0,15 - 30 m Precisión: +/- 1.5 mm Diodo Láser: 635 nm, < 1 mW Clase Láser: 2 Apagado Automático: 20 s / 5 min Peso: 0,09 kg Dimensiones: 100 x 43 x 24 mm Fuente de Alimentación: 2 x 1,5V LR03 (AAA) Unidad de Medida: m / cm / mm Medición de Distancia: Sí Medición de Área: Sí Medición Contínua: Sí Fuente de alimentación: 02 pilas AAA

BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

Calle 113 N° 7 – 21 Torre A, Piso 15
Edificio Teleport Business Park
PBX: 629 2529
Bogotá D.C.
www.bolsamercantil.com.co

	Voltaje: 1.5V 2 — NIVEL LASER ALCANCE 15 METROS **ESPECIFICACIONES MINMIMAS:** Alcance de medición: 15 m Precisión de nivelación: ± 0,5 mm Temperatura de servicio: -10 … +40 °C Temperatura de almacenamiento: -20 … +70 °C Bloqueo del péndulo: Si Tipo de láser: 2 Color del Láser: Rojo Nivelación vertical y horizontal: Excelente Recomendación de uso: Ambiente interno Fuente de alimentación: 4 Pilas AA .
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	En el empaque debe estar rotulado con las siguientes indicaciones debe indicar como mínimo: fabricante, país de origen, nombre y domicilio del fabricante en Colombia, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca y tipo de producto. El empaque debe estar construido en un material resistente que garantice la integridad del producto
Presentación (Aplica para productos)	UNIDAD