| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **SERVICIO DE INGENIERIA ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES – SELTEL S.A.S NIT 900.851.890 – 4** | | | Página 1 de 1 |
| | **SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SGC** | | | **Código** |
| | | | | **SGC-PL-01** |
| | **PROTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION** | | | **Próxima Revisión** |
| | **Versión:** 01 | **Emisión:** | 22/08/2019 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO: | REFRIGERADOR | | | |
| MARCA: | VESTFROST | | | |
| MODELO: | | CANTIDAD | CANTIDAD DE MANTENIIENTOS | |
| | MK 204 | 2 | 2 | |
| | MK 304 | 8 | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD** | **CARGO RESPONSABLE** | **PUNTO DE CONTROL** | **TIPO DE MANTENIMIENTO** |
| 1 | . Limpieza, inspección y ajuste de sistema eléctrico y mecánico.<br>. Limpieza Interna y externa, cambio de agua paquetes fríos, verificar el estado de icopores del sistema de pared de hielo si aplica, cambio de icopor de acuerdo con el estado y paquetes fríos.<br>. Verificar estado de gabinete interno, limpieza.<br>. Verificación de estado de estabilizadores y sistemas de protección de los equipos.<br>. Toma de presiones de trabajo.<br>. Toma de voltajes y amperajes.<br>. Verificación de funcionamiento y estado del termómetro digital interno, Reemplazar si se requiere.<br>. Verificar el piloto verde, reemplazar si es necesario.<br>. Diligenciamiento de reportes y documentos proporcionados por el contratista. | TECNICO EN MANTENIMIENTO | FORMATO DE REPORTE PARA MANTENIMIENTO | PREVENTIVO |
| EQUIPO: | REFRIGERADOR | | | |
| MARCA: | VESTFROST | | | |
| MODELO: | MK 304 | CANTIDAD | CANTIDAD DE MANTENIIENTOS | |
| | | 1 | 1 | |
| **ITEM** | **DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD** | **CARGO RESPONSABLE** | **PUNTO DE CONTROL** | **TIPO DE MANTENIMIENTO** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Diagnóstico y mantenimiento correctivo de acuerdo con el diagnóstico de falla presentada. Incluye los repuestos necesarios para el mantenimiento. | TECNICO EN MANTENIMIENTO | FORMATO DE REPORTE PARA MANTENIMIENTO | CORRECTIVO |
| EQUIPO: | CONGELADORES | | | |
| MARCA: | INDUFRIAL | | | |
| MODELO: | | CANTIDAD | CANTIDAD DE MANTENIIENTOS | |
| | TP1413YS | 1 | 2 | |
| | CFS 334 | 4 | 8 | |
| **ITEM** | **DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD** | **CARGO RESPONSABLE** | **PUNTO DE CONTROL** | **TIPO DE MANTENIMIENTO** |
| 3 | . Limpieza, inspección y ajuste de sistema eléctrico y mecánico.<br>. Limpieza Interna y externa, cambio de agua paquetes fríos, verificar el estado de icopor, cambio de icopor de acuerdo con el estado y paquetes fríos.<br>. Verificar estado de gabinete interno, limpieza.<br>. Verificación de puertas y ajustes de bisagras si se requiere.<br>. Verificación de fugas.<br>. Verificación de estado de estabilizadores y sistemas de protección de los equipos. | TECNICO EN MANTENIMIENTO | FORMATO DE REPORTE PARA MANTENIMIENTO | PREVENTIVO |
| EQUIPO: | CONGELADORES | | | |
| MARCA: | VESTFROST | | | |
| MODELO: | CFS 334 | CANTIDAD | CANTIDAD DE MANTENIIENTOS | |
| | | 1 | 1 | |
| **ITEM** | **DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD** | **CARGO RESPONSABLE** | **PUNTO DE CONTROL** | **TIPO DE MANTENIMIENTO** |
| 4 | diagnóstico y mantenimiento correctivo de acuerdo con el diagnóstico de falla presentada. Incluye los repuestos necesarios para el mantenimiento. | TECNICO EN MANTENIMIENTO | FORMATO DE REPORTE PARA MANTENIMIENTO | CORRECTIVO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EQUIPO: | AIRES ACONDICIONADOS | | | |
| MARCA: | **. LG DUAL Inverter**<br>**. Star Light** | | | |
| MODELO: | | CANTIDAD | CANTIDAD DE MANTENIIENTOS | |
| | UVM182C7 | 4 | 10 | |
| | MSG-36CR<br>36000 Bth/h | 1 | 10 | |
| **ITEM** | **DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD** | **CARGO RESPONSABLE** | **PUNTO DE CONTROL** | **TIPO DE MANTENIMIENTO** |
| 5 | . Limpieza general.<br>. Lavado de filtro de aire de retorno.<br>. Lavado del condensador con hidrolavadora.<br>. Verificación y ajuste de conectores eléctricos.<br>. Verificación sistema de drenaje.<br>. Toma y registre de voltaje y amperaje.<br>. Revisión de funcionamiento de control remoto y panel frontal. | TECNICO EN MANTENIMIENTO | FORMATO DE REPORTE PARA MANTENIMIENTO | PREVENTIVO |
| EQUIPO: | AIRES ACONDICIONADOS | | | |
| MARCA: | Star Light | | | |
| MODELO: | UVM182C7 | CANTIDAD | CANTIDAD DE MANTENIIENTOS | |
| | | 1 | 1 | |
| **ITEM** | **DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD** | **CARGO RESPONSABLE** | **PUNTO DE CONTROL** | **TIPO DE MANTENIMIENTO** |
| 6 | diagnóstico y mantenimiento correctivo de acuerdo con el diagnóstico de falla presentada. Incluye los repuestos necesarios para el mantenimiento. | TECNICO EN MANTENIMIENTO | FORMATO DE REPORTE PARA MANTENIMIENTO | CORRECTIVO |
| EQUIPO: | Termómetro | | | |
| MARCA: | BRIXCO | | | |
| MODELO: | 5077 | CANTIDAD | CANTIDAD DE MANTENIIENTOS | |
| | | 15 | 1 | |

| ITEM | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | CARGO RESPONSABLE | PUNTO DE CONTROL | TIPO DE MANTENIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Calibración de Termómetros de Temperatura en dos puntos como mínimo en los rangos que va a manejar cada termómetro. | laboratorio Acreditado por la ONAC | FORMATO DE REPORTE PARA MANTENIMIENTO | CALIBRACIÓN |

Aprobado por;

**CIELO MARIA GONZALEZ RAMOS**
**C.C No. 36.157.304 de Neiva**
**REPRESENTANTE LEGAL**