SUBSANACIONES CP-003-2021

22 - M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S.

- **Evaluación funcional (INSTRUMENTACIÓN - ESTERILIZACIÓN)**

Anexo N° 2

INFORMACION TECNICA GENERAL	
Esta información debe ir acompañada de la ficha técnica del fabricante en idioma español y la Resolución del Registro Sanitario	
CRITERIO	**OBSERVACION**
No Ítem (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	477
Nombre Técnico del Producto: (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	EMPAQUE TIPO BOLSA MIXTA PARA ESTERILIZAR CON AUTO-SELLADO DE POLIESTER DE 5X7CM, MAS O MENOS 1CM - CAJA X 200
No Registro Sanitario:	2019DM-0020843
Vigencia del Registro Sanitario:	4/12/2029
Presentación comercial:	ROLLOS
indicar la REFERENCIA OFERTADA (que corresponda a la descripción del ítem ofertado y amparada en el registro sanitario referido)	SS1
Características del Producto: (Describir presentación comercial a entregar, definir si el producto es un kit-set y/o unidad)	MATERIAL DE ENVASADO Y EMPAQUE PARA TODOS LOS SISTEMAS DE ESTERILIZACION. PRESENTACION: CAJAS, ROLLOS, BOLSAS, PLIEGOS. CARTON DE 2 A 12 ROLLOS, DE 5 A 30 CAJAS, CARTON CON CAJAS DE 100 A 7500 PIEZAS MEDIDA 5X7CM, MAS O MENOS 1CM - CAJA X 200
Información adicional que desee aportar:	
FOTOGRAFIA No 1 : DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA 	

FOTOGRAFIA No 2 : ETIQUETAS DE ENVASE(S) Y/O EMPAQUE(S) CON LEYENDAS LEGIBLES DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA



23 - DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S. – DISCOLMEDICA S.A.S.

- **Evaluación oferente**



Albor Químicos ¡Calidad, siempre calidad!

CERTIFICADO DE DISTRIBUCIÓN

DIRIGIDO A:

QUIEN INTERESE.

Por medio de la presente **QUÍMICOS ALBOR LTDA** identificada con número de **NIT 860.404.306-3** certifica que la empresa **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S.-DISCOLMEDICA S.A.S** identificada con **NIT 828.002.423-5,** ubicada en la ciudad de Neiva, está autorizada para distribuir y comercializar todos los productos de marca **ALBOR.**

La presente se expide a solicitud del interesado a los seis (06) días del mes de enero de dos mil veintiuno (2021).

Atentamente,

Albor Químicos ¡Calidad, siempre calidad!

ERIKA CORREA CAMPOS

Dpto. Comercial

Nathalie c

Cra. 28A # 70 - 43
Bogotá D.C., Colombia

6085439 - 5426312
4857418 - 316 3339598

info@quimicosalbor.com
servicliente@quimicosalbor.com

www.quimicosalbor.com

Abbott

Abbott Laboratories de Colombia S.A.S.
Calle 100 # 9A – 45 Piso 14 Torre 2
A.A. 3589
Bogotá, Colombia
NIT 860.002.134-8
T: +57 1 6285600

Bogotá, Enero 4 de 2021

A QUIEN INTERESE

Por medio de la presente nos permitimos certificar que la empresa empresa Discolmedica SAS (DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S) con número de NIT 828002423-5 está autorizada para distribuir y comercializar los productos de nuestro portafolio Abbott Nutrición canal institucional.

Cordialmente,

Adriana Romero Silva
Gerente Comercial Canal Institucional
Abbott Nutrition
Abbott Laboratories de Colombia S.A.S

alfa trading S.A.S. | AlfaSAFE®

AUTORIZACION DE DISTRIBUCION

Yo, CIRO HERNAN ANGEL TURMEQUE, identificado con Cedula de ciudadanía No 79.501.602 de Bogotá, obrando en calidad de Representante Legal de la firma **ALFA TRADING S.A.S.**, identificada con **NIT 830.041.488-7,** con domicilio **en la calle 23 No 116-31 BODEGA 1 PARQUE INDUSTRIAL PUERTO CENTRAL** de la ciudad de Bogotá; me permito nombrar a la firma **DISCOLMEDICA S.A.S.** Identificada con **Nit. 828.002.423-5** Como **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO** para la comercialización de los productos importados por nuestra compañía para Colombia bajo la marca **ALFASAFE,** la cual se encuentra debidamente registrada ante las entidades competentes.

Para efecto, se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los 12 del mes de Enero de 2021.

Cordialmente;

alfa Trading S.A.S.
NIT.830.041.488-7

Liliana Lara C

LILIANA LARA CASTRO.
Asistente Gerencia Comercial
ALFA TRADING SAS





ALKAMEDICA®
CUIDAMOS LA VIDA

N.I.T 900113048 -3

Manizales, enero 06 de 2021.

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente y, en calidad de director de Operaciones de ALKAMEDICA® S.A.S., con domicilio en Parque Industrial Juanchito Terraza 6, Bodega B, Manizales – Caldas, importador exclusivo y directo para Colombia de Alkapharm® Francia, de los productos Alkazyme® , Alkacide® , Septalkan® , Surfalkan® SH y AlkaDDS® , con certificado de registro de signo distintivo Nro. 559895, otorgado por medio de Resolución 4310 del 10 de febrero de 2017, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, CERTIFICO que **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S**, identificado con NIT 828.002.423 - 5, está por extensión autorizado para realizar subdistribución desde el año 2020 de los productos importados y comercializados ALKAMEDICA® S.A.S.

Se expide este certificado a los seis (06) días del mes de enero del año 2021.

Cordialmente,

JHON JAIRO ISAZA ZAMUDIO
Director de Operaciones
ALKAMEDICA® S.A.S.
E-mail directordeoperaciones@alkamedica.com

ALKAMEDICA®
CUIDAMOS LA VIDA

N.I.T 900113048 -3

Manizales, enero 06 de 2021.

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente y, en calidad de director de Operaciones de ALKAMEDICA® S.A.S., con domicilio en Parque Industrial Juanchito Terraza 6, Bodega B, Manizales – Caldas, importador exclusivo y directo para Colombia de Alkapharm® Francia, de los productos Alkazyme® , Alkacide® , Septalkan® , Surfalkan® SH y AlkaDDS® , con certificado de registro de signo distintivo Nro. 559895, otorgado por medio de Resolución 4310 del 10 de febrero de 2017, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, CERTIFICO que **DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S**, identificado con NIT 828.002.423 - 5, está por extensión autorizado para realizar subdistribución desde el año 2020 de los productos importados y comercializados ALKAMEDICA® S.A.S.

Se expide este certificado a los seis (06) días del mes de enero del año 2021.

Cordialmente,

JHON JAIRO ISAZA ZAMUDIO
Director de Operaciones
ALKAMEDICA® S.A.S.
E-mail directordeoperaciones@alkamedica.com

INDUSTRIAS QUIMICAS
ASPROQUIN LTDA
PRODUCTOS PARA ASEO Y CAFETERIA
NIT. 891.104.414-6

Opita de Corazón

Neiva, 01 Febrero de 2021

Señores:

DISCOLMEDICA S.A.S.
Ciudad.

Por Medio de la presente me permito autorizarlos para que comercialicen a nivel nacional los productos de nuestra marca como lo son: Ambientador Girasol, Limpido Limpidol, Jabon Liquido Desengrasante Ambar, Alcohol Industrial, Alcohol Isopropilico, Hipoclorito, Ceras Liquidas, Varsol, ya que son requeridos en procesos licitatorios.

De igualmanera, me permito referenciarlos como **BUENOS** clientes.

Atentamente,

ASPROQUIN LTDA.
Industrias Quimicas - Neiva
GERENTE

ALBENIS MORA ESPINOSA
Representante Legal

Calle 2 N. 15-01 Tel. 8704885 88667420 8702422
www.asproquin.com.co E-mail: asproquinltda@hotmail.com
NEIVA - HUILA

Assut Medical Ltda
Nit 800.152.311-1
Vereda Canelón, Sector La Bajada
Finca La Victoria, Cajicá, Cundinamarca - Colombia

Assut sutures

Dirección de Correspondencia
Diagonal 2 Sur No. 11-99 Cajicá, Cundinamarca - Colombia
Tels. (+571) 866 1761 - 866 1762 - 883 7113
assut@assutmedical.net

Cajicá, enero 13 de 2021

A QUIEN INTERESE

ASSUT MEDICAL LTDA

CERTIFICA QUE:

DISCOLMEDICA S.A.S identificada con el NIT 828.002.423-5, con domicilio en la carrera 12 No 12-32 Neiva - Huila, es distribuidor autorizado de nuestros productos de suturas marca Assut Sutures

La presente se expide a solicitud del interesado a los 13 días del mes de enero de 2021 y tiene una vigencia de 60 días a partir de su fecha de expedición.

Cordialmente,

FABIO LOVERA
Gerente General

AZUL EQUIPOS LTDA.
CALIDAD Y SERVICIO A SU ALCANCE

FORMATO DE COTIZACION

 # 2019-30-01

NIT830.067.553-0
Cra. 16 N° 55 –42 OF 102

Tels: 805 30 23

Bogotá, D.C. – Colombia

Bogotá 26-03-2020

A QUIEN INTERESE

Por medio de la presente AZUL EQUIPOS LTDA, certifica que la empresaDISCOLMEDICA S.A.S. con NIT 828.002.423-5 ubicada en la ciudad de Neiva (Huila) está autorizado para distribuir los productos de nuestro portafolio.

La presente certificación se expide a los veintiséis (26) días del mes de Marzo

del año dos mil veinte (2020).

Atentamente,



Laboratorios Baxter S.A Conmutador 5 89 32 00

Sucursal Sociedad Extranjera Teléfono 5 89 3212

Transversal 23 No. 97-73 Fax 5 89 31 10

Bogotá - Colombia Línea 018000-939595

Baxter

CERTIFICACION

LABORATORIOS BAXTER S.A. en adelante ("Baxter") se permite certificar queactualmente suministra productos fabricados, importados, comercializados y distribuidospor Baxter a **DISCOLMEDICA SAS** identificado con **NIT** 828.002.423-5**,** en adelante ("El Cliente") para su posterior comercialización y venta, conforme a la disponibilidad delos productos al momento de ser requeridos, previo cumplimiento de las condiciones
comerciales de compra de los productos acordadas entre Baxter y El Cliente.

En constancia de lo anterior la presente certificación se suscribe a los veinte (20) días delmes de febrero de 2020 con destino a terceros interesados.

Cordialmente.

Hernán Darío Betancur Cadavid
Representante Legal Laboratorios
Baxter

BD™

NEIVA, 26 de Marzo de 2020

Señores:

DISCOLMEDICA S.A.S
Ciudad.

Por medio de la presente me permito autorizarlos para que comercialicen a nivel nacional los productos de nuestra marca, ya que son requeridos en proceso de licitación.

De igual manera, me permito referenciarlos como BUENOS clientes,

Atentamente,



CARLOS ALBERTO CUMBE
Representante Legal

Becton Dickinson de Colombia Ltda.
Calle 20 C No. 44 – 41 Bogota D. C.
PBX 7566060

Señores

A QUIEN INTERESE

BOPART

CERTIFICA:

Que la empresa ***DISCOLMEDICA S. A. S.*** *con NIT. 828. 002. 423 - 5, con domicilio en la ciudad de Neiva, es DISTRIBUIDOR AUTORIZADO de nuestros productos marca.*

En constancia se firma a los Veintiséis (26) días del mes de Marzo de Dos mil Veinte (2020).

Atentamente,

MAURICIO GIRANDO LONDOÑO
Gerente y representante legal

BIOART SA
NIT. 805026666-8
CLL 17A No 32 - 27 PALOQUEMAO
BOGOTA
luz.gil@bioart.com.co

B&A BIOMEDICOS ASOCIADOS LTDA.

B&A BIOMÉDICOS ASOCIADOS LTDA.
Calle 125 # 19-89 of 502 Bogota Tel: 6381082
FAX: 4305975 Cel: 317 6460502

Bogotá D.C., 26 de Marzo de 2020

CERTIFICACION:

B&A BIOMEDICOS ASOCIADOS LTDA, certificamos que DISCOLMEDICA S.A.S con Nit. 828.002.423-5, se encuentra autorizado para distribuir nuestros productos a nivel nacional.

Se expide a solicitud del interesado en Bogotá D.C. a los 26 días del mes de Marzo de 2020.

Atentamente,

HERNANDO JAVIER RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL
B&A BIOMEDICOS ASOCIADOS LTDA / ARDO COLOMBIA

Email: biomedicosasociados@gmail.com website : www.biomedicosasociados.com

BIOPLAST S.A.

KRA 90 A No. 64C – 89
TELEFONO(571)4382224

Bogotá, D.C., enero de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR

El suscrito Representante Legal de **BIOPLAST S.A. NIT. 830.040.574-8**, con sede en **BOGOTA D.C.**, se permitecertificar que los señores **DISCOLMEDICA SAS,** identificado con **NIT 828.002.423**, con domicilio en la ciudad de Neiva, están plenamente autorizados para distribuir nuestros productos en todo el territorio colombiano. Estaautorización ampara los productos bajo las marcas registradas con denominación comercial:

BIOLIFE **BIOGEL**

Los cuales son manufacturados directamente por nuestra compañía y de producción 100% en planta colombiana. Garantizamos los procesos de producción, el uso de materias primas originales de primera calidad,óptimo sistema de asepsia y embalaje empleado en cada uno de los procesos productivos, de acuerdo con la siguiente relación:

USO GENERAL

BAJALENGUAS; BOLSA DRENAJE URINARIO; CANULA DE GUEDELL; MANILLA IDENTIFICACION DE PACIENTES; RECIPIENTE DE SUCCION RIGIDO Y FLEXIBLE; RECOLECTORES DE ELEMENTOS CORTOPUNZANTES, SONDAS DE LEVIN Y NELATON; TUBO DE SUCCION, EXTENSION DE ANESTESIAADULTO Y PEDIATRICO

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

CEPILLO ENDOCERVICAL; CLAMP UMBILICAL; ESPÁTULA EXOCERVICAL; ESPECULO VAGINAL; FIJADOR PARA CITOLOGIA; GEL PARA ULTRASONIDO; KIT DE CITOLOGIA

LABORATORIO CLINICO

ANILLO DE INCLUSIÓN; ASA BACTERIOLOGICA; BOLSA ORINA PEDIATRICA; CAJA COPROLÓGICA; CAJA DE PETRI; DELANTAL MULTIUSOS; FRASCO MUESTRA DE ORINA; PIPETA PASTEUR; PUNTAS PARA PIPETA; TUBO DE LABORATORIO; TUBO EPPENDORF

TERAPIA RESPIRATORIA

CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTOS, NEONATOS Y PEDIATRICA; HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO; EXTENSIONES DE OXIGENO; MASCARA DE NEBULIZACION, OXIGENO Y VENTURY; MASCARAS DE NO REINHALACION; KIT DE NEBULIZACION ADULTO Y PEDIATRICO; NIPLES DE OXIGENO; INHALOCAMARA PARA ADULTO, NEONATO Y PEDIATRICA

De igual manera extendemos esta autorización para distribuir los productos que importamos de forma directa, con representación en Colombia, bajo las marcas EUROTEC, HARSORIA, LARS MEDICARE, ASSET MEDIKAL, GOLDENCARE, YIPAK, INNOLATEX

VIGENCIA DE UN (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICCIÓN.

Atento saludo,

GUSTAVO PINZON DIAZ
Representante Legal

www.bioplastsa.com . Bogotá - Colombia

bioquigen
Advanced Chemical

CERTIFICACION:

Nos permitimos informar que el cliente que se relaciona a continuación, esactualmente aliado comercial de **BIOQUIGEN** en la modalidad de **COMERCIALIZADOR y DISTRIBUIDOR**.

NOMBRE	**DISCOLMEDICA S.A.S**
NIT DIREC-	**828.002.423-5**
CIONCIU-	
DAD	**CL 12 16 73 LC 2 BRR PRIMERO DE MAYO NEIVA**

Se expide a solicitud del interesado en Bogotá D.C. a los 26 días del mes de Marzo de 2020.

Atentamente,

Emerson Lozano Garcia
Gerente General

Calle 78 No. 27-43 Bogota D.C, Colombia Telefonos 5458788 - 5403418
correo electronico: dircomercial@bioquigen.com

bioquigen
Advanced chemical

Boehringer Ingelheim S.A. – Bogotá D.C. - Colombia

Boehringer Ingelheim S.A.

Gerencia Comercial

A QUIEN INTERESE

04 de enero de 2021

Ref. Certificación Comercial

Carlos Eduardo Pinto Ortega
Tel. (+571) 3199100

Fax. (57) /1/3199100

EMail:calos.pinto_ortega@boehringer-ingelheim.com


Address: Cra. 11 # 84 – 09 Piso 5
Torre Amadeus

Bogotá D.C.
Colombia

Certificamos que DISCOLMEDICA identificado con el NIT 828.002.423-5 es cliente de BOEHRINGER INGELHEIM S.A y está autorizado para comercializar nuestros productos farmacéuticos en el territorio nacional colombiano.

Esta constancia es para uso exclusivo de la administración de DISCOLMEDICA y destinada únicamente para la participación de procesos licitatorios.

Cordial saludo,



Gerente Comercial

Boehringer Ingelheim S.A.

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

SCAV-022-2021

B BRAUN MEDICAL S.A
NIT. 860.026.442-5
CERTIFICA QUE

DISCOLMEDICA SAS, identificado con Nit. **8280024235** y domicilio en la ciudad de **Neiva** en la **Cl 12 16 73 Local 2** (en adelante compañía) es DISTRIBUIDORA AUTORIZADA de los siguientes productos farmacéuticos y/o dispositivos médicos de las líneas **HOSPITAL CARE / AIS / CT / OPM** que legalmente importa y/o fabrica nuestra compañía.

- ANESTESIA REGIONAL
- CATETERES VENOSOS PERIFERICOS CENTRALES / CATETERES VENOSOS CENTRALES
- CATETERES INTRAVENOSOS
- SISTEMAS AUTOMATICOS DE INFUSION / BOMBAS DE INFUSION
- ACCESORIOS DE ENFERMERIA
- MEDICAMENTOS INTRAVENOSOS CON VALOR AGREGADO
- SUTURAS MANUALES, MALLAS PARA REPARACION DE HERNIA Y HEMOSTATICOS
- EQUIPOS DE MACROGOTEO / SETS INTRAVENOSOS
- CUIDADO DE OSTOMIAS
- REEMPLAZO DE VOLUMEN PLASMATICO
- NUTRICION PARENTERAL
- NUTRICION ENTERAL
- SURECAN AGUJAS PARA CATETER IMPLANTABLE / CATETERES IMPLANTABLES CELSITE
- PREVENCION INFECCIONES
- GRANDES SOLUCIONES BASICAS PARENTERALES
- PEQUEÑAS SOLUCIONES BASICAS PARENTERALES
- CATETERES DE UROLOGIA / CUIDADO URINARIO

La compañía en su calidad de DISTRIBUIDORA AUTORIZADA tiene derecho a revender por su propia cuenta los productos a terceros sin que lo anterior implique una relación de agenciamiento a favor de B. Braun Medical S.A respecto de los productos o de representación frente a terceros.

Vigencia: 30 días.

En constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, a los (25) días del mes de enero de (2021)

Cordialmente,

B. BRAUN MEDICAL S. A.

LINA MARGARITA DE SILVESTRI LEÓN
Gerente Unidad de Negocios
Suturas y Laparoscopia

Firmado digitalmente por rangelmc
Nombre de reconocimiento (DN): dc=com, dc=bbraun, dc=lbb, ou=Locations, ou=CO01, ou=Departments, ou=Customer Service, cn=rangelmc, email=ingrid.rangel@bbraun.com
Fecha: 2021.01.26 10:17:58 -05'00'
Versión de Adobe Acrobat Reader: 2019.012.20035

INGRID J. RANGEL M.
Coordinadora Administración Ventas

LABORATORIOS Bremymg

Proyectamos la vida

AUTORIZACION

BREMYMG LTDA con **NIT 830.066.339-6** certifica que **DISCOLMEDICA SAS** con **NIT 828.002.423-5** está autorizado para distribuir y comercializar nuestro producto NITROFUR.

Se expide en Bogotá a los 6 días del mes de Marzo de 2020.

Agradecemos la atención prestada,

HERIBERTO BONILLA MEDINA
Representante Legal

www.laboratoriosbremymg.com
E-mail: comercial@laboratoriosbremymg.com
Km. 2 VÍA CHIA-CAJICA COSTADO OCCIDENTAL,
VEREDA BOJACA BIZERTA B1. CHIA - CUNDINAMARCA
Conmutador: 369 0475 - 329 5160 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69

essity

BSN medical Limitada

THERAPIES. HAND IN HAND.

NIT 805.019.723-0

Carrera 36 No. 13-451 Urb. Acopí -Yumbo
Teléfono +57 2 / 6510200

Fax +57-2 / 6541880

www.bsnmedical.com
Servicio al cliente:

Cali + 57 2 / 6541810

Resto del país 01 8000 930 500

Señores

A QUIEN INTERESE

BSN MEDICAL LIMITADA

CERTIFICA:

Que la firma **DISCOLMEDICA S.A.S** con NIT.828.002.423-5, con domicilio en laciudad de Bogotá D. C., ubicado en la Carrera 33 # 15 - 08, es DISTRIBUIDOR AUTORIZADO de nuestros productos marca BSN MEDICAL, como son: LEUKOPLAST, LEUKOPOR, FIXOMULL STRETCH, FIXOMULL TRANSPARENTE,LEUKOMED, CUTIMED SORBACT, CUTIMED SILTEC, CUTIMED CAVITY, CUTIMED GEL, CUTIMED SORBACT GEL, CUTICELL, CUTIMED HYDRO, COVERPLAST CURAS, DELTA LITE PLUS, DELTA DRY, GYPSONA y
TENSOPLAST, en cualquiera de sus presentaciones descritas en el registro sanitario expedido por el INVIMA.

Así mismo, estaremos dispuestos a brindarle la asesoría técnica necesaria referente a los productos que portan nuestra marca en las instituciones donde lo requieran.

En constancia se firma en la ciudad de Yumbo - Valle del Cauca, el trece (13) de enero de dos mil veintiuno (2021) y tiene una vigencia de doce (12) meses desdela fecha de su emisión.

Cordialmente,

BSN MEDICAL LTDA.
NIT:805.019.723-0

Public

essity

BSN medical Limitada

THERAPIES. HAND IN HAND.

NIT 805.019.723-0

Carrera 36 No. 13-451 Urb. Acopí -Yumbo
Teléfono +57 2 / 6510200

Fax +57-2 / 6541880

www.bsnmedical.com
Servicio al cliente:

Cali + 57 2 / 6541810

Resto del país 01 8000 930 500

Señores

A QUIEN INTERESE

BSN MEDICAL LIMITADA

CERTIFICA:

Que la firma **DISCOLMEDICA S. A. S.** con NIT. 828. 002. 423 - 5 , con domicilio en la ciudad de Neiva, ubicado en la Calle 12 N° 16 73 , es DISTRIBUIDOR AUTORIZADO de nuestros productos marca BSN MEDICAL, como son: LEUKOPLAST, LEUKOPOR, FIXOMULL STRETCH, FIXOMULL TRANSPARENTE,LEUKOMED, CUTIMED SORBACT, CUTIMED SILTEC, CUTIMED CAVITY, CUTIMED GEL, CUTIMED SORBACT GEL, CUTICELL, CUTIMED HYDRO, COVERPLAST CURAS, DELTA LITE PLUS, DELTA DRY, GYPSONA y
TENSOPLAST, en cualquiera de sus presentaciones descritas en el registro sanitario expedido por el INVIMA.

Así mismo, estaremos dispuestos a brindarle la asesoría técnica necesaria referente a los productos que portan nuestra marca en las instituciones donde lo requieran.

En constancia se firma en la ciudad de Yumbo - Valle del Cauca, el trece (13) de enero de dos mil veintiuno (2021) y tiene una vigencia de doce (12) meses desdela fecha de su emisión.

Cordialmente,

BSN MEDICAL LTDA.
NIT:805.019.723-0

Public

essity

BSN medical Limitada

THERAPIES. HAND IN HAND.

NIT 805.019.723-0

Carrera 36 No. 13-451 Urb. Acopí -Yumbo
Teléfono +57 2 / 6510200

Fax +57-2 / 6541880

www.bsnmedical.com
Servicio al cliente:

Cali + 57 2 / 6541810

Resto del país 01 8000 930 500

Señores

A QUIEN INTERESE

BSN MEDICAL LIMITADA

CERTIFICA:

Que la f irma **DISCOLMEDICA S. A. S.** con NIT. 828. 002. 423 - 5 , con domicilio en la ciudad de Santiago de Cali, ubicado en la Carrera 44 N° 5E 27 , es DISTRIBUIDOR AUTORIZADO de nuestros productos marca BSN MEDICAL, como son: LEUKOPLAST, LEUKOPOR, FIXOMULL STRETCH, FIXOMULL TRANSPARENTE, LEUKOMED, CUTIMED SORBACT, CUTIMED SILTEC, CUTIMED CAVITY, CUTIMED GEL, CUTIMED SORBACT GEL, CUTICELL, CUTIMED HYDRO, COVERPLAST CURAS, DELTA LITE PLUS, DELTA DRY, GYPSONA y TENSOPLAST, en cualquiera de sus presentaciones descritas en el registro sanitario expedido por el INVIMA.

Así mismo, estaremos dispuestos a brindarle la asesoría técnica necesaria referente a los productos que portan nuestra marca en las instituciones donde lo requieran.

En constancia se f irma en la ciudad de Yumbo - Valle del Cauca, el trece (13) de enero de dos mil veintiuno (2021) y tiene una vigencia de doce (12) meses desdela fecha de su emisión.

Cordialmente,

BSN MEDICAL LTDA.
NIT:805.019.723-0

Public

CyHLab®

CLINICOS Y HOSPITALARIOS DE COLOMBIA S.A.®

NIT. 900.088.852-1.

CERTIFICACIÓN

A QUIEN INTERESE

CLINICOS Y HOSPITALARIOS DE COLOMBIA S.A. identificada con NIT. 900.088.852-

1 certifica que la empresa **DISCOLMEDICA S.A.S** identificada con NIT 828.002.423-5, esun cliente de venta directa y está autorizado para comercializar y distribuir a nivel nacionalnuestros productos de marca **CyhLab®.**

La presente certificación tiene validez por 30 días a partir de la fecha de expedición. Se emite a solicitud del interesado a los doce (12) días del mes de enero de 2021.

Cordialmente,

Clinicos y Hospitalarios De Colombia S.A. Nit. 900.088.852-1

Alvaro Sarmiento.

Gerente Administrativo y Financiero.

PBX: +(571) 580 5070 / 926 2093
info@cyhdecolombia.com

Calle 78 #9-57 Of. 304
Bogotá / Colombia

www.cyhlab.co

Bogotá D.C., 04 de enero de 2021

CLOSTER PHARMA S.A.S

NIT. 830.512.304.2

AUTORIZACION DE DISTRIBUCION

Certificamos que **DISCOLMEDICA S.A.S**, con **NIT. 828.002.423-5**, se encuentra autorizado para distribuir nuestros productos, así como para representarnos en ofertar públicas y licitaciones.

Agradecemos la atención prestada, cualquier información adicional por favor comunicarse al Teléfono No. 2264757 Ext. 119 en Bogotá.

Cordialmente,

ANDREA ORELLANOS
DIRECTOR DE MARKETING Y VENTAS

No. 01

Escaneado con CamScanner

COBO medical

COBO MEDICAL S.A.S
NIT. 890.331.949-3

Es distribuidor autorizado de los productos de las marcas, 3M, ABBOTT, ABBVIE, ALCON, AMGEN, ASPEN, ASTELLAS, ASTRA ZENECA, BAYER, BOEHRINGER INGELHEIM, BRISTOL, BSN, BUSSIE, CALIER PHARMACEUTICA, CONVATEC, GLAXO, FARMA DE COLOMBIA, JYJ, JANSSEN CILAG S A, BIOPASS, LAFRANCOL. MERCK, MERCK SHARP & DOHME, NOVARTIS, NOVO-NORDISK, PFIZER, QUIDECA, ROCHE, SMITHS MEDICAL, STHENDAL, ZAMBOM teniendo en cuenta las atribuciones concedidas, ofrece y vende los productos de estas marcas a DISCOLMEDICA NIT 828.002.423 en la ciudad de Neiva para que los comercialice por su cuenta y bajo su responsabilidad.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado.

Se firma en Santiago de Cali, a los 26 días del mes de Marzo del 2020.

LUZ MARINA PAYAN RUBIANO
Representante Legal

ConvaTec

Boston Medical Devices Colombia Ltda.
Calle 76 No. 11-17 Piso 5
Torre Los Nogales
Bogotá D.C. - Cundinamarca
110221
Colombia
www.convatec.com
Tel: +57 (1) 326 2630

EL SUSCRITO GERENTE NACIONAL DE VENTAS DE LA SOCIEDAD BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA

CERTIFICA

Que **DISCOLMEDICA S.A.S,** con NIT 828.002.423-5 es Distribuidor autorizado de los Productos Médicos Quirúrgicos marca ConvaTec para el Cuidado de Heridas y Ostomias.

Reiteramos que **DISCOLMEDICA S.A.S** debe solicitar nuestra autorización en caso de que deseen presentarsen a Licitaciones Públicas, para tramitar el certificado de Distribuidor específico para la licitación.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los 13 días del mes de enerode 2021 a solicitud del interesado.

Atentamente,

MAURICIO DUQUE CABAL

Gerente nacional de Ventas

ACUERDO DE DISTRIBUCION

CORALMEDICA LTDA., con NIT 830.013.234-4, empresa legalmente establecida en la CL. 45C BIS 25 35 de Bogotá D. C., y matricula mercantil No. 00680900 de la Cámara de Comercio de Bogotá, designa a la compañía **DISCOLMEDICA S.A.S** con NIT **828.002.423-5** y domiciliada en la ciudad de Neiva. en la CR 12 12 32, como **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.**

Se expide a solicitud del interesado a los quince (15) días del mes de Noviembre del dos mil veinte (2020), con vigencia de noventa (90) días contados a partir de la fecha.

Cordialmente,

ELIZABETH GARCIA DE VARGAS

Representante Legal
CORALMEDICA LTDA.

Calle 45C Bis No. 25 – 35 - PBX (571) 232 01 99 - FAX (571) 232 01 92 -

Móvil: 310 209 08 63 – 310 680 42 48 - Email: ventas12@coralmedica.com - Bogotá D.C. - Colombia

LA SUSCRITA JEFE NACIONAL DE VENTAS
DE LA CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN VICENTE FUNDACIÓN, CORPAUL

CERTIFICA QUE:

La empresa "**DISCOLMEDICA S.A.S**" identificada con Nit 828.002.423-5 ubicada en la ciudad de Neiva, mantiene vínculos comerciales con nosotros desde noviembre de 2010 y se encuentra autorizada para **distribuir** de manera no exclusiva nuestros productos.

Cualquier información adicional favor dirigirse al Área de Gerencia Comercial Teléfono 4480550 opción 1 Ext. 107.

Tipo de Cliente: Activo

Esta certificación se expide el primer **(1)** día del mes de **febrero** del año dos mil veintiuno **(2021)**.

Atentamente,

GISELA NARANJO RESTREPO
Jefe Nacional de Ventas

COVIDIEN
positive results for life™

NEIVA, 26 de Marzo del 2020

Señores:
DISCOLMEDICA S.A.S

Ciudad.

Por medio de la presente me permito autorizarlos para que comercialicen a nivel nacional nuestros productos a **DISCOLMEDICA S.A.S** con NIT **828002423 – 5**.

Este documente se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,

JUAN PABLO PERDOMO ZAMBRANO

Representante Legal.

Manufacturado por,
Covidien LLC
Made in Brasil
www.polysuture.com
Cera para hueso ™

Dispositivos Médicos G&S S.A.S
NIT 901.098.571-3

Bogotá DC 4 de enero de 2021

AUTORIZACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS

DISPOSITIVOS MÉDICOS G&S S.A.S. Identificada con **Nit 901.098.571-3,** Certifica que DISCOLMEDICA S.A.S. Identificada con Nit 828.002.423-5, adquiere productos de nuestra empresa, por lo tanto, se encuentra autorizada para comercializar, distribuir y participar enlicitaciones, convocatorias e invitaciones nacionales, tanto públicas como privadas.

La anterior se expide a solicitud del interesado.

Cordialmente,

Pedro J. Cárdenas L.
Gerente Comercial
Dispositivos Médicos G&S S.A.S.C.C. 19.260.966

- **Registros sanitarios**

Libertad y Orden

República de Colombia
Ministerio de la Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

CERTIFICACIÓN No. 2010002890

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR(A) DE REGISTROS SANITARIOS DEL INVIMA CERTIFICA:

Que hasta la fecha y de conformidad con nuestra Legislación Sanitaria vigente, el producto: ROPA MEDICO-QUIRURGICA DESECHABLE DE UNICO USO - HOSPICLIN

Esta contemplado entre los productos que NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia

INTERESADO:	DISTRIBUIDORA HOSPICLIN
SOLICITANTE:	ORLANDO FRANCISCO MORALES
RADICACIÓN:	**2010007360**
FECHA RADICACIÓN:	01/02/2010

OBSERVACIONES: ESTA CERTIFICACIÓN APLICA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LA ROPA DESECHABLE DE UNICO USO NO INCLUYE LAS GASAS NI LOS EMPAQUES PARA ESTERILIZACIÓN, PARA LOS CUALES DEBE SOLICITAR UNA CERTIFICACIÓN DE FORMA SEPARADA.

Tendrá CINCO (5) días hábiles para solicitar corrección a este documento. Válido únicamente el original.

Se expide en Bogotá D.C., el 16 de Febrero de 2010 .

Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

INVIMA COLOMBIA

CLARA ISABEL RODRIGUEZ SERRANO
SUBDIRECTORA(A) DE REGISTROS SANITARIOS

Carrera 68D Nro. 17-11/21 – PBX: 2948700 – Página Web http:// www.invima.gov.co

Libertad y Orden

República de Colombia
Ministerio de la Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2011043305 DE 10 de Noviembre de 2011
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Subdirector de Registros Sanitarios del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto Reglamentario 4725 de 2005 y la Resolución Número 251280 de 2000,.

CONSIDERANDO

Que ante este Instituto se ha solicitado la Concesión de un Registro Sanitario con base en la documentación allegada, previo estudio técnico y legal de la Subdirección de Registros Sanitarios, se emitió concepto favorable para la autorización de este Registro Sanitario.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Conceder REGISTRO SANITARIO por el término de DIEZ (10) años a

PRODUCTO:	CANULA DE GUEDELL - CANULA DE GUEDELL Y/O MAYO - BIOLIFE Y GOLDEN CARE
REGISTRO SANITARIO NO.:	INVIMA 2011DM-0008169 VIGENTE HASTA: 24 NOV 2021
TIPO DE REGISTRO:	FABRICAR Y VENDER
TITULAR(ES):	BIOPLAST S.A CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
FABRICANTE(S):	BIOPLAST S.A CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO:	INVASIVO DE USO TRANSITORIO IIA
COMPOSICIÓN:	CANULA :FABRICADO EN POLIPROPILENO, LIBRE DE PATÓGENOS, ESTERIL O NO ESTERIL, EN ENVASE INDIVIDUAL. MATERIAL INERTE, SIN BORDES O ARISTAS, LIBRE DE LATEX, ALTA RESISTENCIA, TENACIDAD CONECTOR: CÓDIGO DE COLOR, MATERIAL INERTE, SIN REBORDES O ARISTAS, LIBRE DE LATEX, ALTA RESISTENCIA, TENACIDAD
USOS:	CÁNULA DE GUEDELL Y/O MAYO PARA VENTILACIÓN. TUBO OROFARINGEO CURVO RÍGIDO, QUE SE USA PARA MANTENER DESPEJADA LA VÍA AÉREA USO BAJO SUPERVISIÓN DE UN PROFESIONAL. CONSÉRVESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO. PRODUCTO DESECHABLE PARA UN SOLO PACIENTE.
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	1. CANULAS NO. 0, 1, 2, 3, 4 Y 5 ESTERIL Y NO ESTERIL
OBSERVACIONES:	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS: PRODUCTO ESTERIL Y NO ESTERIL EN LAS SIGUIENTES PRESENTACIONES CÁNULA NO.0 LONGITUD 50MM, CÁNULA NO.1 LONGITUD 60MM, CÁNULA NO.2 LONGITUD 70MM. CÁNULA NO.3 LONGITUD 80MM. CÁNULA NO.4 LONGITUD 90MM, CÁNULA NO.5 LONGITUD 100MM.
VIDA UTIL:	ESTERIL (2 AÑOS) NO ESTERIL (5 AÑOS)
EXPEDIENTE NO.:	20041501
RADICACIÓN NO.:	2011131516
FECHA DE RADICACION:	10/11/2011

ARTICULO SEGUNDO.- Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la Subdirección de Registros Sanitarios, dentro de los CINCO (5) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el código Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO.-La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

ARTICULO CUARTO.- Los derechos que se deriven de esta resolución quedaran sujetas al control posterior que debe realizar el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA de conformidad con lo previsto por el articulo 22 del Decreto 4725 de 2005.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 10 de Noviembre de 2011

Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

LUZ HELENA FRANCO CHAPARRO
SUBDIRECTOR(A) DE REGISTROS SANITARIOS

INVIMA COLOMBIA

- NOTIFICACION SANITARIA OBLIGATORIA Nro. 2014007713

- **PRODUCTOS DE HIGIENE DOMESTICA Y PRODUCTOS ABSORBENTES DE HIGIENE PERSONAL**

- EL(LA) SUSCRITO(A) DIRECTOR TECNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LA DECISION 706 DE 2008 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

- Asigna para fines de Vigilancia y Control, el código de Notificación Sanitaria Obligatoria Número
- **NSOA02877-14CO** para el producto denominado **TENA SLIP PEGA - DESPEGA**

- **MARCAS:** TENA,

- VARIEDADES: N/A

- **TITULAR(ES):** PRODUCTOS FAMILIA S.A con domicilio en MEDELLIN - ANTIOQUIA,

  FABRICANTE(S): FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. con domicilio en GUACHENE - CAUCA,**PAIS DE**

  ORIGEN: COLOMBIA

- **VIGENTE HASTA:** 2021/05/05

- **EXPEDIENTE:** 20076588 **RADICACION:** 2014051931 **FECHA:** 2014/05/05

- De igual manera, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, manifiesta que el interesado declaró bajo la gravedad del juramento, que el producto notificado cumple con todos los requisitos establecidos por la Decisión 706 de 2008 de la Comunidad Andina de Naciones, que toda la información suministrada a la autoridad es auténtica y veráz, que su comercialización será posterior a la presentación de la presente notificación cumpliendo estrictamente con las especificaciones de calidad dadas por el fabricante y que se encuentra sometido al control y vigilancia posterior por parte de las autoridades sanitarias correspondientes de acuerdo con lo establecido en la Decisión 706 de 2008, por lo tanto asume la responsabilidad sobre cualquier inconsistencia que se presente entre la información suministrada y la que resulte de las acciones que se ejerzan por parte de las autoridades.

- La impresión en soporte cartular (papel) es una reproducción del documento original que se encuentra en formato electrónico firmado digitalmente, cuya representación digital goza de plena autenticidad, integridad y no repudio, en cumplimiento de la ley 527 de 1999 (Artículos 6 a 13 y 28) y de la ley 962 de 2005 (Artículo 6)

- Dada en Bogotá D.C. el 5 de Mayo de 2014

- **NOTA: La información consignada es fiel copia de la inscrita en la Base de Datos de Registros Sanitarios del INVIMA a la fecha de su expedición. El documento electrónico se puede consultar en la dirección http://www.invima.gov.co**

- **Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.**

-
-
-
-

- Signature Not Verified

- Digitally signed by LUZ HELENA FRANCOCHAPARRO

- Date: 2014.05.05 08:46:49 COT

- Reason:
  Invima
  Location:

  Bogota, CO



-

- LUZ HELENA FRANCO CHAPARRO DIRECTOR(A) DE COSMETICOS, ASEO, PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS DE HIGIENEDOMESTICA

- Carrera 68D # 17-21 PBX: 2948700 Pagina Web http://www.invima.gov.co

CERTIFICACIÓN No. 2008002464

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR(A) DE REGISTROS SANITARIOS DEL INVIMA CERTIFICA:

Que hasta la fecha y de conformidad con nuestra Legislación Sanitaria vigente, el producto: FRASCO PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS PARA LABORATORIO

Esta contemplado entre los productos que NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia

INTERESADO:	BIOPLAST S.A
SOLICITANTE:	GUSTAVO PINZON DIAZ
RADICACIÓN:	**2008008355**
FECHA RADICACIÓN:	30/01/2008

Se expide en Bogotá D.C., el 7 de Febrero de 2008 .

La presente certificación tiene una vigencia de DOCE (12) MESES contados a partir de la fecha de expedición.

Tendrá CINCO (5) días hábiles para solicitar corrección a este documento.

Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

OSCAR RAMÍREZ MARIN
SUBDIRECTOR(A) DE REGISTROS SANITARIOS

Carrera 68D Nro. 17-11/21 – PBX: 2948700 – Página Web http:// www.invima.gov.co

alle 9 No. 39-46
BX: 555 1347
xt: 1008
ww.subredsuroccidente.gov.co
ódigo Postal: 111611

USS Pablo VI Bosa
USS Fontibón

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

- **Evaluación funcional (ANESTESÍA)**

B|BRAUN

Versión: 08

FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MEDICOS

PRODUCTO	PERIFIX®
NOMBRE GENERICO	Perifix catéteres para anestesia epidural.
MARCA	B. BRAUN
DESCRIPCION	Sets de catéter para anestesia epidural.
COMPOSICION y COMPONENTES	PA, PA/PUR, PE, PEBA, PEGAMENTO, PP, ABS, EP, HDPE, latón, PA, PC, PE, PEBA, POM, PP, PUR, SAN, acero inoxidable, TPE, material esponjado de calidad médica con caucho de polisopreno sintético
MÉTODO DE ESTERILIZACION	Óxido de etileno
INDICACIONES	Anestesia epidural para la anestesia rápida y fiable durante la cirugía, si es necesario, la anestesia puede ser extendida y prolongada durante la cirugía. La analgesia es posible después de la cirugía. El juego está indicado para la anestesia epidural (lumbar, torácica) para lograr una anestesia rápida y confiable durante la cirugía. Si es necesario, la anestesia se puede extender y prolongar durante la cirugía. Se puede usar analgesia en cualquier momento después de la cirugía.
CONTRAINDICACIONES, ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES	El producto solo debe ser utilizado por médicos con la correspondiente formación en esta técnica. Las contraindicaciones absolutas incluyen rechazo del paciente, hipovolemia grave no corregida, aumento de la presión intracraneal, infección en el lugar de la inyección e hipersensibilidad conocida a la anestesia local. Las contraindicaciones relativas incluyen trastornos de la coagulación, terapia anticoagulante, anomalías anatómicas de la columna vertebral, dolor lumbar crónico, enfermedades neurológicas (por ejemplo, lesiones de nervios, polineuropatía, esclerosis múltiple), enfermedades cardiovasculares (incapacidad para aumentar el rendimiento cardíaco) y septicemia. Consulte libros de texto de medicina para obtener información sobre las contraindicaciones habituales a la hora de poner en práctica los procedimientos de anestesia epidural continua. **Advertencias:** La reutilización de dispositivos de un solo supone un riesgo potencial para el paciente o el usuario. Puede producir contaminación o reducir la capacidad funcional. La contaminación o la limitación en el funcionamiento del dispositivo pueden causar lesión, enfermedad o incluso la muerte del paciente. No lo use en paciente con hipersensibilidad conocida a cualquiera de los materiales empleados. No utilice el producto si el envase está dañado. No se puede volver a esterilizar. No humedezca el filtro Perifix de 0,2 µm con productos desinfectantes que contengan alcohol, ya que ello puede dar lugar a la aparición de fisuras. No utilice jeringas de menos de 10 mL, ya que pueden causar daños en el filtro por ejercer una presión excesiva.
RECOMENDACIONES DE USO	Seguir las instrucciones indicadas en los empaques
METODO DE DESECHO	La disposición final del dispositivo una vez utilizado en la institución, se debe realizar de acuerdo a la normativa ambiental aplicable en materia de residuos peligrosos y residuos hospitalarios.
COMPATIBILIDAD CON OTROS DM Y TEC. BIOMEDICA	Compatible

VIDA UTIL	5 AÑOS			**CLASIFICACION DE RIESGO**	III
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2015DM-0003725-R1	**MODALIDAD**	Importar y Vender	**VIGENCIA**	2025-09-04
TITULAR	B.BRAUN MELSUNGEN - ALEMANIA	**FABRICANTE**	B.BRAUN MELSUNGEN - ALEMANIA LEONHARD LANG GMBH - AUSTRIA		
REFERENCIAS	Ver anexo	**DIMENSIONES**	Ver Anexo		
PRESENTACION COMERCIAL	PERIFIX®/ PERIFIX® ONE: Unidad, Caja X 25 Unidades, Caja X 100 Unidades SET PERIFIX®: Set, Caja X 10 Sets, Caja X 20 Sets (para ver la composición del ser ver anexo)				

	TIPO	MATERIAL	UNIDADES CONTENIDAS	INFORMACIÓN CONTENIDA
ENVASE	Blíster	PVC /Papel grado medico	1	Descripción del producto. Lote, fecha de fabricación y expiración. Titular


	TIPO	MATERIAL	UNIDADES CONTENIDAS	INFORMACIÓN CONTENIDA
EMPAQUE	Caja	Cartón	10 ó 20 ó 25 ó 100	Nombre. Descripción del producto. Lote, fecha de fabricación y expiración. Titular

	TIPO	MATERIAL	UNIDADES CONTENIDAS	INFORMACIÓN CONTENIDA
EMBALAJE	Caja	Cartón	10 ó 20 ó 25 ó 100	Nombre. Descripción del producto. Lote, fecha de fabricación y expiración. Titular


ESPECIFICACIONES DE CALIDAD	DIN 13273-1:1990, EN 20594-1:1993, ISO594-1:1986-06, EN 1707:1996, ISO 594-2:1998-09, EN 550:1994, EN 556:1994, EN 980:2003-04, EN 1041:1998, EN ISO14971:2001, ISO 14971:2000-12
CONDICIONES ALMACENAMIENTO	Almacenar a condiciones normales de temperatura.
NÚMERO DE REUSOS RECOMENDADO	Material no reutilizable
BENEFICIOS AMBIENTALES	Los envases, empaques y embalajes de este producto, presentan características de reciclaje a partir de un adecuado proceso de separación en la fuente.

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Firma	Fecha	Firma	Fecha	Firma	Fecha
11/04/2017		11/04/2017		11/04/2017	
Lina Vasquez Analista de asuntos regulatorios	AAAA-MM-DD	Karen Martinez Fortich Jefe Asuntos Regulatorios	AAAA-MM-DD	Félix Santiago Director de Calidad Ei Asuntos Regulatorios	AAAA-MM-DD

- Evaluación funcional (INSTRUMENTACIÓN - ESTERILIZACIÓN)

INFORMACION TECNICA GENERAL	
Esta información debe ir acompañada de la ficha técnica del fabricante en idioma español y la Resolución del Registro Sanitario	
CRITERIO	**OBSERVACION**
No Ítem (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	3
Nombre Técnico del Producto: (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	ÁCIDO POLIGLICÓLICO CALIBRE 6/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA DE 8 MM 1/4 DE CÍRCULO, HEBRA DE 45 CM
No Registro Sanitario:	INVIMA 2018DM-0000908-R3
Vigencia del Registro Sanitario:	2028/04/20
Presentación comercial:	UNIDAD
indicar la REFERENCIA OFERTADA (que corresponda a la descripción del ítem ofertado y amparada en el registro sanitario referido)	VICRYL SUTURA QUIRURGICA ABSORBIBLE
Características del Producto: (Describir presentación comercial a entregar, definir si el producto es un kit-set y/o unidad)	UNIDAD
Información adicional que desee aportar:	
FOTOGRAFIA No 1 : DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA 	
FOTOGRAFIA No 2 : ETIQUETAS DE ENVASE(S) Y/O EMPAQUE(S) CON LEYENDAS LEGIBLES DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA	

Anexo N° 2

INFORMACION TECNICA GENERAL	
Esta información debe ir acompañada de la ficha técnica del fabricante en idioma español y la Resolución del Registro Sanitario	
CRITERIO	**OBSERVACION**
No Ítem (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	21
Nombre Técnico del Producto: (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	ÁCIDO POLIGLICÓLICO ANTIBACTERIAL CALIBRE 0, AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 26 MM 1/2 CÍRCULO, HEBRA DE 70 CM O MÁS
No Registro Sanitario:	INVIMA 2011DM-0008037
Vigencia del Registro Sanitario:	2021/10/24
Presentación comercial:	UNIDAD
indicar la REFERENCIA OFERTADA (que corresponda a la descripción del ítem ofertado y amparada en el registro sanitario referido)	NOVOSYN ®
Características del Producto: (Describir presentación comercial a entregar, definir si el producto es un kit-set y/o unidad)	UNIDAD
Información adicional que desee aportar:	
FOTOGRAFIA No 1 : DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA 	
FOTOGRAFIA No 2 : ETIQUETAS DE ENVASE(S) Y/O EMPAQUE(S) CON LEYENDAS LEGIBLES DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA	

Anexo N° 2

INFORMACION TECNICA GENERAL	
Esta información debe ir acompañada de la ficha técnica del fabricante en idioma español y la Resolución del Registro Sanitario	
CRITERIO	**OBSERVACION**
No Ítem (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	23
Nombre Técnico del Producto: (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	ÁCIDO POLIGLICÓLICO ANTIBACTERIAL CALIBRE 2/0, AGUJA CURVA REDONDA DE 24 A 27 MM 1/2 CÍRCULO, HEBRA DE 70 CM O MÁS
No Registro Sanitario:	INVIMA 2011DM-0008037
Vigencia del Registro Sanitario:	2021/10/24
Presentación comercial:	UNIDAD
indicar la REFERENCIA OFERTADA (que corresponda a la descripción del ítem ofertado y amparada en el registro sanitario referido)	NOVOSYN ®
Características del Producto: (Describir presentación comercial a entregar, definir si el producto es un kit-set y/o unidad)	UNIDAD
Información adicional que desee aportar:	
FOTOGRAFIA No 1 : DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA 	
FOTOGRAFIA No 2 : ETIQUETAS DE ENVASE(S) Y/O EMPAQUE(S) CON LEYENDAS LEGIBLES DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA	

Anexo N° 2

INFORMACION TECNICA GENERAL	
Esta información debe ir acompañada de la ficha técnica del fabricante en idioma español y la Resolución del Registro Sanitario	
CRITERIO	**OBSERVACION**
No Ítem (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	149
Nombre Técnico del Producto: (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	BOLSA AUTOSELLABLE PARA ESTERILIZACION DE 190 * 360 mm (CAJA * 200 UN)
No Registro Sanitario:	INVIMA 2014DM-0011879
Vigencia del Registro Sanitario:	2024/09/24
Presentación comercial:	UNIDAD
indicar la REFERENCIA OFERTADA (que corresponda a la descripción del ítem ofertado y amparada en el registro sanitario referido)	BOLSA DE AUTO SELLADO DE ESTERILIZACIÓN, ROLLOS PLANOS DE ESTERILIZACIÓN, ROLLOS DE TYVEK, ROLLOS TRIDIMENSIONALES DE ESTERILIZACIÓN, PAPEL DE CREPE MEDICO - MATERIAL DE EMPAQUE TODOS LOS SISTEMAS DE ESTERILIZACION - YIPAK
Características del Producto: (Describir presentación comercial a entregar, definir si el producto es un kit-set y/o unidad)	CAJA
Información adicional que desee aportar:	
FOTOGRAFIA No 1 : DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA 	
FOTOGRAFIA No 2 : ETIQUETAS DE ENVASE(S) Y/O EMPAQUE(S) CON LEYENDAS LEGIBLES DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA 	

Anexo N° 2

INFORMACION TECNICA GENERAL	
Esta información debe ir acompañada de la ficha técnica del fabricante en idioma español y la Resolución del Registro Sanitario	
CRITERIO	**OBSERVACION**
No Ítem (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	151
Nombre Técnico del Producto: (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	BOLSA AUTOSELLANTE 135X283MMX200U
No Registro Sanitario:	INVIMA 2014DM-0011879
Vigencia del Registro Sanitario:	2021/03/10
Presentación comercial:	UNIDAD
indicar la REFERENCIA OFERTADA (que corresponda a la descripción del ítem ofertado y amparada en el registro sanitario referido)	BOLSA DE AUTO SELLADO DE ESTERILIZACIÓN, ROLLOS PLANOS DE ESTERILIZACIÓN, ROLLOS DE TYVEK, ROLLOS TRIDIMENSIONALES DE ESTERILIZACIÓN, PAPEL DE CREPEMEDICO - MATERIAL DE EMPAQUE TODOS LOS SISTEMAS DE ESTERILIZACION - YIPAK
Características del Producto: (Describir presentación comercial a entregar, definir si el producto es un kit-set y/o unidad)	CAJA
Información adicional que desee aportar:	
FOTOGRAFIA No 1 : DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LAMUESTRA ENTREGADA 	
FOTOGRAFIA No 2 : ETIQUETAS DE ENVASE(S) Y/O EMPAQUE(S) CON LEYENDAS LEGIBLES DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA 	

Anexo N° 2

INFORMACION TECNICA GENERAL	
Esta información debe ir acompañada de la ficha técnica del fabricante en idioma español y laResolución del Registro Sanitario	
CRITERIO	**OBSERVACION**
No Ítem (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	162
Nombre Técnico del Producto: (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	BOLSA PARA ESTERILIZACION EN VAPOR AUTO SELLABLE GRADO MEDICO 57 MM X 130 MM
No Registro Sanitario:	INVIMA 2014DM-0011879
Vigencia del Registro Sanitario:	2024/09/24
Presentación comercial:	UNIDAD
indicar la REFERENCIA OFERTADA (que corresponda a la descripción del ítem ofertado y amparada en el registro sanitario referido)	BOLSA DE AUTO SELLADO DE ESTERILIZACIÓN, ROLLOS PLANOS DE ESTERILIZACIÓN, ROLLOS DE TYVEK, ROLLOS TRIDIMENSIONALES DE ESTERILIZACIÓN, PAPEL DE CREPE MEDICO - MATERIAL DE EMPAQUE TODOS LOS SISTEMAS DEESTERILIZACION - YIPAK
Características del Producto: (Describir presentación comercial a entregar, definir si el producto es un kit-set y/o unidad)	CAJA
Información adicional que desee aportar:	
FOTOGRAFIA No 1 : DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA 	
FOTOGRAFIA No 2 : ETIQUETAS DE ENVASE(S) Y/O EMPAQUE(S) CON LEYENDAS LEGIBLES DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA 	

Anexo N° 2

INFORMACION TECNICA GENERAL	
Esta información debe ir acompañada de la ficha técnica del fabricante en idioma español y la Resolución del Registro Sanitario	
CRITERIO	**OBSERVACION**
No Ítem (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	343
Nombre Técnico del Producto: (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	CEPILLO PLASTICO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL ESTERILIZABLE
No Registro Sanitario:	ACTA No. 07 Junio 10 de 2009
Vigencia del Registro Sanitario:	NO APLICA
Presentación comercial:	UNIDAD
indicar la REFERENCIA OFERTADA (que corresponda a la descripción del ítem ofertado y amparada en el registro sanitario referido)	CEPILLO PARA LAVAR INSTRUMENTAL
Características del Producto: (Describir presentación comercial a entregar, definir si el producto es un kit-set y/o unidad)	UNIDAD
Información adicional que desee aportar:	
FOTOGRAFIA No 1 : DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA 	
FOTOGRAFIA No 2 : ETIQUETAS DE ENVASE(S) Y/O EMPAQUE(S) CON LEYENDAS LEGIBLES DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA 	

Anexo N° 2

INFORMACION TECNICA GENERAL	
Esta información debe ir acompañada de la ficha técnica del fabricante en idioma español y la Resolución del Registro Sanitario	
CRITERIO	**OBSERVACION**
No Ítem (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	555
Nombre Técnico del Producto: (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	GASA PRECORTADA NO ESTERIL NO TEJIDA 8 PLIEGUES 7.5 X 7.5CM
No Registro Sanitario:	2013DM-0010024
Vigencia del Registro Sanitario:	24/07/2023
Presentación comercial:	PAQUETE*100
indicar la REFERENCIA OFERTADA (que corresponda a la descripción del ítem ofertado y amparada en el registro sanitario referido)	GASA NO TEJIDA ESTERIL Y NO ESTERIL - MEDICAL SUPPLIES CORP.
Características del Producto: (Describir presentación comercial a entregar, definir si el producto es un kit-set y/o unidad)	PAQUETE*100
Información adicional que desee aportar:	

FOTOGRAFIA No 1 : DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA



FOTOGRAFIA No 2 : ETIQUETAS DE ENVASE(S) Y/O EMPAQUE(S) CON LEYENDAS LEGIBLES DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA



Anexo N° 2

INFORMACION TECNICA GENERAL	
Esta información debe ir acompañada de la ficha técnica del fabricante en idioma español y la Resolución del Registro Sanitario	
CRITERIO	**OBSERVACION**
No Ítem (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	770
Nombre Técnico del Producto: (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	MECHA GINECOLOGIA ESTERIL EN GASA 100%ALGODÓN , PRECORTADA , CON ELEMENTO RADIOPACO
No Registro Sanitario:	INVIMA 2016DM-000062-R1
Vigencia del Registro Sanitario:	2026/06/10
Presentación comercial:	unidad
indicar la REFERENCIA OFERTADA (que corresponda a la descripción del ítem ofertado y amparada en el registro sanitario referido)	**MECHAS PARA DRENAJE - GASA ABSORBENTE 100%ALGODÓN ON**
Características del Producto: (Describir presentación comercial a entregar, definir si el producto es un kit-set y/o unidad)	unidad
Información adicional que desee aportar:	LAS MECHAS PARA DRENAJE SON EMPLEADAS EN LA ABSORCIÓN DE FLUIDOS DURANTE LA CIRUGÍA Y CURACIÓN ASÉPTICA, SE RECOMIENDA HACER UN BUEN LAVADO DE MANOS Y LA UTILIZACIÓN DE GUANTES DESECHABLES

FOTOGRAFIA No 1 : DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LAMUESTRA ENTREGADA




FOTOGRAFIA No 2 : ETIQUETAS DE ENVASE(S) Y/O EMPAQUE(S) CON LEYENDAS LEGIBLES DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA




Anexo N° 2

INFORMACION TECNICA GENERAL	
Esta información debe ir acompañada de la ficha técnica del fabricante en idioma español y la Resolución del Registro Sanitario	
CRITERIO	**OBSERVACION**
No Ítem (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	773
Nombre Técnico del Producto: (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	MONOFILAMENTO DE COPOLIMERO DE POLIGLECAPROMA 25, CALIBRE 3/0, AGUJA CURVACORTANTE DE 17 A 19 MM, DE 3/8 DE CIRCULO, HEBRA DE 70 CM DE LARGO O MÁS
No Registro Sanitario:	INVIMA 2020DM-0006485-R1
Vigencia del Registro Sanitario:	2030/06/26
Presentación comercial:	unidad
indicar la REFERENCIA OFERTADA (que corresponda a la descripción del ítem ofertado y amparada en el registro sanitario referido)	**MONOSYN SUTURA QUIRÚRGICA DE GLICONATO,MONOFILAMENTO ABSORBIBLE**
Características del Producto: (Describir presentación comercial a entregar, definir si el producto es un kit-set y/o unidad)	unidad
Información adicional que desee aportar:	PARA PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS QUE REQUIEREN APROXIMACION Y/O LIGADURA DE TEJIDOS BLANDOS EN GENERAL

FOTOGRAFIA No 1 : DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LAMUESTRA ENTREGADA



FOTOGRAFIA No 2 : ETIQUETAS DE ENVASE(S) Y/O EMPAQUE(S) CON LEYENDAS LEGIBLES DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA



VICRYL* Recubierto

Sutura Absorbible (Poliglactina 910)


Xy
1
(4 Metric)
70 cm
CT-1
1/2 ⊙ 36.4 mm
J 341 H
F. Ob/Gin - C. General
General Closure Ob/Gyn
VICRYL*
(POLIGLACTINA 910)
Violeta, Trançada / Trenzada. Abs.
(POLYGLACTIN 910)
Absorbable Violet Braided
Cont. 36 Unidades / Packs
ESTÉRIL EO
STERILE EO
ETHICON*

VICRYL* Recubierto

Sutura Absorbible (Poliglactina 910)

Sutura

Sutura absorbible **VICRYL* Recubierto** (poliglactina 910).

Tipos

Incoloro y Violeta.

Color Del Material

Violeta; incoloro (natural).

Usos Frecuentes

Aproximación y ligadura de tejidos en:

- Todas las especialidades.

Presentación

Trenzado 8/0 hasta 1

Monofilamento 10/0 hasta 9/0

Retención De La Fuerza Tensil In Vivo

8/0 hasta 1
75% en 2 semanas

50% en 3 semanas

25% en 4 semanas

10/0 hasta 9/0
75% en 2 semanas

40% en 3 semanas

Tiempo De Absorción
Esencialmente completa entre 56-70 días.
Se absorbe por hidrólisis lenta.

Reacción Tisular
Mínima.

Materia Prima
Copolímero de láctido y glicólido recubierto con poliglactina 370 y estearato de calcio.

Color Del Empaque
Violeta.

Calle 9 No. 39-46
PBX: 555 1347
Ext: 1008
www.subredsuroccidente.gov.co
Código Postal: 111611

USS Pablo VI Bosa
USS Fontibón

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

VICRYL* Recubierto

Sutura Absorbible (Poliglactina 910)

Reverso Cortante - PRIME

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
P-3 PRIME 3/8 circ. 13,0 mm  MultiPass*	Incoloro Trenzado	45 cm	JP492G	JP493G	JP494G					
PS-3 PRIME 3/8 circ. 16,0 mm  MultiPass*	Incoloro Trenzado	45 cm		JP500G						
PS-2 PRIME 3/8 circ. 19,0 mm  MultiPass*	Incoloro Trenzado	45 cm			JP496G					
PS-1 PRIME 3/8 circ. 24,0 mm  MultiPass*	Incoloro Trenzado	45 cm				JP683G				
PS-4 PRIME 1/2 circ. 16,0 mm  MultiPass*	Incoloro Trenzado	45 cm	JP505G	JP506G	JP507G					




Reverso Cortante

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SC-20 3/8 circ. 19,0 mm 	Incoloro Trenzado	70 cm		J121H	J122H	J123H				

Calle 9 No. 39-46
PBX: 555 1347
Ext: 1008
www.subredsuroccidente.gov.co
Código Postal: 111611





SC-30 3/8 circ. 30,0 mm	Violeta Trenzado	70 cm				J185H	J186H	J187H		
CP-35 1/2 circ. 36,4 mm Ethipoint	Violeta Trenzado	70 cm					J166H	J167H	J168H	
OS-6 1/2 circ. 36,4 mm	Violeta Trenzado	70 cm							J535H	
OS-8 1/2 circ. 40,0 mm	Violeta Trenzado	70 cm							J536H	



VICRYL* Recubierto

Sutura Absorbible (Poliglactina 910)

Ahusada ⊙

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
UR-6 5/8 circ. 26 mm 	Violeta Trenzado	70 cm					J602H			
UR-5 5/8 circ. 36,4 mm 	Violeta Trenzado	70 cm				J374H	J375H	J376H		
CTX 1/2 circ. 48,0 mm 	Violeta Trenzado	90 cm					J369H	J370H	J371H	
TP-1 1/2 circ. 65,0 mm 	Incoloro Trenzado	2 x 70 cm				J849G				

MICROPOINT Espatula 

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE							
			8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
(2)TG140-8 3/8 circ. 6,5 mm 	Violeta Trenzado	20 cm	J547G							
		30 cm	J548G							
		45 cm		J546G						

Espátula SABRELOC

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
(2)S-14 1/4 circ. 8,0 mm 	Violeta Trenzado	45cm	J570G	J571G						

USO SOLO EN: COLOMBIA VENEZUELA

VICRYL* Recubierto

Sutura Absorbible (Poliglactina 910)


Ahusada ⊙

Aguja	Material	Longitud	CALIBRE							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
RB-1 1/2 circ. 17,0 mm 	Violeta Trenzado	70 cm	J302H	J303H	J304H	J305H				
SH-1 1/2 circ. 22,0 mm 	Violeta Trenzado	70 cm			J310H	J311H				
SH 1/2 circ. 26,0 mm 	Violeta Trenzado	70 cm		J314H	J315H	J316H	J317H	J318H		
CT-2 1/2 circ. 26,0 mm 	Violeta Trenzado	70 cm				J332H	J333H	J334H	J335H	
MH-1 1/2 circ. 31,0 mm 	Violeta Trenzado	70 cm				J134H				
MH 1/2 circ. 36,4 mm	Violeta Trenzado	70 cm				J322H	J323H	J324H		
CT-1 1/2 circ. 36,4 mm 	Violeta Trenzado	70 cm				J338H	J339H	J340H	J341H	
		90 cm					J345H	J346H	J347H	
CT 1/2 circ. 40,0 mm 	Violeta Trenzado	70 cm				J350H	J351H	J352H	J353H	
		90 cm					J357H	J358H	J359H	



Reverso Cortante Recta ▽

			CALIBRE

Aguja	Material	Longitud	4-0	3-0	2-0	0	1	2	3
KS 60,0mm 	Azul Monofilamento	70 cm		J663H					

VENEZUELA

USO SOLO EN: COLOMBIA

Calle 9 No. 39-46
PBX: 555 1347
Ext: 1008
www.subredsuroccidente.gov.co
Código Postal: 111611

B | B R A U N

PRODUCTO	NOVOSYN®
NOMBRE GENERICO	Sutura sintética absorbible de glicolato
MARCA	B. BRAUN
DESCRIPCION	Novosyn® es material de sutura estéril fabricado a partir de un copolimero compuesto por un 90% de glicolato y un 10% de L- lactato. Novosyn esta teñido de violeta con el colorante D&C violeta No.2 para distinguirlo, pero también esta disponible sin teñir en color beige natural. Las suturas trenzadas están tratadas con un recubrimiento sintético absorbible compuesto por una mezcla a partes iguales de un copolimero a base de glicolato y L-lactato y de estereato cálcico, para que puedan deslizarse fácilmente evitando el efecto sierra en su paso a través de los tejidos.
COMPOSICION y COMPONENTES	*Hilo: copolimero compuesto por un 90% de glicolato y un 10% de L-lactato; colorante D&C violeta No.2 (color índex No. 60725). *Aguja: acero inoxidable.
MÉTODO DE ESTERILIZACION	Óxido de etileno
INDICACIONES	Novosyn® esta indicado en aquellos procedimientos que requieren el uso de material de sutura trenzado sintético absorbible, particularmente en la zona gastrointestinal, en ginecología, urología y para ligaduras. también esta indicado para procedimientosoftalmológicos y para microcirugía o para tejidos que están en crecimiento en caso de que prefiera material de sutura absorbible.
CONTRAINDICACIONES, ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES	Novosyn® esta contraindicado en aquellos casos en donde se requiera que la sutura aproxime los bordes de la herida durante un tiempo prolongado (ejemplo: cirugía cardiovascular). **Advertencias:** Novosyn no debe ser reesterilizado. Los envases, dañados o abiertos, no utilizados, deben ser desechados. No debe usarse después de la fecha de caducidad. **Precauciones:** Antes de emplear Novosyn el usuario debe estar familiarizado con los procedimientos y técnicas quirúrgicas aplicables a las suturas absorbibles, ya que el riesgo de deshiscencia de la herida depende de donde se aplique y del tipo de material de sutura usado. Las suturas cutáneas que permanezcan más de 7 días pueden causar una reaccion inflamatoria local por lo que deben ser cortadas o retiradas. Debe considerarse el uso de suturas absorbibles en tejidos poco vascularizados ya que puede haber un rechazo oun retraso en la absorción. Las suturas subcutáneas debe situarse lo más profundamente posible, para reducir el eritema y la induración normalmente asociados al proceso de absorción. **Efectos secundarios:** Como para el resto de los materiales de sutura, el contacto a largo plazo con soluciones salinas, tales como orina y bilis puede causar litiasis. Una infección preexistnte puede afectar negativamente a cualquier sutura absorbible. La degradación de la sutura tambien puede acelerarse ligeramente dependiendo del paciente y de la gravedad de la infección.
RECOMENDACIONES DE USO	Seguir las instrucciones indicadas en los empaques
MÉTODO DE DESECHO	La disposición final del dispositivo una vez utilizado en la institución, se debe realizar de acuerdo a la normativa ambiental aplicable en materia de residuos peligrosos y residuos hospitalarios.
COMPATIBILIDAD CON OTROS DM Y TEC. BIOMEDICA	Compatible

VIDA UTIL	5 AÑOS			**CLASIFICACION DE RIESGO**	III
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2011DM-0008037		**MODALIDAD**	Importar y Vender	**VIGENCIA** 24-oct-2021
TITULAR	B. BRAUN SURGICAL S.A. - ESPAÑA		**FABRICANTE**	B. BRAUN SURGICAL S.A. - ESPAÑA	
REFERENCIAS	Ver Anexo		**DIMENSIONES**	Ver Anexo	
PRESENTACION COMERCIAL	Caja x12, 24 y 36 Unidades.				

	TIPO	MATERIAL	UNIDADES CONTENIDAS	INFORMACIÓN CONTENIDA
ENVASE	Soporte	Cartón	1	Nombre. Descripcion del producto. Lote, fecha de fabricacion y expiracion. Titular, Importador.
EMPAQUE	Sobre	Papel grado medico/Polietileno	1	Nombre. Descripcion del producto. Lote, fecha de fabricacion y expiracion. Titular, Importador.
EMBALAJE	Caja	Cartón	12, 24 y 36	Nombre. Descripcion del producto. Lote, fecha de fabricacion y expiracion. Titular, Importador, registro sanitario.

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD	USP 33, NTC-2267, ISO-10993-7, ISO-11135-1.
CONDICIONES ALMACENAMIENTO	Almacenar a condiciones normales de temperatura.
NÚMERO DE REUSOS RECOMENDADO	Material no reutilizable
BENEFICIOS AMBIENTALES	Los envases, empaques y embalajes de este producto, presentan características de reciclaje a partir de un adecuado proceso de separación en la fuente.

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Firma	Fecha	Firma	Fecha	Firma	Fecha
	2017-04-19		2017-04-19		2017-04-19
Lina Vasquez Analista de asuntos regulatorios	AAAA-MM-DD	Karen Martínez Fortich Jefe Asuntos Regulatorios	AAAA-MM-DD	Félix Santiago Director de Calidad & Asuntos Regulatorios	AAAA-MM-DD

B | B R A U N

FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MEDICOS

PRODUCTO	NOVOSYN®
NOMBRE GENERICO	Sutura sintética absorbible de glicolato
MARCA	B. BRAUN
DESCRIPCION	Novosyn® es material de sutura estéril fabricado a partir de un copolimero compuesto por un 90% de glicolato y un 10% de L- lactato. Novosyn esta teñido de violeta con el colorante D&C violeta No.2 para distinguirlo, pero también esta disponible sin teñir en color beige natural. Las suturas trenzadas están tratadas con un recubrimiento sintético absorbible compuesto por una mezcla a partes iguales de un copolimero a base de glicolato y L-lactato y de estereato cálcico, para que puedan deslizarse fácilmente evitando el efecto sierra en su paso a través de los tejidos.
COMPOSICION y COMPONENTES	*Hilo: copolimero compuesto por un 90% de glicolato y un 10% de L-lactato; colorante D&C violeta No.2 (color índex No. 60725). *Aguja: acero inoxidable.
METODO DE ESTERILIZACION	Oxido de etileno
INDICACIONES	Novosyn® esta indicado en aquellos procedimientos que requieren el uso de material de sutura trenzado sintético absorbible, particularmente en la zona gastrointestinal, en ginecologia, urologia y para ligaduras. también esta indicado para procedimientosoftalmológicos y para microcirugía o para tejidos que están en crecimiento en caso de que prefiera material de sutura absorbible.
CONTRAINDICACIONES, ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES	Novosyn® esta contraindicado en aquellos casos en donde se requiera que la sutura aproxime los bordes de la herida durante un tiempo prolongado (ejemplo: cirugía cardiovascular). **Advertencias:** Novosyn no debe ser reesterilizado. Los envases, dañados o abiertos, no utilizados, deben ser desechados. No debe usarse después de la fecha de caducidad. **Precauciones:** Antes de emplear Novosyn el usuario debe estar familiarizado con los procedimientos y técnicas quirúrgicas aplicables a las suturas absorbibles, ya que el riesgo de deshiscencia de la herida depende de donde se aplique y del tipo de material de sutura usado. Las suturas cutáneas que permanezcan más de 7 días pueden causar una reaccion inflamatoria local por lo que deben ser cortadas o retiradas. Debe considerarse el uso de suturas absorbibles en tejidos poco vascularizados ya que puede haber un rechazo oun retraso en la absorción. Las suturas subcutáneas debe situarse lo más profundamente posible, para reducir el eritema y la induración normalmente asociados al proceso de absorción. **Efectos secundarios:** Como para el resto de los materiales de sutura, el contacto a largo plazo con soluciones salinas, tales como orina y bilis puede causar litiasis. Una infección preexistnte puede afectar negativamente a cualquier sutura absorbible. La degradación de la sutura tambien puede acelerarse ligeramente dependiendo del paciente y de la gravedad de la infección.
RECOMENDACIONES DE USO	Seguir las instrucciones indicadas en los empaques
MÉTODO DE DESECHO	La disposición final del dispositivo una vez utilizado en la institución, se debe realizar de acuerdo a la normativa ambiental aplicable en materia de residuos peligrosos y residuos hospitalarios.
COMPATIBILIDAD CON OTROS DM Y TEC. BIOMEDICA	Compatible

VIDA UTIL	5 AÑOS			**CLASIFICACION DE RIESGO**	III
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2011DM-0008037	**MODALIDAD**	Importar y Vender	**VIGENCIA**	24-oct-2021
TITULAR	B. BRAUN SURGICAL S.A. - ESPAÑA	**FABRICANTE**	B. BRAUN SURGICAL S.A. - ESPAÑA		
REFERENCIAS	Ver Anexo	**DIMENSIONES**	Ver Anexo		
PRESENTACION COMERCIAL	Caja x12, 24 y 36 Unidades.				

ENVASE	**TIPO**	**MATERIAL**	**UNIDADES CONTENIDAS**	**INFORMACIÓN CONTENIDA**
	Soporte	Cartón	1	Nombre. Descripcion del producto. Lote, fecha de fabricacion y expiracion. Titular, Importador.
EMPAQUE	**TIPO**	**MATERIAL**	**UNIDADES CONTENIDAS**	**INFORMACIÓN CONTENIDA**
	Sobre	Papel grado medico/Polietileno	1	Nombre. Descripcion del producto. Lote, fecha de fabricacion y expiracion. Titular, Importador.
EMBALAJE	**TIPO**	**MATERIAL**	**UNIDADES CONTENIDAS**	**INFORMACIÓN CONTENIDA**
	Caja	Cartón	12, 24 y 36	Nombre. Descripcion del producto. Lote, fecha de fabricacion y expiracion. Titular, Importador, registro sanitario.

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD	USP 33, NTC-2267, ISO-10993-7, ISO-11135-1.
CONDICIONES ALMACENAMIENTO	Almacenar a condiciones normales de temperatura.
NÚMERO DE REUSOS RECOMENDADO	Material no reutilizable
BENEFICIOS AMBIENTALES	Los envases, empaques y embalajes de este producto, presentan características de reciclaje a partir de un adecuado proceso deseparación en la fuente.

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Firma	Fecha	Firma	Fecha	Firma	Fecha
	2017-04-19		2017-04-19		2017-04-19
Lina Vasquez Analista de asuntos regulatorios	AAAA-MM-DD	Karen Martínez Fortich Jefe Asuntos Regulatorios	AAAA-MM-DD	Félix Santiago Director de Calidad & Asuntos Regulatorios	AAAA-MM-DD

FICHA TECNICA

PAPEL PARA ESTERILIZACION GRADO MEDICO

MARCA: YIPAK PROCEDENCIA: CHINA



DESCRIPCION: Consiste en rollos y bolsas de papel/film grado médico para esterilización a través de procesos de vapor, óxido de etileno y formaldehido, con indicadores químicos que reaccionan al cumplimiento de los parámetros de cumplimiento del proceso de esterilización. El material del papel es de un espesor de 60 gr y el film otorga una alta resistencia para evitar el rasgado

CARACTERISTICAS:

- Papel grado medico de 60 o 70 gr de espesor
- Film de alta resistencia para facilitar el sellado y evitar desgarros
- Su flexibilidad y composición garantizan un óptimo sellado
- La abertura del material es segura y uniforme por sus características de sellado
- Tiene tres tipos de indicadores para VAPOR, OXIDO DE ETILENO y FORMALDEHIDO
- Libre de látex
- Gran variedad de tamaños, para optimizar el uso acorde con las necesidades del servicio
- Presentaciones en rollo plano o con fuelle (para productos de gran volumen), también se dispone de bolsas auto-sellable

USOS:

Los productos están diseñados para esterilizar dispositivos a través de procesos por Vapor, Oxido de Etileno y/o formaldehido

PRECAUCIONES DE USO:

Verifique que el producto no se encuentre dañado

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna Conocida

TAMAÑOS Y PRESENTACIONES

ROLLO PLANO PAPEL/FILM	ROLLO CON FUELLE PAPEL/FILM	BOLSA AUTOSELLABLE
50 mm x 200 m	75 mm x 100 m	57 mm x 130 mm
75 mm x 200 m	100 mm x 100 m	70 mm x 260 mm
100 mm x 200 m	150 mm x 100 m	90 mm x 260 mm
150 mm x 200 m	200 mm x 100 m	135 mm x 280 mm
200 mm x 200 m	250 mm x 100 m	190 mm x 360 mm
250 mm x 200 m	300 mm x 100 m	200 mm x 320 mm
300 mm x 200 m	350 mm x 100 m	200 mm x 360 mm
350 mm x 200 m	400 mm x 100 m	
400 mm x 200 m		
450 mm x 200 m		
500 mm x 200 m		
550 mm x 200 m		
600 mm x 200 m		



FICHA TECNICA

PAPEL PARA ESTERILIZACION GRADO MEDICO

MARCA: YIPAK PROCEDENCIA: CHINA



DESCRIPCION: Consiste en rollos y bolsas de papel/film grado médico para esterilización a través de procesos de vapor, óxido de etileno y formaldehido, con indicadores químicos que reaccionan al cumplimiento de los parámetros de cumplimiento del proceso de esterilización. El material del papel es de un espesor de 60 gr y el film otorga una alta resistencia para evitar el rasgado

CARACTERISTICAS:

- Papel grado medico de 60 o 70 gr de espesor
- Film de alta resistencia para facilitar el sellado y evitar desgarros
- Su flexibilidad y composición garantizan un óptimo sellado
- La abertura del material es segura y uniforme por sus características de sellado
- Tiene tres tipos de indicadores para VAPOR, OXIDO DE ETILENO y FORMALDEHIDO
- Libre de látex
- Gran variedad de tamaños, para optimizar el uso acorde con las necesidades del servicio
- Presentaciones en rollo plano o con fuelle (para productos de gran volumen), también se dispone de bolsas auto-sellable

USOS:

Los productos están diseñados para esterilizar dispositivos a través de procesos por Vapor, Oxido de Etileno y/o formaldehido

PRECAUCIONES DE USO:

Verifique que el producto no se encuentre dañado

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna Conocida

TAMAÑOS Y PRESENTACIONES

ROLLO PLANO PAPEL/FILM	ROLLO CON FUELLE PAPEL/FILM	BOLSA AUTOSELLABLE
50 mm x 200 m	75 mm x 100 m	57 mm x 130 mm
75 mm x 200 m	100 mm x 100 m	70 mm x 260 mm
100 mm x 200 m	150 mm x 100 m	90 mm x 260 mm
150 mm x 200 m	200 mm x 100 m	135 mm x 280 mm
200 mm x 200 m	250 mm x 100 m	190 mm x 360 mm
250 mm x 200 m	300 mm x 100 m	200 mm x 320 mm
300 mm x 200 m	350 mm x 100 m	200 mm x 360 mm
350 mm x 200 m	400 mm x 100 m	
400 mm x 200 m		
450 mm x 200 m		
500 mm x 200 m		
550 mm x 200 m		
600 mm x 200 m		



FICHA TECNICA

PAPEL PARA ESTERILIZACION GRADO MEDICO

MARCA: YIPAK PROCEDENCIA: CHINA



DESCRIPCION: Consiste en rollos y bolsas de papel/film grado médico para esterilización a través de procesos de vapor, óxido de etileno y formaldehido, con indicadores químicos que reaccionan al cumplimiento de los parámetros de cumplimiento del proceso de esterilización. El material del papel es de un espesor de 60 gr y el film otorga una alta resistencia para evitar el rasgado

CARACTERISTICAS:

- Papel grado medico de 60 o 70 gr de espesor
- Film de alta resistencia para facilitar el sellado y evitar desgarros
- Su flexibilidad y composición garantizan un óptimo sellado
- La abertura del material es segura y uniforme por sus características de sellado
- Tiene tres tipos de indicadores para VAPOR, OXIDO DE ETILENO y FORMALDEHIDO
- Libre de látex
- Gran variedad de tamaños, para optimizar el uso acorde con las necesidades del servicio
- Presentaciones en rollo plano o con fuelle (para productos de gran volumen), también se dispone de bolsas auto-sellable

USOS:

Los productos están diseñados para esterilizar dispositivos a través de procesos por Vapor, Oxido de Etileno y/o formaldehido

PRECAUCIONES DE USO:

Verifique que el producto no se encuentre dañado

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna Conocida

TAMAÑOS Y PRESENTACIONES

ROLLO PLANO PAPEL/FILM	ROLLO CON FUELLE PAPEL/FILM	BOLSA AUTOSELLABLE
50 mm x 200 m	75 mm x 100 m	57 mm x 130 mm
75 mm x 200 m	100 mm x 100 m	70 mm x 260 mm
100 mm x 200 m	150 mm x 100 m	90 mm x 260 mm
150 mm x 200 m	200 mm x 100 m	135 mm x 280 mm
200 mm x 200 m	250 mm x 100 m	190 mm x 360 mm
250 mm x 200 m	300 mm x 100 m	200 mm x 320 mm
300 mm x 200 m	350 mm x 100 m	200 mm x 360 mm
350 mm x 200 m	400 mm x 100 m	
400 mm x 200 m		
450 mm x 200 m		
500 mm x 200 m		
550 mm x 200 m		
600 mm x 200 m		



Medical Supplies Corp

FICHA TÉCNICA	*Código: GT-FH* *Versión: 02* *Fecha: 03-03-15*

GASA PRECORTADA NO ESTERIL	
PRESENTACIONES COMERCIALES	**GASA DOBLE 10X10 BLX100 MS** **GASA 45X90 CT BLX200 MS ESPON-** **JAS EXODONCIA BLX200 MSES-** **PONJAS EXODONCIA SBX8 MS** **GASA 10X10 BLX200 MS** **GASA 10X10 SBX5 MS** **GASA 20X12 SBX10 MS** **GASA 20X12 SBX5 MS** **GASA 45X45 SBX10 MS** **GASA 45X45 SBX5 MS** **GASA 50X20 SBX5 MS** **GASA 5X5 BLX200 MS** **GASA 7.5X7.5 BLX200 MS** **GASA 7.5X7.5 SBX5 MS** **GASA 70X45 BLX100 MS** **GASA DOBLE 10X10 SBX4 MS** **GASA DOBLE 30X20 BLX20 MS** **GASA DOBLE 45X45 BLX20 MS** **GASA NEONATAL 35X20 BLX100 MS** **MECHA NASAL SBX2 MS** **GASA 7.5X7.5 SBX3 MS** **GASA 90X90 CT BLX100 MS** **GASA 60X90 CT BLX150 MS** **GASA DOBLE 7.5X7.5 BLX100 MS** **GASA 7.5X7.5 BLX100 MS** **GASA 20X12 RADIOPACO SBX10** **GASA DOBLE 45X22.5 SBX4 MS**
CARACTERISTICAS ORGANOLÉPTICAS	**ESPECIFICACIONES**
Aspecto	Tela liviana, suave y libre de partículas extrañas.
Color	Blanco
Olor	Inoloro
Composición	Hilaza de algodón
REGISTRO INVIMA	INVIMA 2006DM-0000315R1
TIPO DE GASA	Tipo VII
ANALISIS FISICOQUÍMICO	**ESPECIFICACIONES**
Poder Absorbente (Seg.)	Máximo 30
Residuo de Ignición (%)	Máximo 0,825
Materia Grasa (%)	Máximo 0,7

ELABORADO POR	*REVISADO POR*	*APROBADO POR*
DIONY ANDREA GALLEGO SIERRA	CARLOS MARIO RAYO ECHAVARRIA	JULIANA ARANGO PONCE

Copia controlada

Presencia de almidones y Dextrina	Negativo
Acidez	Negativo
Alcalinidad	Negativo
Cantidad de Hilos x 2,54 cm en la urdimbre	18 a 22
Cantidad de Hilos x 2,54 cm en la trama	10 a 14
ANALISIS MICROBIOLÓGICOS	**ESPECIFICACIONES**
Recuento de microorganismos aerobios mesófilos UFC/g*	500 máx
Recuentos de mohos y levaduras UFC/g*	500 máx
Detección Escherichia coli/g*	Negativo
Detección Pseudomonas aeruginosa /g*	Negativo
Detección Staphylococcus aureus/g*	Negativo
Detección de Salmonella /25g*	Negativo
EMPAQUE PRIMARIO	**ESPECIFICACIONES**
Tipo	Bolsa Plástica Pigmentada
RIESGO CLASE	IIa
USOS	Cubrimiento de heridas. Absorción de exudados, sangre y otros fluidos biológicos
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Mantener en su empaque hasta consumir el producto. Conservar en lugar fresco y seco
DISPOSICION FINAL	No reutilizar. Eliminar como desecho orgánico
LEGISLACION APLICABLE	NTC 2140 y USP VIGENTE

Medical Supplies Corp	*FICHA TÉCNICA*	*Código: FT* *Versión: 01* *Fecha: 01-03-10*

GASA PRECORTADA NO ESTERIL	
REFERENCIA	**GASA NO ESTERIL 45X45 SOBRE X 10 UNIDADES**
CARACTERISTICAS ORGANOLÉPTICAS	**ESPECIFICACIONES**
Aspecto	Tela liviana, suave y libre de partículas extrañas.
Color	Blanco
Olor	Inoloro
Composición	Hilaza de algodón 100%
REGISTRO INVIMA	INVIMA 2006DM-0000315R1
TIPO DE GASA	Tipo VII
ANALISIS FISICOQUÍMICO	**ESPECIFICACIONES**
Poder Absorbente (Seg.)	Máximo 30
Residuo de Ignición (%)	Máximo 0,825
Materia Grasa (%)	Máximo 0,7
Presencia de almidones y Dextrina	Negativo
Acidez	Negativo
Alcalinidad	Negativo
Cantidad de Hilos x 2,54 cm en la urdimbre	18 a 22
Cantidad de Hilos x 2,54 cm en la trama	10 a 14
ANALISIS MICROBIOLÓGICOS	**ESPECIFICACIONES**
Recuento de microorganismos aerobios mesófilos UFC/g*	500 máx
Recuentos de mohos y levaduras UFC/g*	500 máx
Detección Escherichia coli/g*	Negativo
Detección Pseudomonas aeruginosa /g*	Negativo
Detección Staphylococcus aureus/g*	Negativo
Detección de Salmonella /25g*	Negativo
EMPAQUE PRIMARIO	**ESPECIFICACIONES**
Tipo	Papel grado médico
RIESGO CLASE	IIa
USOS	Cubrimiento de heridas. Absorción de exudados, sangre y otros fluidos biológicos
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	Mantener en su empaque hasta consumir el producto. Conservar en lugar fresco y seco
DISPOSICION FINAL	No reutilizar. Eliminar como desecho orgánico
LEGISLACION APLICABLE	NTC 2140 y USP 32

	Nombres y apellidos	*Cargo*	*Firma*
Elaborado y aprobado por	Andrea Gallego Sierra	Directora Técnica	

Copia Controlada

1. DESCRIPCION GENERAL

A. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Esponja de gasa tipo VII estéril biocompatible no causa ningún tipo de reacción y evita cualquier riesgo de infección por estar elaborada 100% en algodón orgánico, precortada y doblada, sin motas bordes raídos o hilos sueltos; Su mayor concentración de tejido la hace altamente absorbente y resistente a la tensión . Con elemento radio opaco que permite un eficaz monitoreo y ubicación en procedimientos quirúrgicos y post-quirúrgicos. Variedad de Tamaños y presentaciones de acuerdo a las necesidades.



B. REGISTRO SANITARIO

INVIMA 2006DM-000062 - Fabricar y vender
(Clasificación del riesgo IIA)

C. VIDA UTIL

4 años después de ser esterilizado.



2. ESPECIFICACIONES

CÓDIGO DE BARRAS	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES	PRESENTACIÓN
770717825145 8	2246	6PLY – 2in x 32in	sobre x 1
770717825383 4	0383	6PLY – 2in x 32in RX	sobre x 1
770717825323 0	0323	6PLY – 2in x 32in RX	sobre x 5
770717825174 8	2421	6PLY – 2in x 12in RX S/R	sobre x 10
770717825149 6	2248	8PLY – 3/8in x 24in NASAL	sobre x 2
770717825319 3	0319	12PLY – 4in x 11in S/R PED.	sobre x 1

COPIA CONTROLADA

3. DATOS DEL FABRICANTE

Nombre de la Compañía: SHERLEG S.A.S.
Dirección: Calle 13 No. 68B- 26
Teléfono: +57-1-4059171
Fax: +57-1-4059179
E-Mail: ventas@sherleg.net
Página Web: www.sherleg.com
Ciudad y País: Bogotá. Colombia (South América)

4. EMPAQUE

Empaque blíster Peel-Back que garantiza la esterilidad y hermeticidad del producto, en condiciones apropiadas de almacenamiento y manipulación.

5. ESTERILIZACIÓN

Producto esterilizado con Óxido de Etileno (ETO).

6. APLICACIONES / INDICACIÓN DE USO

Producto especialmente diseñado para absorción y compresión en cirugía de columna, ginecología, otorrinolaringología, ortopedia y neurocirugía, es usado también en procedimientos de urgencias, hospitalización, consulta externa y especializada.

7. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes directas de aire, luz solar y libre de contaminación.

Se debe disponer de estibas plásticas o inoxidables, que eviten el contacto directo del producto en el piso y paredes.

8. MANIPULACION

- Verificar la fecha de vencimiento del producto.
- Se garantiza el contenido estéril, atoxico, apirogeno, si el envase no ha sido abierto y deteriorado. No use el producto si está sucio o deteriorado.
- Utilícese una sola vez y deséchese.

9. DISPOSICIÓN FINAL

Después que el producto ha sido usado y estado en contacto con alguna secreción del cuerpo humano: Se debe desechar el producto de acuerdo las políticas de la institución, que cumplan a cabalidad con los reglamentos establecidos por el estado.

- Disponerse el producto dentro de un recipiente de plástico rígido con tapa que posea una bolsa de color rojo y debidamente identificado con el anagrama de riesgo biológico y el tipo de residuos que contiene.

COPIA CONTROLADA

- Inactivar los desechos añadiéndoles una solución de Hipoclorito de sodio al 0.5% que recubra los 2/3 del recipiente. Se deja en contacto por 30 minutos, y luego se descarta el líquido por el desagüe con abundante agua.

- Los recipientes Se llenarán hasta 2/3 de su capacidad, para posteriormente inactivarlas, sellarlas y almacenarlos en el centro de acopio de residuos peligrosos de la Institución

10. REFERENCIA

ISO 13485: 2003
ISO 9001: 2008

11. HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

VER ANEXO 1

12. DISTRIBUCIÓN

COMERCIAL, CLIENTES EXTERNOS Y ENTIDADES REGULATORIAS QUE LO REQUIERAN

13. CONTROL DE CAMBIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
FT-007	FICHAS TECNICAS-LINEAS STERISPONGES MECHA DE GASA ESTÉRIL PARA DRENAJE CON ELEMENTO RADIO-OPACO	1	13/02/2011	Documento nuevo
FT-007	FICHAS TECNICAS-LINEAS STERISPONGES MECHA DE GASA ESTÉRIL PARA DRENAJE CON ELEMENTO RADIO-OPACO	0	12/07/2011	Se actualizan las especificaciones de acuerdo a los procesos de fabricación
FT-007	FICHAS TECNICAS-LINEAS STERISPONGES MECHA DE GASA ESTÉRIL PARA DRENAJE CON ELEMENTO RADIO-OPACO	3	18/04/2012	Se añade el control de cambios y el registro de las firmas
FT-010	FICHAS TECNICAS-LINEA STERISPONGES TORUNDAS DE GASA ESTERIL CON ELEMENTO RADIO-OPACO	4	18/03/2013	Se incluye la hoja de seguridad del producto anexo 1
FT-010	FICHAS TECNICAS-LINEA STERISPONGES TORUNDAS DE GASA ESTERIL CON ELEMENTO RADIO-OPACO	5	11/08/2014	Se incluye la foto del material de empaque y del producto, se adicionan los datos del fabricante, se ajustan las especificaciones técnicas de acuerdo a las necesidades de información de los clientes y se ajusta la información de la ficha técnica con el fin de hacerla fácil de revisar.

14. FIRMA

	ELABORÓ	REVISO	APROBÓ
FIRMA	C. CABRA	D. Gomez	E. Tenorio
CARGO	GESTOR DOCUMENTAL	JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	DIRECTORA TÉCNICA
FECHA	11.08.2014.	11/08/2014	11/08/2014

COPIA CONTROLADA

ANEXO 1 – HOJA DE SEGURIDAD PRODUCTOS DE GASA CON RX

SECCION 1: IDENTIFICACIÓN PRODUCTO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

LINEA DE PRODUCTO:	**STERISPONGES**
NOMBRE DEL PRODUCTO:	Producto de Gasa con RX
USOS DEL PRODUCTO :	Material absorbente utilizado en curación para absorción rápida de sangrado y secreciones, cubrimiento de heridas y aplicación de Medicamentos.

DATOS DEL FABRICANTE

Nombre de la Compañía	SHERLEG S.A.S.
Dirección:	Calle 13 No. 68B- 26
Teléfono:	+57-1-4059171
Fax:	+57-1-4059179
E-Mail:	laboratories@sherleg.net
Página Web:	www.sherleg.com
Ciudad y Pais:	Bogotá DC, Colombia (South América)

SECCION 2: COMPONENTES RIESGOSOS

Mezclas:	01% Mezcla Radio-Opaca
Composición:	99% Algodón, No contiene Látex. No es de origen animal.

SECCION 3: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Clasificación de la sustancia o mezcla:	No existe ningún requerimiento obligatorio para etiquetado de acuerdo al Decreto 1609 DE 2002, Norma Técnica Colombiana 1692 y la Guía de respuesta en Caso de Emergencia
Elementos de la Etiqueta/ Advertencias Adicionales en la Etiqueta:	El producto no requiere una etiqueta especial de acuerdo al Decreto 1609 DE 2002, Norma Técnica Colombiana 1692 y la Guía de respuesta en Caso de Emergencia.
Otros Riesgos:	No existen riesgos relevantes para ser mencionados.
Información Adicional de la Etiqueta:	Cumplimiento el Decreto 4725 de 2005, el producto lleva la siguiente información: Nombre del producto, Lote, Fecha de Expiración, Numero de Registro Sanitario, Fabricante y/o importador con domicilió y Leyendas Estéril y Usar Solo Una Vez.

SECCION 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS: Descripción de Medidas de Primeros Auxilios

Después de Contacto con la Piel:	No aplica, dispositivo médico para uso en curación y cirugías.
Después de contacto con los Ojos:	No aplica, dispositivo médico para uso en curación y cirugías.
Después de ingerir:	No aplica

SECCION 5: MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

Medio Apropiado para Apagar el fuego:	Agua. Espuma. Dióxido de Carbono (CO_2). Polvo químico seco
Advertencia para los Bomberos:	Los materiales contra incendio deben ser seleccionados de acuerdo al áreaen el que se encuentre. En caso de Incendio: Utilice equipos de respiración autónoma

SECCION 6: MEDIDAS PARA DESCARGAS ACCIDENTALES

Precauciones personales, equipo de protección	No requiere.
Procedimientos de emergencia:	No requiere.
Precauciones Medio ambientales:	No requiere.
Métodos y materiales para almacenar y limpiar:	Recolectar mecánicamente.
Referente a otras secciones:	No emite sustancias peligrosas.

SECCION 7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Recomendaciones para un manejo seguro	No hay medidas especiales de precaución necesarias.
Recomendación sobre protección contra fuego y explosiones	Manténgase alejado de fuentes de ignición- No fumar.
Información adicional sobre manejo	No hay necesidad de instrucciones de manejo específicas.
Requerimientos para cuartos de almacenamiento y Recipientes	Mantenga el empaque seco y bien sellado para prevenircontaminación y absorción de patógenos.
Recomendaciones en compatibilidad en el almacenamiento	No almacenar junto con: Agentes Oxidantes.
Información Adicional sobre condiciones de almacenamiento	Por favor preste atención a la información en el empaque! Mantener el producto

COPIA CONTROLADA

seco, almacenarse entre 15 y 30°C, a una humedad relativa entre 40% y 7, No exponer a luz solar directa.

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL

Controles de Exposición Ocupacional	No aplica
Medidas de Protección e higiene	Se deben seguir las Precauciones usuales para el manejo de dispositivos médicos estériles.
Precauciones Respiratorias	No aplica
Precauciones de las manos	No se requiere. Se deben seguir las Precauciones usuales para el manejo de dispositivos médicos estériles.
Protección de los ojos	No requiere.
Protección de la Piel	No requiere. Se deben seguir las Precauciones usuales para el manejo de dispositivos médicos estériles.

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Estado físico:	Solido
Color:	Blanco
Olor:	Sin Olor
Método de Análisis	
Valor del PH (at 20 °C):	7 – 7.5
Cambios en el estado físico	
Punto de fusión:	No se Funde
Punto de Reblandecimiento:	No se Ablanda
Punto de Inflamación:	No Aplica
Densidad (at 20C) ca.	1 g/cm³
Información Adicional:	Descomposición Térmica: > 175°C

SECCION 10 : Estabilidad y Reactividad

Condiciones que evitar	Almacenar fuera de las condiciones predeterminadas (ver empaque)
Materiales Incompatibles	Ninguno.
Productos riesgosos de descomposición	Ninguno.
Información Adicional	Prestar atención a la información de la etiqueta.

SECCION 11: Información Toxicológica: información en los Efectos Toxicológicos

Citotoxicidad	No muestra Citotoxicidad. Análisis de acuerdo a ISO 10993-5.
	Irritación y Corrosiva
Efectos Irritantes en la piel	No es irritante. (Conejo.) Análisis de acuerdo a ISO 10993-10.
Efectos Irritantes en los ojos	No irrita. (Conejo.) Análisis de acuerdo a ISO 10993-10.
Efectos de Sensibilización	No hay peligro de sensibilización. (Conejillo de Indias).

SECCION 12: Información Ecológica

Producto Biodegradable

SECCION 13: CONSIDERACIONES PARA DESECHO

Desecho Residuo Bio-sanitario

Después que el producto ha sido usado y estado en contacto con alguna secreción del cuerpo humano: Se debe desechar el producto de acuerdo las políticas de la institución, que cumplan a cabalidad con los reglamentos establecidos por el estado.

- Disponerse el producto dentro de un recipiente de plástico rígido con tapa que posea una bolsa de color rojo y debidamente identificado con el anagrama de riesgo biológico y el tipo de residuos que contiene.
- Inactivar los desechos añadiéndoles una solución de Hipoclorito de sodio al 0.5% que recubra los 2/3 del recipiente. Se deja en contacto por 30 minutos, y luego se descarta el líquido por el desagüe con abundante agua.
- Los recipientes Se llenarán hasta 2/3 de su capacidad, para posteriormente inactivarlas, sellarlas y almacenarlos en el centro de acopio de residuos peligrosos de la Institución

Dispositivo Vencido:

Deben ser devueltos a la Compañía Sherleg S.A.S. para realizar los procedimientos de destrucción, recuperación y/o tratamiento.

SECCION 14: Información y transporte

No es un material peligroso respecto a las regulaciones de transporte.
Hasta que este haya sido usado.

SECCION 15: INFORMACION REGULATORIA

DECRETO 4725 DIC-05 Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano.
RESOLUCION 2511 JUL-95 Por la cual se adopta el manual de normas técnicas de calidad-guías técnicas de análisis para medicamentos, materiales médicos quirúrgicos, cosméticos y productos varios.
RESOLUCION 4816 DIC-08 Por la cual se reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia.

SECCION 16: Información Adicional

El comprador asume toda la responsabilidad para asegurar el uso correcto de este producto, cumpliendo las leyes y políticas de salud, seguridad y medio ambiente. Sherleg S.A.S. no asume ninguna responsabilidad por el daño o perjuicio causado directa o indirectamente o relacionado con el uso del material. La información contenida en esta hoja es desarrollado por Sherleg S.A.S. de acuerdo a lo que supone son recursos eficientes y confiables, y basada en hechos y opiniones existentes a la fecha de elaboración.

COPIA CONTROLADA

B|BRAUN

Versión:1Actualización: 01

FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MÉDICOS

PRODUCTO	MONOSYN					
NOMBRE GENERICO	SUTURA QUIRÚRGICA DE GLICONATO, MONOFILAMENTO ABSORBIBLE					
DESCRIPCIÓN	Monosyn® es una sutura quirúrgica sintética monofilar absorbible y estéril compuesta por un copolímero de glicólido (72%), e-caprolactona (14%) y de trimetilencarbonato (14%). La sutura Monosyn® está disponible teñida en violeta, con el colorante D&C Violeta Nº 2 (aprobado por la FDA), y también está sin teñir en color natural (color beige). Monosyn® cumple todoslos requisitos que estipula la Farmacopea Europea y la Farmacopea de los Estados Unidos en relación a las suturas monofilares sintéticas absorbibles y estériles excepto en pequeñas variaciones de diámetro.					
COMPOSICIÓN	Hilo: Copolimero de glicólico 72%, e-caprolactona 14% y de trimetilencarbonato 14 %. Aguja: en acero inoxidable 420F.					
INDICACIONES DE USO	Monosyn® está indicado en aquellos procedimientos quirúrgicos que requieren la aproximación o ligadura de tejidos blandos en general, pero no en cirugía cardiovascular, ni en neurocirugía. Los usos típicos son: - suturas subcutáneas e intracutáneas - cierre de episiotomía - anastomosis gastrointestinal					
CONTRAINDICACIONES	El uso de la sutura Monosyn® está contraindicado en los casos donde se requiera una aproximación prolongada de los tejidos.					
ADVERTENCIAS	Monosyn® no debe reesterilizarse. Desechar los envases abiertos, no utilizados o dañados. Un solo uso: peligro de infección para el paciente o el usuario y limitación de la función de los productos en caso de reutilización. La contaminación o la función limitada de los productos pueden provocar lesiones, enfermedades e incluso la muerte. El almacenaje no requiere condiciones especiales.					
VIDA ÚTIL	5 AÑOS			**CLASIFICACION DE RIESGO**		III
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2020DM-0006485-R1		**MODALIDAD**	Importar y vender	**VIGENCIA**	26-jun.-2030
TITULAR	B. Braun Surgical S.A.		**FABRICANTE**	B. Braun Surgical S.A.		
REFERENCIAS	VER ANEXO					
PRESENTACION COMERCIAL	CAJA X 12 Y CAJA 36 UNIDADES					
ENVASE	**TIPO**	**MATERIAL**	**UNIDADES CONTENIDAS**	**INFORMACIÓN CONTENIDA**		
	Blister	Papel grado medicoPolietileno	1	Nombre. Descripción del producto. Lote, fecha de fabricación y expiración. Titular		
EMPAQUE	**TIPO**	**MATERIAL**	**UNIDADES CONTENIDAS**	**INFORMACIÓN CONTENIDA**		
	Caja	Cartón celofan	1	Nombre. Descripción del producto. Lote, fecha de fabricación y expiración. Titular		
EMBALAJE	**TIPO**	**MATERIAL**	**UNIDADES CONTENIDAS**	**INFORMACIÓN CONTENIDA**		
	N/A	N/A	N/A	Nombre. Descripción del producto. Lote, fecha de fabricación y expiración. Titular, Importador, registro sanitario.		
CONDICIONES ALMACENAMIENTO	Almacenar a condiciones normales de temperatura.					
MÉTODO DE DESECHO O DISPOSICIÓN FINAL	La disposición final del dispositivo una vez utilizado, se debe realizar de acuerdo a la normativa ambiental aplicable en materia de residuos peligrosos y residuos hospitalarios.					
BENEFICIOS AMBIENTALES	Los empaques y embalajes del producto poseen características de aprovechamiento, tras un adecuado proceso de separación en la fuente.					

B|BRAUN

ANEXO -FICHA TÉCNICA DISPOSITIVOS MEDICOS

Código	Descripción
B0025139	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HRN65(M)
B0025145	MONOSYN QUI UN 2/0(3)150CM HR37/HS26M DDP
B0025146	MONOSYN QUI UN2/0(3)150CM HR37S/HS37SM DDP
B0025261	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3) 90CM HR65(M)
B0025322	MONOSYN QUI UNDY 0 (3,5) 150CM
B2025139	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HRN65(M).RCP
B2025188	MONOSYN QUI UND 0(3,5)90CM 2xHR37S(M.RCP
B2025261	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3)90CM HR65(M).RCP
C0021004	MONOSYN QUI UNDY 1 (4) 45CM
C0025001	MONOSYN QUI UNDYED 5/0 (1) 45CM DS19 (M)
C0025002	MONOSYN QUICK UND 4/0(1.5)45CM DS19(M)
C0025003	MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)45CM DS19(M)
C0025005	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0.7)70CM DS19(M)
C0025006	MONOSYN QUI UNDYED 5/0 (1) 70CM DS19 (M)
C0025007	MONOSYN QUICK UND 4/0(1,5)70CM DS19(M
C0025008	MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)70CM DS19(M)
C0025009	MONOSYN QUI UNDYED 2/0 (3) 70CM DS19 (M)
C0025011	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DS24(M)DDP
C0025012	MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)70CM DS24(M)
C0025013	MONOSYN QUICK UND 2/0 (3)70CM DS24(M)
C0025014	MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)70CM DS30(M)
C0025015	MONOSYN QUICK UND 2/0 (3)70CM DS30(M)
C0025020	MONOSYN QUICK UND 6/0(0.7)45CM DSM P11(M)
C0025021	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM DSM P11(M
C0025023	MONOSYN QUICK UND6/0(0.7)45CM DSM P13M
C0025024	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM DSM P13(M)
C0025025	MONOSYN QUICK UNDY 4/0(1.5)45CM DSM P13M
C0025027	MONOSYN QUI UN. 6/0 (0.7) 45CM DSM P16 (M
C0025028	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM DSM P16(M
C0025029	MONOSYN QUICK UND4/0(1.5)45CM DSM P16M
C0025030	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)45CM DSM P16(M
C0025031	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM DSM P19(M)
C0025032	MONOSYN QUICK UND4/0(1.5)45CM DSM P19M
C0025033	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)45CM DSM P19(M
C0025036	MONOSYN QUICK UND4/0(1.5)70CM DSM P19M
C0025037	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)70CM DSM P19(M
C0025038	MONOSYN QUI UND. 2/0 (3) 70CM DSM P19 (M)
C0025039	MONOSYN QUICK UND4/0(1,5)45CM DSM P24M
C0025040	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)45CM DSM P24(M
C0025042	MONOSYN QUICK UND4/0(1,5)70CM DSM P24M
C0025043	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)70CM DSM P24(M
C0025044	MONOSYN QUI UND. 2/0 (3) 70CM DSM P24 (M)
C0025046	MONOSYN QUI UNDYED 3/0 (2) 70CM FR26 (M)
C0025047	MONOSYN QUICK UND 2/0 (3)70CM FR26(M)

C0025051	MONOSYN QUI UNDYED 5/0 (1) 70CM HR17 (M)

C0025052	MONOSYN QUICK UND 4/0(1.5)70CM HR17(M
C0025053	MONOSYN QUI UNDYED 3/0 (2) 70CM HR17 (M)
C0025057	MONOSYN QUICK UND 4/0(1.5)70CM HR26(M
C0025058	MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)70CM HR26(M)
C0025059	MONOSYN QUICK UND 2/0 (3)70CM HR26(M)
C0025060	MONOSYN QUI UNDYED 0 (3.5) 70CM HR26 (M)
C0025064	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)70CM HR37S(M)
C0025065	MONOSYN QUICK UND 2/0(3)70CM HR37S(M)
C0025066	MONOSYN QUICK UND 0(3,5)70CM HR37S(M)
C0025067	MONOSYN QUICK UND 1 (4) 70CM HR37S(M)
C0025070	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)90CM HR37S(M)
C0025071	MONOSYN QUICK UND 2/0(3)90CM HR37S(M)
C0025072	MONOSYN QUICK UND 0(3.5)90CM HR37S(M)
C0025073	MONOSYN QUICK UND 1 (4) 90CM HR37S(M)
C0025076	MONOSYN QUICK UND 2/0(3)70CM HR40S(M)
C0025077	MONOSYN QUICK UND 0(3,5)70CM HR40S(M)
C0025078	MONOSYN QUICK UND 1 (4)70CM HR40S (M)
C0025080	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)90CM HR40S(M)
C0025082	MONOSYN QUICK UND 0(3,5)90CM HR40S(M)
C0025083	MONOSYN QUICK UND 1(4) 90CM HR40S (M)
C0025086	MONOSYN QUI UNDYED 2/0 (3) 90CM HR48 (M)
C0025087	MONOSYN QUICK UND 0(3,5) 90CM HR48(M)
C0025088	MONOSYN QUICK UND 1(4) 90CM HR48 (M)
C0025091	MONOSYN QUICK UND 2/0(3)90CM HRT37(M)
C0025092	MONOSYN QUI UNDY 0 (3.5)90CM HRT37(M)
C0025093	MONOSYN QUI UNDYED 1 (4) 90CM HRT37 (M)
C0025096	MONOSYN QUICK UND 2/0(3)120CM HRT37(M
C0025101	MONOSYN QUICK UND 4/0(1.5)45CM HSMP15M
C0025103	MONOSYN QUICK UND 2/0(3)70CM HRT37S(M)
C0025107	MONOSYN QUI UNDYED 0(3,5)70CM DS30(M)DDP
C0025108	MONOSYN QUI UNDYED 0(3,5)70CM FR40(M)DDP
C0025109	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM 2XHS37S(MDDP
C0025110	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)70CM DSMP11MDDP
C0025111	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)70CM DSMP13MDDP
C0025112	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM DSMP11(M)DDP
C0025113	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM DSMP13(M)DDP
C0025114	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)45CM GR19(M)
C0025115	MONOSYN QUICK UNDY 4/0(1.5)45CM GR19(M)
C0025118	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM FR36 (M) DDP
C0025119	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM FR36 (M) DDP
C0025125	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)45CM DS16(M)
C0025126	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DS16(M)
C0025130	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DSMP16M
C0025134	MONOSYN QUICK UNDY 6/0(0.7)45CM DS12(M)
C0025135	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)45CM DS12(M)
C0025136	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1.5)45CM DS12(M)
C0025143	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)45CM HS15(M)
C0025152	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)70CM HRT17(M)
C0025160	MONOSYN QUICK UNDY 3/0(2)45CM HR22(M)
C0025165	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HR26S(M)

C0025169	MONOSYN QUICK UNDY 3/0(2)45CM DS12 (M)
C0025172	MONOSYN QUI UNDYED 0(3,5)70CM GS51(M)DDP
C0025173	MONOSYN QUI UNDYED 0(3,5)70CM HRT48(MDDP
C0025174	MONOSYN QUI UNDYED 0(3,5)70CM HS37(M)DDP
C0025175	MONOSYN QUI UNDYED 0(3,5)70CM HR43S(MDDP
C0025176	MONOSYN QUI UNDYED 0(3,5)70CM HR43(M)DDP
C0025177	MONOSYN QUI UNDYED 0(3,5)70CM HRN35(MDDP
C0025180	MONOSYN QUICK UNDY 4/0(1.5)70CM GS51 (M)
C0025181	MONOSYN QUICK UNDY 3/0 (2) 70CM GS51 (M)
C0025182	MONOSYN QUICK UNDY 2/0 (3) 70CM GS51 (M)
C0025186	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2) 70CM GS60(M)DDP
C0025188	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM 2xHR37S(MDDP
C0025189	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)90CM 2xHR37S(MDDP
C0025193	MONOSYN QUICK UNDY 6/0(0,7)45CM HR13 (M)
C0025194	MONOSYN QUICK UNDY 5/0 (1) 45CM HR13 (M)
C0025195	MONOSYN QUICK UNDY 4/0(1,5)45CM HR13 (M)
C0025206	MONOSYN QUICK UNDY 6/0(0.7)70CM HR13M
C0025207	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)70CM HR13(M)
C0025216	MONOSYN QUI UNDY 6/0 (0.7) 45CM HR17(M)
C0025219	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)70CM HR17(M)
C0025225	MONOSYN QUI UNDY 5/0 (1) 45CM HR17(M)
C0025235	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0.7)45CM DRT12(M)
C0025236	MONOSYN QUI UNDY 5/0 (1) 45CM DRT18(M)
C0025245	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1.5)70CM HR22(M)
C0025246	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2) 70CM HR22(M)
C0025247	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR22(M)
C0025256	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HS40S(M)
C0025257	MONOSYN QUI UNDY 1 (4) 90CM HS40S(M)
C0025265	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)90CM HS37S(M)
C0025266	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HS37S(M)
C0025275	MONOSYN QUI UNDY 0 (3,5)90CM HRT48(M)
C0025284	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HRT43(M)
C0025285	MONOSYN QUI UNDY 1 (4) 90CM HRT43(M)
C0025294	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR30(M)
C0025295	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HR30(M)
C0025296	MONOSYN QUI UNDY 1 (4) 70CM HR30(M)
C0025304	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DS12(M)
C0025313	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DRT18(MDDP
C0025314	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM DRT18(M)
C0025317	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3) 150CM
C0025320	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2) 150CM
C0025323	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM DS12 (M)
C0025331	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM DS16(M)
C0025332	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DS16(M)
C0025333	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM DS16 (M)
C0025337	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DSMP13MDDP
C0025342	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM DS24(M)
C0025351	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)45CM DS24(M)
C0025352	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)45CM DS24(M)
C0025361	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR26S(M)DDP

C0025370	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HR43S(M)
C0025379	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM HS18(M)
C0025385	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR26/FR26M
C0025388	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM HS23(M)
C0025389	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)45CM HS23(M)
C0025801	MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)70CM DGM P19
C0025802	MONOSYN QUICK UND 4/0(1,5)45CM DGM P13
C0025803	MONOSYN QUICK UND4/0(1,5)45CM DGM P16
C0025804	MONOSYN QUICK UND4/0(1,5)45CM DGM P19
C0025805	MONOSYN QUICK UND 5/0 (1)45CM DGM P11
C0025806	MONOSYN QUICK UND 5/0 (1)45CM DGM P13
C0025807	MONOSYN QUICK UND6/0(0,7)45CM DGM P11
C0025808	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)45CM DGM P19 DDP
C0025809	MONOSYN QUICK UNDY 3/0(2)45CM DGM P24 DDP
C2025001	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DS19(M)RCP
C2025002	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DS19(M RCP
C2025003	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)45CM DS19(M)RCP
C2025005	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)70CM DS19M).RCP
C2025006	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM DS19(M)RCP
C2025007	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DS19(M)RCP
C2025008	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM DS19(M)RCP
C2025009	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3) 70CM DS19(M)RCP
C2025011	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DS24(M)RCP
C2025012	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM DS24(M)RCP
C2025013	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3)70CM DS24(M)RCP
C2025014	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM DS30(M)RCP
C2025015	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3)70CM DS30(M)RCP
C2025020	MONOSYN QUI UNDY6/0(0,7)45CM DSM P11M.RCP
C2025021	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DSM P11(M.RCP
C2025023	MONOSYN QUI UNDY6/0(0,7)45CM DSM P13M.RCP
C2025024	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DSM P13(M.RCP
C2025025	MONOSYN QUI UNDY4/0(1,5)45CM DSM P13M.RCP
C2025027	MONOSYN QUI UNDY6/0(0,7)45CM DSM P16M.RCP
C2025028	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DSM P16(M.RCP
C2025029	MONOSYN QUI UNDY4/0(1,5)45CM DSM P16M.RCP
C2025030	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)45CM DSM P16(M.RCP
C2025031	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DSM P19(M RCP
C2025032	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DSM P19M RCP
C2025033	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)45CM DSM P19(M)RCP
C2025036	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DSM P19M RCP
C2025037	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM DSM P19(M)RCP
C2025038	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM DSM P19M).RCP
C2025039	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DSM P24M RCP
C2025040	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)45CM DSM P24(M)RCP
C2025042	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DSM P24M RCP
C2025043	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM DSM P24(M)RCP
C2025044	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM DSM P24(M)RCP
C2025046	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM FR26(M).RCP
C2025047	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3)70CM FR26(M).RCP
C2025052	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM HR17(M.RCP

C2025053	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM HR17(M).RCP
C2025057	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM HR26(MRCP
C2025058	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM HR26(M)RCP
C2025059	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3)70CM HR26(M)RCP
C2025060	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HR26(M)RCP
C2025064	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM HR37S(M)RCP
C2025065	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR37S(M)RCP
C2025066	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HR37S(M)RCP
C2025067	MONOSYN QUI UNDY 1 (4) 70CM HR37S(M)RCP
C2025070	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)90CM HR37S(M)RCP
C2025071	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)90CM HR37S(M)RCP
C2025072	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HR37S(M)RCP
C2025073	MONOSYN QUI UNDY 1 (4) 90CM HR37S(M)RCP
C2025076	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR40S(M)RCP
C2025077	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HR40S(M)RCP
C2025078	MONOSYN QUI UNDY 1 (4)70CM HR40S (M)RCP
C2025080	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)90CM HR40S(M)RCP
C2025082	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HR40S(M)RCP
C2025083	MONOSYN QUI UNDY 1(4) 90CM HR40S (M)RCP
C2025086	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3) 90CM HR48(M)RCP
C2025087	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5) 90CM HR48(M)RCP
C2025088	MONOSYN QUI UNDY 1 (4) 90CM HR48 (M) RCP
C2025091	MONOSYN QUICK UND 2/0(3)90CMHRC37S(M)RCP
C2025092	MONOSYN QUICK UND 0(3,5)90CMHRC37S(M)RCP
C2025093	MONOSYN QUICK UNDY 1(4)90CM HRC37S(M)RCP
C2025096	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)120CMHRC37S(M)RCP
C2025101	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CMHSMP15M.RCP
C2025103	MONOSYN QUICK UND2/0(3)70CMHRC37SS(M)RCP
C2025107	MONOSYN QUI UNDY 0 (3,5) 70CM DS30(M)RCP
C2025108	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM FR40(M).RCP
C2025109	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM 2XHS37SM.RCP
C2025110	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)70CMDSMP11M.RCP
C2025111	MONOSYN QUI UND 6/0(0,7)70CM DSMP13M.RCP
C2025112	MONOSYN QUI UND 5/0(1)70CM DSMP11(M).RCP
C2025113	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM DSMP13M).RCP
C2025114	MONOSYN QUI UNDY 5/0 (1)45CM GR19(M).RCP
C2025115	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM GR19(M.RCP
C2025116	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM HR17(M).RCP
C2025118	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM FR36 (M).RCP
C2025119	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM FR36 (M).RCP
C2025125	MONOSYN QUI UNDY 5/0 (1)45CM DS16(M).RCP
C2025126	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DS16M).RCP
C2025130	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CMDSMP16M.RCP
C2025134	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)45CM DS12M).RCP
C2025135	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DS12(M).RCP
C2025136	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DS12M).RCP
C2025143	MONOSYN QUI UNDY 5/0 (1)45CM HS15(M).RCP
C2025152	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)70CMHRC17(M).RCP
C2025160	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2) 45CM HR22(M)RCP
C2025165	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HR26S(M)RCP

C2025169	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)45CM DS12(M).RCP
C2025172	MONOSYN QUI UNDY 0 (3,5)70CM GS51(M).RCP
C2025173	MONOSYN QUI UNDYED 0(3,5)70CM HRC48(MRCP
C2025174	MONOSYN QUI UNDYED 0(3,5)70CM HS37(M)RCP
C2025175	MONOSYN QUI UNDYED 0(3,5)70CM HR43S(MRCP
C2025176	MONOSYN QUI UNDYED 0(3,5)70CM HR43(M)RCP
C2025177	MONOSYN QUI UNDYED 0(3,5)70CM HRN35(MRCP
C2025180	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM GS51M).RCP
C2025181	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM GS51(M).RCP
C2025182	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM GS51(M).RCP
C2025186	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM GS60(M).RCP
C2025189	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)90CM 2XHR37SM.RCP
C2025193	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)45CM HR13M.RCP
C2025194	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM HR13(M).RCP
C2025195	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM HR13M.RCP
C2025206	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)70CM HR13M.RCP
C2025207	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM HR13(M).RCP
C2025216	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)45CM HR17M).RCP
C2025219	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)70CMHR17(M).RCP
C2025225	MONOSYN QUI UNDY 5/0 (1)45CM HR17(M).RCP
C2025235	MONOSYN QUICKUND6/0(0,7)45CMDRC12(M).RCP
C2025236	MONOSYN QUICK UNDY5/0(1)45CMDRC18(M).RCP
C2025245	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM HR22(M)RCP
C2025246	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2) 70CM HR22(M)RCP
C2025247	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR22(M)RCP
C2025256	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HS40S(M)RCP
C2025257	MONOSYN QUI UNDY 1 (4) 90CM HS40S(M)RCP
C2025265	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)90CM HS37S(M)RCP
C2025266	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HS37S(M)RCP
C2025275	MONOSYN QUICK UNDY 0(3,5)90CMHRC48(M)RCP
C2025284	MONOSYN QUICK UNDY 0(3,5)90CMHRC43(M)RCP
C2025285	MONOSYN QUICK UNDY 1(4) 90CM HRC43(M)RCP
C2025294	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR30(M)RCP
C2025295	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HR30(M)RCP
C2025296	MONOSYN QUI UNDY 1 (4) 70CM HR30(M)RCP
C2025304	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DS12M).RCP
C2025313	MONOSYN QUICKUND4/0(1,5)70CMDRC18(M).RCP
C2025314	MONOSYN QUICK UNDY3/0(2)70CMDRC18(M).RCP
C2025323	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM DS12 (M).RCP
C2025331	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM DS16(M).RCP
C2025332	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DS16(M.RCP
C2025333	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM DS16 (M).RCP
C2025337	MONOSYN QUI UND 4/0(1,5)70CM DSMP13M.RCP
C2025342	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM DS24(M)RCP
C2025351	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)45CM DS24(M)RCP
C2025352	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)45CM DS24(M)RCP
C2025361	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR26S(M)RCP
C2025370	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HR43S(M)RCP
C2025379	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM HS18(M).RCP
C2025385	MONOSYN QUI UNDY2/0(3)70CMHR26/FR26M.RCP

C2025388	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM HS23(M)RCP
C2025389	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)45CM HS23(M)RCP
C2025801	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2) 70CM DGMP19 RCP
C2025802	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DGMP13.RCP
C2025803	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DGMP16.RCP
C2025804	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DGMP19 RCP
C2025805	MONOSYN QUI UNDY 5/0 (1)45CM DGMP11 .RCP
C2025806	MONOSYN QUI UNDY 5/0 (1)45CM DGMP13 .RCP
C2025807	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)45CM DGMP11.RCP
C2025808	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)45CM DGMP19 RCP
C2025809	MONOSYN QUICK UNDY 3/0(2)45CM DGMP24 RCP
C2025810	MONOSYN QUICK UNDY 3/0(2)45CM DGMP19 RCP
G0025002	MONOSYN QUICK UND 4/0(1,5)45CM DS19(M)
G0025014	MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)70CM DS30(M)DDP
G0025015	MONOSYN QUICK UND 2/0 (3)70CM DS30(M)DDP
G0025023	MONOSYN QUICK UND6/0(0,7)45CM DSMP13M
G0025024	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM DSMP13(M
G0025025	MONOSYN QUICK UND4/0(1,5)45CM DSMP13M
G0025028	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM DSMP16(M
G0025029	MONOSYN QUICK UND4/0(1,5)45CM DSMP16M
G0025032	MONOSYN QUICK UND4/0(1,5)45CM DSMP19M
G0025033	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)45CM DSMP19(M
G0025037	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)70CM DSMP19(M
G0025038	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM DSMP19(M)
G0025051	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM HR17(M)
G0025052	MONOSYN QUICK UND 4/0(1,5)70CM HR17(M
G0025058	MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)70CM HR26(M)
G0025073	MONOSYN QUICK UND 1 (4) 90CM HR37S(M)
G0025245	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM HR22(M)
G0025246	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2) 70CM HR22(M)
G0025294	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR30(M)
G0025295	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HR30(M)
G0025296	MONOSYN QUI UNDY 1 (4) 70CM HR30(M)
G0025803	MONOSYN QUICK UND4/0(1,5)45CM DGMP16 DDP
G0025804	MONOSYN QUICK UND4/0(1,5)45CM DGMP19 DDP
G0025806	MONOSYN QUICK UND 5/0 (1)45CM DGMP13 DDP
G0025807	MONOSYN QUICK UND6/0(0,7)45CM DGMP11DDP
G2025002	MONOSYN QUICK UND 4/0(1,5)45CM DS19(MRCP
G2025014	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM DS30(M)RCP
G2025015	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3)70CM DS30(M)RCP
G2025020	MONOSYN QUI UNDY6/0(0,7)45CM DSMP11M.RCP
G2025023	MONOSYN QUI UND 6/0(0,7)45CM DSMP13M.RCP
G2025024	MONOSYN QUI UND 5/0(1)45CM DSMP13(M).RCP
G2025025	MONOSYN QUI UND 4/0(1,5)45CM DSMP13M.RCP
G2025028	MONOSYN QUI UND 5/0(1)45CM DSMP16(M).RCP
G2025029	MONOSYN QUI UND 4/0(1,5)45CM DSMP16M.RCP
G2025032	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DSMP19MRCP
G2025033	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)45CM DSMP19(MRCP
G2025036	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DSMP19MRCP
G2025037	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM DSMP19(MRCP

G2025038	MONOSYN QUI UND 2/0(3)70CM DSM P19(M).RCP
G2025042	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DSM P24M RCP
G2025043	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM DSM P24(M RCP
G2025044	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM DSM P24(M)RCP
G2025052	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM HR17(M RCP
G2025057	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM HR26(M RCP
G2025058	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM HR26(M)RCP
G2025082	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HR40S(M)RCP
G2025083	MONOSYN QUI UNDY 1(4) 90CM HR40S (M)RCP
G2025116	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM HR17(M).RCP
G2025180	MONOSYN QUI UND 4/0(1,5)70CM GS51(M).RCP
G2025181	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM GS51(M).RCP
G2025245	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM HR22(M)RCP
G2025246	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2) 70CM HR22(M)RCP
G2025294	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR30(M)RCP
G2025295	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HR30(M)RCP
G2025803	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DGM P16.RCP
G2025804	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DGM P19 RCP
G2025806	MONOSYN QUI UNDY 5/0 (1)45CM DGM P13 .RCP
G2025807	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)45CM DGM P11.RCP
X0025001	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DS19(M)
X0025002	MONOSYN QUICK UND 4/0(1.5)45CM DS19(M
X0025003	MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)45CM DS19(M)
X0025005	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0.7)70CM DS19(M)
X0025006	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM DS19(M)
X0025007	MONOSYN QUICK UND 4/0(1.5)70CM DS19(M
X0025008	MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)70CM DS19(M)
X0025012	MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)70CM DS24(M)
X0025013	MONOSYN QUICK UND 2/0 (3)70CM DS24(M)
X0025015	MONOSYN QUICK UND 2/0 (3)70CM DS30(M)
X0025020	MONOSYN QUICK UND 6/0(0.7)45CM DSM P11M
X0025021	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM DSM P11(M
X0025023	MONOSYN QUICK UND6/0(0.7)45CM DSM P13M
X0025024	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM DSM P13(M
X0025025	MONOSYN QUICK UND4/0(1.5)45CM DSM P13M
X0025027	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)45CM DSM P16(M)
X0025028	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM DSM P16(M
X0025029	MONOSYN QUICK UND4/0(1.5)45CM DSM P16M
X0025030	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)45CM DSM P16(M
X0025031	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM DSM P19(M
X0025032	MONOSYN QUICK UND4/0(1.5)45CM DSM P19M
X0025033	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)45CM DSM P19(M
X0025036	MONOSYN QUICK UND4/0(1.5)70CM DSM P19M
X0025037	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)70CM DSM P19(M
X0025039	MONOSYN QUICK UND4/0(1.5)45CM DSM P24M
X0025040	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)45CM DSM P24(M
X0025042	MONOSYN QUICK UND4/0(1.5)70CM DSM P24M
X0025043	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)70CM DSM P24(M
X0025051	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM HR17(M)
X0025052	MONOSYN QUICK UND 4/0(1.5)70CM HR17(M

X0025053	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2) 70CM HR17(M)
X0025057	MONOSYN QUICK UND 4/0(1.5)70CM HR26(M
X0025058	MONOSYN QUICK UND 3/0 (2)70CM HR26(M)
X0025059	MONOSYN QUICK UND 2/0 (3)70CM HR26(M)
X0025065	MONOSYN QUICK UND 2/0(3)70CM HR37S(M)
X0025067	MONOSYN QUICK UND 1 (4) 70CM HR37S(M)
X0025070	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)90CM HR37S(M)
X0025073	MONOSYN QUICK UND 1 (4) 90CM HR37S(M)
X0025076	MONOSYN QUICK UND 2/0(3)70CM HR40S(M)
X0025077	MONOSYN QUICK UND 0(3.5)70CM HR40S(M)
X0025078	MONOSYN QUICK UND 1 (4)70CM HR40S (M)
X0025080	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)90CM HR40S(M)
X0025082	MONOSYN QUICK UND 0(3.5)90CM HR40S(M)
X0025087	MONOSYN QUICK UND 0(3.5) 90CM HR48(M)
X0025091	MONOSYN QUICK UND 2/0(3)90CM HRT37(M)
X0025101	MONOSYN QUICK UND4/0(1.5)45CM HSMP15M
X0025114	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)45CM GR19(M)
X0025125	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)45CM DS16(M)
X0025126	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1.5)45CM DS16(M)
X0025134	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0.7)45CM DS12(M)
X0025135	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)45CM DS12(M)
X0025136	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1.5)45CM DS12(M)
X0025143	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)45CM HS15(M)
X0025152	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)70CM HRT17(M)
X0025160	MONOSYN QUICK UNDY 3/0(2)45CM HR22(M)
X0025169	MONOSYN QUICK UNDY 3/0(2)45CM DS12(M)
X0025180	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1.5)70CM GS51(M)
X0025182	MONOSYN QUICK UNDY 2/0(3)70CM GS51(M)
X0025193	MONOSYN QUICK UNDY 6/0(0.7)45CM HR13M
X0025194	MONOSYN QUICK UNDY 5/0(1)45CM HR13(M)
X0025195	MONOSYN QUICK UNDY 4/0(1.5)45CM HR13M
X0025216	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0.7)45CM HR17(M)
X0025225	MONOSYN QUI UNDY 5/0 (1) 45CM HR17(M)
X0025235	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0.7)45CM DRT12(M)
X0025236	MONOSYN QUI UNDY 5/0 (1)45CM DRT18(M)
X0025245	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1.5)70CM HR22(M)
X0025246	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2) 70CM HR22(M)
X0025337	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DSMP13M
X2025001	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DS19(M)RCP
X2025002	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DS19(MRCP
X2025003	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)45CM DS19(M)RCP
X2025005	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)70CM DS19M).RCP
X2025006	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM DS19(M)RCP
X2025007	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DS19(MRCP
X2025008	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM DS19(M)RCP
X2025012	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM DS24(M)RCP
X2025013	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3)70CM DS24(M)RCP
X2025015	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3)70CM DS30(M)RCP
X2025020	MONOSYN QUI UNDY6/0(0,7)45CM DSMP11M.RCP
X2025021	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DSMP11(M.RCP

X2025023	MONOSYN QUI UNDY6/0(0,7)45CM DSMP13M.RCP
X2025024	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DSMP13(M.RCP
X2025025	MONOSYN QUI UNDY4/0(1,5)45CM DSMP13M.RCP
X2025027	MONOSYN QUI UNDY6/0(0,7)45CM DSMP16M.RCP
X2025028	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DSMP16(M)RCP
X2025029	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DSMP16MRCP
X2025030	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)45CM DSMP16(M)RCP
X2025031	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DSMP19(M)RCP
X2025032	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DSMP19MRCP
X2025033	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)45CM DSMP19(M)RCP
X2025036	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DSMP19MRCP
X2025037	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM DSMP19(MRCP
X2025039	MONOSYN QUICK UND4/0(1,5)45CM DSMP24MRCP
X2025040	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)45CM DSMP24(MRCP
X2025042	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM DSMP24MRCP
X2025043	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM DSMP24(MRCP
X2025047	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3)70CM FR26(M).RCP
X2025052	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM HR17(MRCP
X2025053	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2) 70CM HR17(M).RCP
X2025057	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM HR26(MRCP
X2025058	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2)70CM HR26(M)RCP
X2025059	MONOSYN QUI UNDY 2/0 (3)70CM HR26(M)RCP
X2025064	MONOSYN QUI UNDY 3/0(2)70CM HR37S(M)RCP
X2025065	MONOSYN QUI UNDY 2/0(3)70CM HR37S(M)RCP
X2025066	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)70CM HR37S(M)RCP
X2025067	MONOSYN QUICK UND 1 (4) 70CM HR37S(M)RCP
X2025072	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HR37S(M)RCP
X2025076	MONOSYN QUICK UND 2/0(3)70CM HR40S(M)RCP
X2025078	MONOSYN QUI UNDY 1 (4)70CM HR40S (M)RCP
X2025080	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)90CM HR40S(M)RCP
X2025082	MONOSYN QUI UNDY 0(3,5)90CM HR40S(M)RCP
X2025087	MONOSYN QUICK UND 0(3,5) 90CM HR48(M)RCP
X2025088	MONOSYN QUI UNDY 1(4) 90CM HR48 (M) RCP
X2025101	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM HSMP15MRCP
X2025114	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM GR19(M).RCP
X2025116	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)70CM HR17(M)RCP
X2025125	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DS16(M)RCP
X2025126	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DS16(M)RCP
X2025134	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)45CM DS12M).RCP
X2025135	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM DS12(M).RCP
X2025136	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM DS12M).RCP
X2025143	MONOSYN QUICK UND 5/0(1)45CM HS15(M).RCP
X2025160	MONOSYN QUICK UNDY 3/0(2)45CM HR22(M)RCP
X2025169	MONOSYN QUICK UND 3/0(2)45CM DS12(M).RCP
X2025180	MONOSYN QUI UND 4/0(1,5)70CM GS51(M).RCP
X2025193	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)45CM HR13M.RCP
X2025194	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1)45CM HR13(M).RCP
X2025195	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)45CM HR13M.RCP
X2025216	MONOSYN QUI UNDY 6/0(0,7)45CM HR17M).RCP
X2025225	MONOSYN QUI UNDY 5/0(1) 45CM HR17(M).RCP

X2025235	MONOSYN QUICKUND6/0(0,7)45CM DRC12(M).RCP
X2025236	MONOSYN QUICK UNDY5/0(1)45CM DRC18(M).RCP
X2025245	MONOSYN QUI UNDY 4/0(1,5)70CM HR22(M)RCP
X2025246	MONOSYN QUI UNDY 3/0 (2) 70CM HR22(M)RCP
X2025337	MONOSYN QUI UND 4/0(1,5)70CM DSMP13M.RCP
B0020017	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 6X45CM
B0020018	MONOSYN VIOLET 1 (4) 6X45CM
B0020028	MONOSYN VIOLET 1 (4) 5X70CM
B0022079	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR48 (M) DDP
B0022269	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HS40 (M) DDP
B0022279	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HS48 (M) DDP
B0022290	MONOSYN VIOLET 1 (4) 140CM HR48 (M)
B0022292	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 150CM HR48 (M)DDP
B0022298	MONOSYN VIOLET 2 (5)120CM HS40 (M) DDP
B0022334	MONOSYN VIOLET 1 (4) 150CM HRT48 (M)
B0022400	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM DRN64 (M)
B0022469	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR40S (M) DDP
B0022490	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR60 (M)
B0022492	MONOSYN VIOLET 2/0(3)90CM HR65 (M)
B0022493	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR76 (M)
B0022494	MONOSYN VIOLET 2 (5) 150CM HR76 (M)
B0022543	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 4X45CM HR37 (M)TO
B0022547	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 4X45CM HR30SS(M)
B0022548	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 4X45CM HR40S(M)TO
B0022554	MONOSYN VIOLET 1 (4) 4X45CM HR48 (M) TO
B0022578	MONOSYN VIOLET 1 (4) 120CM HR48 (M)
B0022760	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR70 (M) DDP
B0023470	MONOSYN UNDYED 1 (4) 120CM HR37S (M)
B0023478	MONOSYN UNDYED 1 (4) 120CM HR48 (M)
B0023479	MONOSYN UNDYED 0 (3.5) 120CM HR48 (M)
B0023809	MONOSYN UNDYED 1 (4) 6X45CM
B0023810	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 6X45CM
B2022079	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR48 (M) .RCP
B2022269	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HS40 (M) .RCP
B2022279	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HS48 (M) .RCP
B2022290	MONOSYN VIOLET 1 (4) 140CM HR48 (M) .RCP
B2022292	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 150CM HR48(M).RCP
B2022298	MONOSYN VIOLET 2 (5)120CM HS40 (M).RCP
B2022334	MONOSYN VIOLET 1 (4) 150CMHRC48 (M) .RCP
B2022400	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM DRN64 (M) .RCP
B2022453	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRN50 (M) .RCP
B2022469	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR40S (M) .RCP
B2022490	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR60 (M) .RCP
B2022492	MONOSYN VIOLET 2/0(3)90CM HR65 (M).RCP
B2022493	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR76 (M) .RCP
B2022494	MONOSYN VIOLET 2 (5) 150CM HR76 (M) .RCP
B2022575	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)70CM 2XGR65(M).RCP
B2022679	MONOSYN VIOLET 3/0(2) 90CM GR65 (M) .RCP
B2022760	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR70 (M).RCP
C0020003	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 3X45CM

C0020004	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 3X45CM
C0020005	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 3X45CM
C0020006	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 3X45CM
C0020007	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 3X45CM
C0020008	MONOSYN VIOLET 1 (4) 3X45CM
C0020014	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 6X45CM
C0020015	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 6X45CM
C0020016	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 6X45CM
C0020024	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 5X70CM
C0020025	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 5X70CM
C0020026	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 5X70CM
C0020027	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 5X70CM
C0020035	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 140CM
C0020036	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 140CM
C0020037	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 140CM
C0020038	MONOSYN VIOLET 1 (4) 140CM
C0022002	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 70CM HR17 (M)
C0022003	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR17 (M)
C0022004	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HR17(M)
C0022005	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR17 (M)
C0022007	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 70CM HR13 (M)
C0022008	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR13 (M)
C0022009	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HR13 (M)
C0022013	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR22 (M)
C0022014	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HR22(M)
C0022015	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR22 (M)
C0022016	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR22 (M)
C0022017	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 30CM HR22 (M)
C0022018	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 30CM HR22 (M)
C0022019	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)4X45CM HR13(M)
C0022022	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 30CM HR26 (M)
C0022023	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 30CM HR26 (M)
C0022024	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HR26 (M)
C0022025	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26 (M)
C0022026	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26 (M)
C0022027	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HR26 (M)
C0022028	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR26 (M)
C0022029	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR26 (M)
C0022034	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HR30 (M)
C0022035	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR30 (M)
C0022036	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR30 (M)
C0022037	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HR30 (M)
C0022038	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR30 (M)
C0022039	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR30 (M)
C0022041	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HR30S (M)
C0022042	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR30S (M)
C0022044	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR37(M)
C0022045	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR37 (M)
C0022046	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR37 (M)
C0022047	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HR37 (M)

C0022048	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR37 (M)
C0022049	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR37 (M)
C0022052	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HS26S(M)
C0022053	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HS26S(M)
C0022055	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR37S (M)
C0022056	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR37S (M)
C0022057	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HR37S (M)
C0022058	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR37S (M)
C0022061	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)4X70CM HR22 TO(M)
C0022062	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM GS60(M)
C0022063	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 75CM GS60(M)
C0022064	MONOSYN VIOL 4/0(1,5)4X70CM HR22B TOM
C0022066	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR40S (M)
C0022067	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HR40S (M)
C0022068	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR40S (M)
C0022069	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR40S (M)
C0022072	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HS26(M)
C0022074	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 120CM HS26 (M)
C0022075	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 120CM HS26S(M)
C0022076	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR48 (M)
C0022077	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 90CM HR48 (M)
C0022078	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR48 (M)
C0022079	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR48 (M)
C0022080	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM HS26(M)
C0022081	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)120CM DS19 (M)
C0022082	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 120CM HS26S(M)DDP
C0022084	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HR26S (M)
C0022085	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26S (M)
C0022086	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26S (M)
C0022087	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HR26S (M)
C0022088	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR26S (M)
C0022089	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR26S (M)
C0022093	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM DR18 (M)
C0022094	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM DR18 (M)
C0022095	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 70CM DR12(M)
C0022096	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM DR12 (M)
C0022098	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 30CM DR22 (M)
C0022100	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DR22 (M)
C0022101	MONOSYN VIOL 3/0 (2) 70CM DR32 (M)
C0022102	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 45CM DS12 (M)
C0022103	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DS12 (M)
C0022104	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 45CM DS12 (M)
C0022106	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DR32 (M)
C0022108	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 120CM HS37S(M)DDP
C0022109	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 70CM DS12 (M)
C0022110	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM DR22 (M)
C0022111	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM DR32 (M)
C0022112	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM DR22 (M)
C0022115	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 45CM DS24 (M)
C0022117	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DR26 (M)

C0022118	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DR26 (M)
C0022121	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM DR26 (M)
C0022123	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7) 70CM HR10 (M)
C0022125	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM DR32 (M)
C0022126	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM DR32 (M)
C0022129	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 120CM DR22
C0022132	MONOSYN VIOLET 7/0 (0,5)45CM HR13(M)
C0022136	MONOSYN VIOLET 1 (4) 120CM HS37S (M)DDP
C0022141	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM DSMP19(M)
C0022151	MONOSYN VIOLET 2/0(3)90CM FR36/FR26(M)
C0022160	MONOSYN VIOLET 5/0(1)4X70CM HR17 TO(M
C0022163	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)75CM DSMP16(M)
C0022204	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM DS19 (M)
C0022205	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DS19 (M)
C0022210	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM DS12 (M)
C0022214	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM DS24 (M)
C0022215	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DS24 (M)
C0022216	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DS24 (M)
C0022217	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM DS24 (M)
C0022218	MONOSYN VIOLET 2/0(3)90CM HR26/FR26(M)
C0022220	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM DS16 (M)
C0022225	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM DS24 (M)
C0022226	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM DS24 (M)
C0022229	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM DR48 (M) DDP
C0022231	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DS30 (M)
C0022232	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM DS30 (M)
C0022233	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM DS30 (M)
C0022234	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HS18 (M)
C0022236	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HS26 (M)
C0022237	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS26 (M)
C0022238	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7) 90CM HR17(M)DDP
C0022239	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DS19(M)
C0022240	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 90CM HR22(M)DDP
C0022241	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HS26S (M)
C0022242	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS26S (M)
C0022243	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HS26S (M)
C0022244	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HS30 (M)
C0022246	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR22 (M) DDP
C0022247	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS37S (M)
C0022248	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HS37S (M)
C0022249	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HS37S (M)
C0022250	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR26 (M) DDP
C0022251	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM DS24 (M) DDP
C0022252	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM DS30 (M) DDP
C0022253	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 45CM DS19(M)
C0022254	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 90CM HS18(M)DDP
C0022255	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HRT26(M) DDP
C0022256	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS37SS (M)
C0022257	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7)120CM HR17(M)DDP
C0022259	MONOSYN VIOLET 5/0 (1)120CM HR17 (M) DDP

C0022262	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)120CM HR17(M)DDP
C0022263	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)120CM HR22(M)DDP
C0022264	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)120CM DS19 (M) DDP
C0022267	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)120CM DS24 (M) DDP
C0022269	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HS40 (M)
C0022279	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HS48 (M)
C0022283	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRN35 (M)
C0022284	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HRN35 (M)
C0022286	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)120CM DS24 (M) DDP
C0022289	MONOSYN VIOLET 0 (3,5)120CM DS24 (M) DDP
C0022291	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)120CM DS30 (M) DDP
C0022293	MONOSYN VIOLET 0 (3,5)120CM DS30 (M) DDP
C0022295	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)120CM HS18(M)DDP
C0022296	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 20CM 2XHR26 (M)
C0022297	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)120CM HS37S (M)DDP
C0022299	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HS26 (M)
C0022300	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)120CM HRT26(M) DDP
C0022301	MONOSYN VIOLET 6/0(0.7)70CM HR13B(M)
C0022304	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HRT26 (M)
C0022305	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HRT26 (M)
C0022306	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRT26 (M)
C0022307	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HRT26 (M)
C0022308	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HRT26 (M)
C0022309	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HS40 (M) DDP
C0022310	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 70CM HRT13 (M)
C0022311	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HRT13 (M)
C0022312	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7)45CM HRT13(M)
C0022314	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HRT37 (M)
C0022315	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HRT37 (M)
C0022316	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRT37 (M)
C0022317	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HRT37 (M)
C0022318	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HRT37 (M)
C0022319	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRT40 (M)
C0022322	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 70CM HRT17 (M)
C0022323	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HRT17 (M)
C0022324	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HRT17 (M)
C0022325	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HRT17 (M)
C0022326	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRT17 (M)
C0022330	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM 2XHRT22(M)
C0022331	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XHRT22 (M)
C0022332	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 90CM HRT48 (M)
C0022333	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRT48 (M)
C0022335	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HRT30 (M)
C0022336	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRT30 (M)
C0022337	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HRT30 (M)
C0022338	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HRT30 (M)
C0022343	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM DRT18 (M)
C0022344	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM DRT18 (M)
C0022349	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM DS30 (M)
C0022354	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM DRT22 (M)

C0022355	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DRT22 (M)
C0022357	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26B(M)
C0022358	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26B(M)
C0022365	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DRT26 (M)
C0022366	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DRT26 (M)
C0022371	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HS37 (M)
C0022376	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DRT32 (M)
C0022377	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM DRT32 (M)
C0022378	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM DRT32 (M)
C0022382	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 70CM DRC10 (M)
C0022392	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 70CM DRC12 (M)
C0022403	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM DRC12 (M)
C0022404	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM 2XHRT26(M)
C0022405	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XHRT26 (M)
C0022406	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 30CM GR19
C0022410	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 30CM GR19
C0022412	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 45CM HR22 (M)
C0022413	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM HR22 (M)
C0022415	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 45CM HR22 (M)
C0022419	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DS16 (M)
C0022420	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 45CM DS16 (M)
C0022421	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 45CM DS16 (M)
C0022422	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 90CM HR26(M)
C0022423	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 90CM HR26 (M)
C0022424	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM HR26 (M)
C0022425	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR26 (M)
C0022426	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR26 (M)
C0022430	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 90CM 2XHRT22(M)
C0022431	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM 2XHRT22 (M)
C0022432	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 45CM DSMP13 (M)
C0022433	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DSMP13 (M)
C0022434	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)45CM DSMP13(M)
C0022435	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XHR30 (M)
C0022436	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM 2XHR30 (M)
C0022438	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRN45 (M)
C0022439	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 90CM HRN35 (M)
C0022440	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XHRT30 (M)
C0022441	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM 2XHRT30 (M)
C0022444	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 45CM DSMP19 (M)
C0022445	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR37 (M)
C0022446	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR37 (M)
C0022447	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 90CM HR37 (M)
C0022448	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR37 (M)
C0022449	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR37 (M)
C0022451	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR37S (M)
C0022453	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRN50 (M)
C0022456	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR37S (M)
C0022457	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 90CM HR37S (M)
C0022458	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR37S (M)
C0022461	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HS37S(M)

C0022466	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR40S (M)
C0022467	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 90CM HR40S (M)
C0022468	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR40S (M)
C0022469	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR40S (M)
C0022477	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 90CM HS37S (M)
C0022478	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HS37S (M)
C0022485	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR26S (M)
C0022486	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR26S (M)
C0022487	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 90CM HR26S (M)
C0022488	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR26S (M)
C0022496	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR30 (M)
C0022497	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 90CM HR30 (M)
C0022501	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5) 4X45 HR17 TO(M)
C0022502	MONOSYN VIOLET 3/0(2)4X45 HR17 TO(M)
C0022503	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DS19(M)
C0022504	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 45CM DS19 (M)
C0022505	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 45CM DS19 (M)
C0022507	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 90CM HRT26 (M)
C0022508	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRT26 (M)
C0022510	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)4X45 HR22 TO(M)
C0022511	MONOSYN VIOLET 3/0(2)4X45 HR22 TO(M)
C0022512	MONOSYN VIOLET 2/0(3) 4X45 HR22 TO(M)
C0022516	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HRT37 (M)
C0022517	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 90CM HRT37 (M)
C0022518	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRT37 (M)
C0022519	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM HR22 (M)
C0022520	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 120CM HR22 (M)
C0022521	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)4X45 HR26 TO(M)
C0022522	MONOSYN VIOLET 3/0(2)4X45 HR26 TO(M)
C0022523	MONOSYN VIOLET 2/0(3) 4X45 HR26 TO(M)
C0022524	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 120CM HR26 (M)
C0022525	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 120CM HR26 (M)
C0022526	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 120CM HR26 (M)
C0022527	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 90CM HRT40 (M)
C0022528	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRT40 (M)
C0022535	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM 2XHR30 (M)
C0022536	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM 2XHR30 (M)
C0022542	MONOSYN VIOLET 2/0(3)4X45 HR37 TO(M)
C0022563	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DSMP16(M)
C0022571	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)4X70 HR26 TO(M)
C0022572	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 4X70 HR26 TO(M)
C0022575	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM 2XGR65(M)
C0022582	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM 2XDR8(M)
C0022585	MONOSYN VIOLET 3/0(2)4X45 HR30 TO(M)
C0022592	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM FR26
C0022601	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)45CM DSMP11(M)
C0022602	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DSMP11(M)
C0022606	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 90CM FR13 (M)
C0022607	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 90CM FR13 (M)
C0022608	MONOSYN VIOLET 7/0(0,5)45CM DSMP13(M)

C0022610	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 90CM FR17 (M)
C0022611	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 90CM FR17 (M)
C0022614	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 90CM FR22 (M)
C0022615	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 90CM FR22 (M)
C0022616	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR17B (M) DD
C0022618	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM FR26 (M)
C0022619	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM FR26 (M)
C0022620	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM FR26 (M)
C0022621	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM FR26 (M)
C0022623	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM 2XHR17B (M)
C0022625	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM FR26 (M)
C0022626	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM 2XHR17B (M
C0022629	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM FR40 (M)
C0022630	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM FR40 (M)
C0022632	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM 2XHR22B (M
C0022633	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 45CM DSMP24(M)
C0022635	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM FR36 (M)
C0022636	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM FR36 (M)
C0022637	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM FR36 (M)
C0022638	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 90CM 2XHR22B (M
C0022639	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XHR22B (M)
C0022643	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR26B (M)
C0022644	MONOSYN VIOLET 7/0(0,5)45CM DSMP11(M)
C0022647	MONOSYN VIOLET 7/0(0,5)45CM DSMP7 (M)
C0022648	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7)45CM DSMP7(M)
C0022649	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XHR26B (M)
C0022650	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM 2XHR26B (M)
C0022654	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM 2XHR26B (M)
C0022655	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM PR13B (M) DD
C0022659	MONOSYN VIOLET 4/0(1.5)70CM HR22B(M)
C0022660	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR22B (M)
C0022661	MONOSYN VIOLETT 2/0 (3) 70CM HR22B(M)
C0022666	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 90CM HRB48 (M)
C0022667	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRB48 (M)
C0022670	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM FR40 (M)
C0022679	MONOSYN VIOLET 3/0(2) 90CM GR65 (M)
C0022685	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DSMP24 (M)
C0022688	MONOSYN VIOLET 4/0(1.5)70CM HR17B(M)
C0022689	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR17B(M)
C0022692	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR43S (M)
C0022693	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR43S(M)
C0022694	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR43 (M)
C0022707	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 90CM HRB37S (M)
C0022708	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRB37S (M)
C0022712	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 30CM SKR19(M)
C0022714	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM SKR19 (M)
C0022715	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 30CM SKR26(M)
C0022716	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 30CM SKR26 (M)
C0022717	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM SKR26 (M)
C0022718	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 120CM SKR26 (M)

C0022721	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 90CM DR12 (M)
C0022724	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM 2XHRT17(M)
C0022725	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XHRT17 (M)
C0022727	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM 2XFR26(M)
C0022729	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM 2XFR36 (M)
C0022730	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM 2XFR36 (M)
C0022731	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 90CM 2XFR36 (M)
C0022734	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM 2XFR26 (M)
C0022735	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XFR26 (M)
C0022736	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM 2XFR26 (M)
C0022740	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM 2XFR26 (M)
C0022741	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 45CM 2XFR26 (M)
C0022775	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)70CM 2XDR18(M)
C0022783	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 30CM DR18 LOOP(M)
C0022790	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XDR26 (M)
C0022800	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM 2XHR13 (M)
C0022801	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 70CM 2XHR13 (M)
C0022803	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM 2XHR17 (M)
C0022804	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM 2XHR17 (M)
C0022805	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XHR17 (M)
C0022810	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 90CM HR17(M)
C0022811	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 90CM HR17(M)
C0022814	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM 2XHR22 (M)
C0022815	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XHR22 (M)
C0022823	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM 2XHR26 (M)
C0022824	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 90CM 2XHR26 (M)
C0022825	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM 2XHR26 (M)
C0022826	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM 2XHR26 (M)
C0022829	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 90CM 2XDR10 (M)
C0022830	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 90CM 2XDR12 (M)
C0022832	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 70CM 2XDRC12(M)
C0022835	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XHR26 (M)
C0022836	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM 2XHR26 (M)
C0022845	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM 2XDRC12 (M)
C0022854	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7) 70CM 2XDR12 (M)
C0022863	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM 2XDR32 (M)
C0022885	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)45CM HR13FF(M)
C0022904	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)90CM DS19 (M)
C0022905	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM DS19 (M)
C0022914	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 90CM 2XHR22 (M)
C0022915	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM 2XHR22 (M)
C0022934	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HRC13B(M)
C0022943	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM HRC17B(M)
C0023001	MONOSYN UNDYED 3/0(2)70CM HR37 (M) DDP
C0023003	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM HR17 (M)
C0023004	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM HR17 (M)
C0023005	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HR17 (M)
C0023006	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HR17 (M)
C0023007	MONOSYN UNDYED 6/0 (0.7) 70CM HR13 (M)
C0023008	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM HR13 (M)

C0023009	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM HR13 (M)
C0023014	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM HR22 (M)
C0023015	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HR22 (M)
C0023016	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HR22 (M)
C0023024	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM HR26 (M)
C0023025	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HR26 (M)
C0023026	MONOSYN UNDY. 2/0 (3) 70CM HR26 (M)
C0023037	MONOSYN UNDYED 0 (3.5) 70CM HR30 (M)
C0023045	MONOSYN UNDYED 0 (3.5) 70CM HR37 (M)
C0023061	MONOSYN UNDY. 1 (4) 70CM HR48 (M)
C0023081	MONOSYN UNDY. 0 (3,5) 90CM HR37S (M)
C0023086	MONOSYN UNDY. 3/0 (2) 90CM HRT37 (M)
C0023094	MONOSYN UNDY. 3/0 (2) 70CM HR37S (M)
C0023102	MONOSYN UNDYED 6/0 (0,7) 45CM DS12(M)
C0023103	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DS12(M)
C0023104	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DS12(M)
C0023114	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DS24(M)
C0023115	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DS24(M)
C0023116	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 45CM DS24(M)
C0023131	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM GS13(M)
C0023156	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM 2XDSMP13(M)
C0023162	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DSMP16(M)
C0023163	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)70CM DSMP16(M)
C0023181	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 70CM DS24(M)
C0023182	MONOSYN UNDYED 1 (4) 70CM DS24(M)
C0023191	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DS39(M)
C0023201	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 45CM DS30(M)
C0023204	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 45CM DS19 (M)
C0023205	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DS19 (M)
C0023207	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM DS30(M)
C0023210	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 90CM DS24(M)
C0023214	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM DS24 (M)
C0023215	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS24 (M)
C0023216	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DS24 (M)
C0023220	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM FS25 (M)
C0023224	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM HS23 (M)
C0023225	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HS23 (M)
C0023226	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS23 (M)
C0023229	MONOSYN UNDYED 0 (3.5) 70CM HS26S (M)
C0023230	MONOSYN UNDYED 1 (4) 70CM HS26S (M)
C0023235	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HS37 (M)
C0023236	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS37 (M)
C0023237	MONOSYN UNDYED 0 (3.5) 70CM HS37 (M)
C0023238	MONOSYN UNDYED 1 (4) 70CM HS37 (M)
C0023239	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HS26 (M)
C0023240	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS26 (M)
C0023243	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS37S (M)
C0023244	MONOSYN UNDYED 0 (3.5) 70CM HS37S (M)
C0023247	MONOSYN UNDYED 0 (3.5) 90CM HS40 (M)
C0023248	MONOSYN UNDYED 1 (4) 90CM HS40 (M)

C0023250	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS30 (M)
C0023251	MONOSYN UNDYED 0 (3.5) 70CM HS30 (M)
C0023258	MONOSYN UNDYED 1 (4) 90CM HS48 (M)
C0023259	MONOSYN UNDYED 0 (3.5) 90CM HS48 (M)
C0023263	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM HS18 (M)
C0023264	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM HS18 (M)
C0023279	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM GS51 (M)
C0023280	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM GS51 (M)
C0023281	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM GS51 (M)
C0023284	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM GS60 (M)
C0023285	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM GS60 (M)
C0023286	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM GS60 (M)
C0023303	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 45CM DS16 (M)
C0023403	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS19 (M)
C0023404	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM DS19 (M)
C0023405	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS19 (M)
C0023406	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DS19 (M)
C0023412	MONOSYN UNDYED 6/0 (0.7) 70CM DS12 (M)
C0023413	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS12 (M)
C0023414	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM DS12 (M)
C0023423	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS16 (M)
C0023424	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM DS16 (M)
C0023425	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS16 (M)
C0023435	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS30 (M)
C0023436	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DS30 (M)
C0023437	MONOSYN UNDYED 0 (3.5) 70CM DS30 (M)
C0023450	MONOSYN UNDYED 0 (3.5) 90CM HRN50 (M)
C0023456	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 90CM HR37S (M)
C0023503	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DS19(M)
C0023506	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 45CM DS19(M)
C0023546	MONOSYN UNDYED 2/0(3)4X70 HR37S TO(M)
C0023562	MONOSYN UNDYED 6/0 (0,7) 45CM DS16(M)
C0023563	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DS16(M)
C0023601	MONOSYN UNDYED 7/0(0,5)45CM DSMP13(M)
C0023602	MONOSYN UNDYED 6/0 (0.7) 45CM DSMP13 (M)
C0023603	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP13 (M)
C0023604	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 45CM DSMP13 (M)
C0023605	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DSMP13 (M)
C0023608	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)45CM HSMP9 (M)
C0023612	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP16S(M)
C0023613	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP16 (M)
C0023614	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 45CM DSMP16 (M)
C0023615	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 45CM HSMP15 (M)
C0023618	MONOSYN UNDY. 0 (3,5) 70CM FR36 (M)
C0023620	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM FR26 (M)
C0023622	MONOSYN UNDY. 3/0 (2) 70CM FR26 (M)
C0023623	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP19 (M)
C0023624	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 45CM DSMP19 (M)
C0023625	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DSMP19 (M)
C0023627	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM DSMP19 (M)

C0023628	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DSMP19 (M)
C0023632	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM DSMP24 (M)
C0023633	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DSMP24 (M)
C0023634	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 45CM DSMP24 (M)
C0023635	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DSMP24 (M)
C0023636	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DSMP24 (M)
C0023637	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 45CM DSMP24 (M)
C0023638	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DSMP24S(M)
C0023641	MONOSYN UNDYED 7/0(0,5)45CM DSMP11(M)
C0023642	MONOSYN UNDYED 6/0 (0.7) 45CM DSMP11 (M)
C0023643	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP11 (M)
C0023647	MONOSYN UNDYED 7/0 (0,5)45CM DSMP7(M)
C0023651	MONOSYN UNDYED 6/0 (0.7) 45CM HSMP9 (M)
C0023674	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 30CM 2XHS18 (M)
C0023701	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DGMP19
C0023702	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DGMP13
C0023703	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DGMP16
C0023704	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DGMP19
C0023705	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DGMP11
C0023706	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DGMP13
C0023707	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DGMP16
C0023708	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DGMP19
C0023709	MONOSYN UNDYED 6/0 (0,7) 45CM DGMP11
C0023710	MONOSYN UNDYED 6/0 (0,7) 45CM DGMP13
C0023711	MONOSYN UNDYED 3/0(2)70CM DGMP16 DS DDP
C0023717	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DGMP24 DDP
C0023811	MONOSYN UNDY. 2/0 (3) 6X45CM
C0023915	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 90CM 2XHR22 (M)
C0023930	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 90CM HR37S (M)
C0023931	MONOSYN UNDYED 3/0 (2)140 HS37S/HR37S(M)
C2022002	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7)70CM HR17(M).RCP
C2022003	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR17 (M).RCP
C2022004	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)70CM HR17(M).RCP
C2022005	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR17 (M).RCP
C2022007	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7)70CM HR13(M).RCP
C2022008	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR13 (M).RCP
C2022009	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)70CM HR13(M).RCP
C2022013	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR22 (M) RCP
C2022014	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR22(M)RCP
C2022015	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR22 (M) RCP
C2022016	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR22 (M) RCP
C2022017	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 30CM HR22 (M).RCP
C2022018	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 30CM HR22(M) .RCP
C2022022	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 30CM HR26 (M).RCP
C2022023	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 30CM HR26 (M).RCP
C2022024	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR26(M)RCP
C2022025	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26 (M) RCP
C2022026	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26 (M) RCP
C2022027	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR26 (M) RCP
C2022028	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR26 (M) RCP

C2022034	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR30(M)RCP
C2022035	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR30 (M) RCP
C2022036	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR30 (M) RCP
C2022037	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR30 (M) RCP
C2022038	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR30 (M) RCP
C2022039	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR30 (M).RCP
C2022041	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR30S (M)RCP
C2022042	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR30S (M) RCP
C2022044	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR37(M)RCP
C2022045	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR37 (M) RCP
C2022046	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR37 (M) RCP
C2022047	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR37 (M) RCP
C2022048	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR37 (M) RCP
C2022049	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR37 (M) .RCP
C2022052	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HS26S(M)RCP
C2022053	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HS26S(M)RCP
C2022055	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR37S (M)RCP
C2022056	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR37S (M)RCP
C2022057	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR37S (M)RCP
C2022058	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR37S (M) RCP
C2022062	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM GS60 (M).RCP
C2022066	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR40S (M)RCP
C2022067	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR40S(M) RCP
C2022068	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR40S (M) RCP
C2022069	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR40S (M) .RCP
C2022072	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HS26(M) RCP
C2022074	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 120CM HS26 (M)RCP
C2022075	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 120CM HS26S(M)RCP
C2022076	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR48 (M) RCP
C2022077	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR48 (M) RCP
C2022078	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR48 (M) RCP
C2022080	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM HS26(M) RCP
C2022081	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)120CM DS19 (M)RCP
C2022082	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 120CM HS26S(M)RCP
C2022084	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)70CM HR26S(M)RCP
C2022085	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26S (M)RCP
C2022086	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26S (M)RCP
C2022087	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR26S (M)RCP
C2022088	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR26S (M) RCP
C2022089	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR26S (M) .RCP
C2022093	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM DR18 (M).RCP
C2022094	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM DR18 (M).RCP
C2022095	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7)70CM DR12(M).RCP
C2022096	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM DR12 (M).RCP
C2022098	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 30CM DR22 (M).RCP
C2022100	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DR22 (M) RCP
C2022101	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DR32 (M) RCP
C2022102	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7)45CM DS12(M).RCP
C2022103	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DS12 (M).RCP
C2022104	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)45CM DS12(M).RCP
C2022106	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DR32 (M) RCP
C2022108	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 120CM HS37S(M)RCP
C2022109	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7)70CM DS12(M).RCP
C2022110	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM DR22 (M)RCP
C2022111	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM DR32(M)RCP

C2022112	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM DR22 (M)RCP
C2022115	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 45CM DS24 (M) RCP
C2022117	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DR26 (M) RCP
C2022118	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DR26 (M) RCP
C2022121	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM DR26 (M)RCP
C2022123	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7)70CM HR10(M).RCP
C2022125	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM DR32 (M) RCP
C2022126	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM DR32 (M) RCP
C2022129	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 120CM DR22 RCP
C2022132	MONOSYN VIOLET 7/0 (0,5)45CM HR13(M).RCP
C2022136	MONOSYN VIOLET 1 (4) 120CM HS37S (M)RCP
C2022141	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM DSMP19(M)RCP
C2022151	MONOSYN VIOLET 2/0(3)90CM FR36/FR26M.RCP
C2022204	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM DS19 (M) RCP
C2022205	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DS19 (M) RCP
C2022210	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM DS12 (M).RCP
C2022214	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM DS24(M)RCP
C2022215	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DS24 (M) RCP
C2022216	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DS24 (M) RCP
C2022217	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM DS24 (M) RCP
C2022218	MONOSYN VIOLET 2/0(3)90CM HR26/FR26M.RCP
C2022220	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM DS16 (M).RCP
C2022225	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM DS24 (M) RCP
C2022226	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM DS24 (M) RCP
C2022229	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM DR48 (M).RCP
C2022231	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DS30 (M) RCP
C2022232	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM DS30 (M) RCP
C2022233	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM DS30 (M) RCP
C2022234	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)70CM HS18(M).RCP
C2022236	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HS26 (M) RCP
C2022237	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS26 (M) RCP
C2022238	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7)90CM HR17(M).RCP
C2022239	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DS19(M)RCP
C2022240	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 90CM HR22(M)RCP
C2022241	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HS26S (M)RCP
C2022242	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS26S (M)RCP
C2022243	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HS26S (M)RCP
C2022246	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR22 (M) RCP
C2022247	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS37S (M)RCP
C2022248	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HS37S (M)RCP
C2022249	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HS37S (M) RCP
C2022250	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR26 (M) RCP
C2022251	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM DS24 (M) RCP
C2022252	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM DS30 (M) RCP
C2022254	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)90CM HS18(M).RCP
C2022255	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HRC26(M) RCP
C2022256	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS37SS(M)RCP
C2022257	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)120CM HR17(M).RCP
C2022259	MONOSYN VIOLET 5/0 (1)120CM HR17 (M).RCP
C2022262	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)120CM HR17(M).RCP
C2022263	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)120CM HR22(M)RCP
C2022264	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)120CM DS19 (M) RCP
C2022267	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)120CM DS24 (M) RCP
C2022283	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRN35 (M)RCP
C2022284	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HRN35 (M)RCP
C2022286	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)120CM DS24 (M) RCP
C2022289	MONOSYN VIOLET 0 (3,5)120CM DS24 (M) RCP
C2022291	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)120CM DS30 (M) RCP
C2022293	MONOSYN VIOLET 0 (3,5)120CM DS30 (M) RCP

C2022295	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)120CM HS18(M).RCP
C2022296	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)20CM 2XHR26(M).RCP
C2022297	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)120CM HS37S (M)RCP
C2022299	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HS26 (M) RCP
C2022300	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)120CM HRC26(M) RCP
C2022301	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)70CM HR13B(M).RCP
C2022304	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5) 70CM HRC26(M)RCP
C2022305	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HRC26 (M)RCP
C2022306	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRC26 (M)RCP
C2022307	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HRC26 (M)RCP
C2022308	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HRC26 (M) RCP
C2022309	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HS40 (M).RCP
C2022310	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7) 70CM HRC13(M).RCP
C2022311	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HRC13 (M).RCP
C2022314	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HRC37S(M)RCP
C2022315	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HRC37S(M)RCP
C2022316	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRC37S(M)RCP
C2022317	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HRC37S(M)RCP
C2022318	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HRC37S (M) RCP
C2022322	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7) 70CM HRC17(M).RCP
C2022323	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HRC17 (M).RCP
C2022324	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5) 70CM HRC17(M).RCP
C2022325	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HRC17 (M).RCP
C2022326	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRC17 (M).RCP
C2022330	MONOSYN VIOLET4/0(1,5)70CM 2XHRC22(M).RCP
C2022331	MONOSYN VIOLET 3/0(2)70CM 2XHRC22(M).RCP
C2022332	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HRC48 (M)RCP
C2022333	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRC48 (M) RCP
C2022335	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HRC30S(M)RCP
C2022336	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRC30S(M)RCP
C2022337	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HRC30S(M)RCP
C2022338	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HRC30S (M) RCP
C2022343	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM DRC18 (M).RCP
C2022344	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5) 70CM DRC18(M).RCP
C2022349	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM DS30 (M) RCP
C2022354	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5) 70CM DRC22(M)RCP
C2022355	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DRC22 (M)RCP
C2022357	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26B(M)RCP
C2022358	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26B(M)RCP
C2022365	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DRC26 (M)RCP
C2022366	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DRC26 (M)RCP
C2022376	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DRC32 (M)RCP
C2022377	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM DRC32 (M)RCP
C2022378	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM DRC32 (M) RCP
C2022382	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)70CM DRC10(M).RCP
C2022392	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)70CM DRC12(M).RCP
C2022403	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM DRC12(M).RCP
C2022404	MONOSYN VIOLET4/0(1,5)70CM 2XHRC26(M).RCP
C2022405	MONOSYN VIOLET 3/0(2) 70CM 2XHRC26(M).RCP
C2022406	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 30CM GR19 (M).RCP
C2022410	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)30CM GR19(M).RCP
C2022412	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7)45CM HR22(M).RCP
C2022413	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM HR22 (M) RCP
C2022415	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 45CM HR22 (M) RCP
C2022419	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DS16 (M).RCP
C2022420	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)45CM DS16 (M).RCP
C2022421	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 45CM DS16 (M).RCP
C2022422	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 90CM HR26(M)RCP
C2022423	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 90CM HR26 (M) RCP

C2022424	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM HR26 (M)RCP
C2022425	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR26 (M) RCP
C2022426	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR26 (M) RCP
C2022430	MONOSYN VIOLET4/0(1,5)90CM 2XHRC22(M).RCP
C2022431	MONOSYN VIOLET 3/0(2) 90CM 2XHRC22(M).RCP
C2022432	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)45CM DSM P13M).RCP
C2022433	MONOSYN VIOLET 5/0 (1)45CM DSM P13(M).RCP
C2022434	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)45CM DSM P13M).RCP
C2022435	MONOSYN VIOLET 3/0(2)70CM 2XHR30 (M).RCP
C2022436	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)70CM 2XHR30(M).RCP
C2022438	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRN45 (M) RCP
C2022439	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HRN35 (M)RCP
C2022440	MONOSYN VIOLET 3/0(2)70CM 2XHRC30(M).RCP
C2022441	MONOSYN VIOLET 2/0(3)70CM 2XHRC30(M).RCP
C2022444	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)45CM DSM P19(M)RCP
C2022445	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR37 (M) RCP
C2022446	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR37 (M) RCP
C2022447	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR37 (M) RCP
C2022448	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR37 (M) RCP
C2022451	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR37S (M)RCP
C2022456	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR37S(M) RCP
C2022457	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR37S (M)RCP
C2022458	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR37S (M) RCP
C2022461	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HS37S(M).RCP
C2022466	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR40S(M) RCP
C2022467	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR40S(M) RCP
C2022468	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR40S (M) RCP
C2022477	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HS37S (M)RCP
C2022478	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HS37S (M) RCP
C2022485	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR26S (M)RCP
C2022486	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR26S (M)RCP
C2022487	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR26S (M)RCP
C2022488	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR26S (M) RCP
C2022496	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR30 (M) RCP
C2022497	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR30 (M) RCP
C2022503	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DS19(M)RCP
C2022504	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)45CM DS19 (M) RCP
C2022505	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 45CM DS19 (M) RCP
C2022507	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HRC26(M) RCP
C2022508	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRC26 (M) RCP
C2022516	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HRC37S(M)RCP
C2022517	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HRC37S(M)RCP
C2022518	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRC37S (M) RCP
C2022519	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM HR22(M) RCP
C2022520	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 120CM HR22 (M)RCP
C2022524	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)120CM HR26(M)RCP
C2022525	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 120CM HR26 (M)RCP
C2022526	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 120CM HR26(M)RCP
C2022527	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HRC40S(M)RCP
C2022528	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRC40S (M) RCP
C2022535	MONOSYN VIOLET 3/0(2)90CM 2XHR30 (M).RCP
C2022536	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)90CM 2XHR30(M).RCP
C2022563	MONOSYN VIOLET 5/0(1) 45CM DSM P16(M).RCP
C2022578	MONOSYN VIOLET 1 (4) 120CM HR48 (M) RCP
C2022582	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM 2XDR8(M).RCP
C2022592	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM FR26 .RCP
C2022601	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)45CM DSM P11M).RCP
C2022602	MONOSYN VIOLET 5/0 (1)45CM DSM P11(M).RCP
C2022606	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 90CM FR13 (M).RCP

C2022607	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)90CM FR13 (M).RCP
C2022608	MONOSYN VIOLET 7/0(0,5)45CM DSM P13M).RCP
C2022610	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 90CM FR17 (M).RCP
C2022611	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)90CM FR17 (M).RCP
C2022614	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 90CM FR22 (M).RCP
C2022615	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)90CM FR22 (M).RCP
C2022616	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR17B(M).RCP
C2022618	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM FR26 (M).RCP
C2022619	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM FR26 (M).RCP
C2022620	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM FR26 (M).RCP
C2022621	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM FR26 (M).RCP
C2022623	MONOSYN VIOLET 5/0(1)70CM 2XHR17B(M).RCP
C2022625	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM FR26 (M).RCP
C2022626	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM 2XHR17BM.RCP
C2022629	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM FR40 (M).RCP
C2022630	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM FR40 (M).RCP
C2022632	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM 2XHR22BM.RCP
C2022635	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM FR36 (M).RCP
C2022636	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM FR36 (M).RCP
C2022637	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM FR36 (M).RCP
C2022638	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)90CM 2XHR22BM.RCP
C2022639	MONOSYN VIOLET 3/0(2)70CM 2XHR22B(M).RCP
C2022643	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)70CM HR26B(M)RCP
C2022644	MONOSYN VIOLET 7/0(0,5)45CM DSM P11M).RCP
C2022647	MONOSYN VIOLET 7/0(0,5)45CM DSM P7(M).RCP
C2022648	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)45CM DSM P7(M).RCP
C2022649	MONOSYN VIOLET 3/0(2)70CM 2XHR26B(M).RCP
C2022650	MONOSYN VIOLET 3/0(2)90CM 2XHR26B(M).RCP
C2022654	MONOSYN VIOLET 2/0(3)70CM 2XHR26B(M).RCP
C2022655	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM PR13B(M).RCP
C2022659	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM HR22B(M)RCP
C2022660	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR22B (M)RCP
C2022661	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR22B(M)RCP
C2022667	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRB48 (M) RCP
C2022670	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM FR40 (M).RCP
C2022685	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DSM P24(M)RCP
C2022688	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM HR17B(M.RCP
C2022689	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)70CM HR17B(M).RCP
C2022707	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HRB37S(M)RCP
C2022708	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRB37S (M) RCP
C2022714	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)120CM SKR19(M).RCP
C2022715	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 30CM SKR26(M).RCP
C2022716	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)30CM SKR26(M) .RCP
C2022717	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)120CM SKR26(M).RCP
C2022718	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)120CM SKR26(M).RCP
C2022724	MONOSYN VIOLET4/0(1,5)70CM 2XHRC17(M).RCP
C2022725	MONOSYN VIOLET 3/0(2) 70CM 2XHRC17(M).RCP
C2022727	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)90CM 2XFR26(M).RCP
C2022729	MONOSYN VIOLET 3/0(2)90CM 2XFR36(M) .RCP
C2022730	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)90CM 2XFR36(M).RCP
C2022731	MONOSYN VIOLET 0 (3,5)90CM 2XFR36(M).RCP
C2022734	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM 2XFR26M).RCP
C2022735	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)70CM 2XFR26(M).RCP
C2022736	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)70CM 2XFR26(M).RCP
C2022740	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)90CM 2XFR26(M).RCP
C2022783	MONOSYN VIOLET 3/0(2)30CM DR18 LOOPM.RCP
C2022790	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)70CM 2XDR26(M).RCP
C2022800	MONOSYN VIOLET 5/0(1)70CM 2XHR13 (M).RCP
C2022801	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)70CM 2XHR13(M).RCP

C2022803	MONOSYN VIOLET 5/0 (1)70CM 2XHR17(M).RCP
C2022804	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM 2XHR17M).RCP
C2022805	MONOSYN VIOLET 3/0(2)70CM 2XHR17 (M).RCP
C2022810	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 90CM HR17 (M).RCP
C2022811	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)90CM HR17(M).RCP
C2022814	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM 2XHR22M).RCP
C2022815	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)70CM 2XHR22(M).RCP
C2022823	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM 2XHR26M).RCP
C2022824	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)90CM 2XHR26M).RCP
C2022825	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)90CM 2XHR26(M).RCP
C2022826	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)90CM 2XHR26(M).RCP
C2022829	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)90CM 2XDR10M).RCP
C2022830	MONOSYN VIOLET 5/0 (1)90CM 2XDR12(M).RCP
C2022832	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)70CM 2XDRC12M.RCP
C2022835	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)70CM 2XHR26(M).RCP
C2022836	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)70CM 2XHR26(M).RCP
C2022845	MONOSYN VIOLET 5/0(1)70CM 2XDRC12(M).RCP
C2022854	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)70CM 2XDR12M).RCP
C2022863	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)70CM 2XDR32(M).RCP
C2022885	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)45CM HR13FFM).RCP
C2022904	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)90CM DS19 (M) RCP
C2022905	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM DS19 (M) RCP
C2022914	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)90CM 2XHR22M).RCP
C2022915	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)90CM 2XHR22(M).RCP
C2022934	MONOSYN VIOLET 5/0 (1)70CM HRC13B(M).RCP
C2022943	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM HRC17B(M).RCP
C2023001	MONOSYN UNDYED 3/0(2)70CM HR37 (M) RCP
C2023003	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM HR17 (M).RCP
C2023004	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5) 70CM HR17(M).RCP
C2023005	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HR17 (M).RCP
C2023006	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HR17 (M).RCP
C2023007	MONOSYN UNDYED 6/0(0,7) 70CM HR13(M).RCP
C2023008	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM HR13 (M).RCP
C2023009	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5) 70CM HR13(M).RCP
C2023014	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM HR22(M)RCP
C2023015	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HR22 (M) RCP
C2023016	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HR22 (M) RCP
C2023024	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM HR26(M)RCP
C2023025	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HR26 (M) RCP
C2023026	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HR26 (M) RCP
C2023037	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 70CM HR30 (M) RCP
C2023045	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 70CM HR37 (M) RCP
C2023081	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 90CM HR37S (M)RCP
C2023086	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 90CM HRC37S(M)RCP
C2023094	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HR37S (M)RCP
C2023102	MONOSYN UNDYED 6/0(0,7) 45CM DS12(M).RCP
C2023103	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DS12(M).RCP
C2023114	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DS24(M)RCP
C2023115	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DS24(M)RCP
C2023116	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 45CM DS24(M)RCP
C2023131	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5)45CM GS13(M).RCP
C2023162	MONOSYN UNDYED 5/0 (1)70CM DSMP16(M).RCP
C2023163	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)70CM DSMP16(M.RCP
C2023181	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 70CM DS24(M)RCP
C2023182	MONOSYN UNDYED 1 (4) 70CM DS24(M) RCP
C2023191	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DS39(M)RCP
C2023201	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 45CM DS30(M)RCP
C2023204	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)45CM DS19 (M) RCP
C2023205	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DS19 (M) RCP

C2023207	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM DS30(M)RCP
C2023210	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 90CM DS24(M)RCP
C2023214	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)70CM DS24 (M) RCP
C2023215	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS24 (M) RCP
C2023216	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DS24 (M) RCP
C2023220	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM FS25 (M).RCP
C2023224	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM HS23(M)RCP
C2023225	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HS23 (M) RCP
C2023226	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS23 (M) RCP
C2023229	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 70CM HS26S (M)RCP
C2023230	MONOSYN UNDYED 1 (4) 70CM HS26S (M) RCP
C2023235	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HS37 (M) RCP
C2023236	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS37 (M) RCP
C2023237	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 70CM HS37 (M) RCP
C2023238	MONOSYN UNDYED 1 (4) 70CM HS37 (M) RCP
C2023239	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HS26 (M) RCP
C2023240	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS26 (M) RCP
C2023243	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS37S (M)RCP
C2023244	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 70CM HS37S (M)RCP
C2023247	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 90CM HS40 (M) RCP
C2023248	MONOSYN UNDYED 1 (4) 90CM HS40 (M) RCP
C2023250	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS30 (M) RCP
C2023251	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 70CM HS30 (M) RCP
C2023258	MONOSYN UNDYED 1 (4) 90CM HS48 (M) RCP
C2023259	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 90CM HS48 (M) RCP
C2023263	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM HS18 (M).RCP
C2023264	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5)70CM HS18(M).RCP
C2023279	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)70CM GS51(M).RCP
C2023280	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM GS51(M).RCP
C2023281	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM GS51 (M).RCP
C2023284	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)70CM GS60 (M).RCP
C2023285	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM GS60 (M).RCP
C2023286	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM GS60 (M).RCP
C2023303	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5)45CM DS16(M).RCP
C2023403	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS19 (M) RCP
C2023404	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)70CM DS19 (M) RCP
C2023405	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS19 (M) RCP
C2023406	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DS19 (M) RCP
C2023412	MONOSYN UNDYED 6/0 (0,7)70CM DS12(M).RCP
C2023413	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS12 (M).RCP
C2023414	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5)70CM DS12(M).RCP
C2023423	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS16 (M).RCP
C2023424	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)70CM DS16 (M).RCP
C2023425	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS16 (M).RCP
C2023435	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS30 (M) RCP
C2023436	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DS30 (M) RCP
C2023437	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 70CM DS30 (M) RCP
C2023456	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 90CM HR37S (M)RCP
C2023470	MONOSYN UNDYED 1 (4) 120CM HR37S (M) RCP
C2023478	MONOSYN UNDYED 1 (4) 120CM HR48 (M) RCP
C2023479	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 120CM HR48 (M)RCP
C2023503	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DS19(M)RCP
C2023506	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 45CM DS19(M)RCP
C2023562	MONOSYN UNDYED 6/0 (0,7)45CM DS16(M).RCP
C2023563	MONOSYN UNDYED 5/0 (1)45CM DS16(M).RCP
C2023601	MONOSYN UNDYED 7/0(0,5)45CM DSMP13M).RCP
C2023602	MONOSYN UNDYED 6/0(0,7)45CM DSMP13M).RCP
C2023603	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP13M).RCP
C2023604	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)45CM DSMP13M).RCP

C2023605	MONOSYN UNDYED 3/0 (2)45CM DSMP13(M).RCP
C2023608	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)45CM HSMP9(M).RCP
C2023612	MONOSYN UNDYED 5/0(1)45CM DSMP16S(M).RCP
C2023613	MONOSYN UNDYED 5/0 (1)45CM DSMP16(M).RCP
C2023614	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)45CM DSMP16(M.RCP
C2023615	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)45CM HSMP15(M.RCP
C2023618	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 70CM FR36 (M).RCP
C2023620	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM FR26 (M).RCP
C2023622	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM FR26 (M).RCP
C2023623	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP19(M)RCP
C2023624	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)45CM DSMP19(M)RCP
C2023625	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DSMP19(M)RCP
C2023627	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)70CM DSMP19(M)RCP
C2023628	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DSMP19(M)RCP
C2023632	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)70CM DSMP24(M)RCP
C2023633	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DSMP24(M)RCP
C2023634	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)45CM DSMP24(M)RCP
C2023635	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DSMP24(M)RCP
C2023636	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DSMP24(M)RCP
C2023637	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 45CM DSMP24(M)RCP
C2023638	MONOSYN UNDYED 3/0 (2)70CM DSMP24S(M)RCP
C2023641	MONOSYN UNDYED 7/0(0,5)45CM DSMP11M).RCP
C2023642	MONOSYN UNDYED 6/0(0,7)45CM DSMP11M).RCP
C2023643	MONOSYN UNDYED 5/0 (1)45CM DSMP11(M).RCP
C2023647	MONOSYN UNDYED 7/0(0,5)45CM DSMP7(M).RCP
C2023651	MONOSYN UNDYED 6/0(0,7)45CM HSMP9(M).RCP
C2023674	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)30CM 2XHS18M).RCP
C2023701	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DGMP19 RCP
C2023702	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DGMP13.RCP
C2023703	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DGMP16.RCP
C2023704	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DGMP19 RCP
C2023705	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DGMP11 .RCP
C2023706	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DGMP13 .RCP
C2023707	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DGMP16.RCP
C2023708	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DGMP19 RCP
C2023709	MONOSYN UNDYED 6/0 (0,7) 45CM DGMP11.RCP
C2023710	MONOSYN UNDYED 6/0 (0,7) 45CM DGMP13.RCP
C2023711	MONOSYN UNDYED 3/0(2)70CM DGMP16 DS .RCP
C2023712	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DGMP19 RCP
C2023713	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DGMP24 RCP
C2023717	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DGMP24 RCP
C2023915	MONOSYN UNDYED 3/0 (2)90CM 2XHR22(M).RCP
C2023930	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 90CM HR37S (M)RCP
G0020005	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 3X45CM
G0020006	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 3X45CM
G0020007	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 3X45CM
G0020008	MONOSYN VIOLET 1 (4) 3X45CM
G0020035	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 140CM
G0020036	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 140CM
G0020037	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 140CM
G0020038	MONOSYN VIOLET 1 (4) 140CM
G0020046	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 250CM ARO
G0020047	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 250CM ARO
G0020048	MONOSYN VIOLET 1 (4) 250CM ARO
G0021246	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 250CM ARO
G0021247	MONOSYN UNDYED 0 (3.5) 250CM ARO
G0022002	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 70CM HR17 (M)
G0022003	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR17 (M)
G0022004	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HR17 (M)

G0022005	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR17 (M)
G0022008	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR13 (M)
G0022014	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HR22 (M)
G0022015	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR22 (M)
G0022024	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HR26 (M)
G0022025	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26 (M)
G0022026	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26 (M)
G0022027	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HR26 (M)
G0022029	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR26 (M)
G0022035	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR30 (M)
G0022036	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR30 (M)
G0022037	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HR30 (M)
G0022039	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR30 (M)
G0022046	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR37 (M)
G0022047	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HR37 (M)
G0022048	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR37 (M)
G0022063	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 75CM GS60(M)
G0022067	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR40S(M)
G0022068	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR40S (M)
G0022076	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR48 (M)
G0022077	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 90CM HR48 (M)
G0022078	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR48 (M)
G0022079	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR48 (M)
G0022082	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 120CM HS26S(M)DDP
G0022086	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26S (M)
G0022104	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 45CM DS12 (M)
G0022108	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 120CM HS37S(M)DDP
G0022110	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM DR22 (M)DDP
G0022117	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DR26 (M) DDP
G0022118	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DR26 (M)
G0022132	MONOSYN VIOLET 7/0 (0,5) 45CM HR13(M)
G0022136	MONOSYN VIOLET 1 (4) 120CM HS37S (M) DDP
G0022204	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM DS19 (M)
G0022205	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DS19 (M)
G0022214	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM DS24 (M)
G0022215	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DS24 (M)
G0022216	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DS24 (M)
G0022217	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM DS24 (M)
G0022225	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM DS24 (M)
G0022226	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM DS24 (M)
G0022231	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DS30 (M)
G0022232	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM DS30 (M)
G0022233	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM DS30 (M)
G0022234	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HS18 (M)
G0022236	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HS26 (M)
G0022237	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS26 (M)
G0022238	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7) 90CM HR17(M)DDP
G0022240	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 90CM HR22(M)DDP
G0022241	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HS26S (M)
G0022242	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS26S (M)
G0022243	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HS26S (M)
G0022244	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HS30 (M)
G0022246	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR22 (M) DDP
G0022247	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS37S (M)
G0022248	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HS37S (M)
G0022249	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HS37S (M)
G0022250	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR26 (M) DDP
G0022251	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM DS24 (M) DDP
G0022252	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM DS30 (M) DDP

G0022254	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 90CM HS18(M)DDP
G0022255	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HRT26(M) DDP
G0022257	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7)120CM HR17(M)DDP
G0022259	MONOSYN VIOLET 5/0 (1)120CM HR17 (M) DDP
G0022262	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)120CM HR17(M)DDP
G0022263	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)120CM HR22(M)DDP
G0022264	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)120CM DS19 (M) DDP
G0022267	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)120CM DS24 (M) DDP
G0022269	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HS40 (M)
G0022286	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)120CM DS24 (M) DDP
G0022289	MONOSYN VIOLET 0 (3,5)120CM DS24 (M) DDP
G0022291	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)120CM DS30 (M) DDP
G0022293	MONOSYN VIOLET 0 (3,5)120CM DS30 (M) DDP
G0022295	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)120CM HS18(M)DDP
G0022297	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)120CM HS37S (M)DDP
G0022299	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HS26 (M)
G0022300	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)120CM HRT26(M) DDP
G0022305	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HRT26 (M)DDP
G0022306	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRT26(M)
G0022309	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HS40 (M) DDP
G0022323	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HRT17 (M)
G0022324	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)70CM HRT17(M)
G0022349	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM DS30 (M)
G0022371	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HS37 (M)
G0022419	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DS16 (M)
G0022422	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 90CM HR26(M)
G0022425	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)90CM HR26 (M)
G0022426	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)90CM HR26 (M)
G0022433	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DSMP13(M)DDP
G0022448	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR37 (M)
G0022461	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HS37S(M)
G0022468	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR40S (M)
G0022504	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 45CM DS19 (M)
G0022519	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM HR22 (M) DD
G0022524	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)120CM HR26 (M)DDP
G0022526	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 120CM HR26 (M)DDP
G0022620	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM FR26 (M)
G0022644	MONOSYN VIOLET 7/0(0,5)45CM DSMP11(M)
G0022803	MONOSYN VIOL 5/0 (1) 70CM 2XHR17 (M)
G0022804	MONOSYN VIOL 4/0(1,5)70CM 2XHR17 (M)
G0022810	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 90CM HR17(M)
G0022811	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 90CM HR17(M)
G0022905	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM DS19 (M)
G0023102	MONOSYN UNDYED 6/0 (0,7) 45CM DS12(M)
G0023103	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DS12(M)
G0023204	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 45CM DS19 (M)
G0023205	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DS19 (M)
G0023210	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 90CM DS24 (M)
G0023214	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM DS24(M)
G0023215	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS24 (M)
G0023216	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DS24 (M)
G0023224	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM HS23(M)
G0023225	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HS23 (M)
G0023235	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HS37 (M)
G0023236	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS37 (M)
G0023237	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 70CM HS37 (M) DDP
G0023238	MONOSYN UNDYED 1 (4) 70CM HS37 (M)
G0023240	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS26 (M)
G0023243	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS37S (M)

G0023248	MONOSYN UNDYED 1 (4) 90CM HS40 (M)
G0023285	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM GS60 (M)
G0023286	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM GS60 (M)
G0023303	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 45CM DS16 (M)
G0023403	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS19 (M)
G0023404	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM DS19 (M)
G0023405	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS19 (M)
G0023412	MONOSYN UNDYED 6/0 (0.7) 70CM DS12 (M)
G0023413	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS12 (M)
G0023423	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS16 (M)
G0023424	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM DS16 (M)
G0023425	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS16 (M)
G0023435	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS30 (M)
G0023437	MONOSYN UNDYED 0 (3.5) 70CM DS30 (M)
G0023601	MONOSYN UNDYED 7/0(0,5)45CM DSMP13(M)
G0023602	MONOSYN UNDYED 6/0 (0.7) 45CM DSMP13 (M)
G0023603	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP13 (M)
G0023604	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 45CM DSMP13 (M)
G0023613	MONOSYN UNDYED 5/0(1)45CM DSMP16(M)
G0023614	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 45CM DSMP16 (M)
G0023623	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP19 (M)
G0023624	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 45CM DSMP19 (M)
G0023625	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DSMP19 (M)
G0023627	MONOSYN UNDYED 4/0(1.5)70CM DSMP19(M)
G0023628	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DSMP19(M)
G0023635	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DSMP24 (M)
G0023636	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DSMP24(M)
G0023641	MONOSYN UNDYED 7/0(0,5)45CM DSMP11(M)
G0023642	MONOSYN UNDYED 6/0 (0.7) 45CM DSMP11 (M)
G0023647	MONOSYN UNDYED 7/0 (0,5)45CM DSMP7(M)
G0023701	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DGMP19 DDP
G0023702	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DGMP13 DDP
G0023703	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DGMP16 DDP
G0023704	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DGMP19 DDP
G0023706	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DGMP13 DDP
G2022002	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7)70CM HR17(M).RCP
G2022003	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR17 (M) RCP
G2022004	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR17(M)RCP
G2022005	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR17 (M) RCP
G2022008	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR13 (M).RCP
G2022014	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR22(M)RCP
G2022015	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR22 (M) RCP
G2022024	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR26(M)RCP
G2022025	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26 (M) RCP
G2022026	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26 (M) RCP
G2022027	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR26 (M) RCP
G2022035	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR30 (M) RCP
G2022036	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR30 (M) RCP
G2022037	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR30 (M) RCP
G2022039	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR30 (M).RCP
G2022046	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR37 (M) RCP
G2022047	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR37 (M) RCP
G2022048	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR37 (M) RCP
G2022049	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR37 (M) .RCP
G2022052	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HS26S(M)RCP
G2022053	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HS26S(M)RCP
G2022067	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR40S(M) RCP
G2022068	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR40S (M) RCP
G2022072	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HS26(M) RCP

G2022074	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 120CM HS26 (M)RCP
G2022075	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 120CM HS26S(M)RCP
G2022076	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR48 (M) RCP
G2022077	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR48 (M) RCP
G2022078	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR48 (M) RCP
G2022079	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR48 (M) .RCP
G2022080	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM HS26(M) RCP
G2022081	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)120CM DS19 (M)RCP
G2022082	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 120CM HS26S(M)RCP
G2022086	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26S (M)RCP
G2022089	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR26S (M).RCP
G2022104	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)45CM DS12(M).RCP
G2022108	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 120CM HS37S(M)RCP
G2022110	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM DR22 (M)RCP
G2022117	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DR26 (M) RCP
G2022118	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DR26 (M) RCP
G2022132	MONOSYN VIOLET 7/0 (0,5)45CM HR13(M).RCP
G2022136	MONOSYN VIOLET 1 (4) 120CM HS37S (M) RCP
G2022204	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM DS19 (M) RCP
G2022205	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DS19 (M) RCP
G2022214	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM DS24(M)RCP
G2022215	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DS24 (M) RCP
G2022216	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DS24 (M) RCP
G2022217	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM DS24 (M) RCP
G2022225	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM DS24 (M) RCP
G2022226	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM DS24 (M) RCP
G2022231	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DS30 (M) RCP
G2022232	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM DS30 (M) RCP
G2022233	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM DS30 (M) RCP
G2022234	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HS18(M)RCP
G2022236	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HS26 (M) RCP
G2022237	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS26 (M) RCP
G2022238	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7)90CM HR17(M).RCP
G2022240	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 90CM HR22(M)RCP
G2022241	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HS26S (M)RCP
G2022242	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS26S (M)RCP
G2022243	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HS26S (M)RCP
G2022246	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR22 (M) RCP
G2022247	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS37S (M)RCP
G2022248	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HS37S (M)RCP
G2022249	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HS37S (M) RCP
G2022250	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR26 (M) RCP
G2022251	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM DS24 (M) RCP
G2022252	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM DS30 (M) RCP
G2022254	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)90CM HS18(M).RCP
G2022255	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HRC26(M) RCP
G2022257	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)120CM HR17(M).RCP
G2022259	MONOSYN VIOLET 5/0 (1)120CM HR17 (M).RCP
G2022262	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)120CM HR17(M).RCP
G2022263	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)120CM HR22(M)RCP
G2022264	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)120CM DS19 (M) RCP
G2022267	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)120CM DS24 (M) RCP
G2022269	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HS40 (M) .RCP
G2022279	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HS48 (M) .RCP
G2022286	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)120CM DS24 (M) RCP
G2022289	MONOSYN VIOLET 0 (3,5)120CM DS24 (M) RCP
G2022291	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)120CM DS30 (M) RCP
G2022293	MONOSYN VIOLET 0 (3,5)120CM DS30 (M) RCP
G2022295	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)120CM HS18(M).RCP

G2022297	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)120CM HS37S (M)RCP
G2022299	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HS26 (M) RCP
G2022300	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)120CM HRC26(M) RCP
G2022304	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5) 70CM HRC26(M)RCP
G2022305	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HRC26 (M)RCP
G2022306	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRC26 (M)RCP
G2022307	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HRC26 (M)RCP
G2022309	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HS40 (M) RCP
G2022322	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7) 70CM HRC17(M).RCP
G2022323	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HRC17 (M).RCP
G2022324	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5) 70CM HRC17(M).RCP
G2022325	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HRC17 (M).RCP
G2022349	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM DS30 (M) RCP
G2022404	MONOSYN VIOLET4/0(1,5)70CM 2XHRC26(M).RCP
G2022419	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DS16 (M) RCP
G2022422	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 90CM HR26(M)RCP
G2022424	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM HR26 (M)RCP
G2022425	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)90CM HR26 (M) RCP
G2022426	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)90CM HR26 (M) RCP
G2022433	MONOSYN VIOLET 5/0 (1)45CM DSMP13(M).RCP
G2022446	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR37 (M) RCP
G2022448	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR37 (M) RCP
G2022461	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HS37S(M).RCP
G2022467	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR40S(M) RCP
G2022468	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR40S (M) RCP
G2022504	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)45CM DS19 (M) RCP
G2022516	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HRC37S(M)RCP
G2022517	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HRC37S(M)RCP
G2022518	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRC37S (M) RCP
G2022519	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM HR22 (M)RCP
G2022524	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)120CM HR26 (M)RCP
G2022525	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 120CM HR26 (M)RCP
G2022526	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 120CM HR26 (M)RCP
G2022620	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM FR26 (M).RCP
G2022644	MONOSYN VIOLET 7/0(0,5)45CM DSMP11M).RCP
G2022647	MONOSYN VIOLET 7/0(0,5)45CM DSMP7(M).RCP
G2022803	MONOSYN VIOL 5/0 (1) 70CM 2XHR17 (M).RCP
G2022804	MONOSYN VIOL 4/0(1,5)70CM 2XHR17 (M).RCP
G2022810	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 90CM HR17 (M).RCP
G2022811	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5)90CM HR17(M).RCP
G2022824	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)90CM 2XHR26M).RCP
G2022825	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)90CM 2XHR26(M).RCP
G2022905	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM DS19 (M) RCP
G2023102	MONOSYN UNDYED 6/0(0,7) 45CM DS12(M).RCP
G2023103	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DS12(M).RCP
G2023204	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)45CM DS19 (M) RCP
G2023205	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DS19 (M) RCP
G2023210	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 90CM DS24 (M)RCP
G2023214	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM DS24(M)RCP
G2023215	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS24 (M) RCP
G2023216	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DS24 (M) RCP
G2023224	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM HS23(M)RCP
G2023225	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HS23 (M) RCP
G2023235	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HS37 (M) RCP
G2023236	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS37 (M)RCP
G2023237	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 70CM HS37 (M) RCP
G2023240	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS26 (M) RCP
G2023243	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS37S (M)RCP
G2023248	MONOSYN UNDYED 1 (4) 90CM HS40 (M) RCP

G2023263	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM HS18 (M) RCP
G2023264	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM HS18(M)RCP
G2023285	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM GS60 (M).RCP
G2023286	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM GS60 (M).RCP
G2023303	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5) 45CM DS16(M).RCP
G2023403	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS19 (M) RCP
G2023404	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)70CM DS19 (M) RCP
G2023405	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS19 (M) RCP
G2023406	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DS19 (M) RCP
G2023412	MONOSYN UNDYED 6/0 (0,7)70CM DS12(M).RCP
G2023413	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS12 (M).RCP
G2023423	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS16 (M) RCP
G2023424	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)70CM DS16 (M) RCP
G2023425	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS16 (M)RCP
G2023435	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS30 (M) RCP
G2023437	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 70CM DS30 (M) RCP
G2023601	MONOSYN UNDY 7/0(0,5)45CM DSMP13(M).RCP
G2023602	MONOSYN UNDYED 6/0(0,7)45CM DSMP13M).RCP
G2023603	MONOSYN UNDYED 5/0 (1)45CM DSMP13(M).RCP
G2023604	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)45CM DSMP13M).RCP
G2023613	MONOSYN UNDYED 5/0(1)45CM DSMP16(M).RCP
G2023614	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)45CM DSMP16(M)RCP
G2023623	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP19(M)RCP
G2023624	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)45CM DSMP19(M)RCP
G2023625	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DSMP19(M)RCP
G2023627	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)70CM DSMP19(M)RCP
G2023628	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DSMP19(M)RCP
G2023635	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DSMP24(M)RCP
G2023636	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DSMP24(M)RCP
G2023641	MONOSYN UNDYED 7/0(0,5)45CM DSMP11M).RCP
G2023642	MONOSYN UNDYED 6/0(0,7)45CM DSMP11M).RCP
G2023647	MONOSYN UNDYED 7/0(0,5)45CM DSMP7(M).RCP
G2023701	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DGMP19 RCP
G2023702	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DGMP13.RCP
G2023703	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DGMP16.RCP
G2023704	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DGMP19 RCP
G2023706	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DGMP13 .RCP
M 0022148	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)8X45CM HR22B(M)TD
M 0022153	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)8X45CM HR26B(M)TD
M 0022260	MONOSYN VIOLET 4/0(1.5)8X45CM HR26TO(M)
M 0022261	MONOSYN VIOLET 3/0(2)8X45CM HR26 TO(M)TD
M 0022287	MONOSYN VIOLET 2/0(3)8X45CM HRB37S TO(M)
M 0022597	MONOSYN VIOLET 0(3.5)8X45CM HR37 TO(M)TD
M 0022622	MONOSYN VIOLET 2/0(3)8X45CM HR17BTO(M)TD
M 0022627	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)8X45CM HR22BTOMTD
M 0022628	MONOSYN VIOLET 3/0(2)8X45CM HR22BTO(M)TD
M 0022645	MONOSYN VIOLET 3/0(2)8X45CM HR26BTO(M)TD
M 0022646	MONOSYN VIOLET 3/0(2)8X70CM HR26BTO(M)TD
M 0022695	MONOSYN VIOLET 4/0(1.5)8X45CM HR22TO(M)
M 0022696	MONOSYN VIOLET 3/0(2)8X45CM HR22 TO(M)TD
M 0022767	MONOSYN VIOLET 0(3.5)8X45CM HR40STO(M)TD
M 0022871	MONOSYN VIOLET 3/0(2)8X45CM HRB26 TO(M)
M 0022880	MONOSYN VIOLET 0(3.5)8X45CM HRB48 TO(M)
M 0022881	MONOSYN VIOLET 1 (4) 8X45CM HRB48 TO(M)
M 0022890	MONOSYN VIOLET 0(3.5)8X45CM HRB37STO(M)
M 0022891	MONOSYN VIOLET 1 (4) 8X45CM HRB37STO(M)
M 0022938	MONOSYN VIOLET 4/0(1.5)8X45CM HR17TO(M)
M 0022939	MONOSYN VIOLET 3/0(2)8X45CM HR17 TO(M)
X0020014	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 6X45CM

X0020026	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 5X70CM
X0020038	MONOSYN VIOLET 1 (4) 140CM
X0022002	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 70CM HR17 (M)
X0022003	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR17 (M)
X0022004	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HR17 (M)
X0022005	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR17 (M)
X0022007	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 70CM HR13 (M)
X0022008	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR13 (M)
X0022014	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HR22 (M)
X0022015	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR22 (M)
X0022016	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR22 (M)
X0022024	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HR26 (M)
X0022025	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26 (M)
X0022026	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26 (M)
X0022027	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HR26 (M)
X0022028	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR26 (M)
X0022029	MONOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR26 (M)
X0022035	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR30 (M)
X0022036	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR30 (M)
X0022037	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HR30 (M)
X0022038	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR30 (M)
X0022045	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR37 (M)
X0022046	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR37 (M)
X0022047	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HR37 (M)
X0022048	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR37 (M)
X0022066	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR40S (M)
X0022067	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HR40S (M)
X0022068	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR40S (M)
X0022078	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR48 (M)
X0022085	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26S (M)
X0022086	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26S (M)
X0022087	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HR26S (M)
X0022088	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR26S (M)
X0022094	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM DR18 (M)
X0022100	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DR22 (M)
X0022117	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DR26 (M)
X0022118	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DR26 (M)
X0022204	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM DS19 (M)
X0022205	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DS19 (M)
X0022215	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DS24 (M)
X0022216	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DS24 (M)
X0022231	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DS30 (M)
X0022241	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HS26S (M)
X0022247	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS37S (M)
X0022249	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HS37S (M)
X0022304	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HRT26 (M)
X0022310	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7)70CM HRT13(M)
X0022316	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRT37 (M)
X0022317	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM HRT37 (M)
X0022318	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HRT37 (M)
X0022322	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 70CM HRT17 (M)
X0022323	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HRT17 (M)
X0022324	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM HRT17 (M)
X0022325	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HRT17 (M)
X0022343	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM DRT18 (M)
X0022355	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DRT22 (M)
X0022392	MONOSYN VIOLET 6/0 (0.7) 70CM DRC12 (M)
X0022403	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM DRC12 (M)
X0022419	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DS16 (M)

X0022425	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR26 (M)
X0022426	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR26 (M)
X0022433	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DSMP13(M)
X0022434	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 45CM DSMP13 (M)
X0022435	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XHR30 (M)
X0022444	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)45CM DSMP19(M)
X0022446	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR37 (M)
X0022447	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 90CM HR37 (M)
X0022466	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR40S (M)
X0022467	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 90CM HR40S (M)
X0022468	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR40S (M)
X0022488	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR26S (M)
X0022504	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 45CM DS19 (M)
X0022511	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 4X45CM HR22 (M)TO
X0022517	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 90CM HRT37 (M)
X0022518	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRT37 (M)
X0022528	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRT40 (M)
X0022619	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM FR26 (M)
X0022621	MONOSYN VIOLET 0 (3.5) 70CM FR26 (M)
X0022629	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM FR40 (M)
X0022783	MONOSYN VIOLET 3/0(2)30CM DR18 LOOP(M)
X0022801	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)70CM 2XHR13(M)
X0022803	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM 2XHR17 (M)
X0022804	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM 2XHR17 (M)
X0022814	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 70CM 2XHR22 (M)
X0022815	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XHR22 (M)
X0022824	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 90CM 2XHR26 (M)
X0022825	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM 2XHR26 (M)
X0022826	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM 2XHR26 (M)
X0022835	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XHR26 (M)
X0022836	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM 2XHR26 (M)
X0022914	MONOSYN VIOLET 4/0 (1.5) 90CM 2XHR22 (M)
X0022915	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM 2XHR22 (M)
X0023204	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 45CM DS19 (M)
X0023205	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DS19 (M)
X0023214	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM DS24 (M)
X0023215	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS24 (M)
X0023216	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DS24 (M)
X0023224	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM HS23 (M)
X0023225	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HS23 (M)
X0023226	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS23 (M)
X0023236	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS37 (M)
X0023238	MONOSYN UNDYED 1 (4) 70CM HS37 (M)
X0023239	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HS26 (M)
X0023240	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS26 (M)
X0023248	MONOSYN UNDYED 1 (4) 90CM HS40 (M)
X0023250	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS30 (M)
X0023251	MONOSYN UNDYED 0 (3.5) 70CM HS30 (M)
X0023259	MONOSYN UNDYED 0 (3.5) 90CM HS48 (M)
X0023263	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM HS18 (M)
X0023264	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM HS18 (M)
X0023280	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM GS51 (M)
X0023281	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM GS51 (M)
X0023284	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM GS60 (M)
X0023285	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM GS60 (M)
X0023403	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS19 (M)
X0023404	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM DS19 (M)
X0023405	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS19 (M)
X0023412	MONOSYN UNDYED 6/0 (0.7) 70CM DS12 (M)

X0023413	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS12 (M)
X0023414	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM DS12 (M)
X0023423	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS16 (M)
X0023424	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM DS16 (M)
X0023425	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS16 (M)
X0023435	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS30 (M)
X0023437	MONOSYN UNDYED 0 (3.5) 70CM DS30 (M)
X0023601	MONOSYN UNDYED 7/0(0,5)45CM DSMP13(M)
X0023602	MONOSYN UNDYED 6/0 (0.7) 45CM DSMP13 (M)
X0023603	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP13 (M)
X0023604	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 45CM DSMP13 (M)
X0023613	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP16 (M)
X0023614	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 45CM DSMP16 (M)
X0023623	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP19 (M)
X0023624	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 45CM DSMP19 (M)
X0023625	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DSMP19 (M)
X0023627	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM DSMP19 (M)
X0023628	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DSMP19 (M)
X0023632	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 70CM DSMP24 (M)
X0023633	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DSMP24 (M)
X0023634	MONOSYN UNDYED 4/0 (1.5) 45CM DSMP24 (M)
X0023635	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DSMP24 (M)
X0023636	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DSMP24 (M)
X0023642	MONOSYN UNDYED 6/0 (0.7) 45CM DSMP11 (M)
X0023643	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP11 (M)
X2022002	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7)70CM HR17(M).RCP
X2022003	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR17 (M) RCP
X2022004	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR17(M)RCP
X2022005	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR17 (M) RCP
X2022007	MONOSYN VIOLET 6/0 (0,7)70CM HR13(M).RCP
X2022008	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR13 (M).RCP
X2022014	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR22(M)RCP
X2022015	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR22 (M) RCP
X2022016	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR22 (M) RCP
X2022024	MONOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR26(M)RCP
X2022025	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26 (M) RCP
X2022026	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26 (M) RCP
X2022027	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR26 (M) RCP
X2022028	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR26 (M) RCP
X2022035	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR30 (M) RCP
X2022036	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR30 (M) RCP
X2022037	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR30 (M) RCP
X2022038	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR30 (M) RCP
X2022045	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR37 (M) RCP
X2022046	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR37 (M) RCP
X2022047	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR37 (M) RCP
X2022048	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR37 (M) RCP
X2022066	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR40S (M)RCP
X2022067	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR40S(M) RCP
X2022068	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR40S (M) RCP
X2022076	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR48 (M) RCP
X2022077	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR48 (M) RCP
X2022078	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR48 (M) RCP
X2022085	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26S (M)RCP
X2022086	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26S (M)RCP
X2022087	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR26S (M)RCP
X2022088	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR26S (M) RCP
X2022093	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM DR18 (M) RCP
X2022094	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM DR18 (M) RCP

X2022100	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DR22 (M) RCP
X2022110	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM DR22 (M)RCP
X2022117	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DR26 (M) RCP
X2022118	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DR26 (M) RCP
X2022125	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM DR32 (M) RCP
X2022204	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM DS19 (M) RCP
X2022205	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DS19 (M) RCP
X2022215	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DS24 (M) RCP
X2022216	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DS24 (M) RCP
X2022231	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DS30 (M) RCP
X2022241	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HS26S (M)RCP
X2022247	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS37S (M)RCP
X2022249	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HS37S (M) RCP
X2022306	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRC26 (M)RCP
X2022310	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7) 70CM HRC13(M).RCP
X2022316	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRC37S(M)RCP
X2022317	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HRC37S(M)RCP
X2022318	MONOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HRC37S (M) RCP
X2022322	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7) 70CM HRC17(M).RCP
X2022323	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HRC17 (M).RCP
X2022324	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5) 70CM HRC17(M).RCP
X2022325	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HRC17 (M).RCP
X2022336	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRC30S(M)RCP
X2022343	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM DRC18 (M).RCP
X2022344	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5) 70CM DRC18(M).RCP
X2022354	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5) 70CM DRC22(M)RCP
X2022355	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DRC22 (M)RCP
X2022366	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DRC26 (M)RCP
X2022392	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)70CM DRC12(M).RCP
X2022403	MONOSYN VIOLET 5/0(1) 70CM DRC12(M).RCP
X2022413	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM HR22 (M) RCP
X2022419	MONOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DS16 (M) RCP
X2022425	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR26 (M) RCP
X2022426	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR26 (M) RCP
X2022433	MONOSYN VIOLET 5/0(1) 45CM DSMP13(M).RCP
X2022434	MONOSYN VIOL 4/0(1,5)45CM DSMP13(M).RCP
X2022435	MONOSYN VIOL 3/0 (2) 70CM 2XHR30 (M).RCP
X2022444	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)45CM DSMP19(M)RCP
X2022446	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR37 (M) RCP
X2022447	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR37 (M) RCP
X2022466	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR40S(M) RCP
X2022467	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR40S(M) RCP
X2022468	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR40S (M) RCP
X2022469	MONOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR40S (M) .RCP
X2022485	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR26S (M)RCP
X2022486	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR26S (M)RCP
X2022487	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR26S (M)RCP
X2022488	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR26S (M) RCP
X2022504	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)45CM DS19 (M) RCP
X2022517	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HRC37S(M)RCP
X2022518	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRC37S (M) RCP
X2022528	MONOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRC40S (M) RCP
X2022619	MONOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM FR26 (M).RCP
X2022620	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM FR26 (M).RCP
X2022621	MONOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM FR26 (M).RCP
X2022629	MONOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM FR40 (M).RCP
X2022783	MONOSYN VIOLET 3/0(2)30CM DR18 LOOPM.RCP
X2022801	MONOSYN VIOLET 6/0(0,7)70CM 2XHR13(M).RCP
X2022803	MONOSYN VIOL 5/0 (1) 70CM 2XHR17 (M).RCP

X2022804	MONOSYN VIOL 4/0(1,5)70CM 2XHR17 (M).RCP
X2022805	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)70CM 2XHR17(M).RCP
X2022814	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM 2XHR22M).RCP
X2022815	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)70CM 2XHR22(M).RCP
X2022823	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)70CM 2XHR26M).RCP
X2022824	MONOSYN VIOL 4/0(1,5)90CM 2XHR26 (M).RCP
X2022825	MONOSYN VIOL 3/0 (2) 90CM 2XHR26 (M).RCP
X2022826	MONOSYN VIOL 2/0 (3) 90CM 2XHR26 (M).RCP
X2022835	MONOSYN VIOL 3/0 (2) 70CM 2XHR26 (M).RCP
X2022836	MONOSYN VIOLET 2/0 (3)70CM 2XHR26(M).RCP
X2022914	MONOSYN VIOLET 4/0(1,5)90CM 2XHR22M).RCP
X2022915	MONOSYN VIOLET 3/0 (2)90CM 2XHR22(M).RCP
X2023204	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)45CM DS19 (M) RCP
X2023205	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DS19 (M) RCP
X2023214	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)70CM DS24 (M) RCP
X2023215	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS24 (M) RCP
X2023216	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DS24 (M) RCP
X2023224	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM HS23(M)RCP
X2023225	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HS23 (M) RCP
X2023226	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS23 (M) RCP
X2023238	MONOSYN UNDYED 1 (4) 70CM HS37 (M) RCP
X2023239	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HS26 (M) RCP
X2023240	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS26 (M) RCP
X2023248	MONOSYN UNDYED 1 (4) 90CM HS40 (M) RCP
X2023250	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS30 (M) RCP
X2023251	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 70CM HS30 (M) RCP
X2023259	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 90CM HS48 (M) RCP
X2023263	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM HS18 (M) RCP
X2023264	MONOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM HS18(M)RCP
X2023279	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)70CM GS51 (M).RCP
X2023280	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM GS51 (M).RCP
X2023281	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM GS51 (M).RCP
X2023284	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)70CM GS60 (M).RCP
X2023285	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM GS60 (M).RCP
X2023286	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM GS60 (M).RCP
X2023403	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS19 (M) RCP
X2023404	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)70CM DS19 (M) RCP
X2023405	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS19 (M) RCP
X2023412	MONOSYN UNDYED 6/0 (0,7)70CM DS12(M).RCP
X2023413	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS12 (M).RCP
X2023414	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5) 70CM DS12(M).RCP
X2023423	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS16 (M) RCP
X2023424	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)70CM DS16 (M) RCP
X2023425	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS16 (M) RCP
X2023435	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS30 (M) RCP
X2023437	MONOSYN UNDYED 0 (3,5) 70CM DS30 (M) RCP
X2023601	MONOSYN UNDY 7/0(0,5) 45CM DSMP13(M).RCP
X2023602	MONOSYN UNDYED 6/0(0,7)45CM DSMP13M).RCP
X2023603	MONOSYN UNDYED 5/0 (1)45CM DSMP13(M).RCP
X2023604	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)45CM DSMP13M).RCP
X2023613	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP16(M)RCP
X2023614	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)45CM DSMP16(M)RCP
X2023623	MONOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP19(M)RCP
X2023624	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)45CM DSMP19(M)RCP
X2023625	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DSMP19(M)RCP
X2023627	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)70CM DSMP19(M)RCP
X2023628	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DSMP19(M)RCP
X2023632	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)70CM DSMP24(M)RCP
X2023633	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DSMP24(M)RCP

X2023634	MONOSYN UNDYED 4/0(1,5)45CM DSM P24(M)RCP
X2023635	MONOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DSM P24(M)RCP
X2023636	MONOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DSM P24(M)RCP
X2023642	MONOSYN UNDYED 6/0(0,7)45CM DSM P11M).RCP
X2023643	MONOSYN UNDYED 5/0 (1)45CM DSM P11(M).RCP

24 - COLOMBIAN MEDICARE S.A.S.

- **Evaluación oferente**

COLOMBIAN MEDICARE SAS
CATÉTERES - AGUJAS HUBER
HEMOFILTROS - PLASMAFILTROS - HEMOPERFUSORES

medCOMP · AMPLYA · Churchill Medical Systems · LYNDA · ROO Defender · JaFron

CONVOCATORIA PÚBLICA
CP-003-2021

SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

CONDICIÓN DE DISTRIBUIDOR

Certificamos que somos **IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS EXCLUSIVOS** para Colombia de Catéteres **MEDCOMP,** tal como consta en la certificación y registro sanitario adjuntos.

Expedida en Bogotá a los 8 días del mes de Marzo de 2021

CARLOS ANDRÉS OJEDA ZAPATA
C.C. 80.039.084
REPRESENTANTE LEGAL
COLOMBIAN MEDICARE SAS
N.I.T. 800.192.101-0

TRANSVERSAL 27A # 53B-42 • PBX: 211 9002 • CEL: 316 874 6344 • BOGOTÁ, D.C. • COLOMBIA
PÁGINA WEB: www.colombianmedicare.com.co • E-MAIL: info@colombianmedicare.com.co • SKYPE: colombianmedicare

26 - ASSUT MEDICAL LTDA

- **Evaluación oferente**

La salud es de todos | Minsalud

Bogotá D.C.,

Reportantes Activos
MIEMBROS DE LA RED NACIONAL DE TECNOVIGILANCIA
Modalidad: **Fabricantes e Importadores de Dispositivos Médicos**
E.S.M

Asunto: **Solicitud de apoyo y participación en la validación de las Nuevas Actualizaciones del Aplicativo Web de Tecnovigilancia**

En nombre de la Dirección de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías y de la Oficina de Tecnología de la Información del Invima, por medio de la presente extendemos nuestra cordial invitación a participar en las pruebas de validación sobre las **"Nuevas Actualizaciones del Aplicativo Web de Tecnovigilancia"** que fueron desarrolladas en el alcance de esta vigencia, en el marco de la *transformación digital* del Instituto.

Estas actualizaciones del sistema informático *on line* permitirán desde la experiencia de la evolución del Programa Nacional de Tecnovigilancia mejorar la **seguridad, confiabilidad, integralidad y calidad** de los datos, para la administración de la información por parte del Equipo de Trabajo y así dar respuesta oportuna y en tiempo real del amplio volumen de reportes que se reciben a nivel nacional como parte de la vigilancia posmercado de los dispositivos médicos para la disminución del riesgo durante su uso, fortaleciendo la vigilancia en salud pública.

En este orden de ideas, la Dirección de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías ha propuesto previo al lanzamiento y puesta en marcha de esta actualización de la App Web, efectuar un piloto de validación.

Es por esta razón, que como reportante activo y comprometido con la Tecnovigilancia del país, nos interesa conocer su opinión al respecto, invitándolo a realizar la validación del Aplicativo en ambiente de pruebas, la cual le tomará tan solo 10 minutos, finalizada la prueba, para el equipo de trabajo es muy valioso conocer su experiencia registrándola en el siguiente formulario: https://app.invima.gov.co/formularios/view.php?id=94812

Tenemos previsto iniciar la prueba entre los días 16 y 18 de diciembre de 2019, a fin de entregar las incidencias que sean encontradas a los desarrolladores. Para ello solicitamos seguir atentamente estas instrucciones a fin de validar sin inconveniente el Aplicativo Web de Tecnovigilancia, recuerde que solo le tomará 10 minutos.

I. CREDENCIAL DE ACCESO (USUARIO Y CONTRASEÑA) AL APLICATIVO WEB



Si Usted ya cuenta con **usuario y contraseña** para el ingreso al Aplicativo Web, y el mismo fue activado antes del 1 de julio de 2018, puede ingresar a la siguiente URL http://190.216.137.115:8080/TecnoVigilancia/ (ambiente de pruebas) y validar que pueda acceder al sistema. Si por alguna razón olvidó su contraseña por favor de clic en la opción olvidó su clave y siga los pasos para su recuperación, debe dar respuesta a su pregunta de seguridad y el sistema enviará al correo electrónico registrado la contraseña.

Si no cuenta con usuario al Aplicativo, ingrese a la siguiente URL http://190.216.137.115:8080/TecnoVigilancia/ (ambiente de pruebas) (**No ingrese al Aplicativo Web que está en la página del Invima**) una vez allí debe dar clic en la opción **Registrarse** como se señala en figura:



Diligencie el formulario de inscripción, recuerde seleccionar su rol (**Nueva funcionalidad**), solicitado el usuario agradecemos escribir al correo tecnosoporte@invima.gov.co y procederemos con la activación para que pueda continuar con las pruebas. Una vez activada su cuenta, recibirá un correo electrónico de confirmación.

II. FUNCIONALIDADES DEL APLICATIVO WEB

Ingrese nuevamente a la URL de ambiente de prueba http://190.216.137.115:8080/TecnoVigilancia/ en el campo Usuario y Contraseña digite el asignado. Explore las cinco funcionalidades que tendrá habilitadas en el sistema:



27 - SHERLEG LABORATORIES S.A.S.

- **Registros sanitarios**

La salud es de todos | Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2019056425 DE 12 de Diciembre de 2019
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

CONSIDERANDO

QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO AUTOMATICO CON BASE EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL ALLEGADA ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO.
EN CONSECUENCIA A LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 DE LA LEY 962 DE 2005 EL INVIMA REALIZARA EL CONTROL POSTERIOR DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER REGISTRO SANITARIO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS A

PRODUCTO:	CATETER/CANULA NASAL
MARCA.	SILICON CATHS
REGISTRO SANITARIO NO.:	**INVIMA 2019DM-0020887**
TIPO DE REGISTRO:	FABRICAR Y VENDER
TITULAR(ES):	SHERLEG LABORATORIES SAS CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
FABRICANTE(S):	SHERLEG LABORATORIES SAS CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO:	INVASIVO IIA
COMPOSICIÓN:	COMPOSICIÓN CUALITATIVA PVC POLIETILENO
USOS:	DISPOSITIVO MÉDICO DISEÑADO PARA ADMINISTRAR OXÍGENO SUPLEMENTARIO. MODO DE USO: COLOCAR AL PACIENTE INTRODUCIENDO LA CÁNULA EN LAS FOSAS NASALES, Y AJUSTÁNDOLA POR DETRÁS DE LAS OREJAS, AJUSTE EL FLUJO DE OXÍGENO. CONTROLE PERIÓDICAMENTE LA POSICIÓN DE LA CÁNULA, LAS SECRECIONES DE LA NARÍZ Y EL FLUJO DE OXÍGENO
PRESENTACIÓN COMERCIAL:	EMPAQUE UNITARIO DE CATÉTER/CANULA NASAL E BOLSA DE POLIETILENO , EMPAQUE UNITARIO DE CATÉTER CANULA NASAL EN PAPEL GRADO MÉDICO Y PELÍCULA MULTICAPA
OBSERVACIONES:	EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS.

CÓDIGO, MODELO O REFERENCIA (SI APLICA)
CATÉTER/CANULA NASAL NEONATO - ESTÉRIL Y NO ESTÉRIL X 2 METROS
CATÉTER/CANULA NASAL PEDIÁTRICA - ESTÉRIL Y NO ESTÉRIL X 2 METROS
CATÉTER/CANULA NASAL ADULTO-ESTÉRIL Y NO ESTÉRIL X 2 METROS
CATÉTER/CANULA NASAL ADULTO CONEXIÓN CAPNÓGRAFO - ESTÉRIL Y NO ESTERIL X 2 METROS
CATÉTER/CANULA NASAL NEONATO - ESTÉRIL Y NO ESTÉRIL X 7 METROS
CATÉTER/CANULA NASAL PEDIÁTRICA - ESTÉRIL Y NO ESTÉRIL X 7 METROS
CATÉTER/CANULA NASAL ADULTO - ESTÉRIL Y NO ESTÉRIL X 7 METROS
CATÉTER/CANULA NASAL ADULTO CONEXIÓN CAPNÓGRAFO - ESTÉRIL Y NO ESTERIL X 7 METROS
CATETER/CANULA NASAL NEONATO- ESTÉRIL Y NO ESTÉRIL X 14 METROS
CATETER/CANULA NASAL PEDIÁTRICA- ESTÉRIL Y NO ESTÉRIL X 14 METROS
CATETER/CANULA NASAL ADULTO- ESTÉRIL Y NO ESTÉRIL X 14 METROS
CATÉTER/CANULA NASAL ADULTO CONEXIÓN CAPNÓGRAFO - ESTÉRIL Y NO ESTERIL X 14 METROS
DIFERENTES LONGITUDES A PARTIR DE 1 METRO HASTA 100 METROS, EN PRESENTACIONES DE 1 A 200 UNIDADES

VIDA UTIL: 4 AÑOS

Página 1 de 2

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
PBX 2948700
www.invima.gov.co

invima

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2019056425 DE 12 de Diciembre de 2019
Por la cual se concede un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

EXPEDIENTE NO.: 20173241
RADICACIÓN NO.: 20191232127
FECHA DE RADICACION. 25 11 2019

ARTICULO SEGUNDO.- CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE EL DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

ARTICULO TERCERO.- LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

ARTICULO CUARTO.- LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DE ESTA RESOLUCIÓN QUEDARAN SUJETAS AL CONTROL POSTERIOR QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 22 DEL DECRETO 4725 DE 2005.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 12 de Diciembre de 2019
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTOR(A) TÉCNICO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
PROYECTO: LEGAL: FMOSCOSOM, TÉCNICO:MSANDOVALC,REVISÓ:CORDINA_VARIOS

23 ENE 2020

ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE ESTA ENTIDAD

Firma válida

Firmado digitalmente por LUCIA AYALA RODRIGUEZ
Fecha: 2019.12.17 15:50:08 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

Detalles de mensaje

Referencia interna:	CP-003-2021
Descripción del proceso	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS
De:	SHERLEG LABORATORIES S.A.S. LUDWIN LEGUIZAMON AVILA 18 horas de tiempo transcurrido *(11/03/2021 4:52:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE.;
Usuario:	CO1.MSG.2396353
	General
Fecha:	SUBSANACION DOCUMENTOS TECNICOS
Para:	
Referencia del mensaje	
Tipo de mensaje:	
Asunto:	

Anexos

Documento	Nombre del documento	
DT 006-21 SUBRED OCCIDENTE.pdf		DT
006-21 SUBRED OCCIDENTE.pdf	Detalle	CATETER CANULA NASAL.pdf
	CATETER CANULA NASAL.pdf Detalle	

Texto de mensaje

Buenas tardes:

Por medio de la presente, adjuntamos documentos solicitados para subsanación.

Cordialmente,

LUDWIN LEGUIZAMON

Representante Legal

SHERLEG®
LABORATORIES S.A.S
NIT. 900.539.662-5

DT 006-21 Bogotá D.C., marzo 11 de 2021

Señores:

SUBRED SUR- OCCIDENTE

Departamento de Contratación

Neiva – Colombia

REF. SUBSANACIÓN REQUERIMENTOS TÉCNICOS

Reciban un Cordial Saludo,

De acuerdo al requisito de la subsanación del hospital de la Subred de servicios de salud Sur-occidente nos permitimos aclarar la información de la siguiente manera

NUEVA NUMERACIÓN	DESCRIPCIÓN DISPOSITIVO MÉDICO	OBSERVACIONES
248	CANULA NASAL ADULTO X 1.5 METROS	Se cita que la médida 1.5 metros no está amparada en el registro sanitario, nótese en el ítem observaciones del Registro sanitario la leyenda “Diferentes longitudes a partir de 1 metro hasta 100 metros en presentaciones de 1 a 200 Unidades
249	CANULA NASAL ADULTO 3-5METROS	Se cita que la médida 3-5 metros no está amparada en el registro sanitario, nótese en el ítem observaciones del Registro sanitario se cita:“Diferentes longitudes a partir de 1 metro hasta 100 metros en presentaciones de 1 a 200 Unidades

Esperamos de ésta manera haber brindado la información requerida para dar continuidad con el proceso CP-003-2021

Con toda atención,



Q.F. Edilma Teatino Carrillo
Directora Técnica

SHERLEG LABORATORIES S.A.S.

- **Anexo 2**

INFORMACION TECNICA GENERAL	
Esta información debe ir acompañada de la ficha técnica del fabricante en idioma español y la Resolución del Registro Sanitario	
CRITERIO	**OBSERVA-CION**
No Ítem (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	248
Nombre Técnico del Producto: (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO DE 1.5 MTS
No Registro Sanitario:	2019DM-0020887
Vigencia del Registro Sanitario:	11-12-2029
Presentación comercial:	UNIDAD
indicar la REFERENCIA OFERTADA (que corresponda a ladescripción del ítem ofertado y amparada en el registro sanitario referido)	0827A
Características del Producto: (Describir presentación comercial a entregar, definir si el producto es un kit-set y/o unidad)	CANULA NASAL DE 1.5 METROS, UNIDAD
Información adicional que desee aportar:	PARA GENERAR ORDEN DE COMPRA LA PRESENTACION PARA DESPACHO ES BOLSA X 25 UNIDADES
FOTOGRAFIA No 1: DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRAENTREGADA 	

FOTOGRAFIA No 2: ETIQUETAS DE ENVASE(S) Y/O EMPAQUE(S) CON LEYENDAS LEGIBLES DEBE CORRESPONDER ALPRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTRE-GADA



INFORMACION TECNICA GENERAL	
Esta información debe ir acompañada de la ficha técnica del fabricante en idioma español y la Resolución del Registro Sanitario	
CRITERIO	**OBSERVACION**
No Ítem (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	249
Nombre Técnico del Producto: (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO DE 3-5 MTS
No Registro Sanitario:	2019DM-0020887
Vigencia del Registro Sanitario:	11-12-2029
Presentación comercial:	UNIDAD
indicar la REFERENCIA OFERTADA (que corresponda a ladescripción del ítem ofertado y amparada en el registro sanitario referido)	0827B
Características del Producto: (Describir presentación comercial a entregar, definir si el producto es un kit-set y/o unidad)	CANULA NASAL DE 3 METROS, UNIDAD
Información adicional que desee aportar:	PARA GENERAR ORDEN DE COMPRA LA PRESENTACION PARA DESPACHO ES BOLSA X 25 UNIDAD

FOTOGRAFIA No 1: DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRAENTREGADA



FOTOGRAFIA No 2 : ETIQUETAS DE ENVASE(S) Y/O EMPAQUE(S) CON LEYENDAS LEGIBLES DEBE CORRESPONDERAL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA



INFORMACION TECNICA GENERAL	
Esta información debe ir acompañada de la ficha técnica del fabricante en idioma español y la Resolución del Registro Sanitario	
CRITERIO	**OBSERVACION**
No Ítem (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	251
Nombre Técnico del Producto: (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	CANULA NASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA
No Registro Sanitario:	2019DM-0020887
Vigencia del Registro Sanitario:	11-12-2029
Presentación comercial:	UNIDAD
indicar la REFERENCIA OFERTADA (que corresponda a ladescripción del ítem ofertado y amparada en el registro sanitario referido)	815
Características del Producto: (Describir presentación comercial a entregar, definir si el producto es un kit-set y/o unidad)	CANULA NASAL PARA OXIGENO NEONATAL,UNIDAD
Información adicional que desee aportar:	

FOTOGRAFIA No 1: DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRAENTREGADA



FOTOGRAFIA No 2: ETIQUETAS DE ENVASE(S) Y/O EMPAQUE(S) CON LEYENDAS LEGIBLES DEBE CORRESPONDER ALPRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA



INFORMACION TECNICA GE-
NERAL

Esta información debe ir acompañada de la ficha técnica del fabricante en idioma español y la Resolución del Registro Sanitario

CRITERIO	**OBSERVA- CION**
No Ítem (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	373
Nombre Técnico del Producto: (Debe corresponderal número asignado en la matriz de la negociación)	COMPRESA TEJIDA EN GASA 100% ALGODÓN DE 4 PLIEGUES ESTERIL 45CM X 45CM INDICADOR RADIOPACO LIBRE DE LATEX X 5 UNIDADES
No Registro Sanitario:	2018DM-0002239-R1
Vigencia del Registro Sanitario:	25/06/2028
Presentación comercial:	SOBRE POR 5 UNIDADES
indicar la REFERENCIA OFERTADA (que corresponda a la descripción del ítem ofertado y amparada en el registro sanitario referido)	0939
Características del Producto: (Describir presentación comercial a entregar, definir si el producto es un kit- set y/o unidad)	SOBRE POR 5 UNIDADES
Información adicional que desee aportar:	PARA GENERAR ORDEN DE COMPRA LA PRESENTACION PARA DESPACHO ES BOLSA X 25 SOBRES

FOTOGRAFIA No 1 : DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA



FOTOGRAFIA No 2 : ETIQUETAS DE ENVASE(S) Y/O EMPAQUE(S) CON LEYENDAS LEGIBLES DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA



INFORMACION TECNICA GENERAL	
Esta información debe ir acompañada de la ficha técnica del fabricante en idioma español y la Resolución del Registro Sanitario	
CRITERIO	**OBSERVACION**
No Ítem (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	374
Nombre Técnico del Producto: (Debe corresponderal número asignado en la matriz de la negociación)	COMPRESA TEJIDA EN GASA 100% ALGODÓN DE 4 PLIEGUES NO ESTERIL 45CM X 45CM CON INDICADOR RADIOPACO LIBRE DE LATEX
No Registro Sanitario:	2018DM-0002239-R1
Vigencia del Registro Sanitario:	25/06/2028
Presentación comercial:	UNIDAD
indicar la REFERENCIA OFERTADA (que corresponda a la descripción del ítem ofertado y amparada en el registro sanitario referido)	0579
Características del Producto: (Describir presentación comercial a entregar, definir si el producto es un kit-set y/o unidad)	UNIDAD
Información adicional que desee aportar:	PARA GENERAR ORDEN DE COMPRA LA PRESENTACION PARA DESPACHO ES BOLSA X 100 UNDS

FOTOGRAFIA No 1 : DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA



FOTOGRAFIA No 2 : ETIQUETAS DE ENVASE(S) Y/O EMPAQUE(S) CON LEYENDAS LEGIBLES DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA



INFORMACION TECNICA GE-
NERAL

Esta información debe ir acompañada de la ficha técnica del fabricante en idioma español y la Resolución del Registro Sanitario

CRITERIO	**OBSERVA- CION**
No Ítem (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	384
Nombre Técnico del Producto: (Debe corresponderal número asignado en la matriz de la negociación)	COTONOIDE ESTERIL DE 1 X 3 PULGADAS (25*76MM)SOBRE *10 (MAS O MENOS 3 MM POR CADA LADO) UNIDAD DE MEDIDA: SOBRE X 10
No Registro Sanitario:	2016DM-000065-R1
Vigencia del Registro Sanitario:	22/06/2026
Presentación comercial:	SOBRE ESTERIL POR 10 UNIDADES
indicar la REFERENCIA OFERTADA (que corresponda a la descripción del ítem ofertado y amparada en el registro sanitario referido)	2234
Características del Producto: (Describir presentación comercial a entregar, definir si el producto es un kit- set y/o unidad)	SOBRE ESTERIL POR 10 UNIDADES
Información adicional que desee aportar:	PARA GENERAR ORDEN DE COMPRA LA PRESENTACION PARA DESPACHO ES BOLSA X 10 SOBRES

FOTOGRAFIA No 1 : DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA



FOTOGRAFIA No 2 : ETIQUETAS DE ENVASE(S) Y/O EMPAQUE(S) CON LEYENDAS LEGIBLES DEBE CORRESPONDERAL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA



INFORMACION TECNICA GE-
NERAL

Esta información debe ir acompañada de la ficha técnica del fabricante en idioma español y la Resolución del Registro Sanitario

CRITERIO	**OBSERVA- CION**
No Ítem (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	385
Nombre Técnico del Producto: (Debe corresponderal número asignado en la matriz de la negociación)	COTONOIDE ESTERIL DE 1/2 X 1 PULGADAS (13*25MM)SOBRE *10 (MAS O MENOS 3 MM POR CADA LADO) UNIDAD DE MEDIDA: SOBRE X 10
No Registro Sanitario:	2016DM-000065-R1
Vigencia del Registro Sanitario:	22/06/2026
Presentación comercial:	SOBRE ESTERIL POR 10 UNIDADES
indicar la REFERENCIA OFERTADA (que corresponda a la descripción del ítem ofertado y amparada en el registro sanitario referido)	2229
Características del Producto: (Describir presentación comercial a entregar, definir si el producto es un kit- set y/o unidad)	SOBRE ESTERIL POR 10 UNIDADES
Información adicional que desee aportar:	PARA GENERAR ORDEN DE COMPRA LA PRESENTACION PARA DESPACHO ES BOLSA X 10 SOBRES

FOTOGRAFIA No 1 : DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA



FOTOGRAFIA No 2 : ETIQUETAS DE ENVASE(S) Y/O EMPAQUE(S) CON LEYENDAS LEGIBLES DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA




INFORMACION TECNICA GENERAL	
Esta información debe ir acompañada de la ficha técnica del fabricante en idioma español y la Resolución del Registro Sanitario	
CRITERIO	**OBSERVACION**
No Ítem (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	386
Nombre Técnico del Producto: (Debe corresponderal número asignado en la matriz de la negociación)	COTONOIDE ESTERIL DE 1/2 X 1/2 PULGADAS (12*12MM)SOBRE *10 (MAS O MENOS 3 MM POR CADA LADO) UNIDAD DE MEDIDA: SOBRE X 10
No Registro Sanitario:	2016DM-000065-R1
Vigencia del Registro Sanitario:	22/06/2026
Presentación comercial:	SOBRE ESTERIL POR 10 UNIDADES
indicar la REFERENCIA OFERTADA (que corresponda a la descripción del ítem ofertado y amparada en el registro sanitario referido)	2228
Características del Producto: (Describir presentación comercial a entregar, definir si el producto es un kit-set y/o unidad)	SOBRE ESTERIL POR 10 UNIDADES
Información adicional que desee aportar:	PARA GENERAR ORDEN DE COMPRA LA PRESENTACION PARA DESPACHO ES BOLSA X 10 SOBRES

FOTOGRAFIA No 1 : DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA



FOTOGRAFIA No 2 : ETIQUETAS DE ENVASE(S) Y/O EMPAQUE(S) CON LEYENDAS LEGIBLES DEBE CORRESPONDERAL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA





INFORMACION TECNICA GE-
NERAL

Esta información debe ir acompañada de la ficha técnica del fabricante en idioma español y la Resolución del Registro Sanitario


CRITERIO	**OBSERVA- CION**
No Ítem (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	387
Nombre Técnico del Producto: (Debe corresponderal número asignado en la matriz de la negociación)	COTONOIDE ESTERIL DE 1/2 X 1-1/2 PULGADAS (13*38MM)SOBRE *10 (MAS O MENOS 3 MM POR CADA LADO) UNIDAD DE MEDIDA: SOBRE X 10
No Registro Sanitario:	2016DM-000065-R1
Vigencia del Registro Sanitario:	22/06/2026
Presentación comercial:	SOBRE ESTERIL POR 10 UNIDADES
indicar la REFERENCIA OFERTADA (que corresponda a la descripción del ítem ofertado y amparada en el registro sanitario referido)	2230
Características del Producto: (Describir presentación comercial a entregar, definir si el producto es un kit- set y/o unidad)	SOBRE ESTERIL POR 10 UNIDADES
Información adicional que desee aportar:	PARA GENERAR ORDEN DE COMPRA LA PRESENTACION PARA DESPACHO ES BOLSA X 10 SOBRES

FOTOGRAFIA No 1 : DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA



FOTOGRAFIA No 2 : ETIQUETAS DE ENVASE(S) Y/O EMPAQUE(S) CON LEYENDAS LEGIBLES DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA





INFORMACION TECNICA GENERAL	
Esta información debe ir acompañada de la ficha técnica del fabricante en idioma español y la Resolución del Registro Sanitario	
CRITERIO	**OBSERVACION**
No Ítem (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	388
Nombre Técnico del Producto: (Debe corresponderal número asignado en la matriz de la negociación)	COTONOIDE ESTERIL DE 1-1/2 X 1-1/2 PULGADAS (38*38MM) SOBRE *10 (MAS O MENOS 3 MM POR CADALADO) UNIDAD DE MEDIDA: SOBRE X 10
No Registro Sanitario:	2016DM-000065-R1
Vigencia del Registro Sanitario:	22/06/2026
Presentación comercial:	SOBRE ESTERIL POR 10 UNIDADES
indicar la REFERENCIA OFERTADA (que corresponda a la descripción del ítem ofertado y amparada en el registro sanitario referido)	2235
Características del Producto: (Describir presentación comercial a entregar, definir si el producto es un kit-set y/o unidad)	SOBRE ESTERIL POR 10 UNIDADES
Información adicional que desee aportar:	PARA GENERAR ORDEN DE COMPRA LA PRESENTACION PARA DESPACHO ES BOLSA X 10 SOBRES

FOTOGRAFIA No 1 : DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA



FOTOGRAFIA No 2 : ETIQUETAS DE ENVASE(S) Y/O EMPAQUE(S) CON LEYENDAS LEGIBLES DEBE CORRESPONDERAL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA



INFORMACION TECNICA GE- NERAL	
Esta información debe ir acompañada de la ficha técnica del fabricante en idioma español y la Resolución del Registro Sanitario	
CRITERIO	**OBSERVA- CION**
No Ítem (Debe corresponder al número asig-nado en la matriz de la negociación)	389
Nombre Técnico del Producto: (Debe corres-ponderal número asignado en la matriz de la negociación)	COTONOIDE ESTERIL DE 3 X 3 PULGADAS (76MM*76MM) SOBRE *10 (MAS O MENOS 3 MM POR CADA LADO) UNIDAD DE MEDIDA: SOBRE X 10
No Registro Sanitario:	2016DM-000065-R1
Vigencia del Registro Sanitario:	22/06/2026
Presentación comercial:	SOBRE ESTERIL POR 10 UNIDADES
indicar la REFERENCIA OFERTADA (que co-rrespondaa la descripción del ítem ofertado y amparada en el registro sanitario referido)	2237
Características del Producto: (Describir pre-sentacióncomercial a entregar, definir si el producto es un kit- set y/o unidad)	SOBRE ESTERIL POR 10 UNIDADES
Información adicional que desee aportar:	PARA GENERAR ORDEN DE COMPRA LA PRE-SENTACION PARA DESPACHO ES BOLSA X 10 SOBRES
FOTOGRAFIA No 1 : DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLI-QUE A LA MUESTRA ENTREGADA 	

FOTOGRAFIA No 2 : ETIQUETAS DE ENVASE(S) Y/O EMPAQUE(S) CON LEYENDAS LEGIBLES DEBE CORRESPONDERAL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA



INFORMACION TECNICA GE- NERAL	
Esta información debe ir acompañada de la ficha técnica del fabricante en idioma español y la Resolución del Registro Sanitario	
CRITERIO	**OBSERVA- CION**
No Ítem (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	390
Nombre Técnico del Producto: (Debe corresponderal número asignado en la matriz de la negociación)	COTONOIDE ESTERIL DE 1/2 X 2 PULGADAS (12*50MM)SOBRE *10 (MAS O MENOS 3 MM POR CADA LADO) UNIDAD DE MEDIDA: SOBRE X 10
No Registro Sanitario:	2016DM-000065-R1
Vigencia del Registro Sanitario:	22/06/2026
Presentación comercial:	SOBRE ESTERIL POR 10 UNIDADES
indicar la REFERENCIA OFERTADA (que corresponda a la descripción del ítem ofertado y amparada en el registro sanitario referido)	2254
Características del Producto: (Describir presentación comercial a entregar, definir si el producto es un kit- set y/o unidad)	SOBRE ESTERIL POR 10 UNIDADES
Información adicional que desee aportar:	PARA GENERAR ORDEN DE COMPRA LA PRESENTACION PARA DESPACHO ES BOLSA X 10 SOBRES
FOTOGRAFIA No 1 : DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA 	

FOTOGRAFIA No 2 : ETIQUETAS DE ENVASE(S) Y/O EMPAQUE(S) CON LEYENDAS LEGIBLES DEBE CORRESPONDERAL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA



INFORMACION TECNICA GENERAL	
Esta información debe ir acompañada de la ficha técnica del fabricante en idioma español y la Resolución del Registro Sanitario	
CRITERIO	**OBSERVACION**
No Ítem (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	486
Nombre Técnico del Producto: (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	EQUIPO DE PRESION VENOSA CENTRAL
No Registro Sanitario:	2016DM-0000118-R2
Vigencia del Registro Sanitario:	07/07/2026
Presentación comercial:	UNIDAD
indicar la REFERENCIA OFERTADA (que corresponda a la descripción del ítem ofertado y amparada en el registro sanitario referido)	1283
Características del Producto: (Describir presentación comercial a entregar, definir si el producto es un kit-set y/o unidad)	UNIDAD
Información adicional que desee aportar:	PARA GENERAR ORDEN DE COMPRA LA PRESENTACION PARA DESPACHO ES BOLSA X 50 UNDS

FOTOGRAFIA No 1 : DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA



FOTOGRAFIA No 2 : ETIQUETAS DE ENVASE(S) Y/O EMPAQUE(S) CON LEYENDAS LEGIBLES DEBE CORRESPONDERAL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA




INFORMACION TECNICA GENERAL	
Esta información debe ir acompañada de la ficha técnica del fabricante en idioma español y la Resolución del Registro Sanitario	
CRITERIO	**OBSERVACION**
No Ítem (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	512
Nombre Técnico del Producto: (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	ESTOQUINETA DE ALGODON TUBULAR 3 X 25 YARDAS
No Registro Sanitario:	2014DM-0011961
Vigencia del Registro Sanitario:	15/10/2024
Presentación comercial:	CAJA POR 3 ROLLOS
indicar la REFERENCIA OFERTADA (que corresponda a la descripción del ítem ofertado y amparada en el registro sanitario referido)	0345
Características del Producto: (Describir presentación comercial a entregar, definir si el producto es un kit-set y/o unidad)	ROLLO POR 25 M
Información adicional que desee aportar:	PARA GENERAR ORDEN DE COMPRA LA PRESENTACION PARA DESPACHO ES CAJA X 3 ROLLOS

FOTOGRAFIA No 1 : DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA



FOTOGRAFIA No 2 : ETIQUETAS DE ENVASE(S) Y/O EMPAQUE(S) CON LEYENDAS LEGIBLES DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA





INFORMACION TECNICA GENERAL	
Esta información debe ir acompañada de la ficha técnica del fabricante en idioma español y la Resolución del Registro Sanitario	
CRITERIO	**OBSERVACION**
No Ítem (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	513
Nombre Técnico del Producto: (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	EXTENSION ANESTESIA PEDIATRICA
No Registro Sanitario:	2016DM-0000090-R2
Vigencia del Registro Sanitario:	16/05/2026
Presentación comercial:	UNIDAD
indicar la REFERENCIA OFERTADA (que corresponda a la descripción del ítem ofertado y amparada en el registro sanitario referido)	1303
Características del Producto: (Describir presentación comercial a entregar, definir si el producto es un kit-set y/o unidad)	UNIDAD
Información adicional que desee aportar:	PARA GENERAR ORDEN DE COMPRA LA PRESENTACION PARA DESPACHO ES BOLSA X 50 UNDS
FOTOGRAFIA No 1 : DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA 	

FOTOGRAFIA No 2 : ETIQUETAS DE ENVASE(S) Y/O EMPAQUE(S) CON LEYENDAS LEGIBLES DEBE CORRESPONDERAL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA



INFORMACION TECNICA GENERAL	
Esta información debe ir acompañada de la ficha técnica del fabricante en idioma español y la Resolución del Registro Sanitario	
CRITERIO	**OBSERVACION**
No Ítem (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	514
Nombre Técnico del Producto: (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	EXTENSION ANESTESIA ADULTO
No Registro Sanitario:	2016DM-0000090-R2
Vigencia del Registro Sanitario:	16/05/2026
Presentación comercial:	UNIDAD
indicar la REFERENCIA OFERTADA (que corresponda a la descripción del ítem ofertado y amparada en el registro sanitario referido)	1139
Características del Producto: (Describir presentación comercial a entregar, definir si el producto es un kit-set y/o unidad)	UNIDAD
Información adicional que desee aportar:	PARA GENERAR ORDEN DE COMPRA LA PRESENTACION PARA DESPACHO ES BOLSA X 50 UNDS

FOTOGRAFIA No 1 : DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA



FOTOGRAFIA No 2 : ETIQUETAS DE ENVASE(S) Y/O EMPAQUE(S) CON LEYENDAS LEGIBLES DEBE CORRESPONDERAL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA



INFORMACION TECNICA GENERAL	
Esta información debe ir acompañada de la ficha técnica del fabricante en idioma español y la Resolución del Registro Sanitario	
CRITERIO	**OBSERVACION**
No Ítem (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	552
Nombre Técnico del Producto: (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	GASA 100% ALGODÓN TEJIDA 12 PLIEGUES ESTERIL CON INDICADOR RADIOPACO 10 x 10 cm (SOBRE X 5)
No Registro Sanitario:	2018DM-0002237-R1
Vigencia del Registro Sanitario:	25/06/2028
Presentación comercial:	SOBRE X 5 UNDS
indicar la REFERENCIA OFERTADA (que corresponda a la descripción del ítem ofertado y amparada en el registro sanitario referido)	0132
Características del Producto: (Describir presentación comercial a entregar, definir si el producto es un kit-set y/o unidad)	SOBRE X 5 UNDS
Información adicional que desee aportar:	PARA GENERAR ORDEN DE COMPRA LA PRESENTACION PARA DESPACHO ES BOLSA X 50 SOBRES
FOTOGRAFIA No 1 : DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA 	

FOTOGRAFIA No 2 : ETIQUETAS DE ENVASE(S) Y/O EMPAQUE(S) CON LEYENDAS LEGIBLES DEBE CORRESPONDERAL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA



INFORMACION TECNICA GENERAL	
Esta información debe ir acompañada de la ficha técnica del fabricante en idioma español y la Resolución del Registro Sanitario	
CRITERIO	**OBSERVACION**
No Ítem (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	553
Nombre Técnico del Producto: (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	GASA 100% ALGODÓN TEJIDA 8 PLIEGUES ESTERIL SIN INDICADOR RADIOPACO 7.5 * 7.5 cm (SOBRE X 3)
No Registro Sanitario:	2018DM-0002237-R1
Vigencia del Registro Sanitario:	25/06/2028
Presentación comercial:	SOBRE X 3 UNDS
indicar la REFERENCIA OFERTADA (que corresponda a la descripción del ítem ofertado y amparada en el registro sanitario referido)	2210
Características del Producto: (Describir presentación comercial a entregar, definir si el producto es un kit-set y/o unidad)	SOBRE X 3 UNDS
Información adicional que desee aportar:	PARA GENERAR ORDEN DE COMPRA LA PRESENTACION PARA DESPACHO ES BOLSA X 50 SOBRES
FOTOGRAFIA No 1 : DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA 	

FOTOGRAFIA No 2 : ETIQUETAS DE ENVASE(S) Y/O EMPAQUE(S) CON LEYENDAS LEGIBLES DEBE CORRESPONDERAL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA



INFORMACION TECNICA GENERAL	
Esta información debe ir acompañada de la ficha técnica del fabricante en idioma español y la Resolución del Registro Sanitario	
CRITERIO	**OBSERVACION**
No Ítem (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	554
Nombre Técnico del Producto: (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	GASA 100% ALGODÓN TEJIDA 8 PLIEGUES ESTERIL SIN INDICADOR RADIOPACO 7.5 * 7.5 cm (SOBRE X 5)
No Registro Sanitario:	2018DM-0002237-R1
Vigencia del Registro Sanitario:	25/06/2028
Presentación comercial:	SOBRE X 5 UNDS
indicar la REFERENCIA OFERTADA (que corresponda a la descripción del ítem ofertado y amparada en el registro sanitario referido)	2211
Características del Producto: (Describir presentación comercial a entregar, definir si el producto es un kit-set y/o unidad)	SOBRE X 5 UNDS
Información adicional que desee aportar:	PARA GENERAR ORDEN DE COMPRA LA PRESENTACION PARA DESPACHO ES BOLSA X 50 SOBRES
FOTOGRAFIA No 1 : DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA 	

FOTOGRAFIA No 2 : ETIQUETAS DE ENVASE(S) Y/O EMPAQUE(S) CON LEYENDAS LEGIBLES DEBE CORRESPONDERAL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA



INFORMACION TECNICA GENERAL	
Esta información debe ir acompañada de la ficha técnica del fabricante en idioma español y la Resolución del Registro Sanitario	
CRITERIO	**OBSERVACION**
No Ítem (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	555
Nombre Técnico del Producto: (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	GASA PRECORTADA NO ESTERIL, NO TEJIDA, 8 PLIEGUES 7,5 CM X 7,5 CM
No Registro Sanitario:	2018DM-0018580
Vigencia del Registro Sanitario:	06/09/2028
Presentación comercial:	PAQUETE X 200 UNDS
indicar la REFERENCIA OFERTADA (que corresponda a la descripción del ítem ofertado y amparada en el registro sanitario referido)	0427
Características del Producto: (Describir presentación comercial a entregar, definir si el producto es un kit-set y/o unidad)	PAQUETE X 200 UNDS
Información adicional que desee aportar:	PARA GENERAR ORDEN DE COMPRA LA PRESENTACION PARA DESPACHO ES PAQUETE X 200 UNIDS

FOTOGRAFIA No 1 : DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA



FOTOGRAFIA No 2 : ETIQUETAS DE ENVASE(S) Y/O EMPAQUE(S) CON LEYENDAS LEGIBLES DEBE CORRESPONDERAL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA



INFORMACION TECNICA GENERAL	
Esta información debe ir acompañada de la ficha técnica del fabricante en idioma español y la Resolución del Registro Sanitario	
CRITERIO	**OBSERVACION**
No Ítem (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	709
Nombre Técnico del Producto: (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	LINEA DE MUESTREO CAPNOGRAFIA
No Registro Sanitario:	2016DM-0000118-R2
Vigencia del Registro Sanitario:	07/07/2026
Presentación comercial:	UNIDAD
indicar la REFERENCIA OFERTADA (que corresponda a la descripción del ítem ofertado y amparada en el registro sanitario referido)	0476
Características del Producto: (Describir presentación comercial a entregar, definir si el producto es un kit-set y/o unidad)	UNIDAD
Información adicional que desee aportar:	PARA GENERAR ORDEN DE COMPRA LA PRESENTACION PARA DESPACHO ES BOLSA X 50 UNDS

FOTOGRAFIA No 1 : DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA



FOTOGRAFIA No 2 : ETIQUETAS DE ENVASE(S) Y/O EMPAQUE(S) CON LEYENDAS LEGIBLES DEBE CORRESPONDERAL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA



INFORMACION TECNICA GENERAL	
Esta información debe ir acompañada de la ficha técnica del fabricante en idioma español y la Resolución del Registro Sanitario	
CRITERIO	**OBSERVACION**
No Ítem (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	712
Nombre Técnico del Producto: (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	LINEA DE MUESTREO CAPNOGRAFIA
No Registro Sanitario:	2016DM-0000118-R2
Vigencia del Registro Sanitario:	07/07/2026
Presentación comercial:	UNIDAD
indicar la REFERENCIA OFERTADA (que corresponda a la descripción del ítem ofertado y amparada en el registro sanitario referido)	0476
Características del Producto: (Describir presentación comercial a entregar, definir si el producto es un kit-set y/o unidad)	UNIDAD
Información adicional que desee aportar:	PARA GENERAR ORDEN DE COMPRA LA PRESENTACION PARA DESPACHO ES BOLSA X 50 UNDS

FOTOGRAFIA No 1 : DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA



FOTOGRAFIA No 2 : ETIQUETAS DE ENVASE(S) Y/O EMPAQUE(S) CON LEYENDAS LEGIBLES DEBE CORRESPONDERAL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA



INFORMACION TECNICA GENERAL	
Esta información debe ir acompañada de la ficha técnica del fabricante en idioma español y la Resolución del Registro Sanitario	
CRITERIO	**OBSERVACION**
No Ítem (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	770
Nombre Técnico del Producto: (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	MECHA GINECOLOGICA ESTERIL EN GASA 100% ALGODÓN, PRECORTADA, CON ELEMENTO RADIOPACO
No Registro Sanitario:	2016DM-000062-R1
Vigencia del Registro Sanitario:	10/06/2028
Presentación comercial:	UNIDAD
indicar la REFERENCIA OFERTADA (que corresponda a la descripción del ítem ofertado y amparada en el registro sanitario referido)	0383
Características del Producto: (Describir presentación comercial a entregar, definir si el producto es un kit-set y/o unidad)	UNIDAD
Información adicional que desee aportar:	PARA GENERAR ORDEN DE COMPRA LA PRESENTACION PARA DESPACHO ES BOLSA X 50 UNDS

FOTOGRAFIA No 1 : DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA



FOTOGRAFIA No 2 : ETIQUETAS DE ENVASE(S) Y/O EMPAQUE(S) CON LEYENDAS LEGIBLES DEBE CORRESPONDERAL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA



INFORMACION TECNICA GENERAL	
Esta información debe ir acompañada de la ficha técnica del fabricante en idioma español y la Resolución del Registro Sanitario	
CRITERIO	**OBSERVACION**
No Ítem (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	771
Nombre Técnico del Producto: (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	MECHA NASAL ESTERIL EN GASA 100% ALGODÓN, PRECORTADA
No Registro Sanitario:	2016DM-000062-R1
Vigencia del Registro Sanitario:	10/06/2028
Presentación comercial:	SOBRE X 2 UNDS
indicar la REFERENCIA OFERTADA (que corresponda a la descripción del ítem ofertado y amparada en el registro sanitario referido)	2248
Características del Producto: (Describir presentación comercial a entregar, definir si el producto es un kit-set y/o unidad)	SOBRE X 2 UNDS
Información adicional que desee aportar:	PARA GENERAR ORDEN DE COMPRA LA PRESENTACION PARA DESPACHO ES BOLSA X 50 UNDS
FOTOGRAFIA No 1 : DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA 	

FOTOGRAFIA No 2 : ETIQUETAS DE ENVASE(S) Y/O EMPAQUE(S) CON LEYENDAS LEGIBLES DEBE CORRESPONDERAL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA



QUIRURGICOS LTDA. LIDER EN ESPECIALIDADES MEDICAS	**INFORMACION TECNICA GENERAL** FICHA TÉCNICA	**Fecha Emisión 2019/06** **Página 1 de 2**

Esta información debe ir acompañada de la ficha técnica del fabricante en idioma español y la Resolución del Registro Sanitario

CRITERIO	**OBSERVACION**
No Ítem (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	1080
Nombre Técnico del Producto: (Debe corresponder al número asignado en la matriz de la negociación)	SONDA SUCCION CERRADA N. 10 FR
No Registro Sanitario:	2011DM-0008336
Vigencia del Registro Sanitario:	21/12/2021
Presentación comercial:	UNIDAD
indicar la REFERENCIA OFERTADA (que corresponda a la descripción del ítem ofertado y amparada en el registro sanitario referido)	0071
Características del Producto: (Describir presentación comercial a entregar, definir si el producto es un kit-set y/o unidad)	UNIDAD
Información adicional que desee aportar:	PARA GENERAR ORDEN DE COMPRA LA PRESENTACION PARA DESPACHO ES BOLSA X 5 UNDS

FOTOGRAFIA No 1 : DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA



ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 5 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

Elaborado por: *Aura Cecilia Forero* **Especialista de Producto**	**Aprobado por:** *Kesia Pinzón* **Director Técnico**

FOTOGRAFIA No 2 : ETIQUETAS DE ENVASE(S) Y/O EMPAQUE(S) CON LEYENDAS LEGIBLES DEBE CORRESPONDER AL PRODUCTO A OFERTAR Y EN CASO QUE APLIQUE A LA MUESTRA ENTREGADA



ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 5 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

Elaborado por: *Aura Cecilia Forero* **Especialista de Producto**	**Aprobado por:** *Kesia Pinzón* **Director Técnico**

28 - QUIRURGICOS LTDA

- **Registros sanitarios**



La salud es de todos — Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

CERTIFICACIÓN No. 2019027316

LA SUSCRITA DIRECTORA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DEL INVIMA CERTIFICA QUE:

Que hasta la fecha y de conformidad con nuestra Legislación Sanitaria vigente, el producto: PRE TREAT SPRAY/SPRAY PRE TRATAMIENTO/BELIMED PROTECT:

Está contemplado entre los productos que NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia

INTERESADO: QUIRURGICOS LTDA
SOLICITANTE: RUBIELA ARIAS DE FAJARDO
RADICACIÓN: 20191166549
FECHA RADICACIÓN: 14/08/2019

"INDICACIONES Y USOS:
Especialmente formulado para el transporte o almacenamiento temporal de instrumentos quirúrgicos sucios, y dispositivos médicos reutilizables, antes del reprocesamiento, Belimed Protect Pre Treat Spray se aplica como espuma y, con el tiempo, experimenta una transformación, innovadora y avanzada que deja un gel líquido en la superficie de los dispositivos médicos reutilizables. La cubierta densa evita el secado de la carga biológica e inicia la limpieza al contacto, descomponer la sangre más rápido que los principales productos de la competencia.

PRESENTACION COMERCIAL: *750 ml*

COMPONENTES Y COMPOSICION:

< 5% tensoactivos no aniónicos, < 5% policarboxilatos, < 5% fosfonatos, enzimas, inhibidores de la corrosión, conservantes, solventes, excipientes."

OBSERVACIONES: *(Referencias):* **180012** (Se relaciona la referencia tal como se evidencia en las etiquetas allegadas en los folios 40, 42 y 44), aun cuando no se relacionó en el formulario.

De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "*por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano*", por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos.

Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA.

Se expide en Bogotá D.C., el 18 de Septiembre de 2019 .
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

Firma válida
Firmado digitalmente por LUCIA AYALA RODRIGUEZ
Fecha: 2019.09.18 11:52:20 -05'00'
Razón: INVIMA
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTORA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Proyectó: Legal: agonzalezr, Técnico: sisazas Revisó: cordina_varios

Pagina 1 de 1

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

invima Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
26 SEP 2019

ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE ESTA ENTIDAD

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 5 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

Elaborado por: *Aura Cecilia Forero* **Especialista de Producto**	**Aprobado por:** *Kesia Pinzón* **Director Técnico**

La salud es de todos | Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

CERTIFICACIÓN No. 2019028688

LA SUSCRITA DIRECTORA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DEL INVIMA CERTIFICA QUE:

Que hasta la fecha y de conformidad con nuestra Legislación Sanitaria vigente, el producto: NEUTRAL ENZYME CLEANER / LIMPIADOR DE ENZIMAS NEUTRAS / BELIMED PROTECT:

Está contemplado entre los productos que NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia

INTERESADO: QUIRURGICOS LTDA
SOLICITANTE: RUBIELA ARIAS DE FAJARDO
RADICACIÓN: **20191156560**
FECHA RADICACIÓN: 14/08/2019

INDICACIONES Y USOS:

Especialmente formulado para eliminar depósitos difíciles de limpiar que se encuentran en instrumentos quirúrgicos, endoscopios flexibles y dispositivos médicos reutilizables asociados. Este limpiador de baja espuma combina las fuerzas de la hidrólisis enzimática para atacar los depósitos de proteínas que se encuentran en las superficies sucias de los instrumentos, con un sistema tensoactivo que elimina y suspende físicamente los depósitos.

PRESENTACION COMERCIAL:

Frasco de 5 L, Frasco de 10 L, Frasco de 25 L, Tambor de 220 L

COMPONENTES Y COMPOSICION:

< 5 % Tensoactivos aniónicos, < 5 % tensoactivos no aniónicos, < 5 % policarboxilatos, < 5 % fosfonatos, enzimas, inhibidores de la corrosión, conservantes, excipientes."

OBSERVACIONES: (Referencias y/o Modelos)

Referencias: Frasco de 5 L 19982 (Como se evidencia en etiqueta de folio 42), Frasco de 10 L 19983 (Como se evidencia en etiqueta de folio 44), Frasco de 25 L 19984 (Como se evidencia en etiqueta de folio 46) y Tambor de 220 L 19985 (Como se evidencia en etiqueta de folio 47).

De acuerdo con lo anterior, el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "*por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos*

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA
Oficina Principal: Cra 10 No 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 No 64 - 60
PBX 2948700
www.invima.gov.co

invima

Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 5 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

Elaborado por: *Aura Cecilia Forero* **Especialista de Producto**	**Aprobado por:** *Kesia Pinzón* **Director Técnico**

La salud es de todos | Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

CERTIFICACIÓN No. 2019028688

médicos para uso humano", por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos.

Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in vitro del INVIMA.

Se expide en Bogotá D.C., el 2 de Octubre de 2019 .
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTORA TÉCNICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Proyectó: Legal: anaranjoa, Técnico: sisazas Revisó: cordina_varios

Firma válida
Firmado digitalmente por LUCIA AYALA RODRIGUEZ
Fecha: 2019.10.16 11:40:36 COT
Razón: INVIMA
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
16 OCT 2019

ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE ESTA ENTIDAD

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

invima

Envase	Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 5 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

Elaborado por: *Aura Cecilia Forero* **Especialista de Producto**	**Aprobado por:** *Kesia Pinzón* **Director Técnico**

La salud es de todos | Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2019010614 DE 21 de Marzo de 2019
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

CONSIDERANDO

QUE MEDIANTE RESOLUCION NUMERO 2009015542 DEL 1 DE JUNIO DE 2009, EL INVIMA CONCEDIO REGISTRO SANIATRIO NUMERO INVIMA 2009DM-0003987 PARA EL PRODUCTO ELECTRODOS PARA MONITOREO ECG-GOLDEN CARE A FAVOR DE QUIRURGICOS LTDA CON DOMICILIO EN BOGOTA-D.C.
QUE MEDIANTE RESOLUCION NO. 2009021535 DE 28 DE JULIO DE 2009, EL INVIMA CONCEDIO MODIFICACION EN EL SENTIDO DE CAMBIAR LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO.
QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN NO.2010035653 DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2010, EL INVIMA MODIFICÓ LA RESOLUCIÓN NO. 2009015542 DEL 01/06/2009, EN EL SENTIDO DE AUTORIZAR EL CAMBIO DE TIEMPO DE VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO A 5 AÑOS.
MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 2015026407 DE 6 DE JULIO DE 2015 EL INVIMA MODIFICÓ LA LA RESOLUCIÓN NO.2009015542 DEL 01/06/2009 EN EL SENTIDO DE APROBAR: ADICIÓN DE FABRICANTE: BAISCHENG MEDICAL CO. LTD. CON DOMICILIO EN CHINA.
QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 2015038525 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015 EL INVIMA CORRIGIÓ LA LA RESOLUCIÓN NO. 2015026407 DE 06 DE JULIO DE 2015, EN SU ARTÍCULO PRIMERO, EN EL SENTIDO DE APROBAR LA ADICIÓN DE FABRICANTE.

QUE EL INTERESADO ALLEGÓ LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO – LEGAL PARA ACCEDER A LA RENOVACIÓN DEL MENCIONADO REGISTRO Y EN CONSECUENCIA, EL DIRECTOR(A) TÉCNICO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS ,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- RENOVAR REGISTRO SANITARIO POR EL TÉRMINO DE 10 AÑOS AL

PRODUCTO:	ELECTRODOS PARA MONITOREO ECG-GOLDEN CARE
MARCA(S):	GOLDEN CARE, GOLDEN CARE
REGISTRO SANITARIO NO.:	INVIMA 2019DM-0003987R1
TIPO DE REGISTRO:	IMPORTAR Y VENDER
TITULAR(ES):	QUIRURGICOS LTDA. CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
FABRICANTE(S):	BAISHENG MEDICAL CO. LTD. CON DOMICILIO EN CHINA
IMPORTADOR(ES):	QUIRURGICOS LTDA. CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
ACONDICIONADOR(ES):	QUIRURGICOS LTDA. CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C.
TIPO DE DISPOSITIVO	NO INVASIVO
RIESGO:	I

COMPOSICIÓN:

PARTES QUE COMPONEN EL DISPOSITIVO MÉDICO	COMPOSICIÓN CUALITATIVA
	GEL ADHESIVO CONDUCTOR
SENSOR	AG/AGCI-PLATA
	CLORURO DE PLATA
ALMOHADILLA BASE	ESPUMA DE POLIETILENO/ MATERIAL NO TEJIDO
	PAPEL

USOS: TRANSMISIÓN DE LA SEÑAL ELÉCTICA DE LA SUPERFICIE DEL CUERPO AL ELECTROCARDIOGRAFO
PARA PRODUCIR UN ELECTROCARDIOGRAMA.
PRESENTACIÓN COMERCIAL: EMPAQUE UNITARIO. PAQUETE X 3, 4, 5, 10,30 Y 100 UNIDADES, CAJA X 1000 UNIDADES
OBSERVACIONES: EL PRESENTE REGISTRO AMPARA:

301A
301B
301C
301D
301E
301F

, fecha de

Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

Elaborado por: *Aura Cecilia Forero* **Especialista de Producto**	**Aprobado por:** *Kesia Pinzón* **Director Técnico**

La salud es de todos | Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2019010614 DE 21 de Marzo de 2019
Por la cual se concede LA RENOVACIÓN de un Registro Sanitario

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

301G
301H
301I
301J
301K
301L
302A
302B
302C
302D
302E
302F
302G
302H
302J
302K
302L

VIDA UTIL: 5 AÑOS
EXPEDIENTE NO.: 20007022
RADICACIÓN: 20191038709
FECHA DE RADICACIÓN: 04 03 2019

ARTICULO SEGUNDO.- CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE **EL DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS**, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

ARTICULO TERCERO.- LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DADA EN BOGOTÁ D.C. A LOS 21 DE MARZO DE 2019
ESTE ESPACIO, HASTA LA FIRMA SE CONSIDERA EN BLANCO.

invima Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
03 ABR 2019
ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE ESTA ENTIDAD

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTOR(A) TÉCNICO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Proyectó: Legal: fmoscosom, Técnico: viarat, Revisó: cordina_varios

Firma válida
Firmado digitalmente por LUCIA AYALA RODRIGUEZ
Fecha: 2019.03.29 10:58:58 COT
Razón: INVIMA
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

cha de

Empaque	**Caja x 6 unidades**
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

Elaborado por: *Aura Cecilia Forero* **Especialista de Producto**	**Aprobado por:** *Kesia Pinzón* **Director Técnico**

La salud es de todos | Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2019044475 DE 7 de Octubre de 2019
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011, Decreto 582 de 2017.

EXPEDIENTE: 20007022 **RADICACIÓN:** 20191189410 **FECHA:** 26/09/2019
REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2019DM-0003987-R1 **VIGENCIA** 21/03/2029

ANTECEDENTES

QUE MEDIANTE RESOLUCION NUMERO 2009015542 DEL 1 DE JUNIO DE 2009, EL INVIMA CONCEDIO REGISTRO SANIATRIO NUMERO INVIMA 2009DM-0003987 PARA EL PRODUCTO ELECTRODOS PARA MONITOREO ECG-GOLDEN CARE A FAVOR DE QUIRURGICOS LTDA CON DOMICILIO EN BOGOTA-D.C.

QUE MEDIANTE RESOLUCION No. 2009021535 DE 28 de Julio de 2009, EL INVIMA CONCEDIO MODIFICACION EN EL SENTIDO DE CAMBIAR LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO.

Que mediante Resolución No.2010035653 DE 4 de Noviembre de 2010, El INVIMA modificó la Resolución No. 2009015542 DEL 01/06/2009, en el sentido de autorizar el cambio de tiempo de vida útil del producto a 5 años.

Mediante Resolución No. 2015026407 DE 6 de Julio de 2015 el INVIMA modificó la la Resolución No.2009015542 del 01/06/2009 en el sentido de APROBAR: ADICIÓN DE FABRICANTE: BAISCHENG MEDICAL CO. LTD. Con domicilio en China.

Que mediante Resolución No. 2015038525 de 25 de Septiembre de 2015 el INVIMA corrigió la la Resolución No. 2015026407 de 06 de julio de 2015, en su Artículo Primero, en el sentido de aprobar la adición de fabricante.

Que mediante RESOLUCION No. 2019008696 DE 11 de Marzo de 2019, El INVIMA modificó la Resolución No. 2009015542 DEL 01/06/2009, en el sentido de OBTENER APROBACION PARA EXCLUSION FABRICANTE, CAMBIO DOMICILIO ACONDICIONADOR Y EXCLUSION DE REFERENCIA.

QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 2019010614 DE 21 de Marzo de 2019, EL INVIMA renovo REGISTRO SANIATRIO NUMERO INVIMA 2019DM-0003987R1 PARA ELECTRODOS PARA MONITOREO ECG-GOLDEN CARE A FAVOR DE QUIRURGICOS LTDA CON DOMICILIO EN BOGOTA-D.C.

Que mediante escrito número 20191189410 radicado el 26/09/2019 , el DOCTOR Jairo Díaz Jaramillo, actuando en calidad de Representante legal de la empresa **QUIRURGICOS LTDA.**, presentó solicitud de modificación al Registro Sanitario mencionado, en el sentido de obtener aprobación en LA ADICION (de Etiquetas, Insertos y Stickers.) .

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que ante este Instituto se ha solicitado la concesión de una modificación con base en la verificación de la documentación técnico legal allegada ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías, emitiendo concepto favorable para la expedición de esta modificación.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017, el INVIMA de acuerdo con las facultades de inspección, vigilancia y control, podrá verificar en cualquier momento la información suministrada para la modificación automática, teniendo en cuenta el riesgo del dispositivo médico.

En consecuencia

echa de

Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

Elaborado por: *Aura Cecilia Forero* **Especialista de Producto**	**Aprobado por:** *Kesia Pinzón* **Director Técnico**

La salud es de todos | Minsalud

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCION No. 2019044475 DE 7 de Octubre de 2019
Por la cual se Modifica una Resolución

La Directora Técnica de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011, Decreto 582 de 2017.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución 2009015542 del 01/06/2009 que concedió Registró Sanitario número INVIMA 2019DM-0003987-R1 a favor de QUIRURGICOS LTDA. Con domicilio en BOGOTA - D.C. Para el producto ELECTRODOS PARA MONITOREO ECG-GOLDEN CARE en la modalidad IMPORTAR Y VENDER, en el sentido de **APROBAR:**

ADICION (de Etiquetas, Insertos y Stickers.) QUEDANDO: Se incluye la información del representante europeo autorizado.
EC REP - Prolix GmbH - Brehmetr.56 40236, Duesseldorf - Germany

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición, que deberá interponerse ante la DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.

ARTICULO CUARTO: Los Derechos que se deriven de esta Resolución quedaran sujetas al control posterior que debe realizar ante la Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías del INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA de conformidad con lo previsto por el artículo 3 del Decreto 582 del 04 de Abril de 2017.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el 7 de Octubre de 2019
Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

20 NOV 2019

ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE ESTA ENTIDAD

LUCIA AYALA RODRIGUEZ
DIRECTOR(A) TÉCNICO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS
Proyectó: Legal: dbelalcazarj, Técnico: jpalmap

Firma válida
Firmado digitalmente por LUCIA AYALA RODRIGUEZ
Fecha: 2019-10-09 16:06:54 COT
Razón: Invima
Locación: BOGOTA D.C., Colombia

, fecha de

Empaque	**Caja x 5 unidades**
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

Elaborado por: *Aura Cecilia Forero* **Especialista de Producto**	**Aprobado por:** *Kesia Pinzón* **Director Técnico**

- **Fichas técnicas**

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 5 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

Elaborado por: *Aura Cecilia Forero* **Especialista de Producto**	**Aprobado por:** *Kesia Pinzón* **Director Técnico**

AGUJA PARA BIOPSIA SEMIAUTOMÁTICA FINCORE		
Fabricante:	Dr. Japan Co. Ltd.	
Marca:	Dr. Japan	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	Japón	
Registro Sanitario:	INVIMA 2019DM-0019339	
Vigencia:	11/02/2029	
Clasificación del Riesgo	IIA	
Especificación Técnica	• Aguja Biopsia para de tejidos blandos, • Semiautomática • Punta con marcador especial de ECO. • Marcador de Profundidad en Centímetros. • Tope deslizante (Dos opciones de posicionamiento para tomar la muestra, (1cm o 2cm) • Estéril EO • Envase Papel Grado Medico por unidad • Tamaño Sin Guía de Punción Individual: *Longitud 100mm; Diámetro: 14G, 16G, 18G, 20G14G *Longitud 150 mm; Diámetro: 14G, 16G, 18G *Longitud 200 mm; Diámetro 18G Tamaño con Guía de Punción Individual: * Longitud 150 MM; Diámetro: 14G, 16G, 18G	

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 5 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

Elaborado por: *Aura Cecilia Forero* **Especialista de Producto**	**Aprobado por:** *Kesia Pinzón* **Director Técnico**

QUIRURGICOS LTDA.	**FICHA TÉCNICA**	**Fecha Emisión 2019/06**
		Página 1 de 2

Advertencias y Precauciones de Uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco. • Leer instrucciones de uso adjuntas al producto,
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Aguja y Estilete Mango	Acero inoxidable. Policarbonato.	• Resistencia mecánica. • Corto punzante. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 5 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

Elaborado por: *Aura Cecilia Forero* **Especialista de Producto**	**Aprobado por:** *Kesia Pinzón* **Director Técnico**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidossanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 5 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

Elaborado por: *Aura Cecilia Forero* **Especialista de Producto**	**Aprobado por:** *Kesia Pinzón* **Director Técnico**

AGUJA PARA BIOPSIA SEMIAUTOMÁTICA FINCORE		
Fabricante:	Dr. Japan Co. Ltd.	
Marca:	Dr. Japan	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	Japón	
Registro Sanitario:	INVIMA 2019DM-0019339	
Vigencia:	11/02/2029	
Clasificación del Riesgo	IIA	
Especificación Técnica	• Aguja Biopsia para de tejidos blandos, • Semiautomática • Punta con marcador especial de ECO. • Marcador de Profundidad en Centímetros. • Tope deslizante (Dos opciones de posicionamiento para tomar la muestra, (1cm o 2cm) • Estéril EO • Envase Papel Grado Medico por unidad • Tamaño Sin Guía de Punción Individual: *Longitud 100mm; Diámetro: 14G, 16G, 18G, 20G14G *Longitud 150 mm; Diámetro: 14G, 16G, 18G *Longitud 200 mm; Diámetro 18G Tamaño con Guía de Punción Individual: * Longitud 150 MM; Diámetro: 14G, 16G, 18G	
Advertencias y Precauciones de Uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco. • Leer instrucciones de uso adjuntas al producto,	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Aguja y Estilete Mango	Acero inoxidable. Policarbonato.	• Resistencia mecánica. • Corto punzante. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 5 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

Elaborado por: *Aura Cecilia Forero* **Especialista de Producto**	**Aprobado por:** *Kesia Pinzón* **Director Técnico**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidossanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 5 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

Elaborado por: *Aura Cecilia Forero* **Especialista de Producto**	**Aprobado por:** *Kesia Pinzón* **Director Técnico**

AGUJA PARA BIOPSIA SEMIAUTOMÁTICA FINCORE		
Fabricante:	Dr. Japan Co. Ltd.	
Marca:	Dr. Japan	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	Japón	
Registro Sanitario:	INVIMA 2019DM-0019339	
Vigencia:	11/02/2029	
Clasificación del Riesgo	IIA	
Especificación Técnica	• Aguja Biopsia para de tejidos blandos, • Semiautomática • Punta con marcador especial de ECO. • Marcador de Profundidad en Centímetros. • Tope deslizante (Dos opciones de posicionamiento para tomar la muestra, (1cm o 2cm) • Estéril EO • Envase Papel Grado Medico por unidad • Tamaño Sin Guía de Punción Individual: *Longitud 100mm; Diámetro: 14G, 16G, 18G, 20G14G *Longitud 150 mm; Diámetro: 14G, 16G, 18G *Longitud 200 mm; Diámetro 18G Tamaño con Guía de Punción Individual: * Longitud 150 MM; Diámetro: 14G, 16G, 18G	
Advertencias y Precauciones de Uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco. • Leer instrucciones de uso adjuntas al producto,	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Aguja y Estilete Mango	Acero inoxidable. Policarbonato.	• Resistencia mecánica. • Corto punzante. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 5 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

Elaborado por: *Aura Cecilia Forero* **Especialista de Producto**	**Aprobado por:** *Kesia Pinzón* **Director Técnico**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidossanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 5 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

Elaborado por: *Aura Cecilia Forero* **Especialista de Producto**	**Aprobado por:** *Kesia Pinzón* **Director Técnico**

AGUJA PARA BIOPSIA SEMIAUTOMÁTICA FINCORE		
Fabricante:	Dr. Japan Co. Ltd.	
Marca:	Dr. Japan	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	Japón	
Registro Sanitario:	INVIMA 2019DM-0019339	
Vigencia:	11/02/2029	
Clasificación del Riesgo	IIA	
Especificación Técnica	• Aguja Biopsia para de tejidos blandos, • Semiautomática • Punta con marcador especial de ECO. • Marcador de Profundidad en Centímetros. • Tope deslizante (Dos opciones de posicionamiento para tomar la muestra, (1cm o 2cm) • Estéril EO • Envase Papel Grado Medico por unidad • Tamaño Sin Guía de Punción Individual: *Longitud 100mm; Diámetro: 14G, 16G, 18G, 20G14G *Longitud 150 mm; Diámetro: 14G, 16G, 18G *Longitud 200 mm; Diámetro 18G Tamaño con Guía de Punción Individual: * Longitud 150 MM; Diámetro: 14G, 16G, 18G	
Advertencias y Precauciones de Uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco. • Leer instrucciones de uso adjuntas al producto,	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Aguja y Estilete Mango	Acero inoxidable. Policarbonato.	• Resistencia mecánica. • Corto punzante. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 5 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

Elaborado por: *Aura Cecilia Forero* **Especialista de Producto**	**Aprobado por:** *Kesia Pinzón* **Director Técnico**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidossanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 5 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

Elaborado por: *Aura Cecilia Forero* **Especialista de Producto**	**Aprobado por:** *Kesia Pinzón* **Director Técnico**

AGUJA PARA BIOPSIA SEMIAUTOMÁTICA FINCORE		
Fabricante:	Dr. Japan Co. Ltd.	
Marca:	Dr. Japan	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	Japón	
Registro Sanitario:	INVIMA 2019DM-0019339	
Vigencia:	11/02/2029	
Clasificación del Riesgo	IIA	
Especificación Técnica	• Aguja Biopsia para de tejidos blandos, • Semiautomática • Punta con marcador especial de ECO. • Marcador de Profundidad en Centímetros. • Tope deslizante (Dos opciones de posicionamiento para tomar la muestra, (1cm o 2cm) • Estéril EO • Envase Papel Grado Medico por unidad • Tamaño Sin Guía de Punción Individual: *Longitud 100mm; Diámetro: 14G, 16G, 18G, 20G14G *Longitud 150 mm; Diámetro: 14G, 16G, 18G *Longitud 200 mm; Diámetro 18G Tamaño con Guía de Punción Individual: * Longitud 150 MM; Diámetro: 14G, 16G, 18G	
Advertencias y Precauciones de Uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco. • Leer instrucciones de uso adjuntas al producto,	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Aguja y Estilete Mango	Acero inoxidable. Policarbonato.	• Resistencia mecánica. • Corto punzante. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 5 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

Elaborado por: *Aura Cecilia Forero* **Especialista de Producto**	**Aprobado por:** *Kesia Pinzón* **Director Técnico**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidossanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 5 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

Elaborado por: *Aura Cecilia Forero* **Especialista de Producto**	**Aprobado por:** *Kesia Pinzón* **Director Técnico**

AGUJA PARA BIOPSIA SEMIAUTOMÁTICA FINCORE		
Fabricante:	Dr. Japan Co. Ltd.	
Marca:	Dr. Japan	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	Japón	
Registro Sanitario:	INVIMA 2019DM-0019339	
Vigencia:	11/02/2029	
Clasificación del Riesgo	IIA	
Especificación Técnica	• Aguja Biopsia para de tejidos blandos, • Semiautomática • Punta con marcador especial de ECO. • Marcador de Profundidad en Centímetros. • Tope deslizante (Dos opciones de posicionamiento para tomar la muestra, (1cm o 2cm) • Estéril EO • Envase Papel Grado Medico por unidad • Tamaño Sin Guía de Punción Individual: *Longitud 100mm; Diámetro: 14G, 16G, 18G, 20G14G *Longitud 150 mm; Diámetro: 14G, 16G, 18G *Longitud 200 mm; Diámetro 18G Tamaño con Guía de Punción Individual: * Longitud 150 MM; Diámetro: 14G, 16G, 18G	
Advertencias y Precauciones de Uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco. • Leer instrucciones de uso adjuntas al producto,	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Aguja y Estilete Mango	Acero inoxidable. Policarbonato.	• Resistencia mecánica. • Corto punzante. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 5 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

Elaborado por: *Aura Cecilia Forero* **Especialista de Producto**	**Aprobado por:** *Kesia Pinzón* **Director Técnico**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidossanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 5 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

Elaborado por: *Aura Cecilia Forero* **Especialista de Producto**	**Aprobado por:** *Kesia Pinzón* **Director Técnico**

AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL		
Fabricante:	Tianjin Hanaco Medical CO LTD	
Marca:	Dr. Japan	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	INVIMA 2014DM-0011553	
Vigencia:	24/07/2024	
Clasificación del Riesgo	IIB	
Descripción General del producto	Aguja para anestesia espinal punta K-3 (biselada); Calibre o No. 18, 19, 20,22, 23, 24, 25, 26, 27 G X 90 mm	
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco. • Leer con precaución las instrucciones de uso del producto	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento esta vencida	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Aguja y Camisa Cámara	Acero inoxidable con revestimiento de bronce níquel. Polietileno transparente.	• Resistencia mecánica. • Corto punzante. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 50 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidossanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL		
Fabricante:	Tianjin Hanaco Medical CO LTD	
Marca:	Dr. Japan	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	INVIMA 2014DM-0011553	
Vigencia:	24/07/2024	
Clasificación del Riesgo	IIB	
Descripción General del producto	Aguja para anestesia espinal punta K-3 (biselada); Calibre o No. 18, 19, 20,22, 23, 24, 25, 26, 27 G X 90 mm	
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco. • Leer con precaución las instrucciones de uso del producto	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento esta vencida	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Aguja y Camisa Cámara	Acero inoxidable con revestimiento de bronce níquel. Polietileno transparente.	• Resistencia mecánica. • Corto punzante. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 50 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidossanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL		
Fabricante:	Tianjin Hanaco Medical CO LTD	
Marca:	Dr. Japan	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	INVIMA 2014DM-0011553	
Vigencia:	24/07/2024	
Clasificación del Riesgo	IIB	
Descripción General del producto	Aguja para anestesia espinal punta K-3 (biselada); Calibre o No. 18, 19, 20,22, 23, 24, 25, 26, 27 G X 90 mm	
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco. • Leer con precaución las instrucciones de uso del producto	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento esta vencida	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Aguja y Camisa Cámara	Acero inoxidable con revestimiento de bronce níquel. Polietileno transparente.	• Resistencia mecánica. • Corto punzante. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 50 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidossanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL		
Fabricante:	Tianjin Hanaco Medical CO LTD	
Marca:	Dr. Japan	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	INVIMA 2014DM-0011553	
Vigencia:	24/07/2024	
Clasificación del Riesgo	IIB	
Descripción General del producto	Aguja para anestesia espinal punta K-3 (biselada); Calibre o No. 18, 19, 20,22, 23, 24, 25, 26, 27 G X 90 mm	
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco. • Leer con precaución las instrucciones de uso del producto	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento esta vencida	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Aguja y Camisa Cámara	Acero inoxidable con revestimiento de bronce níquel. Polietileno transparente.	• Resistencia mecánica. • Corto punzante. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 50 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidossanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL		
Fabricante:	Tianjin Hanaco Medical CO LTD	
Marca:	Dr. Japan	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	INVIMA 2014DM-0011553	
Vigencia:	24/07/2024	
Clasificación del Riesgo	IIB	
Descripción General del producto	Aguja para anestesia espinal punta K-3 (biselada); Calibre o No. 18, 19, 20,22, 23, 24, 25, 26, 27 G X 90 mm	
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco. • Leer con precaución las instrucciones de uso del producto	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento esta vencida	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Aguja y Camisa Cámara	Acero inoxidable con revestimiento de bronce níquel. Polietileno transparente.	• Resistencia mecánica. • Corto punzante. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 50 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidossanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

AGUJA PARA BIOPSIA SEMIAUTOMÁTICA FINCORE		
Fabricante:	Dr. Japan Co. Ltd.	
Marca:	Dr. Japan	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	Japón	
Registro Sanitario:	INVIMA 2019DM-0019339	
Vigencia:	11/02/2029	
Clasificación del Riesgo	IIA	
Especificación Técnica	• Aguja Biopsia para de tejidos blandos, • Semiautomática • Punta con marcador especial de ECO. • Marcador de Profundidad en Centímetros. • Tope deslizante (Dos opciones de posicionamiento para tomar la muestra, (1cm o 2cm) • Estéril EO • Envase Papel Grado Medico por unidad • Tamaño Sin Guía de Punción Individual: *Longitud 100mm; Diámetro: 14G, 16G, 18G, 20G14G *Longitud 150 mm; Diámetro: 14G, 16G, 18G *Longitud 200 mm; Diámetro 18G Tamaño con Guía de Punción Individual: * Longitud 150 MM; Diámetro: 14G, 16G, 18G	
Advertencias y Precauciones de Uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco. • Leer instrucciones de uso adjuntas al producto,	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Aguja y Estilete Mango	Acero inoxidable. Policarbonato.	• Resistencia mecánica. • Corto punzante. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 5 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

Elaborado por: *Aura Cecilia Forero* **Especialista de Producto**	**Aprobado por:** *Kesia Pinzón* **Director Técnico**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidossanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

BOLSA PARA DRENAJE URINARIO		
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	Nacional	
Registro Sanitario INVIMA:	INVIMA 2020DM-0006057-R1	
Vigencia:	29/07/2030	
Clasificación del Riesgo	I	
Descripción General del producto	Bolsa para recolección de orina, fabricada en PVC, libre de látex, Capacidad 2000 cc, soporte de fijación y sistema para vaciar con llave de seguridad.	
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Un solo uso por paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco • Leer instrucciones de uso adjuntas al producto.	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Bolsa recolección orina Filtro ventilación	P.V.C.	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 50 unidades
Condiciones Almace-namiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

FICHA TECNICA	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidossanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

CANULA DE GUEDEL O MAYO		
Fabricante:	Bioplast S. A.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 Años	
Procedencia:	Industria Nacional	
Registro Sanitario INVIMA:	2011DM-0008169	
Vigencia:	23/11/2021	
Clasificación del Riesgo	IIA	
Descripción General del producto	Cánulas oro faríngeas de Guedel No. 0, 1. 2. 3, 4, 5 Fabricada en PVC grado medico atoxico, transparente, superficie lisa, anillo mordedor para evitar oclusión accidental, con tope bucal, anillo por colores para identificación de tamaños. Esterilizada con OE	
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un sol paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco. • Leer instrucciones de uso adjuntas al producto,	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Cánula de Guedel	P.V.C. Libre de Látex	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Bolsa x 50 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 dediciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

CANULA DE GUEDEL O MAYO		
Fabricante:	Bioplast S. A.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 Años	
Procedencia:	Industria Nacional	
Registro Sanitario INVIMA:	2011DM-0008169	
Vigencia:	23/11/2021	
Clasificación del Riesgo	IIA	
Descripción General del producto	Cánulas oro faríngeas de Guedel No. 0, 1. 2. 3, 4, 5 Fabricada en PVC grado medico atoxico, transparente, superficie lisa, anillo mordedor para evitar oclusión accidental, con tope bucal, anillo por colores para identificación de tamaños. Esterilizada con OE	
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un sol paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco. • Leer instrucciones de uso adjuntas al producto,	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Cánula de Guedel	P.V.C. Libre de Látex	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Bolsa x 50 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 dediciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

CANULA DE GUEDEL O MAYO		
Fabricante:	Bioplast S. A.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 Años	
Procedencia:	Industria Nacional	
Registro Sanitario INVIMA:	2011DM-0008169	
Vigencia:	23/11/2021	
Clasificación del Riesgo	IIA	
Descripción General del producto	Cánulas oro faríngeas de Guedel No. 0, 1. 2. 3, 4, 5 Fabricada en PVC grado medico atoxico, transparente, superficie lisa, anillo mordedor para evitar oclusión accidental, con tope bucal, anillo por colores para identificación de tamaños. Esterilizada con OE	
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un sol paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco. • Leer instrucciones de uso adjuntas al producto,	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Cánula de Guedel	P.V.C. Libre de Látex	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Bolsa x 50 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 dediciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

CANULA DE GUEDEL O MAYO		
Fabricante:	Bioplast S. A.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 Años	
Procedencia:	Industria Nacional	
Registro Sanitario INVIMA:	2011DM-0008169	
Vigencia:	23/11/2021	
Clasificación del Riesgo	IIA	
Descripción General del producto	Cánulas oro faríngeas de Guedel No. 0, 1. 2. 3, 4, 5 Fabricada en PVC grado medico atoxico, transparente, superficie lisa, anillo mordedor para evitar oclusión accidental, con tope bucal, anillo por colores para identificación de tamaños. Esterilizada con OE	
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un sol paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco. • Leer instrucciones de uso adjuntas al producto,	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Cánula de Guedel	P.V.C. Libre de Látex	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Bolsa x 50 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 dediciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

CANULA DE GUEDEL O MAYO		
Fabricante:	Bioplast S. A.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 Años	
Procedencia:	Industria Nacional	
Registro Sanitario INVIMA:	2011DM-0008169	
Vigencia:	23/11/2021	
Clasificación del Riesgo	IIA	
Descripción General del producto	Cánulas oro faríngeas de Guedel No. 0, 1. 2. 3, 4, 5 Fabricada en PVC grado medico atoxico, transparente, superficie lisa, anillo mordedor para evitar oclusión accidental, con tope bucal, anillo por colores para identificación de tamaños. Esterilizada con OE	
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un sol paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco. • Leer instrucciones de uso adjuntas al producto,	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Cánula de Guedel	P.V.C. Libre de Látex	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Bolsa x 50 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 dediciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

CANULA DE GUEDEL O MAYO		
Fabricante:	Bioplast S. A.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 Años	
Procedencia:	Industria Nacional	
Registro Sanitario INVIMA:	2011DM-0008169	
Vigencia:	23/11/2021	
Clasificación del Riesgo	IIA	
Descripción General del producto	Cánulas oro faríngeas de Guedel No. 0, 1. 2. 3, 4, 5 Fabricada en PVC grado medico atoxico, transparente, superficie lisa, anillo mordedor para evitar oclusión accidental, con tope bucal, anillo por colores para identificación de tamaños. Esterilizada con OE	
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un sol paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco. • Leer instrucciones de uso adjuntas al producto,	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Cánula de Guedel	P.V.C. Libre de Látex	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Bolsa x 50 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 dediciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

CANULA PARA TRAQUEOSTOMÍA		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2016DM-0000280-R1	
Vigencia:	22/12/2026	
Clasificación del Riesgo	IIA	

Descripción General del Producto	Tubo hueco en PVC grado medico con con o sin balón, que se insertada directamente en la tráquea a través de una incisión quirúrgica. Línea radiopaca en toda su longitud para la detección de la colocación correcta. Conector estándar ISO universal para los equipos de ventilación Placa soporte del cuello Impreso con información para su fácil identificación. Correas previstas en el paquete para la fijación de la cánula. Punta redondeada suave del obturador reduce el trauma durante la inserción. Presentación: Cánula con balón alto volumen/baja presión y balón control de insuflación ID: 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 9.0 mm, Cánula para traqueotomía Sin balón ID: 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm.
Uso y/o Indicación	Sistema Invasivo que permite mantener permeable la vía aérea, cuando existe una lesión de la vía aérea alta.
Advertencias y pre-cauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado

MATERIALES

PIEZAS	TIPO	CARACTERÍSTICAS
Tubo y Balón Guía	PVC y Silicona. Conector en Polipropileno	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO

Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 10 unidades
Condiciones Alma-cenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

CANULA PARA TRAQUEOSTOMÍA		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2016DM-0000280-R1	
Vigencia:	22/12/2026	
Clasificación del Riesgo	IIA	
Descripción General del Producto	Tubo hueco en PVC grado medico con con o sin balón, que se insertada directamente en la tráquea a través de una incisión quirúrgica. Línea radiopaca en toda su longitud para la detección de la colocación correcta. Conector estándar ISO universal para los equipos de ventilación Placa soporte del cuello Impreso con información para su fácil identificación. Correas previstas en el paquete para la fijación de la cánula. Punta redondeada suave del obturador reduce el trauma durante la inserción. Presentación: Cánula con balón alto volumen/baja presión y balón control de insuflación ID: 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 9.0 mm, Cánula para traqueotomía Sin balón ID: 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm.	
Uso y/o Indicación	Sistema Invasivo que permite mantener permeable la vía aérea, cuando existe una lesión de la vía aérea alta.	
Advertencias y pre-cauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Tubo y Balón Guía	PVC y Silicona. Conector en Polipropileno	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 10 unidades
Condiciones Alma-cenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

CANULA PARA TRAQUEOSTOMÍA		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2016DM-0000280-R1	
Vigencia:	22/12/2026	
Clasificación del Riesgo	IIA	
Descripción General del Producto	Tubo hueco en PVC grado medico con con o sin balón, que se insertada directamente en la tráquea a través de una incisión quirúrgica. Línea radiopaca en toda su longitud para la detección de la colocación correcta. Conector estándar ISO universal para los equipos de ventilación Placa soporte del cuello Impreso con información para su fácil identificación. Correas previstas en el paquete para la fijación de la cánula. Punta redondeada suave del obturador reduce el trauma durante la inserción. Presentación: Cánula con balón alto volumen/baja presión y balón control de insuflación ID: 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 9.0 mm, Cánula para traqueotomía Sin balón ID: 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm.	
Uso y/o Indicación	Sistema Invasivo que permite mantener permeable la vía aérea, cuando existe una lesión de la vía aérea alta.	
Advertencias y pre-cauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Tubo y Balón Guía	PVC y Silicona. Conector en Polipropileno	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 10 unidades
Condiciones Alma-cenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

CANULA PARA TRAQUEOSTOMÍA		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2016DM-0000280-R1	
Vigencia:	22/12/2026	
Clasificación del Riesgo	IIA	

Descripción General del Producto	Tubo hueco en PVC grado medico con con o sin balón, que se insertada directamente en la tráquea a través de una incisión quirúrgica. Línea radiopaca en toda su longitud para la detección de la colocación correcta. Conector estándar ISO universal para los equipos de ventilación Placa soporte del cuello Impreso con información para su fácil identificación. Correas previstas en el paquete para la fijación de la cánula. Punta redondeada suave del obturador reduce el trauma durante la inserción. Presentación: Cánula con balón alto volumen/baja presión y balón control de insuflación ID: 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 9.0 mm, Cánula para traqueotomía Sin balón ID: 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm.
Uso y/o Indicación	Sistema Invasivo que permite mantener permeable la vía aérea, cuando existe una lesión de la vía aérea alta.
Advertencias y pre-cauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado

MATERIALES

PIEZAS	TIPO	CARACTERÍSTICAS
Tubo y Balón Guía	PVC y Silicona. Conector en Polipropileno	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO

Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 10 unidades
Condiciones Alma-cenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidossanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

CANULA PARA TRAQUEOSTOMÍA		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2016DM-0000280-R1	
Vigencia:	22/12/2026	
Clasificación del Riesgo	IIA	
Descripción General del Producto	Tubo hueco en PVC grado medico con con o sin balón, que se insertada directamente en la tráquea a través de una incisión quirúrgica. Línea radiopaca en toda su longitud para la detección de la colocación correcta. Conector estándar ISO universal para los equipos de ventilación Placa soporte del cuello Impreso con información para su fácil identificación. Correas previstas en el paquete para la fijación de la cánula. Punta redondeada suave del obturador reduce el trauma durante la inserción. Presentación: Cánula con balón alto volumen/baja presión y balón control de insuflación ID: 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 9.0 mm, Cánula para traqueotomía Sin balón ID: 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm.	
Uso y/o Indicación	Sistema Invasivo que permite mantener permeable la vía aérea, cuando existe una lesión de la vía aérea alta.	
Advertencias y pre-cauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Tubo y Balón Guía	PVC y Silicona. Conector en Polipropileno	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 10 unidades
Condiciones Alma-cenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

CANULA PARA TRAQUEOSTOMÍA		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2016DM-0000280-R1	
Vigencia:	22/12/2026	
Clasificación del Riesgo	IIA	

Descripción General del Producto	Tubo hueco en PVC grado medico con con o sin balón, que se insertada directamente en la tráquea a través de una incisión quirúrgica. Línea radiopaca en toda su longitud para la detección de la colocación correcta. Conector estándar ISO universal para los equipos de ventilación Placa soporte del cuello Impreso con información para su fácil identificación. Correas previstas en el paquete para la fijación de la cánula. Punta redondeada suave del obturador reduce el trauma durante la inserción. Presentación: Cánula con balón alto volumen/baja presión y balón control de insuflación ID: 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 9.0 mm, Cánula para traqueotomía Sin balón ID: 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm.
Uso y/o Indicación	Sistema Invasivo que permite mantener permeable la vía aérea, cuando existe una lesión de la vía aérea alta.
Advertencias y pre-cauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado

MATERIALES

PIEZAS	TIPO	CARACTERÍSTICAS
Tubo y Balón Guía	PVC y Silicona. Conector en Polipropileno	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO

Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 10 unidades
Condiciones Alma-cenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidossanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

Fabricante:	Baisheng Medical Co., LTD.
Marca:	Golden Care
Vida Útil:	5 años
Procedencia:	China
Registro Sanitario:	INVIMA 2009DM-0003987R1
Vigencia:	21/03/2029
Clasificación del Riesgo	I



Descripción General del producto	El electrodo de ECG desechable se adhiere a la piel con firmeza, Elaborado en en espuma, (foam). Gel adhesivo hipoalergénico, (adherencia firme por largo tiempo), Gel conductivo grado médico, hipoalergénico, incluso en paciente sudoroso (diaforético), Sensor en Cloruro de Plata (AgCl) y broche es Plata (Ag) Tamaño: Neonatal/Pediátrico: 30 mm de diámetro. Adulto/Pediátrico: 40 mm de diámetro
Uso y/o Indicación	Monitoreo cardiaco en paciente adulto, pediátrico y neonatal. Colocar sobre piel limpia y seca, (No colocar sobre piel lacerada, pieles sensibles asociadas a patología o con abundante vellosidad), autoadhesivo
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.
Contraindicaciones	• No utilizar si la fecha de vencimiento ha caducado • No utilizar sobre piel húmeda, lacerada o abundante vellosidad.

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERISTICAS**
Electrodo Adhesivo Conductivo	Espuma (foam) Gel adhesivo Gel conductivo	• Flexible. • Material inerte. hipoalergénico • Libre de látex y baja concentración de Cl.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Bolsa en aluminio flexible x 100 piezas Rótulo que contiene identificación (Referencia) y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras. R.S.
Empaque/Embalaje	Caja cartón rígido laminado x 10 paquetes.
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

Elaborado por: *Aura Cecilia Forero*	**Aprobado por:** *Kesia Pinzon* **Director Técnico**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• Producto listo para su uso. • Envase sellado. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite conservación del producto. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) N° 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) N° 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

FOTO FISICA DEL PRO-
DUCTO



ELECTRODO MONITEREO CARDIACO		
Fabricante:	Baisheng Medical Co., LTD.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario:	INVIMA 2009DM-0003987R1	
Vigencia:	21/03/2029	
Clasificación del Riesgo	I	
Descripción General del producto	El electrodo de ECG desechable se adhiere a la piel con firmeza, Elaborado en en espuma, (foam). Gel adhesivo hipoalergénico, (adherencia firme por largo tiempo), Gel conductivo grado médico, hipoalergénico, incluso en paciente sudoroso (diaforético), Sensor en Cloruro de Plata (AgCl) y broche es Plata (Ag) Tamaño: Neonatal/Pediátrico: 30 mm de diámetro. Adulto/Pediátrico: 40 mm de diámetro	
Uso y/o Indicación	Monitoreo cardiaco en paciente adulto, pediátrico y neonatal. Colocar sobre piel limpia y seca, (No colocar sobre piel lacerada, pieles sensibles asociadas a patología o con abundante vellosidad), autoadhesivo	
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	
Contraindicaciones	• No utilizar si la fecha de vencimiento ha caducado • No utilizar sobre piel húmeda, lacerada o abundante vellosidad.	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERISTICAS**
Electrodo Adhesivo Conductivo	Espuma (foam) Gel adhesivo Gel conductivo	• Flexible. • Material inerte. hipoalergénico • Libre de látex y baja concentración de Cl.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Bolsa en aluminio flexible x 100 piezas Rótulo que contiene identificación (Referencia) y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras. R.S.
Empaque/Embalaje	Caja cartón rígido laminado x 10 paquetes.
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.


Elaborado por: *Aura Cecilia Forero*	**Aprobado por:** *Kesia Pinzon* **Director Técnico**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• Producto listo para su uso. • Envase sellado. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite conservación del producto. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) N° 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) N° 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

FOTO FISICA DEL PRODUCTO



FILTRO BACTERIAL / VIRAL HME	
Fabricante:	Altera Tibbi Malzeme San Ve Tic As
Marca:	Altech
Vida Útil:	5 años
Procedencia:	Turquía
Registro Sanitario INVIMA:	2011DM-0007314
Vigencia:	22/05/2021
Descripción General del producto	Filtro Adulto, Bacterial/Viral HME, E, transparente y de alto impacto, fácil de ver la cie del filtro. Puerto para conecta conectar línea de capnografía, conexión estándar MF Y 22 mm M.
Características	Volumen corriente 150/1500 ml. Espacio Muerto: 55 ml Eficiencia Bacterial/Viral: >99,9999% Y Eficiencia a la Humedad: >99,9999%Resistencia al Flujo: • 30 L/min, 8 mm H_2O • 60 L/min 21 mm H_2O • 90 L/min 39 mm H_2O Peso: 35.6 gr.
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías




MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Carcasa Filtro	Polietileno (P.E) y Etil Vinil Acetato (EVA) Foam	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte. • Libre de látex

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 50 un
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

Elaborado por:	**Aprobado por:**
Aura Cecilia Forero	*Kesia Pinzón* **Director Técnico**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidossanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

FILTRO BACTERIAL / VIRAL HME	
Fabricante:	Altera Tibbi Malzeme San Ve Tic As
Marca:	Altech
Vida Útil:	5 años
Procedencia:	Turquía
Registro Sanitario INVIMA:	2011DM-0007314
Vigencia:	22/05/2021
Descripción General del producto	Filtro Adulto, Bacterial/Viral HME, cie del filtro. Puerto para conecta MF Y 22 mm M.
Características	Volumen corriente 150/1500 ml. Espacio Muerto: 55 ml Eficiencia Bacterial/Viral: >99,9999% Y Eficiencia a la Humedad: >99,9999%Resistencia al Flujo: • 30 L/min, 8 mm H_2O • 60 L/min 21 mm H_2O • 90 L/min 39 mm H_2O Peso: 35.6 gr.
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías



E, transparente y de alto impacto, fácil de ver la conectar línea de capnografía, conexión estándar


MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Carcasa Filtro	Polietileno (P.E) y Etil Vinil Acetato (EVA) Foam	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte. • Libre de látex

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 50 un
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

Elaborado por:	**Aprobado por:**
Aura Cecilia Forero	*Kesia Pinzón* **Director Técnico**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidossanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

FILTRO BACTERIAL / VIRAL HME	
Fabricante:	Altera Tibbi Malzeme San Ve Tic As
Marca:	Altech
Vida Útil:	5 años
Procedencia:	Turquía
Registro Sanitario INVIMA:	2011DM-0007314
Vigencia:	22/05/2021
Descripción General del producto	Filtro Adulto, Bacterial/Viral HME, cie del filtro. Puerto para conecta MF Y 22 mm M.
Características	Volumen corriente 150/1500 ml. Espacio Muerto: 55 ml Eficiencia Bacterial/Viral: >99,9999% Y Eficiencia a la Humedad: >99,9999%Resistencia al Flujo: • 30 L/min, 8 mm H_2O • 60 L/min 21 mm H_2O • 90 L/min 39 mm H_2O Peso: 35.6 gr.
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías



E, transparente y de alto impacto, fácil de ver la conectar línea de capnografía, conexión estándar

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Carcasa Filtro	Polietileno (P.E) y Etil Vinil Acetato (EVA) Foam	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte. • Libre de látex

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 50 un
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

Elaborado por:	**Aprobado por:**
Aura Cecilia Forero	*Kesia Pinzón* **Director Técnico**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidossanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

MINI FILTRO BACERIAL VIRAL / HME		
Fabricante:	Altera Tibbi Malzeme San Ve Tic As	
Marca:	Altech	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	Turquía	
Registro Sanitario INVIMA:	2011DM-0007314	
Vigencia:	22/05/2021	
Descripción General del producto	Mini Filtro neonatal/pediátrico Bacterial/Viral, HME (Intercambiador, mezclador yhumi-dificador). Puerto para conectar línea de capnografía, conexión estándar 15 mm.	
Características	Volumen corriente 70/600 ml. Espacio Muerto: 22 ml Eficiencia Bacterial/Viral: 99,9999% y Eficiencia Viral: 99% Resistencia al Flujo: • 0,15 L/s - 0,5 cm H_2O • 0,25 L/s – 1 cm H_2O • 0,50 L/s – 2,1 cm H_2O Peso: 16.5 gr Eficiencia a la Humedad: 31 mg/lt H2O	
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. Estéril EO • Conservar en un lugar fresco y seco.	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías	


MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Carcasa Filtro	Polietileno (P.E) y Etil Vinil Acetato (EVA) Foam	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte. • Libre de látex

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devenci-miento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 40 un
Condiciones Al-macenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

Elaborado por: *Aura Cecilia Forero*	**Aprobado por:** *Kesia Pinzón* **Director Técnico**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidossanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

FILTRO BACTERIAL / VIRAL HME	
Fabricante:	Altera Tibbi Malzeme San Ve Tic As
Marca:	Altech
Vida Útil:	5 años
Procedencia:	Turquía
Registro Sanitario INVIMA:	2011DM-0007314
Vigencia:	22/05/2021
Descripción General del producto	Filtro Adulto, Bacterial/Viral HME, cie del filtro. Puerto para conecta MF Y 22 mm M.
Características	Volumen corriente 150/1500 ml. Espacio Muerto: 55 ml Eficiencia Bacterial/Viral: >99,9999% Y Eficiencia a la Humedad: >99,9999%Resistencia al Flujo: • 30 L/min, 8 mm H_2O • 60 L/min 21 mm H_2O • 90 L/min 39 mm H_2O Peso: 35.6 gr.
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías



E, transparente y de alto impacto, fácil de ver la conectar línea de capnografía, conexión estándar

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Carcasa Filtro	Polietileno (P.E) y Etil Vinil Acetato (EVA) Foam	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte. • Libre de látex

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 50 un
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

Elaborado por:	**Aprobado por:**
Aura Cecilia Forero	*Kesia Pinzón* **Director Técnico**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidossanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

GUÍA PARA TUBO ENDOTRAQUEAL		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2016DM-0000271-R1	
Vigencia:	20/09/2026	
Clasificación del Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Guías o estiletes maleable de fácil manejo en la intubación endotraqueal, Adulto: longitud 383 mm X 14 Fr. Pediátrica: Longitud 382mm X 10 Fr. Neonatal: Longitud 302 mm X 6 Fr.	
Uso y/o Indicación	Dispositivo que permite fijar el tubo endotraqueal en el momento de colocarlo en la tráquea. Estéril EO.	
Advertencias y pre-cauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Alma de la Guía Recubrimiento	Aluminio P.V.C.	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 20 unidades
Condiciones Alma-cenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

Elaborado por: *Aura Cecilia Forero*	**Aprobado por:** *Kesia Pinzón* **Director Técnico**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

GUÍA PARA TUBO ENDOTRAQUEAL		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2016DM-0000271-R1	
Vigencia:	20/09/2026	
Clasificación del Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Guías o estiletes maleable de fácil manejo en la intubación endotraqueal, Adulto: longitud 383 mm X 14 Fr. Pediátrica: Longitud 382mm X 10 Fr. Neonatal: Longitud 302 mm X 6 Fr.	
Uso y/o Indicación	Dispositivo que permite fijar el tubo endotraqueal en el momento de colocarlo en la tráquea. Estéril EO.	
Advertencias y pre-cauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Alma de la Guía Recubrimiento	Aluminio P.V.C.	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 20 unidades
Condiciones Alma-cenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

Elaborado por: *Aura Cecilia Forero*	**Aprobado por:** *Kesia Pinzón* **Director Técnico**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

GUÍA PARA TUBO ENDOTRAQUEAL		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2016DM-0000271-R1	
Vigencia:	20/09/2026	
Clasificación del Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Guías o estiletes maleable de fácil manejo en la intubación endotraqueal, Adulto: longitud 383 mm X 14 Fr. Pediátrica: Longitud 382mm X 10 Fr. Neonatal: Longitud 302 mm X 6 Fr.	
Uso y/o Indicación	Dispositivo que permite fijar el tubo endotraqueal en el momento de colocarlo en la tráquea. Estéril EO.	
Advertencias y pre-cauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Alma de la Guía Recubrimiento	Aluminio P.V.C.	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 20 unidades
Condiciones Alma-cenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

Elaborado por: *Aura Cecilia Forero*	**Aprobado por:** *Kesia Pinzón* **Director Técnico**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

LAPIZ PARA ELECTRO BISTURI		
Fabricante:	Baisheng Medical Co. Ltda.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	3 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario	INVIMA2019dm-0020738	
Vigencia:	07/11/2029	
Clasificación del Riesgo	II-a	
Descripción General del producto	Electrodo mono polar activo, para transmitir la corriente eléctrica de alta frecuencia desde el electrobisturi hasta el tejido en el punto operatorio, con el fin de obtener coagulación o corte del tejido. Lápiz para un solo uso, punta en acero inoxidable de 70 mm de fácil intercambio conexión aislada cable con conexión universal al electrobisturí, pulsador manual para corte y coagulación, Estéril en EO	
Uso y/o Indicación	Accesorio para electrobisturí mono polar. Utilizar siempre juntamente con electrodo neutro (Placa) Procedimientos quirúrgicos. Posibilidad de intercambiar puntas	
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERISTICAS**
Cable y Carcasa Punta	P.V.C. Acero inoxidable	• Resistencia mecánica. • Corto punzante. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 50 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

Elaborado por: *Aura Cecilia Forero*	**Aprobado por:** *Kesia Pinzon* **Director Técnico**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) N° 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) N° 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

DIPRO MEDICAL DEVICES S.r.l. Siglabile: DIPROMED
P.IVA:ITO2313550010 C.F.e n.di Torino 02313550010 R.E.A. TO547871 Capitale Sociale: **€ 115.000.00**

Via Cirile 22/a – 10099 San Mauro T.se (TO) – ITALY

Telefax: +39 011 669 30 10 +39 011 669 28 09

DATOS TECNICOS	**MALLA QUIRURGICA BASIC-M**	**REV. 0/14 27/03/2014**

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO	
NOMBRE DEL PRODUCTO Certificado CE 11372/1	BASIC M
MARCA CE	Clase IIb, Organismo Notificado: Certificado N°. 0546
DESCRIPCION	La malla BASIC-M, es una malla 100% monofilamento de polipropileno de peso mediano (127 g/m2) y baja densidad, porosidad del 65%, no absorbible. Está disponible en las medidas:
INDICACIONES	BASIC-M, está indicada para el tratamiento de defectos de la pared abdominal, en intervenciones de cirugía abierta o laparoscópica, especialmente en reparación de hernias y resolución de eventraciones. Para garantizar las indicaciones de uso, el dispositivo debe orientarse y colocarse correctamente, según lasinstrucciones de uso. La prótesis no debe colocarse nunca en contacto con el intestino ni las vísceras, para evitar la formación de adherencias graves.
FABRICANTE	DIPRO MEDICAL DEVICES S.r.l. Vía Ciriè 22 / a 10099 S. Mauro Torinese- Torino –ITALIA Teléfono / fax: +390118220298 E-mail: info@dipromed.eu
ESPECIFICACION TECNICA	
PESO DE LA MALLA MACROPOROSA	127 g/m²
POROSIDAD DE LA MALLA MACROPOROSA	65%
HILO DE LA MALLA	Color natural, no absorbible, monofilamento de polipropileno, Ø180 micras
METODO DE ESTERILIZACION	EO
FECHA DE CADUCIDAD	5 Años
ENVASE	Doble bolsa: Tyvek®
DECLARACIONES	Libre de látex, libre de pirógenos, libre de ftalatos Sin presencia de drogas Sin presencia de sustancias carcinógenas, mutágenas o toxicas No presencia de sustancias de la sangre humana o derivados No presencia de tejido animal.

DIPRO MEDICAL DEVICES S.r.l. Siglabile: DIPROMED
P.IVA:ITO2313550010 C.F.e n.di Torino 02313550010 R.E.A. TO547871 Capitale Sociale: **€ 115.000.00**

Via Cirile 22/a – 10099 San Mauro T.se (TO) – ITALY

Telefax: +39 011 669 30 10 +39 011 669 28 09

REF/CODE	TAMAÑO	PCS/CAJA
BM0210	02X10 cm	5
BM0510	05X10 cm	5
BM0530	05X30 cm	5
BM0611	06X11 cm	5
BM0713	07X13 cm	5
BM0715	07X15 cm	5
BM0815	08X15 cm	5
BM1012	10X12 cm	5
BM1015	10X15 cm	5
BM1515	15X15 cm	5
BM1530	15X30 cm	5
BM1520	15X20 cm	5
BM2020	20X20 cm	5
BM2025	20X25 cm	5
BM2030	20X30 cm	5
BM2530	25X30 cm	5
BM2535	25X35 cm	5
BM3030	30X30 cm	5
BM3050	30X50 cm	5
BM5050	50X50 cm	5

ADVERTENCIAS:

El uso del dispositivo está restringido a personal especializado o personal capacitado en su uso.
El usuario debe prestar especial atención para que, en el momento de su uso, los productos no ponganen peligro la salud o la seguridad de los pacientes.
El dispositivo se suministra estéril, compruebe que la caja y el envase estén intactos antes de su uso.
El médico y su personal deben realizar un control visual del dispositivo en su envase y empaque paragarantizar que la barrera estéril no ha sido dañada.
No utilizar si el envase está abierto o dañado, la esterilidad puede haber sido comprometida.No utilizar el dispositivo después de la fecha de caducidad.
Producto desechable - el dispositivo está diseñado para ser utilizado sólo una vez por un paciente, ya queno se puede volver a esterilizar o volver a utilizarse.
El uso repetido puede comprometer la estabilidad de las propiedades químico-físico-mecánicas ybiológicas del dispositivo.
Garantizar la orientación correcta y el posicionamiento del dispositivo.En caso de infección, puede ser necesario retirar la prótesis.
Las complicaciones relacionadas con el uso de la malla pueden incluir obstrucción intestinal, la adhesión,la expulsión, la formación de fístula y recaídas, seroma, hematoma e inflamación.
El usuario debe evaluar el tamaño correcto de la prótesis en relación con el defecto, para prevenir larecidiva.
El uso de cualquier malla permanente o parche en campos contaminados puede conducir a la formaciónde la fístula y / o expulsión de la prótesis.

DIPRO MEDICAL DEVICES S.r.l. Siglable: DIPROMED
P.IVA:ITO2313550010 C.F.e n.di Torino 02313550010 R.E.A. TO547871 Capitale Sociale: **€ 115.000.00**

Via Cirile 22/a – 10099 San Mauro T.se (TO) – ITALY

Telefax: +39 011 669 30 10 +39 011 669 28 09

DATOS TECNICOS MALLA QUIRURGICA BASIC BULEV REV. 0/14 27/03/2014

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO Certificado CE 11372/1	BASIC BULEV
MARCA CE	Clase IIb, Organismo Notificado: Certificado N°. 0546
DESCRIPCION	La malla BASIC Bulev, es una malla 100% monofilamento de polipropileno de bajo peso (48 g/m2), porosidad del 88% y delgada pared (grosor 0.46 mm), macroporosa, no absorbible, contiene hasta un 70% menos de material. Su delgadez y trasparencia, permite visualizar durante la cirugía el tejido subyacente.
INDICACIONES	BASIC Bulev, está indicada para el tratamiento de defectos de la pared abdominal, en intervenciones de cirugía abierta o laparoscópica, especialmente en reparación de hernias y resolución de eventraciones. Para garantizar las indicaciones de uso, el dispositivo debe orientarse y colocarse correctamente, según lasinstrucciones de uso. La prótesis no debe colocarse nunca en contacto con el intestino ni las vísceras, para evitar la formación de adherencias graves.
FABRICANTE	DIPRO MEDICAL DEVICES S.r.l. Vía Ciriè 22 / a 10099 S. Mauro Torinese- Torino –ITALIA Teléfono / fax: +390118220298 E-mail: info@dipromed.eu
ESPECIFICACION TECNICA	
GRAMATURA DE LA MALLA	48 g/m²
POROSIDAD DE LA MALLA MACROPOROSA	88%
HILO DE LA MALLA	Color natural, no absorbible, monofilamento de polipropileno, Ø120 micras
METODO DE ESTERILIZACION	EO
FECHA DE CADUCIDAD	5 Años
ENVASE	Doble bolsa: Tyvek®
DECLARACIONES	Libre de látex, libre de pirógenos, libre de ftalatos Sin presencia de drogas Sin presencia de sustancias carcinógenas, mutágenas o toxicas No presencia de sustancias de la sangre humana derivados No presencia de tejido animal.

DIPRO MEDICAL DEVICES S.r.l. Siglabile: DIPROMED
P.IVA:ITO2313550010 C.F.e n.di Torino 02313550010 R.E.A. TO547871 Capitale Sociale: **€ 115.000.00**

Via Cirile 22/a – 10099 San Mauro T.se (TO) – ITALY

Telefax: +39 011 669 30 10 +39 011 669 28 09

REF/CODE	TAMAÑO	PCS/CAJA
BULEV0210	02X10 cm	5
BULEV0611	06X11 cm	5
BULEV0815	08X15 cm	5
BULEV1515	15X15 cm	5
BULEV1530	15X30 cm	5
BULEV2535	25X35 cm	5
BULEV2636	26X36 cm	5
BULEV3030	30X30 cm	5
BULEV3050	30X50 cm	5

ADVERTENCIAS:

El uso del dispositivo está restringido a personal especializado o personal capacitado en su uso.
El usuario debe prestar especial atención para que, en el momento de su uso, los productos no ponganen peligro la salud o la seguridad de los pacientes.
El dispositivo se suministra estéril, compruebe que la caja y el envase estén intactos antes de su uso.
El médico y su personal deben realizar un control visual del dispositivo en su envase y empaque paragarantizar que la barrera estéril no ha sido dañada.
No utilizar si el envase está abierto o dañado, la esterilidad puede haber sido comprometida.No utilizar el dispositivo después de la fecha de caducidad.
Producto desechable - el dispositivo está diseñado para ser utilizado sólo una vez por un paciente, ya queno se puede volver a esterilizar o volver a utilizarse.
El uso repetido puede comprometer la estabilidad de las propiedades químico-físico-mecánicas ybiológicas del dispositivo.
Garantizar la orientación correcta y el posicionamiento del dispositivo.En caso de infección, puede ser necesario retirar la prótesis.
Las complicaciones relacionadas con el uso de la malla pueden incluir obstrucción intestinal, la adhesión,la expulsión, la formación de fístula y recaídas, seroma, hematoma e inflamación.
El usuario debe evaluar el tamaño correcto de la prótesis en relación con el defecto, para prevenir larecidiva.
El uso de cualquier malla permanente o parche en campos contaminados puede conducir a la formaciónde la fístula y / o expulsión de la prótesis.

DIPRO MEDICAL DEVICES S.r.l. Siglabile: DIPROMED
P.IVA:ITO2313550010 C.F.e n.di Torino 02313550010 R.E.A. TO547871 Capitale Sociale: **€ 115.000.00**

Via Cirile 22/a – 10099 San Mauro T.se (TO) – ITALY

Telefax: +39 011 669 30 10 +39 011 669 28 09

DIPRO MEDICAL DEVICES S.r.l. Siglable: DIPROMED
P.IVA:ITO2313550010 C.F.e n.di Torino 02313550010 R.E.A. TO547871 Capitale Sociale: **€ 115.000.00**

Via Cirile 22/a – 10099 San Mauro T.se (TO) – ITALY

Telefax: +39 011 669 30 10 +39 011 669 28 09

DATOS TECNICOS MALLA QUIRURGICA BASIC BULEV REV. 0/14 27/03/2014

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO Certificado CE 11372/1	BASIC BULEV
MARCA CE	Clase IIb, Organismo Notificado: Certificado N°. 0546
DESCRIPCION	La malla BASIC Bulev, es una malla 100% monofilamento de polipropileno de bajo peso (48 g/m2), porosidad del 88% y delgada pared (grosor 0.46 mm), macroporosa, no absorbible, contiene hasta un 70% menos de material. Su delgadez y trasparencia, permite visualizar durante la cirugía el tejido subyacente.
INDICACIONES	BASIC Bulev, está indicada para el tratamiento de defectos de la pared abdominal, en intervenciones de cirugía abierta o laparoscópica, especialmente en reparación de hernias y resolución de eventraciones. Para garantizar las indicaciones de uso, el dispositivo debe orientarse y colocarse correctamente, según lasinstrucciones de uso. La prótesis no debe colocarse nunca en contacto con el intestino ni las vísceras, para evitar la formación de adherencias graves.
FABRICANTE	DIPRO MEDICAL DEVICES S.r.l. Vía Ciriè 22 / a 10099 S. Mauro Torinese- Torino –ITALIA Teléfono / fax: +390118220298 E-mail: info@dipromed.eu
ESPECIFICACION TECNICA	
GRAMATURA DE LA MALLA	48 g/m²
POROSIDAD DE LA MALLA MACROPOROSA	88%
HILO DE LA MALLA	Color natural, no absorbible, monofilamento de polipropileno, Ø120 micras
METODO DE ESTERILIZACION	EO
FECHA DE CADUCIDAD	5 Años
ENVASE	Doble bolsa: Tyvek®
DECLARACIONES	Libre de látex, libre de pirógenos, libre de ftalatos Sin presencia de drogas Sin presencia de sustancias carcinógenas, mutágenas o toxicas No presencia de sustancias de la sangre humana derivados No presencia de tejido animal.

DIPRO MEDICAL DEVICES S.r.l. Siglabile: DIPROMED
P.IVA:ITO2313550010 C.F.e n.di Torino 02313550010 R.E.A. TO547871 Capitale Sociale: **€ 115.000.00**

Via Cirile 22/a – 10099 San Mauro T.se (TO) – ITALY

Telefax: +39 011 669 30 10 +39 011 669 28 09

REF/CODE	TAMAÑO	PCS/CAJA
BULEV0210	02X10 cm	5
BULEV0611	06X11 cm	5
BULEV0815	08X15 cm	5
BULEV1515	15X15 cm	5
BULEV1530	15X30 cm	5
BULEV2535	25X35 cm	5
BULEV2636	26X36 cm	5
BULEV3030	30X30 cm	5
BULEV3050	30X50 cm	5

ADVERTENCIAS:

El uso del dispositivo está restringido a personal especializado o personal capacitado en su uso.
El usuario debe prestar especial atención para que, en el momento de su uso, los productos no ponganen peligro la salud o la seguridad de los pacientes.
El dispositivo se suministra estéril, compruebe que la caja y el envase estén intactos antes de su uso.
El médico y su personal deben realizar un control visual del dispositivo en su envase y empaque paragarantizar que la barrera estéril no ha sido dañada.
No utilizar si el envase está abierto o dañado, la esterilidad puede haber sido comprometida.No utilizar el dispositivo después de la fecha de caducidad.
Producto desechable - el dispositivo está diseñado para ser utilizado sólo una vez por un paciente, ya queno se puede volver a esterilizar o volver a utilizarse.
El uso repetido puede comprometer la estabilidad de las propiedades químico-físico-mecánicas ybiológicas del dispositivo.
Garantizar la orientación correcta y el posicionamiento del dispositivo.En caso de infección, puede ser necesario retirar la prótesis.
Las complicaciones relacionadas con el uso de la malla pueden incluir obstrucción intestinal, la adhesión,la expulsión, la formación de fístula y recaídas, seroma, hematoma e inflamación.
El usuario debe evaluar el tamaño correcto de la prótesis en relación con el defecto, para prevenir larecidiva.
El uso de cualquier malla permanente o parche en campos contaminados puede conducir a la formaciónde la fístula y / o expulsión de la prótesis.

DIPRO MEDICAL DEVICES S.r.l. Siglabile: DIPROMED
P.IVA:ITO2313550010 C.F.e n.di Torino 02313550010 R.E.A. TO547871 Capitale Sociale: **€ 115.000.00**

Via Cirile 22/a – 10099 San Mauro T.se (TO) – ITALY

Telefax: +39 011 669 30 10 +39 011 669 28 09

DIPRO MEDICAL DEVICES S.r.l. Siglable: DIPROMED
P.IVA:ITO2313550010 C.F.e n.di Torino 02313550010 R.E.A. TO547871 Capitale Sociale: **€ 115.000.00**

Via Cirile 22/a – 10099 San Mauro T.se (TO) – ITALY

Telefax: +39 011 669 30 10 +39 011 669 28 09

DATOS TECNICOS MALLA QUIRURGICA BASIC BULEV REV. 0/14 27/03/2014

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO Certificado CE 11372/1	BASIC BULEV
MARCA CE	Clase IIb, Organismo Notificado: Certificado N°. 0546
DESCRIPCION	La malla BASIC Bulev, es una malla 100% monofilamento de polipropileno de bajo peso (48 g/m2), porosidad del 88% y delgada pared (grosor 0.46 mm), macroporosa, no absorbible, contiene hasta un 70% menos de material. Su delgadez y trasparencia, permite visualizar durante la cirugía el tejido subyacente.
INDICACIONES	BASIC Bulev, está indicada para el tratamiento de defectos de la pared abdominal, en intervenciones de cirugía abierta o laparoscópica, especialmente en reparación de hernias y resolución de eventraciones. Para garantizar las indicaciones de uso, el dispositivo debe orientarse y colocarse correctamente, según lasinstrucciones de uso. La prótesis no debe colocarse nunca en contacto con el intestino ni las vísceras, para evitar la formación de adherencias graves.
FABRICANTE	DIPRO MEDICAL DEVICES S.r.l. Vía Ciriè 22 / a 10099 S. Mauro Torinese- Torino –ITALIA Teléfono / fax: +390118220298 E-mail: info@dipromed.eu
ESPECIFICACION TECNICA	
GRAMATURA DE LA MALLA	48 g/m²
POROSIDAD DE LA MALLA MACROPOROSA	88%
HILO DE LA MALLA	Color natural, no absorbible, monofilamento de polipropileno, Ø120 micras
METODO DE ESTERILIZACION	EO
FECHA DE CADUCIDAD	5 Años
ENVASE	Doble bolsa: Tyvek®
DECLARACIONES	Libre de látex, libre de pirógenos, libre de ftalatos Sin presencia de drogas Sin presencia de sustancias carcinógenas, mutágenas o toxicas No presencia de sustancias de la sangre humana derivados No presencia de tejido animal.

DIPRO MEDICAL DEVICES S.r.l. Siglabile: DIPROMED
P.IVA:ITO2313550010 C.F.e n.di Torino 02313550010 R.E.A. TO547871 Capitale Sociale: **€ 115.000.00**

Via Cirile 22/a – 10099 San Mauro T.se (TO) – ITALY

Telefax: +39 011 669 30 10 +39 011 669 28 09

REF/CODE	TAMAÑO	PCS/CAJA
BULEV0210	02X10 cm	5
BULEV0611	06X11 cm	5
BULEV0815	08X15 cm	5
BULEV1515	15X15 cm	5
BULEV1530	15X30 cm	5
BULEV2535	25X35 cm	5
BULEV2636	26X36 cm	5
BULEV3030	30X30 cm	5
BULEV3050	30X50 cm	5

ADVERTENCIAS:

El uso del dispositivo está restringido a personal especializado o personal capacitado en su uso.
El usuario debe prestar especial atención para que, en el momento de su uso, los productos no ponganen peligro la salud o la seguridad de los pacientes.
El dispositivo se suministra estéril, compruebe que la caja y el envase estén intactos antes de su uso.
El médico y su personal deben realizar un control visual del dispositivo en su envase y empaque paragarantizar que la barrera estéril no ha sido dañada.
No utilizar si el envase está abierto o dañado, la esterilidad puede haber sido comprometida.No utilizar el dispositivo después de la fecha de caducidad.
Producto desechable - el dispositivo está diseñado para ser utilizado sólo una vez por un paciente, ya queno se puede volver a esterilizar o volver a utilizarse.
El uso repetido puede comprometer la estabilidad de las propiedades químico-físico-mecánicas ybiológicas del dispositivo.
Garantizar la orientación correcta y el posicionamiento del dispositivo.En caso de infección, puede ser necesario retirar la prótesis.
Las complicaciones relacionadas con el uso de la malla pueden incluir obstrucción intestinal, la adhesión,la expulsión, la formación de fístula y recaídas, seroma, hematoma e inflamación.
El usuario debe evaluar el tamaño correcto de la prótesis en relación con el defecto, para prevenir larecidiva.
El uso de cualquier malla permanente o parche en campos contaminados puede conducir a la formaciónde la fístula y / o expulsión de la prótesis.

DIPRO MEDICAL DEVICES S.r.l. Siglabile: DIPROMED
P.IVA:ITO2313550010 C.F.e n.di Torino 02313550010 R.E.A. TO547871 Capitale Sociale: **€ 115.000.00**

Via Cirile 22/a – 10099 San Mauro T.se (TO) – ITALY

Telefax: +39 011 669 30 10 +39 011 669 28 09

DIPRO MEDICAL DEVICES S.r.l. Siglable: DIPROMED
P.IVA:ITO2313550010 C.F.e n.di Torino 02313550010 R.E.A. TO547871 Capitale Sociale: **€ 115.000.00**

Via Cirile 22/a – 10099 San Mauro T.se (TO) – ITALY

Telefax: +39 011 669 30 10 +39 011 669 28 09

DATOS TECNICOS	**InGyne-CSP**	**REV. 0/14 27/03/2014**

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO Certificado CE 13853/1	**InGyne-CSP (HAlbaMesH)**
FAMILIA de los productos como se informó en el anexo del certificado CE 1385/1	InGyne
MARCA CE	Clase IIb, Organismo Notificado: Certificado N°. 0546
DESCRIPCION	La prótesis HAlbaMesH parcialmente compuesta es una malla de polipropileno, ultra-ligero, transparente. La prótesis se obtiene a través de la combinación de dos capas de monofilamento de polipropileno, malla macroporoso y una capa recubierta parcialmente de una película de polipropileno transparente y lisa, no absorbible, para minimizar las adherencias.
INDICACIONES	Prótesis parcialmente compuesta para la corrección de prolapsos de alto grado cúpula vaginal. Se puede utilizar entécnica quirúrgica laparoscópica o laparotomía. Para su correcto funcionamiento, el producto debe orientarse correctamente. La superficie de la película de polipropileno tiene como finalidad minimizar adherencias. Coloque este lado de la prótesis en contacto con las superficies con las que desea, minimizar la formación de adherencias. El monofilamento de polipropileno, malla macro poroso debe colocarse frente a la parte en la que se desea el crecimiento del tejido. La superficie de la malla de la prótesisno debe ser nunca puesta en contacto con las vísceras. La prótesis HAlbaMesH se puede adaptar al tamaño necesario. Utilice un instrumento afilado para cortar laprótesis.
FABRICANTE	DIPRO MEDICAL DEVICES S.r.l. Vía Ciriè 22 / a 10099 S. Mauro Torinese- Torino –ITALIA Teléfono / fax: +390118220298 E-mail: info@dipromed.eu
ESPECIFICACION TECNICA	
PESO DE LA MALLA MACROPOROSA	48 g/m² ± 5%
MALLA DE PESO ULTRALIVIANO MACROPOROSA (para el código CSP030616)	**39 g/m² ± 5%**
ESPESOR TOTAL DE LA PROTESIS	**0,51 mm**
ESPESOR DE LA MALLA MACROPOROSA	0,46 mm
ESPESOR DE LA MALLA ULTRALIVIANA MACROPOROROSA (para el código CSP030616)	0,44 mm
POROSIDAD DE LA MALLA MACROPOROSA	88% ± 5%

DIPRO MEDICAL DEVICES S.r.l. Siglabile: DIPROMED
P.IVA:ITO2313550010 C.F.e n.di Torino 02313550010 R.E.A. TO547871 Capitale Sociale: **€ 115.000.00**

Via Cirile 22/a – 10099 San Mauro T.se (TO) – ITALY

Telefax: +39 011 669 30 10 +39 011 669 28 09

POROSIDAD DE LA MALLA ULTRA LIVIANA MACROPOROSA (para el código CSP030616)	90% ± 5%
ESPESOR DE PELÍCULA PP	0.05 mm
AREA DEL PORO EN MALLA MACROPOROSA	1.8 mm²
AREA DEL PORO EN MALLA ULTRA LIVIANA MACROPOROSA (para el código CSP030616)	2.4 mm²
HILO DE LA MALLA	Color natural y azul, no absorbible, monofilamento de polipropileno, Ø120 micras
METODO DE ESTERILIZACION	EO
FECHA DE CADUCIDAD	5 Años
ENVASE	Doble bolsa: Tyvek®
DECLARACIONES	Libre de látex, libre de pirógenos, libre de ftalatos Sin presencia de drogas Sin presencia de sustancias carcinógenas, mutágenas o toxicas No presencia de sustancias de la sangre humana o derivados. No presencia de tejido animal.

REF/CODE	TAMAÑO	PCS/CAJA
CSP0517	5X17 cm	1
CSP0317	3X17 cm	1
CSP03050620	3X20 cm	1
Csp030616	3x16 cm	1

ADVERTENCIAS:

El uso del dispositivo está restringido a personal especializado o personal capacitado en su uso.
El usuario debe prestar especial atención para que, en el momento de su uso, los productos no ponganen peligro la salud o la seguridad de los pacientes.
El dispositivo se suministra estéril. Compruebe que la caja y el envase están intacto antes de su uso.El médico y su personal deben realizar un control visual del dispositivo en su envase y empaque para garantizar que la barrera estéril no ha sido dañada.
No utilizar si el envase está abierto o dañado, la esterilidad puede haber sido comprometida.No utilizar el dispositivo después de la fecha de caducidad.
Producto desechable - el dispositivo está diseñado para ser utilizado sólo una vez por un paciente, yaque no se puede volver a esterilizar o volver a utilizarse.
El uso repetido puede comprometer la estabilidad de las propiedades químico-físico-mecánicas ybiológicas del dispositivo.
Garantizar la orientación correcta y el posicionamiento del dispositivo.En caso de infección, puede ser necesario retirar la prótesis.
Las complicaciones relacionadas con el uso de la malla pueden incluir obstrucción intestinal, la adhesión,la expulsión, la formación de fístula y recaídas, seroma, hematoma e inflamación.
El usuario debe evaluar el tamaño correcto de la prótesis con relación con el defecto, para prevenir larecidiva.
El uso de cualquier malla permanente o parche en campos contaminados puede conducir a la formaciónde la fístula y / o expulsión de la prótesis.

DIPRO MEDICAL DEVICES S.r.l. Siglabile: DIPROMED
P.IVA:ITO2313550010 C.F.e n.di Torino 02313550010 R.E.A. TO547871 Capitale Sociale: **€ 115.000.00**

Via Cirile 22/a – 10099 San Mauro T.se (TO) – ITALY

Telefax: +39 011 669 30 10 +39 011 669 28 09

DATOS TECNICOS	**Sistema protésico InGyne-S -IO Uro-ginecológica**
REV. 1/14 28/04/2014	
IDENTIFICACION DEL PRODUCTO	
NOMBRE DEL PRODUCTO Certificado CE 13853/1	**Sistema protésico InGyne-S -IO Uro-ginecológica**
FAMILIA de los productos como se informó en el anexo del certificado CE 13853/1	**InGyne**
MARCA CE	Clase IIb, Organismo Notificado: Certificado N°. 0546
DESCRIPCION	El sistema protésico InGyne-S uro-ginecológica de apoyo uretral se compone de: *Agujas introductoras de 4 mm Ø en acero inoxidable para el posicionamiento de la cinta, Características de las agujas: TVT (curvado) para la aproximación retro púbica y EL (helicoidal) para transobturadora IN-OUT *Una guía de acero inoxidable no traumática para facilitar el paso del introductor (IGSD1245WSIO-EL) *Cinta de monofilamento de polipropileno no absorbible, malla macro porosa para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo con la técnica IN-OUT. La cinta tiene buenas propiedades mecánicas y libres de tensión. Tiene un marcador azul en el centro de toda su longitud para facilitar su localización. Los extremos de la cinta están diseñados con una honda para facilitar el anclaje de la aguja introductora. La honda de la cinta debe insertarse en la ranura especial en el extremo de la aguja. Los finales de la cinta deben ser retirados después delposicionamiento.
INDICACIONES	InGyne-S está indicado para el tratamiento de laincontinencia urinaria de esfuerzo con técnica IN-OUT
FABRICANTE	DIPRO MEDICAL DEVICES S.r.l. Vía Ciriè 22 / a 10099 S. Mauro Torinese- Torino –ITALIA Teléfono / fax: +390118220298 E-mail: info@dipromed.eu
ESPECIFICACION TECNICA	
PESO DE LA MALLA MACROPOROSA	**63 g/m² ± 5%**
ESPESOR DE LA MALLA	**0,35 mm**
POROSIDAD DE LA MALLA	**80%** ± 5%
AREA DEL PORO	**0,23 m**m²
HILO DE LA MALLA	Color natural y azul, no absorbible, monofilamento de **polipropileno, Ø120 micras**

DIPRO MEDICAL DEVICES S.r.l. Siglabile: DIPROMED
P.IVA:ITO2313550010 C.F.e n.di Torino 02313550010 R.E.A. TO547871 Capitale Sociale: **€ 115.000.00**

Via Cirile 22/a – 10099 San Mauro T.se (TO) – ITALY

Telefax: +39 011 669 30 10 +39 011 669 28 09

INTRODUCTORES	Kit de dos Aguja desechable en acero inoxidable AISI 316L, diámetro 4 mm Y mango de polipropileno azul.
SISTEMA DE ANCLAJE	Hilados de poliéster multifilamento revestida con silicio, más tubo de poli olefina grado médico retráctil.
METODO DE ESTERILIZACION	EO
FECHA DE CADUCIDAD	5 Años
ENVASE	Doble bolsa: Tyvek® - papel parrilla
DECLARACIONES	Libre de látex, libre de pirógenos, libre de ftalatosSin presencia de drogas **Sin presencia de sustancias carcinógenas, mutágenas o toxicas.** No presencia de sustancias de la sangre humana o derivados. **No presencia de tejido animal.**

REF/CODE	TAMAÑO	PCS/CAJA
IGSD1245WSIO-TVT CINTA + 2 AGUJAS INTRODUCTORAS CURVAS	1.2 X 45 cm	1
IGSD1245WSIO-EL CINTA + 2 AGUJAS INTRODUCTORAS HELICOIDALES +1 GUIA ATRAUMATICA	1.2 x 45 cm	1

ADVERTENCIAS:

El uso del dispositivo está restringido a personal especializado o personal capacitado en su uso;

El usuario debe prestar especial atención para que, en el momento de su uso, los productos no pongan en peligro la salud o la seguridad del paciente.

El dispositivo se suministra estéril. Compruebe la caja y asegúrese de que está intacto antes de su uso;

El médico y o/ su personal debe realizar un control visual del dispositivo de su embalaje para garantizar la barrera estéril que no haya sido dañada.

No utilizar si el envase está abierto o dañado, la esterilidad puede haber sido comprometida.

No utilizar el dispositivo después de la fecha de caducidad;

Producto desechable - el dispositivo está diseñado para ser utilizado sólo una vez por un paciente, ya que no se puede volver a esterilizar o volver a utilizarse.

El uso repetido puede comprometer la estabilidad de las propiedades químico-físico-mecánicas y biológicas del dispositivo;

No colocar la superficie de la malla en contacto con las vísceras, en particular, con las asas intestinales En caso de infección, puede ser necesario retirar la prótesis;

Las complicaciones relacionadas con el uso de la malla pueden incluir obstrucción intestinal, la adhesión, la expulsión, la formación de fístula y ceroma, hematoma e inflamación;

El usuario debe evaluar el tamaño correcto de la prótesis en relación con el defecto, para prevenir lare-caída.

El uso de cualquier malla permanente en campos contaminados puede conducir a la formación de lafís-tula y / o expulsión de la prótesis.

DIPRO MEDICAL DEVICES S.r.l. Siglabile: DIPROMED
P.IVA:ITO2313550010 C.F.e n.di Torino 02313550010 R.E.A. TO547871 Capitale Sociale: **€ 115.000.00**

Via Cirile 22/a – 10099 San Mauro T.se (TO) – ITALY

Telefax: +39 011 669 30 10 +39 011 669 28 09

DATOS TECNICOS	**MALLA QUIRURGICA BASIC-M**	**REV. 0/14 27/03/2014**

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO	
NOMBRE DEL PRODUCTO Certificado CE 11372/1	BASIC M
MARCA CE	Clase IIb, Organismo Notificado: Certificado N°. 0546
DESCRIPCION	La malla BASIC-M, es una malla 100% monofilamento de polipropileno de peso mediano (127 g/m2) y baja densidad, porosidad del 65%, no absorbible. Está disponible en las medidas:
INDICACIONES	BASIC-M, está indicada para el tratamiento de defectos de la pared abdominal, en intervenciones de cirugía abierta o laparoscópica, especialmente en reparación de hernias y resolución de eventraciones. Para garantizar las indicaciones de uso, el dispositivo debe orientarse y colocarse correctamente, según lasinstrucciones de uso. La prótesis no debe colocarse nunca en contacto con el intestino ni las vísceras, para evitar la formación de adherencias graves.
FABRICANTE	DIPRO MEDICAL DEVICES S.r.l. Vía Ciriè 22 / a 10099 S. Mauro Torinese- Torino –ITALIA Teléfono / fax: +390118220298 E-mail: info@dipromed.eu
ESPECIFICACION TECNICA	
PESO DE LA MALLA MACROPOROSA	127 g/m²
POROSIDAD DE LA MALLA MACROPOROSA	65%
HILO DE LA MALLA	Color natural, no absorbible, monofilamento de polipropileno, Ø180 micras
METODO DE ESTERILIZACION	EO
FECHA DE CADUCIDAD	5 Años
ENVASE	Doble bolsa: Tyvek®
DECLARACIONES	Libre de látex, libre de pirógenos, libre de ftalatos Sin presencia de drogas Sin presencia de sustancias carcinógenas, mutágenas o toxicas No presencia de sustancias de la sangre humana o derivados No presencia de tejido animal.

DIPRO MEDICAL DEVICES S.r.l. Siglabile: DIPROMED
P.IVA:ITO2313550010 C.F.e n.di Torino 02313550010 R.E.A. TO547871 Capitale Sociale: **€ 115.000.00**

Via Cirile 22/a – 10099 San Mauro T.se (TO) – ITALY

Telefax: +39 011 669 30 10 +39 011 669 28 09

REF/CODE	TAMAÑO	PCS/CAJA
BM0210	02X10 cm	5
BM0510	05X10 cm	5
BM0530	05X30 cm	5
BM0611	06X11 cm	5
BM0713	07X13 cm	5
BM0715	07X15 cm	5
BM0815	08X15 cm	5
BM1012	10X12 cm	5
BM1015	10X15 cm	5
BM1515	15X15 cm	5
BM1530	15X30 cm	5
BM1520	15X20 cm	5
BM2020	20X20 cm	5
BM2025	20X25 cm	5
BM2030	20X30 cm	5
BM2530	25X30 cm	5
BM2535	25X35 cm	5
BM3030	30X30 cm	5
BM3050	30X50 cm	5
BM5050	50X50 cm	5

ADVERTENCIAS:

El uso del dispositivo está restringido a personal especializado o personal capacitado en su uso.
El usuario debe prestar especial atención para que, en el momento de su uso, los productos no ponganen peligro la salud o la seguridad de los pacientes.
El dispositivo se suministra estéril, compruebe que la caja y el envase estén intactos antes de su uso.
El médico y su personal deben realizar un control visual del dispositivo en su envase y empaque paragarantizar que la barrera estéril no ha sido dañada.
No utilizar si el envase está abierto o dañado, la esterilidad puede haber sido comprometida.No utilizar el dispositivo después de la fecha de caducidad.
Producto desechable - el dispositivo está diseñado para ser utilizado sólo una vez por un paciente, ya queno se puede volver a esterilizar o volver a utilizarse.
El uso repetido puede comprometer la estabilidad de las propiedades químico-físico-mecánicas ybiológicas del dispositivo.
Garantizar la orientación correcta y el posicionamiento del dispositivo.En caso de infección, puede ser necesario retirar la prótesis.
Las complicaciones relacionadas con el uso de la malla pueden incluir obstrucción intestinal, la adhesión,la expulsión, la formación de fístula y recaídas, seroma, hematoma e inflamación.
El usuario debe evaluar el tamaño correcto de la prótesis en relación con el defecto, para prevenir larecidiva.
El uso de cualquier malla permanente o parche en campos contaminados puede conducir a la formaciónde la fístula y / o expulsión de la prótesis.

DIPRO MEDICAL DEVICES S.r.l. Siglabile: DIPROMED
P.IVA:ITO2313550010 C.F.e n.di Torino 02313550010 R.E.A. TO547871 Capitale Sociale: **€ 115.000.00**

Via Cirile 22/a – 10099 San Mauro T.se (TO) – ITALY

Telefax: +39 011 669 30 10 +39 011 669 28 09

DATOS TECNICOS **MALLA QUIRURGICA 2P CMC** **REV. 0/14 27/03/2014**

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO Certificado CE 11372/1	2P CMC (ClearMesh Composite)
FAMILIA de los productos como se informó en el anexo del certificado CE 11372/1	2P
MARCA CE	Clase IIb, Organismo Notificado: Certificado N°. 0546
DESCRIPCION	La malla 2P CMC (ClearMesh Composite), es una malla compuesta transparente, ligera, ultra suave, no absorbible. Se obtiene mediante la unión de una capa de malla de monofilamento de polipropileno macroporoso y de unacapa de película de polipropileno transparente para minimizar las adherencias.
INDICACIONES	2P CMC, prótesis compuesta indicada para el tratamiento de defectos de la pared abdominal y hernias incisionales, colocación intraperitoneal. Puede ser utilizada en cirugía laparoscópica o laparotomía. Para garantizar las indicaciones de uso, el dispositivo debe orientarse y colocarse correctamente, según las instrucciones de uso.
FABRICANTE	DIPRO MEDICAL DEVICES S.r.l. Vía Ciriè 22 / a 10099 S. Mauro Torinese- Torino –ITALIA Teléfono / fax: +390118220298 E-mail: info@dipromed.eu
ESPECIFICACION TECNICA	
PESO DE LA MALLA MACROPOROSA	48 g/m²
ESPESOR TOTAL DE LA PROTESIS	**0,51 mm**
ESPESOR DE LA MALLA MACROPOROSA	0,46 mm
ESPESOR DE LA PELICULA PP	**0.05 mm**
POROSIDAD DE LA MALLA MACROPOROSA	88%
HILO DE LA MALLA	Color natural, no absorbible, monofilamento de polipropileno, Ø120 micras
METODO DE ESTERILIZACION	EO
FECHA DE CADUCIDAD	5 Años

DIPRO MEDICAL DEVICES S.r.l. Siglabile: DIPROMED
P.IVA:ITO2313550010 C.F.e n.di Torino 02313550010 R.E.A. TO547871 Capitale Sociale: **€ 115.000.00**

Via Cirile 22/a – 10099 San Mauro T.se (TO) – ITALY

Telefax: +39 011 669 30 10 +39 011 669 28 09

ENVASE	Doble bolsa: Tyvek®
DECLARACIONES	Libre de látex, libre de pirógenos, libre de ftalatos Sin presencia de drogas Sin presencia de sustancias carcinógenas, mutágenas o toxicas No presencia de sustancias de la sangre humana o derivados No presencia de tejido animal.

REF/CODE	TAMAÑO	PCS/CAJA
2P0913EV	9X13 cm	1
2P1015EV	10X15 cm	1
2P1520EV	15X20 cm	1
2P1525EV	15x25 cm	1
2P1824EV	18X24 cm	1
2P2030EV	20x30 cm	1
2P2634EV	26x34 cm	1

ADVERTENCIAS:

El uso del dispositivo está restringido a personal especializado o personal capacitado en su uso.
El usuario debe prestar especial atención para que, en el momento de su uso, los productos no ponganen peligro la salud o la seguridad de los pacientes.
El dispositivo se suministra estéril, compruebe que la caja y el envase estén intactos antes de su uso.
El médico y su personal deben realizar un control visual del dispositivo en su envase y empaque paragarantizar que la barrera estéril no ha sido dañada.
No utilizar si el envase está abierto o dañado, la esterilidad puede haber sido comprometida.No utilizar el dispositivo después de la fecha de caducidad.
Producto desechable - el dispositivo está diseñado para ser utilizado sólo una vez por un paciente, ya queno se puede volver a esterilizar o volver a utilizarse.
El uso repetido puede comprometer la estabilidad de las propiedades químico-físico-mecánicas ybiológicas del dispositivo.
Garantizar la orientación correcta y el posicionamiento del dispositivo.En caso de infección, puede ser necesario retirar la prótesis.
Las complicaciones relacionadas con el uso de la malla pueden incluir obstrucción intestinal, la adhesión,la expulsión, la formación de fístula y recaídas, seroma, hematoma e inflamación.
El usuario debe evaluar el tamaño correcto de la prótesis en relación con el defecto, para prevenir larecidiva.
El uso de cualquier malla permanente o parche en campos contaminados puede conducir a la formaciónde la fístula y / o expulsión de la prótesis.

MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA		
Fabricante:	Xiamen Compower Medical Tech Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	3 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2017DM-0016564	
Vigencia:	13/07/2027	
Clasificación del Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Mascara para anestesia, fabricada en cloruro de polivinilo transparente (PVC), con cojín de aire y válvula para insuflar, soporte (araña), para fijación fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE) identificador de color por tamaño, reforzamiento entre mascara y cojín, conector universal a circuitos y/o resucitadores de 22 mm de diámetro. Un solo uso. Tamaño: 0, 1, 2, 3, 4 y 5	
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Mascara	PVC, Gancho conector identificador de tamaño por colores en Poli-etileno	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte. • Libre de látex

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devenci-miento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 100 un
Condiciones Al-macenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento delpro-ducto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• Producto listo para su uso. • Envase sellado. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidossanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA		
Fabricante:	Xiamen Compower Medical Tech Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	3 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2017DM-0016564	
Vigencia:	13/07/2027	
Clasificación del Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Mascara para anestesia, fabricada en cloruro de polivinilo transparente (PVC), con cojín de aire y válvula para insuflar, soporte (araña), para fijación fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE) identificador de color por tamaño, reforzamiento entre mascara y cojín, conector universal a circuitos y/o resucitadores de 22 mm de diámetro. Un solo uso. Tamaño: 0, 1, 2, 3, 4 y 5	
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Mascara	PVC, Gancho conector identificador de tamaño por colores en Poli-etileno	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte. • Libre de látex

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devenci-miento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 100 un
Condiciones Al-macenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento delpro-ducto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• Producto listo para su uso. • Envase sellado. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidossanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA		
Fabricante:	Xiamen Compower Medical Tech Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	3 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2017DM-0016564	
Vigencia:	13/07/2027	
Clasificación del Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Mascara para anestesia, fabricada en cloruro de polivinilo transparente (PVC), con cojín de aire y válvula para insuflar, soporte (araña), para fijación fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE) identificador de color por tamaño, reforzamiento entre mascara y cojín, conector universal a circuitos y/o resucitadores de 22 mm de diámetro. Un solo uso. Tamaño: 0, 1, 2, 3, 4 y 5	
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Mascara	PVC, Gancho conector identificador de tamaño por colores en Poli-etileno	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte. • Libre de látex

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devenci-miento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 100 un
Condiciones Al-macenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento delpro-ducto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• Producto listo para su uso. • Envase sellado. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidossanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA		
Fabricante:	Xiamen Compower Medical Tech Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	3 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2017DM-0016564	
Vigencia:	13/07/2027	
Clasificación del Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Mascara para anestesia, fabricada en cloruro de polivinilo transparente (PVC), con cojín de aire y válvula para insuflar, soporte (araña), para fijación fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE) identificador de color por tamaño, reforzamiento entre mascara y cojín, conector universal a circuitos y/o resucitadores de 22 mm de diámetro. Un solo uso. Tamaño: 0, 1, 2, 3, 4 y 5	
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Mascara	PVC, Gancho conector identificador de tamaño por colores en Poli-etileno	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte. • Libre de látex

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devenci-miento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 100 un
Condiciones Al-macenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento delpro-ducto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• Producto listo para su uso. • Envase sellado. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidossanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA		
Fabricante:	Xiamen Compower Medical Tech Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	3 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2017DM-0016564	
Vigencia:	13/07/2027	
Clasificación del Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Mascara para anestesia, fabricada en cloruro de polivinilo transparente (PVC), con cojín de aire y válvula para insuflar, soporte (araña), para fijación fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE) identificador de color por tamaño, reforzamiento entre mascara y cojín, conector universal a circuitos y/o resucitadores de 22 mm de diámetro. Un solo uso. Tamaño: 0, 1, 2, 3, 4 y 5	
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Mascara	PVC, Gancho conector identificador de tamaño por colores en Poli-etileno	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte. • Libre de látex

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devenci-miento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 100 un
Condiciones Al-macenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento delpro-ducto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• Producto listo para su uso. • Envase sellado. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidossanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

MÁSCARA FACIAL PARA ANESTESIA		
Fabricante:	Xiamen Compower Medical Tech Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	3 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2017DM-0016564	
Vigencia:	13/07/2027	
Clasificación del Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Mascara para anestesia, fabricada en cloruro de polivinilo transparente (PVC), con cojín de aire y válvula para insuflar, soporte (araña), para fijación fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE) identificador de color por tamaño, reforzamiento entre mascara y cojín, conector universal a circuitos y/o resucitadores de 22 mm de diámetro. Un solo uso. Tamaño: 0, 1, 2, 3, 4 y 5	
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Mascara	PVC, Gancho conector identificador de tamaño por colores en Poli-etileno	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte. • Libre de látex

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devenci-miento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 100 un
Condiciones Al-macenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento delpro-ducto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• Producto listo para su uso. • Envase sellado. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

Marca:	Golden Care
Vida Útil:	5 años
Procedencia:	China
Registro Sanitario INVIMA:	2016DM-0000294-R1
Vigencia:	18/07/2026
Clasificación de Riesgo:	IIA



Descripción General del producto	Mascara para intubación Laringe. Desechable. Fabricada en silicona 100%, sin barras de epiglotis para facilitar la inserción del broncoscopio y/o catéteres de succión. Presentación: N° 1.0 para paciente con peso < 5 kg. N° 1.5 para paciente con peso 5-10 kg. N° 2.0 para paciente con peso 10 – 20 Kg. N° 2.5 para paciente con peso 20-30 Kg. N° 3.0 para paciente con peso 30-50 Kg. N° 4.0 para paciente con peso 50-70 Kg. N° 5.0 para paciente con peso > 70 Kg.
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Producto para un solo uso. • Conservar en un lugar fresco y seco.
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Tubo y Balón Conector	Silicona 100% Policarbonato.	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 1 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidossanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

MÁSCARA LARÍNGEA DESECHABLE		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2016DM-0000294-R1	
Vigencia:	18/07/2026	
Clasificación de Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Mascara para intubación Laringe. Desechable. Fabricada en silicona 100%, sin barras de epiglotis para facilitar la inserción del broncoscopio y/o catéteres de succión. Presentación: N° 1.0 para paciente con peso < 5 kg. N° 1.5 para paciente con peso 5-10 kg. N° 2.0 para paciente con peso 10 – 20 Kg. N° 2.5 para paciente con peso 20-30 Kg. N° 3.0 para paciente con peso 30-50 Kg. N° 4.0 para paciente con peso 50-70 Kg. N° 5.0 para paciente con peso > 70 Kg.	
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Producto para un solo uso. • Conservar en un lugar fresco y seco.	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Tubo y Balón Conector	Silicona 100% Policarbonato.	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 1 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidossanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

MÁSCARA LARÍNGEA DESECHABLE		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2016DM-0000294-R1	
Vigencia:	18/07/2026	
Clasificación de Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Mascara para intubación Laringe. Desechable. Fabricada en silicona 100%, sin barras de epiglotis para facilitar la inserción del broncoscopio y/o catéteres de succión. Presentación: N° 1.0 para paciente con peso < 5 kg. N° 1.5 para paciente con peso 5-10 kg. N° 2.0 para paciente con peso 10 – 20 Kg. N° 2.5 para paciente con peso 20-30 Kg. N° 3.0 para paciente con peso 30-50 Kg. N° 4.0 para paciente con peso 50-70 Kg. N° 5.0 para paciente con peso > 70 Kg.	
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Producto para un solo uso. • Conservar en un lugar fresco y seco.	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Tubo y Balón Conector	Silicona 100% Policarbonato.	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 1 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidossanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

MÁSCARA LARÍNGEA DESECHABLE		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2016DM-0000294-R1	
Vigencia:	18/07/2026	
Clasificación de Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Mascara para intubación Laringe. Desechable. Fabricada en silicona 100%, sin barras de epiglotis para facilitar la inserción del broncoscopio y/o catéteres de succión. Presentación: N° 1.0 para paciente con peso < 5 kg. N° 1.5 para paciente con peso 5-10 kg. N° 2.0 para paciente con peso 10 – 20 Kg. N° 2.5 para paciente con peso 20-30 Kg. N° 3.0 para paciente con peso 30-50 Kg. N° 4.0 para paciente con peso 50-70 Kg. N° 5.0 para paciente con peso > 70 Kg.	
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Producto para un solo uso. • Conservar en un lugar fresco y seco.	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Tubo y Balón Conector	Silicona 100% Policarbonato.	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 1 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidossanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

MÁSCARA LARÍNGEA DESECHABLE		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2016DM-0000294-R1	
Vigencia:	18/07/2026	
Clasificación de Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Mascara para intubación Laringe. Desechable. Fabricada en silicona 100%, sin barras de epiglotis para facilitar la inserción del broncoscopio y/o catéteres de succión. Presentación: N° 1.0 para paciente con peso < 5 kg. N° 1.5 para paciente con peso 5-10 kg. N° 2.0 para paciente con peso 10 – 20 Kg. N° 2.5 para paciente con peso 20-30 Kg. N° 3.0 para paciente con peso 30-50 Kg. N° 4.0 para paciente con peso 50-70 Kg. N° 5.0 para paciente con peso > 70 Kg.	
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Producto para un solo uso. • Conservar en un lugar fresco y seco.	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Tubo y Balón Conector	Silicona 100% Policarbonato.	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 1 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidossanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

MÁSCARA LARÍNGEA DESECHABLE		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2016DM-0000294-R1	
Vigencia:	18/07/2026	
Clasificación de Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Mascara para intubación Laringe. Desechable. Fabricada en silicona 100%, sin barras de epiglotis para facilitar la inserción del broncoscopio y/o catéteres de succión. Presentación: N° 1.0 para paciente con peso < 5 kg. N° 1.5 para paciente con peso 5-10 kg. N° 2.0 para paciente con peso 10 – 20 Kg. N° 2.5 para paciente con peso 20-30 Kg. N° 3.0 para paciente con peso 30-50 Kg. N° 4.0 para paciente con peso 50-70 Kg. N° 5.0 para paciente con peso > 70 Kg.	
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Producto para un solo uso. • Conservar en un lugar fresco y seco.	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Tubo y Balón Conector	Silicona 100% Policarbonato.	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 1 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidossanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

MÁSCARA LARÍNGEA DESECHABLE		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2016DM-0000294-R1	
Vigencia:	18/07/2026	
Clasificación de Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Mascara para intubación Laringe. Desechable. Fabricada en silicona 100%, sin barras de epiglotis para facilitar la inserción del broncoscopio y/o catéteres de succión. Presentación: N° 1.0 para paciente con peso < 5 kg. N° 1.5 para paciente con peso 5-10 kg. N° 2.0 para paciente con peso 10 – 20 Kg. N° 2.5 para paciente con peso 20-30 Kg. N° 3.0 para paciente con peso 30-50 Kg. N° 4.0 para paciente con peso 50-70 Kg. N° 5.0 para paciente con peso > 70 Kg.	
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Producto para un solo uso. • Conservar en un lugar fresco y seco.	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Tubo y Balón Conector	Silicona 100% Policarbonato.	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 1 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidossanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	


PLACA ELECTRO BISTURI REM SIN CABLE		
Fabricante:	Baisheng Medical Equipment Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	3 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2019DM-0020710	
Vigencia:	30/10/2029	
Clasificación del Riesgo	I	
Descripción General del producto	Placa para electrobisturí o electrodo neutro desechable, pre gelificadas,autoadhesivas al 100% de la superficie, flexibles. Doble contacto “REM”, sin cable Compatible con unidades electro quirúrgicas Valleylab, Martin y Conmed. Tamaños:Presentación: Adulto (20 cm X 10 cm), Peso > 13 Kg. Pediátrica (12 cm X 9 cm), Peso 3 Kg a 15 KgNeonatal (9.5cm X 7.5 cm), Peso < 3 Kg	
Uso y/o Indicación	Accesorio para electrobisturí mono polar. Utilizar siempre juntamente con electrodo activo (Lápiz) Procedimientos quirúrgicos.	
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente • Conservar en un lugar limpio, • Verificar conexión correcta al equipo y al paciente, • Uso para un solo paciente. • Leer las instrucciones de la etiqueta.	
Contraindicaciones	• No utilizar si el cable esta fracturado o dañado • No utilizar si el envase presenta averías • No Utilizar si ha caducado la fecha de vencimiento	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERISTICAS**
Placa Gel	Foam Adhesivo y Conductivo	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte. • Libre de látex

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Bolsa en Aluminizada por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras
Empaque	Caja x 25 un
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

Elaborado por: *Aura Cecilia Forero*	**Aprobado por:** *Kesia Pinzón* **Director Técnico**


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• Producto listo para su uso. • Envase sellado. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA), No. 0355 expedido por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

PLACA PARA ELECTRO BISTURI REM CON CABLE		
Fabricante:	Baisheng Medical Equipment Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	3 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2019DM-0020710	
Vigencia:	30/10/2029	
Clasificación del Riesgo	I	
Descripción General del producto	Placa para electrobisturí o electrodo neutro desechable, pre gelificadas, autoadhesivas al 100% de la superficie, flexibles. Doble contacto "REM" con cable. Compatible con unidades electro quirúrgicas Valleylab, Martin y Conmed. Presentación: Adulto (20 cm X 10 cm), Peso > 13 Kg. Pediátrica (12 cm X 9 cm), Peso 3 Kg a 15 Kg Neonatal (9.5cm X 7.5 cm), Peso < 3 Kg	
Uso y/o Indicación	Accesorio para electrobisturí mono polar. Utilizar siempre juntamente con electrodo activo (Lápiz) Procedimientos quirúrgicos.	
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERISTICAS**
Placa Adhesivo y conductivo	Espuma de polietileno (foam) y aluminio Hidro gel conductivo, gel adhesivo	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte. • Libre de látex

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Bolsa en Polietileno por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 25 un
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• Producto listo para su uso. • Envase sellado. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) N° 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) N° 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

PLACA PARA ELECTRO BISTURI REM CON CABLE		
Fabricante:	Baisheng Medical Equipment Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	3 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2019DM-0020710	
Vigencia:	30/10/2029	
Clasificación del Riesgo	I	
Descripción General del producto	Placa para electrobisturí o electrodo neutro desechable, pre gelificadas, autoadhesivas al 100% de la superficie, flexibles. Doble contacto "REM" con cable. Compatible con unidades electro quirúrgicas Valleylab, Martin y Conmed. Presentación: Adulto (20 cm X 10 cm), Peso > 13 Kg. Pediátrica (12 cm X 9 cm), Peso 3 Kg a 15 Kg Neonatal (9.5cm X 7.5 cm), Peso < 3 Kg	
Uso y/o Indicación	Accesorio para electrobisturí mono polar. Utilizar siempre juntamente con electrodo activo (Lápiz) Procedimientos quirúrgicos.	
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERISTICAS**
Placa Adhesivo y conductivo	Espuma de polietileno (foam) y aluminio Hidro gel conductivo, gel adhesivo	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte. • Libre de látex

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Bolsa en Polietileno por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 25 un
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• Producto listo para su uso. • Envase sellado. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) N° 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) N° 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

PLACA PARA ELECTRO BISTURI REM CON CABLE		
Fabricante:	Baisheng Medical Equipment Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	3 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2019DM-0020710	
Vigencia:	30/10/2029	
Clasificación del Riesgo	I	
Descripción General del producto	Placa para electrobisturí o electrodo neutro desechable, pre gelificadas, autoadhesivas al 100% de la superficie, flexibles. Doble contacto "REM" con cable. Compatible con unidades electro quirúrgicas Valleylab, Martin y Conmed. Presentación: Adulto (20 cm X 10 cm), Peso > 13 Kg. Pediátrica (12 cm X 9 cm), Peso 3 Kg a 15 Kg Neonatal (9.5cm X 7.5 cm), Peso < 3 Kg	
Uso y/o Indicación	Accesorio para electrobisturí mono polar. Utilizar siempre juntamente con electrodo activo (Lápiz) Procedimientos quirúrgicos.	
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERISTICAS**
Placa Adhesivo y conductivo	Espuma de polietileno (foam) y aluminio Hidro gel conductivo, gel adhesivo	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte. • Libre de látex

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Bolsa en Polietileno por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 25 un
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• Producto listo para su uso. • Envase sellado. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) N° 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) N° 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

RESUCITADOR MANUAL EN PVC			
Fabricante:	Xiamen Compower Medical Tech Co. Ltd.		
Marca:	Golden Care		
Vida Útil:	3 años		
Procedencia:	China		
Registro Sanitario INVIMA:	2013DM-0010036		
Vigencia:	03/07/2023		
Uso y/o Indicación	Dispositivo Medico que se utiliza para dar ventilación pulmonar asistida manualmente, No Reutilizable/Desechable. Tamaño: Neonatal, Pediátrico, Adulto.		
Descripción Técnica	**Neonatal**	**Pediátrico**	**Adulto**
Peso Corporal	≤ 10 Kg.	10 kg-40 kg.	> 40 kg.
Mascara PVC	# 1, con cojín de aire y válvula	# 2, con cojín de aire y válvula	# 5, con cojín de aire yválvula
Capacidad del Balón	280 ml	600 ml	1.650 ml
Dimensiones (Longitud x Diámetro)	135X75 mm	146X100 mm	212X131mm
Peso del Resucitador	350 g.	410 g.	600 g.
Presión Limite de la Válvula	40 cmH2O	40 cmH2O	60 cmH2O
Resistencia Válvula PEEP	0~20 Cm de H2O	0~20 Cm de H2O	0~20 Cm de H2O
Línea Extensión O_2	2 m.	2 m.	2 m.
Resistencia Inspiratoria/Espiratoria	>5 cmH2O (50 l/min)		
Volumen Bolsa Reservorio (Deposito)	600 / 1000 ml (Polietileno)	1.000 / 1.600 ml (Polietileno)	1.600 / 2.000 ml (Polietileno)
Línea Extensión de O_2	2 m PVC		
Conector al Paciente	ISO5356-1, Ø22/15 mm		
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Conservar en un lugar fresco y seco.		
Contraindicaciones	• No utilizar si su pieza presenta averías • No utilizar está contaminado • Diseñado para un solo uso		

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Mascara Válvula PEEP Balón Bolsa Reservorio Extensión de Oxigeno	PVC Policarbonato PC PVC Cloruro de Polivinilo (PVC) Cloruro de Polivinilo (PVC).	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

Elaborado por: *Aura Cecilia Forero* **Especialista de Producto**	**Aprobado por:** *Kesia Pinzón* **Director Técnico**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El envase no es estéril, pero se garantiza su total preservación • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Bolsa de Polietileno. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 24 Unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

RESUCITADOR MANUAL EN PVC			
Fabricante:	Xiamen Compower Medical Tech Co. Ltd.		
Marca:	Golden Care		
Vida Útil:	3 años		
Procedencia:	China		
Registro Sanitario INVIMA:	2013DM-0010036		
Vigencia:	03/07/2023		
Uso y/o Indicación	Dispositivo Medico que se utiliza para dar ventilación pulmonar asistida manualmente, No Reutilizable/Desechable. Tamaño: Neonatal, Pediátrico, Adulto.		
Descripción Técnica	**Neonatal**	**Pediátrico**	**Adulto**
Peso Corporal	≤ 10 Kg.	10 kg-40 kg.	> 40 kg.
Mascara PVC	# 1, con cojín de aire y válvula	# 2, con cojín de aire y válvula	# 5, con cojín de aire yválvula
Capacidad del Balón	280 ml	600 ml	1.650 ml
Dimensiones (Longitud x Diámetro)	135X75 mm	146X100 mm	212X131mm
Peso del Resucitador	350 g.	410 g.	600 g.
Presión Limite de la Válvula	40 cmH2O	40 cmH2O	60 cmH2O
Resistencia Válvula PEEP	0~20 Cm de H2O	0~20 Cm de H2O	0~20 Cm de H2O
Línea Extensión O_2	2 m.	2 m.	2 m.
Resistencia Inspiratoria/Espiratoria	>5 cmH2O (50 l/min)		
Volumen Bolsa Reservorio (Deposito)	600 / 1000 ml (Polietileno)	1.000 / 1.600 ml (Polietileno)	1.600 / 2.000 ml (Polietileno)
Línea Extensión de O_2	2 m PVC		
Conector al Paciente	ISO5356-1, Ø22/15 mm		
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Conservar en un lugar fresco y seco.		
Contraindicaciones	• No utilizar si su pieza presenta averías • No utilizar está contaminado • Diseñado para un solo uso		

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Mascara Válvula PEEP Balón Bolsa Reservorio Extensión de Oxigeno	PVC Policarbonato PC PVC Cloruro de Polivinilo (PVC) Cloruro de Polivinilo (PVC).	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

Elaborado por: *Aura Cecilia Forero* **Especialista de Producto**	**Aprobado por:** *Kesia Pinzón* **Director Técnico**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El envase no es estéril, pero se garantiza su total preservación • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).


ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Bolsa de Polietileno. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 24 Unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

RESUCITADOR MANUAL EN PVC			
Fabricante:	Xiamen Compower Medical Tech Co. Ltd.		
Marca:	Golden Care		
Vida Útil:	3 años		
Procedencia:	China		
Registro Sanitario INVIMA:	2013DM-0010036		
Vigencia:	03/07/2023		
Uso y/o Indicación	Dispositivo Medico que se utiliza para dar ventilación pulmonar asistida manualmente, No Reutilizable/Desechable. Tamaño: Neonatal, Pediátrico, Adulto.		
Descripción Técnica	**Neonatal**	**Pediátrico**	**Adulto**
Peso Corporal	≤ 10 Kg.	10 kg-40 kg.	> 40 kg.
Mascara PVC	# 1, con cojín de aire y válvula	# 2, con cojín de aire y válvula	# 5, con cojín de aire yválvula
Capacidad del Balón	280 ml	600 ml	1.650 ml
Dimensiones (Longitud x Diámetro)	135X75 mm	146X100 mm	212X131mm
Peso del Resucitador	350 g.	410 g.	600 g.
Presión Limite de la Válvula	40 cmH2O	40 cmH2O	60 cmH2O
Resistencia Válvula PEEP	0~20 Cm de H2O	0~20 Cm de H2O	0~20 Cm de H2O
Línea Extensión O_2	2 m.	2 m.	2 m.
Resistencia Inspiratoria/Espiratoria	>5 cmH2O (50 l/min)		
Volumen Bolsa Reservorio (Deposito)	600 / 1000 ml (Polietileno)	1.000 / 1.600 ml (Polietileno)	1.600 / 2.000 ml (Polietileno)
Línea Extensión de O_2	2 m PVC		
Conector al Paciente	ISO5356-1, Ø22/15 mm		
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Conservar en un lugar fresco y seco.		
Contraindicaciones	• No utilizar si su pieza presenta averías • No utilizar está contaminado • Diseñado para un solo uso		

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Mascara Válvula PEEP Balón Bolsa Reservorio Extensión de Oxigeno	PVC Policarbonato PC PVC Cloruro de Polivinilo (PVC) Cloruro de Polivinilo (PVC).	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El envase no es estéril, pero se garantiza su total preservación • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidossanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).


ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Bolsa de Polietileno. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 24 Unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

SONDAS FOLEY EN SILICONA 100%		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro SanitarioIN-VIMA:	2016DM-0000290-R1	
Vigencia:	18/07/2026	
Clasificación del Riesgo	IIA	
Descripción General del producto	Sondas o catéter Foley fabricada silicona 100%; para pasarlo a través de la uretra hasta la vejiga, tienen balón que se insufla con agua para mantenerla ubicada, punta atraumática, cilíndrica recta con dos orificios laterales. Balón uniforme, línea radiopaca.Presentación: Sonda Foley de dos vías, No.: 6, 8, 10 Fr/Cr con balón de 1.5 y 3 ml/CC. Sonda Foley de dos vías, No: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Fr/Cr con balón de 5 a 10 ml/CC. Sonda Foley de dos vías No: 16, 18, 20, 22, 24 Fr/Cr con balón de 30 ml/CC. Sonda Foley de tres vías, No: 18, 20, 22, 24, Fr/Cr con balón de 30 ml/c.c.Sistema para insuflar el balón con jeringa de conexión Luer Lock.	
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco. • Leer instrucciones de uso adjuntas al producto,	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Sonda	Silicona 100%,	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 10 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidossanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

SONDAS FOLEY EN SILICONA 100%		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro SanitarioIN-VIMA:	2016DM-0000290-R1	
Vigencia:	18/07/2026	
Clasificación del Riesgo	IIA	
Descripción General del producto	Sondas o catéter Foley fabricada silicona 100%; para pasarlo a través de la uretra hasta la vejiga, tienen balón que se insufla con agua para mantenerla ubicada, punta atraumática, cilíndrica recta con dos orificios laterales. Balón uniforme, línea radiopaca.Presentación: Sonda Foley de dos vías, No.: 6, 8, 10 Fr/Cr con balón de 1.5 y 3 ml/CC. Sonda Foley de dos vías, No: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Fr/Cr con balón de 5 a 10 ml/CC. Sonda Foley de dos vías No: 16, 18, 20, 22, 24 Fr/Cr con balón de 30 ml/CC. Sonda Foley de tres vías, No: 18, 20, 22, 24, Fr/Cr con balón de 30 ml/c.c.Sistema para insuflar el balón con jeringa de conexión Luer Lock.	
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco. • Leer instrucciones de uso adjuntas al producto,	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Sonda	Silicona 100%,	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 10 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidossanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

SONDA FOLEY VESICAL LÁTEX		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2017DM-0000327-R1	
Vigencia:	11/05/2027	
Clasificación del Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Sondas o catéter Foley fabricada en látex con recubrimiento de silicona, no colapsable; para pasarlo a través de la uretra hasta la vejiga, tienen balón que se insufla con agua para mantenerla ubicada. Presentación: Sonda Foley de dos vías tamaños: 6, 8, 10 Fr/Ch con balón de 3 ml/cc; Sonda Foley de dos vías tamaño:12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, Fr/Ch con balón de 5 ml/cc Sonda Foley de dos vías, tamaños:16, 18, 20, 22, 24, Fr/Ch con balón de 30 ml/cc Sonda Foley de tres vías; tamaños: 18, 20, 22, 24, Fr/Ch con balón de 30 ml/cc	
Uso y/o Indicación	Drenaje Urinario Irrigación Vesical	
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Sonda	Látex recubierto en silicona	• Resistencia mecánica. • Corto punzante. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 10 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

SONDA FOLEY VESICAL LÁTEX		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2017DM-0000327-R1	
Vigencia:	11/05/2027	
Clasificación del Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Sondas o catéter Foley fabricada en látex con recubrimiento de silicona, no colapsable; para pasarlo a través de la uretra hasta la vejiga, tienen balón que se insufla con agua para mantenerla ubicada. Presentación: Sonda Foley de dos vías tamaños: 6, 8, 10 Fr/Ch con balón de 3 ml/cc; Sonda Foley de dos vías tamaño:12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, Fr/Ch con balón de 5 ml/cc Sonda Foley de dos vías, tamaños:16, 18, 20, 22, 24, Fr/Ch con balón de 30 ml/cc Sonda Foley de tres vías; tamaños: 18, 20, 22, 24, Fr/Ch con balón de 30 ml/cc	
Uso y/o Indicación	Drenaje Urinario Irrigación Vesical	
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Sonda	Látex recubierto en silicona	• Resistencia mecánica. • Corto punzante. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 10 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

SONDA FOLEY VESICAL LÁTEX		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2017DM-0000327-R1	
Vigencia:	11/05/2027	
Clasificación del Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Sondas o catéter Foley fabricada en látex con recubrimiento de silicona, no colapsable; para pasarlo a través de la uretra hasta la vejiga, tienen balón que se insufla con agua para mantenerla ubicada. Presentación: Sonda Foley de dos vías tamaños: 6, 8, 10 Fr/Ch con balón de 3 ml/cc; Sonda Foley de dos vías tamaño:12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, Fr/Ch con balón de 5 ml/cc Sonda Foley de dos vías, tamaños:16, 18, 20, 22, 24, Fr/Ch con balón de 30 ml/cc Sonda Foley de tres vías; tamaños: 18, 20, 22, 24, Fr/Ch con balón de 30 ml/cc	
Uso y/o Indicación	Drenaje Urinario Irrigación Vesical	
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Sonda	Látex recubierto en silicona	• Resistencia mecánica. • Corto punzante. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 10 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

SONDA FOLEY VESICAL LÁTEX		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2017DM-0000327-R1	
Vigencia:	11/05/2027	
Clasificación del Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Sondas o catéter Foley fabricada en látex con recubrimiento de silicona, no colapsable; para pasarlo a través de la uretra hasta la vejiga, tienen balón que se insufla con agua para mantenerla ubicada. Presentación: Sonda Foley de dos vías tamaños: 6, 8, 10 Fr/Ch con balón de 3 ml/cc; Sonda Foley de dos vías tamaño:12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, Fr/Ch con balón de 5 ml/cc Sonda Foley de dos vías, tamaños:16, 18, 20, 22, 24, Fr/Ch con balón de 30 ml/cc Sonda Foley de tres vías; tamaños: 18, 20, 22, 24, Fr/Ch con balón de 30 ml/cc	
Uso y/o Indicación	Drenaje Urinario Irrigación Vesical	
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Sonda	Látex recubierto en silicona	• Resistencia mecánica. • Corto punzante. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 10 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

SONDA FOLEY VESICAL LÁTEX		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2017DM-0000327-R1	
Vigencia:	11/05/2027	
Clasificación del Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Sondas o catéter Foley fabricada en látex con recubrimiento de silicona, no colapsable; para pasarlo a través de la uretra hasta la vejiga, tienen balón que se insufla con agua para mantenerla ubicada. Presentación: Sonda Foley de dos vías tamaños: 6, 8, 10 Fr/Ch con balón de 3 ml/cc; Sonda Foley de dos vías tamaño:12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, Fr/Ch con balón de 5 ml/cc Sonda Foley de dos vías, tamaños:16, 18, 20, 22, 24, Fr/Ch con balón de 30 ml/cc Sonda Foley de tres vías; tamaños: 18, 20, 22, 24, Fr/Ch con balón de 30 ml/cc	
Uso y/o Indicación	Drenaje Urinario Irrigación Vesical	
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Sonda	Látex recubierto en silicona	• Resistencia mecánica. • Corto punzante. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 10 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

SONDA FOLEY VESICAL LÁTEX		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2017DM-0000327-R1	
Vigencia:	11/05/2027	
Clasificación del Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Sondas o catéter Foley fabricada en látex con recubrimiento de silicona, no colapsable; para pasarlo a través de la uretra hasta la vejiga, tienen balón que se insufla con agua para mantenerla ubicada. Presentación: Sonda Foley de dos vías tamaños: 6, 8, 10 Fr/Ch con balón de 3 ml/cc; Sonda Foley de dos vías tamaño:12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, Fr/Ch con balón de 5 ml/cc Sonda Foley de dos vías, tamaños:16, 18, 20, 22, 24, Fr/Ch con balón de 30 ml/cc Sonda Foley de tres vías; tamaños: 18, 20, 22, 24, Fr/Ch con balón de 30 ml/cc	
Uso y/o Indicación	Drenaje Urinario Irrigación Vesical	
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Sonda	Látex recubierto en silicona	• Resistencia mecánica. • Corto punzante. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 10 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

SONDA FOLEY VESICAL LÁTEX		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2017DM-0000327-R1	
Vigencia:	11/05/2027	
Clasificación del Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Sondas o catéter Foley fabricada en látex con recubrimiento de silicona, no colapsable; para pasarlo a través de la uretra hasta la vejiga, tienen balón que se insufla con agua para mantenerla ubicada. Presentación: Sonda Foley de dos vías tamaños: 6, 8, 10 Fr/Ch con balón de 3 ml/cc; Sonda Foley de dos vías tamaño:12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, Fr/Ch con balón de 5 ml/cc Sonda Foley de dos vías, tamaños:16, 18, 20, 22, 24, Fr/Ch con balón de 30 ml/cc Sonda Foley de tres vías; tamaños: 18, 20, 22, 24, Fr/Ch con balón de 30 ml/cc	
Uso y/o Indicación	Drenaje Urinario Irrigación Vesical	
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Sonda	Látex recubierto en silicona	• Resistencia mecánica. • Corto punzante. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 10 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

SONDA FOLEY VESICAL LÁTEX		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2017DM-0000327-R1	
Vigencia:	11/05/2027	
Clasificación del Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Sondas o catéter Foley fabricada en látex con recubrimiento de silicona, no colapsable; para pasarlo a través de la uretra hasta la vejiga, tienen balón que se insufla con agua para mantenerla ubicada. Presentación: Sonda Foley de dos vías tamaños: 6, 8, 10 Fr/Ch con balón de 3 ml/cc; Sonda Foley de dos vías tamaño:12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, Fr/Ch con balón de 5 ml/cc Sonda Foley de dos vías, tamaños:16, 18, 20, 22, 24, Fr/Ch con balón de 30 ml/cc Sonda Foley de tres vías; tamaños: 18, 20, 22, 24, Fr/Ch con balón de 30 ml/cc	
Uso y/o Indicación	Drenaje Urinario Irrigación Vesical	
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Sonda	Látex recubierto en silicona	• Resistencia mecánica. • Corto punzante. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 10 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

SONDA FOLEY VESICAL LÁTEX		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2017DM-0000327-R1	
Vigencia:	11/05/2027	
Clasificación del Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Sondas o catéter Foley fabricada en látex con recubrimiento de silicona, no colapsable; para pasarlo a través de la uretra hasta la vejiga, tienen balón que se insufla con agua para mantenerla ubicada. Presentación: Sonda Foley de dos vías tamaños: 6, 8, 10 Fr/Ch con balón de 3 ml/cc; Sonda Foley de dos vías tamaño:12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, Fr/Ch con balón de 5 ml/cc Sonda Foley de dos vías, tamaños:16, 18, 20, 22, 24, Fr/Ch con balón de 30 ml/cc Sonda Foley de tres vías; tamaños: 18, 20, 22, 24, Fr/Ch con balón de 30 ml/cc	
Uso y/o Indicación	Drenaje Urinario Irrigación Vesical	
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Sonda	Látex recubierto en silicona	• Resistencia mecánica. • Corto punzante. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 10 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).

QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones:

- Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA
- Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA.
- Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia

TUBO ENDOBRONQUIAL		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario	INVIMA 2018DM-0018330	
Vigencia:	26/07/2028	
Clasificación del Riesgo:	IIA	

Descripción General del producto	Se utiliza para la ventilación pulmonar de un solo PULMÓN Hecho de PVC de grado médico. Disponible para pulmón Izquierda y pulmón derecho Con Balones en los dos lúmenes, balón piloto traqueal de color transparente ybalón bronquial azul, para fácil identificación. Lúmenes interiores lisos que facilitan el paso del broncoscopio. Precargado con estilete para ayudar a mantener la forma del tubo y facilitarintubación. Embalado con el conector del interruptor y dos catéteres de succión de bajafricción. Presentación: Izquierdo No 28 Fr, 35 Fr, 37Fr, 39 Fr. Derecha No 35 Fr, 37 FR, 39 Fr.
Advertencias y pre-cauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco. • Leer instrucciones de uso adjuntas al producto,
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado

MATERIALES

PIEZAS	TIPO	CARACTERÍSTICAS
Tubo en Cloruro de Polivi-nilo; PVC, Guía en alumi-nio recubierto en PVC	P.V.C. Polivinilo.	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO

Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 10 unidades
Condiciones Alma-cenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

TUBO ENDOBRONQUIAL		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario	INVIMA 2018DM-0018330	
Vigencia:	26/07/2028	
Clasificación del Riesgo:	IIA	

Descripción General del producto	Se utiliza para la ventilación pulmonar de un solo PULMÓN Hecho de PVC de grado médico. Disponible para pulmón Izquierda y pulmón derecho Con Balones en los dos lúmenes, balón piloto traqueal de color transparente ybalón bronquial azul, para fácil identificación. Lúmenes interiores lisos que facilitan el paso del broncoscopio. Precargado con estilete para ayudar a mantener la forma del tubo y facilitarintubación. Embalado con el conector del interruptor y dos catéteres de succión de bajafricción. Presentación: Izquierdo No 28 Fr, 35 Fr, 37Fr, 39 Fr. Derecha No 35 Fr, 37 FR, 39 Fr.
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco. • Leer instrucciones de uso adjuntas al producto,
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado

MATERIALES

PIEZAS	TIPO	CARACTERÍSTICAS
Tubo en Cloruro de Polivinilo; PVC, Guía en aluminio recubierto en PVC	P.V.C. Polivinilo.	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO

Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 10 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

TUBO ENDOBRONQUIAL		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario	INVIMA 2018DM-0018330	
Vigencia:	26/07/2028	
Clasificación del Riesgo:	IIA	

Descripción General del producto	Se utiliza para la ventilación pulmonar de un solo PULMÓN Hecho de PVC de grado médico. Disponible para pulmón Izquierda y pulmón derecho Con Balones en los dos lúmenes, balón piloto traqueal de color transparente ybalón bronquial azul, para fácil identificación. Lúmenes interiores lisos que facilitan el paso del broncoscopio. Precargado con estilete para ayudar a mantener la forma del tubo y facilitarintubación. Embalado con el conector del interruptor y dos catéteres de succión de bajafricción. Presentación: Izquierdo No 28 Fr, 35 Fr, 37Fr, 39 Fr. Derecha No 35 Fr, 37 FR, 39 Fr.
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco. • Leer instrucciones de uso adjuntas al producto,
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado

MATERIALES

PIEZAS	TIPO	CARACTERÍSTICAS
Tubo en Cloruro de Polivinilo; PVC, Guía en aluminio recubierto en PVC	P.V.C. Polivinilo.	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO

Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 10 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

TUBO ENDOBRONQUIAL		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario	INVIMA 2018DM-0018330	
Vigencia:	26/07/2028	
Clasificación del Riesgo:	IIA	

Descripción General del producto	Se utiliza para la ventilación pulmonar de un solo PULMÓN Hecho de PVC de grado médico. Disponible para pulmón Izquierda y pulmón derecho Con Balones en los dos lúmenes, balón piloto traqueal de color transparente ybalón bronquial azul, para fácil identificación. Lúmenes interiores lisos que facilitan el paso del broncoscopio. Precargado con estilete para ayudar a mantener la forma del tubo y facilitarintubación. Embalado con el conector del interruptor y dos catéteres de succión de bajafricción. Presentación: Izquierdo No 28 Fr, 35 Fr, 37Fr, 39 Fr. Derecha No 35 Fr, 37 FR, 39 Fr.
Advertencias y precauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco. • Leer instrucciones de uso adjuntas al producto,
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado

MATERIALES

PIEZAS	TIPO	CARACTERÍSTICAS
Tubo en Cloruro de Polivinilo; PVC, Guía en aluminio recubierto en PVC	P.V.C. Polivinilo.	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO

Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha de vencimiento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 10 unidades
Condiciones Almacenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

TUBO ENDOTRAQUEAL		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2016DM-0000271-R1	
Vigencia:	20/09/2026	
Clasificación del Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Tubo para intubación endotraqueal con orificio Murphy, Línea radiopaca continua, Graduado en centímetros. Presentación: *Con balón y válvula (asegurando la integridad continua del balón): alto volumen baja presión. *Tamaño con Balón: ID 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 8.5 mm, 9.0 mm. *Tamaño sin balón: ID 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm	
Uso y/o Indicación	Sistema Invasivo para mantener permeable la vía aérea durante procedimientos anestésicos, y/o procesos de inconciencia bajo soporte ventilatorio.	
Advertencias y pre-cauciones de uso	• Uso médico exclusivamente, La manipulación y cuidados durante uso del DM es de protocolo institucional. • Antes de su uso verificar que este en perfecto estado y funcionamiento. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Tubo y Balón Conector	P.V.C. Siliconado Policarbonato. Li-bre de Látex	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devenci-miento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 10 unidades
Condiciones Al-macenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

TUBO ENDOTRAQUEAL		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2016DM-0000271-R1	
Vigencia:	20/09/2026	
Clasificación del Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Tubo para intubación endotraqueal con orificio Murphy, Línea radiopaca continua, Graduado en centímetros. Presentación: *Con balón y válvula (asegurando la integridad continua del balón): alto volumen baja presión. *Tamaño con Balón: ID 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 8.5 mm, 9.0 mm. *Tamaño sin balón: ID 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm	
Uso y/o Indicación	Sistema Invasivo para mantener permeable la vía aérea durante procedimientos anestésicos, y/o procesos de inconciencia bajo soporte ventilatorio.	
Advertencias y pre-cauciones de uso	• Uso médico exclusivamente, La manipulación y cuidados durante uso del DM es de protocolo institucional. • Antes de su uso verificar que este en perfecto estado y funcionamiento. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Tubo y Balón Conector	P.V.C. Siliconado Policarbonato. Li-bre de Látex	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devenci-miento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 10 unidades
Condiciones Al-macenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

TUBO ENDOTRAQUEAL		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2016DM-0000271-R1	
Vigencia:	20/09/2026	
Clasificación del Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Tubo para intubación endotraqueal con orificio Murphy, Línea radiopaca continua, Graduado en centímetros. Presentación: *Con balón y válvula (asegurando la integridad continua del balón): alto volumen baja presión. *Tamaño con Balón: ID 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 8.5 mm, 9.0 mm. *Tamaño sin balón: ID 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm	
Uso y/o Indicación	Sistema Invasivo para mantener permeable la vía aérea durante procedimientos anestésicos, y/o procesos de inconciencia bajo soporte ventilatorio.	
Advertencias y pre-cauciones de uso	• Uso médico exclusivamente, La manipulación y cuidados durante uso del DM es de protocolo institucional. • Antes de su uso verificar que este en perfecto estado y funcionamiento. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Tubo y Balón Conector	P.V.C. Siliconado Policarbonato. Li-bre de Látex	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devenci-miento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 10 unidades
Condiciones Al-macenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

TUBO ENDOTRAQUEAL		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2016DM-0000271-R1	
Vigencia:	20/09/2026	
Clasificación del Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Tubo para intubación endotraqueal con orificio Murphy, Línea radiopaca continua, Graduado en centímetros. Presentación: *Con balón y válvula (asegurando la integridad continua del balón): alto volumen baja presión. *Tamaño con Balón: ID 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 8.5 mm, 9.0 mm. *Tamaño sin balón: ID 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm	
Uso y/o Indicación	Sistema Invasivo para mantener permeable la vía aérea durante procedimientos anestésicos, y/o procesos de inconciencia bajo soporte ventilatorio.	
Advertencias y pre-cauciones de uso	• Uso médico exclusivamente, La manipulación y cuidados durante uso del DM es de protocolo institucional. • Antes de su uso verificar que este en perfecto estado y funcionamiento. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Tubo y Balón Conector	P.V.C. Siliconado Policarbonato. Li-bre de Látex	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devenci-miento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 10 unidades
Condiciones Al-macenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

TUBO ENDOTRAQUEAL		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2016DM-0000271-R1	
Vigencia:	20/09/2026	
Clasificación del Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Tubo para intubación endotraqueal con orificio Murphy, Línea radiopaca continua, Graduado en centímetros. Presentación: *Con balón y válvula (asegurando la integridad continua del balón): alto volumen baja presión. *Tamaño con Balón: ID 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 8.5 mm, 9.0 mm. *Tamaño sin balón: ID 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm	
Uso y/o Indicación	Sistema Invasivo para mantener permeable la vía aérea durante procedimientos anestésicos, y/o procesos de inconciencia bajo soporte ventilatorio.	
Advertencias y pre-cauciones de uso	• Uso médico exclusivamente, La manipulación y cuidados durante uso del DM es de protocolo institucional. • Antes de su uso verificar que este en perfecto estado y funcionamiento. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Tubo y Balón Conector	P.V.C. Siliconado Policarbonato. Li-bre de Látex	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devenci-miento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 10 unidades
Condiciones Al-macenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

TUBO ENDOTRAQUEAL		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2016DM-0000271-R1	
Vigencia:	20/09/2026	
Clasificación del Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Tubo para intubación endotraqueal con orificio Murphy, Línea radiopaca continua, Graduado en centímetros. Presentación: *Con balón y válvula (asegurando la integridad continua del balón): alto volumen baja presión. *Tamaño con Balón: ID 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 8.5 mm, 9.0 mm. *Tamaño sin balón: ID 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm	
Uso y/o Indicación	Sistema Invasivo para mantener permeable la vía aérea durante procedimientos anestésicos, y/o procesos de inconciencia bajo soporte ventilatorio.	
Advertencias y pre-cauciones de uso	• Uso médico exclusivamente, La manipulación y cuidados durante uso del DM es de protocolo institucional. • Antes de su uso verificar que este en perfecto estado y funcionamiento. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Tubo y Balón Conector	P.V.C. Siliconado Policarbonato. Li-bre de Látex	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devenci-miento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 10 unidades
Condiciones Al-macenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

TUBO ENDOTRAQUEAL		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2016DM-0000271-R1	
Vigencia:	20/09/2026	
Clasificación del Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Tubo para intubación endotraqueal con orificio Murphy, Línea radiopaca continua, Graduado en centímetros. Presentación: *Con balón y válvula (asegurando la integridad continua del balón): alto volumen baja presión. *Tamaño con Balón: ID 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 8.5 mm, 9.0 mm. *Tamaño sin balón: ID 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm	
Uso y/o Indicación	Sistema Invasivo para mantener permeable la vía aérea durante procedimientos anestésicos, y/o procesos de inconciencia bajo soporte ventilatorio.	
Advertencias y pre-cauciones de uso	• Uso médico exclusivamente, La manipulación y cuidados durante uso del DM es de protocolo institucional. • Antes de su uso verificar que este en perfecto estado y funcionamiento. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Tubo y Balón Conector	P.V.C. Siliconado Policarbonato. Li-bre de Látex	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devenci-miento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 10 unidades
Condiciones Al-macenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

TUBO ENDOTRAQUEAL		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2016DM-0000271-R1	
Vigencia:	20/09/2026	
Clasificación del Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Tubo para intubación endotraqueal con orificio Murphy, Línea radiopaca continua, Graduado en centímetros. Presentación: *Con balón y válvula (asegurando la integridad continua del balón): alto volumen baja presión. *Tamaño con Balón: ID 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 8.5 mm, 9.0 mm. *Tamaño sin balón: ID 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm	
Uso y/o Indicación	Sistema Invasivo para mantener permeable la vía aérea durante procedimientos anestésicos, y/o procesos de inconciencia bajo soporte ventilatorio.	
Advertencias y pre-cauciones de uso	• Uso médico exclusivamente, La manipulación y cuidados durante uso del DM es de protocolo institucional. • Antes de su uso verificar que este en perfecto estado y funcionamiento. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Tubo y Balón Conector	P.V.C. Siliconado Policarbonato. Li-bre de Látex	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devenci-miento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 10 unidades
Condiciones Al-macenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

TUBO ENDOTRAQUEAL		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2016DM-0000271-R1	
Vigencia:	20/09/2026	
Clasificación del Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Tubo para intubación endotraqueal con orificio Murphy, Línea radiopaca continua, Graduado en centímetros. Presentación: *Con balón y válvula (asegurando la integridad continua del balón): alto volumen baja presión. *Tamaño con Balón: ID 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 8.5 mm, 9.0 mm. *Tamaño sin balón: ID 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm	
Uso y/o Indicación	Sistema Invasivo para mantener permeable la vía aérea durante procedimientos anestésicos, y/o procesos de inconciencia bajo soporte ventilatorio.	
Advertencias y pre-cauciones de uso	• Uso médico exclusivamente, La manipulación y cuidados durante uso del DM es de protocolo institucional. • Antes de su uso verificar que este en perfecto estado y funcionamiento. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Tubo y Balón Conector	P.V.C. Siliconado Policarbonato. Li-bre de Látex	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devenci-miento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 10 unidades
Condiciones Al-macenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

TUBO ENDOTRAQUEAL		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2016DM-0000271-R1	
Vigencia:	20/09/2026	
Clasificación del Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Tubo para intubación endotraqueal con orificio Murphy, Línea radiopaca continua, Graduado en centímetros. Presentación: *Con balón y válvula (asegurando la integridad continua del balón): alto volumen baja presión. *Tamaño con Balón: ID 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 8.5 mm, 9.0 mm. *Tamaño sin balón: ID 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm	
Uso y/o Indicación	Sistema Invasivo para mantener permeable la vía aérea durante procedimientos anestésicos, y/o procesos de inconciencia bajo soporte ventilatorio.	
Advertencias y pre-cauciones de uso	• Uso médico exclusivamente, La manipulación y cuidados durante uso del DM es de protocolo institucional. • Antes de su uso verificar que este en perfecto estado y funcionamiento. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Tubo y Balón Conector	P.V.C. Siliconado Policarbonato. Li-bre de Látex	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devenci-miento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 10 unidades
Condiciones Al-macenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

TUBO ENDOTRAQUEAL		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2016DM-0000271-R1	
Vigencia:	20/09/2026	
Clasificación del Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Tubo para intubación endotraqueal con orificio Murphy, Línea radiopaca continua, Graduado en centímetros. Presentación: *Con balón y válvula (asegurando la integridad continua del balón): alto volumen baja presión. *Tamaño con Balón: ID 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 8.5 mm, 9.0 mm. *Tamaño sin balón: ID 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm	
Uso y/o Indicación	Sistema Invasivo para mantener permeable la vía aérea durante procedimientos anestésicos, y/o procesos de inconciencia bajo soporte ventilatorio.	
Advertencias y pre-cauciones de uso	• Uso médico exclusivamente, La manipulación y cuidados durante uso del DM es de protocolo institucional. • Antes de su uso verificar que este en perfecto estado y funcionamiento. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Tubo y Balón Conector	P.V.C. Siliconado Policarbonato. Li-bre de Látex	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devenci-miento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 10 unidades
Condiciones Al-macenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

TUBO ENDOTRAQUEAL		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2016DM-0000271-R1	
Vigencia:	20/09/2026	
Clasificación del Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Tubo para intubación endotraqueal con orificio Murphy, Línea radiopaca continua, Graduado en centímetros. Presentación: *Con balón y válvula (asegurando la integridad continua del balón): alto volumen baja presión. *Tamaño con Balón: ID 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 8.5 mm, 9.0 mm. *Tamaño sin balón: ID 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm	
Uso y/o Indicación	Sistema Invasivo para mantener permeable la vía aérea durante procedimientos anestésicos, y/o procesos de inconciencia bajo soporte ventilatorio.	
Advertencias y pre-cauciones de uso	• Uso médico exclusivamente, La manipulación y cuidados durante uso del DM es de protocolo institucional. • Antes de su uso verificar que este en perfecto estado y funcionamiento. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Tubo y Balón Conector	P.V.C. Siliconado Policarbonato. Li-bre de Látex	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devenci-miento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 10 unidades
Condiciones Al-macenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

TUBO ENDOTRAQUEAL		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2016DM-0000271-R1	
Vigencia:	20/09/2026	
Clasificación del Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Tubo para intubación endotraqueal con orificio Murphy, Línea radiopaca continua, Graduado en centímetros. Presentación: *Con balón y válvula (asegurando la integridad continua del balón): alto volumen baja presión. *Tamaño con Balón: ID 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 8.5 mm, 9.0 mm. *Tamaño sin balón: ID 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm	
Uso y/o Indicación	Sistema Invasivo para mantener permeable la vía aérea durante procedimientos anestésicos, y/o procesos de inconciencia bajo soporte ventilatorio.	
Advertencias y pre-cauciones de uso	• Uso médico exclusivamente, La manipulación y cuidados durante uso del DM es de protocolo institucional. • Antes de su uso verificar que este en perfecto estado y funcionamiento. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Tubo y Balón Conector	P.V.C. Siliconado Policarbonato. Li-bre de Látex	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devenci-miento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 10 unidades
Condiciones Al-macenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

TUBO ENDOTRAQUEAL		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2016DM-0000271-R1	
Vigencia:	20/09/2026	
Clasificación del Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Tubo para intubación endotraqueal con orificio Murphy, Línea radiopaca continua, Graduado en centímetros. Presentación: *Con balón y válvula (asegurando la integridad continua del balón): alto volumen baja presión. *Tamaño con Balón: ID 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 8.5 mm, 9.0 mm. *Tamaño sin balón: ID 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm	
Uso y/o Indicación	Sistema Invasivo para mantener permeable la vía aérea durante procedimientos anestésicos, y/o procesos de inconciencia bajo soporte ventilatorio.	
Advertencias y pre-cauciones de uso	• Uso médico exclusivamente, La manipulación y cuidados durante uso del DM es de protocolo institucional. • Antes de su uso verificar que este en perfecto estado y funcionamiento. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Tubo y Balón Conector	P.V.C. Siliconado Policarbonato. Li-bre de Látex	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devenci-miento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 10 unidades
Condiciones Al-macenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

TUBO ENDOTRAQUEAL		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2016DM-0000271-R1	
Vigencia:	20/09/2026	
Clasificación del Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Tubo para intubación endotraqueal con orificio Murphy, Línea radiopaca continua, Graduado en centímetros. Presentación: *Con balón y válvula (asegurando la integridad continua del balón): alto volumen baja presión. *Tamaño con Balón: ID 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 8.5 mm, 9.0 mm. *Tamaño sin balón: ID 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm	
Uso y/o Indicación	Sistema Invasivo para mantener permeable la vía aérea durante procedimientos anestésicos, y/o procesos de inconciencia bajo soporte ventilatorio.	
Advertencias y pre-cauciones de uso	• Uso médico exclusivamente, La manipulación y cuidados durante uso del DM es de protocolo institucional. • Antes de su uso verificar que este en perfecto estado y funcionamiento. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Tubo y Balón Conector	P.V.C. Siliconado Policarbonato. Li-bre de Látex	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devenci-miento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 10 unidades
Condiciones Al-macenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

TUBO ENDOTRAQUEAL		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2016DM-0000271-R1	
Vigencia:	20/09/2026	
Clasificación del Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Tubo para intubación endotraqueal con orificio Murphy, Línea radiopaca continua, Graduado en centímetros. Presentación: *Con balón y válvula (asegurando la integridad continua del balón): alto volumen baja presión. *Tamaño con Balón: ID 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 8.5 mm, 9.0 mm. *Tamaño sin balón: ID 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm	
Uso y/o Indicación	Sistema Invasivo para mantener permeable la vía aérea durante procedimientos anestésicos, y/o procesos de inconciencia bajo soporte ventilatorio.	
Advertencias y pre-cauciones de uso	• Uso médico exclusivamente, La manipulación y cuidados durante uso del DM es de protocolo institucional. • Antes de su uso verificar que este en perfecto estado y funcionamiento. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Tubo y Balón Conector	P.V.C. Siliconado Policarbonato. Li-bre de Látex	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devenci-miento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 10 unidades
Condiciones Al-macenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

TUBO ENDOTRAQUEAL		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2016DM-0000271-R1	
Vigencia:	20/09/2026	
Clasificación del Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Tubo para intubación endotraqueal con orificio Murphy, Línea radiopaca continua, Graduado en centímetros. Presentación: *Con balón y válvula (asegurando la integridad continua del balón): alto volumen baja presión. *Tamaño con Balón: ID 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 8.5 mm, 9.0 mm. *Tamaño sin balón: ID 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm	
Uso y/o Indicación	Sistema Invasivo para mantener permeable la vía aérea durante procedimientos anestésicos, y/o procesos de inconciencia bajo soporte ventilatorio.	
Advertencias y pre-cauciones de uso	• Uso médico exclusivamente, La manipulación y cuidados durante uso del DM es de protocolo institucional. • Antes de su uso verificar que este en perfecto estado y funcionamiento. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Tubo y Balón Conector	P.V.C. Siliconado Policarbonato. Li-bre de Látex	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devenci-miento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 10 unidades
Condiciones Al-macenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

TUBO ENDOTRAQUEAL		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2016DM-0000271-R1	
Vigencia:	20/09/2026	
Clasificación del Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Tubo para intubación endotraqueal con orificio Murphy, Línea radiopaca continua, Graduado en centímetros. Presentación: *Con balón y válvula (asegurando la integridad continua del balón): alto volumen baja presión. *Tamaño con Balón: ID 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 8.5 mm, 9.0 mm. *Tamaño sin balón: ID 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm	
Uso y/o Indicación	Sistema Invasivo para mantener permeable la vía aérea durante procedimientos anestésicos, y/o procesos de inconciencia bajo soporte ventilatorio.	
Advertencias y pre-cauciones de uso	• Uso médico exclusivamente, La manipulación y cuidados durante uso del DM es de protocolo institucional. • Antes de su uso verificar que este en perfecto estado y funcionamiento. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Tubo y Balón Conector	P.V.C. Siliconado Policarbonato. Li-bre de Látex	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devenci-miento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 10 unidades
Condiciones Al-macenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

TUBO ENDOTRAQUEAL		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2016DM-0000271-R1	
Vigencia:	20/09/2026	
Clasificación del Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Tubo para intubación endotraqueal con orificio Murphy, Línea radiopaca continua, Graduado en centímetros. Presentación: *Con balón y válvula (asegurando la integridad continua del balón): alto volumen baja presión. *Tamaño con Balón: ID 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 8.5 mm, 9.0 mm. *Tamaño sin balón: ID 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm	
Uso y/o Indicación	Sistema Invasivo para mantener permeable la vía aérea durante procedimientos anestésicos, y/o procesos de inconciencia bajo soporte ventilatorio.	
Advertencias y pre-cauciones de uso	• Uso médico exclusivamente, La manipulación y cuidados durante uso del DM es de protocolo institucional. • Antes de su uso verificar que este en perfecto estado y funcionamiento. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Tubo y Balón Conector	P.V.C. Siliconado Policarbonato. Li-bre de Látex	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devenci-miento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 10 unidades
Condiciones Al-macenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

TUBO ENDOTRAQUEAL		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2016DM-0000271-R1	
Vigencia:	20/09/2026	
Clasificación del Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Tubo para intubación endotraqueal con orificio Murphy, Línea radiopaca continua, Graduado en centímetros. Presentación: *Con balón y válvula (asegurando la integridad continua del balón): alto volumen baja presión. *Tamaño con Balón: ID 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm, 7.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm, 8.5 mm, 9.0 mm. *Tamaño sin balón: ID 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm, 5.0 mm	
Uso y/o Indicación	Sistema Invasivo para mantener permeable la vía aérea durante procedimientos anestésicos, y/o procesos de inconciencia bajo soporte ventilatorio.	
Advertencias y pre-cauciones de uso	• Uso médico exclusivamente, La manipulación y cuidados durante uso del DM es de protocolo institucional. • Antes de su uso verificar que este en perfecto estado y funcionamiento. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco.	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Tubo y Balón Conector	P.V.C. Siliconado Policarbonato. Li-bre de Látex	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devenci-miento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 10 unidades
Condiciones Al-macenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidos sanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).
QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones: • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA • Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA. • Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia	

TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO		
Fabricante:	Well Lead Medical Co. Ltd.	
Marca:	Golden Care	
Vida Útil:	5 años	
Procedencia:	China	
Registro Sanitario INVIMA:	2016DM-0000271-R1	
Vigencia:	20/09/2026	
Clasificación del Riesgo:	IIA	
Descripción General del producto	Tubo para intubación endotraqueal diseñado para procedimientos Quirurgicos deca-beza/cuello, neurocirugía. Características: *Anillado o reforzado con alambre en espiral que proporciona resistencia alacoda-miento. *Línea radiopaca continua. *Punta con orificio Murphy, *Balón alto volumen baja presión. *Números 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0	
Advertencias y pre-cauciones de uso	• Uso médico exclusivamente. • Uso para un solo paciente. • Conservar en un lugar fresco y seco. • Leer instrucciones de uso adjuntas al producto	
Contraindicaciones	• No utilizar si el envase presenta averías • No utilizar si fecha de vencimiento ha caducado	

MATERIALES		
PIEZAS	**TIPO**	**CARACTERÍSTICAS**
Tubo y Balón Conector	P.V.C. Policarbonato. Libre de Látex	• Resistencia mecánica. • Flexible. • Material inerte.

ACONDICIONAMIENTO	
Envase	Pouch, PVC grado médico por Unidad. Rótulo que contiene identificación y características del producto, lote, fecha devenci-miento, fecha del fabricante, código de barras.
Empaque	Caja x 10 unidades
Condiciones Al-macenamiento	• Se recomienda evitar poner elementos pesados sobre los productos. • Conservar el producto en un lugar fresco, limpio y seco donde las condiciones de temperatura, humedad e iluminación no altere las características físicas del mismo. • Se debe utilizar estibas, estantería, u otro sistema para el almacenamiento del producto con el fin de evitar la contaminación directa con paredes y pisos.

Elaborado por: *Aura Cecilia Forero* **Especialista de Producto**	**Aprobado por:** *Kesia Pinzón* **Directora Técnica**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	
Seguridad	• El producto es estéril EO, listo para su uso • El envase es hermético y garantiza su total preservación y esterilización. • El producto cumple con las especificaciones de calidad y seguridad para su uso.
Funcionalidad	• Es compatible con sistemas de dispositivos médicos, con conexiones estándar. • El envase del producto permite visualizar el contenido. • El envase y empaque son de fácil apertura.
Biocompatibilidad de materiales	• Los dispositivos médicos son atóxicos y no generan riesgo biológico, físico y/o químico a los usuarios finales o a los profesionales que los manipulen. • Desechable, debido el uso esta expuestos a contaminación con fluidossanguíneos o corporales, en cuyo caso, deberán ser dispuestos de acuerdo con los protocolos sobre disposición de residuos hospitalarios.
Ambiente (disposición final)	• Tratar como Residuo Infeccioso de Riesgo Biológico – Biosanitarios. Se debe depositar en una bolsa ROJA, identificada con el nombre del residuo y el símbolo internacional de bioseguridad. Estas bolsas deben depositarse en un recipiente rígido con tapa, y ser llevados al sitio de almacenamiento temporal para posteriormente ser entregados a la ruta sanitaria correspondiente para su tratamiento final.
Etiquetado	• El etiquetado del producto cumple con la normatividad legal vigente, aplicable a dispositivos médicos (Decreto 4725 de 2005, Cap. VIII, Art. 51 al 57).

QUIRURGICOS LTDA. cumple con las siguientes certificaciones:

- Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0355, expedido el 25 de mayo de 2017 por el INVIMA
- Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA) No. 0616, expedido el 03 de diciembre de 2018 por el INVIMA.
- Certificado ISO 9001:2015 expedido por Bureau Veritas, Colombia