



PROCESO
FORMATO

GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD

Acta de entrega de equipos biomédicos



Acta No. 277

Fecha: 14 de Septiembre de 2020

En la ciudad de BOGOTÁ D.C. en la IPS HOSPITAL MILITAR CENTRAL, se reunieron los que al final de la presente acta firman, para realizar entrega y recepción La Secretaría Distrital de salud de Bogotá mediante la Resolución anexa a la presente acta.

La entidad beneficiaria cuenta/compromete a garantizar las siguientes condiciones para la entrega y recibo de los ventiladores:

1. Realizar las adecuaciones locativas que se requieran para poner en funcionamiento los ventiladores entregados:

La Secretaría Distrital de salud de Bogotá, se compromete a gestionar y garantizar con la IPS correspondiente las preinstalaciones necesarias para la puesta en funcionamiento de los equipos y de igual manera garantizar que las mismas estén dispuestas de manera oportuna respecto de: red eléctrica, gases medicinales, temperatura y humedad relativa.

2. Incluir los ventiladores en la póliza de seguro correspondiente:

La Secretaría Distrital de salud de Bogotá se compromete a incluir los equipos en el inventario de activos fijos de la institución.

3. Adelantar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo necesarias de acuerdo con la hoja de vida de los equipos recibidos:

La Secretaría Distrital de salud de Bogotá se compromete a gestionar y garantizar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo una vez finalice el periodo de garantía del proveedor y a notificar las solicitudes de atención de correctivos de manera oportuna y por lo canales suministrados por el proveedor mientras la garantía este vigente.

4. Incorporar en su inventario los ventiladores que reciba:

La Secretaría Distrital de salud de Bogotá se compromete a adelantar las actividades necesarias para incluir los (27) Veintisiete equipos relacionados en la presente acta al inventario de activos fijos de la institución.

5. Realizar recibo de los equipos:

La Secretaría Distrital de salud de Bogotá, con la firma de la presente acta da por recibido los equipos que en ella se relacionan, como se detalla a continuación:

5.1. Especificaciones técnicas a verificar previo a la instalación:

Marca / Modelo:

CAREFUSION / VELA COMPREHENSIVE

Especificaciones técnicas mínimas	Cumple	No Cumple	Observaciones
1. Equipo para uso adulto/pediátrico.	SI		ADULTO/ PEDIATRICO
2. Pantalla interconstruida:			
2.1 Tecnología LCD o TFT	SI		LCD
2.2 A color	SI		
2.3 Tamaño mínimo 8"	SI		10".4
3. Control de parámetros de:			
3.1 Volumen corriente que cubra el rango de 50 o menor a 2000 mL o mayor.	SI		50 - 2000 ML
3.2 Frecuencia respiratoria que cubra el rango de 1 a 80 respiraciones por minuto o mayor	SI		2 a 80 rpm
3.3 PEEP/CPAP que cubra el rango de 1 a 35 cmH2O o mayor	SI		0 a 35 cm H2O
3.4 Presión inspiratoria que cubra el rango de 5 o menor a 60 cmH2O o mayor.	SI		1 a 100 cm H2O
3.5 FiO2 que cubra el rango de 21 a 100%	SI		21% a 100%
3.6 Mecanismo de disparo por flujo y/o por presión.	SI		
3.7 Sensibilidad espiratoria	SI		
3.8 Sensibilidad inspiratoria o trigger	SI		
3.9 Presión soporte (PSV), presión asistida que cubra el rango de 0 a 50 cm H2O o mayor.	SI		0 a 60 cm H2O
3.10. Tiempo inspiratorio que cubra el rango de 0.3 o menor a 5 segundos.	SI		0,3 a 10 segundos
3.11. Ajuste de rampa de presión, retardo inspiratorio, rampa	SI		En 3 Minutos
3.12. Incremento 100% de O2 de 2 min o mayor	SI		10 a 140 L/min
3.13. Flujo inspiratorio que cubra el rango de 10 a 100 L/min o mayor.	SI		
3.14. Flujo base, continuo o CPAP.	SI		
3.15. Con opción de pausa inspiratoria	SI		
3.16. Con opción de pausa espiratoria	SI		
4. Características generales:	SI		
4.1 Mezclador de aire - oxígeno interno.	SI		
4.2 Monitoreo de FiO2 interno o integrado.	SI		
4.3 Sensor de flujo.	SI		
4.4 Con sistema de compensación de fugas	SI		
4.5. Despliegues en pantalla y panel de control en idioma español	SI		
4.6. Generación de aire mediante sistema de turbina de alto flujo (opcional)	SI		TURBINA
5. Que permita monitorizar los siguientes parámetros:	SI		
5.1 Presión inspiratoria pico.	SI		
5.2 Presión media en vías aéreas.	SI		
5.3 Presión de meseta.	SI		
5.4 PEEP y/o Auto PEEP	SI		
5.5 Frecuencia respiratoria.	SI		
5.6 Volumen minuto.	SI		
5.7 Relación I:E.	SI		
5.8 Volumen corriente exhalado.	SI		
5.9 FiO2	SI		
5.10 Distensibilidad.	SI		
5.11 Resistencia.	SI		
5.12 Despliegue de al menos 2 de las tres curvas de ventilación de forma simultanea: presión/tiempo, flujo/tiempo y volumen/tiempo	SI		
5.13. Despliegue de todas las curvas simultaneamente (opcional)	SI		




PROCESO

GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD

FORMATO

Acta de entrega de equipos biomédicos



Acta No. 277

Fecha:

14 de Septiembre de 2020

5.13 Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias al menos de 24 horas.	SI	24 HORAS
6. Modos ventilatorios:		
6.1 Modos convencionales en presión y volumen.	SI	
6.2 Ventilación Asisto /Controlada y ventilación mandatoria intermitente sincronizada (SIMV) controlada por volumen.	SI	
6.3 Ventilación Asisto/Controlada y ventilación mandatoria intermitente sincronizada (SIMV) controlada por presión.	SI	
6.4 Ventilación espontánea: presión soporte/CPAP.	SI	
6.5 Ventilación no invasiva.	SI	
6.6 Ventilación en dos niveles de presión BIPAP o BILEVEL o DUOPAP	SI	APRV BIFASICO
6.7 Respaldo en caso de apnea de acuerdo al modo ventilatorio, por volumen o presión.	SI	
7. Alarmas:		
7.1. Audibles y visuales ajustables.	SI	
7.2 Presión inspiratoria alta y baja.	SI	
7.3 PEEP bajo.	SI	
7.4 Apnea.	SI	
7.5 Volumen minuto y/o corriente (alto y bajo).	SI	
7.6 Frecuencia respiratoria alta.	SI	
7.7 FiO2 alta y baja.	SI	
7.8 Falla en el suministro de gases.	SI	
7.9 Falla en la alimentación eléctrica.	SI	
7.10 Batería baja.	SI	
7.11 Falla del ventilador.	SI	
7.12 Silencio de alarmas.	SI	
8. Batería recargable de respaldo con autonomía de mínimo una (1) hora	SI	6 HORAS
9. Requerimiento eléctrico 110 Vol +/- 10% /60 Hz con cable grado hospitalario	SI	
Accesorios y consumibles incluidos:		
Un (1) brazo soporte para circuito de paciente (opcional).	SI	
Una (1) base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos dos ruedas.	SI	
Un (1) kit de mangueras para suministro de gases medicinales.	SI	OXIGENO- CHEMENTRON
Un (1) regulador de presión (preajustado de 40 a 80 PSI) para el suministro de oxígeno desde un cilindro		INTERNO AJUASTADO A 40 PSI
UNO (1) circuitos de paciente adulto	SI	1 CIRCUITO PARA PACIENTE POR EQUIPO

5.3. Verificación de equipos y accesorios:

No.	Marca	Modelo	No. Serie	Partes / Accesorios incluidos en la oferta
1	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT05011	☒ Brazo soporte para circuito de paciente ☒ Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas ☒ Kit de mangueras para suministro de gases medicinales ☒ Cable de poder AC ☒ Circuito de ventilación ☒ Filtro antibacteriano
2	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04937	☒ Brazo soporte para circuito de paciente ☒ Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas ☒ Kit de mangueras para suministro de gases medicinales ☒ Cable de poder AC ☒ Circuito de ventilación ☒ Filtro antibacteriano
3	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT05014	☒ Brazo soporte para circuito de paciente ☒ Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas ☒ Kit de mangueras para suministro de gases medicinales ☒ Cable de poder AC ☒ Circuito de ventilación ☒ Filtro antibacteriano



PROCESO

GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD

FORMATO

Acta de entrega de equipos biomédicos

UNGRD
Unidad Nacional de Gestión de Recursos
del Sistema de Salud

Acta No. 237

Fecha: 14 de Septiembre de 2020

4	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04161	☒ SI Brazo soporte para circuito de paciente ☒ SI Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas ☒ SI Kit de mangueras para suministro de gases medicinales ☒ SI Cable de poder AC ☒ SI Circuito de ventilación ☒ NA Filtro antibacteriano
5	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT05078	☒ SI Brazo soporte para circuito de paciente ☒ SI Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas ☒ SI Kit de mangueras para suministro de gases medicinales ☒ SI Cable de poder AC ☒ SI Circuito de ventilación ☒ NA Filtro antibacteriano
6	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04062	☒ SI Brazo soporte para circuito de paciente ☒ SI Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas ☒ SI Kit de mangueras para suministro de gases medicinales ☒ SI Cable de poder AC ☒ SI Circuito de ventilación ☒ NA Filtro antibacteriano
7	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04012	☒ SI Brazo soporte para circuito de paciente ☒ SI Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas ☒ SI Kit de mangueras para suministro de gases medicinales ☒ SI Cable de poder AC ☒ SI Circuito de ventilación ☒ NA Filtro antibacteriano
8	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT05097	☒ SI Brazo soporte para circuito de paciente ☒ SI Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas ☒ SI Kit de mangueras para suministro de gases medicinales ☒ SI Cable de poder AC ☒ SI Circuito de ventilación ☒ NA Filtro antibacteriano
9	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT05054	☒ SI Brazo soporte para circuito de paciente ☒ SI Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas ☒ SI Kit de mangueras para suministro de gases medicinales ☒ SI Cable de poder AC ☒ SI Circuito de ventilación ☒ NA Filtro antibacteriano
10	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04931	☒ SI Brazo soporte para circuito de paciente ☒ SI Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas ☒ SI Kit de mangueras para suministro de gases medicinales ☒ SI Cable de poder AC ☒ SI Circuito de ventilación ☒ NA Filtro antibacteriano
11	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT05065	☒ SI Brazo soporte para circuito de paciente ☒ SI Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas ☒ SI Kit de mangueras para suministro de gases medicinales ☒ SI Cable de poder AC ☒ SI Circuito de ventilación ☒ NA Filtro antibacteriano




PROCESO

GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD

FORMATO

Acta de entrega de equipos biomédicos



Acta No. 277

Fecha: 14 de Septiembre de 2020

12	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04624	☒ SI Brazo soporte para circuito de paciente ☒ SI Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas ☒ SI Kit de mangueras para suministro de gases medicinales ☒ SI Cable de poder AC ☒ SI Circuito de ventilación ☒ NA Filtro antibacteriano
13	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04947	☒ SI Brazo soporte para circuito de paciente ☒ SI Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas ☒ SI Kit de mangueras para suministro de gases medicinales ☒ SI Cable de poder AC ☒ SI Circuito de ventilación ☒ NA Filtro antibacteriano
14	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04939	☒ SI Brazo soporte para circuito de paciente ☒ SI Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas ☒ SI Kit de mangueras para suministro de gases medicinales ☒ SI Cable de poder AC ☒ SI Circuito de ventilación ☒ NA Filtro antibacteriano
15	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04960	☒ SI Brazo soporte para circuito de paciente ☒ SI Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas ☒ SI Kit de mangueras para suministro de gases medicinales ☒ SI Cable de poder AC ☒ SI Circuito de ventilación ☒ NA Filtro antibacteriano
16	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT05012	☒ SI Brazo soporte para circuito de paciente ☒ SI Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas ☒ SI Kit de mangueras para suministro de gases medicinales ☒ SI Cable de poder AC ☒ SI Circuito de ventilación ☒ NA Filtro antibacteriano
17	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04936	☒ SI Brazo soporte para circuito de paciente ☒ SI Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas ☒ SI Kit de mangueras para suministro de gases medicinales ☒ SI Cable de poder AC ☒ SI Circuito de ventilación ☒ NA Filtro antibacteriano
18	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04930	☒ SI Brazo soporte para circuito de paciente ☒ SI Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas ☒ SI Kit de mangueras para suministro de gases medicinales ☒ SI Cable de poder AC ☒ SI Circuito de ventilación ☒ NA Filtro antibacteriano
19	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04896	☒ SI Brazo soporte para circuito de paciente ☒ SI Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas ☒ SI Kit de mangueras para suministro de gases medicinales ☒ SI Cable de poder AC ☒ SI Circuito de ventilación ☒ NA Filtro antibacteriano
20	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT05021	☒ SI Brazo soporte para circuito de paciente ☒ SI Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas ☒ SI Kit de mangueras para suministro de gases medicinales ☒ SI Cable de poder AC ☒ SI Circuito de ventilación ☒ NA Filtro antibacteriano




PROCESO

GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD

FORMATO

Acta de entrega de equipos biomédicos



Acta No. 277

Fecha:

14 de Septiembre de 2020

21	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04891	☒ SI Brazo soporte para circuito de paciente ☒ SI Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas ☒ SI Kit de mangueras para suministro de gases medicinales ☒ SI Cable de poder AC ☒ SI Circuito de ventilación ☒ NA Filtro antibacteriano
22	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04913	☒ SI Brazo soporte para circuito de paciente ☒ SI Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas ☒ SI Kit de mangueras para suministro de gases medicinales ☒ SI Cable de poder AC ☒ SI Circuito de ventilación ☒ NA Filtro antibacteriano
23	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04940	☒ SI Brazo soporte para circuito de paciente ☒ SI Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas ☒ SI Kit de mangueras para suministro de gases medicinales ☒ SI Cable de poder AC ☒ SI Circuito de ventilación ☒ NA Filtro antibacteriano
24	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT05058	☒ SI Brazo soporte para circuito de paciente ☒ SI Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas ☒ SI Kit de mangueras para suministro de gases medicinales ☒ SI Cable de poder AC ☒ SI Circuito de ventilación ☒ NA Filtro antibacteriano
25	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04215	☒ SI Brazo soporte para circuito de paciente ☒ SI Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas ☒ SI Kit de mangueras para suministro de gases medicinales ☒ SI Cable de poder AC ☒ SI Circuito de ventilación ☒ NA Filtro antibacteriano
26	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT05042	☒ SI Brazo soporte para circuito de paciente ☒ SI Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas ☒ SI Kit de mangueras para suministro de gases medicinales ☒ SI Cable de poder AC ☒ SI Circuito de ventilación ☒ NA Filtro antibacteriano
27	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE		☐ Brazo soporte para circuito de paciente ☐ Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos 2 ruedas ☐ Kit de mangueras para suministro de gases medicinales ☐ Cable de poder AC ☐ Circuito de ventilación ☐ Filtro antibacteriano

5.4. Verificación de entrega de documentos

No.	Marca	Modelo	No. Serie	Documentos	
1	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT05011	☒ SI Hoja de vida ☒ SI Copia Permiso Comercialización ☒ SI Cronograma mant. Preventivo ☒ SI Registro capacitación ☒ SI Registro instalación ☒ SI Manual/guia de instalación ☒ SI Copia de la Declaracion de Importación	☒ SI Manual de operación/usuario ☒ SI Manual mantenimiento/servicio ☒ SI Diagrama de partes ☒ SI Guia rápida de funcionamiento ☒ SI Lista de chequeo para mto preventivo ☒ SI Guia de limpieza y desinfección ☒ SI Carta de garantía y contacto de serv. técnico

Acta No. 277	Fecha: 14 de Septiembre de 2020
---------------------	--

2	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04937	☐ SI Hoja de vida ☐ SI Copia Permiso Comercialización ☐ SI Cronograma mant. Preventivo ☐ SI Registro capacitación ☐ SI Registro instalación ☐ SI Manual/guia de instalación ☐ SI Copia de la Declaracion de Importación	☐ SI Manual de operación/usuario ☐ SI Manual mantenimiento/servicio ☐ SI Diagrama de partes ☐ SI Guía rápida de funcionamiento ☐ SI Lista de chequeo para mto preventivo ☐ SI Guía de limpieza y desinfección ☐ SI Carta de garantía y contacto de serv. técnico
3	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT05014	☐ SI Hoja de vida ☐ SI Copia Permiso Comercialización ☐ SI Cronograma mant. Preventivo ☐ SI Registro capacitación ☐ SI Registro instalación ☐ SI Manual/guia de instalación ☐ SI Copia de la Declaracion de Importación	☐ SI Manual de operación/usuario ☐ SI Manual mantenimiento/servicio ☐ SI Diagrama de partes ☐ SI Guía rápida de funcionamiento ☐ SI Lista de chequeo para mto preventivo ☐ SI Guía de limpieza y desinfección ☐ SI Carta de garantía y contacto de serv. técnico
4	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04161	☐ SI Hoja de vida ☐ SI Copia Permiso Comercialización ☐ SI Cronograma mant. Preventivo ☐ SI Registro capacitación ☐ SI Registro instalación ☐ SI Manual/guia de instalación ☐ SI Copia de la Declaracion de Importación	☐ SI Manual de operación/usuario ☐ SI Manual mantenimiento/servicio ☐ SI Diagrama de partes ☐ SI Guía rápida de funcionamiento ☐ SI Lista de chequeo para mto preventivo ☐ SI Guía de limpieza y desinfección ☐ SI Carta de garantía y contacto de serv. técnico
5	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT05078	☐ SI Hoja de vida ☐ SI Copia Permiso Comercialización ☐ SI Cronograma mant. Preventivo ☐ SI Registro capacitación ☐ SI Registro instalación ☐ SI Manual/guia de instalación ☐ SI Copia de la Declaracion de Importación	☐ SI Manual de operación/usuario ☐ SI Manual mantenimiento/servicio ☐ SI Diagrama de partes ☐ SI Guía rápida de funcionamiento ☐ SI Lista de chequeo para mto preventivo ☐ SI Guía de limpieza y desinfección ☐ SI Carta de garantía y contacto de serv. técnico
6	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04062	☐ SI Hoja de vida ☐ SI Copia Permiso Comercialización ☐ SI Cronograma mant. Preventivo ☐ SI Registro capacitación ☐ SI Registro instalación ☐ SI Manual/guia de instalación ☐ SI Copia de la Declaracion de Importación	☐ SI Manual de operación/usuario ☐ SI Manual mantenimiento/servicio ☐ SI Diagrama de partes ☐ SI Guía rápida de funcionamiento ☐ SI Lista de chequeo para mto preventivo ☐ SI Guía de limpieza y desinfección ☐ SI Carta de garantía y contacto de serv. técnico
7	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04012	☐ SI Hoja de vida ☐ SI Copia Permiso Comercialización ☐ SI Cronograma mant. Preventivo ☐ SI Registro capacitación ☐ SI Registro instalación ☐ SI Manual/guia de instalación ☐ SI Copia de la Declaracion de Importación	☐ SI Manual de operación/usuario ☐ SI Manual mantenimiento/servicio ☐ SI Diagrama de partes ☐ SI Guía rápida de funcionamiento ☐ SI Lista de chequeo para mto preventivo ☐ SI Guía de limpieza y desinfección ☐ SI Carta de garantía y contacto de serv. técnico
8	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT05097	☐ SI Hoja de vida ☐ SI Copia Permiso Comercialización ☐ SI Cronograma mant. Preventivo ☐ SI Registro capacitación ☐ SI Registro instalación ☐ SI Manual/guia de instalación ☐ SI Copia de la Declaracion de Importación	☐ SI Manual de operación/usuario ☐ SI Manual mantenimiento/servicio ☐ SI Diagrama de partes ☐ SI Guía rápida de funcionamiento ☐ SI Lista de chequeo para mto preventivo ☐ SI Guía de limpieza y desinfección ☐ SI Carta de garantía y contacto de serv. técnico
9	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT05054	☐ SI Hoja de vida ☐ SI Copia Permiso Comercialización ☐ SI Cronograma mant. Preventivo ☐ SI Registro capacitación ☐ SI Registro instalación ☐ SI Manual/guia de instalación ☐ SI Copia de la Declaracion de Importación	☐ SI Manual de operación/usuario ☐ SI Manual mantenimiento/servicio ☐ SI Diagrama de partes ☐ SI Guía rápida de funcionamiento ☐ SI Lista de chequeo para mto preventivo ☐ SI Guía de limpieza y desinfección ☐ SI Carta de garantía y contacto de serv. técnico



PROCESO

GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD

FORMATO

Acta de entrega de equipos biomédicos



Acta No. 237

Fecha: 14 de Septiembre de 2020

10	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04931	☒ Hoja de vida ☒ Copia Permiso Comercialización ☒ Cronograma mant. Preventivo ☒ Registro capacitación ☒ Registro instalación ☒ Manual/guia de instalación ☒ Copia de la Declaracion de Importación	☒ Manual de operación/usuario ☒ Manual mantenimiento/servicio ☒ Diagrama de partes ☒ Guia rápida de funcionamiento ☒ Lista de chequeo para mto preventivo ☒ Guia de limpieza y desinfección ☒ Carta de garantía y contacto de serv. técnico
11	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT05065	☒ Hoja de vida ☒ Copia Permiso Comercialización ☒ Cronograma mant. Preventivo ☒ Registro capacitación ☒ Registro instalación ☒ Manual/guia de instalación ☒ Copia de la Declaracion de Importación	☒ Manual de operación/usuario ☒ Manual mantenimiento/servicio ☒ Diagrama de partes ☒ Guia rápida de funcionamiento ☒ Lista de chequeo para mto preventivo ☒ Guia de limpieza y desinfección ☒ Carta de garantía y contacto de serv. técnico
12	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04624	☒ Hoja de vida ☒ Copia Permiso Comercialización ☒ Cronograma mant. Preventivo ☒ Registro capacitación ☒ Registro instalación ☒ Manual/guia de instalación ☒ Copia de la Declaracion de Importación	☒ Manual de operación/usuario ☒ Manual mantenimiento/servicio ☒ Diagrama de partes ☒ Guia rápida de funcionamiento ☒ Lista de chequeo para mto preventivo ☒ Guia de limpieza y desinfección ☒ Carta de garantía y contacto de serv. técnico
13	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04947	☒ Hoja de vida ☒ Copia Permiso Comercialización ☒ Cronograma mant. Preventivo ☒ Registro capacitación ☒ Registro instalación ☒ Manual/guia de instalación ☒ Copia de la Declaracion de Importación	☒ Manual de operación/usuario ☒ Manual mantenimiento/servicio ☒ Diagrama de partes ☒ Guia rápida de funcionamiento ☒ Lista de chequeo para mto preventivo ☒ Guia de limpieza y desinfección ☒ Carta de garantía y contacto de serv. técnico
14	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04939	☒ Hoja de vida ☒ Copia Permiso Comercialización ☒ Cronograma mant. Preventivo ☒ Registro capacitación ☒ Registro instalación ☒ Manual/guia de instalación ☒ Copia de la Declaracion de Importación	☒ Manual de operación/usuario ☒ Manual mantenimiento/servicio ☒ Diagrama de partes ☒ Guia rápida de funcionamiento ☒ Lista de chequeo para mto preventivo ☒ Guia de limpieza y desinfección ☒ Carta de garantía y contacto de serv. técnico
15	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04960	☒ Hoja de vida ☒ Copia Permiso Comercialización ☒ Cronograma mant. Preventivo ☒ Registro capacitación ☒ Registro instalación ☒ Manual/guia de instalación ☒ Copia de la Declaracion de Importación	☒ Manual de operación/usuario ☒ Manual mantenimiento/servicio ☒ Diagrama de partes ☒ Guia rápida de funcionamiento ☒ Lista de chequeo para mto preventivo ☒ Guia de limpieza y desinfección ☒ Carta de garantía y contacto de serv. técnico
16	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT05012	☒ Hoja de vida ☒ Copia Permiso Comercialización ☒ Cronograma mant. Preventivo ☒ Registro capacitación ☒ Registro instalación ☒ Manual/guia de instalación ☒ Copia de la Declaracion de Importación	☒ Manual de operación/usuario ☒ Manual mantenimiento/servicio ☒ Diagrama de partes ☒ Guia rápida de funcionamiento ☒ Lista de chequeo para mto preventivo ☒ Guia de limpieza y desinfección ☒ Carta de garantía y contacto de serv. técnico
17	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04936	☒ Hoja de vida ☒ Copia Permiso Comercialización ☒ Cronograma mant. Preventivo ☒ Registro capacitación ☒ Registro instalación ☒ Manual/guia de instalación ☒ Copia de la Declaracion de Importación	☒ Manual de operación/usuario ☒ Manual mantenimiento/servicio ☒ Diagrama de partes ☒ Guia rápida de funcionamiento ☒ Lista de chequeo para mto preventivo ☒ Guia de limpieza y desinfección ☒ Carta de garantía y contacto de serv. técnico
				☒ Hoja de vida ☒ Copia Permiso Comercialización	☒ Manual de operación/usuario ☒ Manual mantenimiento/servicio



PROCESO

GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD

FORMATO

Acta de entrega de equipos biomédicos



Acta No. 233

Fecha: 14 de Septiembre de 2020

18	CAREFUSION	COMPREHENSIVE	CA104930	☐ SI Registro capacitación	☐ SI Guia rápida de funcionamiento
				☐ SI Registro instalación	☐ SI Lista de chequeo para mto preventivo
				☐ SI Manual/guia de instalación	☐ SI Guia de limpieza y desinfección
				☐ SI Copia de la Declaracion de Importación	☐ SI Carta de garantia y contacto de serv. técnico
19	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04896	☐ SI Hoja de vida	☐ SI Manual de operación/usuario
				☐ SI Copia Permiso Comercialización	☐ SI Manual mantenimiento/servicio
				☐ SI Cronograma mant. Preventivo	☐ SI Diagrama de partes
				☐ SI Registro capacitación	☐ SI Guia rápida de funcionamiento
				☐ SI Registro instalación	☐ SI Lista de chequeo para mto preventivo
				☐ SI Manual/guia de instalación	☐ SI Guia de limpieza y desinfección
				☐ SI Copia de la Declaracion de Importación	☐ SI Carta de garantia y contacto de serv. técnico
20	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT05021	☐ SI Hoja de vida	☐ SI Manual de operación/usuario
				☐ SI Copia Permiso Comercialización	☐ SI Manual mantenimiento/servicio
				☐ SI Cronograma mant. Preventivo	☐ SI Diagrama de partes
				☐ SI Registro capacitación	☐ SI Guia rápida de funcionamiento
				☐ SI Registro instalación	☐ SI Lista de chequeo para mto preventivo
				☐ SI Manual/guia de instalación	☐ SI Guia de limpieza y desinfección
				☐ SI Copia de la Declaracion de Importación	☐ SI Carta de garantia y contacto de serv. técnico
21	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04891	☐ SI Hoja de vida	☐ SI Manual de operación/usuario
				☐ SI Copia Permiso Comercialización	☐ SI Manual mantenimiento/servicio
				☐ SI Cronograma mant. Preventivo	☐ SI Diagrama de partes
				☐ SI Registro capacitación	☐ SI Guia rápida de funcionamiento
				☐ SI Registro instalación	☐ SI Lista de chequeo para mto preventivo
				☐ SI Manual/guia de instalación	☐ SI Guia de limpieza y desinfección
				☐ SI Copia de la Declaracion de Importación	☐ SI Carta de garantia y contacto de serv. técnico
22	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04913	☐ SI Hoja de vida	☐ SI Manual de operación/usuario
				☐ SI Copia Permiso Comercialización	☐ SI Manual mantenimiento/servicio
				☐ SI Cronograma mant. Preventivo	☐ SI Diagrama de partes
				☐ SI Registro capacitación	☐ SI Guia rápida de funcionamiento
				☐ SI Registro instalación	☐ SI Lista de chequeo para mto preventivo
				☐ SI Manual/guia de instalación	☐ SI Guia de limpieza y desinfección
				☐ SI Copia de la Declaracion de Importación	☐ SI Carta de garantia y contacto de serv. técnico
23	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04940	☐ SI Hoja de vida	☐ SI Manual de operación/usuario
				☐ SI Copia Permiso Comercialización	☐ SI Manual mantenimiento/servicio
				☐ SI Cronograma mant. Preventivo	☐ SI Diagrama de partes
				☐ SI Registro capacitación	☐ SI Guia rápida de funcionamiento
				☐ SI Registro instalación	☐ SI Lista de chequeo para mto preventivo
				☐ SI Manual/guia de instalación	☐ SI Guia de limpieza y desinfección
				☐ SI Copia de la Declaracion de Importación	☐ SI Carta de garantia y contacto de serv. técnico
24	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT05058	☐ SI Hoja de vida	☐ SI Manual de operación/usuario
				☐ SI Copia Permiso Comercialización	☐ SI Manual mantenimiento/servicio
				☐ SI Cronograma mant. Preventivo	☐ SI Diagrama de partes
				☐ SI Registro capacitación	☐ SI Guia rápida de funcionamiento
				☐ SI Registro instalación	☐ SI Lista de chequeo para mto preventivo
				☐ SI Manual/guia de instalación	☐ SI Guia de limpieza y desinfección
				☐ SI Copia de la Declaracion de Importación	☐ SI Carta de garantia y contacto de serv. técnico
25	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT04215	☐ SI Hoja de vida	☐ SI Manual de operación/usuario
				☐ SI Copia Permiso Comercialización	☐ SI Manual mantenimiento/servicio
				☐ SI Cronograma mant. Preventivo	☐ SI Diagrama de partes
				☐ SI Registro capacitación	☐ SI Guia rápida de funcionamiento
				☐ SI Registro instalación	☐ SI Lista de chequeo para mto preventivo
				☐ SI Manual/guia de instalación	☐ SI Guia de limpieza y desinfección
				☐ SI Copia de la Declaracion de Importación	☐ SI Carta de garantia y contacto de serv. técnico

	PROCESO	GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD	
	FORMATO	Acta de entrega de equipos biomédicos	

Acta No. 277				Fecha: 14 de Septiembre de 2020	
26	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE	CAT05042	☒ SI Hoja de vida ☒ SI Copia Permiso Comercialización ☒ SI Cronograma mant. Preventivo ☒ SI Registro capacitación ☒ SI Registro instalación ☒ SI Manual/guia de instalación ☒ SI Copia de la Declaración de Importación	☒ SI Manual de operación/usuario ☒ SI Manual mantenimiento/servicio ☒ SI Diagrama de partes ☒ SI Guía rápida de funcionamiento ☒ SI Lista de chequeo para mto preventivo ☒ SI Guía de limpieza y desinfección ☒ SI Carta de garantía y contacto de serv. técnico
27	CAREFUSION	VELA COMPREHENSIVE		☐ Hoja de vida ☐ Copia Permiso Comercialización ☐ Cronograma mant. Preventivo ☐ Registro capacitación ☐ Registro instalación ☐ Manual/guia de instalación ☐ Copia de la Declaración de Importación	☐ Manual de operación/usuario ☐ Manual mantenimiento/servicio ☐ Diagrama de partes ☐ Guía rápida de funcionamiento ☐ Lista de chequeo para mto preventivo ☐ Guía de limpieza y desinfección ☐ Carta de garantía y contacto de serv. técnico

De acuerdo a lo evidenciado y registrado en el acta se formaliza el proceso de verificación de transporte, entrega, instalación, puesta en funcionamiento y entrenamiento de cada uno de los equipos relacionados a La Secretaría Distrital de salud de Bogotá.

Adicionalmente, se verificó el cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones técnicas mínimas que hacen parte del concepto técnico emitido el (26) de (marzo) de (2020), sobre los ventiladores marca CAREFUSION, modelo VELA COMPREHENSIVE.

Nota 1: La totalidad de los equipos (27) Veintisiete, quedaron en custodia (instalados y puestos en funcionamiento) en la IPS HOSPITAL MILITAR CENTRAL.

Nota 2: Así mismo la IPS notificara al proveedor y al interventor cualquier posible falla con los equipos de la presente acta, dicho reporte sera a cargo de, responsable del area biomédica de la institucion quien reportara al ingeniero, interventor designado para esta acta y al correo reportenovedades.ungrd@gestion.umb.edu.co.

Observaciones: La Secretaria Distrital de Salud es la responsable de la gestión ante el Proveedor del cumplimiento de las garantías y mantenimientos con respecto a los equipos entregados. Se reciben los bienes por parte del Hospital Militar Central, aclarando que la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá queda pendiente la entrega del acto administrativo por medio del cual se entregan en custodia los 27 Ventiladores los cuales están amparados por las pólizas que se generan por parte de la Secretaria Distrital de Salud.

El Hospital Militar Central solicita el contrato de comodato para el respectivo ingreso de los bienes. La Secretaria distrital responde que debido a la vigencia los equipos biomédicos se están entregando mediante la presente acta, sin embargo se compromete a gestionar el contrato de comodato acto administrativo por medio del cual se entregue la custodia de los equipos y las pólizas que amparan los mismos.

El equipo pendiente para completar los 27 Ventiladores se entregara el día Viernes 18 de Septiembre del año en curso en el transcurso del día.

Dentro del ITEM frente al regulador para el suministro de Oxígeno desde un cilindro el Proveedor no entrega como externo. Se debe validar con el contrato.

Secretaria de Salud de Bogotá
Nombre Delegado
Cedula

Olaya Palamarchuk
1045323393

Gerente PS Henry
Nombre *Henry*
Cedula *1045323393*

Nancy Chaparro
Ingeniero Nacional
Nombre *Nancy Chaparro*
Cedula *1045323393*

PROVEEDOR
Nombre *Lenny Bañeda*
Cedula *1022305034*

Activos Fijos - Hospital Militar
Nombre *Wilson A Moya V*
Cedula *80799363*
55. Acosta Maria Luis
C. LA 123033
Activos Fijos

Universidad Manuela Beltrán
Nombre *Wilson A Moya V*
Cedula *80799363*