Set de pipetas, Transferpette® S, tipo Variable



Fig. Paquete de pipetas 2

tipo	descripción	ref.
MICRO	3 pipetas (D-2,5, D-10, D-100), 3 soportes de estante	705890
MIDI	3 pipetas (D-20, D-200, D-1000), 3 soportes de estante	705891
MACRO	3 pipetas (D-1000, D-5000, D-10000), 3 soportes de estante	705892
STANDARD	3 pipetas (D-10, D-100, D-1000), 3 soportes de estante	705893
PAQUETE DE PIPETAS 1	5 pipetas (D-2,5, D-10, D-20, D-200, D-1000), 3 soporte de mesa	705896
PAQUETE DE PIPETAS 2	5 pipetas (D-10, D-100, D-200, D-1000, D-5000), 3 soporte de mesa	705897



Transferpette® S -8

Alcance del suministro: Transferpette® *S* -8, marcaje DE-M, conforme con CE-IVD, con certificado de calidad, 1 soporte de estante, 1 recipiente para reactivo, 1 llave de montaje, grasa de silicona y 1 juego de juntas de silicona/ FKM.

volumen, µl (codificado con colores)			descripción	E* ≤ ± %	CV* ≤ %	división µl	ref.
0,5	–	10	M8-10	1,6	1,0	0,01	705900
5	–	50	M8-50	0,8	0,4	0,05	705906
10	–	100	M8-100	0,8	0,3	0,1	705908
20	–	200	M8-200	0,8	0,3	0,2	705910
30	–	300	M8-300	0,6	0,3	0,5	705912



Transferpette® S -12

Alcance del suministro: Transferpette® *S* -12, marcaje DE-M, conforme con CE-IVD, con certificado de calidad, 1 soporte de estante, 1 recipiente para reactivo, 1 llave de montaje, grasa de silicona y 1 juego de juntas de silicona/ FKM.

volumen, µl (codificado con colores)			descripción	E* ≤ ± %	CV* ≤ %	división µl	ref.
0,5	–	10	M12-10	1,6	1,0	0,01	705920
5	–	50	M12-50	0,8	0,4	0,05	705926
10	–	100	M12-100	0,8	0,3	0,1	705928
20	–	200	M12-200	0,8	0,3	0,2	705930
30	–	300	M12-300	0,6	0,3	0,5	705932

Nota: Para los pedidos de aparatos con certificado de calibración DAkkS, anteponga la sigla 'DAkkS' al número de pedido, p.ej. DAkkS 704728.

* Ajustadas por vertido 'Ex'. Estos límites de error se refieren al volumen nominal impreso sobre el aparato (= volumen máximo) a igual temperatura (20 °C) del aparato, del ambiente y del agua dest., con manejo regular.
E = exactitud, CV = coeficiente de variación

① D-1 sólo para empleo con puntas de pipeta nano-cap™ de BRAND.
② D-2,5: para la utilización de las puntas de pipeta nano-cap™ de BRAND y de puntas de otros fabricantes, es necesario realizar una calibración, y eventualmente un ajuste.
③ D-5000 sólo para empleo con puntas de pipeta 5 ml de BRAND y 5 ml de Thermo Fisher Scientific Inc. (Finnpipette®).
④ D-10000 para empleo con puntas de pipeta 10 ml de BRAND y puntas adecuadas de Gilson® y Eppendorf®.
⑤ Sólo para empleo con puntas de pipeta 2-200 µl.